
AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA – tel. 010 548 8561 luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI tel. 010/548-8553 tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 7 DEL 09/01/2018

Oggetto: Procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'effettuazione dei rilanci competitivi ex 59 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzati all'affidamento della fornitura in acquisto e noleggio di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria in attuazione degli Accordi Quadro aggiudicati con Determinazione n. 197 del 18.7.2016 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17.11.2016 (Lotti 3, 4, 5, 6); Determinazione n. 67 del 21.2.2017. Lotti: 8 N. Gara: 6821639 Importo complessivo stimato: € 1.000.000,00 IVA esclusa). Aggiudicazione definitiva.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa;

Viste le deliberazioni n. 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con la quale sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area CRA;

Visto l'art. 8 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore dell'Area CRA;

Richiamata la propria Determinazione n. 286 del 7/8/2017, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale si era provveduto all'indizione della procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'effettuazione dei rilanci competitivi ex 59 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzati all'affidamento della fornitura in acquisto e noleggio di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria in attuazione degli Accordi Quadro aggiudicati con Determinazione n. 197 del 18.7.2016 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17.11.2016 (Lotti 3, 4, 5, 6); Determinazione n. 67 del 21.2.2017. Lotti: 8 N. Gara: 6821639 Importo complessivo stimato: € 1.000.000,00 IVA esclusa), ed alla contestuale approvazione della Lettera di Invito contenente le norme di partecipazione;

Considerato che, al rilancio competitivo, sono state invitate le ditte risultate rispettivamente aggiudicatarie dei corrispondenti Lotti dell'Accordo Quadro come di seguito meglio specificato:

LOTTO	DESCRIZIONE	SOCIETA' INVITATE A PRESENTARE OFFERTA
1	Ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico/terapeutiche ecoguidate	<ul style="list-style-type: none"> • Esaote spa • Mindray Medical Italy srl • FujiFilm Sonosite Italy srl
2	Ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia e multidisciplinari	<ul style="list-style-type: none"> • Esaote spa • GE Medical Systems Italia spa • Hitachi Medical Systems Italia spa • Siemens Healthcare srl
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia e multidisciplinari	<ul style="list-style-type: none"> • Esaote spa • GE Medical Sysmtems Italy spa • Sipar srl
4	Ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	<ul style="list-style-type: none"> • Esaote spa • GE Medical Systems Italia spa • Hitachi Medical Systems spa • Siemens Healthcare srl
5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	<ul style="list-style-type: none"> • Esaote spa • Philips Healthcare spa • Siemens Healthcare srl
6	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	<ul style="list-style-type: none"> • Philips Healthcare spa • Siemens Healthcare srl • Sipar srl
7	Ecocardiografo di media fascia	<ul style="list-style-type: none"> • Esaote spa • Emac srl • GE Medical Systems Italia spa • Siemens Healthcare srl
8	Noleggio ecocardiografo di media fascia	<ul style="list-style-type: none"> • Emac srl • GE Medical Systems Italia spa • Siemens Healthcare srl

Atteso che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del giorno 11/09/2017 sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Ditta	Protocollo
Emac srl	n. 12329 del 04/09/2017
Mindray Medical Italy srl	n. 12498 del 06/09/2017
Hitachi Medical Systems spa	n. 12596 del 07/09/2017
GE Medical Systems Italia spa	n. 12659 dell'08/09/2017
Esaote spa	n. 12686 dell'08/09/2017
Sipar srl	n. 12726 dell'11/09/2017 ore 8:43
Philips spa	n. 12727 dell'11/09/2017 ore 8:44
Siemens Healthcare srl	n.12733 dell'11/09/2017 ore 10:02



Dato altresì atto che la Società FujiFilm Italia spa, con nota in data 18/09/2017, quindi successivamente al termine previsto per la presentazione delle offerte, ha comunicato alla Centrale di Acquisto di non aver ricevuto in tempo utile l'invito a partecipare al rilancio competitivo per un problema logistico interno alla medesima società conseguente al processo di fusione tra FujiFilm Italia spa e FujiFilm Sonosite Italy srl, chiedendo la possibilità di prorogare il termine di scadenza per la partecipazione al rilancio competitivo relativo al Lotto 1;

Considerato che la Centrale di Acquisto, con nota prot. n. 13593 del 26/09/2017, ha comunicato alla Società FujiFilm Italia spa l'impossibilità di prorogare il termine di presentazione delle offerte in quanto già scaduto, evidenziando, altresì, che nessuna comunicazione è pervenuta alla Centrale di Acquisto in merito all'indicata fusione, peraltro già operativa alla data del 1° luglio 2017;

Preso atto che in data 13/09/2017 si è riunito il seggio di gara, nominato con la propria Determinazione n. 318 del 12/09/2017, per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e per la verifica dei documenti richiesti;

Considerato che tutte le Ditte hanno presentato regolare documentazione per cui sono state ammesse alle successive fasi di gara, come da verbale della prima seduta pubblica del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa di cui al prot. n. 12867 del (ALLEGATO 1);

Richiamata la deliberazione n. 369 del 20/10/2017 con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara;

Dato atto che nelle date seguenti:

- 10/11/2017
- 21/11/2017
- 06/12/2017 (prova pratica delle apparecchiature)
- 12/12/2017

la Commissione Giudicatrice ha provveduto in seduta riservata, ai fini delle valutazioni di idoneità/qualità, alla prova pratica delle apparecchiature offerte in gara come previsto nel Disciplinare di gara dell'Accordo Quadro e nella Lettera di invito;

Rilevato che le prove pratiche delle apparecchiature sono state svolte, su indicazione della Commissione Giudicatrice, presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova;

Preso atto dei verbali dei lavori di valutazione tecnica (qualità/idoneità) della Commissione Giudicatrice riunitasi in seduta riservata nelle date sotto riportate:

- 10/11/2017 – verbale del 10/11/2017
- 21/11/2017 – verbale prot. n. 17451 del 22/11/2017
- 06/12/2017 – verbale prot. n. 18720 del 07/12/2017
- 11/12/2017 – verbale prot. n. 18901 del 12/12/2017

allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2);

Rilevato che la Società Hitachi Medical Systems Italia spa, con nota acquisita al prot. n. 18514 del 05/12/2017, ha comunicato alla Centrale di Acquisto di non poter partecipare alla prova pratica dell'ecografo relativamente al lotto 2 per problemi logistici, conseguentemente rinunciando al rilancio competitivo relativo al lotto in questione;

Dato atto che la Commissione Giudicatrice, nel corso della prova pratica delle apparecchiature svoltesi in data 6/12/2017 (verbale prot. n. 18720 del 07/12/2017) ha rilevato che l'ecografo e le sonde presentati in visione dalla Società Mindray Medical Italy srl per il Lotto 1 risultavano difformi dai modelli offerti in sede di Accordo Quadro e, pertanto, alla luce di quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dal capitolato tecnico dell'Accordo Quadro, ha ritenuto di procedere all'esclusione della Società medesima dal prosieguo della procedura di rilancio competitivo relativamente al lotto 1, con comunicazione di cui al prot. n. 19176 del 14/12/2017;

Preso altresì atto del verbale della seduta pubblica del 22/12/2017 di cui al prot. n.37 del 02/01/2018 (ALLEGATO 3) concernente l'apertura delle offerte economiche e l'individuazione dei migliori offerenti, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto con il quale si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria dei rilanci competitivi;

Dato atto delle risultanze delle diverse offerte, quali di seguito meglio precisate, a seguito delle quali emerge la proposta di aggiudicazione alle Ditte ed ai prodotti di seguito meglio precisati:

Lotto	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)
1	Ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico-terapeutiche ecoguidate	ESAOTE spa	Ecografo MyLabGamma cod. 101741000	€ 13.450,00
			Licenza cardio codice 301007500	€ 700,00
			Sonda cardiologica adulti SP2730 codice 121202200	€ 2.200,00
2	Ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	ESAOTE spa	Ecografo My Lab Seven eHD cod. 101640000	€ 21.000,00
			Modulo contrasto codice 301000915	€ 300,00
			Sonda lineare SL2325 15 mhz codice 121202000	€ 1.000,00
			Sonda cardiologica pediatrica SP2442 codice 121200600	€ 1.000,00
			Kit biopsia per sonda convex WBAC54X codice 1417300	€ 250,00
			Kit biopsia per sonda lineare CBSL53X attacco riutilizzabile codice 141006700	€ 450,00
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Logiq S8 XDclear codice H4272LP	€ 30.400,00
			Elasto Shear Wave codice H46482LA	€ 11.000,00
			Modulo Fusion Imaging codice NL01	€ 11.000,00
			Modulo 3D/4D codice NL02	€ 1.500,00
			Modulo ostetricia codice H46342LJ	€ 500,00
			Trasduttore volumetrico convex 3D/4D codice H48681MG	€ 7.000,00
			Trasduttore cardiologico pediatrico codice H45021RR	€ 4.000,00
			Trasduttore microconvex codice H48342LA	€ 4.000,00
			Trasduttore lineare codice H40452LL	€ 4.000,00
			Kit biopsia sonda convex codice HH4913BB	€ 450,00
			Kit biopsia per sonda lineare codice H40432LJ	€ 441,00
4	Ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	ESAOTE spa	Ecografo MyLab Seven eHD codice 101640000	€ 16.000,00

5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	PHILIPS spa	Ecografo Affiniti 70	€ 59.950,00
6	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	PHILIPS spa	Ecografo Affiniti 70	€ 87.568,00
7	Ecocardiografo di media fascia	SIEMENS HEALTHCARE srl	Ecografo Acuson X700 codice 10658844	€ 20.500,00
8	Noleggio ecocardiografo di media fascia	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Vivid T8 pro codice H48472A0	€ 22.400,00

Dato atto che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali CONSIP sovrapponibili alla presente procedura;

Vista la proposta di aggiudicazione di cui al Verbale di apertura delle offerte economiche del 22/12/2017;

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione dei rilanci competitivi, in conformità ai verbali allegati alla presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA

- Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione dei rilanci competitivi per l'affidamento degli appalti specifici in attuazione dell'Accordo Quadro per la fornitura ed il noleggio di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria;
- Di procedere alla aggiudicazione dei rilanci competitivi secondo lo schema seguente:

Lotto	Descrizione	AGGIUDICATARIO	Prodotto offerto	Prezzo unitario offerto (euro IVA esclusa)
1	Ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico-terapeutiche ecoguidate	ESAOTE spa	Ecografo MyLabGamma cod. 101741000	€ 13.450,00
			Licenza cardio codice 301007500	€ 700,00
			Sonda cardiologica adulti SP2730 codice 121202200	€ 2.200,00
2	Ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	ESAOTE spa	Ecografo My Lab Seven eHD cod. 101640000	€ 21.000,00
			Modulo contrasto codice 301000915	€ 300,00
			Sonda lineare SL2325 15 mhz codice 121202000	€ 1.000,00





			Sonda cardiologica pediatrica SP2442 codice 121200800	€ 1.000,00
			Kit biopsia per sonda convex WBAC54Xcodice 1417300	€ 250,00
			Kit biopsia per sonda lineare CBSL53X attacco riutilizzabile codice 141006700	€ 450,00
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Logiq S8 XDclear codice H4272LP	€ 30.400,00
			Elasto Shear Wave codice H46482LA	€ 11.000,00
			Modulo Fusion Imaging codice NL01	€ 11.000,00
			Modulo 3D/4D codice NL02	€ 1.500,00
			Modulo ostetricia codice H46342LJ	€ 500,00
			Trasduttore volumetrico convex 3D/4D codice H48681MG	€ 7.000,00
			Trasduttore cardiologico pediatrico codice H45021RR	€ 4.000,00
			Trasduttore microconvex codice H48342LA	€ 4.000,00
			Trasduttore lineare codice H40462LL	€ 4.000,00
			Kit biopsia sonda convex codice HH4913BB	€ 450,00
			Kit biopsia per sonda lineare codice H40432LJ	€ 441,00
4	Ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	ESAOTE spa	Ecografo MyLAB Seven eHD codice 101640000	€ 16.000,00
5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	PHILIPS spa	Ecografo Affiniti 70	€ 59.950,00
6	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	PHILIPS spa	Ecografo Affiniti 70	€ 87.568,00
7	Ecocardiografo di media fascia	SIEMENS HEALTHCARE srl	Ecografo Acuson X700 codice 10658844	€ 20.500,00
8	Noleggio ecocardiografo di media fascia	GE Medical Systems Italia spa	Ecografo Vivid T8 pro codice H48472A0	€ 22.400,00

3. Di dare atto che:

- I controlli previsti dalla normativa vigente sugli aggiudicatari sono già stati espletati dalla Centrale di Acquisto in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- Agli appalti specifici affidati sulla base di un accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 163/2006
- L'importo della garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura del 10% dell'importo dell'appalto specifico affidato;

4. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

5. Di disporre, la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara:

- Servizio appalti Regione Liguria
- Sito Web Aziendale.



-
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi ed è composto da n. 7 (sette) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



Allegati:

- Verbale apertura documentazione amministrativa – 13/09/2017 (prot. n. 12867 del 13/09/2017)
- Verbali lavori Commissione Giudicatrice:
 - * seduta del 10/11/2017 – verbale del 10/11/2017
 - * seduta del 21/11/2017 – verbale prot. n. 17451 del 22/11/2017
 - * seduta del 06/12/2017 – verbale prot. n. 18720 del 07/12/2017
 - * seduta del 11/12/2017 – verbale prot. n. 18901 del 12/12/2017
- Verbale apertura offerte economiche – 22/12/2017 (prot. n. 37 del 02/01/2017)



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa- tel.010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Tiziana Tazzoli- tel. 010/548-8553
e-mail: tiziana.tazzoli@regione.liguria.it

Procedura n. 6821639 – Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento degli appalti specifici relativi all'Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 59 D. lgs. n. 163/2006 per la fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria. Lotti n. 8.

Verbale di apertura buste afferenti la documentazione amministrativa

Il giorno 13/09/2017 alle ore 10:00, presso la Sala riunioni dell'Area Centrale Regionale di Acquisto in via D'Annunzio 64, 16121 Genova, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione n. 318 del 12/09/2017 per la verifica della sussistenza della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti. Sono presenti i Sigg.:

- Dr. Luigi Moreno Costa - Dirigente della Centrale - Presidente
- Dr.ssa Tiziana Tazzoli - Collaboratore amm.vo prof.le della Centrale – Componente Segretario
- Dr.ssa Francesca Elia– Collaboratore amm.vo della Centrale – Componente

L'Ufficiale rogante di A.Li.Sa., Area Centrale Regionale d'Acquisto, è presente nella persona del dott. Attilio Profumo..

In rappresentanza delle Ditte partecipanti sono presenti i Signori:

Nominativo	Ditta
Pinazzi Goffredo	Esaote spa
Rossi Marco	Sipar srl
Calzolari Riccardo	Siemens Healthcare srl
Malacarne Marco	Mindray Medical Italy srl
Amaro Antonio	GE Medical Systems Italia spa
Sanguineti Fabio	Hitachi Medical Systems Italia spa - arrivato ore 10:23

muniti delle necessarie procure (presentate in copia o in originale) che verranno allegate quali parti integranti e sostanziali del presente verbale in caso di dichiarazioni rese a verbale.

Il Seggio di gara dà preliminarmente atto che:

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

2 di 3

- con determinazione n. 286 del 07/08/2017 si è provveduto all'indizione della procedura in oggetto ed all'approvazione della lettera di invito e delle norme di partecipazione;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore 12,00 del giorno 11/09/2017;

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il termine delle ore 12,00 dell'11/09/2017 sono pervenute le offerte delle Ditte invitate:

Ditta	Protocollo
Emac srl	n. 12329 del 04/09/2017
Mindray Medical Italy srl	n. 12498 del 06/09/2017
Hitachi Medical Systems spa	n. 12596 del 07/09/2017
GE Medical Systems Italia spa	n. 12659 dell'08/09/2017
Esate spa	n. 12686 dell'08/09/2017
Sipar srl	n. 12726 dell'11/09/2017 ore 8:43
Philips spa	n. 12727 dell'11/09/2017 ore 8:44
Siemens Healthcare srl	n.12733 dell'11/09/2017 ore 10:02

Si da atto che la Società FujiFilm Sonosite Italy srl non ha presentato offerta per il Lotto 1 per il quale era stata invitata e, pertanto, come previsto dal Disciplinare di Gara dell'Accordo Quadro e dalla lettera di invito si procederà alla risoluzione unilaterale della convenzione di Accordo Quadro relativo al Lotto 1 stipulato con la Società interessata.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare dal Sig. Malacarne della Società Mindray Medical Italy srl l'integrità dei plichi pervenuti custoditi sino alla seduta odierna a cura del RUP in luogo chiuso a chiave, procede pertanto, ad aprire gli stessi che, come prescritto dalle norme di partecipazione, risultano contenere le buste sigillate previste dalla lettera di invito contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

La verifica della sussistenza della documentazione amministrativa ha stabilito che la stessa è stata **regolarmente** confermata per tutti i sopraindicati offerenti che risultano pertanto tutti ammessi al proseguo della gara. Si da atto che i requisiti soggettivi, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi erano già stati verificati dalla stazione appaltante in fase di Accordo Quadro. Pertanto la Centrale di Acquisto provvederà a verificare le situazioni dichiarate come variate dalle Società partecipanti.

Le buste contenenti le offerte economiche vengono raccolte in un plico sigillato e siglato sui lembi di chiusura dal Presidente del Seggio di Gara, dall'Ufficiale Rogante e dai rappresentanti delle Ditte presenti.

Il plico sarà riposto per la conservazione in armadio con serratura collocato in luogo chiuso.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web istituzionale in data 13/09/2017.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria


AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO


3 di 3


La seduta è tolta alle ore 10:36


Letto, confermato e sottoscritto.

- **Presidente:**
Dott. Luigi Moreno Costa
- **Componente Segretario**
Dott.ssa Tiziana Tazzoli
- **Componente:**
Dott.ssa Francesca ELIA
- **L'Ufficiale Rogante:**
Dott. Attilio PROFUMO









Rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria. Procedura n. 6821639

**Prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice
10 novembre 2017**

Il giorno 10 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 15:00 presso la sede operativa della Centrale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64, 6° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 369 del 20/10/2017 per le operazioni preliminari alla valutazione della idoneità/qualità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti. Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
DE BIASIO	Dott.ssa Pierangela	Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS	in qualità di Presidente
LUPI	Dott. Gabriele	ASL 3 Genovese	in qualità di Componente
DAMASIO	Dott.ssa Beatrice	IRCCS Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della CRA che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Nella seduta odierna i componenti della Commissione Giudicatrice provvedono a compilare le dichiarazioni di incompatibilità/assenza di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente, che vengono acquisite agli atti della Centrale.

La Commissione prende altresì atto delle offerte da valutare, della documentazione di gara messa a disposizione dalla Centrale di Acquisto che ha provveduto alla conservazione della stessa in apposito armadio chiuso a chiave presso il locale archivio sito al 6° piano.

La Commissione decide di aggiornare i lavori alla successiva seduta fissata per il giorno 20 novembre 2017, presso l'Ospedale Policlinico San Martino, al fine di pianificare e organizzare la prova pratica delle apparecchiature prevista dai documenti di gara.


La documentazione esaminata è nuovamente rassegnata agli atti della Centrale di Acquisto per la conservazione.

Il Presidente della Commissione ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta ore 17:00

Genova 10/11/2017

Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Pierangela DE BIASIO
Presidente



Dott.ssa Gabriele LUPI
Componente



Dott.ssa Beatrice DAMASIO
Componente



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



Rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria. Procedura n. 6821639
Seconda seduta riservata della Commissione Giudicatrice
21 novembre 2017

Il giorno 21 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 16:30 presso il Padiglione 2, dell'Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 369 del 20/10/2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti. Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
DE BIASIO	Dott.ssa Pierangela	Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS	in qualità di Presidente
LUPI	Dott. Gabriele	ASL 3 Genovese	in qualità di Componente
DAMASIO	Dott.ssa Beatrice	IRCCS Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della CRA che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

Nella seduta odierna la Commissione Giudicatrice provvederà a verificare la documentazione agli atti ed a predisporre le modalità di svolgimento, nonché il calendario della prova pratica delle apparecchiature offerte dalle Ditte risultanti rispettivamente aggiudicatrici dei diversi lotti dell'Accordo Quadro.

La prova pratica è prevista, a pena di esclusione, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro per l'attribuzione del punteggio massimo di 20 punti da sommare al punteggio tecnico ereditato in sede di Accordo Quadro per l'affidamento dei singoli Appalti Specifici.

La Commissione decide di effettuare la prova pratica delle apparecchiature presso l'Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS, pad 1 Sala 6. La prova verrà effettuata nella routine clinica, su pazienti appositamente selezionati dalla Commissione stessa tra pazienti e/o personale ospedaliero che si offre volontario, previa acquisizione del consenso informato. Il Presidente della Commissione si occuperà di informare il Direttore del Reparto ospitante, Dott. Claudio Gustavino, di organizzare la logistica recuperando gli spazi necessari per il deposito temporaneo delle apparecchiature esaminate e per l'effettuazione delle prove. La Centrale di Acquisto si occuperà invece delle comunicazioni alle Ditte partecipanti ed agli organi di vertice del Policlinico ed in particolare Direzione Generale, Direzione Sanitaria e Ingegneria Clinica.

Quanto al calendario delle prove, la Commissione decide di fissare la valutazione per il giorno 6 dicembre 2017, dalle ore 8:30 in poi in modo da poter convocare le Ditte partecipanti con congruo anticipo.


La commissione si riunirà alle ore 8:00 per l'attività preparatoria. Viene stilato un calendario indicativo di 15 minuti in 15 minuti, per ordine di lotto, che potrà subire variazioni in esito ai lavori della Commissione medesima. La valutazione verterà esclusivamente sui parametri posti in gara, come specificati nel Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro e riportati nella Lettera di Invito.

La seduta termina alle ore 18:30


Genova 21/11/2017

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott.ssa Pierangela DE BIASIO
Presidente



Dott.ssa Gabriele LUPI



Componente

Dott.ssa Beatrice DAMASIO 

Componente

Dott.ssa Tiziana TAZZOLI 

Segretario



Prot. n. 18720 del 07/12/2017

Rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria.

Procedura n. 6821639

**Terza seduta riservata della Commissione Giudicatrice (prova pratica apparecchiature)
6 dicembre 2017**

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 8:30 presso il Padiglione 1, piano terra, Sala 6 dell'Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 369 del 20/10/2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti. Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
DE BIASIO	Dott.ssa Pierangela	Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS	in qualità di Presidente
LUPI	Dott. Gabriele	ASL 3 Genovese	in qualità di Componente
DAMASIO	Dott.ssa Beatrice	IRCCS Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della CRA che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In data odierna si procede, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara dell'Accordo Quadro, all'effettuazione della prova pratica delle apparecchiature risultate selezionate, nei vari Lotti, in fase di Accordo Quadro.

Le Ditte invitate al rilancio competitivo in quanto aggiudicatrici dei vari lotti dell'Accordo Quadro sono le seguenti:

Lotto 1 (ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico/terapeutiche eco-guidate):

- > Esaote spa
- > Mindray Medical Italy srl
- > FujiFilm Italia srl

Lotto 2 (ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari)

- > Esaote spa
- > GE Medical Systems Italia spa
- > Hitachi Medical Systems Italia spa
- > Siemens Healthcare srl

Lotto 3 (ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari)

- > Esaote spa
- > GE Medical Systems Italy spa
- > Sipar srl

Lotto 4 (ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia):

- > Esaote spa
- > GE Medical Systems Italia spa
- > Hitachi Medical Systems spa
- > Siemens Healthcare srl

Lotto 5 (ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia):

- > Esaote spa

llB Damasio
Manuela De Biasio
Luca Lupi

- Philips spa Settore Healthcare
- Siemens Healthcare srl

Lotto 6 (noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia ginecologia):

- Philips spa Settore Healthcare
- Siemens Healthcare srl
- Sipar srl

Lotto 7 (ecocardiografo media fascia):

- Esaote spa
- Emac srl
- GE Medical Systems Italia spa
- Siemens Healthcare srl

Lotto 8 (noleggio ecocardiografo di media fascia):

- Emac srl
- GE Medical Systems Italia spa
- Siemens Healthcare srl

Il Presidente della Commissione dà preliminarmente atto che la Società FujiFilm Sonosite Italy srl non partecipa al rilancio competitivo relativo al Lotto 1 in quanto, come comunicato con nota in data 18/09/2017, la medesima ha subito un processo di fusione con la Società FujiFilm Italia spa con decorrenza 1 luglio 2017. La Società interessata non ha provveduto a comunicare alla Centrale di Acquisto tale accadimento, omettendo altresì la comunicazione dei nuovi recapiti aziendali. In conseguenza di tali omissioni ha ricevuto l'invito al rilancio competitivo successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (11 settembre 2017, ore 12:00). A seguito di ciò, la Centrale di Acquisto, con nota prot. n. 13593 del 26/09/2017, ha comunicato all'incorporante FujiFilm Italia spa l'impossibilità della riammissione nei termini essendo l'omessa presentazione dell'offerta addebitale esclusivamente a fatto della medesima società.

La CRA, pertanto, su indicazione della Commissione Giudicatrice, ha provveduto ad effettuare le convocazioni delle Ditte selezionate nell'Accordo Quadro, come da nota prot. n. 17634 del 23/11/2017 acquisita agli atti.

Il Presidente da altresì atto che la Società Hitachi Medical Systems Italia spa, con nota prot. n. 18514 del 05/12/2017 acquisita agli atti, ha comunicato l'impossibilità a partecipare al rilancio competitivo relativo al Lotto 2 per problemi logistici.

Il Presidente ricorda che l'effettuazione della prova pratica è finalizzata all'attribuzione del punteggio "residuale" (max 20 punti) che va a sommarsi al punteggio tecnico "ereditato" da ciascun aggiudicatario dell'Accordo Quadro ai fini dell'affidamento dei singoli appalti specifici.

I parametri di valutazione per ogni lotto sono quelli indicati nel Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro e riportati nella Lettera di Invito.

Per decisione della Commissione Giudicatrice la prova si svolge nella routine clinica, su pazienti selezionati dai componenti della Commissione medesima, dei quali è stato preventivamente acquisito il consenso informato. Delle prove è stato altresì informato, con apposita comunicazione, il Direttore del Reparto ospitante, Dott. Claudio Gustavino, che ha prestato, con il personale tutto, la massima collaborazione e disponibilità.

Per l'Ingegneria Clinica dell'Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS è presente l'Ing. Dessypris Adriano che, insieme ai tecnici dell'ospedale, effettua le verifiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature in prova. Le Ditte invitate alla prova pratica hanno regolarmente esibito la dichiarazione di manleva di responsabilità e copia della polizza RCT richieste da CRA ai fini dell'espletamento della prova stessa, che sono acquisite agli atti.

Per ogni lotto, la Commissione Giudicatrice verifica preliminarmente che i prodotti (ecografo e trasduttori) esibiti in prova dalle Ditte intervenute siano conformi ai prodotti indicati nell'offerta tecnica. Al termine di ogni prova la Commissione provvederà a chiedere a ciascun rappresentante delle Ditte intervenute se ha dichiarazioni da mettere a verbale in merito alla prova espletata, in modo da garantirne lo svolgimento in pieno contraddittorio.

Espletati tutti gli adempimenti formali come sopra specificati, la prova ha inizio alle ore 9:00 con la visione dell'apparecchiatura della Società Esaote spa per il lotto 1, per la quale è presente il Sig. Goffredo Pinazzi ed il Sig. Mario Leoncini. La prova termina alle ore 9:30

Alle ore 9:40 la Commissione passa a visionare l'ecografo presentato in prova dalla Società Mindray Medical Italy srl per la quale è presente il Sig. Banchelli Paolo. La Commissione rileva che l'ecografo presentato in prova da Mindray Medical Italy srl è l'M58 mentre in fase di Accordo Quadro è stato offerto l'ecografo M7. Si da atto in tale sede che nessuna comunicazione in merito è pervenuta alla Centrale di Acquisto. La

Commissione, pertanto, si riserva di valutare l'ammissibilità o meno del prodotto presentato dalla Società Mindray Medical Italy srl, risultando presentato un prodotto diverso da quello offerto in sede di Accordo Quadro. Alle ore 10:20 circa la Commissione inizia la valutazione degli apparecchi esposti in prova per il lotto 2. Inizia la prova l'apparecchio offerto dalla Società GE Medical Systems Italia spa, l'ecografo Logiq S7 pro. Per la Società è presente il Sig. Amaro Antonio. La prova termina alle ore 10:50.

Alle ore 11:20 la Commissione inizia la valutazione dell'ecografo offerto dalla Società Siemens Healthcare srl Acuson X700. Per la società è presente il Sig. Calzolari Riccardo. La prova termina alle ore 11:45.

Alle ore 11:55 la Commissione visiona l'ecografo My Lab Seven eHD offerto dalla Società Esaote spa per la quale sono presenti i Sig.ri Goffredo Pinazzi, e Benelli Massimiliano. Poiché la Società Esaote spa partecipa anche al Lotto 3 (ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari) proponendo l'ecografo My Lab Class C eHD, la Commissione al fine di ottimizzare i tempi a disposizione decide di visionare entrambi gli apparecchi. La prova di entrambi gli ecografi termina alle ore 13:00.

Alle ore 13:05 la Commissione passa ad esaminare l'ecografo offerto per il Lotto 3 dalla Società GE Medical Systems Italia spa, ecografo Logiq S8 Xdclear, per la quale è presente il Sig. Amaro Antonio. La prova termina alle ore 13:55.

Alle ore 14:00, poiché la Società Sipar srl ha comunicato di aver dimenticato la sonda lineare da esibire in prova e di aver inviato uno specialist presso la sede di Milano per recuperarla in tempo utile per la prova, la Commissione decide di sospendere la seduta per una pausa e di riprendere i lavori alle ore 14:30.

I lavori della Commissione riprendono, dopo la pausa, alle ore 14:35. Poiché la Società Sipar srl è ancora in attesa della sonda lineare, la Commissione decide, con l'accordo di quest'ultima, di iniziare la prova pratica degli ecografi offerti per il Lotto 4 (ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia). Il Presidente della Commissione, Dott.ssa De Biasio, precisa che le prove sugli ecografi per utilizzo ostetrico/ginecologico (Lotti 4, 5 e 6) vengono effettuate su pazienti gravide, volontarie, appositamente selezionate al medesimo stadio della gravidanza.

Inizia la prova l'ecografo offerto dalla Società Hitachi Medical Systems Italia spa, ecografo F37. La prova termina alle ore 14:55. Alle ore 15:00 la Commissione completa la visione degli ecografi del lotto 3 esaminando l'apparecchio offerto dalla Società Sipar srl, Aplio 500, per la quale sono presenti i Sig.ri Paolo Ruta, Massimo Rodio e Marco Rossi. La prova termina alle ore 15:48.

Alle ore 15:51, al fine di ottimizzare la tempistica a disposizione, la Commissione decide di visionare gli ecografi presentati dalla Società Siemens Healthcare srl per i Lotti 4, 5 e 6. Per la Società è presente il Sig. Calzolari Riccardo. Per il lotto 4 la società Siemens Healthcare srl presenta l'ecografo Acuson X600, per i lotti 5 e 6 (ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia in acquisto e noleggio) Siemens Healthcare presenta l'ecografo Acuson S2000. La prova delle due apparecchiature offerte termina alle ore 16:20. Alle ore 16:30 la Commissione prova l'ecografo offerto dalla Società Sipar srl per il lotto 6, ecografo Aplio 300, per la quale sono presenti i Sig.ri Paolo Ruta, Massimo Rodio e Marco Rossi. La prova termina alle ore 16:50.

Alle ore 16:52 la Commissione prova gli ecografi offerti da Esaote spa per i Lotti 4 e 5. Per tali Lotti la società Esaote spa, per la quale è presente il Sig. Goffredo Pinazzi ed il Sig. Massimiliano Benelli, presenta gli ecografi My Lab Seven eHD (Lotto 4) e My Lab Class C eHD (lotto 5). La prova termina alle ore 17:20.

Alle ore 17:21 la Commissione termina l'esame degli ecografi del lotto 4 (ecografo di media fascia per applicazioni in ginecologia/ostetricia) con la prova dell'ecografo Voluson P8 offerto dalla Società GE Medical Systems Italia spa per la quale è presente il Sig. Amaro Antonio. La prova termina alle ore 17:48.

Alle ore 17:49 la Commissione, nell'attesa della paziente gravida per ultimare le prove degli ecografi offerti per i Lotti 5 e 6 dalla Società Philips spa, decide di iniziare la visione delle apparecchiature offerte per i Lotti 7 e 8 (ecocardiografo di media fascia in acquisto e noleggio) dalla Società Esaote spa, per la quale è presente il Sig. Goffredo Pinazzi ed il Sig. Giacomo Nincheri in qualità di specialist. Per entrambi i lotti la Società Esaote spa ha offerto l'ecografo My Lab Seven eHD configurazione cardio. La prova termina alle ore 18:20.

Reperita la paziente in stato di gravidanza, la Commissione ultima la visione degli ecografi offerti per i Lotti 5 e 6 (ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia acquisto e noleggio), procedendo all'esame dell'apparecchiatura offerta per entrambi i Lotti dalla Società Philips spa settore Healthcare, ecografo Affiniti 70.. La prova termina alle ore 18:42

Alle ore 18:44 la Commissione riprende l'esame degli ecocardiografi di media fascia provando l'apparecchio offerto dalla Società Emac srl per i Lotti 7 e 8. L'ecografo offerto per entrambi i lotti è il Philips Clearvue. La prova termina alle ore 19:00.

Alle ore 19:05 la Commissione prova l'ecocardiografo offerto dalla Società Siemens Healthcare srl per la quale è presente il Sig. Riccardo Calzolari. L'apparecchio offerto per entrambi i lotti (7 e 8) è l'Acuson X700. La prova termina alle ore 19:20

Infine, alle ore 19:20 la Commissione ultima la prova degli ecocardiografi esaminando l'apparecchio offerto per i Lotti 7 e 8 dalla Società GE Medical Systems Italia spa per la quale è presente il Sig. Antonio Amaro. L'ecografo offerto per entrambi i lotti è l'apparecchio Vivid T8 Pro. La prova termina alle ore 19:44. La Commissione da atto che per gli ecocardiografi dei Lotti 7 e 8, Esaote, GE Medical Systems ed Emac non

Antonio Amaro

Massimiliano Benelli

De Biasio

avevano gli elettrodi per l'utilizzo del modulo ECG . Gli elettrodi sono stati forniti dalla società Siemens Healthcare ma la Commissione non è riuscita a far funzionare il modulo ECG delle società GE ed Esaote, il modulo ECG Emac srl, invece, funzionava molto bene. La Commissione ritiene pertanto di premiare anche tale aspetto.

Terminata la prova pratica di tutte le apparecchiature in gara, il Presidente della Commissione da atto che tutto si è svolto regolarmente e che i rappresentanti delle Ditte intervenute non hanno reso dichiarazioni da mettere a verbale in merito al corretto svolgimento delle prove.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti, il personale del Reparto ospitante per la collaborazione e disponibilità, e rassegna i documenti della procedura, ivi incluso il presente verbale, agli atti della Centrale di Acquisto nella persona della Dott.ssa Tiziana Tazzoli, in qualità di segretario verbalizzante.


La Commissione aggiorna la seduta a Lunedì 11 dicembre 2017, ore 16:30, per il completamento delle operazioni di valutazione dell'idoneità delle offerte e l'attribuzione dei punteggi di qualità.

La seduta è tolta alle ore 19:45


Genova, 06/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Pierangela DE BIASIO
Presidente



Dott. Gabriele LUPI
Componente



Dott.ssa Beatrice DAMASIO
Componente



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



Prot. n. 18901 del 12/12/2017

**Rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria.
Procedura n. 6821639
Quarta seduta riservata della Commissione Giudicatrice
11 dicembre 2017**


Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore 17:00 presso la sede operativa della Centrale di Acquisto in Via G. D'Annunzio n. 64, 2° piano, in Genova, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 369 del 20/10/2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti. Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
DE BIASIO	Dott.ssa Pierangela	Ospedale Policlinico San Martino/IRCCS	in qualità di Presidente
LUPI	Dott. Gabriele	ASL 3 Genovese	in qualità di Componente
DAMASIO	Dott.ssa Beatrice	IRCCS Giannina Gaslini	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della CRA che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In data odierna la Commissione Giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi qualità relativi alle apparecchiature offerte per i vari lotti, alla luce delle prove pratiche svoltesi in data 6 dicembre 2017, come da verbale prot. n. 18720 del 07/12/2017.

In apertura di lavori la Commissione torna sull'offerta della Società Mindray Medical per il lotto 1 (ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico/terapeutiche eco-guidate). Infatti, nel corso della prova pratica la Società Mindray Medical Italy srl, presente il rappresentante Sig. Banchelli Paolo, ha presentato un ecografo (M58) e sonde (trasduttore convex 3C5s e trasduttore lineare HiFreq Ns) differenti da quelli risultanti dall'offerta tecnica presentata in sede di Accordo Quadro (Ecografo M7 e trasduttore convex C5-2s e trasduttore lineare L12-4s). All'evidenza della non corrispondenza tra prodotto offerto in Accordo Quadro e prodotto esibito in prova, il rappresentante della Società interessata comunicava alla Commissione che l'ecografo M7 è uscito di produzione e che, quindi, si procedeva alla sostituzione con la nuova apparecchiatura M58. La Commissione in tale sede, prendeva atto dell'accaduto e si riservava le valutazioni del caso. La Commissione, valutata la situazione, ritiene che l'offerta tecnica in fase di rilancio competitivo è da ritenersi vincolata all'offerta tecnica presentata in sede di Accordo Quadro in quanto il Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, relativamente alla prova pratica, espressamente prevede: *"Si precisa che preliminarmente all'effettuazione della prova pratica la Commissione Giudicatrice verificherà la corrispondenza tra quanto dichiarato dalla Ditta concorrente nell'offerta tecnica e l'apparecchiatura esibita in prova. L'eventuale non corrispondenza comporterà l'esclusione dal prosieguo della procedura"*. Inoltre, agli atti della Centrale di Acquisto non risulta pervenuta alcuna segnalazione in merito alla pretesa sostituzione che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante. La Commissione, pertanto, ritiene di dover escludere dal prosieguo della procedura il prodotto offerto dalla Società Mindray Medical Italy per il lotto 1 in quanto non corrispondente all'offerta tecnica vincolata presentata in sede di Accordo Quadro. Invero, un eventuale aggiornamento tecnologico è praticabile solo in corso di esecuzione del contratto (quindi ad aggiudicazione avvenuta) e non nel corso di espletamento della procedura selettiva, anche in considerazione del fatto che nella procedura in oggetto il punteggio tecnico assegnato a seguito della prova pratica viene sommato al punteggio tecnico ereditato dall'Accordo Quadro. Si da altresì atto che anche la Società Ge Medical Systems Italia spa, con nota in data 10/08/2017, ha richiesto alla Centrale di Acquisto la possibilità di presentare, relativamente al Lotto 2 (ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari) un ecografo con caratteristiche migliorative rispetto al modello Logiq S7 offerto in Accordo Quadro, in quanto non più presente nel listino. Anche in tale frangente la Centrale di Acquisto ha



provveduto a negare l'autorizzazione alla sostituzione per le ragioni sopra già enunciate (nota prot. n. 12120 del 29/08/2017 acquisita agli atti).

Ciò chiarito la Commissione passa all'attribuzione dei punteggi previsti per ogni singolo Lotto dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro. Relativamente al lotto 1, essendo rimasta in gara la sola offerta della Società Esaote spa, la Commissione è concorde nell'esprimere una valutazione complessiva di idoneità dell'ecografo e degli accessori offerti.

Si da atto che, come previsto dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro, qualora la configurazione finale dell'apparecchiatura oggetto dell'Appalto Specifico non comprenda tutti i parametri inseriti nella griglia di valutazione, i punti relativi a tali parametri verranno redistribuiti sugli altri parametri in misura proporzionale. Si è, pertanto, proceduto alla prevista redistribuzione del punteggio nel Lotto 2, relativamente alla valutazione della sonda endocavitaria (max 2 p.ti) in quanto non richiesta nell'appalto specifico, e nel Lotto 4, relativamente alla valutazione del modulo 3D/4D (max 4 p.ti) in quanto non richiesto nell'Appalto Specifico.

Ciò chiarito la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi di qualità attraverso il metodo del confronto a coppie (Q2) come previsto dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro e ribaditi nella lettera di invito.

Per comodità di consultazione i punteggi assegnati vengono riepilogati nelle tabelle excel (ALLEGATO 1) allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Terminate le valutazioni il Presidente ringrazia i componenti per il lavoro svolto e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale di Acquisto


Genova, 11/12/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Pierangela DE BIASIO
Presidente




Dott. Gabriele LUPI
Componente



Dott.ssa Beatrice DAMASIO
Componente



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI
Segretario



All.to 1

Fogli excel Lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

LOTTO 2 - Ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia e multidisciplinari	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara		Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali	Valutazioni Individuali
				ESAOTE SPA	GE Medical Systems Italia spa	SIEMENS HEALTHCARE SRL
ECOGRAFO				MY LAB SEVEN	LOGIQ S7	ACUSON X 700
c.1 Qualità Imaging 2D	3,3	Q2	DE BIASIO	9,00	1,00	1,00
			LUPI	9,000	1	1,00
			DAMASIO	9,000	1	1,00
			Media coefficienti	9,000	1	1,00
			Riportati a 1	1,000	0,111	0,111
			Punteggio	3,300	0,367	0,367
c.2 Qualità enhancement ago	1,1	Q2	DE BIASIO	8,00	1,00	1,00
			LUPI	8,00	1,00	1,00
			DAMASIO	8,00	1,00	1,00
			Media coefficienti	8,00	1,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,13	0,13
			Punteggio	1,100	0,138	0,138
c.3 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata clip registrabile	4,5	Q2	DE BIASIO	2,00	2,00	2,00
			LUPI	2,00	2,00	2,00
			DAMASIO	2,00	2,00	2,00
			Media coefficienti	2,00	2,00	2,00
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	4,500	4,500	4,500
c.4 color doppler, doppler: valutazione grossi vasi addominali, valutazione piccoli vasi parenchimali, addominali (es. milza), del collo, periferici (es. tiroide, testicolo ecc.)	4,5	Q2	DE BIASIO	0,00	6,00	6,00
			LUPI	0,00	6,00	6,00
			DAMASIO	0,00	6,00	6,00
			Media coefficienti	0,00	6,00	6,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	4,500	4,500
c.5 sonde lineari	2,2	Q2	DE BIASIO	6,00	5,00	1,00
			LUPI	6,00	5,00	1,00
			DAMASIO	6,00	5,00	1,00
			Media coefficienti	6,00	0,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,00	0,17
			Punteggio	2,200	0,000	0,367
c.6 sonda convex	2,2	Q2	DE BIASIO	6,00	1,00	1,00
			LUPI	6,00	1,00	1,00
			DAMASIO	6,00	1,00	1,00
			Media coefficienti	6,00	1,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,17	0,17
			Punteggio	2,200	0,367	0,367

Ditta	P	G	B	Ditta	P	G	B
ESAOTE	5	5	5	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	4	4	4	SIEMENS	0	0	0
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	P	G	B	Ditta	P	G	B
ESAOTE	4	4	4	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	4	4	4	SIEMENS	0	0	0
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	P	G	B	Ditta	P	G	B
ESAOTE	1	1	1	GE MEDICAL ITALIA	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	P	G	B	Ditta	P	G	B
ESAOTE	0	0	0	GE MEDICAL ITALIA	5	5	5
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	5	5	5
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	P	G	B	Ditta	P	G	B
ESAOTE	5	5	5	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	5	5	5	SIEMENS	0	0	0



Ditta	P	G	B	Ditta	P	G	B
ESAOTE	3	3	3	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	3	3	3	SIEMENS	0	0	0
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

c.8 Ergonomia: facilità cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità	2,2	Q2	DE BIASIO	5,00	8,00	0,00
			LUPI	5,00	8,00	0,00
			DAMASIO	5,00	8,00	0,00
			Media coefficienti	5,00	8,00	0,00
			riportata a 1	0,63	1,00	0,00
			Punteggio	1,375	2,200	0,000

Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		14,675	12,071	10,238
Totale punteggio di qualità prova pratica riparametrato			20,000	16,451	13,952
Punteggio qualità ereditato			40,000	26,943	21,735
TOTALE PUNTEGGIO QUALITÀ			60,000	43,394	35,687

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	0	0	0	GE MEDICAL ITALIA	2	2	2
ESAOTE	5	5	5	SIEMENS	0	0	0
GE MEDICAL ITALIA	6	6	6	SIEMENS	0	0	0

Handwritten signatures and initials:



LOTTO 3 - Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinare	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	ESAO TE SPA			
			Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
ECOGRAFO			MYLABCLASS C	LOGIQ S8	APLIO 500	
c.1 qualità imaging 2D	5	Q2	DE BIASIO	1,00	6,00	1,00
			LUPI	1,000	6,00	1,00
			DAMASIO	1,000	6,00	1,00
			Media coefficienti	1,000	6,00	1,00
			riportata a 1	0,167	1,000	0,167
			Punteggio	0,833	5,000	0,833
c.2 mezzo di contrasto: cospicuità; enetità dell'enhancement; durata clip registrabile	2	Q2	DE BIASIO	2,00	2,00	2,00
			LUPI	2,00	2,00	2,00
			DAMASIO	2,00	2,00	2,00
			Media coefficienti	2,00	2,00	2,00
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	2,000	2,000	2,000
c.3 Color Doppler, Doppler: valutazione grossi vasi addominali; valutazione piccoli vasi parenchimali addominali (es. milza), periferici (es. tiroide, testicolo ecc.)	2	Q2	DE BIASIO	0,00	7,00	7,00
			LUPI	0,00	7,00	7,00
			DAMASIO	0,00	7,00	7,00
			Media coefficienti	0,00	7,00	7,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	2,000	2,000
c.4 Sonda lineari: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	1	Q2	DE BIASIO	0,00	4,00	4,00
			LUPI	0,00	4,00	4,00
			DAMASIO	0,00	4,00	4,00
			Media coefficienti	0,00	4,00	4,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	1,000	1,000
c.5 Sonda convex: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	1	Q2	DE BIASIO	0,00	6,00	2,00
			LUPI	0,00	6,00	2,00
			DAMASIO	0,00	6,00	2,00
			Media coefficienti	0,00	6,00	2,00
			riportata a 1	0,00	1,00	0,33
			Punteggio	0,000	1,000	0,333
c.6 Sonda endocavitaria: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	2	Q2	DE BIASIO	2,00	2,00	2,00
			LUPI	2,00	2,00	2,00
			DAMASIO	2,00	2,00	2,00
			Media coefficienti	2,00	2,00	2,00
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	2,000	2,000	2,000
c.7 Ergonomia: facilità sostituzione sonde; facilità di comunicazione tra sonde collegate; velocità di commutazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato)	2	Q2	DE BIASIO	1,00	8,00	1,00
			LUPI	1,00	8,00	1,00
			DAMASIO	1,00	8,00	1,00
			Media coefficienti	1,00	8,00	1,00
			riportata a 1	0,13	1,00	0,13
			Punteggio	0,250	2,000	0,250
c.8 Elastosonografia: facilità d'uso, accuratezza, ripetibilità	2	Q2	DE BIASIO	0,00	5,00	5,00
			LUPI	0,00	5,00	5,00
			DAMASIO	0,00	5,00	5,00
			Media coefficienti	0,00	5,00	5,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	2,000	2,000
c.9 Fusion: facilità d'uso; accuratezza; compatibilità multivendor	2	Q2	DE BIASIO	0,00	5,00	5,00
			LUPI	0,00	5,00	5,00
			DAMASIO	0,00	5,00	5,00
			Media coefficienti	0,00	5,00	5,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	2,000	2,000
c.10 3D/4D: qualità imaging; praticità; sonda 3D; velocità di acquisizione; ampiezza del campo; qualità dell'immagine sul piano coronale (ricostruito)	1	Q2	DE BIASIO	1,00	12,00	1,00
			LUPI	1,00	12,00	1,00
			DAMASIO	1,00	12,00	1,00
			Media coefficienti	1,00	12,00	1,00
			riportata a 1	0,08	1,00	0,08
			Punteggio	0,083	1,000	0,083
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		5,167	20,000	12,500	
Totale punteggio di qualità riparametrato			5,167	20,000	12,500	
Punteggio di qualità ereditato			50,000	46,236	46,674	
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'			55,167	66,236	59,174	

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	3	3	3
ESAOTE	1	1	1	SIPAR	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	3	3	3	SIPAR	0	0	0

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	1	1	1	GE	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	SIPAR	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIPAR	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	8	8	8
ESAOTE	0	0	0	SIPAR	8	8	8
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIPAR	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	4	4	4
ESAOTE	0	0	0	SIPAR	2	2	2
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	SIPAR	2	2	2

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	4	4	4
ESAOTE	0	0	0	SIPAR	2	2	2
GE MEDICAL ITALIA	2	2	2	SIPAR	0	0	0

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	1	1	1	GE	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	SIPAR	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIPAR	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	4	4	4
ESAOTE	1	1	1	SIPAR	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	4	4	4	SIPAR	0	0	0

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	4	4	4
ESAOTE	0	0	0	SIPAR	4	4	4
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIPAR	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	4	4	4
ESAOTE	0	0	0	SIPAR	4	4	4
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIPAR	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	GE	6	6	6
ESAOTE	1	1	1	SIPAR	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	6	6	6	SIPAR	0	0	0

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 4 - Ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	ESAOTE SPA		GE Medical Systems Italia spa		HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA		SIEMENS HEALTHCARE SRL	
			Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
ECOGRAFO			MyLabSeven		Voluson P8		F37		ACUSON X600	
c.1 Qualità imaging 2D	7,5	Q2	DE BIASIO	4,00	1,00	1,00	15,00			
			LUPI	4,00	1,00	1,00	15,00			
			DAMASIO	4,00	1,00	1,00	15,00			
			Media coefficienti	4,00	1,00	1,00	15,00			
			Riportati a 1	0,267	0,067	0,067	1,000			
			Punteggio	2,000	0,500	0,500	7,500			
			c.2 Mezzo di contrasto: cospicuità, entità dell'enhancement, durata clip registrabile	1,25	Q2	DE BIASIO	3,00	3,00	3,00	3,00
LUPI	3,00	3,00				3,00	3,00			
DAMASIO	3,00	3,00				3,00	3,00			
Media coefficienti	3,00	3,00				3,00	3,00			
riportata a 1	1,00	1,00				1,00	1,00			
Punteggio	1,250	1,250				1,250	1,250			
c.3 color doppler, doppler	3,81	Q2				DE BIASIO	4,00	1,00	1,00	12,00
			LUPI	4,00	1,00	1,00	12,00			
			DAMASIO	4,00	1,00	1,00	12,00			
			Media coefficienti	4,00	1,00	1,00	12,00			
			riportata a 1	0,33	0,08	0,08	1,00			
			Punteggio	1,270	0,318	0,318	3,810			
			c.6 sonda convex	2,48	Q2	DE BIASIO	5,00	1,00	1,00	5,00
LUPI	5,00	1,00				1,00	5,00			
DAMASIO	5,00	1,00				1,00	5,00			
Media coefficienti	5,00	1,00				1,00	5,00			
riportata a 1	1,00	0,20				0,20	1,00			
Punteggio	2,480	0,496				0,496	2,480			
c.7 sonda endocavitaria	2,48	Q2				DE BIASIO	1,00	1,00	5,00	5,00
			LUPI	1,00	1,00	5,00	5,00			
			DAMASIO	1,00	1,00	5,00	5,00			
			Media coefficienti	1,00	1,00	5,00	5,00			
			riportata a 1	0,20	0,20	1,00	1,00			
			Punteggio	0,496	0,496	2,480	2,480			
			c.8 Ergonomia: facilità cambio sonda, facilità di passaggio sonda connesse, facilità cambio modalità	2,48	Q2	DE BIASIO	5,00	0,00	2,00	5,00
LUPI	5,00	0,00				2,00	5,00			
DAMASIO	5,00	0,00				2,00	5,00			
Media coefficienti	5,00	0,00				2,00	5,00			
riportata a 1	1,00	0,00				0,40	1,00			
Punteggio	2,480	0,000				0,992	2,480			
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00					9,976	3,060	6,036	20,000	
Totale punteggio di qualità prova pratica riparametrato			9,976	3,060	6,036	20,000				
Punteggio qualità ereditato			40,000	31,729	32,393	30,573				
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			49,976	34,789	38,429	50,573				

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	2	2	2	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	2	2	2	HITACHI	0	0	0
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	5	5	5
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	HITACHI	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	SIEMENS	5	5	5
HITACHI	0	0	0	SIEMENS	5	5	5

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	1	1	1	GE MEDICAL ITALIA	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	HITACHI	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	HITACHI	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
HITACHI	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	2	2	2	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	2	2	2	HITACHI	0	0	0
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	4	4	4
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	HITACHI	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	SIEMENS	4	4	4
HITACHI	0	0	0	SIEMENS	4	4	4

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	2	2	2	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	2	2	2	HITACHI	0	0	0
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	HITACHI	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
HITACHI	0	0	0	SIEMENS	2	2	2

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	1	1	1	GE MEDICAL ITALIA	1	1	1
ESAOTE	0	0	0	HITACHI	2	2	2
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	HITACHI	2	2	2
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
HITACHI	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	PD	GI	BD	Ditta	PD	GI	BD
ESAOTE	2	2	2	GE MEDICAL ITALIA	0	0	0
ESAOTE	2	2	2	HITACHI	0	0	0
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	HITACHI	2	2	2
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
HITACHI	0	0	0	SIEMENS	2	2	2

Handwritten signatures and initials:
 BR
 JHW
 MAM

LOTTO 5 - Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara		ESAOTE SPA	PHILIPS spa	SIEMENS Healthcare
				Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali
ECOGRAFO				MY LAB CLASS C	AFFINITI 70	ACUSON S2000
c.1 qualità imaging 2D	7,5	Q2	DE BIASIO	0,00	9,00	2,00
			LUPI	0,000	9,00	2,00
			DAMASIO	0,000	9,00	2,00
			Media coefficienti	0,000	9,00	2,00
			Riportati a 1	0,000	1,000	0,222
			Punteggio	0,000	7,500	1,667
c.2 mezzo di contrasto: cospicuità; enetità dell'enhancement; durata clip registrabile	1,25	Q2	DE BIASIO	2,00	2,00	2,00
			LUPI	2,00	2,00	2,00
			DAMASIO	2,00	2,00	2,00
			Media coefficienti	2,00	2,00	2,00
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	1,250	1,250	1,250
c.3 Color Doppler, Doppler	2,5	Q2	DE BIASIO	0,00	3,00	3,00
			LUPI	0,00	3,00	3,00
			DAMASIO	0,00	3,00	3,00
			Media coefficienti	0,00	3,00	3,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	2,500	2,500
c.4 Sonda convex: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	1,25	Q2	DE BIASIO	2,00	2,00	2,00
			LUPI	2,00	2,00	2,00
			DAMASIO	2,00	2,00	2,00
			Media coefficienti	2,00	2,00	2,00
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00
			Punteggio	1,250	1,250	1,250
c.5 Sonda endocavitaria: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	2,5	Q2	DE BIASIO	0,00	5,00	2,00
			LUPI	0,00	5,00	2,00
			DAMASIO	0,00	5,00	2,00
			Media coefficienti	0,00	5,00	2,00
			riportata a 1	0,00	1,00	0,40
			Punteggio	0,000	2,500	1,000
c.6 Ergonomia: facilità sostituzione sonde; facilità di comunicazione tra sonde collegate; velocità di commutazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato)	1,25	Q2	DE BIASIO	1,00	4,00	1,00
			LUPI	1,00	4,00	1,00
			DAMASIO	1,00	4,00	1,00
			Media coefficienti	1,00	4,00	1,00
			riportata a 1	0,25	1,00	0,25
			Punteggio	0,313	1,250	0,313
c.10 Modulo 3D/4D: qualità imaging; praticità; sonda 3D; velocità di acquisizione, ampiezza del campo, qualità di immagine sul piano coronale (ricostruito)	3,75	Q2	DE BIASIO	0,000	7,000	2,000
			LUPI	0,000	7,000	2,000
			DAMASIO	0,000	7,000	2,000
			Media coefficienti	0,00	7,00	2,00
			riportata a 1	0,00	1,00	0,29
			Punteggio	0,000	3,750	1,071
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00			2,813	20,000	9,051
Totale punteggio di qualità riparametrato				2,813	20,000	9,051
Punteggio di qualità ereditato				35,974	50,000	36,681
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'				38,787	70,000	45,732

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
ESAOTE	0	0	0	PHILIPS	5	5	5
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
PHILIPS	4	4	4	SIEMENS	0	0	0

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS
ESAOTE	1	1	1	PHILIPS	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
PHILIPS	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS
ESAOTE	0	0	0	PHILIPS	2	2	2
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
PHILIPS	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS
ESAOTE	1	1	1	PHILIPS	1	1	1
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
PHILIPS	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS
ESAOTE	0	0	0	PHILIPS	3	3	3
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
PHILIPS	2	2	2	SIEMENS	0	0	0

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS
ESAOTE	0	0	0	PHILIPS	2	2	2
ESAOTE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
PHILIPS	2	2	2	SIEMENS	0	0	0

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMAS
ESAOTE	0	0	0	PHILIPS	4	4	4
ESAOTE	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
PHILIPS	3	3	3	SIEMENS	0	0	0

S. Maffei

LOTTO 6 - Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	PHILIPS spa	SIPAR SRL	SIEMENS Healthcare	
			Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
ECOGRAFO			AFFINITI 70	APLIO 300	ACUSON S2000	
c.1 qualità imaging 2D	7,5	Q2	DE BIASIO	10,00	0,00	2,00
			LUPI	10,00	0,00	2,00
			DAMASIO	10,00	0,00	2,00
			Media coefficienti	10,00	0,00	2,00
			Riportati a 1	1,000	0,000	0,200
Punteggio			7,500	0,000	1,500	
c.2 mezzo di contrasto: cospicuità; enetità dell'enhancement; durata clip registrabile	1,25	Q2	DE BIASIO	2,00	2,00	2,00
			LUPI	2,00	2,00	2,00
			DAMASIO	2,00	2,00	2,00
			Media coefficienti	2,00	2,00	2,00
			riportata a 1	1,00	1,00	1,00
Punteggio			1,250	1,250	1,250	
c.3 Color Doppler, Doppler	2,5	Q2	DE BIASIO	3,00	0,00	3,00
			LUPI	3,00	0,00	3,00
			DAMASIO	3,00	0,00	3,00
			Media coefficienti	3,00	0,00	3,00
			riportata a 1	1,00	0,00	1,00
Punteggio			2,500	0,000	2,500	
c.4 Sonda convex: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	1,25	Q2	DE BIASIO	3,00	0,00	3,00
			LUPI	3,00	0,00	3,00
			DAMASIO	3,00	0,00	3,00
			Media coefficienti	3,00	0,00	3,00
			riportata a 1	1,00	0,00	1,00
Punteggio			1,250	0,000	1,250	
c.5 Sonda endocavitaria: maneggevolezza; campo di vista; eventuale wireless	2,5	Q2	DE BIASIO	4,00	1,00	1,00
			LUPI	4,00	1,00	1,00
			DAMASIO	4,00	1,00	1,00
			Media coefficienti	4,00	1,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,25	0,25
Punteggio			2,500	0,625	0,625	
c.6 Ergonomia: facilità sostituzione sonde; facilità di comunicazione tra sonde collegate; velocità di commutazione tra diverse modalità (es. da imaging a color doppler, o doppler pulsato)	1,25	Q2	DE BIASIO	4,00	1,00	1,00
			LUPI	4,00	1,00	1,00
			DAMASIO	4,00	1,00	1,00
			Media coefficienti	4,00	1,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,25	0,25
Punteggio			1,250	0,313	0,313	
c.10 Modulo 3D/4D: qualità imaging; praticità; sonda 3D; velocità di acquisizione, ampiezza del campo, qualità di immagine sul piano coronale (ricostruito)	3,75		DE BIASIO	5,000	1,000	1,000
			LUPI	5,000	1,000	1,000
			DAMASIO	5,000	1,000	1,000
			Media coefficienti	5,00	1,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,20	0,20
Punteggio			3,750	0,750	0,750	
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		16,250	2,188	7,438	
Totale punteggio di qualità riparametrato			20,000	2,692	9,154	
Punteggio di qualità ereditato			50,000	36,171	39,250	
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'			70,000	38,863	48,404	

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	5	5	5	SIPAR	0	0	0
PHILIPS	5	5	5	SIEMENS	0	0	0
SIPAR	0	0	0	SIEMENS	2	2	2

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	1	1	1	SIPAR	1	1	1
PHILIPS	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
SIPAR	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	2	2	2	SIPAR	0	0	0
PHILIPS	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
SIPAR	0	0	0	SIEMENS	2	2	2

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	2	2	2	SIPAR	0	0	0
PHILIPS	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
SIPAR	0	0	0	SIEMENS	2	2	2

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	2	2	2	SIPAR	0	0	0
PHILIPS	2	2	2	SIEMENS	0	0	0
SIPAR	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	2	2	2	SIPAR	0	0	0
PHILIPS	2	2	2	SIEMENS	0	0	0
SIPAR	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
PHILIPS	3	3	3	SIPAR	0	0	0
PHILIPS	2	2	2	SIEMENS	0	0	0
SIPAR	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

[Handwritten signatures]

LOTTO 7 - Ecocardiografo di media fascia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	ESAOTE SPA		GE Medical Systems Italia SPA		EMAC SRL		SIEMENS HEALTHCARE SRL	
			Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali		Valutazioni Individuali	
ECOGRAFO			MyLabSeven		VIVID T8		CLEARVUE		ACUSON X700	
c.1 Qualità imaging 2D	6	Q2	DE BIASIO	0,00	4,00		8,00		8,00	
			LUPI	0,000	4		8,00		8,00	
			DAMASIO	0,000	4		8,00		8,00	
			Media coefficienti	0,000	4		8,00		8,00	
			Riportati a 1	0,000	0,500		1,000		1,000	
			Punteggio	0,000	3,000		6,000		6,000	
c.2 Color Doppler, Doppler	4	Q2	DE BIASIO	0,00	7,00		2,00		7,00	
			LUPI	0,00	7,00		2,00		7,00	
			DAMASIO	0,00	7,00		2,00		7,00	
			Media coefficienti	0,00	7,00		2,00		7,00	
			riportata a 1	0,00	1,00		0,29		1,00	
			Punteggio	0,000	4,000		1,143		4,000	
c.3 Modulo ECG	2	Q2	DE BIASIO	1,00	1,00		6,00		13,00	
			LUPI	1,00	1,00		6,00		13,00	
			DAMASIO	1,00	1,00		6,00		13,00	
			Media coefficienti	1,00	1,00		6,00		13,00	
			riportata a 1	0,08	0,08		0,46		1,00	
			Punteggio	0,154	0,154		0,923		2,000	
c.4 Sonda cardiologica	4	Q2	DE BIASIO	0,00	4,00		8,00		4,00	
			LUPI	0,00	4,00		8,00		4,00	
			DAMASIO	0,00	4,00		8,00		4,00	
			Media coefficienti	0,00	4,00		8,00		4,00	
			riportata a 1	0,00	0,50		1,00		0,50	
			Punteggio	0,000	2,000		4,000		2,000	
c.5 sonda vascolare	2	Q2	DE BIASIO	0,00	6,00		2,00		5,00	
			LUPI	0,00	5,00		2,00		5,00	
			DAMASIO	0,00	5,00		2,00		5,00	
			Media coefficienti	0,00	5,33		2,00		5,00	
			riportata a 1	0,00	1,00		0,38		0,94	
			Punteggio	0,000	2,000		0,750		1,875	
c.6 Ergonomia	2	Q2	DE BIASIO	1,00	5,00		5,00		1,00	
			LUPI	1,00	5,00		5,00		1,00	
			DAMASIO	1,00	5,00		5,00		1,00	
			Media coefficienti	1,00	5,00		5,00		1,00	
			riportata a 1	0,20	1,00		1,00		0,20	
			Punteggio	0,400	2,000		2,000		0,400	
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		0,554	13,154		14,816		16,275		
Totale punteggio di qualità prova pratica riparametrato			0,681	16,164		18,207		20,000		
Punteggio qualità ereditato			38,404	27,909		40,000		28,635		
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			39,085	44,073		58,207		48,635		

Ditta	P	C	G	B	Ditta	P	C	G	B
ESAOTE	0	0	0		GE MEDICAL ITALIA	4	4	4	
ESAOTE	0	0	0		EMAC	5	5	5	
ESAOTE	0	0	0		SIEMENS	5	5	5	
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0		EMAC	2	2	2	
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0		SIEMENS	2	2	2	
EMAC	1	1	1		SIEMENS	1	1	1	

Ditta	P	C	G	B	Ditta	P	C	G	B
ESAOTE	0	0	0		GE MEDICAL ITALIA	4	4	4	
ESAOTE	0	0	0		EMAC	2	2	2	
ESAOTE	0	0	0		SIEMENS	4	4	4	
GE MEDICAL ITALIA	2	2	2		EMAC	0	0	0	
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1		SIEMENS	1	1	1	
EMAC	0	0	0		SIEMENS	2	2	2	

Ditta	P	C	G	B	Ditta	P	C	G	B
ESAOTE	1	1	1		GE MEDICAL ITALIA	1	1	1	
ESAOTE	0	0	0		EMAC	3	3	3	
ESAOTE	0	0	0		SIEMENS	5	5	5	
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0		EMAC	3	3	3	
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0		SIEMENS	5	5	5	
EMAC	0	0	0		SIEMENS	3	3	3	

Ditta	P	C	G	B	Ditta	P	C	G	B
ESAOTE	0	0	0		GE MEDICAL ITALIA	3	3	3	
ESAOTE	0	0	0		EMAC	4	4	4	
ESAOTE	0	0	0		SIEMENS	3	3	3	
GE MEDICAL ITALIA	0	0	0		EMAC	2	2	2	
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1		SIEMENS	1	1	1	
EMAC	2	2	2		SIEMENS	0	0	0	

Ditta	P	C	G	B	Ditta	P	C	G	B
ESAOTE	0	0	0		GE MEDICAL ITALIA	2	2	2	
ESAOTE	0	0	0		EMAC	2	2	2	
ESAOTE	0	0	0		SIEMENS	2	2	2	
GE MEDICAL ITALIA	3	2	2		EMAC	0	0	0	
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1		SIEMENS	1	1	1	
EMAC	0	0	0		SIEMENS	2	2	2	

Ditta	P	C	G	B	Ditta	P	C	G	B
ESAOTE	0	0	0		GE MEDICAL ITALIA	2	2	2	
ESAOTE	0	0	0		EMAC	2	2	2	
ESAOTE	1	1	1		SIEMENS	1	1	1	
GE MEDICAL ITALIA	1	1	1		EMAC	1	1	1	
GE MEDICAL ITALIA	2	2	2		SIEMENS	0	0	0	
EMAC	2	2	2		SIEMENS	0	0	0	

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 8- Noleggio ecocardiografo di media fascia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	EMAC SRL	GE MEDICAL SYSTEMS	SIEMENS Healthcare	
			Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	Valutazioni individuali	
ECOGRAFO			CLEARVUE	VIVID T8 PRO	ACUSON X700	
c.1 qualità imaging 2D	6	Q2	DE BIASIO	3,00	0,00	3,00
			LUPI	3,000	0	3,00
			DAMASIO	3,000	0	3,00
			Media coefficienti	3,000	0	3,00
			Riportati a 1	1,000	0,000	1,000
			Punteggio	6,000	0,000	6,000
c.2 Color Doppler, Doppler	4	Q2	DE BIASIO	0,00	3,00	3,00
			LUPI	0,00	3,00	3,00
			DAMASIO	0,00	3,00	3,00
			Media coefficienti	0,00	3,00	3,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	4,000	4,000
c.3 Modulo ECG	2	Q2	DE BIASIO	3,00	0,00	8,00
			LUPI	3,00	0,00	8,00
			DAMASIO	0,00	0,00	0,00
			Media coefficienti	2,00	0,00	5,33
			riportata a 1	0,38	0,00	1,00
			Punteggio	0,750	0,000	2,000
c.4 Sonda cardiologica	4	Q2	DE BIASIO	4,00	1,00	1,00
			LUPI	4,00	1,00	1,00
			DAMASIO	4,00	1,00	1,00
			Media coefficienti	4,00	1,00	1,00
			riportata a 1	1,00	0,25	0,25
			Punteggio	4,000	1,000	1,000
c.5 Sonda vascolare	2	Q2	DE BIASIO	0,00	3,00	3,00
			LUPI	0,00	3,00	3,00
			DAMASIO	0,00	3,00	3,00
			Media coefficienti	0,00	3,00	3,00
			riportata a 1	0,00	1,00	1,00
			Punteggio	0,000	2,000	2,000
c.6 Ergonomia	2	Q2	DE BIASIO	3,00	3,00	0,00
			LUPI	3,00	3,00	0,00
			DAMASIO	3,00	3,00	0,00
			Media coefficienti	3,00	3,00	0,00
			riportata a 1	1,00	1,00	0,00
			Punteggio	2,000	2,000	0,000
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		12,750	9,000	15,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato			17,000	12,000	20,000	
Punteggio di qualità ereditato			29,881	40,000	29,869	
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'			46,881	52,000	49,869	

Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO	Ditta	DE BIASIO	LUPI	DAMASIO
EMAC	2	2	2	GE	0	0	0
EMAC	1	1	1	SIEMENS	1	1	1
GE	0	0	0	SIEMENS	2	2	2

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA
EMAC	0	0	0	GE	2	2	2
EMAC	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
GE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA
EMAC	3	3	3	GE	0	0	0
EMAC	0	0	0	SIEMENS	3	3	3
GE	0	0	0	SIEMENS	5	5	5

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA
EMAC	2	2	2	GE	0	0	0
EMAC	2	2	2	SIEMENS	0	0	0
GE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA
EMAC	0	0	0	GE	2	2	2
EMAC	0	0	0	SIEMENS	2	2	2
GE	1	1	1	SIEMENS	1	1	1

Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA	Ditta	DE BIA	LUPI	DAMA
EMAC	1	1	1	GE	1	1	1
EMAC	2	2	2	SIEMENS	0	0	0
GE	2	2	2	SIEMENS	0	0	0

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

**Rilancio competitivo per l'affidamento della fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle Aziende Sanitarie ed ospedaliere della Regione Liguria.
Procedura n. 6821639**

**Verbale seduta pubblica
apertura delle buste contenenti l'offerta economica
22 dicembre 2017**

Il giorno 22/12/2017, alle ore 10:00, presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunito il Seggio di Gara nominato con determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. del per la comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, la lettura dei punteggi tecnici, l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria.

Sono presenti i componenti del Seggio di Gara nominato con Determinazione n. 318 del 12/09/2017 nelle persone dei Signori:

- Dott. Riccardo ZANELLA Dirigente Centrale Regionale di Acquisto Presidente In sostituzione del Dott. Luigi Moreno COSTA
- Dott.ssa Tiziana TAZZOLI Componente Segretario

E' altresì presente l'Ufficiale Rogante di A.Li.Sa Dott. Mauro Vestri

Sono altresì presenti i rappresentanti delle seguenti Ditte:

Nominativo	Ditta
Paolo Tacchi e Giulia Cecchetti	Emac srl
Luigi gatti	Philips spa settore Helathcare
Paolo Barboni	FujiFilm Italia srl
Antonio Amaro e Luca Ceragioli	GE Medical Systems Italia spa
Massimo Rodio	Sipar srl
Goffredo Pinazzi	Esaote spa
Paolo Giuliani	Siemens Healthcare srl

la cui identità è nota ai presenti, muniti delle necessarie procure (*) che la Centrale si riserva di acquisire agli atti in caso di dichiarazione a verbale.

La seduta è pubblica.

In apertura di seduta il Seggio di Gara comunica ai presenti che:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

2 di 4

relativamente al Lotto 1 (ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico/terapeutiche eco-guidate):

- la Società FujiFilm non ha partecipato al rilancio competitivo in quanto, come comunicato con nota prot. n. 34646 del 18/09/2017, non ha ricevuto per problemi logistici interni la lettera di invito e ne ha dato contezza alla Centrale di Acquisto soltanto successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 dell'11/09/2017;
- la Commissione Giudicatrice ha provveduto ad escludere la Società Mindray Medical Italy srl dal prosieguo della procedura di gara (comunicazione di cui al prot. n. 19176 del 14/12/2017) in quanto ha esibito in prova pratica un ecografo e trasduttori differenti rispetto ai prodotti inseriti nell'offerta tecnica formulata in Accordo Quadro. E' stato inoltre appurato che nessuna comunicazione era stata effettuata in tal senso alla Centrale di Acquisto e che, pertanto, la sostituzione dei prodotti è stata effettuata senza alcuna autorizzazione preventiva da parte della stazione appaltante.

relativamente al Lotto 2 (ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari):

- la Società Hitachi Medical Systems Italia spa ha comunicato, con nota prot. n. 18514 del 5/12/2017, la non partecipazione al rilancio competitivo relativo al lotto 2 per problemi tecnici.

Il Seggio di Gara ricorda che l'aggiudicazione avverrà in base al metodo disposto all'art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (comunemente detto qualità/prezzo) sulla base degli elementi valutativi indicati nel Capitolato tecnico e del prezzo offerto. In particolare, trattandosi di affidamento di appalti specifici tramite rilancio competitivo tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione Giudicatrice in esito alla prova pratica delle apparecchiature verrà sommato al punteggio tecnico "ereditato" da ciascun competitor in fase di Accordo Quadro, ottenendo così il punteggio tecnico complessivo. I criteri di attribuzione del punteggio sono quelli specificati in sede di Accordo Quadro e riportati nella Lettera di Invito.

I punteggi economici saranno attribuiti secondo la formula prevista dal Disciplinare gara dell'Accordo Quadro e riportati nella Lettera di Invito. In particolare, gli aggiudicatari erano vincolati - in fase di rilancio competitivo - al non superamento dei prezzi unitari offerti in Accordo Quadro. Inoltre, ai soli fini dell'applicazione della formula matematica per l'attribuzione del punteggio economico, come base d'asta sarà utilizzata la quotazione più alta tra quelle offerte dalle Ditte aggiudicatarie dell'Accordo Quadro relativo al lotto di partecipazione in relazione alla configurazione dell'apparecchiatura oggetto dell'Appalto specifico

Ciò precisato, previa positiva verifica, da parte dei rappresentanti delle Ditte intervenuti dell'integrità del plico contenente le buste di offerta economica e regolarità delle buste e dei sigilli apposti sulle singole buste, il Presidente procede all'operazione d'apertura delle offerte economiche ed alla verifica della presenza su tutte le offerte degli elementi previsti nella lettera di invito. (sottoscrizione della scheda offerta, presenza del bollo, indicazione separata dei costi per la sicurezza etc.).

Indi la Commissione delibera di procedere, lotto per lotto, offerta per offerta come segue:

1. alla lettura del punteggio tecnico assegnato dalla Commissione Giudicatrice in esito alla prova pratica delle apparecchiature e del punteggio tecnico complessivo dato dalla somma del punteggio tecnico della prova pratica al punteggio tecnico ereditato da ciascun concorrente in fase di Accordo Quadro. I punteggi sono riepilogati nelle schede (foglio excel) allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1)

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

3 di 4

2. alla lettura dei prezzi proposti dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).
3. a determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al Prezzo.
4. a individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto al quale è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore, e, in caso di ulteriore parità, si procederà ad una richiesta di miglioramento ai Legali Rappresentanti delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti entrambe le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio.
6. a dichiarare la migliore offerta e, quindi, per ciascun Lotto, l'aggiudicazione provvisoria.


L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di un foglio di calcolo opportunamente predisposto a cura della Centrale di Acquisto. Vengono lette le offerte economiche e calcolato il punteggio economico ed il punteggio complessivo lotto per lotto,

Per quanto sopra esposto, risultano migliori offerenti in via provvisoria, le ditte come riepilogate nella tabella sottostante:

LOTTO	DESCRIZIONE	AGGIUDICATARIO PROVVISORIO	PUNTEGGIO
1	Ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostiche/terapeutiche ecoguidate	ESAOTE spa	100
2	Ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinare	ESAOTE spa	100
3	Ecografo di alta fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinare	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	93,803
4	Ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	ESAOTE SPA	89,976
5	Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	PHILIPS SPA settore Healthcare	79,203
6	Noleggio ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia/ginecologia	PHILIPS SPA settore healthcare	83,309
7	Ecocardiografo di media fascia	SIEMENS HEALTHCARE SRL	86,813
8	Noleggio ecocardiografo di media fascia	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	92,000

Al presente verbale vengono allegate, quale parte integrante e sostanziale, le schede relative agli esiti di ogni lotto (ALLEGATO 1), nonché copia delle offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie in via provvisoria (ALLEGATO 2)

La seduta è tolta alle ore 11:40





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

4 di 4


Il presente verbale, composto da quattro pagine (più allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.


Presidente: Dott. Riccardo ZANELLA



Componente/segretario:: Dott.ssa Tiziana TAZZOLI



L'Ufficiale Rogante: Dott. Mauro VESTRI



All.ti

Allegato 1 Shede riepilogative punteggi tecnici ed economici

Allegato 2 Copia offerte economiche aggiudicatari

	Lotto 1 - ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnosticoterapeutiche eco-guidate	Max punti	Parametri di valutazione - valori di base di gara	ESAO SPA	
	Totale punteggio di qualità prova pratica			20,000	
	Punteggio qualità ereditato			40,000	
	TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			60,000	
Prezzo offerto			Ecografo	13.450,00	16.745,00
			Modulo cardiologico	790,00	1.485,00
			Sonda cardiologica adulti	2.700,00	2.790,00
			TOTALE	16.940,00	21.020,00
Base gara per lotto			BASE GARA	21.020,00	
		Riasso %		22,217	
Punteggio offerta economica		40,00		40,000	
Punteggio totale		100,00		100,000	

DD
mm
R

DESCRIZIONE	Max punti	Parametri di valutazione	ESAOE SPA	GE Medical Systems Italia SpA	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		14,675	12,071	10,238
Totale punteggio di qualità prova pratica riparametrato			20,000	16,451	13,952
Punteggio qualità ereditato			40,000	26,943	21,735
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			60,000	43,394	35,687
		ecografo	21.000,00	20.000,00	19.000,00
		modulo contrasto	300,00	1.000,00	1.500,00
		sonda lineare 15 mhz	1.000,00	4.950,00	3.000,00
		sonda cardiologica pediatrica	1.000,00	3.441,00	2.000,00
		sonda convex pediatrica	1.000,00	3.330,00	2.600,00
		kit biopsia sonda convex	250,00	495,00	495,00
		kit biopsia sonda lineare	250,00	495,00	495,00
		5.552,231	40.576,00		
			25.000,00	34.522,00	40.231,00
Ribasso %		30,390	41,281	19,917	30,970
	40,00		40,000	22,409	36,213
	100,00		100,000	65,303	71,901

DF

min 16

LOTTO: Ecografo di alta fascia per applicazione in radiologia multidisciplinare	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	ESATE SPA	GE Medical Systems Italia spa Aysis	SIPAR SRL
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		5,167	20,000	12,500
Totale punteggio di qualità riparametrato			5,167	20,000	12,500
Punteggio di qualità ereditato			50,000	46,236	46,674
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITÀ			55,167	66,236	59,174
ECOGRAFO			35.250,00	50.400,00	68.750,00
Modulo elastico per tessuti profondi			1.500,00	11.000,00	11.250,00
Modulo Fusion Imaging			2.000,00	11.000,00	13.770,00
Modulo 3D/4D			500,00	1.500,00	1.260,00
Modulo avanzato ostetrico/ginecologico			300,00	500,00	575,00
Sonda convex volumetrica			2.500,00	7.000,00	10.800,00
Sonda cardiologica pediatrica			1.000,00	4.000,00	4.050,00
Sonda convex pediatrica			1.000,00	4.000,00	4.950,00
Sonda lineare pediatrica 18 Mhz			3.000,00	4.000,00	4.680,00
kit biopsia sonda convex			400,00	450,00	900,00
kit biopsia sonda lineare			400,00	450,00	900,00
kit biopsia sonda endocavitaria			400,00	441,00	1.170,00
TOTALE		46.250,00	82.315,000	71.741,00	128.155,00
Ribasso %		44,670	68,556	49,185	16,270
	30,00		30,000	27,567	9,834
	100,00		85,167	93,803	69,008

Handwritten signature and initials

LOTTO 4 - Esigete di media fascia per applicazioni in ostetricia, ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione - Votazione a base rigata	ESAOITE SPA	CE Medical Systems Italia spa	HITACHI MEDICAL SYSTEMS SPA	SIEMENS HEALTHCARE SRL
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		9,976	3,060	6,036	20,000
Totale punteggio di qualità prova pratica riparametrato			9,976	3,060	6,036	20,000
Punteggio qualità ereditato			40,000	31,729	32,393	30,573
TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			49,976	34,789	38,429	50,573
		ecografo	16.000,00	17.000,00	17.500,00	16.800,00
		base rigata	24.330,00			
						19.000,00
Ribasso %		32,646	35,949	31,946	29,944	32,746
40,00			40,000	35,227	33,020	36,121
100,00			89,976	70,016	71,449	86,694

GG
mm

LOTTO - Esigete di alta fascia nei applicazioni in ostetricia ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione (valori a base di gara)	ESAOE SPA	PHILIPS spa	SIEMENS Healthcare
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		2,813	20,000	9,051
Totale punteggio di qualità riparametrato			2,813	20,000	9,051
Punteggio di qualità ereditato			35,974	50,000	36,681
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'			38,787	70,000	45,732
ECOGRAFO		BASEGARA 57,000,000	32,000,000	59,950,000	47,000,000
	Ribasso %	30,871	52,239	10,522	29,851
	30,00		30,000	9,203	26,108
	100,00		68,787	79,203	71,840
					55.000,00

BB
min B

LOTTO 6. Noleggio ecografo di alta fascia per applicazione in ostetricia ginecologia	Max punti	Parametri di valutazione (valori a base di gara)	PHILIPS spa	SIPAR SRI	SIEMENS Healthcare
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		16,250	2,188	7,438
Totale punteggio di qualità riparametrato			20,000	2,692	9,154
Punteggio di qualità ereditato			50,000	36,171	39,250
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITA'			70,000	38,863	48,404
ECOGRAFO		BASE GARA	87.568,00	76.520,00	70.868,00
	Ribasso %	19,014		20,806	26,863
	30,00		13,309	27,685	30,000
	100,00		83,309	66,548	78,404
				80.547,69	88.781,00

BL
mm

Lotto	Esce di grado di media fascia	Max punti	Parametri di valutazione - valori abassati di gara	ESAPOT SPA	GE Medical Systems Italia spa	EMAC SRL	SIEMENS HEALTHCARE SRL
	Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		0,554	13,154	14,816	16,275
	Totale punteggio di qualità prova pratica riparametrato			0,681	16,164	18,207	20,000
	Punteggio qualità ereditato			38,404	27,909	40,000	28,635
	TOTALE PUNTEGGIO QUALITA'			39,085	44,073	58,207	48,635
			ecografo	18.000,00	19.900,00	25.558,00	20.500,00
			base sala	26.285,00	22.200,00	42.320,00	22.000,00
	Ribasso %		44,496	57,467	52,977	15,978	51,560
		40,00		40,000	38,616	12,928	38,178
		100,00		79,085	82,689	71,135	86,813

BB
mm

LOTTO 3 - Noleggio ecocardiografo in meglapascia	Max punti	Parametri di valutazione - valori a base di gara	EMAC SRL	GE MEDICAL SYSTEMS	SIEMENS Healthcare
Totale punteggio di qualità prova pratica	20,00		12,750	9,000	15,000
Totale punteggio di qualità riparametrato			17,000	12,000	20,000
Punteggio di qualità ereditato			29,881	40,000	29,869
TOTALE PUNTEGGIO DI QUALITÀ			46,881	52,000	49,869
ECOGRAFO		47,090,950	39,500,000	27,400,000	32,000,000
	Ribasso %	33,404	15,957	52,340	31,915
	40,00		17,197	40,000	34,395
	100,00		64,078	92,000	84,264
					36.215,00

EL
mm

ALLEGATO B2

Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 59 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17/11/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12). Lotti n. 8. Procedura n. 6821639

Lotto 1 - CIG 7174528FC9

Descrizione	ES/OMI - SPA	base negoziata ultimamente superabile (IVA esclusa)	Pezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Ecografo portatile di servizio a supporto di procedure diagnostico/terapeutiche ecoguidate	Ecografo MYLab Gamma configurazione eco di servizio - cod. 101741000 (Nota 2)	€ 16.745,00	13.450,00.= tredicimilaquattrocentocinquanta/00
Modulo cardiologico	Licenza cardio codice 301007500	€ 1.485,00	700,00.=settecento/00
Sonda cardiologica adulti	Sonda cardiologica adulti SP2730 codice 121202200	€ 2.790,00	2.200,00.=duemiladuecento/00
TOTALE		€ 21.020,00	16.350,00.= sedicimilatrecentocinquanta/00

Offerta n° FG004056 del 04/09/2017

Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 41,00.=quarantuno/00

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonde, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

Offerta valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Esote S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Claudio Buffagni

4 SET. 2017

Allegato B2

Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 59 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17/11/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12). Lotti n. 8. Procedura n.6821639

Lotto 2 - CIG 71750140DD

Descrizione	ESAGOTI SPA	Base negoziata unitaria non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Ecografo di media fascia per applicazioni in radiologia/multidisciplinari	Ecografo MyL.Ab Seven conf. eHD cod. 101640000 (Nota 2)	€ 24.170,00	21.000,00.=ventunomila/00
Modulo contrasto	Modulo contrasto cod. 301000915	€ 1.665,00	300,00.=trecento/00
Sonda lineare 15MHZ	Sonda lineare SL2325 15 MHz cod. 121202000	€ 3.015,00	1.000,00.=mille/00
Sonda cardiologica pediatrica	Sonda cardiologica pediatrica SP2442 cod. 121200600	€ 2.925,00	1.000,00.=mille/00
Sonda convex pediatrica	Sonda convex pediatrica SC3123 cod. 122000500	€ 2.610,00	1.000,00.=mille/00
kit biopsia per sonda convex	kit biopsia per sonde convex WBAC54X cod. 1417300	€ 270,00	250,00.=duecentocinquanta/00
kit biopsia per sonda lineare	kit biopsia per sonda lineare CBSL53X attacco riutilizzabile cod. 141006700	€ 500,00	450,00.=quattrocentocinquanta/00
TOTALE		€ 35.155,00	25.000,00.=venticinquemila/00

Offerta n° FG004056 del 04/09/2017

Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 62,50.=sessantadue/50

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonde, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

Offerta valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

Esagote
 Legale Rappresentante
 Claudio Buffagni

4 SET. 2017

ALLESATO B2

Rilascio campionario tramite procedura negoziazione elettronica senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 39 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di congegni di varie tipologie e destinazione cliniche occorrenti agli SMI Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro stipulato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2) Determinazione n. 46 del 27/11/2017 (Lotti 3, 4, 5) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8, 9, 10, 11, 12). Lotti n. 3, Procedura n. 621/183

Lotto 3 - CIG 7175030E0D

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Prezzo totale (€)	Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario (€)	Prezzo totale (€)	Unità di misura
Esoperto di alta fascia per applicazioni in radioterapia/telecobaltoterapia	1	€ 41.500,00	€ 41.500,00	compilare cifra e lettere	Esoperto Legiti S8 X2000R (Admexi cod. H4721P (Admexi 2))	1	€ 41.500,00	€ 41.500,00	compilare cifra e lettere
Modulo di alta fascia per fascio profilato	1	€ 12.500,00	€ 12.500,00	compilare cifra e lettere	Modulo di alta fascia per fascio profilato (Admexi cod. H46622A)	1	€ 12.500,00	€ 12.500,00	compilare cifra e lettere
Modulo Flatpanel Imaging	1	€ 15.300,00	€ 15.300,00	compilare cifra e lettere	Modulo Flatpanel Imaging cod. NLD1	1	€ 15.300,00	€ 15.300,00	compilare cifra e lettere
Modulo 3D/4D	1	€ 1.575,00	€ 1.575,00	compilare cifra e lettere	Modulo 3D/4D cod. NLD2	1	€ 1.575,00	€ 1.575,00	compilare cifra e lettere
Modulo avanzato cablo/cavo/accoppiatore	1	€ 655,00	€ 655,00	compilare cifra e lettere	Modulo cablo/cavo/accoppiatore cod. H46321LJ	1	€ 655,00	€ 655,00	compilare cifra e lettere
Sonda conves volumetrica	1	€ 4.400,00	€ 4.400,00	compilare cifra e lettere	Trasduttore volumetrico conves 3D/4D cod. H46321MG	1	€ 4.400,00	€ 4.400,00	compilare cifra e lettere
Sonda cardiologica angiografica	1	€ 2.610,00	€ 2.610,00	compilare cifra e lettere	Trasduttore cardiologico pediatrico cod. H46021RR	1	€ 2.610,00	€ 2.610,00	compilare cifra e lettere
Sonda conves pediatrica	1	€ 2.610,00	€ 2.610,00	compilare cifra e lettere	Trasduttore microconves cod. H46321LA	1	€ 2.610,00	€ 2.610,00	compilare cifra e lettere
Sonda lineare pediatrica 1E	1	€ 3.600,00	€ 3.600,00	compilare cifra e lettere	Trasduttore lineare cod. H46321LL	1	€ 3.600,00	€ 3.600,00	compilare cifra e lettere
Kit biopatia sonda conves	1	€ 600,00	€ 600,00	compilare cifra e lettere	Kit biopatia sonda conves cod. H45132B	1	€ 600,00	€ 600,00	compilare cifra e lettere
Kit biopatia sonda lineare	1	€ 600,00	€ 600,00	compilare cifra e lettere	Kit biopatia sonda lineare cod. H46432LJ	1	€ 600,00	€ 600,00	compilare cifra e lettere
Kit biopatia sonda endocavitaria	1	€ 600,00	€ 600,00	compilare cifra e lettere	Kit biopatia sonda endocavitaria cod. H46432LN	1	€ 600,00	€ 600,00	compilare cifra e lettere
TOTALE			€ 62.216,00				€ 62.216,00		

Offerta n° 17.6.247.21EB7b del 09/09/2017

Nota 1:
La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto) sono pari ad € 1.495,00 (millequattrocentocinquantesette/00) (cifre e lettere)

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'esoperto offerto (sw, moduli, sonda, scampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in base all'Accordo Quadro

Validità offerta: 270 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte
Ditta partecipante: GE Medical Systems Italia S.p.A. - Via Cadorna, 38 - 20138 Milano - Partita IVA: 0363560369
Ditta produttrice: GE Ultrasound Korea, Ltd 1, Suhaemuro 24Mcseongil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Republic of Korea


TIMBERO E FIRMA LEGGIBILE

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Saya Chicca

Pubblicatore

Handwritten signature



01.17.002492 689 2

ALLEGATO B2

Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 59 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17/11/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12).Lotti n. 8. Procedura n. 6821639

Lotto 4 - CIG 717503308B

Descrizione	ESAO/IE SPA	Base minima trattata non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Ecografo di media fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	Ecografo MyLabSeven eHD conf. OB/GYN cod. 101640000 (Nota 2)	€ 24.980,00	16.000,00.=sedicimila/00

Offerta n° FG004056 del 04/09/2017


Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 40,00.=quaranta/00

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonda, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

Offerta valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE


 Osapte S.p.A.
 Il Legale Rappresentante
 Claudio Buffagni

14 SET. 2017

ALLEGATO B2

Ragione Sociale: PHILIPS SpA - sede legale: via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano - sede operativa: via G. Casati, 23 - 20900 - partita IVA: 00856750153
Denominazione e ragione sociale del produttore: Philips Ultrasound, Inc. 22100 Bothell-Everett Hwy Bothell, WA 98021-8431 USA

Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 59 D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17/11/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12). Lotti n. 8. Procedura n. 682/639

Lotto 5- CIG 71750384AA

Descrizione	base negoziata unitario non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	base negoziata unitario non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	base negoziata unitario non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Ecografo di alta fascia per applicazioni in ostetricia e ginecologia	ESAGTE SPA Ecografo MyLabClass C eHD cod. 140017800 (Nota 2)	€ 45.320,00	Philips Healthcare spa Ecografo Affinity 70 (Nota 2)	cinquantaviemilianiovecentocinquanta/100	Stemis Healthcare srl Ecografo ACUSON S2000 cod. 10041461 (Nota 2)	compilare cifre e lettere € 55.000,00


Offerta n° 2266702 1 del 06/09/2017

Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 460,00 (quattrocentosessanta/00) (cifre e lettere)

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonde, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE


 Philips SpA
 Direzione
 Procurement
 Ing. Roberto Gecel

ALLEGATO B2

Ragione Sociale: PHILIPS SpA - sede legale: via L. Mascheroni, 5 - 20123 Milano - sede operativa: via G. Casati, 23 - 20900 - partita IVA: 00856750153
Denominazione e ragione sociale del produttore: Philips Ultrasound, Inc. 22100 Bothell-Everett Hwy Bothell, WA 98021-8431 USA

Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 59 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2), Determinazione n. 45 del 17/11/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12). Lotti n. 8. Procedura n. 6821639

Lotto 6 - CIG 71750427F6

Descrizione	Base negoziata unitaria non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Base negoziata unitaria non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Base negoziata unitaria non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Noleggio ecografico di alta fascia per applicazioni in ostetrica e ginecologia	Philips iHealthcare spa	87.588,00 ottantasettemilac quattrocentosessanta novecento/00	Philips iHealthcare spa	89.547,69	Siemens iHealthcare spa	88.781,00
	Ecografo Affinity 70 (Nota 2)	€ 96.624,00	Ecografo Aplio 300(Nota 2)	€ 89.547,69	Ecografo ACUSON S2000 cod. 10041461 (Nota 2)	€ 88.781,00
						compilare cifre e lettere


Offerta n° 2266708 1 del 06/09/2017

Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 460,00 (quattrocentosessantatré/00) (cifre e lettere) Eventuale canone di riscatto pari ad € 5.473,00 (cinquemilaquattrocentosettantatré/00) (pari ad un canone come da Vostro art. 4 Disciplinare di gara

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonde, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE



PHILIPS S.p.A.
 Via Mascheroni, 5
 20123 Milano
 M. Roberto Scali

ALLEGATO B2

Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 59 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17/11/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 67 del 21/02/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12). Lotti n. 8. Procedura n. 6821639

Lotto 7 - CIG 7175046B42

Descrizione	Siemens Healthcare S.p.A. Siemens Healthcare S.p.A. Siemens Healthcare S.p.A.	Prezzo negoziato unitario (non superabile)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Ecocardiografo di media fascia	Ecografo ACUSON X700 cod. 10658844	€ 22.000,00	Euro 20.500,00 (dicorsi Euro ventimilacinquecento/00)

Offerta n° 1-OJH1OK del 06/09/2017

Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 170,00 (dicorsi Euro centosettanta/00)

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonde, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

SIEMENS HEALTHCARE S.P.A.



(Dott. Luca Tognoli)

(Dott. Franco Willi Carlin)



Rilancio competitivo tramite procedura negoziata ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art 59 D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di Appalti Specifici relativi alla fornitura di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti agli Enti Sanitari della Regione Liguria in attuazione dell'Accordo Quadro aggiudicato con Determinazione n. 197 del 18/7/2017 (Lotti 1 e 2); Determinazione n. 45 del 17/1/2017 (Lotti 3,4,5,6) e Determinazione n. 87 del 2/10/2017 (Lotti 7, 8,9,10,11,12), Lotti n. 8, Procedura n. 6821639

Lotto 8 - CIG 7175051F61

Descrizione	EMAC (Stk)	Base negoziata unitaria non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)	Base negoziata unitaria non superabile (IVA esclusa)	Prezzo unitario offerto (IVA esclusa)
Noleggio ecocardiografo di media fascia	Ecografo Philips Clearvue 850 (Nota 2)	€ 47.000,00	compilare cifre e lettere	Ecografo Vivid T8 Pro advanced configuration cod. H48472A0 (Nota 2)	€ 25.872,00
	Ecografo ACUSON X700 cod. 10658844 (Nota 2)	€ 36.215,00	compilare cifre e lettere		
		€ 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento/00)			

Offerta n° 17.G.250.CV.Erdb del 06/09/2017

Nota 1:

La Ditta offerente dichiara che i costi relativi alla sicurezza (ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari ad € 448,00 (quattrocentoquarantotto/00) (cifre e lettere)

Nota 2: per gli elementi inclusi nella configurazione base dell'ecografo offerto (sw, moduli, sonde, stampante ecc.) si fa riferimento all'offerta tecnica presentata da ciascuna Ditta in fase di Accordo Quadro

Validità offerta: 270 giorni dalla data di scadenza presentazione offerta

Ditta partecipante: GE Medical Systems Italia SpA - Via Galeno n. 36 - 20128 Milano - Partita IVA 03653500989

Ditta produttrice: GE Medical Systems (China) Co., Ltd. No. 19, Changjiang Road WuXi National Hi-Tech Development Zone Jiangsu, P.R. China 214028

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Sara Chiocca
Prestatore