

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel.010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Sig.a Loredana Lotti - tel. 010/5488541
e-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Referente: Sig. Roberto Boretti - tel. 010/5488535
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Prot. n. 17300 del 06/09/2018

**Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura
"Sistemi di prelievo ematica sottovuoto, dispositivi di raccolta urine sottovuoto occorrenti alle
AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria ed AUSL Valle d'Aosta" per un periodo di anni
3 (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 2
Numero gara 6966174**

**Prima seduta riservata della Commissione Giudicatrice
Verbale del 05/09/2018**

Il giorno 05/09/2018, alle ore 09,30 presso una Sala riunioni di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 245 del 29/06/2018 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la valutazione delle offerte tecniche e della campionatura presentate dalle Ditte ammesse a tale fase.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Dott. Luca Nanni	Direttore f.f. U.O. Medicina di Laboratorio Centrale c/o Osp. Policlinico San Martino	in qualità di Presidente
Dott.ssa Susanna Oddera	Dirigente Biologo (ex I livello) P.O. Villa Scassi - A.S.L. 3 Genovese	in qualità di Componente
Dott. Mirco Maneschi	Coordinatore tecnico S.C. Patologia Clinica c/o A.S.L. 5 Spezzino	in qualità di Componente

Per la Centrale di Acquisto, a sostegno della Commissione, sono presenti il Dott. Roberto Baldini, Dirigente Farmacista della Centrale di Acquisto, con funzioni di supporto tecnico specialistico al RUP (Determinazione n. 300 – 2018) e la Sig.ra Loredana Lotti Collaboratore Amministrativo Professionale avente funzione di Segretario Verbalizzante.

In apertura di seduta la Commissione constata che la documentazione tecnica di gara di tutte le ditte partecipanti risulta debitamente custodita nella stanza "Archivio" del II° piano della sede operativa di A.Li.Sa. – Area Centrale Regionale d'Acquisto – di Via G. D'Annunzio n° 64.

La Commissione giudicatrice prende atto che, come meglio esplicitato nei verbali di apertura delle buste afferenti la documentazione amministrativa e tecnica (prot. n. 4375 -2018 e prot. n. 14663 - 2018) risultano ammesse alla fase di verifica dell'idoneità tecnica le sotto specificate Ditte per i lotti a fianco di ciascuna indicati:



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

N.	DITTA	LOTTI PARTECIPATI
1	BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.	1
2	GREINER BIO ONE ITALIA S.p.A..	1-2
3	PRO.LAB. S.r.l.	1
4	VACUTEST KIMA S.r.l.	1-2

La Commissione Giudicatrice stabilisce di procedere in prima istanza all'esame, nel dettaglio, della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti al fine della verifica della presenza delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.

Verificata la conformità delle proposte, la Commissione procederà all'apprezzamento degli items soggetti a valutazione qualitativa a partire da quelli desumibili dalla documentazione tecnica fornita per finire con quelli oggetto di verifiche sulla campionatura.

Sulla base delle istruttorie svolte, delle prove effettuate e degli ulteriori riscontri che si renderanno eventualmente necessari verranno quindi formalizzate tutte le valutazioni per i lotti esaminati.

L'attribuzione dei punteggi di qualità sarà riepilogata in una tabella formato Excel che verrà allegata al verbale conclusivo dei lavori della Commissione medesima.

Ciò posto la Commissione giudicatrice inizia l'istruttoria preliminare delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti accertando, senza effettuare al momento alcuna valutazione di sorta, la rispondenza dei prodotti offerti ai requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico di Gara. Il risultato della suddetta verifica è contenuto in apposite schede riepilogative che saranno anch'esse allegate al sopra citato verbale conclusivo.

Per comodità di consultazione viene di seguito sintetizzato un breve riepilogo:

DITTA PRO.LAB. S.r.l.

LOTTO 1:

In riferimento al meccanismo di sicurezza del sistema preassemblato e degli aghi a farfalla, la Commissione Giudicatrice constata la presenza del dispositivo riservandosi di verificarne l'adeguatezza in sede di esame dei campioni forniti.

Sub-lotto 1 B – Ago a farfalla – la prolunga trasparente risulta avere lunghezza 7" (pari a 17,78 cm per effetto della conversione fra inch – unità di misura anglosassone – e cm) mentre la misura minima richiesta, comprensiva della tolleranza consentita, è di 18 cm (lunghezza 20 cm $\pm 10\%$). La Commissione Giudicatrice decide di rimandare ogni decisione in merito alla conclusione della disamina delle offerte tecniche di tutte le ditte in gara.

Ditta BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

LOTTO 1:

In riferimento al meccanismo di sicurezza del sistema preassemblato e degli aghi di farfalla, la Commissione Giudicatrice constata la presenza del dispositivo riservandosi di verificare l'idoneità del sistema in sede di esame dei campioni presentati



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Sub-lotto 1 B – Ago a farfalla – la prolunga trasparente risulta avere lunghezza pari a 178 mm. La Commissione Giudicatrice, parimenti a quanto sopra espresso per la Ditta precedentemente considerata, decide di rimandare ogni decisione alla conclusione della disamina delle offerte tecniche di tutte le ditte in gara.

Alle ore 12,45 la seduta viene sospesa per una breve pausa; la Commissione Giudicatrice prima di assentarsi provvede a raccogliere la documentazione tecnica che viene lasciata nella stessa Sala riunioni, debitamente chiusa a chiave fino alla riapertura prevista per le ore 13,30.

La seduta riprende alle ore 13,40 con la prosecuzione della lettura degli elaboratori delle rimanenti concorrenti:

Ditta GREINER BIO ONE ITALIA S.p.A..

LOTTO 1:

In riferimento al meccanismo di sicurezza del sistema preassemblato e degli aghi di farfalla, la Commissione Giudicatrice constata la presenza del dispositivo, riservandosi di verificarne l'adeguatezza in sede di esame dei campioni presentati.

Sub-lotto 1 B – Ago a farfalla – la prolunga trasparente risulta avere lunghezza pari a 178 mm. La Commissione Giudicatrice, parimenti a quanto sopra espresso per la Ditta precedentemente considerata, decide di rimandare ogni decisione alla conclusione della disamina delle offerte tecniche di tutte le ditte in gara.

In riferimento al Sub-lotto 1 E – Provette – ed, in particolare alla caratteristica "Vuoto predeterminato", dall'esame della documentazione non si evince chiaramente la garanzia del mantenimento del vuoto fino alla data di scadenza delle provette. La Commissione Giudicatrice decide di rinviare qualsiasi valutazione alla conclusione della disamina delle offerte tecniche di tutti i concorrenti, riservandosi eventualmente di acquisire precisazioni in merito.

Ditta VACUTEST KIMA S.r.l.

LOTTO 1:

In riferimento al meccanismo di sicurezza del sistema preassemblato e degli aghi di farfalla, la Commissione Giudicatrice constata la presenza del dispositivo riservandosi di verificarne l'adeguatezza in sede di esame dei campioni presentati.

Per ciò che concerne le altre caratteristiche, l'offerta tecnica risulta nel complesso conforme a tutte le specifiche richieste dal Capitolato Tecnico.

ooooO000oooo

Alle ore 17,25 la Commissione Giudicatrice decide di sospendere i suoi lavori e di riconvocarsi in data 28/09/2018 a partire dalle ore 09,30.

In sede di chiusura del presente verbale il Presidente della Commissione dà atto della puntuale conservazione della documentazione tecnica che viene nuovamente riposta nelle confezioni originali e consegnata al segretario per la custodia e dà altresì atto della collegialità delle decisioni, sempre assunte all'unanimità dei componenti.

La seduta è tolta alle ore 17,40

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Commissione Giudicatrice:

Dott. Luca Nanni Presidente:

Dott.ssa Susanna Oddera Componente:

Dott. Mirco Maneschi Componente:

Per la Centrale:

Dott. Roberto BALDINI Supporto tecnico-specialistico
al RUP

Sig.ra Loredana LOTTI Segretario Verbalizzante






