



Centrale Regionale di Acquisto

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/8492214
e-mail: ligimoreno.costa@regione.liguria.it
Estensore del documento: Roberto BORETTI tel. 010/8492579
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina MERLO tel. 010/84902336
e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it



**Procedura aperta per la fornitura triennale di
"Lentine intraoculari"
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS
della Regione Liguria
Lotti n° 8
Numero gara: 4074687**

**Verbale di verifica della documentazione tecnica e campionatura
Seduta della Commissione Giudicatrice del:
16 luglio 2012**

Il giorno sedici del mese di Luglio dell'anno duemiladodici, alle ore 9,30 presso la Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata con la deliberazione n° 48 del 13/06/2012, verificata l'integrità del plico contenente le schede tecniche e la campionatura, procede a constatare la regolarità della documentazione tecnica e della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti alla "Gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di lentine intraoculari occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre" e composta da:

1. Traverso Prof. E. Carlo	Responsabile di Struttura Clinica Universitaria A.O.U. San Martino-IST Genova	in qualità di Presidente
2. Murialdo dott. Ugo	Responsabile S. C. Oculistica – ASL 4 Chiavarese	in qualità di Componente
3. Polvicino dott. Mario	Direttore S. C. Oculistica - ASL 2 Savonese	In qualità di Componente

E' presente altresì il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della Centrale, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito dalla sig.ra Caterina Merlo, Assistente Amm.vo della Centrale.

La Commissione Giudicatrice prende atto che hanno presentato idonea documentazione amministrativa le sottoelencate Ditte per i lotti a fianco di ciascuna indicati:

Ditta	Documentazione amministrativa	Ammissione fase di valutazione di idoneità tecnica	Lotti per i quali la Ditta presenta offerta
Alcon Italia S.p.A.	Idonea	Ammessa	Lotti nn. 1, 2 e 3
Alfa Intes	Idonea	Ammessa	Lotto n. 1
Amo-Abbott	Idonea	Ammessa	Lotti nn. 4 e 5
Bausch & Lomb-Iom S.p.A.	Idonea	Ammessa	Lotto n. 1
New Tech	Idonea	Ammessa	Lotto n. 4
Tecno Instruments	Idonea	Ammessa	Lotto n. 2
TG Oftalmica	Idonea	Ammessa	Lotto n. 1

Consorzio Centrale Regionale di Acquisto

Sede operativa: Corso Scassi, 1 - 16149 Genova - C.F. e P.I. 01829030996
Tel +39 010 8492336 - Fax +39 010 8492417 - Sito web www.acquistiliguria.it

La Commissione Giudicatrice procede all'esame della documentazione tecnica presentata dalle sottoindicate ditte il cui esito è di seguito riportato per singolo lotto:

LOTTO 1: cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo mono-materiale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica biconvessa anteriore, asferica

DOCUMENTAZIONE TECNICA		Alcon Italia S.p.a.	Alfa Intes	Bausch & Lomb Iol	Tg Oftalmica
a)	scheda tecnica del prodotto offerto	•	•	•	•
b)	catalogo	•	•	•	•
c)	certificazione CE con indicazione classe di appartenenza del prodotto	•	•	•	•
d)	dichiarazione segreti tecnici o commerciali	•	•	•	•
e)	dichiarazione conformità CEE e codici CND	•	•	•	•
f)	dichiarazione della ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	•	•	•	•
g)	elenco riepilogativo della documentazione tecnica presentata	•	•	•	•

LOTTO 2: cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo bi-materiale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica biconvessa anteriore, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D)

DOCUMENTAZIONE TECNICA		Alcon Italia S.p.a.	Tecno Instruments
a)	scheda tecnica del prodotto offerto	•	•
b)	catalogo	•	•
c)	certificazione CE con indicazione classe di appartenenza del prodotto	•	•
d)	dichiarazione segreti tecnici o commerciali	•	•

DOCUMENTAZIONE TECNICA		Alcon Italia S.p.a.	Tecno Instruments
e)	dichiarazione conformità CEE e codici CND	•	•
f)	dichiarazione della ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	•	•
g)	elenco riepilogativo della documentazione tecnica presentata	•	•

LOTTO 3: cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo mono-materiale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica asferica anteriore e toricità posteriore, per correzione astigmatismo almeno da 2 diottrie a 4 diottrie.

DOCUMENTAZIONE TECNICA		Alcon Italia S.p.a.
a)	scheda tecnica del prodotto offerto	•
b)	catalogo	•
c)	certificazione CE con indicazione classe di appartenenza del prodotto	•
d)	dichiarazione segreti tecnici o commerciali	•
e)	dichiarazione conformità CEE e codici CND	•
f)	dichiarazione della ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	•
g)	elenco riepilogativo della documentazione tecnica presentata	•

LOTTO 4: cristallino artificiale per occhio afachico, monopezzo, monomateriale, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di ipermetropia da +2 diottrie a + 30 diottrie

DOCUMENTAZIONE TECNICA		Amo Italy s.r.l. - Abbott	New Tech
a)	scheda tecnica del prodotto offerto	•	•
b)	catalogo	•	•
c)	certificazione CE con indicazione classe di appartenenza del prodotto	•	•
d)	dichiarazione segreti tecnici o commerciali	•	•
e)	dichiarazione conformità CEE e codici CND	•	•
f)	dichiarazione della ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	•	•
g)	elenco riepilogativo della documentazione tecnica presentata	•	•

LOTTO 5: cristallino artificiale per occhio fatico, tre pezzi, bimateriale (pieghevole), per inserzione a piccola incisione, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di miopia e di ipermetropia

DOCUMENTAZIONE TECNICA		Amo Italy s.r.l. - Abbott
a)	scheda tecnica del prodotto offerto	•
b)	catalogo	•
c)	certificazione CE con indicazione classe di appartenenza del prodotto	•
d)	dichiarazione segreti tecnici o commerciali	•
e)	dichiarazione conformità CEE e codici CND	•
f)	dichiarazione della ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore	•
g)	elenco riepilogativo della documentazione tecnica presentata	•

La Commissione procede alla verifica della sussistenza delle caratteristiche tecniche indispensabili, il cui esito viene di seguito specificato:

Centrale Regionale di Acquisto

Lotto 1: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica biconvessa anteriore, asferica

		Alcon Italia S.p.A.	Alfa Intes	Bausch & Lomb - Iol S.p.A.	TG Oftalmica s.r.l.
nome commerciale modello e codice prodotto offerto		AcrySof IQ mod. SN60WF	I-Steem gl mod. ISP60 GL	en-Vista™ mod. enVista MX- 60	Overview AS Natural
Caratteristiche tecniche indi- spensabili (pena esclu- sione)	Diametro disco otti- co: almeno 6,00 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
	Lunghezza minima 12,50 mm	13.0 mm	13.0 mm	12.50 mm	12.5 mm
	Indice di rifrazione: maggiore di 1,45	1.55	1.53	1.54 (@ 35° C)	in una scheda è indicato 1.53 e sul catalogo del pro- duttore è indicato 1.525
	Filtro UV	percentuale varia- bile fino a 550nm	si	si	filtro luce blu sino a 550 nm
	Ampia gamma di poteri diottrici, al- meno da +6D a +30D	da +6.0 a +30.0 con incremento di 0.5 d	da 0 a +40 con incremento di 1.00 d - da 15.0 a 30.0 con incremento di 0.5 d	da 0.00 a +9.00d incremento di 1.00d da +10.00d a +30.00d incremen- to di 0.5 d da +31.00 a +34.00d incrementi di 1.00d	da 0.00 a +30.00d incremento di 0.5 d
	Contenuto d'acqua: minore o uguale al 3%	0,25%	Non dichiarato	4%	2%
	Bordo del disco otti- co "square edge"	si	si	si	si
	Angolazione anse a zero gradi	0°	angolazione anse 5°	0°	0°

Lotto 2: Cristallino artificiale acrilico idrofobo, monopezzo bimatereale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica biconvessa anteriore, asferica (vincolata per l'asfericità ai poteri diottrici da +6D a +30D)

		Alcon Italia S.p.A.	Tecno Instruments s.r.l.
nome commerciale modello e codice prodotto offerto		AcrySof Natural mod. MN60AC/MN60MA	Hoya AF-1 (UY) mod. PY-60AD/YA-60BB
Caratteristiche tecniche indi- spensabili (pena esclusione)	Diametro disco ottico almeno 6,00 mm	6.00 mm	6.00 mm
	Lunghezza totale minima 12,5 mm.	13.0 mm	12.5 mm
	Indice di rifrazione: maggiore di 1,45	1.55	mod. PY-60AD 1.520 a 23° C mod. YA-60BB 1.520 a 23° C

Centrale Regionale di Acquisto

Filtro UV	si	percentuale variabile fino a 550 nm
Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da -5 D a +30 D	mod. MN60AC da 6 a 40 con incremento di 0.5 d - mod. MN60MA da -5 a +5 con incremento di 1 d	mod. PY-60AD da +6.00 a +30.0 incremento 0.5 d - mod. YA-60BB da +4.0 a +40.0 incremento 0.5 d - da -7.0 a +4.0 incremento 1 d
Contenuto d'acqua: minore o uguale al 3%	0,25%	0,25% a 23° C
Bordo del disco ottico "square edge"	Bordo satinato	si
Forma delle anse: C "modificata" con angolazione progressiva	C modificata	C modificata
Anse in PMMA	PMMA colorato - Monoflex	PMMA Lathe Cut
Per i poteri diottrici inferiori a +6D, escluso il vincolo per l'asfericità, rimangono indispensabili tutte le altre caratteristiche sopra elencate	Non asferica	mod. YA-60BB da +4.0 a +40.0 incremento 0.5 d - da -7.0 a +4.0 incremento 1 d

La lente presentata dalla ditta Alcon è non monopezzo come richiesto

Lotto 3: Cristallino artificiale acrilico idrofobo monopezzo monomateriale per sacco capsulare, per inserzione a piccola incisione, iniettabile, ottica asferica anteriore e toricità posteriore, per correzione astigmatismo almeno da 2 diottrie a 4 diottrie

		Alcon Italia S.p.A.
nome commerciale modello e codice prodotto offerto		AcrySof IQ Toric mod. SN60ATx
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione)	Diametro disco ottico almeno 6,00 mm	6.00 mm
	Lunghezza totale 13,00 mm	13.00 mm
	Indice di rifrazione: maggiore di 1,45	1.55
	Filtro UV	percentuale variabile fino a 550nm
	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +6 D a +30 D, con incrementi di 0,5 D	da 6.0 a 30.0 incremento di 0.5 d
	Contenuto d'acqua: minore o uguale al 3%	0.25%
	Bordo del disco ottico "square edge"	si

Lotto 4: Cristallino artificiale per occhio afachico, monopezzo, monomateriale, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di ipermetropia da + 2 Diottrie a + 30 Diottrie

		Amo Italy s.r.l.	New Tech S.p.A.
nome commerciale modello e codice prodotto offerto		Verisyse™ mod. VRSA54	Artisan per afachia mod. 205
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione)	Diametro disco ottico almeno 5,00 mm	5.00 mm	5.00 mm
	Lunghezza totale 8,5 mm	8.5 mm	8.50 mm
	Indice di refrazione: > 1,45	1.49	1.49
	Filtro UV	si	si

Centrale Regionale di Acquisto

	Ampia gamma di poteri diottrici, almeno da +2 D a +30 D, con incrementi di 0,5 diottrie	da +2 a +30 d con incremento di 0.5 d da 14.5 a 24.5 d	da +2.0 a +30.0 d con incremento di 1 d e da +14.5 a +24.50 d incremento di 0.5 d
	Dovrà essere fornita la strumentazione dedicata necessaria (pinze di metallo destra e sinistra risterilizzabili, uncino per enclavazione risterilizzabile oppure un monouso per ogni lente fornita)	kit impianto composto da - 2 pinze holder - 1 manipolatore - ago da enclavazione	kit impianto composto da: - enclavatori a suzione dx e sx - pinza per impianto Artisan - pinza per lente Artisan - ago da enclavazione

Lotto 5: Cristallino artificiale per occhio fachico, tre pezzi, bimeriale (pieghevole), per inserzione a piccola incisione, a fissazione iridea (ENCLAVAZIONE) per la correzione di miopia e di ipermetropia

		Amo Italy S.p.A.
nome commerciale e modello e codice prodotto offerto		Veriflex™ mod. VFOM60
Caratteristiche tecniche indispensabili (pena esclusione)	Diametro disco ottico almeno 5,00 mm	6.00 mm
	Lunghezza totale 8,5 mm	8.5 mm
	Indice di rifrazione: > 1,45	1.43
	Filtro UV	no
	Dovrà essere fornita la strumentazione dedicata necessaria (pinze di metallo destra e sinistra risterilizzabili, uncino per enclavazione risterilizzabile oppure un monouso per ogni lente fornita)	kit da enclavazione composto da: - pinza per impianto ansa sx - pinza per impianto ansa dx - manipolatore

La Commissione provvede a raccogliere le campionature e le schede tecniche in un unico plico debitamente sigillato che verrà custodito in armadio provvisto di serratura collocato in un luogo chiuso in modo da garantire la genuinità e l'integrità del plico e rinvia, alla seduta del 20 luglio 2012 alle ore 9,30 che si terrà presso la Sala riunioni della Sala riunioni dell'Ospedale Villa Scassi (Palazzina Uffici Amministrativi), la verifica la sussistenza delle caratteristiche tecniche indispensabile e, la conseguente l'attribuzione dei punteggi e la prova pratica della campionatura, come sopra meglio descritto.

La seduta è tolta alle ore 13,30
Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:

TRAVERSO Prof. E. Carlo



Componente:

MURIALDO dott. Ugo




POLVICINO dott. Mario



Centrale Regionale di Acquisto

Per la Centrale Regionale di Acquisto:

COSTA dott. Luigi Moreno



MERLO sig.ra Caterina