

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno **COSTA** tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina **MERLO** tel. 010/5488562
e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

Genova, 26 marzo 2014

Prot. n° 2270

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di: ASL n° 1 "Imperiense", ASL n° 2 "Savonese", ASL n° 3 "Genovese", ASL n° 4 "Chiavarese", ASL n° 5 "Spezzina", E. O. "Ospedali Galliera" e Ospedale Evangelico Internazionale per la durata di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni) - Lotto unico Numero gara: 5181810. CIG 5302784BC7.
- **RICHIESTA DI CHIARIMENTI**

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue:

QUESITO- 96-: con riferimento all'inventario dell'Ospedale Evangelico Internazionale contenuto nell'documento "F2 – Offerta Economica" versione rettificata del 23/01/2014, si chiede di specificare se la dicitura "Ospedale Evangelico" presente nella colonna "Ente/Strutt" si riferisce alla sede di Castelletto o al presidio di Voltri

RISPOSTA – 96-: si è provveduto a variare l'Allegato F2

QUESITO - 97-: si chiede di specificare il modello e il tipo di apparecchiatura radiologica di:

ASL 1 IMPERIA:

CIVAB (Classe)	CIVAB (Produttore)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	Inv	Gruppo	Valore (IVA escl)	Ente/Strutt	UO
Rad	Sie	Radiologia, apparecchio per	Siemens AG	Da definire	RXH2201309 /XDZ9306269	3425559	C	150.000,0	Stab. Ospedaliero Imperia	Radiologia
GRD	GEI	Radiologia, apparecchio per	General Medical Merate SpA	Da definire	7334	900634	C	120.000,0	Stab. Ospedaliero Sanremo	Radiologia

ASL 4 CHIAVARI:

CIVAB (Classe)	CIVAB (Produttore)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	Inv	Gruppo	Valore (IVA escl)	Ente/Strutt	UO
		Tavolo tomografico	Ge Medical System	0	1962GPO	2264	D	4.132,23	Ospedale Lavagna	Radiologia Lavagna ospedale radiodiagnostica tradizionale

RISPOSTA – 97-: si precisa quanto segue:

- ASL1: le informazioni fornite (classificazione e valore) sono sufficienti ai fini della gara; il dettaglio verrà integrato con il censimento previsto all'avvio del servizio
- ASL4: Si è provveduto a variare l'Allegato F2

QUESITO - 98-: in sede di sopralluogo dell'ASL 2 Savonese è stata fornita l'informazione che presso l'Asl sono installate 4 risonanze magnetiche (due da 1,5 T e due più piccole da 0,2-0,3T). Dall'analisi dell'inventario di gara risultano invece 5 risonanze.

CIVAB (Classe)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	Inv	Ente/Strutt	UO	Rep/Stanza	Possesso
TRM	Tomografo a Risonanza Magnetica	Philips Medical System	Gyrosan Power 1.0 T	04502801	001578	Ospedale Pietro L.	Radiologia .PT	Edificio 1: Padiglione Piastra	P
TRM	Tomografo a Risonanza Magnetica	Philips Medical System	Achieva 1.5T	04503104	001579	Ospedale Pietro L.	Radiologia .PT	Edificio 1: Padiglione Piastra	P
TRM	Tomografo a Risonanza Magnetica	Philips S.p.A.Healthcare	Achieva 1,5T	4503502,00	3260,00	Ospedale Savona	Immagini-Biotecnologie avanzate	Risonanza Magnetica	P
TRM	Tomografo a Risonanza Magnetica	Esaote S.p.A.	Artoscan C RM	3227,00	3263,00	Ospedale Albenga	Radiologia Albenga	Servizio Radiologia Albenga	P
TRM	Tomografo a Risonanza Magnetica	Hitachi	Airis Mate 0,2T	E392	4237,00	Ospedale Cairo Mon-tenotte	Radiologia Cairo M.	Radiologia Diagnostica Cairo Mon-tenotte	P

RISPOSTA – 98-: si precisa quanto segue:

- Le Risonanze Magnetiche in ASL2 sono cinque, in quanto è presente anche una piccola apparecchiatura a Risonanza Magnetica prodotto da Esaote modello Artoscan. L'unica variazione rispetto a quanto indicato nell'allegato F2 è costituita dalla sostituzione dell'apparecchiatura RM Philips Gyrosan presso l'Ospedale di Pietra Ligure con un tomografo a Risonanza Magnetica Philips Ingenia 1,5T, che sarà oggetto del Servizio al termine del periodo di garanzia. Ad ogni modo si evidenzia che al momento dell'attivazione dell'appalto, si dovrà effettuare il censimento di tutte le apparecchiature ed il ricalcolo degli effettivi importi contrattuali.

QUESITO - 99-: in sede di sopralluogo dell'ASL 2 Savonese è stata fornita l'informazione che presso l'ASL sono installate 5TAC. Dall'analisi dell'inventario di gara risultano 7 TAC

CIVAB (Classe)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	Inv	Ente/Strutt	UO	Rep/Stanza	Possesso
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	Siemens Medical Solution	Somaton Plus Expert 4 conf. CTCC422201	CTCC422201	370,00	Ospedale Savona	Radioterapia	Servizio Radioterapia Oncologica	P
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Light Speed Pro 32	A5238806	3151,00	Ospedale Savona	Immagini-Biotecnologiche avanzate	T.A.C. Savona	P
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Light Speed 16	138593HM9	0003214	Ospedale Pietra L.	Pronto Soccorso P1	Edificio 1: Padiglione Piastra	P
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Light Speed Pro 32	A5238807	3333,00	Ospedale Savona	Immagini-Biotecnologiche avanzate	T.A.C. Savona	P

CIVAB (Classe)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	Inv	Ente/Strutt	UO	Rep/Stanza	Possesso
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Light Speed VCT	395754 CN 5 Cod. Sist. A5113519	003370	Ospedale Pietra L.	Radiologia – PT	Edificio 1: Padiglione Piastra	P
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	Hitachi	MDCT Presto 4 Slice Conf. 100836	5583,00	3921,00	Ospedale Cairo Montenotte	Radiologia Cairo Montenotte	T.A.C. Cairo Montenotte	P
TAC	Tomografo Assiale Computerizzato	GE Medical Systems Italia S.p.A.	Light Speed VCT Cardio Pro 64	A5317204	4539,00	Ospedale di Albenga	Radiologia Albenga	T.A.C. Albenga	P

Si chiede di specificare quante e quali risonanze magnetiche sono attualmente installate presso l'ASL 2 Savonese

RISPOSTA -98 - si precisa quanto segue:

- Durante il sopralluogo è stata presumibilmente fornita l'informazione che presso la ASL2 sono disponibili n. 6 TAC, con riferimento alle apparecchiature utilizzate a fini diagnostici. È disponibile un'ulteriore apparecchiatura TAC (Siemens Somatom Plus), utilizzata quale simulatore TAC in Radioterapia. Risultano pertanto corrette le informazioni riportate nel file dell'inventario (allegato F2).

QUESITO - 100- : presso l'ASL 3 genovese è presente un'apparecchiatura modello LIFEINVISION DR 982 della Ferrania Technologies S.p.A., per la quale è stata indicata come tipologia "Teleradiografo" ed è stata valorizzata ad € 5.000,00 con gruppo "E". Sulla base del costruttore e del modello indicato l'apparecchiatura risulta essere un sistema polifunzionale per radiologia digitale. A fronte di ciò si chiede di confermare se l'apparecchiatura in questione è effettivamente un sistema polifunzionale per radiologia digitale e, in caso di risposta affermativa, di modificare il gruppo e la corrispondente valorizzazione.

CIVAB (Classe)	CIVAB (Produttore)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	Inv	Ente/Strutt	UO	Rep/Stanza	Possesso
TRG	FNI	Teleradiografo	Ferrania Technologies SpA	Lifeinvision DR982	Nn	2510	Villa Scassi Pad. DEA	Radiologia	Diagnostica Villa	P

RISPOSTA -100 - si precisa che si è provveduto a variare l'Allegato F2

QUESITO - 101- : All'art. 6.2. – Alte Tecnologie del Capitolato Tecnico Sez. A -, l'opzione a) prevede "contratti con aziende produttrici e/o loro emanazioni, in grado di adempiere ai requisiti indicati nel presente capitolato nel limite del 30%, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006"

Mentre all'Art. 10 - segnalazione del subappalto del Capitolato Tecnico sez. A si afferma "Resta inteso che ove l'Aggiudicatario si rivolga direttamente al costruttore delle apparecchiature al fine di ottenere una prestazione connessa al servizio (manutenzione una tantum, contratto di manutenzione, ecc..) tale prestazione non è da ritenersi subappalto"

Si chiede di specificare se i contratti con aziende produttrici e/o loro emanazioni per le apparecchiature di alta tecnologia di cui all'Art. 6.2 del Capitolato Tecnico debbano essere obbligatoriamente affidati con la formula del subappalto (con riferimento a quanto affermato all'art. 6.2), o se per tali contratti sia da ritenersi valido quanto affermato all'art. 10 del Capitolato Tecnico, ovvero che non siano da ritenersi subappalto

RISPOSTA -101 - si specifica che l'art. 10 – segnalazione del subappalto del Capitolato Tecnico sez. A recita quanto segue:..." Resta inteso che ove l'Aggiudicatario si rivolga direttamente al

costruttore delle Apparecchiature al fine d'ottenere una prestazione connessa al Servizio (manutenzione una tantum, contratto di manutenzione, ecc..) tale prestazione non è da ritenersi subappalto.".... mentre è da leggere : ... Resta inteso che ove l'Aggiudicatario si rivolga direttamente al costruttore delle Apparecchiature al fine d'ottenere una prestazione connessa al Servizio (sub-contratto di manutenzione una tantum ecc..) tale prestazione non è da ritenersi subappalto."

Si precisa che il comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 prevede il sub- contratto il quale non potrà avere un importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4).

Si precisa che a seguito dell'adozione della determinazione n° 65 del 24 marzo 2014 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12:00 del giorno 15 aprile 2014

Pertanto, si ricorda che le richieste di chiarimento devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1 aprile 2014 e tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(F.to Dott. Luigi Moreno COSTA)