Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA
Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani

Determinazione n. 123 del 17/05/2016

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, aggiudicata con Determinazione n. 218 del 24/11/2014, Lotti 1, 2, 4 e 5, numero gara: 5355464. Approvazione proposta di aggiornamento tecnologico a condizioni economiche invariate: Lotto 1 – Nutricia Italia S.p.A.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione di una Centrale Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi;

Vista la Legge della Regione Liguria 6.11.2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. e svolte dal Consorzio Centrale Regionale di Acquisto sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 del 1.2.2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 del Commissario straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Richiamata la Determinazione n. 74 del 03/04/2014, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, Area Centrale Regionale di Acquisto, con cui si era provveduto all'indizione della gara a procedura aperta per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, Lotti n. 5, numero gara: 5355464 ed alla contestuale approvazione del Capitolato tecnico e del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;

Vista la Determinazione n. 218 del 24/11/2014, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva per la procedura di gara in oggetto;

Richiamata la propria Determinazione n. 97 del 23/04/2015, con la quale la Centrale procedeva all'approvazione del Catalogo delle forniture aggiudicate, disponendone la pubblicazione sul sito internet della Centrale;

Vista la nota dell'IRCCS San Martino-Ist (rif. 1515/2016 e 1582/2016), con le quali l'Ente segnalava la comunicazione del cambio dei codici dei set di somministrazione da parte di Nutricia Italia S.p.A., aggiudicataria del Lotto 1 della procedura in oggetto;

Richiamate le note 1542/2016, 1614/2016 e 5233/2016, con le quali la Centrale comunicava il suddetto cambio codici da parte di Nutricia Italia S.p.A. alla Commissione giudicatrice, per un parere in merito;

Vista la nota di Nutricia Italia S.p.A., agli atti dell'Agenzia con prot. 5419/2016, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale la medesima Azienda propone l'aggiornamento tecnologico progressivo, comprensivo di una fase di transizione, relativamente ai propri sistemi di connessione enterale, ad invariate condizioni economiche;

Viste in particolare le Tabelle, inviate con la nota del 13/05/2016 e recanti i nuovi codici dei prodotti sopra indicati, che si allegano parimenti al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

Visto il parere favorevole espresso dai Componenti della Commissione giudicatrice, e segnatamente dal dr. Luca Montagnani con nota acquisita con prot. 5390 del 12/05/2016 e dall'Ing. Gino Spada con nota acquisita con prot. 5449 del 16/05/2016;

Ritenuto pertanto, alla luce dei pareri favorevoli espressi dai sopracitati Componenti della Commissione giudicatrice, di approvare la proposta di l'aggiornamento tecnologico progressivo, comprensivo di una fase di transizione, relativamente ai propri sistemi di connessione enterale, ad invariate condizioni economiche, di Nutricia Italia S.p.A.;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'ARS;

D E T E R M I N A

- ✓ Di approvare la proposta di l'aggiornamento tecnologico progressivo, comprensivo di una fase di transizione, relativamente ai sistemi di connessione enterale, ad invariate condizioni economiche, di Nutricia Italia S.p.A., come indicata nella nota citata in premessa, prot. 5419 del 13/05/2016, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comprensiva delle relative Tabelle recanti i nuovi codici dei prodotti oggetto dell'aggiornamento de quo;

- ✓ Di dare atto che i codici prodotto, contenuti nelle Tabelle di cui al punto precedente, costituiscono aggiornamento tecnologico, ad invariate condizioni economiche, comprensivo di una fase di transizione, rispetto ai contenuti del Catalogo pubblicato con Determinazione n. 97/2015;

- ✓ Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo pretorio della Centrale, nonché nell'apposita sezione "Gare" del sito internet della Centrale;

- ✓ Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria;

- ✓ Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi a carico della Centrale;

- ✓ Di dare atto che il presente provvedimento è composto da n. 2 pagine, oltre agli allegati, quali parti integranti e sostanziali di 4 pagine, per un totale di 6 pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:

- *Prot. 5419 del 13/05/2016 e relative Tabelle.*

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

ENFit

Milano, Ottobre 2015

OGGETTO: COMUNICAZIONE CAMBIO CODICI SET DI SOMMINISTRAZIONE FLOCARE DA ENLock A *ENFit-TRANSITION*

Gentile Cliente,

al fine di garantire una maggiore sicurezza dei pazienti, Nutricia Advanced Medical Nutrition e le altre aziende della **GEDSA (Global Enteral Device Supplier Association)** hanno collaborato allo sviluppo di un **nuovo sistema di connessione enterale**. Lo scopo è salvaguardare il paziente prevenendo il rischio di connessioni improprie tra la linea di infusione enterale e le altre linee infusionali, nel **rispetto della normativa ISO 80369-3**.

Il nuovo sistema di connessione, denominato **ENFit** e specifico per la nutrizione enterale, è stato appositamente studiato per essere incompatibile con i sistemi di infusione parenterale.

Per facilitare il passaggio dei set di somministrazione (deflussori e sacche con deflussore integrato) dall'attuale sistema di connessione ENLock al nuovo sistema di connessione **ENFit,** è stata prevista una **fase di transizione** in cui viene garantita la compatibilità con i dispositivi attualmente in commercio (set di somministrazione *ENFit-Transition*, come sintetizzato nella tabella 1):

Tabella 1

CONNESSIONE	SET PRECEDENTE: ENLock	SET NUOVO: *ENFit-Transition*
SET		
Descrizione	Connettore Luer femmina + ENLock maschio (colore viola)	Connettore ENFit femmina + ENLock maschio (colore bianco)

I set di somministrazione *ENFit-Transition* sono dotati dello stesso connettore terminale ENLock rispetto al precedente, ma di **colore diverso**.

Nutricia Italia S.p.A.
Via C. Farini, 41 - 20159 MILANO
Centralino 02.63695.1
Fax Direzione Generale 02.63695.770 Fax Supply Chain 02.63787.533
Fax Ufficio Credito 02.63787.512 Fax Customer Care 02.63695.781/5
Capitale Sociale € 7.996.400 interamente versato
Registro Imprese (MI) 359729 - R.E.A. 1488402 Milano
Cod. Fisc. e Part. IVA 11667890153
"Soggetta a direzione e coordinamento di Danone SA"

DANONE
MEDICAL NUTRITION

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

ENFit

I set di somministrazione *ENFit-Transition* sono quindi **compatibili con le sonde attualmente in commercio**.

Inoltre, i set di somministrazione *ENFIt-Transition* sono pensati per essere già compatibili anche con le nuove sonde ENFit: quando saranno disponibili sul mercato (con tempistiche differenti a seconda del produttore), basterà rimuovere il terminale ENLock e collegare direttamente il connettore ENFit femmina del set di somministrazione *ENFit-Transition* al connettore ENFit maschio delle nuove sonde.

I nuovi set di somministrazione *ENFit–Transition* sono identificati da nuovi codici interni di prodotto (come indicato nella tabella 2) e sono disponibili a partire dal terzo trimestre 2015.

Si conferma che le offerte economiche relative ai nuovi codici Flocare rimangono invariate.

La informiamo che per ulteriori informazioni tecniche può rivolgersi direttamente all'informatore di zona o contattare il Servizio Consumatori (numero verde 800-822096; e-mail specialisti@nutricia.com).

Per effettuare un ordine, invece, può contattare il nostro Customer Service (telefono 02/63695717; fax 02/63695785; e-mail a ordini@nutricia.com).

Cordiali saluti.

Direttore Medico
Roberto Pisati

Direttore Vendite
Luca Cordaro

Nutricia Italia S.p.A.
Via C. Farini, 41 - 20159 MILANO
Centralino 02.63695.1
Fax Direzione Generale 02.63695.770 Fax Supply Chain 02.63787.533
Fax Ufficio Credito 02.63787.512 Fax Customer Care 02.63695.781/5
Capitale Sociale € 7.996.400 interamente versato
Registro Imprese (MI) 359729 - R.E.A. 1488402 Milano
Cod. Fisc. e Part. IVA 11667890153
"Soggetta a direzione e coordinamento di Danone SA"

DANONE
MEDICAL NUTRITION

Codice precedente ENLOCK	Codice Attuale ENFit Transition	Descrizione	CND	Nr di repertorio	PARAF
570062	590069	Deflussore per bottiglie a gravità – Fase di transizione	A030403	1311494	970277758
569882	590081	Deflussore per bottiglie per nutripompa 800 – Fase di transizione	A030403	1334614	970277772
569920	586459	Deflussore per pack a gravità – Fase di transizione	A030403	1336078	970277719
569945	589824	Deflussore per pack e bottiglia per nutripompa Infinity – Fase di transizione	A030403	1306646	970277745
569886	586511	Deflussore per pack per nutripompa 800 – Fase di transizione	A030403	1336080	970277721
569572	586521	Deflussore per pack per zainetto (privo di accesso laterale) per nutripompa Infinity – Fase di transizione	A030403	1338372	970265346
569950	586517	Deflussore per sacche preriempite (pack) a doppia via per nutripompa Infinity – Fase di transizione	A030403	1336462	970277822
569916	589754	Deflussore per sacche preriempite (pack) e bottiglie a gravità – Fase di transizione	A030403	1336081	970277733
569883	589756	Deflussore universale per sacche preriempite (pack) e bottiglie per nutripompa 800 – Fase di transizione	A030403	1334601	970265310
570059	589786	Sacca con deflussore da 1.3 L per nutripompa 800 – Fase di transizione	A030403	1311938	970277796
570061	589790	Sacca con deflussore da 1.3 L per nutripompa Infinity - Fase di transizione	A030403	1346363	970327110
570137	589784	Sacca con deflussore da 2.0 L a gravità – Fase di transizione	A030403	1336461	970277796
570055	590012	Sacca con deflussore da 2.0 L per nutripompa Infinity – Fase di transizione	A030403	1338374	970277810
570060	589788	Sacca da 2.0 L con deflussore per nutripompa 800 – Fase di transizione	A030403	1338373	970277808

NUTRICIA
Advanced Medical Nutrition

ENFit

Tabella 2

DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRECEDENTE (ENLock)	CODICE NUOVO (*ENFit-Transition*)
Deflussore per pack a gravità – Fase di transizione	569920	586459
Deflussore per pack per nutripompa 800 – Fase di transizione	569886	586511
Deflussore per pack per zainetto (privo di accesso laterale) per nutripompa Infinity – Fase di transizione	569572	586521
Deflussore per sacche preriempite (pack) e bottiglie a gravità – Fase di transizione	569916	589754
Deflussore universale per sacche preriempite (pack) e bottiglie per nutripompa 800 – Fase di transizione	569883	589756
Deflussore per pack e bottiglia per nutripompa Infinity – Fase di transizione	569945	589824
Deflussore per bottiglie a gravità – Fase di transizione	570062	590069
Deflussore per bottiglie per nutripompa 800 – Fase di transizione	569882	590081
Sacca con deflussore da 2.0 L a gravità – Fase di transizione	570137	589784
Sacca con deflussore da 1.3 L per nutripompa 800 – Fase di transizione	570059	589786
Sacca da 2.0 L con deflussore per nutripompa 800 – Fase di transizione	570060	589788
Sacca con deflussore da 2.0 L per nutripompa Infinity – Fase di transizione	570055	590012
Deflussore per sacche preriempite (pack) a doppia via per nutripompa Infinity – Fase di transizione	569950	586517
Sacca con deflussore da 1.3 L per nutripompa Infinity - Fase di transizione	570061	589790

Nutricia Italia S.p.A.
Via C. Farini, 41 - 20159 MILANO
Centralino 02.63695.1
Fax Direzione Generale 02.63695.770 Fax Supply Chain 02.63787.533
Fax Ufficio Credito 02.63787.512 Fax Customer Care 02.63695.781/5
Capitale Sociale € 7.996.400 interamente versato
Registro Imprese (MI) 359729 - R.E.A. 1488402 Milano
Cod. Fisc. e Part. IVA 11667890153
"Soggetta a direzione e coordinamento di Danone SA"

DANONE
MEDICAL NUTRITION