arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0022647.22-11-2018

SCHEDA TECNICA

Vite di Bloccaggio per vite cefalica chiodo CMN ZNN

SC_N_27Rev_19/07/2012 17.02.33

Vite di Bloccaggio per vite cefalica chiodo CMN ZNN

Descrizione prodotto

Vite di bloccaggio da inserire all'interno del chiodo per bloccare rotazione e/o scivolamento della vite cefalica del chiodo pertrocanterico.

Destinazione d'uso

Il sistema Zimmer Natural Nail è concepito per la fissazione temporanea della frattura e la stabilizzazione dell'osso.

Materiali

Nome Materiale	Nome Commerciale	Standard	Composizione chimica (% peso)
Lega di Titanio Ti-6Al-4V - Forgiato o Battuto	Protasul-64WF	ASTM F136; ISO 5832-3	C: max 0,08%; H: max 0,012%; N: max 0,05%; O: max 0,13%; Al: min 5,5% - max 6,50%; V: min 3,5% - max 4,5%; Fe: max 0,25%; Ti: per la restante percentuale.
Polietilene con peso molecolare ultra-elevato	UHMWPE	ASTM F648, ISO 5834-1/2	Polietilene UHMWPE

Informazioni generali

Classe di rischio:	IIb	**Materiale conf. primaria:**	polietilene
Numero RDM:	327782	**Rappresentante EU:**	Zimmer UK Ltd
CND:	P09120699	**Distributore:**	Zimmer s.r.l.
Sterile:	Sì	**Nome Fabbricante:**	Zimmer GmbH
Metodo Sterilizzazione:	RAGGI GAMMA	**Introduzione Mondo:**	2010
Durata Sterilità (mesi):	60	**Introduzione in Italia:**	2010
Latex Free:	Sì		

Avvertenza

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, sctitta dalla società di distribuzione in Italia, non sono instruzioni per l'uso e devono essere utilizzate solo per la valutazione del prodotto in fase di acquisizione.

Descrizione	REF
ZNN ZIMMER NATURAL NAIL - SET SCREW VITE CEFALICA CHIODO CMN IN TITANIO	47-2493-000-00

Certificazioni di Qualità e Marcatura CE

Le società del gruppo ZIMMER sono in possesso di un Sistema di Qualità che ha conseguito la certificazione ISO 13485:2003 (requisiti per dispositivi medici).
I prodotti ZIMMER dispongono del marchio CE in quanto conformi ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva 93/42/CEE e successivi aggiornamenti concernente i dispositivi medici.