



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA

FORNITURA DI VALVOLE CARDIACHE OCCORRENTI AL POLICLINICO SAN MARTINO DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI ANNI TRE (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO) -

Lotti n. 26

Numero gara 6818808

Prima seduta riservata 06 febbraio 2018

Verbale di verifica dell'idoneità delle offerte tecniche e di valutazione qualitativa

Il giorno 06/02/2018 alle ore 15.00 presso i locali di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 412 del 22/11/2017 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica della idoneità delle offerte tecniche e la valutazione qualitativa dei prodotti presentati dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:


Cognome	Nome	Struttura	
SCARANO	Flavio	Dirigente Medico U.O. Cardiocirurgia Ospedale Policlinico San Martino	Presidente
SALSANO	Antonio	Dirigente Medico U.O. Cardiocirurgia Ospedale Policlinico San Martino	Componente
DI CORRADO	Elena	Tecnico Perfusionista Cardiocirurgia Ospedale Policlinico San Martino	Componente

E' presente la Dott.ssa Francesca Elia referente della gara , il dott. Roberto Baldini ed il RUP della procedura dott. Luigi Moreno Costa dalle 17.05 alle 17.45 .

La Commissione procede in sede collegiale ad effettuare :

- le valutazioni di idoneità (presenza dei requisiti minimi essenziali richiesti pena esclusione) andando in ordine di ditta.
- Terminata questa fase si procederà di seguito, per le ditte ammesse al proseguo della gara, alle valutazioni sugli item qualitativi per i tutti i lotti in questione.

La Commissione giudicatrice inizia il lavoro di valutazione delle documentazioni tecniche fornite dalle seguenti ditte:



Ditta	Lotti partecipati
Medtronic	1,3,8,15,16,18,19,20,22,23
Artech	1,9,16,24
Aptiva Medical	24,25
Promed	7
Serom	10
Le Maitre	26
Maquet	10
Edwards Life Sciences	2,4,17,19,20,21,22,23,26

Nel corso del lavoro della Commissione emergono le seguenti situazioni:

Società Medtronic

- **lotto 1 "Protesi meccanica aortica a basso profilo"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 3 "Bioprotesi valvolare aortica porcina con stent"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
-
- **lotto 8 "Tubo valvolato aortico meccanico retto"** - il prodotto offerto non include la misura 19 mm richiesta come requisito minimo negli atti di gara; pertanto la Commissione Giudicatrice si riserva di verificare il campione prima di decretare l'esclusione.
- **lotto 15 "Protesi meccanica mitralica a basso profilo"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 16 "Protesi meccanica mitralica con sistema di protezione degli elementi mobili"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 18 "Bioprotesi valvolare mitralica con stent ed ampio anello di sutura"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 19 "Anello per plastica mitralica a stabilità di forma"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 20 "Anello per plastica mitralica semirigido a variabilità di forma"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.

- Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **Lotto 22 "Band mitralico"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 23 "Anello per plastica della valvola tricuspidè"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Società Artech

- **lotto 1 "Protesi meccanica aortica a basso profilo"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 9 "Tubo valvolato aortico meccanico valsalva"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 16 "Protesi meccanica mitralica con sistema di protezione degli elementi mobili"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 24 "Matrice extracellulare biologica"** - dalla scheda tecnica del prodotto offerto non risultano indicate le proprietà antibatteriche, antinfiammatorie richieste come requisito minimo negli atti di gara. Inoltre offre una misura 4x8 cm anziché 4x7 cm (+/-10% circa) come da richiesta; pertanto la Commissione Giudicatrice si riserva di verificare il campione prima di decretare l'esclusione.

Società Aptiva

- **lotto 24 "Matrice extracellulare biologica" 4x7 cm** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 25 "Matrice extracellulare biologica" 7x10 cm** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Promed

- **lotto 7 "Bioprotesi valvolare aortica a posizionamento rapido"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Serom

- **lotto 10 "Tubo lineare valsalva"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Società Le Maitre

- **lotto 26 " Patch in pericardio bovino"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
- Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Società Maquet

- **lotto 10 "Tubo lineare valsalva"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Società Edwards Life Sciences

- **lotto 2 "Bioprotesi valvolare aortica con stent"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 4 "Bioprotesi valvolare aortica con stent espansibile"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 17 "Bioprotesi valvolare mitralica con stent"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 19 "Anello per plastica mitralica a stabilità di forma"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
- Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 20 "Anello per plastica mitralica semirigido a variabilità di forma"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 21 "Anello per plastica mitralica in patologia ischemica"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.
- **lotto 22 "Band mitralico"** - dalla scheda tecnica del prodotto offerto risultano delle caratteristiche diverse rispetto a quanto richiesto come requisito minimo negli atti di gara. In particolare offrono un anello mitralico anziché una striscia di materiale protesico flessibile richiesta da capitolato; pertanto la Commissione Giudicatrice si riserva di verificare il campione prima di decretare l'esclusione.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

- **Lotto 23 "Anello per plastica della valvola tricuspide"** - il prodotto offerto include le caratteristiche richieste quali requisiti minimi negli atti di gara.
Il prodotto è pertanto considerato idoneo.

Lotto 26 " Patch in pericardio bovino" - il prodotto offerto presenta una misura di cm 10x15 anziché cm 5x10 richiesto come requisito minimo negli atti di gara; pertanto la Commissione Giudicatrice si riserva di verificare il campione prima di decretare l'esclusione.

Rimangono ancora da valutare le ditte St. Jude e Sorin Group -Livanova.


La Commissione riaggiorna i lavori al giorno 20 febbraio p.v..

La seduta è tolta alle ore 17,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice


Prof. Flavio Scarano
Presidente




Dott. Antonio Salsano
Componente




Dott.ssa Elena Di Corrado
Componente



Per la Centrale Regionale Acquisti
Dott. Luigi Moreno Costa
RUP



Dott.ssa Francesca ELIA
Referente



Dott. Roberto Baldini
Dirigente Farmacista

