

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno **COSTA** tel. 010/5488561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina **MERLO** tel. 010/5488562
e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

Genova, 11 marzo 2014

Prot. n° 1890

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n° 163/2006, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche di: ASL n° 1 "Imperiese", ASL n° 2 "Savonese", ASL n° 3 "Genovese", ASL n° 4 "Chiavarese", ASL n° 5 "Spezzina", E. O. "Ospedali Galliera" e Ospedale Evangelico Internazionale per la durata di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni) - Lotto unico Numero gara: 5181810. CIG 5302784BC7.
- RICHIESTA DI CHIARIMENTI

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue:

QUESITO - 81-: *per quanto riguarda il valore di acquisto del sistema Philips Allura Xper FD20 matricola 35511901 verificare il valore d'acquisto che risulta anormalmente basso generando in valore irregolare per il Canone CSA*

RISPOSTA - 81-: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 82-: *il sistema Philips Veenpluis matricola 10047515 indicato come sito presso l'Ospedale Galliera non trova riscontro nel parco installato dei sistemi Philips*

RISPOSTA- 82-: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 83-: *per quanto riguarda il valore di acquisto della gamma camera GE Millenium VG matricola 10145 verificare il valore d'acquisto che risulta anormalmente basso generando un valore irregolare per il Canone CSA*

RISPOSTA - 83-: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 84 -: *per quanto riguarda il valore di acquisto del sistema PET/TAC GE Discovery ST HP 16S matricola A5236222 verificare il valore d'acquisto che risulta anormalmente basso generando un valore irregolare per il Canone CSA*

RISPOSTA- 84 -: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 85-: segnaliamo che il sistema Philips Digital Diagnost Philips matricola 02503903 è indicato 2 volte con gruppo di appartenenza differente e importo di acquisto differente

RISPOSTA - 85-: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 86-: il sistema Philips Multidiagnost 4 matricola 4909360402 è indicato all'interno del tipo/classe Tavolo Telecomandato ma si tratta di un sistema Multifunzionale per angiografia, occorre verificare il gruppo di appartenenza e se rientra nei sistemi dell'art. 6.2. del Capitolato Tecnico

RISPOSTA- 86 -: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 87-: segnaliamo che il tomografo a risonanza magnetica Philips Gyroscan Power 1.0T matricola 04502801 sito è stato dismesso e sostituito da un tomografo a risonanza magnetica Philips modello Ingenia 1.5T

RISPOSTA- 87 -: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 88-: Per quanto riguarda il valore di acquisto del sistema Siemens SOMATON Plus Expert 4 Conf matricola CTCC422201 verificare il valore d'acquisto che risulta anormalmente basso generando un valore irregolare per il Canone CSA

RISPOSTA- 88 -: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 89-: segnaliamo che il tomografo assiale computerizzato GE BRIGHTSPEED ELITE matricola A5537302 è indicato 2 volte con un gruppo di appartenenza differente

RISPOSTA- 89 -: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

QUESITO - 90-: per quanto riguarda il valore di acquisto del tomografo computerizzato GE BRIGHTSPEED ELITE matricola A5537302 verificare il valore d'acquisto che risulta anormalmente basso generando un valore irregolare per il Canone CSA

RISPOSTA- 90 -: si provvede a correggere l'allegato F2. Cambia l'importo di gara

Si precisa che a seguito dell'adozione della determinazione n° 11 del 23 gennaio 2014 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12:00 del giorno 25 marzo 2014

Pertanto, si ricorda che le richieste di chiarimento devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 marzo 2014 e tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Centrale Regionale di Acquisto

(F.to Dott. Luigi Moreno COSTA)