Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Francesca De Martini tel. 010/548.8543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Determinazione n. 211 del 10/09/2015

Oggetto: Indizione di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di stent coronarici per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n.7. Numero gara 6109035.
Rettifica del Capitolato tecnico e dell' allegato F4. -

IL DIRETTORE DELL'AREA:

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'1.1.2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 dell'01/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 Commissario Straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del Direttore e dei Dirigenti dell'Area CRA;

Rilevato che la Giunta della regione Liguria con deliberazioni n. 1733 del 28/12/2012 e 251 del 7/3/2014 ha approvato il programma di attività per il biennio 2013-2014 dell'Agenzia Sanitaria regionale in funzione di Centrale Regionale di Acquisto e che in detto programma è compresa la procedura di gara per la fornitura di stent coronarici;

Richiamata la determinazione n° 179 del 24/07/2015, con la quale si è proceduto ad indire la gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 163/2006, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di stent coronarici occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n.7;

Preso atto delle richieste di chiarimenti presentate dalle Aziende interessate alla procedura di gara de qua fino al 04/09/2015;

Dato atto che la Centrale, coadiuvata dalla Commissione tecnica, ha risposto ai quesiti proposti dalle Aziende, con note prot. 6.732 del 07/08/2015, 6.918 del 14/08/2015, 7.149 del 28/08/2015, 7.331 del 04/09/2015 e 7.427 del 10/09/2015, pubblicando le risultanze sul proprio sito web;

Ritenuta la necessità, per esigenze di maggior chiarezza e in conformità alle nuove indicazioni fornite dalla Commissione Tecnica, di dover procedere a rettificare i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

- Capitolato tecnico (art. 4 - "Requisiti tecnici dei prodotti pena esclusione comuni a tutti i lotti" in relazione alla lunghezza del palloncino)
- Allegato F4 Dichiarazioni caratteristiche tecniche.

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna maggiore spesa a carico del Bilancio dell'esercizio 2015;

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione funzionamento dell'ARS;

DETERMINA

1. di approvare la rettifica del capitolato tecnico (art. 4 - "Requisiti tecnici dei prodotti pena esclusione comuni a tutti i lotti") in relazione alla lunghezza del palloncino e di conseguenza dell'allegato F4 al punto 4 in tutti i 7 lotti, sostituendo al testo già deliberato il seguente:

   "La lunghezza del palloncino può eccedere la lunghezza dello stent di non più di 0.7 mm per parte"

2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito internet della Centrale, www.acquistiliguria.it;
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono costi per la Centrale;
4. di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n° 2 (due) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati: - Sezione A - Capitolato tecnico rettificato stent coronarici
- Allegato F4 rettificato - Scheda informativa prodotto

RZ/fdm