Dirigente responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA
Funzionario referente: Dott. Riccardo CAPITANI

OGGETTO:	**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. n. 163/2006, per l'acquisizione in service di sistemi infusionali occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 72, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. – Lotti n. 5. Numero gara: 5355464.** **Verbale di valutazione delle offerte tecniche.** **Seduta riservata svolta il giorno 12/08/2014.**

I**l giorno 12/08/2014,** alle ore 14,10, presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 128 del 03/07/2014 ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

SPADA	Ing. Gino	**Presidente -** Dirigente Responsabile S.S. Ingegneria Clinica ASL 3 Genovese;
MONTAGNANI	Dott. Luca	**Componente** - Dirigente Medico - UOC Anestesia IRCCS San Martino/IST;
SPENNATO	Sig.ra. Daniela	**Componente -** Caposala UOC Anestesia – IRCCS Gaslini;

E' presente il dott. Riccardo Zanella, Dirigente della Centrale e RUP della procedura, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito dalla dott.ssa Silvana Berlengiero, collaboratore amministrativo della Centrale.

Il Presidente, sentito il RUP, precisa che, nel lasso di tempo intercorrente dalla fine della seduta dell'8/8/2014 alla data odierna, le buste tecniche sono state custodite in armadio chiuso a chiave, in luogo chiuso.

Il RUP comunica che in data 8/8/2014 è stata inviata alla Ditta ALEA s.a.s., tramite messaggio di posta certificata, richiesta di adeguati chiarimenti in merito all'indicazione del numero di repertorio del prodotto offerto per il Lotto 2, numero che non risulta consultabile presso la banca dati dei dispositivi medici presente sul sito internet del Ministero della Salute. I chiarimenti dovranno pervenire entro il 2/9/2014.

Al fine della dimostrazione delle caratteristiche e delle funzionalità dei prodotti offerti, la Commissione stabilisce di convocare le Ditte offerenti presso i locali siti al 2° piano della Centrale Regionale di Acquisto di Genova per il giorno 4/9/2014 a partire dalle ore 9.00, Le Ditte saranno convocate singolarmente ed in ordine alfabetico, precisando che ciascuna presentazione avverrà in un lasso di tempo di circa 20 minuti per lotto partecipato. Per i Lotti 1, 2 e 4 le Ditte dovranno presentare n. 1 pompa completa dei deflussori offerti; per il Lotto 5 n. 2 pompe volumetriche complete di n. 1 deflussore per ciascun campione offerto, n. 2 pompe a siringa, n. 1 rack, un PC portatile per verificare l'interfacciamento informatico. I campioni dei deflussori rimarranno acquisiti agli atti di gara.

A seguito di quanto emerso dai lavori svolti durante la riunione dell'8/8/2014, la Commissione invita il RUP della gara a richiedere alle Ditte sotto indicate i seguenti chiarimenti:

a) **Covidien – Lotto 1 – punto 1.13 del capitolato tecnico**
(Segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivo)
Specificare da quale punto della documentazione si evince che il prodotto offerto è dotato di segnalazione visiva del tipo di alimentazione attivata (a rete/batteria), poiché la presenza di tale requisito non è stata individuata nella documentazione presentata.
Il requisito sarà comunque oggetto di verifica in sede di dimostrazione pratica.

b) **ALEA – Lotto 2 – punti 1.16 e 1.14 del capitolato tecnico**
(Ridotto tempo di ricarica delle batterie - Autonomia con funzionamento a batteria non inferiore a 3 ore per infusione di circa 120 ml/h)
Specificare i tempi per la ricarica completa con l'apparecchiatura accesa e l'autonomia con funzionamento a batteria per infusione di circa 120 ml/h. Resta ferma comunque l'ammissibilità alla gara solo a seguito di verifica positiva del numero di repertorio del prodotto offerto presso la banca dati dei dispositivi medici presente sul sito internet del Ministero della Salute.

Il RUP dà quindi inizio al prosieguo dei lavori relativi all'esame della documentazione tecnica ai fini della valutazione di idoneità e di qualità per i Lotti 4 e 5, esperiti secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ricordando in particolare che ai parametri di qualità sono assegnati, per ogni lotto, 50 punti.

Per comodità di procedura il RUP riassume ai Commissari lo stato delle offerte pervenute per i lotti 4 e 5, così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente:

lotto	CareFusion	ALEA	Nutricia	Seda	Fresenius	B. Braun	Covidien
4	X			X	X	X	
5	X				X	X	

Il RUP lascia la seduta alle ore 15.35

Esaminate, per entrambi i lotti, le offerte presentate dalle Ditte, la Commissione invita il RUP della gara a richiedere alla Ditta **Fresenius** di chiarire l'incongruenza che si rileva tra quanto dichiarato e quanto inserito nella scheda tecnica, da parte della Ditta stessa, in merito all'errore di infusione non superiore a ±2% della velocità impostata. Tale incongruenza è presente sia per il **Lotto 4 (punto 1.3 del capitolato tecnico)** che per il **Lotto 5 (punto 3.4 del capitolato tecnico).**

La Commissione termina i lavori alle ore 18,05.

Terminata la verifica delle offerte tecniche le stesse vengono raccolte in un contenitore, consegnato al RUP per la custodia in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale agli atti della Centrale.

La seduta è tolta alle ore 18,10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente:
SPADA Ing. Gino

Componente:
MONTAGNANI Dott. Luca

_____

Componente:
SPENNATO Sig.ra. Daniela

_____

RUP - Segretario:
Dott. Riccardo ZANELLA _____
Fino alle ore 15.35

Dott.ssa Silvana Berlengiero _____