



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

## AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/548 8536  
 e-mail: [riccardo.zanella@regione.liguria.it](mailto:riccardo.zanella@regione.liguria.it)  
 Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545  
 e-mail: [sergiogiacomorighetti@regione.liguria.it](mailto:sergiogiacomorighetti@regione.liguria.it)

**Procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di "dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 6. - N. gara 6482544 .**

### VERBALE del 3 Maggio 2017

Il giorno tre del mese di Maggio dell'anno duemiladiciasette, alle ore 14:30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la verifica della idoneità della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale" per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria - Lotti 6", nominata con determinazione n. 52 del 09/02/2017 e composta dai dottori:


<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>incarico e struttura di provenienza</i>
ZONA	Dr. Gian Luigi	Direttore U.O. Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica IRRCS San Martino
BECCHETTI	Dr. Flavio	Dirigente Medico U.O. Ortopedia e Traumatologia IRRCS Giannina Gaslini
VALSANIA	Dr. Valtero	Dirigente Responsabile S.S. di Neurotraumatologia ASL 2 Savonese (Ospedale di Pietra ligure)

Sono altresì presenti il dott. Riccardo Zanella Dirigente della Centrale, RUP della procedura, assistito dal sig. Sergio Righetti.

Prima di iniziare i lavori la Commissione da atto dell'integrità della documentazione tecnica agli atti, per la quale il RUP conferma la conservazione in armadio dentro un luogo chiuso al pubblico presso la sede della Centrale per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice.

Il RUP su mandato della Commissione ha convocato per la data odierna gli offerenti del **lotto 1 – Sistema Halo** – a produrre in visione idonea campionatura dei prodotti oggetto della fornitura, con eventuale dimostrazione delle caratteristiche e delle funzionalità dei prodotti offerti presso la sede della Centrale per la pertinente valutazione tecnica da parte della Commissione stessa.

Con nota prot. n. 5690 del 14/04/2017 sono state convocate le seguenti ditte, Johnson & Johnson Medical Spa e Tecnogamma Advanced Surgical Products Snc.



# Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La società Johnson & Johnson Medical Spa ha comunicato con e-mail del 21/04/2017, acquisita agli atti con prot. n. 6106 del 27/04/2017, che il prodotto offerto relativamente al lotto 1, sarà a breve discontinuato dal fabbricante legale e pertanto chiede di non voler considerare l'offerta presentata a suo tempo essendo impossibilitata, in caso di aggiudicazione della fornitura, a dare regolare esecuzione alla stessa.

E' presente il procuratore della Società Tecnogamma, che illustra in sessione singola, non aperta al pubblico la campionatura e la caratteristiche dei prodotti offerti, per il lotto sopra citato.

La Commissione procede indi a valutare l'idoneità di prodotti offerti nei lotti 4 e 5. La Commissione decide di escludere dal prosieguo della procedura le seguenti ditte per le motivazioni sotto indicate:

Lotto 4	CORMED SAS	Il prodotto non è conforme a quanto indicato nel capitolato tecnico ove sono richiesti <i>differenti volumi</i> del prodotto offerto
Lotto 4	EUROPA TRADING SRL	Il prodotto non è conforme a quanto indicato nel capitolato tecnico ove sono richiesti <i>differenti volumi</i> del prodotto offerto
Lotto 5	EVOLUZIONI MEDICHE SRL	Il prodotto non è conforme a quanto indicato nel capitolato tecnico ove sono richieste <i>diverse dimensioni</i> del prodotto offerto
Lotto 5	NUVASIVE ITALIA SRL	Prodotto non conforme in quanto trattasi di sostituto osseo e non di strip ossei come indicato nel capitolato tecnico

La Commissione aggiorna i propri lavori al 24/05/2017

La seduta è tolta alle ore 18,00

Per la Centrale Regionale di Acquisto:

ZANELLA Dott. Riccardo

RIGHETTI Sergio