

Genova, 29/10/2021
Prot. n. NP/2021/344041

Gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Presidi Medicali - edizione 2020" occorrenti agli Enti del SSR della Regione Liguria per un periodo di 60 mesi. Lotti n. 23. Numero gara 7909124.

SEDUTA PUBBLICA

Verbale di apertura della documentazione economica

Il giorno **29/10/2021 alle ore 11,39**, presso la SUAR di Regione Liguria, si è riunita in seduta pubblica con diretta streaming riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determinazione Alisa-CRA n. 247 del 30/04/2021, per l'apertura della documentazione economica presentata dalle Ditte concorrenti.


Per la Commissione Giudicatrice, sono presenti:

Funzione	Componenti	Azienda di appartenenza
Presidente	Dr.ssa LAURA PANIZZI	POLICLINICO SAN MARTINO
Componente	Dr.ssa LARA GIURDANELLA	ASL 2
Componente	Dr. ZIRAFÀ MARCO	ASL 3

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal dott. Mauro Vestri, nominato con Decreto del Direttore Generale n. 3306 del 28/05/2021 e n. 3725 del 16/06/2021.

Gli interessati possono seguire la seduta tramite diretta streaming al link pubblicato nell'apposita sezione di gara sul sito internet della Centrale, www.acquistiliguria.it e sulla piattaforma Sintel.


Sono presenti il dott. Riccardo Zanella, Dirigente RUP della procedura ed il dott. Riccardo Capitani quale referente amministrativo, nonché il Sig. Simone Manenti per l'assistenza informatica.



Stante le circostanze eccezionali di contingente emergenza sanitaria che hanno imposto l'adozione, a partire dal livello governativo centrale, di misure eccezionali di restrizione alla mobilità su tutto il territorio nazionale la seduta pubblica si svolge a porte chiuse e gli Operatori economici partecipanti assistono alle sedute in diretta streaming.

Il RUP dà atto preliminarmente dell'esito delle verifiche a seguito delle aperture amministrativa e tecnica, nonché delle valutazioni di idoneità da parte della Commissione Giudicatrice, come da Verbale delle sedute riservate terminate in data odierna ed in corso di pubblicazione. Si riassumono quindi di seguito le risultanze:

Lotti	Offerenti	Idoneità tecnica
1	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	ESCLUSO – presenza di un solo piano per alloggiamento cartelle cliniche, anziché 2 piani come richiesto al punto 8) del Capitolato Tecnico, insufficiente numero delle cartelle gestite.
	CFS ITALIA SRL	ESCLUSO – presenza di un solo piano per alloggiamento cartelle cliniche, anziché 2 piani come richiesto al punto 8), del Capitolato Tecnico insufficiente numero delle cartelle gestite.
	FRANCEHOPITAL SAS	AMMESSO
2	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	AMMESSO
	MALVESTIO S.p.A.	AMMESSO
	CFS ITALIA SRL	AMMESSO
	FRANCEHOPITAL SAS	AMMESSO
3	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	AMMESSO
	MALVESTIO S.p.A.	ESCLUSO: il supporto portaguanti (lunghezza 15 cm) non è idoneo a contenere le 3 scatole di misure diverse (punto 15 Capitolato Tecnico)
	VINCAL Srl	AMMESSO
	CFS ITALIA SRL	AMMESSO
	FRANCEHOPITAL SAS	AMMESSO
4	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	ESCLUSO
	CFS ITALIA SRL	AMMESSO
	FRANCEHOPITAL SAS	AMMESSO
5	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	AMMESSO
	CFS ITALIA SRL	AMMESSO
	VINCAL Srl	ESCLUSO: ruote da 100 mm invece di almeno 125 mm




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

3 di 6

6	PAM MOBILITY SRL	AMMESSO
	GIVAS S.R.L.	ESCLUSO: non rispetta altezza di elevazione
7	CFS ITALIA SRL	AMMESSO
	GIVAS S.R.L.	AMMESSO
	FRANCEHOPITAL SAS	AMMESSO
	ADEXTE srl Società Unipersonale	AMMESSO
8	MALVESTIO S.p.A.	AMMESSO
	CFS ITALIA SRL	ESCLUSO: peso di 18 Kg inferiore a quello richiesto di 23 Kg.
	KARREL HEALTH SOLUTIONS S.r.l.	ESCLUSO: peso e portata non idonei rispetto ai requisiti.
	VINCAL Srl	ESCLUSO: peso non indicato.
	GIVAS S.R.L.	AMMESSO
	MULTIMED S.R.L.	AMMESSO
	FRANCEHOPITAL SAS	AMMESSO
9	GIVAS S.R.L.	AMMESSO
10	CEA SPA	ESCLUSO: spondine non a scomparsa ed inidonee per la sicurezza del malato.
	SAGO MEDICA SRL	AMMESSO
	VINCAL Srl	ESCLUSO: materasso di spessore 5 cm anziché 7,5 come richiesto.
11	SAGO MEDICA SRL	AMMESSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	BIOMATRIX	ESCLUSO: non risulta il requisito di ignifugicità.
	B.M. SANTAS SRL	ESCLUSO: non risulta il requisito di ignifugicità.
12	SAGO MEDICA SRL	AMMESSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	BIOMATRIX	ESCLUSO: non risulta il requisito di ignifugicità.
	B.M. SANITAS SRL	ESCLUSO: non risulta il requisito di ignifugicità.
	VINCAL SRL	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO




REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

4 di 6

	ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	AMMESSO
13	SAPIO LIFE S.R.L.	AMMESSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	VASSILLI SRL	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO
	ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	AMMESSO
14	SAPIO LIFE S.R.L.	ESCLUSO: offerta la carrozzina con WC, mentre il Capitolato la richiede senza.
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	VASSILLI SRL	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO
15	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	BIOMATRIX	AMMESSO
	B.M. SANITAS SRL	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO
16	SAGO MEDICA SRL	ESCLUSO: non rispetta le misure richieste.
	BIOMATRIX	ESCLUSO: non risultano peso e spessore
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	B.M. SANITAS SRL	ESCLUSO: non risultano peso e spessore
	GIALDI SRL	AMMESSO
17	SAGO MEDICA SRL	ESCLUSO: non rispetta le dimensioni minime
	BIOMATRIX	AMMESSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	B.M. SANITAS SRL	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO
	ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S.	AMMESSO
18	SAGO MEDICA SRL	ESCLUSO: non rispetta spessore massimo 0,5 cm.
	BIOMATRIX	ESCLUSO: non rispetta spessore massimo 0,5 cm.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE


5 di 6

	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	ESCLUSO: non rispetta le dimensioni minime
	B.M. SANITAS SRL	ESCLUSO: non risulta spessore.
	VINCAL SRL	ESCLUSO: non rispetta spessore minimo di 0,5 cm.
19	BIOMATRIX	ESCLUSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	B.M. SANITAS SRL	AMMESSO
20	SAGO MEDICA SRL	AMMESSO
	BIOMATRIX	AMMESSO
	B.M. SANITAS SRL	AMMESSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	VINCAL Srl	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO
21	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	VASSILLI SRL	AMMESSO
	GIALDI SRL	AMMESSO
22	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	ESCLUSO: manca taglia XXL imbragatura.
	GULDMANN Srl	AMMESSO
	VASSILLI SRL	AMMESSO
23	CEA SPA	AMMESSO
	OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO	AMMESSO
	VASSILLI SRL	AMMESSO
	VAIMAS SRL	AMMESSO

Il Dirigente RUP coadiuvato dal referente, alla presenza della Commissione giudicatrice e dell'ufficiale Rogante, inizia quindi le operazioni di apertura delle offerte economiche sulla piattaforma Sintel.

Si evidenzia quanto segue:

Si procederà a richiesta di rilancio per le offerte di cui al nel Lotto 7, ed alla verifica della congruità delle offerte per i Lotti 12, 17, 20.



Le risultanze relative alle offerte economiche, saranno assunte quale base per la formazione della graduatoria di aggiudicazione.

Il presente Verbale sarà pubblicato sulla piattaforma Sintel, nell'area documentazione di gara, nonché sul sito della stazione appaltante.

La seduta pubblica è tolta alle ore 12:49.

Letto, confermato e sottoscritto,
Genova 29/10/2021

La Commissione Giudicatrice

Dott.ssa LAURA PANIZZI

Dott.ssa LARA GIURDANELLA

Dott. ZIRAFÀ MARCO

Ufficiale Rogante

Dott. Mauro VESTRI

Dirigente RUP

Dott. Riccardo ZANELLA

Referente

Dott. Riccardo CAPITANI

Sig. Simone MANENTI