



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott.ssa Francesca ELIA tel. 010/548 8555

e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE N. 357 DEL 07/10/2019

Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Aggiudicazione.

Importo presunto di spesa per la pubblicazione avviso di aggiudicazione € 2.200,00 (IVA inclusa)

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Viste le deliberazioni n. 210 e n. 211 del 5/7/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto, e successiva determinazione n. 295 del 06/08/2019 di presa d'atto dell'assunzione di n. 1 Dirigente amministrativo da assegnare alla CRA;

Preso atto che:

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



- con determinazione n. 102 del 15/03/2019 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" (www.arca.lombardia.it) per l'affidamento della fornitura a noleggio di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed acquisizione del sistema di rimozione CO2 occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727 - Importo quadriennale presunto di gara comprensivo del quinto d'obbligo €. 2.927.040,00= (IVA esclusa);
- nel termine fissato del 30/04/2019, ore 14:00, sulla piattaforma Sintel (www.arca.lombardia.it) sono pervenute le offerte relative alle seguenti Ditte:

DITTA	PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL	LOTTO PARTECIPATO
GETINGE ITALIA SRL	1556288037438	1
GETINGE ITALIA SRL	1556288726814	2
GADOMED	1556610824026	2
AFERETICA SRL	1556528114592	3
ESTOR SPA	1556272946853	3

Rilevato che in data 09/05/2019, alle ore 10:05, il Seggio di gara nominato con determinazione n. 177 del 07/05/2019 ha provveduto all'apertura in seduta pubblica della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte partecipanti e alla verifica in seduta riservata del possesso dei requisiti generali soggettivi ed i requisiti speciali di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, ed ha riscontrato che le società partecipanti sopraelencate hanno correttamente dichiarato/attestato nelle forme di legge il possesso dei requisiti richiesti, come da verbale prot. n. 9810 del 10/05/2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamata la determinazione n. 186 del 13/05/2019 di ammissione delle ditte Getinge Italia Srl, Gadomed Italia Spa, Aferetica Srl e Estor Spa al prosieguo della procedura di gara riportata in oggetto;

Richiamata la determinazione n. 230 del 18/06/2019 del Direttore dell'Area CRA con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara in epigrafe, composta dai seguenti Signori:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dr.ssa Simona Tani	U.O. Sala Operatoria CCV dell'Istituto Giannina

Componente		Dott. Giovanni Salvi	Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese
Componente		Dott. Antonio Salsano	Medico Ricercatore della U.O. Cardiocirurgia del Policlinico San Martino - IRCCS

Preso atto del verbale di apertura delle buste tecniche (prot. n. 14063 del 27/06/2019) e dei lavori di valutazione tecnica della Commissione giudicatrice riunitasi in seduta riservata nelle seguenti date:

- 26/06/2019 – 09/07/2019 – 03/09/2019 – 19/09/2019 (verbali prot. 20431 del 20.09.2019)

Dato atto che nel corso della seduta pubblica del 19/09/2019 ore 16:01 la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'apertura telematica tramite piattaforma SinTel delle offerte economiche presentate dalle ditte Getinge Italia Srl, Gadomed Italia Spa, Aferetica Srl e Estor Spa come evidenziato nel verbale prot. n. 20441 del 20/09/2019 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si è proceduto con la verifica di congruità dell'offerta ex art. 97 commi 1-4 e 6 d.lgs. 50/2016 per quanto riguarda i prodotti offerti, in merito al lotto 3, dalla ditta Estor, e a seguito di riscontro sono state ritenute congrue le giustificazioni riportate;

Rilevato che dagli atti sopra citati emerge la proposta di aggiudicazione, salvo verifica dell'anomalia delle offerte, alle seguenti Ditte:

Lotto	Descrizione	Aggiudicatario	Prodotto	Base gara quadriennale (euro IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale (IVA esclusa)
1	SISTEMA DI ASSISTENZA E.C.M.O.	Getinge Italia Srl	Cardiohelp System	€ 1.107.200,00	€ 919.920,00



2	SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ECMO PER TRATTAMENTI RESPIRATORI A LUNGO TERMINE CON RANGE DI APPLICAZIONE DA BASSI FLUSSI PER LA RIMOZIONE DI CO2 AD ALTI FLUSSI PER IL SUPPORTO RESPIRATORIO E CARDIACO	Getinge Italia Srl	Carrello SPRINTER - Unità di riscaldamento HU 35 - Rotaflow ICU - Miscelatore meccanico per gas medicali	€ 792.000,00	€ 435.200,00
3	SISTEMI SPECIFICI PER I TRATTAMENTI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA A BASSO FLUSSO PER LA RIMOZIONE DI CO2 IN PAZIENTI CRITICI AFFETTI DA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IPERCAPNICA	Estor Spa	KIT Prolung 3D	€ 540.000,00	€ 329.880,00

Dato atto che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte sostanziale;

Rilevato che non esistono per la fornitura in oggetto convenzioni nazionali Consip

Ritenuto di procedere alla aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, in conformità ai verbali allegati alla presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA:

1. Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura a noleggio di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed acquisizione del sistema di rimozione CO2 occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727;



2. Di procedere alla aggiudicazione della procedura di gara in oggetto a:

Lotto	Descrizione	Aggiudicatario	Prodotto	Base gara quadriennale (euro IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale (IVA esclusa)
1	SISTEMA DI ASSISTENZA E.C.M.O.	Getinge Italia Srl	Cardiohelp System	€ 1.107.200,00	€ 919.920,00
2	SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ECMO PER TRATTAMENTI RESPIRATORI A LUNGO TERMINE CON RANGE DI APPLICAZIONE DA BASSI FLUSSI PER LA RIMOZIONE DI CO2 AD ALTI FLUSSI PER IL SUPPORTO RESPIRATORIO E CARDIACO	Getinge Italia Srl	Carrello SPRINTER - Unità di riscaldamento HU 35 - Rotaflow ICU - Miscelatore meccanico per gas medicali	€ 792.000,00	€ 435.200,00
3	SISTEMI SPECIFICI PER I TRATTAMENTI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA A BASSO FLUSSO PER LA RIMOZIONE DI CO2 IN PAZIENTI CRITICI AFFETTI DA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IPERCAPNICA	Estor Spa	KIT Prolung 3D	€ 540.000,00	€ 329.880,00


3. Di dare atto che:

- l'aggiudicazione diventerà efficace successivamente all'espletamento dei controlli sui requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32, comma 12 D. Lgs. 50/2016;
- il termine dilatorio per la stipula della convenzione, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non aggiudicatari della gara;
- la garanzia fideiussoria da prestare da parte dell'aggiudicatario è determinata nei seguenti importi:



Lotto	Descrizione	Aggiudicatario	Importo complessivo quadriennale (IVA esclusa)	Importo garanzia fideiussoria 10%
1	SISTEMA DI ASSISTENZA E.C.M.O.	Getinge Italia Srl	€ 919.920,00	€ 91.992,00
2	SISTEMI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA ECMO PER TRATTAMENTI RESPIRATORI A LUNGO TERMINE CON RANGE DI APPLICAZIONE DA BASSI FLUSSI PER LA RIMOZIONE DI CO2 AD ALTI FLUSSI PER IL SUPPORTO RESPIRATORIO E CARDIACO	Getinge Italia Srl	€ 435.200,00	€ 43.520,00
3	SISTEMI SPECIFICI PER I TRATTAMENTI DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA A BASSO FLUSSO PER LA RIMOZIONE DI CO2 IN PAZIENTI CRITICI AFFETTI DA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IPERCAPNICA	Estor Spa	€ 329.880,00	€ 32.988,00

4. Di dare atto che le convenzioni da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie e gli ordinativi di fornitura da sottoscrivere a cura di ciascuna Azienda Sanitaria saranno redatti in base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione;
5. Di provvedere alla notifica per estratto del presente atto all'aggiudicataria;
6. Di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle seguenti testate e siti informatici, alle condizioni previste nella determinazione n. 158 del 26/04/2018:
 - o in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
 - o per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani e siti informatici:
 - Italia Oggi nell'edizione nazionale
 - Milano Finanza nell'edizione nazionale



- TuttoSport ed. Nord Ovest
 - Il Giornale ed. Genova
 - Osservatorio appalti Regione Liguria
 - Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
 - Sito Web Aziendale.
7. Di dare atto che dei costi derivanti dal presente provvedimento quantificati in € 2.200,00 (IVA al 22% inclusa) si terrà conto in sede di predisposizione del Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2019 (Conto 170.015.010 Autorizzazione n. 2019/18/66) e che per l'importo di € 2.000,00 circa saranno rimborsati ad A.Li.Sa. dall'aggiudicatario della procedura ai sensi dell'art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221.
8. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 5 (cinque) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:

Verbali seduta pubblica apertura telematica buste amministrative prot. n. 9770 del 10.05.2019
Verbale seduta pubblica telematica apertura buste tecniche prot. n. 14063 del 27.06.2019
Verbali sedute riservate della Commissione Giudicatrice avvenuti nei seguenti giorni:
26/06/2019 – 09/07/2019 – 03/09/2019 – 19/09/2019 (verbali prot. 20431 del 20.09.2019)
Verbale seduta pubblica di apertura telematica dell'offerta economica (verbale prot. 20441 del 20/09/2019)



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
Funzionario referente: Dott.ssa Francesca Ella

**Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura a noleggio di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed acquisizione del sistema di rimozione CO2 occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 3
Numero gara 7369727**

SEDUTA PUBBLICA

Verbale di apertura della documentazione amministrativa

Il giorno 09/05/2019, alle ore 10:05 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto per l'apertura della documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara 7369727.

Il Seggio di gara, nominato con Determinazione n. 177 del 07/05/2019, risulta composto dai Signori:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Dott. Luigi Moreno Costa | Dirigente della Centrale | Presidente |
| ▪ Dott.ssa Tiziana Tazzoli | Collaboratore amm.vo della Centrale | Componente |
| ▪ Dott.ssa Francesca Ella | Collaboratore amm.vo della Centrale | Componente-Segretario |

Partecipa alla seduta, in qualità di Ufficiale Rogante della Centrale, il dott. Mauro Vestri.

In rappresentanza della Ditta concorrente sono presenti i Signori:

Ditta	Rappresentanti
GETINGE ITALIA SRL	Sig.ra Silvia Foschi
GADOMED	Sig.ra Francesca Micciché
AFERETICA SRL	
ESTOR SPA	Sig. Cosani Roberto

La Centrale provvederà ad acquisire agli atti le rispettive Procure, in caso di necessità ai fini della procedura.

Il Presidente/RUP del Seggio di gara dà preliminarmente atto che con Determinazione n. 102 del 15/03/2019 si è proceduto all'indizione della gara di cui in epigrafe, nonché a fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 14:00 del 30/04/2019 e la data della seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa dalle ore 10:00 del 09/05/2019.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 1 di pag. 5



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Il Presidente del Seggio di gara rileva che entro il termine delle ore 14:00 del 30/04/2019, fissato dal Disciplinare di gara, risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SINTEL, le offerte delle seguenti Ditte: 2 di 5

DITTA	PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL	LOTTO PARTECIPATO
GETINGE ITALIA SRL	1556288037438	1
GETINGE ITALIA SRL	1556288726814	2
GADOMED	1556610824026	2
AFERETICA SRL	1556528114592	3
ESTOR SPA	1556272946853	3

Il Presidente, supportato dal Seggio di gara, operando attraverso il Sistema, procede alla verifica sulla piattaforma SINTEL per ciascuna Ditta concorrente, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara:

- a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta;
- b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della presenza dei sotto riportati documenti richiesti nella *Documentazione amministrativa* dalla lex specialis:

Soc. GETINGE ITALIA SRL	Lotto: 1
--------------------------------	-----------------

Verifica firma digitale apposta	Firma digitale valida
---------------------------------	-----------------------

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)	Presente
b) DGUE (come da modello M-2)	Presente
c) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	Presente
d) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni	Presente
e) Impegno del fiduciario, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	Presente
f) Documento PASSOE firmato digitalmente	Presente
g) Dichiarazione resa ai sensi art. 5 comma 2 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) (Modello M-8)	Presente
h) (eventuale) procura	Presente
i) (eventuale) Certificazioni riduzione cauzione	Presente
j) (eventuale) Referenze bancarie	Presente
k) (eventuale) Dichiarazione relativa all'avvicinamento firmata digitalmente	Presente
l) (eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio firmati digitalmente	Presente
m) F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di (€. 16,00)	Presente
Dichiarazione di accettazione regole del sistema	Presente

Soc. GETINGE ITALIA SRL	Lotto: 2
--------------------------------	-----------------

Verifica firma digitale apposta	Firma digitale valida
---------------------------------	-----------------------

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)	Presente
b) DGUE (come da modello M-2)	Presente
c) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	Presente

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 5

d) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni	Presente
e) Impegno del fidejussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	Presente
f) Documento PASSOE firmato digitalmente	Presente
g) Dichiarazione resa ai sensi art. 5 comma 2 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) (Modello M-8)	Presente
h) (eventuale) procura	Presente
i) (eventuale) Certificazioni riduzione cauzione	Presente
j) (eventuale) Referenze bancarie	Presente
k) (eventuale) Dichiarazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente	Presente
l) (eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio firmati digitalmente	Presente
m) F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di (€. 16,00)	Presente
Dichiarazione di accettazione regole del sistema	Presente

Soc. GADOMED

Lotto: 2

Verifica firma digitale apposta	Firma digitale valida
---------------------------------	-----------------------

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)	Presente
b) DGUE (come da modello M-2)	Presente
c) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	Presente
d) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni	Presente
e) Impegno del fidejussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	Presente
f) Documento PASSOE firmato digitalmente	Presente
g) Dichiarazione resa ai sensi art. 5 comma 2 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) - modello M-8	Presente
h) (eventuale) procura	Presente
i) (eventuale) Certificazioni riduzione cauzione	Presente
j) (eventuale) Referenze bancarie	Presente
k) (eventuale) Dichiarazione relativa all'avvalimento firmata digitalmente	Presente
l) (eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio firmati digitalmente	Presente
m) F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di (€. 16,00)	Presente
Dichiarazione di accettazione regole del sistema	Presente

Soc. AFERETICA SRL

Lotto: 3

Verifica firma digitale apposta	Firma digitale valida
---------------------------------	-----------------------

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)	Presente
b) DGUE (come da modello M-2)	Presente
c) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	Presente
d) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni	Presente
e) Impegno del fidejussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	Presente
f) Documento PASSOE firmato digitalmente	Presente
g) Dichiarazione resa ai sensi art. 5 comma 2 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) (Modello M-8) aggiungere M-7 Dichiarazione di costituzione comodato d'uso	Presente
h) (eventuale) procura	Presente
i) (eventuale) Certificazioni riduzione cauzione	Presente

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997
 Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
 Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563
 MAIL: dirazione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it
 pag. 3 di pag. 5

FE m. M



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

4 di 5

j) (eventuale) Referenze bancarie	Presente
k) (eventuale) Dichiarazione relativa all'avvallamento firmata digitalmente	Presente
l) (eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio firmati digitalmente	Presente
m) F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di (€. 16,00)	Presente
Dichiarazione di accettazione regole del sistema	Presente

Soc. ESTOR SPA	Lotto: 3
-----------------------	-----------------

Verifica firma digitale apposta	Firma digitale valida
---------------------------------	-----------------------

a) Istanza di partecipazione (come da modello M-1)	Presente
b) DGUE (come da modello M-2)	Presente
c) Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	Presente
d) Cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica firmata digitalmente (documento originale informatico). In caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni	Presente
e) Impegno del fidejussore, in formato elettronico firmato digitalmente (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	Presente
f) Documento PASSOE firmato digitalmente	Presente
g) Dichiarazione resa ai sensi art. 5 comma 2 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) (Modello M-8) aggiungere M-7 Dichiarazione di costituzione comodato d'uso	Presente
h) (eventuale) procura	Presente
i) (eventuale) Certificazioni riduzione cauzione	Presente
j) (eventuale) Referenze bancarie	Presente
k) (eventuale) Dichiarazione relativa all'avvallamento firmata digitalmente	Presente
l) (eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio firmati digitalmente	Presente
m) F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di (€. 16,00)	Presente
Dichiarazione di accettazione regole del sistema	Presente

Verificata la ricezione delle offerte presentate, la validità della firma digitale rispettivamente apposta e la presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa dalla lex specialis di gara, per tutte le Ditte partecipanti.

Alle ore 10:18 il Presidente, avendo il Seggio esaurito gli adempimenti previsti dalla lex specialis di gara nella presente fase, dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il presente Verbale sarà pubblicato in allegato al Provvedimento di ammissione, da adottarsi in seguito alla fase di verifica di conformità dei documenti amministrativi presentati, che verrà effettuata in apposita seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.
09/05/2019

Presidente
Dott. Luigi Moreno COSTA

Componente
Dott.ssa Tiziana Tazzoli

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 4 di pag. 5



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Componente/Segretario

Dott.ssa Francesca Elia

Francesca Elia

5 di 5

Ufficiale Rogante

Dott. Mauro VESTRI

Mauro Vestri

Requisiti amministrativi Modalità di partecipazione	ESTOR S.p.A. Forma singola	GADOMED Forma singola	GETTINGE ITALIA S.R.L. Forma singola	AFERETICA SRL Forma singola
Ammissione alla fase successiva?	Sì	Sì	Sì	Sì
a) istanza di partecipazione M-1	Istanza di Partecipazione M.1.pdf.p7m	a) Modello M1 - Istanza di partecipazione.p7m	19TD1133CP a) Modello M1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m	a) Modello M1 - Istanza di partecipazione.pdf.p7m
b) DGUE modello M-2	DGUE M.2.pdf.p7m	b) Modello M2 DGUE.pdf.p7m	19TD1133CP b) Modello M2 DGUE.zip	b) Modello M2 DGUE - editabile (da allegare a modello M1) + principali formule.pdf.p7m
c) documento attestante il versamento del contributo ANAC	Versamento Contributo ANAC.pdf.p7m	c) ANACASSOUE.pdf	19TD1133CP c) Anac.pdf.zip	c) Rievuta versamento contributo ANAC lotto 3.pdf.p7m
d)cauzione provvisoria	CopiaConformeDigitaleRep.62-70.pdf.p7m	g) FIDELISSIONE.p7m	19TD1133CP d) cauzione provvisoria.zip	d) P_D007434263.pdf.p7m
e) impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione	CopiaConformeDigitaleRep.62-70.pdf.p7m	g) a) FIDELISSIONE.p7m	19TD1133CP e) Impegno.pdf.p7m	e) dichiarazione impegno garanzia non dovuta.pdf.p7m
f)documento PASSOE	PASSOE.pdf.p7m	f) documento PASSOE .pdf.p7m	19TD1133CP f) PASSOE.zip	f) PASSOE.pdf.p7m
g) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 5 comma 2 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) (Modello M-8)	Modello M.8 e M.7.pdf.p7m	g) Modello M-8-Dichiarazione GDPR.pdf.p7m	19TD1133CP g) Modello M-8-Dichiarazione GDPR.pdf.p7m	g) Modello M-7 Dichiarazione costituzione comitato d'uso + Modello M-8 Dichiarazione GDPR.pdf.p7m
m) F23 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo di €. 16,00	F23 Versamento imposta bollo.pdf.p7m	m) F23.pdf	19TD1133CP m) F23.pdf.p7m	m) F23 + precisazione.pdf.p7m
Dichiarazione di accettazione regole del sistema	Dic. no Avvelimento.pdf.p7m	si	si	si
k) (eventuale) Dichiarazione relativa all'avvelimento firmata digitalmente	Dic. no RTI o Consorzio.pdf.p7m	j) REFERENZE BANCARIE.pdf	19TD1133CP j) referenze bancarie.zip	Dichiarazione GDPR.pdf.p7m
j) (eventuale) referenze bancarie	Dic. no RTI o Consorzio.pdf.p7m	j) REFERENZE BANCARIE.pdf	19TD1133CP j) referenze bancarie.zip	Dichiarazione GDPR.pdf.p7m
l) (eventuale) atti relativi a RTI o Consorzio firmati digitalmente	Certificazione ISO 9001.pdf.p7m	j) DICHI. COPIA CONFORME-CERTIFICAZIONI.pdf.p7m	19TD1133CP j) Certificato ISO 6525G04.PDF.P7M	Dichiarazione GDPR.pdf.p7m
l) (eventuale) certificazioni riduzioni cauzione	C.I. Legale Rappresentante.pdf.p7m	j) DICHI. COPIA CONFORME-CERTIFICAZIONI.pdf.p7m	19TD1133CP j) Certificato ISO 6525G04.PDF.P7M	Dichiarazione GDPR.pdf.p7m
h) (eventuale) procura				Dichiarazione riduzione cauzione.pdf.p7m



AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
 Funzionario referente: Dott.ssa Francesca ELIA

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

SEDUTA PUBBLICA**Verbale di apertura della documentazione tecnica**

Il giorno 26/06/2019, alle ore 15:28 presso la Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - Genova, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di gara della Centrale Regionale di Acquisto nominato con Determinazione n. 177 del 07/05/2019 per l'apertura della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla procedura indicata in epigrafe, numero gara 7369727.

Il Seggio di gara risulta composto dai Signori:

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Dott. Luigi Moreno Costa | Dirigente della Centrale | Presidente |
| ▪ Dott.ssa Tiziana Tazzoli | Collaboratore amm.vo della Centrale | Componente |
| ▪ Dott.ssa Francesca Elia | Assistente amm.vo della Centrale | Componente-Segretario |

Sono altresì presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione n. 230 del 18/06/2019, come di seguito specificato:

Funzione	Componenti Sorteggiati	Azienda/ruolo nell'ente
Presidente	Dr.ssa Simona Tani	U.O. Sala Operatoria CCV dell'Istituto Giannina Gaslini
Componente	Dott. Giovanni Salvi	Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese
Componente	Dott. Antonio Salsano	Medico Ricercatore della U.O. Cardiocirurgia del Policlinico San

Le funzioni di Ufficiale Rogante sono svolte dal Dott. Luigi Moreno COSTA.

In rappresentanza delle Ditte concorrenti sono presenti i Signori:



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

2 di 3

Ditta	Rappresentanti
Aferetica Srl	Sl.g Giacalone
Gadomed Srl	Sig.ra Selma Gulducci
Getinge	Sig.ra Silvia Foschi

La Centrale provvederà ad acquisire agli atti le rispettive Procure, in caso di necessità ai fini della procedura.

Il Seggio di gara dà preliminarmente atto che con Determinazione n. 186 del 13/05/2019 si è provveduto all'ammissione alla fase tecnica dei seguenti offerenti:

DITTA	LOTTI DI PARTECIPAZIONE	STATO
GETINGE ITALIA SRL	1,2	AMMESSA
GADOMED	2	AMMESSA
AFERETICA SRL	3	AMMESSA
ESTOR SPA	3	AMMESSA

Come previsto dal Disciplinare di Gara la documentazione tecnica doveva essere sottomessa attraverso la piattaforma telematica SinTel raggiungibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it

Il Seggio di Gara, alla presenza della Commissione Giudicatrice, procede quindi all'apertura delle buste tecniche telematiche presentate dalle Società sopracitate ammesse.

Il Disciplinare di Gara prevedeva che la busta tecnica dovesse contenere i seguenti documenti:

- Offerta Tecnica – Allegato M5
- Scheda Tecnica
- Questionario tecnico – Allegato M5bis
- Certificato CE/altri certificati
- Dichiarazione di Impegno aggiornamento tecnologico/ampliamento gamma – Allegato M-4
- Offerta economica silente
- Dichiarazione di secretazione offerta tecnica – Allegato M-6

Il Seggio di Gara e la Commissione Giudicatrice rilevano che è presente per tutte le società sopracitate la documentazione tecnica richiesta come da Disciplinare di gara.

La seduta pubblica è tolta alle ore 15:33.

Il presente Verbale sarà pubblicato sulla piattaforma SinTel raggiungibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it nonché sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente

Dr.ssa Simona Tani

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

pag. 2 di pag. 3



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 3

Componente

Dott. Giovanni Salvi

Componente

Dr. Antonio Salsano

Segretario:

Dott.ssa Francesca ELIA

Ufficiale Rogante

Dott. Luigi Moreno COSTA



AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Prima seduta riservata 26 giugno 2019

Verbale di verifica dell'idoneità delle offerte tecniche e di valutazione qualitativa

Il giorno 26/06/2019 alle ore 16.00 presso i locali di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 230 del 18/6/2019 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica della idoneità delle offerte tecniche e la valutazione qualitativa dei prodotti presentati dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
TANI	Simona	U.O. Sala Operatoria CCV dell'Istituto Giannina Gaslini	Presidente
SALVI	Giovanni	Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese	Componente
SALSANO	Antonio	Medico Ricercatore della U.O. Cardiocirurgia del Policlinico San Martino - IRCCS	Componente

E' presente la Dott.ssa Francesca Elia in qualità di referente della procedura di gara.

La Commissione procede in sede collegiale ad effettuare :

- le valutazioni di idoneità (presenza dei requisiti minimi essenziali richiesti pena esclusione)
- le valutazioni sugli item qualitativi dei lotti in questione.

Nel corso dei lavori della Commissione emergono le seguenti situazioni:

Società Getinge Italia Srl

- **lotto 1** – si discute sulla caratteristica di idoneità legata alla durata minima certificata in merito ai kit ossigenanti: in particolare si evidenzia che viene offerta dalla ditta una certificazione a 30 gg. solo se il kit viene utilizzato con cannule HLS con rivestimento Bionline; mentre se utilizzato con cannule di altro produttore, la durata di impiego max di HLS Set Advanced è di 6 ore. La Commissione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti per tale prodotto;

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

FE
AS
SA



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

3 di 6

La Commissione verifica preliminarmente che i prodotti portati in visione ed i relativi accessori corrispondano ai prodotti indicati dall'offerente nell'offerta tecnica.


Al termine della visione della campionatura delle Ditte sopra indicate, la Commissione giudicatrice procede al completamento dei lavori di valutazione dei prodotti offerti attribuendo i punteggi in relazione ai singoli items di valutazione previsti dal Capitolato Tecnico di gara.

I punteggi assegnati dalla Commissione vengono riepilogati nella tabella excel Allegato 1 unita al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

La seduta riservata è tolta alle ore 18:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani
Presidente




Dott. Giovanni Salvi
Componente



Dott. Antonio Salsano
Componente



Referente
Dott.ssa Francesca Elia



A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

-
- **Lotto 2** – Il sistema per scambio gassoso e circolazione extracorporea offerto è preassemblato e quindi da adattare l'utilizzo delle cannule. La Commissione si riserva di ammettere dal prosieguo della gara tale prodotto;

Società Gadomed Srl

- **Lotto 2** – il sistema per scambio gassoso e circolazione extracorporea offerto è preassemblato e quindi da adattare l'utilizzo delle cannule. La Commissione si riserva di ammettere dal prosieguo della gara tale prodotto;

Società Aferetica Srl

- **Lotto 3** – il sistema offerto presenta le caratteristiche minime richieste. Il prodotto pertanto è considerato idoneo.

Società Estor Srl


- **Lotto 3** - il sistema offerto presenta le caratteristiche minime richieste. Il prodotto pertanto è considerato idoneo.

La Commissione riaggiona i lavori al giorno 09 luglio p.v..

La seduta è tolta alle ore 19,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani
Presidente



Dott. Giovanni Salvi
Componente



Dott. Antonio Salsano
Componente



Referente
Dott.ssa Francesca Elia



A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Lotto 1: GETINGE ITALIA

La Commissione rivede la scheda tecnica e decide di ammettere il prodotto in gara in quanto il requisito di idoneità legato alla durata di almeno 5 gg. richiesto nel capitolato tecnico è stato soddisfatto, pur soltanto con l'utilizzo di cannule specifiche che ne certificano la durata di 30 gg.

Lotto 2: GETINGE ITALIA

La Commissione rivede la scheda tecnica del prodotto offerto e ritiene di ammetterla al proseguo della gara in quanto il requisito richiesto relativo alla disponibilità di kit preassemblato viene soddisfatto.

Lotto 2: GADOMED

La Commissione rivede la scheda tecnica del prodotto offerto e ritiene di ammetterla al proseguo della gara in quanto il requisito richiesto relativo alla disponibilità di kit preassemblato viene soddisfatto.

Lotto 3: AFERETICA

La Commissione completa la valutazione qualitativa.

Lotto 3: ESTOR

La Commissione completa la valutazione qualitativa.

Al fine di completare il lavoro di valutazione dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti, la Commissione decide di fissare un incontro con le suddette ditte in data 03/09/2019 ore 15,30 presso i nostri locali, per la verifica della corrispondenza tra il prodotto indicato dalla Ditta concorrente nell'Offerta Tecnica e nelle schede Tecniche e l'apparecchiatura esibita in prova. L'eventuale non corrispondenza comporterà l'esclusione dalla gara.

Del risultato dell'odierna valutazione sarà dato riscontro nel prospetto riepilogativo allegato ai verbali di valutazione di idoneità tecnica.


La seduta è tolta alle ore 18:20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani
Presidente



Dott. Giovanni Salvi
Componente



Dott. Antonio Salsano
Componente



A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



ALLEGATO

al verbale del 03-09-2019

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

Visione campionatura

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162
E-mail: direzione.allisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.allisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562
PEC: cra@pec.allisa.liguria.it





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

6 di 6

DITTA: Estor Spa

Partecipante al lotto: 3

Nella riunione odierna, alle ore 17:45, il rappresentante della Ditta Estor Spa Francesco Legnani, procede alla presentazione della campionatura e accessori relativi al lotto 3.

La presentazione della campionatura e dello strumentario relativi al lotto sopraindicato ha termine alle ore 18:10.

Il rappresentante della Ditta provvede a recuperare tutta la campionatura ed accessori visionati dalla Commissione giudicatrice.

La presentazione della campionatura e degli accessori relativi ai lotti sopraindicati ha termine alle ore 18:10. I rappresentanti della Ditta provvedono a recuperare tutta la campionatura e accessori visionati dalla Commissione giudicatrice.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

E-mail: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

E' altresì presente il RUP della gara dott. Luigi Moreno Costa e il collaboratore Amm.vo della Centrale dott.ssa Francesca Elia che svolge le funzioni di Segretario.

La Commissione Giudicatrice, nella seduta riservata di valutazione della Idoneità/qualità del giorno 03.09.2019, con riferimento al lotto 3 In relazione al criterio valutativo "minor volume di priming" richiesto nel Capitolato tecnico, chiede che le ditte Aferetica srl e Estor spa concorrenti precisino dove, in quale parte dell'offerta tecnica presentata in sede di gara viene indicato, in quanto tale valore risulterebbe solo asserito dal questionario tecnico allegato modello M-5 bis;

A seguito di riscontro in merito alle sopracitate richieste di chiarimento inviate rispettivamente alla ditta Aferetica srl con prot. n. 19355 del 05/09/2019 e Estor spa con prot. n. 19420 del 06/09/2019, le ditte in questione comunicano quanto segue:

- La ditta Aferetica srl, con nota del 09/09/2019 ns. prot. 19470 del 09/09/2019 comunica che il valore relativo al criterio valutativo "minor volume di priming" dichiarato nel modello M-5bis non è indicato in alcun documento dell'offerta tecnica e che al tempo di presentazione dell'offerta era stato misurato direttamente dalla casa produttrice; di conseguenza, allegano dichiarazione della ditta Medica spa datata 09.09.2019 che non può essere accettata in quanto corrisponde ad un'integrazione dell'offerta tecnica;
- La ditta Estor spa, con nota del 11.09.2019 ns. prot. 19885 del 13.09.2019 comunica che tale valore è indicato a pagina 3 della scheda tecnica del Kit Prolung 3D – cod. KPL3D presente nella documentazione "Offerta tecnica";


Preso atto di quanto sopra la Commissione Giudicatrice decide, per quanto riguarda la ditta Aferetica Srl di non valutare il criterio valutativo "minor volume di priming" in quanto, come dichiarato dalla stessa ditta, tale valore non è stato indicato in alcun documento tecnico presentato in sede di gara;

Per quanto riguarda l'altra ditta concorrente Estor Spa, la Commissione Giudicatrice procede alla relativa valutazione del criterio con il valore dichiarato e presente nella documentazione di gara cui a pag. 3 della scheda tecnica del Kit Prolung 3D – cod. KPL3D.

La seduta riservata è tolta alle ore 15:55.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott.ssa Simona Tani
Presidente



Dott. Giovanni Salvi
Componente



Dott. Antonio Salsano
Componente





LOTTO 01 APPARECCHIATURE PER TRATTAMENTO EMERGENZA SANGUINARIA IN UNO DEI DEPARTAMENTI DI CHIRURGIA E DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO "G. PASCALE" DI NAPOLI		APPARECCHIATURE PER TRATTAMENTO EMERGENZA SANGUINARIA									
REQUISITI DI IDONEITA'											

			Valutazioni Individuali	
			PRESENTI	PRESENTI
Requisiti essenziali	<p>Apparecchiature Caratteristiche Generali</p> <p>Pannello di controllo per la regolazione e la visualizzazione del flusso di sangue</p> <ul style="list-style-type: none"> Pompa di propulsione flusso sangue meccanica erogabile con iniezione a 100 ml/min Presenza di batterie per l'alimentazione del sistema in caso di mancanza di alimentazione elettrica Sistema di riscaldamento del sangue: range di temperatura da minimo superiore a 32° ed almeno a 38° dentro di sistema all'uscita della temperatura del sangue del paziente; Defetto integrato di durata non inferiore a 90 minuti Controllo flow per il rispetto di tutti i componenti casuali, all'uscita di gas fresco, riscaldatore, bobina di ossigeno, sistema di conduzione manuale della pompa di emergenza 			
	ALTRE ESIGENZE PER E.C.M.O.			
	<p>DEVI PREVEDERE IL NECESSARIO PER IL TRATTAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> dispositivo con almeno la polimerizzazione e superficie di scambio non inferiore a 1 m² essere erogabile con un volume di cambio superiore a 13 ml riservabile in una fessura o a girare Dotata di una certifica di almeno 18 anni 			

PARAMETRI VALUTATIVI

APPARECCHIATURA ECMO					
PARAMETRO	VALORE	UNITA'	VALORE	VALORE	
FACILITA' DI INTERAZIONE OPERATOR/DISPLAY	2	Q2	TANI	1,00	1,00
			SALVI	1,00	1,00
			SALBANO	1,00	1,00
			Media coefficienti	1,00	1,00
			Apertura a 1	1,00	1,00
			Punteggio	2,000	2,000
BUONA VISUALIZZAZIONE E COMPRESIONE DEGLI ALLARME E DEI GRAFICI	2	Q2	TANI	1,00	1,00
			SALVI	1,00	1,00
			SALBANO	1,00	1,00
			Media coefficienti	1,00	1,00
			Apertura a 1	1,00	1,00
			Punteggio	2,000	2,000
SISTEMA PER LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO DI GAS	4	Q5	no	si	4,000
PRESENZA DI MONITORAGGIO DELLE PRESSIONI DELL'INTERO SISTEMA SIA DI ACCESSO CHE DI RIENTRO	4	Q5	no	si	4,000
PRESENZA DI MONITORAGGIO DELLA QUANTITA' DI CO2 ELIMINATA AL MINUTO	4	Q5	no	si	4,000
MAX FLUSSO DI SANGUE EROGABILE	8	Q3	450,00	450,00	8,000
MINOR VOLUME DI PRIMING	4	Q1*	N.D.	125,00	4,000
DIMENSIONE DI SUPERFICIE DELLA MEMBRANA	8	Q3	1,35	1,80	8,000
MAX DURATA CERTIFICATA	4	Q3	120,00	72,00	4,000
RIDOTTO INGOMBRO E FACILITA' DI TRASPORTO	2	Q1	TANI	1,00	0,70
			SALVI	1,00	0,70
			SALBANO	1,00	0,70
			Media coefficienti	1,00	0,70
			Apertura a 1	1,00	0,70
			Punteggio	2,000	1,400
MEMORIZZAZIONE ED ESPORTABILITA' DEI DATI REGISTRATI	4	Q5	no	si	4,000
DURATA DI AUTONOMIA DELLE BATTERIE	8	Q3*		0,00	15,00
			Punteggio	0,000	8,000
POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ULTERIORI TRATTAMENTI RISPETTO A QUELLI RICHIESTI	8	Q5	si	si	8,000
CATERIE FORNITE COME MIGLIOR RAPPORTO TRA DIMENSIONI/RESISTENZA AL FLUSSO	8	Q2	TANI	0,80	1,00
			SALVI	0,80	1,00
			SALBANO	0,80	1,00
			Media coefficienti	0,80	1,00
			Apertura a 1	0,80	1,00
			Punteggio	6,400	8,000
Totale punteggio di qualità	70,00			39,900	65,400
Totale punteggio di qualità riparametrato				42,706	70,000

I prodotti offerti presentano entrambi un'interfaccia che permette facilità di utilizzo

I prodotti offerti presentano entrambi allo stesso modo sistemi di visualizzazione ottica o acustica di facile interpretazione

400 BASE

1 BASE

72 BASE

Si precisa che durante la visione della compilatura, in merito alla durata di 25 minuti indicati nella scheda tecnica da parte della ditta Aforetica Srl, tale dato è riferito solamente ai parametri di memoria e non al funzionamento della macchina stessa.

Entrambi i cateteri offerti presentano buone caratteristiche in termini di flusso. Quello della ditta Entor presenta migliore rapporto flusso/resistenza



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel.010/548-8555
 e-mail: luginoreno.costa@regione.liguria.it
 Referente: Dott.ssa Francesca ELIA - tel. 010/548-8555
 e-mail: francesca.elia@regione.liguria.it

Procedura di gara aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di sistemi completi per assistenza E.C.M.O. ed sistema di rimozione CO2 da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Liguria, Ospedale Policlinico San Martino, E.O. Ospedali Galliera per un periodo di 36 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 3 - Numero gara 7369727

**Verbale seduta pubblica
 Apertura delle buste contenenti l'offerta economica
 Verbale di proposta di aggiudicazione
 19 settembre 2019**

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno duemiladiciannove, alle ore 16:01, presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto, sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunito il Seggio di gara della procedura in oggetto, nominato con determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto n. 177 del 07/05/2019, per la comunicazione degli esiti della valutazione tecnica, la lettura dei punteggi tecnici, l'apertura sulla piattaforma telematica SinTel raggiungibile all'indirizzo www.arispa.it delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle ditte offerenti e l'aggiudicazione provvisoria.

Sono presenti i componenti del Seggio nelle persone dei signori:

- Il dott. Luigi Moreno COSTA della Centrale, RUP della procedura che svolge anche le funzioni di Ufficiale Rogante,
- la dott.ssa Francesca ELIA, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

In rappresentanza delle Ditte offerenti sono presenti i Signori:

Ditta	Rappresentanti
Aferetica Srl	Cristiano Giacalone
Gadomed Spa	Selma Gulducci, Carlo Ottonello, Marco Barbieri
Getinge	Silvia Foschi
Estor Spa	Stefano Cosani

la cui identità è nota ai presenti.
 La seduta è pubblica.

E' presente al completo la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto nominata con Determinazione n. 230 del 18/06/2019, come di seguito specificato:



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Cognome	Nome	Struttura	
Presidente	Dr.ssa Simona Tani	U.O. Sala Operatoria CCV dell'Istituto Giannina Gaslini	In qualità di Presidente
Componente	Dott. Giovanni Salvi	Direttore S.C. Anestesia di Imperia ASL 1 Imperiese	In qualità di Componente
Componente	Dott. Antonio Salsano	Medico Ricercatore della U.O. Cardiochirurgia del Policlinico San Martino - IRCCS	In qualità di Componente

La Commissione Giudicatrice legge ai presenti, a seguito di valutazione delle offerte tecniche e verifica campionatura, i punteggi di valutazione della qualità riparametrati.

Viene ricordato che l'aggiudicazione avverrà sulla base del metodo disposto all'art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.l., ossia a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, (comunemente detto qualità/prezzo) sulla base degli elementi valutativi indicati nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e del prezzo offerto.

Per tutti i lotti, il prezzo offerto si intende per lotto (cfr offerte scheda economica) ed è determinato moltiplicando i prezzi unitari dei singoli dispositivi per i consumi quadriennali indicati per ciascun singolo lotto nel capitolato tecnico e nelle schede di offerta.

Si ricorda altresì che, pena esclusione della gara, i prezzi proposti dalle ditte dovranno essere, per ciascun prodotto incluso nei lotti di cui alla sezione "A" del Capitolato tecnico, uguali o migliori rispetto ai prezzi base indicati nell'allegato A1.

Ciò determinato, la Commissione ed il Seggio di gara procedono all'apertura della busta economica telematica presente su Sintel e a verificare la presenza e la conformità di tutti gli elementi indicati nel Disciplinare di gara.

Indi la Commissione delibera di procedere, lotto per lotto, offerta per offerta come segue:

- alla lettura del punteggio di Qualità come formalizzato nel Verbale della Commissione Tecnica.
- Alla lettura dei prezzi proposti dai concorrenti ammessi a questa fase di gara (in caso di difformità nell'offerta tra il prezzo offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in considerazione quello più vantaggioso per la Centrale).
- A determinare, in base alla formula descritta, il punteggio relativo al prezzo.
- A individuare la Ditta che ha proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di parità tra più offerte, l'aggiudicazione sarà a favore del prodotto al quale è stato attribuito un punteggio di qualità maggiore, e, in caso di ulteriore parità, si procederà ad una richiesta di miglioramento ai Legali Rappresentanti delle Ditte interessate concorrenti; qualora non siano presenti le Ditte che hanno presentato offerta uguale, sarà effettuato un sorteggio.
- A dichiarare la migliore offerta salvo verifica anomalia ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016.

L'operazione avviene in tempo reale attraverso la compilazione di un foglio di calcolo opportunamente predisposto. Vengono letti i punteggi tecnici, le offerte economiche e calcolato il punteggio complessivo, lotto per lotto.

Si precisa che, come da lex specialis, essendo presenti solo due offerte presentate, è stata applicata la formula della ^Nproporzionale Inversa anziché la bilineare con fattore di correzione 0,90.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Per quanto sopra esposto, risultano migliori offerenti in via provvisoria, salvo verifica dell'anomalia dell'offerta, le seguenti ditte:

Lotto	Ditta aggiudicataria in via provvisoria
1	Getinge Italia Srl
2	Getinge Italia Srl
3	Estor Spa

L'offerta presentata dalla ditta Estor Spa al lotto 3 deve essere sottoposta a procedura verifica anomalia dell'offerta. Viene allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale la documentazione relativa agli esiti di ogni lotto, completa del riepilogo dei punteggi di qualità, nonché copia delle offerte economiche delle Ditte aggiudicatarie in via provvisoria.

La seduta è tolta alle ore 16,15.

Il presente verbale, composto da n. tre fogli (più allegati), viene acquisito agli atti per gli adempimenti consequenziali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Simona Tani
Presidente

Dott. Giovanni Salvi
Componente

Dott. Antonio Salsano
Componente

Dott. Luigi Moreno COSTA
RUP

Dott.ssa Francesca ELIA
Referente

REQUISITI DI IDONEITÀ

		Valori	Unità
Requisiti essenziali	<p>Applicabilità Caratteristiche Generali • Volume di lavoro per almeno 40000 • Rapporto con rapporti, prezzi e costi • Qualità di lavoro • Rapporto con tecnologia (anche di 1° e 2° generazione, come) • Rapporto con tecnologia e materiali (1° e 2°) • Rapporto con • Rapporto con tecnologia e materiali (1° e 2°)</p>		
	<p>Caratteristiche del sistema • Rapporto con tecnologia • Rapporto con tecnologia</p>		
	<p>Caratteristiche di valore • Rapporto con tecnologia • Rapporto con tecnologia</p>		
	<p>Requisiti essenziali • Rapporto con tecnologia • Rapporto con tecnologia</p>		PRESENTI

PARAMETRI VALUTATIVI

CARATTERISTICHE GENERALI						
UNITÀ OPERATIVA	FACILITÀ ALLOGGIAMENTO DISPOSITIVI INDIVIDUI E COMPATTEZZA DEL SISTEMA MIRATA ALLA TRASPORTABILITÀ IN AMBULANZA	12	Q1	1,00	1,00	
		AUTONOMIA DELLA BATTERIA A PIENO REGIME (PER MINUTI in durata corrispondente a punteggio)	3	Q1	6,000	6,000
		REGISTRAGIONE AUTOMATICA DEI DATI E DEGLI EVENTI	2	Q1	2,000	2,000
		RANGO TEMPERATURA E RAPPORTO DEL SISTEMA DI RISCALDAMENTO	10	Q1	0,70	0,70
TRASPORTABILITÀ IN AEREO CERTIFICATA	10	Q1	1,00	7,000		
PER OBSERVANTI PER B.C.M.O.						
NOTO CRISTALLO	RIDOTTO VOLUME DI REMPLIMENTO (a < volume corrispondente a punteggio)	1	Q1*	500,00	500,00	
		DISPONIBILITÀ DEI PNEUMI CON INFERNO SUPERIORE DI 38	1	Q1	1,000	1,000
		FLUSSO MINIMO DI SANGUE NON SUPERIORE A 1 L (a < flusso corrispondente a punteggio)	1	Q1	0,50	1,000
		FLUSSO MASSIMO DI SANGUE NON INFERIORE A 4 L (a < flusso corrispondente a punteggio)	1	Q1	1,000	1,000
		MASSIMA DURATA CERTIFICATA IN ORE (a < durata corrispondente a punteggio)	3	Q1	3,000	3,000
FACILITÀ ALLOGGIAMENTO SU MACCHINA		2	Q1	1,00	1,00	
				1,00	1,00	
PARAMETRI VALUTATIVI						
FLUSSO	MAX FLUSSO EROGABILE (a < flusso erogato a punteggio)	2	Q1*	7	2,000	
VOLUME DI REMPLIMENTO	MINORE VOLUME INTRINSECO (a < volume corrispondente a punteggio)	1	Q1*	278,00	1,000	
TEMPO DI UTILIZZO	MAGIORE DURATA CERTIFICATA	8	Q1*	30	4,000	
EFFICACIA DELLA MEMORIA	MAGIORE TRASFERIMENTO O2 IN RAPPORTO AL FLUSSO	3	Q1*	410,00	3,000	
	MAGIORE TRASFERIMENTO CO2 IN RAPPORTO AL FLUSSO	3	Q1*	3,000	3,000	
VOLUME DI REMPLIMENTO	MINIMO	2	Q1*	278,00	2,000	
FLUSSO SANGUE	MASSIMO	2	Q1*	7,00	2,000	
Totale punteggio di qualità		70,00			67,000	
Totale punteggio di qualità riparametrato					70,000	
Prezzo offerto					919,920,00	
Dati gara						
quadrimestrale						
per lotto						
Punteggio offerta economica		30,00			30,000	
Punteggio totale		100,00			100,000	

La ditta ha offerto un sistema di facile assemblaggio e di confortevole trasportabilità

Esempio base

Il prodotto offerto presenta una buona predizione nel settaggio e nella gestione della temperatura del sangue del paziente

Es. ANZANI base

Es. ANZANI base

Es. ANZANI base

FE
 [Signature]

