

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010/5488561 e-mall: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente:

Dott. Francesca De Martini tel. 010/5488543 e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

DETERMINAZIONE n. 358 del 19/08/2020

Oggetto:

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n. 77. Numero gara 6956650. Ampliamento gamma Gada Italia spa lotto 59.

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS):

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A. Li.Sa.,

Viste le deliberazioni n. 210, n. 211 del 5/7/2019 e n. 6 del 15/01/2020 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Richiamata la Determinazione n. 271 del 24/07/2019 con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale per emodinamica per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro, tra gli altri, del lotto riportato nel seguente schema:

	nell'accordo quadro/nome prodotto	Ditta 2 in graduatoria o classificata nell'accordo quadro/nome
Lotto - CIG	offerto/prezzo unitario offerto € IVA esclusa	prodotto offerto/prezzo unitario offerto € IVA esclusa
59-7342552198	Gada Italia - Impella Kit catheter 2.5 a € 12.000,00	

Presa visione della nota della Ditta Gada Italia spa del 09/07/2020, acquisita agli atti prot. 19659 del 13/07/2020, relativa all'offerta di ampliamento del lotto 59, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale, alle medesime condizioni di aggiudicazione, non comportando, quindi, alcun tipo di onere aggiuntivo;

Atteso che i codici prodotti, numero di repertorio di Impella Kit catheter 4.0 sono ricompresi nella nota della ditta Gada Italia spa su richiamata;

Atteso che la proposta sopra richiamata è stata inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione Giudicatrice che hanno espresso parere favorevole al riguardo, con note acquisite agli atti

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997 Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio nº 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8541





della Centrale prott. nn. 21692 del 31/07/2020 e 23067 del 17/08/2020;

Ritenuto pertanto di autorizzare, ai sensi dell'art. 28 della Convenzione di fornitura (rep. 574/2019) la proposta di ampliamento del lotto 59 della ditta Gada Italia spa sopra specificata;

Su proposta del Dirigente responsabile;

DETERMINA:

- 1) Di prendere atto delle valutazioni della Commissione Giudicatrice della gara per la fornitura di materiale per emodinamica occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni quattro, contenute nelle premesse;
- 2) Di autorizzare, sulla scorta di quanto riportato nelle premesse, la proposta offerta della ditta Gada Italia spa di ampliamento gamma del lotto 59:

Lotto	Prodotto aggiudicato	Prodotto in ampliamento gamma
59	Impella Kit catheter 2.5	Impella Kit catheter 4.0

alle medesime condizioni economiche esistenti;

- 3) Di notificare alla Ditta interessata e ad AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione;
- 4) Di pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il presente provvedimento;

5) Di dare atto che la presente deliberazione consta di 2 (due) pagine escluso gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

(Dott. Giorgio SACCO)

ALLEGATI:

- Prot. 19659 Nota Gada Italia Spa

N





Francavilla al Mare (CH), lì 09.07.2020

Spett.le
Azienda USL N. 1 Imperiese
Via Aurelia, 97 - Bussana di Sanremo (IM)
Direttore della S.C. AcquistiEconomato-Logistica
Dott. Alessandro Balli
a.balli@asl1.liquria
protocollo@pec.asl1.liquria.it

Spett.le
Ente Ospedaliero
Ospedali Galliera di Genova
Mura delle Cappuccine 14, Genova
Dirigente S.C. Approvvigionamento e
Gestione risorse
Dott.ssa Maria Laura Zizzo
maria.laura.zizzo@galliera.it
protocollo@pec.galliera.it

Spett.le
Ospedale Policlinico San Martino
Largo Rosanna Benzi 10 - Genova
U.O. Attività Economali e di
Approvvigionamento
Dott.ssa Stefania Rizzuto
Settore.dispositivi@hsanmartino.it
protocollo@pec.hsanmartino.it

A.Li.Sa Area Centrale Regionale di Acquisto Via D'Annunzio 64, Genova <u>cra@pec.alisa.liguria.it</u>


OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER EMODINAMICA OCCORRENTE ALLE AA.SS.LL., EE.OO. E I.R.C.C.S. DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO – LOTTI N.77 – NUMERO GARA 6956650.

Spett.li Enti,

GADA Italia spa

con riferimento alla fornitura in oggetto, affidata mediante apposita convenzione in essere e attivata per mezzo dei Vs successivi Ordinativi ricevuti, e facendo seguito alle richieste ricevute dal Personale utilizzatore, siamo con la presente a formulare una proposta di affiancamento codice al dispositivo offerto al Lotto n°59, come appresso meglio specificato:









LOTTO N°59 - Dispositivo per supporto meccanico temporaneo del ventricolo sinistro

CODICE aggiudicato in gara	DESCRIZIONE	QUOTAZIONE	IVA	CND - RDM
005040	IMPELLA KIT CATHETER 2.5	€ 12.000,00	4%	N.A 28664
CODICE proposto in affiancamento	DESCRIZIONE	QUOTAZIONE	IVA	CND - RDM
0048-0002	IMPELLA KIT CATHETER 4.0	€ 12.000,00	4%	N.A 48203

Alleghiamo alla presente la documentazione tecnica del dispositivo e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Cordiali saluti

GADA® Italia S.p.A.
Procuratore Speciale
Gerardina Marrone
lland www.ana



POMPA CARDIACA IMPELLA CP La VELOCITA' di un LABORATORIO DI CATETERIZZAZIONE Il POTERE di un VAD

Materiale didattico destinato ai clienti Europei sotto marchio CE

Pag.1 POMPA CARDIACA IMPELLA CP

INFORMAZIONI DEL PRODOTTO

Codice articolo	Descrizione
0048-0002	Pompa Impella CP da utilizzare con il Controller Impella, introduttore e guaina da 14 Fr, dilatatori supplementari da 8,10,12 Fr, filo guida da 0,018" x 260 cm, filo guida da 0,035" x 150 cm, cavo connettore del Controller Impella, cassetta di spurgo.

Accessori	
0052-0001	Il kit introduttore include un dilatatore e una guaina da 14 Fr, dilatatori supplementari da 8,10,12 Fr, filo guida.
0043-0003	Cassette di Spurgo del Controller Impella, confezione da 5

COME FUNZIONA LA POMPA CARDIACA IMPELLA CP

La pompa Impella preleva il sangue dal ventricolo sinistro attraverso una zona di ingresso vicino alla punta ed espelle il sangue dal catetere in aorta ascendente.

La pompa può essere inserita tramite una procedura di cateterizzazione standard attraverso l'arteria femorale, spinta nell'aorta ascendente, attraverso la valvola e infine nel ventricolo sinistro.

- Raggiunge flussi ematici fino a 3.5 L/min
- Accesso percutaneo
- Unloading diretto del ventricolo
- Catetere da 9 Fr, micropompa assiale da 14 Fr

