AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Rossana BRANDOLIN tel. 010/548 8538
e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Determinazione n. 382 del 17/10/2019

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di Neuroradiologia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni 3 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - Lotti n. 71 – N. gara 6551014.
Affiancamento AB MEDICA s.p.a. lotto 70

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Viste le deliberazioni n. 210 e n. 211 del 5/7/2019 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con le quali sono stati assegnati gli incarichi quinquennali di Direzione delle SS.CC. afferenti alla Centrale Regionale di Acquisto;

Richiamata, altresì, la propria precedente Determinazione n. 295 del 6/8/2019 di presa d'atto dell'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare alla CRA disposta con Deliberazione del Commissario Straordinario di A.Li.Sa n. 231 del 24/7/2019 e delle contestuali previsioni in merito all'affidamento delle funzioni di RUP delle procedure di gara avviate da CRA;

Vista la determinazione n. 466 del 15/12/2017, con la quale è stata aggiudicata la procedura aperta, a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di materiale per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di Neuroradiologia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni 3 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - N. gara 6551014;

Presa visione della nota della Ditta AB MEDICA s.p.a. del 27/06/2019, acquisita agli atti prot. n. 14285 del 01/07/2019, relativa all'offerta di affiancamento ai prodotti aggiudicati per il lotto 70 dei seguenti prodotti, a seguito di aggiornamento tecnologico, alle medesime condizioni di aggiudicazione:

CODICE	Descrizione	N. REPERTORIO	Prezzo Offerta - Euro
435/P48-MW-200-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 9 MM	1721882/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-200-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 12 MM	1721885/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-200-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 15 MM	1721887/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 9 MM	1721888/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 12 MM	1721889/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 15 MM	1721890/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 18 MM	1721891/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-9 Filiali: Roma	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 9 MM	1791574/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-12	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 12 MM.	1791576/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 15 MM	1791578/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-9	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 9 MM.	1791580/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-12	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 12 MM.	1791581/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MMLUNGH. 15 MM.	1791582/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 18 MM.	1791583/R	Euro 9.000,00

435/P64-250-9	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2,5 MM LUNGHEZZA 9 MM	1011370/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-12	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016486/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016531/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 9 MM	1016533/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016535/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016536/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016539/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016541/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 9 MM	1226610/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016546/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016547/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016550/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-21	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016552/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016554/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-27	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 27 MM	1226611/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016558/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016559/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016560/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016563/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-27	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 27 MM	1016565/R	Euro 9.000,00

435/P64-500-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016574/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-24	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016575/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-30	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 30 MM	1016576/R	Euro 9.000,00

Vista la determinazione n. 39 del 06/02/2017 del Direttore dell'Area CRA con la quale si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nelle persone dei Dottori:

Dott. Antonio CASTALDI S.C. Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica - E.O. "Ospedali Galliera" Presidente

Dott. Luca ALLEGRETTI S.C. Neuroradiologia IRCCS "San Martino - IST" Componente

Dott. Francesco PASETTI S.C. Radiologia IRCCS "Giannina Gaslini" Componente

Atteso di aver sottoposto ai componenti della Commissione de qua la documentazione inerente gli affiancamenti di cui al presente provvedimento e che gli stessi (con note acquisite agli atti, prot. di arrivo n. 15984 del 22/07/2019, n. 16625 del 29/07/2019 e n. 21607 del 07/10/2019) hanno espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta di affiancamento della ditta AB MEDICA s.p.a. sopra specificata;

Stabilito di:

- pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il presente provvedimento;
- notificare alla Ditta in questione, alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione;

Su proposta del Dirigente responsabile,

DETERMINA:

Di prendere atto ed approvare, sulla scorta di quanto riportato nelle premesse, l'offerta della ditta AB MEDICA s.p.a. di affiancamento ai prodotti aggiudicati per il lotto 70 dei seguenti prodotti, a seguito di aggiornamento tecnologico, alle medesime condizioni di aggiudicazione:

CODICE	Descrizione	N. REPERTORIO	Prezzo Offerta - Euro
435/P48-MW-200-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 9 MM	1721882/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-200-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 12 MM	1721885/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-200-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 15 MM	1721887/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 9 MM	1721888/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 12 MM	1721889/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 15 MM	1721890/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 18 MM	1721891/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-9 Filiali: Roma	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 9 MM	1791574/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-12	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 12 MM.	1791576/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 15 MM	1791578/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-9	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 9 MM.	1791580/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-12	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 12 MM.	1791581/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MMLUNGH. 15 MM.	1791582/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 18 MM.	1791583/R	Euro 9.000,00
435/P64-250-9	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2,5 MM LUNGHEZZA 9 MM	1011370/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-12	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016486/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016531/R	Euro 9.000,00

435/P64-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 9 MM	1016533/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016535/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-15	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016536/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016539/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016541/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 9 MM	1226610/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016546/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016547/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016550/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-21	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016552/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016554/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-27	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 27 MM	1226611/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016558/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016559/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016560/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016563/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-27	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 27 MM	1016565/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-18	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016574/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-24	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016575/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-30	STENTA DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 30 MM	1016576/R	Euro 9.000,00

2) Di pubblicare sul sito web acquistiliguria.it il presente provvedimento.

3) Di notificare alla ditta AB MEDICA s.p.a. e alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria la presente determinazione.

4) Di dare atto che la presente deliberazione consta di n. 7 (sette) pagine.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:
Nota AB MEDICA s.p.a. del 27/06/2019

arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.I.0014285.01-07-2019

abmedica®
about people about health

ab medica s.p.a.
Via J.F. Kennedy, 10/12 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel +39 02 933051 - fax +39 02 93305400
www.abmedica.it
abmedica@abmedica.it

Cerro Maggiore (MI), 27.06.2019
Prot. PI201602446

Spett.le
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
VIA D'ANNUNZIO, 64
16121 GENOVA (GE)

C.A. GENT.MA DR.SSA ROSSANA BRANDOLIN

OGGETTO: ***procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiali per l'esecuzione di esami diagnostici e procedure interventistiche di Neuroradiologia occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)*** **- PROPOSTA AFFIANCAMENTO CODICI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Con la presente la società **ab medica s.p.a.** con sede legale in Milano VIA Felice Casati 1a e sede amministrativa ed operativa in Cerro Maggiore (MI), Via J.F. Kennedy n. 10/12 - tel. 02/93305.1 fax 02/93305400 - codice fiscale e partita IVA n. 08862820969 - capitale sociale di Euro 10.000.000,00= (diecimilioni/00) i.v. - iscritta presso il registro delle imprese di Milano al n. 08862820969 - iscritta presso il R.E.A. di Milano al n. 2053882 - Alla sede provinciale dell'INPS di Milano - All'Ufficio Unico delle entrate via Moscova 2 Milano 1, Cod. attività 46.46 in riferimento alla procedura aperta indicata in oggetto ed alla delibera di aggiudicazione n. 466 del 15/12/2017 con la presente Vi proponiamo, per i prodotti offerti ed aggiudicati al **lotto N. 70 (cod. 2/SILK....)** , l'affiancamento dei seguenti prodotti quale ***ampliamento gamma per innovazione tecnologica***, alle medesime condizioni economiche in essere:

CODICE	Descrizione	N. REPERTORIO	Prezzo Offerta - Euro
435/P48-MW-200-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 9 MM	1721882/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-200-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 12 MM	1721885/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-200-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 15 MM	1721887/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 9 MM	1721888/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 12 MM	1721889/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 15 MM	1721890/R	Euro 9.000,00
435/P48-MW-300-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 18 MM	1721891/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 9 MM	1791574/R	Euro 9.000,00

ab medica®
about people about health

ab medica s.p.a.
Via J.F. Kennedy, 10/12 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel +39 02 933051 - fax +39 02 93305400
www.abmedica.it
abmedica@abmedica.it

P48-MW-HPC-200-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 12 MM.	1791576/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-200-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2 MM LUNGH. 15 MM	1791578/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 9 MM.	1791580/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 12 MM.	1791581/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MMLUNGH. 15 MM.	1791582/R	Euro 9.000,00
P48-MW-HPC-300-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGH. 18 MM.	1791583/R	Euro 9.000,00
435/P64-250-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 2,5 MM LUNGHEZZA 9 MM	1011370/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016486/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016531/R	Euro 9.000,00
435/P64-300-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3 MM LUNGHEZZA 9 MM	1016533/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016535/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016536/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016539/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016541/R	Euro 9.000,00
435/P64-350-9	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 3,5 MM LUNGHEZZA 9 MM	1226610/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-12	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 12 MM	1016546/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016547/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016550/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016552/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016554/R	Euro 9.000,00
435/P64-400-27	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4 MM LUNGHEZZA 27 MM	1226611/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-15	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 15 MM	1016558/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016559/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-21	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 21 MM	1016560/R	Euro 9.000,00
435/P64-450-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016563/R	Euro 9.000,00

ab medica®
about people about health

ab medica s.p.a.
Via J.F. Kennedy, 10/12 - 20023 Cerro Maggiore (MI)
tel +39 02 933051 - fax +39 02 93305400
www.abmedica.it
abmedica@abmedica.it

435/P64-450-27	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 4,5 MM LUNGHEZZA 27 MM	1016565/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-18	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 18 MM	1016574/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-24	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 24 MM	1016575/R	Euro 9.000,00
435/P64-500-30	STENT A DIVERSIONE DI FLUSSO DIAM 5 MM LUNGHEZZA 30 MM	1016576/R	Euro 9.000,00

Si allegano le schede tecniche dei prodotti sopracitati

Rimangono invariate le altre condizioni di fornitura.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, con l'occasione inviamo i nostri distinti saluti.

ab medica s.p.a.

Dr. Cesare Giuseppe Pirola
Un Procuratore

abmedica

SCHEDA TECNICA

Vs. riferimento:

PRODOTTO			
P64 FLOW MODULATION ™		N. REPERTORIO (vedere tabella gamma prodotti)	
CODICE PRODOTTO	435/P64...		
CODICE GMDN	//	CODICE CND	P07040199

DESTINAZIONE D'USO (Intended use)	Il dispositivo per embolizzazione p64 Flow Modulation è indicato per il trattamento endovascolare intra e extra cranico di aneurismi sacculari e fusiformi, pseudoaneurismi, dissezioni vasali in fase acuta e cronica, perforazioni vasali e fistole artero-venose.	
CARATTERISTICHE	Il dispositivo p64 Flow Modulation è un dispositivo tubolare flessibile autoespandibile a maglia molto fitta, composta da 64 microfilamenti intrecciati in Nitinol. Il dispositivo è completamente ricatturabile e riposizionabile, presenta 2 filamenti elicoidali radiopachi lungo il decorso ed 8 markers prossimali per favorirne la visualizzazione. Il dispositivo p64FD presenta all'espansione nominale una copertura ottimale della superficie interna vasale, consentendo una modulazione controllata e selettiva del flusso sanguigno all'interno della sacca aneurismatica, con lo scopo finale di coprire sufficientemente il colletto dell'aneurisma per escluderlo fisiologicamente dal circolo sanguigno. Il dispositivo, nel contempo, mantiene pervi consentendo il circolo nei vasi collaterali ricoperti dallo stesso. La funzione finale del dispositivo è di ricostituire il lume originario del vaso. L'impianto provoca stasi sanguigna nell'aneurisma causando subito o in breve tempo la trombosi dello stesso. Il p64FD è confezionato in un sistema di rilascio, composto da un introduttore in poliammide e da uno spingitore metallico e flessibile a forma di ipotubo cui è collegato prossimalmente il dispositivo embolico p64. Il distacco avviene in modo meccanico. Il dispositivo è progettato per essere inserito e rilasciato mediante un microcatetere con lume interno di almeno 0.027 inch (0,69 mm), all'interno dello stesso microcatetere, prima del rilascio, presenta una lunghezza 2-3 volte superiore a quella nominale.	
CONTROINDICAZIONI	Nessuna, nei limiti della destinazione d'uso del prodotto.	
MATERIALE	Nitinol	LATTICE LATEX ASSENTE

abmedica®

SCHEDA TECNICA

segue "P64 Flow Modulation Device™"

CONTROLLI DI QUALITA'	I controlli di qualità del materiale vengono effettuati all'origine dal Fabbricante e rispondono alle normative vigenti.	
STERILIZZAZIONE	Ossido di etilene. Gas residuo nel rispetto delle vigenti normative. Sono rispettate tutte le prescrizioni tecniche e legislative previste in materia. Prodotto non nocivo. DURATA STERILIZZAZIONE: 2 ANNI	
METODO DI RISTERILIZZAZIONE	Il prodotto è sterile MONOUSO. Vietata la risterilizzazione	MONOUSO
VALIDITA' PRODOTTO	2 ANNI	
MODALITA' DI CONSERVAZIONE	Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto. Fare comunque riferimento alle indicazioni specifiche riportate sulla confezione e sul foglietto illustrativo.	
CONFEZIONAMENTO	Confezionamento unitario in buste di accoppiato carta e laminato plastico. Facile immagazzinamento e sovrapposizione del prodotto.	QUANTITA' PER CONFEZIONE 1
ETICHETTATURA	Conforme all'all.1 art. 13 D.Lgs 46/97 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 93/42/CE	CODICE A BARRE PRESENTE
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Conformemente alle vigenti normative in materia. Fare comunque riferimento ai vigenti protocolli ospedalieri.	
ISTRUZIONI PER L'USO	Conforme all'all.1 art. 13 D.Lgs 46/97 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 93/42/CE.	

MARCATURA CE	Dispositivo medico in **CLASSE III** in accordo alla **Direttiva 93/42/CEE**	
CERTIFICATO CE	Ente Notificato DQS Medizinprodukte GmbH n. 0297	Certificato n. 506681 MRA Certificato n. 345178 MR2
CERTIFICATO ISO FABBRICANTE	Certificato ISO 13485:2016	Ente di certificazione DQS Medizinprodukte GmbH.

FABBRICANTE	Phenox GmbH Lise-Meitner-Allee 31 44801 Bochum Germany
IMPORTATORE E DISTRIBUTORE	**ab medica spa** Via J.F. Kennedy, 10/12 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 02-93305.1– fax 02-93305.400 ***distributore esclusivo in tutta Italia***

Documento riservato a : **ab medica** e rivenditori autorizzati.

ab medica®

SCHEDA TECNICA

segue "P64 Flow Modulation Device™"

GAMMA PRODOTTI

Codice	Descrizione

Codice	Diametro nominale (mm)	Diametro massimo (mm)	Lunghezza finale effettiva (mm)	Diametro minimo vaso (mm)	Lunghezza finale effettiva (mm)	N. REPERTORIO
435/P64-250-9	2.5	2.8	9	2.0	13	1011370/R
435/P64-300-9	3.0	3.3	9	2.5	13	1016486/R
435/P64-300-12	3.0	3.3	12	2.5	17	1016531/R
435/P64-300-15	3.0	3.3	15	2.5	21	1016533/R
435/P64-350-9	3.5	3.8	9	3.0	13	1016535/R
435/P64-350-12	3.5	3.8	12	3.0	17	1016536/R
435/P64-350-15	3.5	3.8	15	3.0	21	1016539/R
435/P64-350-18	3.5	3.8	18	3.0	25	1016541/R
435/P64-350-21	3.5	3.8	21	3	29	1226610/R
435/P64-400-12	4.0	4.3	12	3.5	14	1016546/R
435/P64-400-15	4.0	4.3	15	3.5	17	1016547/R
435/P64-400-18	4.0	4.3	18	3.5	21	1016550/R
435/P64-400-21	4.0	4.3	21	3.5	25	1016552/R
435/P64-400-24	4.0	4.3	24	3.5	28	1016554/R
435/P64-400-27	4.0	4.3	27	3.5	32	1226611/R
435/P64-450-15	4.5	4.8	15	4.0	22	1016558/R
435/P64-450-18	4.5	4.8	18	4.0	25	1016559/R
435/P64-450-21	4.5	4.8	21	4.0	29	1016560/R
435/P64-450-24	4.5	4.8	24	4.0	33	1016563/R
435/P64-450-27	4.5	4.8	27	4.0	40	1016565/R
435/P64-500-18	5.0	5.3	18	4.5	20	1016574/R
435/P64-500-24	5.0	5.3	24	4.5	28	1016575/R
435/P64-500-30	5.0	5.3	30	4.5	37	1016576/R

ab medica

SCHEDA TECNICA

Vs. riferimento:

PRODOTTO			
P48 MW HPC™		N. REPERTORIO (vedere tabella gamma prodotti)	
CODICE PRODOTTO	435/P48-MW-XXX-XX P48-MW-HPC-XXX-XX		
CODICE GMDN	//	CODICE CND	P07040199

DESTINAZIONE D'USO (Intended use)	Il dispositivo per embolizzazione p48 MW (HPC) Flow Modulation è indicato per il trattamento endovascolare intra e extra-cranico di aneurismi sacculari e fusiformi, pseudoaneurismi, dissezioni vasali in fase acuta e cronica, perforazioni vasali e fistole arterovenose. La versione HPC può consentire di effettuare l'impianto in trattamento con un singolo farmaco antiaggregante.	
CARATTERISTICHE	Il dispositivo p48 è un dispositivo tubolare flessibile autoespandibile a maglia molto fitta, composta da 48 microfilamenti intrecciati in Nitinol radiopachi grazie ad un nucleo in Platino che ne garantisce la visibilità in fluoroscopia. Nella versione HPC, il rivestimento di polimeri idrofilo copre l'intero impianto e riduce l'aderenza iniziale dei trombociti, abbassando in questo modo il rischio di generazione di trombi. Il sistema spingitore è costituito da un filo-guida in acciaio con la parte distale, corrispondente alla lunghezza dello stent all'interno del microcatetere, in nitinol ed un marker radiopaco a forma di oliva non traumatica all'estremità. Questa guida è indipendente dallo stent (mobile) e può essere spinta o ritirata a seconda delle esigenze del caso. All'esterno del filo-guida è presente un ipotubo, tra questo ed il filo-guida è inserito lo stent. Il dispositivo completo come sopra è precaricato in una guaina peel-away che consente l'inserimento nel microcatetere idoneo per il rilascio. Il dispositivo si espande automaticamente e lo stesso può essere ricatturato fino a circa l'80% nel microcatetere ai fini dello spostamento o del riposizionamento. Il punto massimo di dispiegamento è indicato da un marcatore in platino posto all'estremità distale del tubo di trasporto, fintanto che il marker si trova all'interno del microcatetere è ancora possibile recuperare il device. Il dispositivo p48 presenta all'espansione nominale una copertura ottimale della superficie interna vasale, consentendo una modulazione controllata e selettiva del flusso sanguigno all'interno della sacca aneurismatica, con lo scopo finale di coprire il colletto dell'aneurisma per escluderlo fisiologicamente dal circolo sanguigno. Il dispositivo, nel contempo, mantiene pervi consentendo il circolo nei vasi collaterali ricoperti dallo stesso. La funzione finale del dispositivo è di ricostituire il lume originario del vaso. L'impianto provoca stasi sanguigna nell'aneurisma causando subito o in breve tempo la trombosi dello stesso. Il dispositivo è progettato per essere inserito e rilasciato mediante un microcatetere con lume interno di 0.021" (0.53 mm).	
CONTROINDICAZIONI	Nessuna, nei limiti della destinazione d'uso del prodotto.	
MATERIALE	Nitinol con nucleo in platino.	LATTICE LATEX ASSENTE

Documento riservato a: **ab medica** e rivenditori autorizzati.

abmedica

SCHEDA TECNICA

segue "P48 MW™"

CONTROLLI DI QUALITA'	I controlli di qualità del materiale vengono effettuati all'origine dal Fabbricante e rispondono alle normative vigenti.	
STERILIZZAZIONE	Ossido di etilene. Gas residuo nel rispetto delle vigenti normative. Sono rispettate tutte le prescrizioni tecniche e legislative previste in materia. Prodotto non nocivo. DURATA STERILIZZAZIONE: 1 ANNO	
METODO DI RISTERILIZZAZIONE	Il prodotto è sterile MONOUSO. Vietata la risterilizzazione	MONOUSO
VALIDITA' PRODOTTO	1 Anno	
MODALITA' DI CONSERVAZIONE	Conservare a temperatura ambiente in luogo fresco ed asciutto. Fare comunque riferimento alle indicazioni specifiche riportate sulla confezione e sul foglietto illustrativo.	
CONFEZIONAMENTO	Confezionamento unitario in buste di accoppiato carta e laminato plastico. Facile immagazzinamento e sovrapposizione del prodotto.	QUANTITA' PER CONFEZIONE 1
ETICHETTATURA	Conforme all'all.1 art. 13 D.Lgs 46/97 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 93/42/CE.	CODICE A BARRE PRESENTE
MODALITA' DI SMALTIMENTO	Conformemente alle vigenti normative in materia. Fare comunque riferimento ai vigenti protocolli ospedalieri.	
ISTRUZIONI PER L'USO	Conforme all'all.1 art. 13 D.Lgs 46/97 e s.m.i. in recepimento della Direttiva 93/42/CE.	

MARCATURA CE	Dispositivo medico in **CLASSE III** in accordo alla **Direttiva 93/42/CEE**	
CERTIFICATO CE	Ente Notificato DQS Medizinprodukte GmbH n. 0297	Certificato n. 345178 MR2 Certificato n. 539671 MRA
CERTIFICATO ISO FABBRICANTE	Certificato ISO 13485: 2016	Ente di certificazione DQS Medizinprodukte GmbH.

FABBRICANTE	**Phenox GmbH** Lise-Meitner-Allee 31 44801 Bochum - Germany
IMPORTATORE E DISTRIBUTORE	**ab medica spa** Via J.F. Kennedy, 10/12 – 20023 Cerro Maggiore (MI) tel. 02-93305.1– fax 02-93305.400 ***distributore esclusivo in tutta Italia***

abmedica

SCHEDA TECNICA

segue "P48 MW (HPC)™"

GAMMA PRODOTTI

Codice	Caratteristiche				
Codice	Ø max vaso (mm)	Lunghezza finale in vaso max (mm)	Ø min vaso (mm)	Lunghezza finale in vaso min (mm)	N. Repertorio
435/P48-MW-200-9	2	9	1,75	9.9	1721882/R
435/P48-MW-200-12	2	12	1,75	12.8	1721885/R
435/P48-MW-200-15	2	15	1,75	16.1	1721887/R
435/P48-MW-300-9	3	9	2	12.7	1721888/R
435/P48-MW-300-12	3	12	2	16.4	1721889/R
435/P48-MW-300-15	3	15	2	21.3	1721890/R
435/P48-MW-300-18	3	18	2	25	1721891/R
P48-MW-HPC-200-9	2	9	1,75	9.9	1791574/R
P48-MW-HPC-200-12	2	12	1,75	12.8	1791576/R
P48-MW-HPC-200-15	2	15	1,75	16.1	1791578/R
P48-MW-HPC-300-9	3	9	2	12.7	1791580/R
P48-MW-HPC-300-12	3	12	2	16.4	1791581/R
P48-MW-HPC-300-15	3	15	2	21.3	1791582/R
P48-MW-HPC-300-18	3	18	2	25	1791583/R