
AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Determinazione n. 394 del 06/11/2018

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, tramite la piattaforma telematica di Consip spa per la conclusione di un Accordo Quadro tra più operatori economici per l'affidamento della fornitura di protesi di anca occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Gara n. 6724588. Rettifica in autotutela aggiudicazione definitiva lotto 8

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS);

Visto l'art. 11 comma 16 della legge Regione Liguria 29/07/2016, n. 17 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da ARS sono svolte a far data dal 01/10/2016 da A.Li.Sa. fino alla revisione della normativa regionale in materia di centrale di committenza;

Viste le deliberazioni n. 152 e 153 del 23/11/2017 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. con la quale sono state definite e attribuite, in via transitoria, le responsabilità dirigenziali al Direttore e ai Dirigenti dell'Area CRA;

Richiamate le proprie determinazioni n. 157 del 27/4/2017 e n. 198 del 6/6/2017 con cui si era provveduto, rispettivamente, all'indizione ed alla successiva rettifica della gara a procedura aperta, tramite la piattaforma telematica Consip spa, per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per l'affidamento della fornitura di protesi di anca con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed alla contestuale approvazione del Disciplinare di gara contenente le norme di partecipazione;

Richiamata la propria determinazione n. 282 del 27/7/2018 con cui si era provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto, con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

Atteso che, in base alle previsioni della lex specialis di gara, il 60% della fornitura viene assegnato all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro risultante primo classificato nella graduatoria finale, mentre il restante 40% della fornitura messa a gara viene assegnata, a quote indistinte, agli altri aggiudicatari qualificatisi nell'Accordo Quadro relativo a ciascun lotto, a prescindere dall'ordine di graduatoria ed esclusivamente sulla base di scelta motivata legate alle specifiche esigenze di ciascuna amministrazione utilizzatrice;



Atteso che, in particolare, relativamente al lotto 8 (stelo retto non cementato a presso fit metafisario) risultavano aggiudicatarie, nel seguente ordine di graduatoria, le Ditte:

Lotto	Descrizione	Classifica Accordo Quadro	Aggiudicatari	Prezzo unitario sistema offerto (euro IVA esclusa)	Prodotto offerto
8	Stelo retto non cementato a presso-fit metafisario	1°	Smith&Nephew srl	1.800,00 €	Stelo Proxy
		2°	Limacorporate	1.850,00 €	Stelo PLS
		3°	Link Italia	1.511,88 €	Stelo CL classic
		4°	Johnson&Johnson	2.285,42 €	Stelo Corail
		5°	Permedica	2.115,00 €	Stelo PBF
		6°	Medacta	2.100,00 €	Stelo Quadra S
		7°	Zimmer Biomet Italia	2.410,00 €	Stelo CLS Spotorno
		8°	Microport Scientific	2.190,00 €	Stelo Profemur Gladiator Classic

Dato atto che, a seguito della notifica dell'aggiudicazione definitiva ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016, la Società Zimmer Biomet Italia spa lamentava, proprio in relazione al lotto 8, la collocazione al settimo posto della graduatoria finale, evidenziando la non equivalenza dei prodotti offerti dalle Ditte Smith&Nephew, Limacorporate, Link Italia, Johnsons&Johnson, Permedica e Medacta rispetto allo stelo "tipo Spotorno o equivalente" identificato dal capitolato tecnico di gara, e richiedeva contestualmente l'accesso alle offerte tecniche delle ditte sopra menzionate;

Rilevato che con nota prot. n. 18453 del 24/9/2018 il RUP della procedura di gara replicava alla richiedente Zimmer Biomet Italia spa autorizzando l'accesso alle offerte tecniche delle ditte Smith&Nephew, Limacorporate, Link Italia, Permedica e Medacta con eccezione dell'offerta tecnica della ditta Johnson&Johnson in quanto opponente la presenza di segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. n. 50/2016, mentre rimetteva la valutazione sull'equivalenza o meno dei prodotti aggiudicati al giudizio della Commissione Giudicatrice della gara in oggetto;

Atteso che, successivamente, con comunicazione acquisita al protocollo generale A.Li.Sa n. 19279 del 4/10/2018 la Ditta Zimmer Biomet Italia spa provvedeva a notificare copia del ricorso promosso innanzi al TAR Liguria contestando la non equivalenza dei prodotti aggiudicati e contestando altresì che il cotile offerto dalle Società Smith&Nephew e Link Italia non sarebbe in metallo trabecolare come invece richiesto dal Capitolato Tecnico di gara;

Dato atto che in data 19/10/2018, su convocazione del RUP, si riuniva la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto per esaminare le motivazioni del ricorso presentato dalla Ditta Zimmer Biomet Italia spa e che, alla luce delle contestazioni effettuate, la Commissione procedeva ad una più approfondita analisi delle schede tecniche dei prodotti offerti giungendo alla conclusione, come riportato nel verbale prot. n. 20469 del 22/10/2018 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di escludere l'equivalenza rispetto allo stelo "tipo Sportono" dei prodotti offerti dalle Ditte Johnson&Johnson Medical spa, Medacta Italia, Permedica e Microport Scientific mentre, in riferimento ai prodotti offerti dalle ditte Smith&Nephew e Link Italia la Commissione ne confermava l'equivalenza ma rilevava la presenza di cotili in titanio poroso e non in metallo trabecolare come invece prescritto dal capitolato tecnico di gara: Infine, la Commissione rigettava le contestazioni mosse dalla Ditta Zimmer Biomet Italia spa nei confronti

del prodotto offerto dalla Ditta Limacorporate spa in quanto ne confermava l'equivalenza tecnica e funzionale allo stelo "tipo Spotono";

Ritenute pertanto fondate, alla luce delle valutazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice della gara in oggetto, le contestazioni mosse dalla Ditta Zimmer Biomet Italia spa, nei confronti dei prodotti offerti dalle Ditte Smith&Nephew, Medacta Italia, Johnson&Johnson Medical spa, Permedica, Link Italia e dato atto che, malgrado non fosse oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, la Commissione Giudicatrice ha comunque rilevato la non equivalenza dello stelo offerto dalla Società Microport Scientific, rendendosi in conseguenza necessario procedere all'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1190 e s.m.i., della determina n. 282 del 27/7/2018 di aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto relativamente al lotto 8 ed approvare contestualmente la nuova graduatoria di aggiudicazione definitiva come sotto riportata:

Lotto	Descrizione	Classifica Accordo Quadro	Aggiudicatari	Prezzo unitario sistema offerto (euro IVA esclusa)	Prodotto offerto
8	Stelo retto non cementato a press-fit metafisario	1°	Limacorporate	1.850,00 €	Stelo PLS
		2°	Zimmer Biomet Italia	2.410,00 €	Stelo CLS Spotorno

Tutto quanto sopra premesso e precisato, su proposta del Dirigente responsabile,

D E T E R M I N A:

1. Di prendere atto del verbale della riunione della Commissione Giudicatrice della procedura di gara in oggetto di cui al prot. n. 20469 del 22/10/2018 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di ritenere per l'effetto fondate le contestazioni mosse dalla Ditta Zimmer Biomet Italia spa nei confronti dei prodotti offerti dalle Società Smith&Nephew, Johnson&Johnson Medical spa, Link Italia, Permedica, Medacta Italia, di prendere atto altresì della non equivalenza del prodotto offerto dalla Società Microport Scientific mentre di ritenere infondate le contestazioni mosse dalla ditta Zimmer Biomet Italia spa nei confronti del prodotto offerto dalla Ditta Limacorporate;
2. Di procedere conseguentemente, per le motivazioni meglio espresse nella parte motiva del provvedimento, all'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. della determina di aggiudicazione definitiva n. 282 del 27/7/2018 relativamente al lotto 8 (stelo retto non cementato a press fit metafisario);
3. Di approvare contestualmente la nuova graduatoria di aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro relativamente al lotto 8 come di seguito riportato:

Lotto	Descrizione	Classifica Accordo Quadro	Aggiudicatari	Prezzo unitario sistema offerto (euro IVA esclusa)	Prodotto offerto
8	Stelo retto non cementato a press-fit metafisario	1°	Limacorporate	1.850,00 €	Stelo PLS
		2°	Zimmer Biomet Italia	2.410,00 €	Stelo CLS Spotorno

4. Di rettificare per l'effetto l'importo della cauzione definitiva relativa al lotto 8 come definita nella determina n. 282 del 27/7/2018 come di seguito dettagliato:

5.

Ditta aggiudicataria	Importo triennale stimato per l'Accordo Quadro (IVA esclusa)	Importo garanzia fideiussoria (10%)
Limacorporate	€ 246.283,00	€ 258.597,00
Zimmer Biomet Italia	€ 322.351,00	€ 225.646,00

6. Di provvedere alla notifica del presente atto a tutte le Ditte concorrenti del lotto 8;

7. Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 (quattro) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)

Allegati:
verbale Commissione Giudicatrice prot. n. 20469 del 22/10/2018

Prot. n. 20469 del 22/10/2018

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura di protesi di
anca occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 20 - N. gara: 6724588**

Riunione della Commissione Giudicatrice lotto n° 8 ricorso Zimmer-Biomet s.r.l.

Il giorno 19 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 16:00 presso la sede operativa della Centrale di Acquisto (CRA) in Via G. D'Annunzio n. 64 (Genova), al 6° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 5/2016, con determinazione n. 288 dell'08/08/2017 per le operazioni di valutazione della idoneità/qualità dei prodotti offerti dalle Ditte partecipanti Sono presenti tutti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
PLEITAVINO	Dott. Franco	ASL 3 Genovese	in qualità di Presidente
BURASTERO	Dott. Giorgio	ASL 2 Savonese	in qualità di Componente
DE BENEDETTI	Dott. Mauro	ASL 4 Chiavarese	in qualità di Componente

Sono presenti per la Centrale Acquisti la Dott.ssa Tiziana Tazzoli, Collaboratore Amministrativo della CRA e la Sig.ra Caterina Merlo, Assistente Amministrativo CRA che svolge le funzioni di Segretario della Commissione.

La Commissione, alla luce del ricorso presentato dalla soc. Zimmer-Biomet s.r.l. relativamente all'aggiudicazione del lotto n° 8: "Stelo retto non cementato a press-fit metafisario", avendo proceduto ad un più approfondito riesame dei prodotti offerti ha ritenuto che la dicitura presente nel capitolato tecnico "Tipo Sportorno" o equivalente" riferita alle caratteristiche dello stelo, ha dato adito a dubbi interpretativi, con particolare riferimento ai prodotti presentati dalle ditte: Johnson & Johnson Medical S.p.A., Medacta Italia, Microport Scientific e Permedica in quanto non equivalenti allo stelo tipo Sportono. Mentre per quanto attiene le offerte della soc. Smith & Nephew e della soc. Link Italia S.p.A. la Commissione rileva che i cotili non sono di metallo trabecolare ma titanio poroso, non corrispondenti a quanto richiesto in capitolato tecnico.

Relativamente alle contestazioni addotte dalla soc. Zimmer Biomet Italia s.r.l. nei confronti del prodotto della soc. Limacorporate S.p.A. la Commissione le respinge in quanto complessivamente e funzionalmente equivalente al tipo Sportorno.


La seduta è tolta alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Franco PLEITAVINO
Presidente




Dott. Giorgio BURASTERO
Componente



Dott. Mauro DE BENEDETTI
Componente



Dott.ssa Tiziana TAZZOLI



Sig.ra Caterina MERLO - Segretario ...

