

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiacomo.righetti@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di "dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale" occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno). Lotti n. 6. - N. gara 6482544.

VERBALE del 13 settembre 2017

Il giorno 13 del mese di Settembre dell'anno duemiladiciasette, alle ore 16,30 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate per la Gara a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per interventi di chirurgia spinale" per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria".

Sono presenti i dottori

<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>incarico e struttura di provenienza</i>
ZONA	Dr. Gian Luigi	Direttore U.O. Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica IRCS San Martino
BECCHETTI	Dr. Flavio	Dirigente Medico U.O. Ortopedia e Traumatologia IRCS Giannina Gaslini
VALSANIA	Dr. Valtero	Direttore S.S. di Neurotraumatologia ASL 2 Savonese (Ospedale di Pietra ligure)

E' altresì presente il sig. Sergio Righetti.

La Commissione prende atto che con nota prot. n. 11302 dell'8/8/2017 è stato richiesto alle ditte che hanno presentato offerta nel lotto 6 una campionatura dei prodotti offerti.
Sono pervenute le campionature richieste.

Prima di valutare le caratteristiche qualitative e la campionatura la Commissione giudicatrice valuta inizialmente la presenza dei requisiti di idoneità nei dispositivi presentati per il lotto n. 6, completando l'istruttoria avviata dal dr. Zona il 19/7/2017.

La Commissione esclude le seguenti offerte in quanto carenti del componente "Idrossiapatite" previsto pena esclusione dal capitolato tecnico:

- ✓ Alfamed
- ✓ AMS Group
- ✓ B. Braun
- ✓ C.S. Medical
- ✓ Stryker





Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

La Commissione altresì esclude l'offerta Europa Trading in quanto riferita ad opzioni alternative, in violazione dell'art. 4 del Disciplinare di gara e dell'art. 32 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016.

Vengono di seguito esaminati i "requisiti di natura cartolare" quali % Idrossiapatite, Tempo di polimerizzazione (Hardening time) - secondo la norma ISO 5833, Temperatura di polimerizzazione.

In particolare, in presenza di tempi di polimerizzazione determinati a temperature ambientali diverse tra i vari partecipanti, la Commissione ritiene di normalizzare le valutazioni sulla temperatura ambientale più comune tra le offerte (23° C), sulla base di quanto dichiarato nelle schede e nelle relazioni tecniche. Il dato presente nell'offerta J & J (che dichiara un tempo di polimerizzazione di 27' alla temperatura di 21°) viene ridefinito in 23' stimando una diminuzione di circa 2' per ogni grado in più di temperatura ambientale.




La Commissione passa poi a valutare le campionature fatte pervenire dagli Offerenti, per le sole offerte ritenute idonee. Le campionature relative ad offerte escluse per inidoneità non vengono aperte: esse saranno restituite, a richiesta, ai singoli Offerenti.

La Commissione rileva che la Società Globus non ha presentato lo strumentario necessario all'espansione del sistema di riduzione della frattura vertebrale: si ritiene comunque esaustivo, ai fini della valutazione, il materiale presentato dalla Società stessa e le informazioni sulle caratteristiche dei prodotti e le modalità di utilizzo riportate nelle schede tecniche.

Le valutazioni sono riportate nella scheda allegata.

La Commissione aggiorna i propri lavori all'11 ottobre 2017

La seduta è tolta alle ore 18,45

ZONA	Dr. Gian Luigi	
BECCHETTI	Dr. Flavio	
VALSANIA	Dr. Valtero	
RIGHETTI	Sergio Giacomo	