



Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 010/548 8561  
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545  
e-mail: sergiogiocomo.righetti@regione.liguria.it

Agenzia Sanitaria Regionale  
della Liguria  
REGISTRO UFFICIALE  
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO  
Protocollo n. 4624  
del 10/09/2015 Entrata



**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura di "Materiale di consumo per Chirurgia Maxillo-Facciale" occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni uno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti. N. 14. Numero gara 5562108.**

### Verbale di valutazione delle offerte tecniche

**Seduta del 09/09/2015**

Il giorno nove del mese di Settembre dell'anno duemilaquindici, alle ore 15,00 presso la Sala riunioni della Centrale Regionale di Acquisto situata in via G. D'Annunzio 64 - si è riunita, in seduta non pubblica, la Commissione Giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti alla "Gara a procedura aperta per la fornitura di "Materiale di consumo per Chirurgia Maxillo-Facciale" per le necessità delle AA.SS.LL. e AA.OO della Regione Liguria - Lotti 14", nominata con determinazione n.63 del 13/03/2015 composta dai dottori:

Alessia	Spinzia	Dirigente Medico IRCCS A.O.U. San Martino/IST di Genova	Presidente
Francesco	Laganà	Dirigente Medico IRCCS A.O.U. San Martino/IST di Genova	Componente
Paolo	Iacoviello	Dirigente Medico E.O. Ospedali Galliera di Genova	Componente

Sono presenti il dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente della centrale, RUP della procedura, ed il sig. Sergio Righetti.

Il Presidente prende atto che i plichi di gara sono stati conservati dal RUP in armadio chiuso con serratura e collocato in un luogo chiuso a chiave.

La Commissione inizia i lavori analizzando la documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti e già visionata nelle sedute precedenti:

➤ **LOTTO 1 - Microplacche (con viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm) per il distretto cranio-maxillo-facciale**

La Ditta **NEUROMED** spa ha presentato per il lotto 1 voce a) punto 1 (Microplacche con viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) viti con diametro da 1,5 mm (cod 01-7062) anziché viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm come richiesto dal Capitolato tecnico

La Ditta **NEUROMED** spa ha presentato per il lotto 1 voce a) punto 3 (Microplacche con viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) viti con diametro da 1,5 mm (cod 01-7130) anziché viti di diametro compreso tra 1,0 mm e 1,2 mm come richiesto dal Capitolato tecnico.

➤ **LOTTO 3 - Miniplacche (con viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm) per il distretto cranio-maxillo-facciale**

La Ditta **NEUROMED** spa ha presentato per il lotto 3 voce a) punto 7 (Miniplacche con viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) miniplacche codice 01-8019, con un numero di fori (8) inferiori a quanto richiesto nel Capitolato tecnico (12) e rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di gara che prevede testualmente:

*"In sede di presentazione di offerta economica laddove l'operatore economico non disponga del prodotto che è stato identificato come "STANDARD" potrà presentare offerta per un dispositivo con un numero di fori superiore a quello "STANDARD" fermo restando il rispetto dell'importo posto a base d'asta per il lotto partecipato."*

La Ditta **TEKKA** spa ha presentato per il lotto 3 voce a) punto 7 (Miniplacche con viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) miniplacche, codice PORB8T, con un numero di fori (8) inferiori a quanto richiesto nel Capitolato tecnico (12) e rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di gara che prevede testualmente:

*"In sede di presentazione di offerta economica laddove l'operatore economico non disponga del prodotto che è stato identificato come "STANDARD" potrà presentare offerta per un dispositivo con un numero di fori superiore a quello "STANDARD" fermo restando il rispetto dell'importo posto a base d'asta per il lotto partecipato."*

La Ditta **TEKKA** spa ha presentato per il lotto 3 voce c) viti autoritensive (Miniplacche con viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) un codice, V2KLXXX, che non è presente nella documentazione tecnica offerta.

La Ditta **JOHNSON & JOHNSON** spa ha presentato per il lotto 3 voce a) punto 7) (Miniplacche con viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) placche che hanno caratteristiche di spessore compatibili con la richiesta indicata nel Capitolato tecnico ma che non soddisfano il requisito di diametro delle viti associate. (Offerte viti con diametro da 1,5mm anziché diametro compreso fra 1,7mm e 2,0mm)

La Ditta **VEGA** spa ha presentato per il lotto 3 voce a) punto 4) e punto 7): (Miniplacche con viti di diametro compreso tra 1,7 mm e 2,0 mm per il distretto cranio-maxillo-facciale) rispettivamente ai punti 4) (Miniplacche a T a 6 fori) e 7) (Miniplacche curve a 12 fori) miniplacche rispettivamente con codice M-4328 e codice M-4346 con un numero di fori inferiori (5) e (8) a quanto indicato nel Capitolato tecnico e rispetto a quanto previsto nel Disciplinare di gara che prevede testualmente:

*"In sede di presentazione di offerta economica laddove l'operatore economico non disponga del prodotto che è stato identificato come "STANDARD" potrà presentare offerta per un dispositivo con un numero di fori superiore a quello "STANDARD" fermo restando il rispetto dell'importo posto a base d'asta per il lotto partecipato."*

- A seguito di quanto sopra la Ditta **Neuromed spa** viene esclusa dalla gara per i lotti non conformi n. 1 e n. 3, la Ditta **Tekka spa** viene esclusa dalla gara per il lotto non conforme n. 3, la Ditta **Johnson & Johnson spa** viene esclusa dalla gara per il lotto non conforme n.3, la Ditta **Vega spa** viene esclusa dalla gara per il lotto non conforme n.3.

La seduta è tolta alle ore **17,00**

Letto, firmato e sottoscritto:


Dr.ssa Alessio Spinzia

Dr. Francesco Laganà

The image shows two handwritten signatures. The first signature is for Dr.ssa Alessio Spinzia, and the second is for Dr. Francesco Laganà. Both signatures are written in black ink and are positioned to the right of their respective names. There is also a small handwritten mark resembling the letter 'N' at the bottom right of the page.


Centrale Regionale di Acquisto

Dr. Paolo Iacoviello



Per la Centrale Regionale di Acquisto:

Dr Luigi Moreno Costa



Sig. Sergio Righetti

