



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA

FORNITURA DI VALVOLE CARDIACHE OCCORRENTI AL POLICLINICO SAN MARTINO DELLA REGIONE LIGURIA PER UN PERIODO DI ANNI TRE (CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO) -

Lotti n. 26

Numero gara 6818808

Quarta seduta riservata 18.05.2018

Verbale di valutazione qualitativa delle offerte tecniche

Il giorno 18/05/2018 alle ore 15.30 presso i locali di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D’Annunzio 64, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 412 del 22/11/2017 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione qualitativa dei prodotti presentati dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
SCARANO	Flavio	Dirigente Medico U.O. Cardiocirurgia Ospedale Policlinico San Martino	Presidente
SALSANO	Antonio	Dirigente Medico U.O. Cardiocirurgia Ospedale Policlinico San Martino	Componente
DI CORRADO	Elena	Tecnico Perfusionista Cardiocirurgia Ospedale Policlinico San Martino	Componente

Sono presenti la Dott.ssa Francesca Elia referente della gara ed il dott. Roberto Baldini – Dirigente Farmacista .

La Commissione giudicatrice completa la valutazione qualitativa dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti:

Ditta	Lotti partecipati
Medtronic	1,3,8,15,16,18,19,20,22,23
Artech	1,9,6,24
Aptiva Medical	24,25
Promed	7
Serom	10


A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D’Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Le Maitre	26
Maquet	10
Edwards Life Sciences	2,4,17,19,20,21,22,23,26
St Jude	1,2,3,8,9,15,16,18,19,20,26
Sorin Group Livanova	1,5,6,8,9,11,15,20,23

Nel corso della seguente valutazione sono state decretate le esclusioni relativamente alle seguenti ditte:

Ditta St. Jude:

- Lotto 2 – il prodotto offerto risulta non idoneo in quanto il materiale richiesto a pena esclusione doveva essere esclusivamente di natura bovina mentre quello offerto contiene anche materiale di natura porcina; pertanto la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;
- Lotto 19 - il prodotto offerto non include la misura 36 quale requisito di minima richiesto a pena di esclusione; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;

Ditta Sorin Group-Livanova:

- Lotto 1 – il prodotto offerto non include la misura 29 quale requisito di minima richiesto a pena di esclusione; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;
- Lotto 8 - il prodotto offerto non include la misura 19 quale requisito di minima richiesto a pena di esclusione; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;
- Lotto 23 – il prodotto offerto non include la misura 26 quale requisito di minima richiesto a pena di esclusione; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;

Ditta Artech :

- Lotto 24 - il prodotto offerto non risulta idoneo in quanto mancante delle proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie previste da capitolato ed inoltre le misure offerte risultano diverse rispetto a quelle richieste; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;

Ditta Medtronic:

- Lotto 8 - il prodotto offerto non include la misura 19 quale requisito di minima richiesto a pena di esclusione; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;

Ditta Edwards Lifesciences Italy:

- Lotto 22 - dalla scheda tecnica del prodotto offerto risultano delle caratteristiche diverse rispetto a quanto richiesto come requisito minimo negli atti di gara. In particolare offrono un anello mitralico anziché una striscia di materiale protesico flessibile come da nostra richiesta; La Commissione decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto;
- Lotto 26 - il prodotto offerto presenta una misura di cm 10x15 anziché cm 5x10 richiesto come requisito minimo negli atti di gara; la Commissione giudicatrice decreta l'esclusione dal prosieguo della gara di tale prodotto.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Del risultato dell'odierna valutazione sarà dato riscontro nel prospetto riepilogativo allegato ai verbali di idoneità tecnica.

La seduta è tolta alle ore 17.00

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Giudicatrice

Prof. Flavio Scarano
Presidente

Dott. Antonio Salsano
Componente

Dott.ssa Elena Di Corrado
Componente

Dott.ssa Francesca ELIA
Referente

Dott. Roberto Baldini
Dirigente Farmacista