ARS_LIGURIA.ARS.RU.I.0011006.14-12-2015

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

OGGETTO:	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di materiale monouso e semi-disposable per Videolaparoscopia occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 55. Numero gara 5881066. **Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata**

Seduta del 22/09/2015

Il giorno 22/09/2015, alle ore 14,30 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.72 del 26/03/2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
Cafiero	**Ferdinando**	**Direttore S.C. Chirurgia IRCCS A.O.U. San Martino/IST di Genova**	in qualità di Presidente
Bisagni	**Pietro**	**Direttore S.C. Chirurgia ASL3 Genovese**	in qualità di Componente
Dardano	**Giovanni**	**Direttore S.C. Chirurgia Asl 4 Chiavarese**	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito e sostituito, in sua assenza, a partire dalle ore 15,15 dalla dott.ssa Antonella Gessaga e dal Dott. Maurizio Crovetto della Centrale.

Il RUP dà preliminarmente atto che a seguito del riscontro della documentazione tecnica presentata sono state ammesse al prosieguo della procedura tutte le ditte concorrenti.

In considerazione del positivo esito delle verifiche di cui sopra Commissione decide di passare all'esame della documentazione tecnica ai fini della successiva valutazione qualitativa per quanto riguarda tutti i lotti con l'eccezione dei lotti n. 43 e 44 per i quali non è prevista la valutazione qualitativa ma solo la valutazione di idoneità.

Il RUP ricorda ai presenti che il Disciplinare di gara ed i relativi allegati prevedono che la procedura verrà esperita con il sistema

- del prezzo più basso, per i lotti n. 43 e n. 44.

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per tutti gli altri lotti, ponderando perciò l'elemento prezzo con i parametri di qualità definiti in sede di capitolato tecnico e che ai parametri di qualità sono assegnati in ogni lotto 60 punti.

Per comodità di procedura il RUP riassume ai Commissari lo stato delle offerte pervenute, lotto per lotto, così come esse risultano dalle istanze di partecipazione e come riassunto nella tabella seguente:

N.	DITTA	lotti
1	**AB Medica spa**	**15**
2	**Applied Medical**	**1 2 3 4 6 12 13 14 17 20 21 22 23 25 26 33 38 39 46 47**
3	**Ars Chirurgica srl**	**10**
4	**B. Braun spa**	**1 2 3 4 6 8 12 13 14 15 19 25 26 28 29 30 31 32 33 34 36 37 40 45 46 49 53 54**
5	**Benefis srl**	**16 17**
6	**Coloplast**	**16 25 35**
7	**Conmed Italia srl**	**1 2 3 4 12 13 14 15 17 19 25 26 31 33 42**
8	**Covidien Italia spa**	**1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 19 21 22 23 24 25 26 28 30 32 33 34 38 39 41 42 44**
9	**Espo Erresse prodotti Ospedalieri**	**1 4 6 15 22 45 49**
10	**Euroclone**	**52 55**
11	**F.A.S.E. srl**	**1 26 31 32 33**
12	**ID & CO srl**	**42**
13	**Innovamedica**	**1 2 3 4 8 12 13 21 25 26 28 31 32 33 34 38**
14	**Johnson & Johnson**	**1 2 3 4 6 9 12 19 20 22 23 24 25 26 30 31 32 34 37 43 49 50 51**
15	**Kerna Italia srl**	**25 33**
16	**Multimed srl**	**1 2 3 4 6 7 12 26 28 32 33 34 49**
17	**New Hospital di F. Chianello**	**13 21 25 26 28 29 31 32 33 37 54**
18	**Olympus Italia srl**	**38 40**
19	**Pirinoli Enrico srl**	**1 12 13 14 15 25 26 28 29 32 33 34 37 42**
20	**Polimed srl**	**45**
21	**SCS International srl**	**5 8 9 12 13 14 15 25 26 28 31 32 33 38**
22	**SIAD Healthcare spa**	**1 25 26 31 32 49**
23	**Sofar spa**	**12 13 15 25 26 32 33 34 42**
24	**Surgiline srl**	**25**
25	**Tecnogamma snc**	**12 13 14 15 25 33 42**

Gli Uffici della Centrale hanno predisposto apposite schede sulle quali saranno appuntate le valutazioni della Commissione, sia per quanto riguarda la valutazione delle caratteristiche indispensabili pena esclusione, sia per quanto riguarda le valutazioni delle caratteristiche qualitative soggette a punteggio.

La Commissione decide di esaminare inizialmente i lotti per i quali è pervenuta una sola offerta, e precisamente i lotti nn.11,35,36,41,43,44,47,50,51,52,53 e 55, per i quali viene fatta la valutazione della presenza della caratteristiche definite indispensabili dal capitolato tecnico (pena esclusione), e una valutazione complessiva degli item soggetti a valutazione qualitativa (espressa con un giudizio sintetico: sufficiente/buono per tutti i punti), come da allegate schede riepilogative.

La ditta B..Braun ha comunicato, con nota prot 3471 del 28/4/2015, di ritirarsi dai lotti n. 1, 40, 49 e 53; pertanto il lotto n. 53, per il quale B. Braun era unica offerente, è da ritenersi deserto, e pertanto la documentazione prodotta dalla ditta stessa non verrà analizzata.

Per il lotto n. 51 la Commissione ritiene necessario convocare la ditta offerente (Johnson & Johnson) per effettuare una relazione esplicativa di quanto offerto e del suo funzionamento. La ditta verrà convocata per la prossima seduta della Commissione.

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti sopra citati, le stesse vengono raccolte in un plico, per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 16,20 e aggiornata per la seconda seduta al 26/10/2015 alle ore 15,00.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, completo delle schede allegate, per complessive n.17 pagine, agli atti della Centrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Prof. Ferdinando Cafiero

Componente: Dott. Pietro Bisagni

Componente: Dott: Giovanni Dardano

RUP - Segretario: Dott. Riccardo Zanella

Dott.ssa Antonella Gessaga

Dott. Maurizio Crovetto

DITTA OFFERENTE: COVIDIEN

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 11
Retrattore 5 rebbi
CND: – CIG: 6072788F2D

	Retrattore 5 rebbi	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
	Apertura a ventaglio regolabile	SI	NO	
	rivestito	SI	NO	
	Punta rettangolare retraibile	SI	NO	
	stelo isolato antiriflesso	SI	NO	
	compatibile con trocar mm. 10-12-15	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 11
Retrattore 5 rebbi
CND: – CIG: 6072788F2D

	Retrattore 5 rebbi	Punteggio massimo		Note
	1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti) -	2		
	2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti)	2		
	- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
	1. Caratteristiche tecnico-funzionali: - Ergonomicità (max 8 punti)	8		
	- Robustezza della guaina di isolamento dello stelo (max 8 punti)	8		
	- Facilità di rotazione dello stelo (max 8 punti)	8		
	- **Modulazione dell'apertura del ventaglio (max 14 punti)**	**14**		
	- Superficie sviluppata all'apertura del ventaglio (max 8 punti)	8		
	- Consistenza e robustezza del ventaglio (max 8 punti)	8		

Quel laboratorio [illegible] e adeguato alle [illegible]

DITTA OFFERENTE: COLOPLAST

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 35
Cestelli di dormia
CND: – CIG: 60730431A0

	Cestelli di dormia	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
	Estrattori per la rimozione dei calcoli del tratto biliare	SI	NO	
	cestelli a 4 fili tipo "Dormia"	SI	NO	
	in nitinol	SI	NO	
	radiopaco	SI	NO	
	diametro 20-40 mm	SI	NO	
	lunghezza 60 cm da utilizzare nel canale operativo del coledocoscopio	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 35
Cestelli di dormia
CND: – CIG: 60730431A0

	Cestelli di dormia	Punteggio massimo		Note
	1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
	2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti)	2		
	- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
	3. Caratteristiche tecnico-funzionali: - maneggevolezza del sistema apertura e chiusura del catetere (max 18 punti)	18		
	- tenuta e robustezza del cestello (max 18 punti)	**18**		
	- resistenza del filo alla trazione (max 18 punti)	18		

Questo fred.: 5
Qualità/prezzo molto buono e adeguato alla lettera.

DITTA OFFERENTE: B.BRAUN

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 36 Forbice bipolare CND: - CIG: 6073046419			
Forbice bipolare	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
Stelo diametro mm 5	SI	NO	
rotante a 360°	SI	NO	
lunghezza mm 310 ±10%.	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 36 Forbice bipolare CND: - CIG: 6073046419			
Forbice bipolare	Punteggio massimo		Note
1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti)	2		
- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
3. Caratteristiche tecnico-funzionali: - Ergonomicità dell'impugnatura (max 10 punti)	10		
- Robustezza della guaina di isolamento dello stelo (max 10 punti)	10		
- Facilità di rotazione (max 10 punti)	10		
- Modulazione dell'apertura delle branche (max 10 punti)	10		
- **Tipologia della connessione alla fonte di energia (max 14 punti)**	**14**		

Spesso fredda: prod. lavorazione buono e adeguato alle richieste

PB

DITTA OFFERENTE: COVIDIEN

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 41 Trocar senza lama ad espansione radiale CND: – CIG: 6073075C05			
Trocar senza lama ad espansione radiale	**Presenza requisito richiesto**		**Note di dettaglio (eventuali)**
Trocar monouso ad espansione radiale provvisto di cannula e dilatatore	SI	NO	
Disponibile nelle seguenti misure: • diametro mm 5, lunghezza 100/110 mm • diametro mm 10/12, lunghezza 100/110 mm con riduttore mm 5-12 • diametro mm 10/12, lunghezza 150mm • diametro mm 10/12, lunghezza 65/70mm	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 41 Trocar senza lama ad espansione radiale CND: – CIG: 6073075C05			
Trocar senza lama ad espansione radiale	**Punteggio massimo**		**Note**
1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti)	2		
- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
3. Caratteristiche tecnico-funzionali: - ergonomicità, maneggevolezza (max 14 punti)	14		
- **performance del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti, scorrevolezza degli strumenti) (max 20 punti)**	**20**		
- qualità della stabilità in parete (max 20 punti)	20		

Valutazione: sufficiente AB

DITTA OFFERENTE: COVIDIEN

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 44 Suturatrici EndoGIA e relativi caricatori CND: – CIG: 60731108E8			
	Suturatrici EndoGIA e relativi caricatori	**Presenza requisito richiesto**	**Note di dettaglio (eventuali)**
	Suturatrici "EndoGIA"	☒ SI ☐ NO	

Lotto non soggetto a punteggio qualità

LOTTO 44 Suturatrici EndoGIA e relativi caricatori CND: – CIG: 60731108E8			
	Suturatrici EndoGIA e relativi caricatori		

DITTA OFFERENTE: JOHNSON & JOHNSON

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 43 Suturatrici Echelon e relativi caricatori CND: - CIG: 607310766F			
	Suturatrici Echelon e relativi caricatori	**Presenza requisito richiesto**	**Note di dettaglio (eventuali)**
	Suturatrici "Echelon"	☒ SI ☐ NO	

Lotto non soggetto a punteggio qualità

LOTTO 43 Suturatrici Echelon e relativi caricatori CND: - CIG: 607310766F			
	Suturatrici Echelon e relativi caricatori		

DITTA OFFERENTE: APPLIED

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 47
Trocar semi-disposable camicia poliuso valvola e introduttore monouso
CND: – CIG: 6073136E5B

	Trocar semi-disposable camicia poliuso valvola e introduttore monouso	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
	Il sistema dovrà essere composto da camicia poliuso nei diversi diametri (5-10/12) e diverse lunghezze (circa 100 mm), con filettatura di stabilità; un introduttore atraumatico monouso con accesso sotto visione diretta compatibile con ogni tipologia di camicia e una valvola monouso anch'essa compatibile con la relativa camicia completa di luer- lock per la connessione alla CO2 e riduttore universale per strumenti di diametro variabile da 5 a 12 mm.	SI	NO	
	Le camicie poliuso dovranno essere presentate nelle seguenti misure: • diametro mm 5, lunghezza 100±10% mm • diametro mm 10/12, lunghezza 100±10% mm con riduttore mm 5-12	SI	NO	
	Gli introduttori monouso dovranno essere presentati nelle seguenti misure: • diametro mm 5, lunghezza 100±10% mm • diametro mm 10/12, lunghezza 100±10% con riduttore mm 5-12	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 47
Trocar semi-disposable camicia poliuso valvola e introduttore monouso
CND: – CIG: 6073136E5B

	Trocar semi-disposable camicia poliuso valvola e introduttore monouso	Punteggio massimo		Note
	1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
	2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti)	2		

Sufficiente

	- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)			
	- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
	3. Caratteristiche tecnico-funzionali: - ergonomicità, maneggevolezza (max 14 punti)	14		
	- performance del trocar (facilità di introduzione, facilità di inserimento degli strumenti, scorrevolezza degli strumenti) (max 10 punti)	10		
	- performance della camicia (facilità di smontaggio e di assemblaggio) (max 10 punti)	10		
	- adattabilità tra il sistema monouso e quello poliuso (max 5 punti)	5		
	- **qualità della stabilità in parete (zigrinatura accentuata) (max 15 punti)**	**15**		

DITTA OFFERENTE: JOHNSON & JOHNSON

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 50
Caricatori clips vascolari con applicatori poliuso
CND: – CIG: 6073161300

	Caricatori clips vascolari monouso con applicatori poliuso	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
	Clip emostatiche vascolari con scanalature interne che garantiscano una perfetta tenuta del vaso, montate su caricatore monopaziente, sistema anti caduta, sterili, codice colore.	SI	NO	
	Ampia gamma di misure, in cui dovranno essere obbligatoriamente presenti le misure: MEDIUM/LARGE LARGE EXTRA LARGE	SI	NO	
	Dichiarazione di compatibilità con la Risonanza Magnetica.	SI	NO	
	La Ditta dovrà fornire idonei applicatori poliuso in quantità necessaria ad assicurare l'attività delle SS.CC. utilizzatrici. Gli applicatori devono avere: stelo in acciaio anti riflesso, impugnatura ergonomica, scanalatura interna alle ganasce, predisposizione alloggiamento clip, sistema calibrazione massima chiusura, codice colore.	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 50
Caricatori clips vascolari con applicatori poliuso
CND: – CIG: 6073161300

	Caricatori clips vascolari monouso con applicatori poliuso	Punteggio massimo		Note
	1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
	2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti) - disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		

	- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
	3. Caratteristiche tecnico-funzionali: - **Qualità e tipologia della chiusura clip (max 12 punti)**	**12**		
	- Modalità di chiusura delle clip (max 10 punti)	10		
	- Facilità di posizionamento/ inserimento della clip sull'applicatore (max 10 punti)	10		
	- performance dell'applicatore (progressione chiusura della clip) (max 12 punti)	12		
	- Ergonomicità e maneggevolezza dell'impugnatura (max 10 punti)	10		

PB

DITTA OFFERENTE: EUROCLONE

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 52
Blister clip monouso per applicatori di clips poliuso
CND: – CIG: 6073658D20

	Blister clip monouso per applicatori di clips poliuso	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
	Applicatore di clip pluriuso rotante a 360°, con cartuccia monouso da inserirsi all'estremità posteriore dello strumento.	SI	NO	
	Stelo da 10 mm, possibilità di almeno due lunghezze 310 mm ± 10% e 400 mm ± 10% per chirurgia bariatrica.	SI	NO	
	Indicatore di esaurimento carica tramite codice colore, meccanismo di blocco dell'ultima clip e sistema di chiusura ermetico al fine di mantenere il pneumoperitoneo.	SI	NO	
	Clip disponibili in almeno due misure: cartuccia monouso misura M/L contenente almeno 8 clips e cartuccia monouso misura L contenente almeno 8 clips.	SI	NO	

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 52
Blister clip monouso per applicatori di clips poliuso
CND: – CIG: 6073658D20

	Blister clip monouso per applicatori di clips poliuso	Punteggio massimo		Note
	1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
	2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti) - disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
	- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
	3. Caratteristiche tecnico-funzionali:	**12**		

	- **Qualità e tipologia della chiusura clip (max 12 punti)**			
	- Modalità di chiusura delle clip (max 10 punti)	10		
	- Facilità di posizionamento/ inserimento della clip sull'applicatore (max 10 punti)	10		
	- performance dell'applicatore (progressione chiusura della clip) (max 12 punti)	12		
	- Ergonomicità e maneggevolezza dell'impugnatura (max 10 punti)	10		

DITTA OFFERENTE: EUROCLONE

Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione

LOTTO 55
Strumentario semi-disposable impugnatura e stelo poliuso, terminali stelo monouso
CND: - CIG: 60736663BD

	Strumentario semi-disposable impugnatura e stelo poliuso, terminali stelo monouso	Presenza requisito richiesto		Note di dettaglio (eventuali)
	Strumentario dotato di impugnatura con stelo poliuso e terminali stelo monouso	~~SI~~	NO	
	Stelo rotante a 360°	~~SI~~	NO	
	monopolare	~~SI~~	NO	
	diametro 5 mm	~~SI~~	NO	
	lunghezza 310 mm ± 10%.	~~SI~~	NO	
	Disponibilità almeno dei seguenti morsi: • pinza dissezione retta da 5 mm • pinza dissezione curva da 5 mm • pinza da presa tipo Johanne da 5 mm • pinza da presa tipo Grasper da 5 mm • forbici tipo Metzembaum da 5 mm • forbici rette da 5 mm • forbici tipo mini- Metzembaum da 5 mm • dissettore tipo Maryland • pinza da presa fenestrata • babcock	~~SI~~	NO	

bollo

Elementi tecnici soggetti a valutazione e ad attribuzione di punteggio

Tutti identificativo Q1 con l'eccezione dei criteri in grassetto che sono da intendersi Q2

LOTTO 55
Strumentario semi-disposable impugnatura e stelo poliuso, terminali stelo monouso
CND: - CIG: 60736663BD

Strumentario semi-disposable impugnatura e stelo poliuso, terminali stelo monouso	Punteggio massimo		Note
1. Confezionamento (facilità di apertura, presenza delle caratteristiche identificative del prodotto su almeno due lati, resistenza e struttura degli involucri). (Max 2 punti)	2		
2. Assistenza alla vendita: - presentazione di schede di dichiarazione dei tempi di consegna: entro 12h, entro 24h, tra 24h e 48h (max 2 punti) - disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
- disponibilità a sostituire strumenti in scadenza non utilizzati (max 2 punti)	2		
3. Caratteristiche tecnico-funzionali: - Ergonomicità dell'impugnatura (max 8 punti)	8		
- Robustezza della guaina di isolamento dello stelo (max 8 punti)	8		
- Facilità di rotazione (max 6 punti)	6		
- Facilità di montaggio e smontaggio (max 4 punti)	4		
- Numero di tagli garantiti dalla forbice monouso (max 6 punti)	6		
- Modulazione dell'apertura delle branche (max 6 punti)	6		
- Tipologia della connessione alla fonte di energia (max 8 punti)	8		
- **Adattabiltà tra la parte monouso e quella poliuso (max 8 punti)**	**8**		

Raffaella

~~16~~ 18