#### AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa tel. 0105488561

Referente:

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it Dott. Maurizio Crovetto tel. 0105488547 e-mail: maurizio.crovetto@regione.liguria.it

Procedura aperta ai sensi dell'art. 59 D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento della fornitura di apparecchiature per Otorinolaringoiatria occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. , I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo massimo di anni 2 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Lotti n. 9

Risposte ai quesiti pervenuti suddivisi per lotto In merito all'Avviso della Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nº 50

# Lotto 1 (rinolaringofibroscopi)

Quesito 1 - lotto 1

Con la presente la sottoscritta società XXX comunica il proprio interesse a partecipare al lotto 1 per le quali caratteristiche chiede di porre la seguente modifica del capitolato tecnico sub Lotto 1 C capoverso 3: minimo diametro strumento e distale ( non superiore a 4,2 mm).

Risposta: Vedere capitolato di gara modificato

Quesito 2 - lotto 1

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it



### LOTTO 1a); nessuna modifica

#### LOTTO 1b)

- si chiede si poter offrire la fonte luce portatile o in alternativa una fonte luce fissa compatta
- și chiede di modificare l'angolo minimo di visione richiesto a 75°
- dove richiesti gli adattatori per i cavi luce presenti in reparto, si chiede di poter offrire in alternativa adattatori per le fonti luce presenti in reparto, qualora lo strumento offerto abbia cavo luce integrato

### LOTTO 1c)

- si chiede si poter offrire la fonte luce portatile o in alternativa una fonte luce fissa compatta
- si chiede di modificare l'angolo minimo di visione richiesto a 85°
- si chiede di modificare il diametro minimo distale strumento a 4,8mm
- si chiede di modificare il diametro del canale operativo ad almeno 2mm
- dove richiesti gli adattatori per i cavi luce presenti in reparto, si chiede di poter offrire in alternativa adattatori per le fonti luce presenti in reparto, qualora lo strumento offerto abbia cavo luce integrato

#### Risposta:

lotto 1b punto 1 non accolta si conferma il capitolato

punto 2 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

punto 3 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

lotto 1c punto 1 non accolta si conferma il capitolato

punto 2 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

punto 3 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

punto 4 non accolta. Si conferma il capitolato

punto 5 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

# Lotto 4 (Impedenzometro clinico)

### Quesito 1 - lotto 4

LOTTO 4 – Impedenzometro clinico

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Plazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liquria.it PEC: protocollo@pec.alisaliquria.it



La base d'asta è a nostro parere troppo bassa per uno strumento del livello richiesto

Risposta: Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

# Lotto 5 (cabina audiometrica)

#### Quesito 1 - lotto 5

lotto N. 5: CABINA AUDIOMETRICA AMBULATORIALE.

Chiedo cortesemente ulteriori informazioni in merito alle CARATTERISTICHE SOTTOPOSTE A PUNTEGGIO DI QUALITA', e cioè:

- "Modalità blocco porta" cosa si intende? Cosa è preferenziale?
- "Peso sistema" cosa si intende? L'abbattimento acustico, come è noto, è dato da componenti di massa, il che si traduce in peso. Se viene valutato l'abbattimento acustico delle cabina, dando quindi un punteggio più elevato ad un abbattimento maggiore, come viene valutato il peso del sistema (cabina audiometrica), nella medesima griglia di valutazione? Se il punteggio del peso premia un peso più leggero, è incoerente con il premiare un abbattimento acustico maggiore (cosa scontata contando il prodotto oggetto di valutazione).

Risposta: Si accoglie. Il capitolato di gara è stato modificato

#### Quesito 2 - lotto 5

## > LOTTO 5 - Cabina audiometrica ambulatoriale

in merito alle caratteristiche sottoposte a punteggio di qualità con particolare riferimento a:

- o "Modalità blocco porta": Mancano delle specifiche per capire cosa è preferenziale
- "Peso sistema": non chiaro. L'abbattimento acustico è dato da componenti di massa, il che si traduce in peso. Se viene valutato l'abbattimento acustico delle cabina, dando quindi un punteggio più elevato ad un abbattimento maggiore (parametro in griglia Q3), come viene valutato il peso del sistema (cabina audiometrica), nella medesima griglia di valutazione? Se il punteggio del peso premia un peso più leggero (parametro in griglia Q4), è incoerente con il premiare un abbattimento acustico maggiore.
- o "Dimensioni visiva": nelle caratteristiche di minima, viene richiesta "visiva più ampia possibile", il che non corrisponde al criterio di valutazione indicato in griglia Q4\* (cioè valore a ribasso). Il criterio coerente sarebbe il Q3\* (cioè maggiore punteggio con visiva più ampia).

Risposta: Si accolgono tutte le segnalazioni. Vedere capitolato di gara modificato

# **Lotto 6 (VIDEONISTAGMOGRAFO)**

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: <u>direzione.alisa@regione.liguria.it</u> PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it



#### Quesito 1 - lotto 6

#### LOTTO 6 – VIDEONISTAGMOMETRO

- o "Videonistagmometro": la definizione corretta di questa tipologia di strumento è Videonistagmografo
- o "Opzionalmente predisposto per elettronistagmografia": dovrebbe rimanere solo un'opzione perché potrebbe identificare un prodotto specifico
- "Predisposizione per esportazione dati su sistema NOAH": non dovrebbe essere una caratteristica a pena di esclusione poiché potrebbe identificare un prodotto specifico
- La base d'asta, se calcolata priva delle opzioni richieste, è troppo alta a nostro avviso. Una base congrua potrebbe essere attorno a €20.000

Risposta: punto 1 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

punto 2 L'elettronistagmografia è un'opzione. Il capitolato di gara è stato modificato cercando di specificare meglio il punto

punto 3 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

punto 4 Si accoglie. Vedere capitolato di gara modificato

# Lotto 7 (SISTEMA PER VIDEOCULOGRAFIA)

### Quesito 1 - lotto 7

# > LOTTO 7 - SISTEMA PER VIDEOCULOGRAFIA

"Gestione del test VPPB": cosa si intende per gestione? Se è richiesto che lo strumento esegua la sola diagnosi, non vi sono osservazioni da opporre, ma se fosse richiesto oltre alla diagnosi anche il trattamento della VPPB, è invece necessario una speciale sedia rotatoria. In questo ultimo caso la base d'asta risulta incongrua per difetto.

Risposta: lo strumento deve eseguire la sola diagnosi

# Lotto 8 (SISTEMA PER POTENZIALI EVOCATI UDITIVI)

## Quesito 1 - lotto 8

## ➤ LOTTO 8 – SISTEMA PER POTENZIALI EVOCATI UDITIVI

 La base d'asta a nostro avviso è troppo bassa. Una base congrua dovrebbe aggirarsi almeno attorno a €35.000

Risposta: Si accoglie parzialmente. Vedere capitolato di gara modificato

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it



# Lotto 9 Lampada frontale a LED

#### Quesito 1 - lotto 9

chiarimento in riferimento al Lotto 9 per quanto segue:

Batteria e fonte di luce integrati nel caschetto" potrebbe risultare limitativa: i sistemi che garantiscono una maggior autonomia della batteria e una maggior possibilità di aumentare e regolare l'intensità luminosa hanno infatti la batteria non direttamente fissata sul caschetto ma libera per essere riposta in tasca o fissata sul camice.

Risposta: non accolta, si conferma il capitolato

Quesito 2 - lotto 9

Caratteristiche di minima

**Possibilità di regolare il campo visivo**: cosa significa regolare il campo visivo? Si intende la distanza interpupillare?

Risposta: Si intende la possibilità di regolare l'ampiezza del campo luminoso

Quesito 3 - lotto 9

### Caratteristiche sottoposte a punteggio qualità

Illuminazione massima : è importante definire la distanza in cui viene misurato il valore e avere un valore misurato su tutta la superficie illuminata, non solo nell'Hot-spot

A Ns. avviso sarebbe meglio specificare quanto segue:

**Uniformità della luce**: la luce deve essere uniforme su tutto il campo, e non solo nella parte centrale **Resa dei colori massima**: in ambito diagnostico e operativo è fondamentale vedere i colori esatti, per esempio in ambito chirurgico distinguere tendini, nervi e altre strutture che altrimenti avrebbero una colorazione sbagliata e porterebbero a valutazioni errate del medico mentre opera, in ambito diagnostico perché il colore è fondamentale per una diagnosi accurata.

Un valore oggettivo è il CRI (Cromatic Rendering Index ) ed eventualmente il valore dell' R9, che misura la fedeltà del colore rosso : essendo questo predominante nel corpo umano, avere una resa del rosso ottimale è fondamentale per le applicazioni in campo medico.

Risposta: Vedere le modifiche apportate al capitolato di gara

Il Dirigente RUP Dott. Luigi Moreno Costa

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it