

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari e presidi medicali
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 13 - N. gara 6540733**

Seconda seduta riservata 23 febbraio 2017

Verbale di verifica offerte tecniche e conformità della campionatura

Il giorno 23/2/2017 alle ore 9.00 presso i locali di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 86 del 20/12/2016 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica delle offerte tecniche e della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
CREMONESI	Paolo	S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza E.O. "Ospedali Galliera" - Genova	Presidente
CIRONE	Monica	S.C. Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale ASL 2 "Savonese" - P.O. Pietra Ligure e Albenga	Componente
BENVENUTI	Ilaria	Servizio Prevenzione e Protezione ASL 4 "Chiavarese"	Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella, dirigente della Centrale Acquisti e RUP della procedura, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito dalla Dott.ssa Silvana Berlingiero funzionario della Centrale Acquisti.

I Componenti della Commissione hanno ricevuto con congruo anticipo copia di tutta la documentazione tecnica necessaria alla valutazione cartolare dei requisiti tecnici dei dispositivi offerti.

Prima di procedere alla visione della campionatura la Commissione dà atto delle valutazioni di idoneità dei prodotti offerti dalle Società Givas (lotto 6), Hill-Rom (lotto 1), Linet Italia (lotto 1), Sago Medica (lotti 1, 2), Sanacilia (lotto 1), Vernipoll (lotto 1), Sapio Life (lotto 13), OK Ufficio Arredamento (lotto 7).

Dall'esame della documentazione presentata dalle Ditte partecipanti è emerso quanto segue.

I prodotti offerti dalle Società Givas (lotto 6), Linet Italia (lotto 1), Vernipoll (lotto 1), OK Ufficio Arredamento (lotto 7) risultano idonei in quanto in tutto e per tutto conformi alle prescrizioni tecniche minime del capitolato di gara.

www.alisa.liguria.it

I dispositivi offerti dalla Società Sago Medica (lotti 1, 2) ancorché non rispondenti al requisito ex punto 1. del capitolato tecnico (piano letto in ABS) vengono qualificati idonei accettando la relazione di equivalenza per quanto riguarda il materiale di costruzione (HPL).

Il dispositivo offerto dalla Società Sapio Life (lotto 13) in quanto carente della caratteristica tecnica richiesta al punto 8. "Schienale inclinabile" non è idoneo e non può essere ammesso al prosieguo della procedura. Per tale motivo l'offerta della suddetta Società viene esclusa dalla procedura di gara.

Il dispositivo offerto dalla Società Sanacilia (lotto 1), ancorché sprovvisto dell'allarme sonoro di sicurezza freno non attivato, può essere comunque ritenuto idoneo dal momento che il letto offerto è dotato di allarmi visivi visibili dai lati del letto e facilmente intercettabili da qualsiasi angolo visuale come da relazione di equivalenza resa agli atti di gara.

Per quanto riguarda il dispositivo offerto dalla Società Hill-Rom (lotto 1) esso può essere considerato idoneo in relazione al requisito piano letto in ABS per le stesse motivazioni di cui all'offerta Sago Medica, ritenendosi equivalente il piano in materiale HPL rispetto a quello prescritto.

Sempre per il medesimo dispositivo la Commissione decide di ammettere con riserva il dispositivo offerto, riservandosi di valutare la proposta di equivalenza del grado di protezione IPX4 rispetto al grado di protezione IP54 previsto dal capitolato tecnico.

Alle ore 9.20 iniziano le valutazioni dei campioni relativi ai dispositivi offerti.

Le Ditte Givas, Hill-Rom, Linet Italia, Sago Medica, Sanacilia e Vernipoll sono state convocate con congruo anticipo a presentare, nel corso della seduta, la campionatura offerta relativa ai lotti sopra menzionati.

La Società OK Ufficio Arredamento non è stata convocata per la presentazione della campionatura in quanto, trattandosi di unico prodotto offerto per il lotto 7, la Commissione, stante anche la semplicità costruttiva del manufatto, non ha ritenuto necessario visionarne la campionatura.

Le Ditte si sono presentate come di seguito riportato:

h. 9.20	Società HILL-ROM	Lotto 1 (n. 1 letto)
h. 10.00	Società LINET ITALIA	Lotto 1 (n. 1 letto)
h. 10.30	Società SANACILIA	Lotto 1 (n. 1 letto)
h. 10.55	Società GIVAS	Lotto 6 (n. 1 poltrona DH)
h. 11.15	Società VERNIPOLL	Lotto 1 (n. 1 letto)
h. 11.50	Società SAGO MEDICA	Lotto 1 (n. 1 letto) Lotto 2 (n. 1 letto)

La Commissione prendendo atto della mancata presentazione in visione del dispositivo offerto dalla Società Sago Medica per il lotto 1 (letto modello New Care codice PH00703210031) esclude l'offerta della Società relativamente al lotto in questione.


www.alisa.liguria.it

La Commissione si aggiorna nel pomeriggio per la formalizzazione dei punteggi tecnici.


La seduta è tolta alle ore 13.35.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Paolo CREMONESI
Presidente




Dott.ssa Monica CIRONE
Componente



Dott.ssa Ilaria BENVENUTI
Componente



Dott. Riccardo ZANELLA
RUP – Segretario



Dott.ssa Silvana BERLENGIERO

