ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Agenzia Sanitaria Regionale della Liguria
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGISTRO UFFICIALE
Protocollo n. 7306
del 29/06/2016 Entrata

OGGETTO:	**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.82 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di Presidi Medicali (barelle, carrozzine, carrelli etc.) occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 24. Numero gara 6207552.**
	Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata

Seduta del 14/06/2016

Il giorno 14/062016, alle ore 8.30 circa presso il magazzino del Pronto Soccorso dell'Ospedale Galliera si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.241 del 16/10/2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per esaminare la campionatura dei presidi offerti dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
Dott. Cremonesi	Paolo	Direttore S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e di Urgenza E.O Ospedali Galliera di Genova	in qualità di Presidente
Dott. Caocci	Fabio	Servizio Prevenzione e Protezione Asl3 Genovese	in qualità di Componente
Sig.ra Trucco	Daniela	Coordinatore Infermieristico - Day Hospital - IRCCS G. Gaslini	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura assistito dalla dott.ssa Antonella Gessaga della Centrale.
Le ditte sono convocate secondo il seguente schema:

h. 8.30	**Guldmann**	**Lotto 23**
h. 8.45	**Hill-rom**	**Lotti12-23**
h. 9.10	**Vassilli**	**Lotto 14-15-22-23**

h. 10.00	**Officine Ortopediche Ferrero**	**Lotto 23**
h. 10.25	**Givas**	**Lotto 10**

La Commissione giudicatrice prende visione dei seguenti prodotti, offerti per i lotti a fianco di ciascuno indicati e verifica oltre ai requisiti minimi specifici previsti in ciascun lotto (già vagliati su scheda tecnica) la presenza di adeguate caratteristiche di ergonomia, facilità di sanificazione, robustezza, praticità d'uso, sicurezza di utilizzo:

- lotto 23 ditta Guldmann: "sollevatore mobile GL5"; si conferma l'idoneità;
- lotto 23 ditta Hill-Rom: sollevatore "Liko"; si conferma l'idoneità;
- lotto 12 ditta Hill-Rom telo ad alto scorrimento "Liko". Viene chiesto ai rappresentanti della ditta di chiarire se effettivamente il telo è in materiale ignifugo, come dichiarato nella scheda F4 bis visto che nella scheda tecnica del prodotto questa caratteristica non è riportata. L'operatore dichiara che il materiale non è ignifugo. Trattandosi di caratteristica minima essenziale la ditta Hill-Rom per il lotto 12 è esclusa.
- lotto 14 ditta Vassilli, "carrozzina rigida imbottita": si conferma l'idoneità;
- lotto 15 ditta Vassilli, "comoda con ruote: si conferma l'idoneità;
- lotto 22 ditta Vassilli, "sedia comoda e bagno": viene accertata la dotazione di cintura di sicurezza come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima. Il presidio in oggetto è dichiarato idoneo;
- lotto 23 ditta Vassilli, "sollevatore elettrico Tower" : viene chiesto all'operatore se il sollevatore è dotato di dispositivo di discesa di emergenza elettrico e manuale come previsto dalla scheda delle caratteristica di minima. L'operatore dichiara che il presidio è dotato di dispositivo di discesa di emergenza solo manuale. Inoltre il presidio non è dotato/predisposto di bilancia elettronica ad uso umano classe 3. Per i motivi suddetti il presidio in oggetto è dichiarato non idoneo.
- lotto 23 ditta Officina Ortopedica Ferrero, sollevatore "Mover 180". La Commissione Giudicatrice prende atto della nota del 13/06/2016 della ditta Officina Ortopedica Ferrero (acquisita agli atti con prot. n. 6596 del 13/06/2016) nella quale la ditta ha dichiarato che per ritardi sui tempi di produzione non è in grado di presentare la campionatura del presidio. La Commissione esclude l'offerta Ferrero, non potendo accertare le caratteristiche di adeguatezza generale previste dalla lex specialis, né potendo ammettere alla gara "cose future".
- lotto 10 ditta Givas, "barella pronto soccorso ad altezza variabile": prima di visionare il prodotto campionato la Commissione Giudicatrice esamina e valuta i requisiti richiesti riportati nel mod. F4 bis e la scheda tecnica; l'esame della campionatura conferma l'idoneità del presidio offerto.

Alle ore 11.00 circa la Commissione Giudicatrice si sposta presso la Centrale Regionale d'Acquisto - Via D'Annunzio 64, dove sono state convocate le seguenti ditte, per le offerte a fianco di ciascuna indicate:

h. 11.00	**Officine Ortopediche Ferrero**	**Lotti 12-13-14-15-18-19-20-21-22**
h. 13.45	**Sapio-Life**	**Lotti 22-24**
h. 14.10	**Givas**	**Lotti 6-7-9**

h. 14.45	**Favero**	**Lotti 2-3**
h. 15.20	**FranceHopital**	**Lotti 1-2-3-5-6-8-9**

La Commissione giudicatrice prende visione dei seguenti prodotti, offerti per i lotti a fianco di ciascuno indicati e verifica oltre ai requisiti minimi specifici previsti in ciascun lotto (già vagliati su scheda tecnica) la presenza di adeguate caratteristiche di ergonomia, facilità di sanificazione, robustezza, praticità d'uso, sicurezza di utilizzo:

- lotto 12 ditta Officine Ortopediche Ferrero - telo ad alto scorrimento "sheet". Viene chiesto all'operatore se il presidio è realizzato in materiale ignifugo come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima. L'operatore consegna una dichiarazione di conformità agli standards di ignifugicità British Standard B55852 CRIB5; il presidio viene dichiarato idoneo.

- lotto 13 ditta Officine Ortopediche Ferrero - Asse di trasferimento pieghevole" Scangliss 2lite": l'operatore conferma la possibilità di fornire le fodere monouso per il presidio. Il presidio viene dichiarato idoneo.

- lotto 14 ditta Officine Ortopediche Ferrero – Carrozzina imbottita con ruote grandi anteriori o posteriori- con wc "sedia da comodo art. 9300". La Commissione verifica con l'operatore della ditta i seguenti punti:
  1. il presidio è dotato di freni, come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima;
  2. il presidio è dotato di asta porta-flebo, come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima;
  3. Il presidio è dotato di braccioli ribaltabili e estraibili, come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima
  4. Il presidio è realizzato in materiale ignifugo in tutte le parti imbottite, secondo le normative Europee EN1041, EN14971, EN12182 e EN12183 (riguardanti i materiali ignifughi).

  Il presidio in oggetto è dichiarato idoneo.

- lotto 15 ditta Officine Ortopediche Ferrero - carrozzina imbottita per movimentazione in ambienti interni con ruote piccole, senza wc "sedia da comodo art. 9302". La Commissione verifica con l'operatore della ditta i seguenti punti:
  1. il presidio è dotato di asta porta-flebo, come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima;
  2. Il presidio è realizzato in materiale ignifugo in tutte le parti imbottite, secondo le normative Europee EN1041, EN14971, EN12182 e EN12183 (riguardanti i materiali ignifughi).

  Il presidio in oggetto è dichiarato idoneo.

- lotto 18 ditta Officine Ortopediche Ferrero – telo a 6 maniglie "Big Gurney": si conferma l'idoneità.

- lotto 19 ditta Officine Ortopediche Ferrero – Asse rigido "Banana Board": viene presentata una campionatura conforme alla prescrizioni del capitolato, salvo che per la dotazione degli inserti antiscivolo. L'operatore dichiara trattarsi di errore di campionatura e si impegna a fornire idoneo campione entro il 23 p.v.. La Commissione Giudicatrice si riserva di dichiarare il prodotto idoneo, in attesa di ricevere la campionatura completa di quanto richiesto.

- lotto 20 ditta Officine Ortopediche Ferrero – Sacco di trasferimento "Minislide". Al punto n. 2 della scheda delle caratteristiche di minima del lotto 20 si chiede che la superficie a contatto con il paziente sia in cotone oppure in nylon lavabile a 70°. La Commissione rileva che le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta del presidio non corrispondono a quanto indicato nella campionatura. La Commissione Giudicatrice si riserva la valutazione di idoneità, in attesa di ricevere una campionatura completa.

- lotto 21 ditta Officine Ortopediche Ferrero,Tubolare di scorrimento "Tubolar". Il presidio viene dichiarato idoneo.

- lotto 22 ditta Officine Ortopediche Ferrero, sedia comoda "Kakadu". La Commissione Giudicatrice accerta che la sedia comoda è dotata di cintura di sicurezza e di braccioli ribaltabili ed estraibili, come previsto dalla scheda delle caratteristiche di minima. Il presidio in oggetto è dichiarato idoneo.

- lotto 22 ditta Sapio-Life, sedia comoda "mod. RS946-7" viene presentata una campionatura conforme alla prescrizioni del capitolato, salvo che per la dotazione di cintura di sicurezza. L'operatore dichiara trattarsi di errore di campionatura e si impegna a fornire idoneo campione entro il 23 p.v.. La Commissione Giudicatrice si riserva di dichiarare il prodotto idoneo, in attesa di ricevere la campionatura completa di quanto richiesto.

- lotto 24 ditta Sapio-Life. Carrozzina pieghevole "PRIMA – Mopedia" La Commissione Giudicatrice chiede all'operatore una dichiarazione dalla quale risulti che la carrozzina è realizzata in materiale ignifugo (classe 1 IM), a giustifica di quanto dichiarato nel mod. F4 bis. L'operatore si impegna a nome della ditta a fare pervenire presso la Centrale la dichiarazione che il presidio è realizzato con materiale ignifugo entro il 23/06. Inoltre, sempre entro tale data fornirà dichiarazione di possedere requisiti tecnici relativi al punto 18 (cinture di sicurezza). La Commissione Giudicatrice si riserva di prendere una decisione nella prossima seduta relativamente all'idoneità del prodotto.

- lotti 6 e 7 ditta Givas "carrello inox a due vassoi art. CA9056" e "carrello servitore art. CI6010": si conferma l'idoneità;

- lotto 1 ditta FranceHopital carrello portacartelle cliniche "Persocar": il presidio possiede il richiesto maniglione di spinta e il bordino di contenimento nel lato anteriore; esso viene dichiarato idoneo;

- lotti 2 e 3 ditta FranceHopital carrello terapia/prelievi/ medicazioni "Preciso" e carrello emergenza "Persolife": si conferma l'idoneità;

- lotto 5 ditta FranceHopital, carrello portasacchi "Iseo". La Commissione Giudicatrice rileva che il presidio campionato, risponde ai requisiti richiesti, tranne che per le previste due ruote con freni. L'operatore dichiara trattarsi di errore di campionatura e si impegna a nome della ditta a fare pervenire presso la Centrale entro il 23/06 idonea campionatura e/o documentazione fotografica relativa alla presenza dei freni su almeno due ruote.
  Per quanto riguarda il punto 4 (presenza di anello ferma sacco in gomma con anima in acciaio), la Commissione dichiara che l'anello ferma sacco in acciaio del presidio visionato è ritenuto equivalente se non migliorativo per aspetti igienici e di sanificazione.
  La Commissione Giudicatrice si riserva di prendere una decisione nella prossima seduta relativamente all'idoneità del prodotto.

- lotti 6 e 9 ditta FranceHopital, carrello di servizio a due ripiani "art.C2P000-08-5" e carrello multiuso per sala operatoria "Cod. C2P000-08-5-S". La Commissione giudicatrice rileva che i ripiani di entrambi i carrelli risultano non essere rifiniti in maniera precisa, presentano angoli interni fessurati e di conseguenza al passaggio della mano risultano "quasi taglienti". Perciò i presidi in questione non corrispondono alle caratteristiche generali previste dalla lex specialis di gara di sicurezza di utilizzo e facilità di sanificazione. Entrambi sono dichiarati non idonei.

- lotto 8 ditta FranceHopital, Carrello servitore per sala operatoria "Mod. CSO75I": si conferma l'idoneità.

- lotto 2 ditta Favero, carrello terapia/prelievi/medicazioni "Mod. Switch". Il maniglione di spinta è integrato con il bordino di contenimento e con la scocca. Il prodotto viene dichiarato idoneo avendo tutte le caratteristiche di minima richiesta.

- lotto 3 ditta Favero, carrello emergenza "Mod. Switch": si conferma l'idoneità.

Terminata la verifica della campionatura dei lotti sopra elencati che ogni ditta provvede a ritirare, la seduta è tolta alle ore 16.00 circa ed è aggiornata al 29/06/2016 alle ore 8.30.

Il Presidente ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale per complessive n. 5 pagine, agli atti della Centrale.

Seduta del 29/06/2016

Il giorno 29/062016, alle ore 8.30 circa presso la sala riunioni di ARS-CRA 2° piano si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.241 del 16/10/2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per esaminare la campionatura dei presidi offerti dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
Dott. Cremonesi	Paolo	Direttore S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e di Urgenza E.O Ospedali Galliera di Genova	in qualità di Presidente
Dott. Caocci	Fabio	Servizio Prevenzione e Protezione Asl3 Genovese	in qualità di Componente
Sig.ra Trucco	Daniela	Coordinatore Infermieristico - Day Hospital - IRCCS G. Gaslini	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura assistito dalla dott.ssa Antonella Gessaga della Centrale.
L'ultima campionatura da visionare riguarda l'offerta tecnica della ditta FE.MA, sulla quale nessun rilievo è stato svolto in sede di verifica cartolare. La ditta è stata convocata come sotto indicato:

h. 8.30	FE.MA	Lotti

La Commissione, esaminate le campionature offerte nei lotti 7,8,9 dalla ditta FE.MA., conferma la valutazione di idoneità in presenza di adeguate caratteristiche di ergonomia, facilità di sanificazione, robustezza, praticità d'uso, sicurezza di utilizzo.

In relazione ai punti ancora da chiarire di cui al verbale del 14 u.s. la Commissione stabilisce quanto segue:

- lotto 19 ditta Officine Ortopediche Ferrero – Asse rigido "Banana Board": La campionatura fatta pervenire è conforme alla prescrizioni del capitolato, presentando la richiesta dotazione degli inserti antiscivolo. L'offerta viene giudicata idonea.

- lotto 20 ditta Officine Ortopediche Ferrero – Sacco di trasferimento "Minislide". Le campionature fatte pervenire (presidio in cotone – mod. 03042030 e in nylon mod. 03042031) sono conformi alle prescrizioni del capitolato. L'offerta viene valutata idonea.

- lotto 22 ditta Sapio-Life, sedia comoda "mod. RS946-7" viene presentata la campionatura della cintura di sicurezza. L'offerta viene valutata idonea.

- lotto 24 ditta Sapio-Life. Carrozzina pieghevole "PRIMA – Mopedia" La Commissione Giudicatrice aveva chiesto all'operatore una dichiarazione dalla quale risulti che la carrozzina è realizzata in materiale ignifugo (classe 1 IM), a giustifica di quanto dichiarato nel mod. F4 bis. La società SAPIO ha fatto pervenire una dichiarazione (acquisita con prot.n. 7167 del 27/06/2016) attestante la non obbligatorietà di tale requisito per i dispositivi medici in questione. Essendo però il requisito della ignifugicità previsto dal capitolato (e non essendo tra l'altro stato eccepito in sede di indizione o post-indizione), la Commissione deve escludere l'offerta Sapio-Life.

- lotto 5 ditta FranceHopital, carrello portasacchi "Iseo". Alla luce della documentazione presentata e acquisita agli atti con prot. n. 6839 del 17/06/2016, attestante la presenza dei freni su almeno due ruote la Commissione giudica idoneo il prodotto offerto.

La Commissione Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Dott. Paolo Cremonesi

Componente: Dott. Fabio Caocci

Componente: Sig.ra Daniela Trucco

Dott. Riccardo Zanella

Dott.ssa Antonella Gessaga