

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

www.alisa.liguria.it

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento della fornitura di arredi sanitari e presidi medicali
occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. ed I.R.C.C.S. della Regione Liguria
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno)
Lotti n. 13 - N. gara 6540733**

*Terza seduta riservata – pomeriggio 23 febbraio 2017***Verbale di verifica offerte tecniche e conformità della campionatura**

Il giorno 23/2/2017 alle ore 14.30 presso i locali di A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 86 del 20/12/2016 ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, per la verifica delle offerte tecniche e della campionatura presentata dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Struttura	
CREMONESI	Paolo	S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza E.O. "Ospedali Galliera" - Genova	Presidente
CIRONE	Monica	S.C. Pianificazione e Coordinamento Professioni Sanitarie e di Assistente Sociale ASL 2 "Savonese" - P.O. Pietra Ligure e Albenga	Componente
BENVENUTI	Ilaria	Servizio Prevenzione e Protezione ASL 4 "Chiavarese"	Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella, dirigente della Centrale Acquisti e RUP della procedura, che svolge le funzioni di Segretario della Commissione, assistito dalla Dott.ssa Silvana Berlingiero funzionario della Centrale Acquisti.

La Commissione, prima di procedere alla formalizzazione dei punteggi tecnici, ritiene di riesaminare i modelli F4 (nei quali i concorrenti hanno dichiarato le principali caratteristiche tecniche) con un doveroso raffronto con le schede tecniche/cataloghi/manuali presentati.

Da detta disamina emerge quanto segue:

- il letto Vega (cod. articolo VF40SOLA) offerto dalla Società GIVAS, ancorché per esso sia dichiarato nel modello F4 un grado di protezione elettrica IP66, sulla documentazione tecnica risulta invece accreditato del livello IPX6;
- il letto Stryker SV1 (modello numero 7100) offerto dalla Società SANACILIA, ancorché per esso sia dichiarato nel modello F4 un grado di protezione elettrica IP54, sulla documentazione tecnica risulta invece accreditato del livello IPX4.

UP

SB

www.alisa.liguria.it

Entrambi i prodotti di cui sopra pertanto, al pari del letto Hill-Rom - HR 900 offerto dalla Società Hill-Rom, risulterebbero non possedere il requisito del livello di protezione elettrico IP54 previsto dal capitolato tecnico, ancorché detta previsione ecceda i requisiti della norma tecnica di riferimento come evidenziato dalla Società Hill-Rom in dichiarazione agli atti di gara.

La Commissione dà mandato agli Uffici della Centrale di valutare i profili di legittimità di un'eventuale ammissione, tenendo appunto conto che la norma tecnica di riferimento, alla quale il capitolato tecnico pure rinviava, non richiede un grado di protezione così elevato.

La Commissione dà mandato agli Uffici della Centrale di acquisire dalla Società Glvas e dalla Società Sanacilia le necessarie precisazioni in merito al grado di protezione elettrica.

La Commissione aggiorna i propri lavori al 6 marzo 2017.

La seduta è tolta alle ore 17.45.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Paolo CREMONESI
Presidente



Dott.ssa Monica CIRONE
Componente



Dott.ssa Ilaria BENVENUTI
Componente



Dott. Riccardo ZANELLA
RUP – Segretario



Dott.ssa Silvana BERLENGIERO

