ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Antonella Gessaga tel. 010/5488542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

OGGETTO:	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di materiale monouso e semi-disposable per Videolaparoscopia occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL. EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Lotti n. 55. Numero gara 5881066. **IV Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata**

Seduta del 01/12/2015

Il giorno 01/12/2015, alle ore 15.00 circa presso la Sala riunioni dell'ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto sita in via D'Annunzio 64, 2° piano, si è riunita in quinta seduta la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n. 72 del 26/03/2015 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006, per la valutazione della idoneità/qualità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte concorrenti.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
Cafiero	**Ferdinando**	**Direttore S.C. Chirurgia IRCCS A.O.U. San Martino/IST di Genova**	in qualità di Presidente
Bisagni	**Pietro**	**Direttore S.C. Chirurgia ASL3 Genovese**	in qualità di Componente
Dardano	**Giovanni**	**Direttore S.C. Chirurgia Asl 4 Chiavarese**	in qualità di Componente

E' presente per la Centrale il Dott. Giorgio Sacco, Direttore dell'Area CRA, e la Dott.ssa Antonella Gessaga, che svolge le funzioni di Segretaria della Commissione.

Con nota 10320 del 24/11/2015 sono state inviate a presentarsi per fornire delucidazione necessarie alla valutazione da parte della Commissione le seguenti ditte:

ditta	Lotto/i	motivazione	ora
B. Braun	8 29 54	Zigrinatura/filettatura Campione con meccanismo di bloccaggio (chiesto senza) Meccanismo impugnatura / stelo (manca impugnatura)	15,15
Covidien	8 28	Zigrinatura/filettatura Ha offerto una pinza Grasper e non Johanne	15,30
SCS	8	Zigrinatura/filettatura e dispositivo per attacco insufflatore	15,45
New Hospital	13 29	Volume dichiarato 500 ml ma non lo è Richiedere la campionatura, da presentare unitamente al versamento della sanzione prevista	16,00
Coloplast	16	Manca rubinetto a tre vie	16,15
Benefis	16	Mancano tre caratteristiche su quattro di quelle richieste	16,30

Applied	17	Diametro 18 G non presente	16,45
Conmed	17 19	Diametro 18 G non presente Lunghezza inferiore a 400 mm	17,00

Con nota 10321 del 24/11/2015 sono inoltre state inviate a presentare integrazione della campionatura per il lotto n. 49 le ditte ESPO, Multimed e SIAD Healtcare, ed entro il termine previsto è pervenuta l'integrazione della campionatura da parte delle ditte suddette. La Commissione decide di procedere ad analizzare le campionature inviate per il lotto 49 ed esse sono risultate:

- Espo: idonea
- Multimed: idonea
- Siad: non idonea, in quanto ha inviato un campione da chirurgia open e non da Videolaparo

Alle ore 15,20, interviene nella riunione, il sig. Martina della ditta **B. Braun**, munito di regolare procura, acquisita agli atti della Centrale, per rispondere ai chiarimenti/dubbi della Commissione Giudicatrice.

- Per il lotto n. 8 il sig. Martina dichiara che il dispositivo presentato non ha la caratteristica richiesta (zigrinatura) e la Commissione decide di escludere la ditta B.Braun per mancanza di un requisito minimo.
- Per il 29 dichiara che il dispositivo ha il meccanismo di bloccaggio. Esiste la possibilità di non inserirlo. Tuttavia, poichè nella scheda tecnica era esplicitato nelle caratteristiche di minima pena esclusione che fosse senza meccanismo di bloccaggio, la Commissione dichiara non idonea la ditta BBraun per tale lotto.
- Il lotto 54, la cui campionatura inizialmente risultava incompleta poiché era assente l'impugnatura del dispositivo, è risultato grazie ad una verifica successiva, completo.

Terminato l'incontro con la Commissione, il sig. Martina alle ore 15.30, abbandona la riunione.

Alle ore 15,35 interviene nella riunione, il sig Palagruto della ditta **Covidien**, munito di regolare procura acquisita agli atti della Centrale, per rispondere ai chiarimenti/dubbi della Commissione Giudicatrice.

- Il sig. Palagruto per il lotto 8 dichiara che il dispositivo presentato non ha la caratteristica richiesta (zigrinatura) e la Commissione decide di escludere la ditta Covidien per mancanza di un requisito minimo.
- Per il lotto 28 il sig. Palagruto conferma che la ditta ha presentato una pinza Grasper e non di tipo Johanne e di conseguenza il dispositivo della ditta Covidien è escluso.

Terminato l'incontro con la Commissione, il sig. Palagruto, alle ore 15,40 abbandona la riunione.

Alle ore 15.45 interviene alla riunione, il sig Brambilla della ditta **SCS International**, munito di regolare procura acquisita agli atti della Centrale, per rispondere ai chiarimenti/dubbi della Commissione Giudicatrice.

- Il sig. Brambilla dichiara che il lotto 8 non ha la zigrinatura ma è presente il dispositivo per attacco insufflatore. Pertanto mancando un requisito minimo richiesto la ditta SCS, per il lotto 8, viene esclusa.

Terminato l'incontro con la Commissione, il sig. Brambilla, alle ore 15,50 abbandona la riunione.

Alle ore 15.50 interviene nella riunione la sig.ra Maria Favata della ditta **Coloplast**, munito di regolare procura acquisita agli atti della Centrale, per rispondere ai chiarimenti/dubbi della Commissione Giudicatrice per quanto riguarda il lotto 16.

- La signora Favata dichiara il dispositivo presentato era mancante del rubinetto a tre vie ma che è possibile inserito. La Commissione dichiara che la ditta Coloplast per questo lotto (n. 16) non è idonea.

Terminato l'incontro con la Commissione, la sig.ra Favata alle ore 16.00 abbandona la riunione.

Alle ore 16.00 interviene nella riunione, il sig. Chianello, titolare della ditta **New Hospital**, per rispondere ai chiarimenti/dubbi della Commissione Giudicatrice.

- Lotto 13: Il Sig. Chianello dichiara la campionatura era stata inviata erroneamente con un sacchetto di volume inferiore ai 350 ml e presenta durante la seduta un campione che risulta idoneo, in quanto di volume compreso tra i 350 e i 1000 ml, come richiesto nella scheda tecnica.
- Lotto 29: la ditta New Hospital non aveva inviato la campionatura. La ditta ha inviato la campionatura mancante nei tempi richiesti e ha pagato la sanzione di € 91.00, come previsto dall'art. 5 del Disciplinare di gara (dovere di soccorso). Il Sig. Chianello presenta la ricevuta dell'avvenuto

pagamento della sanzione. La ditta è ammessa alla valutazione di gara per il lotto 29 che viene valutato idoneo.

Terminato l'incontro con la Commissione, il sig. Chianello alle ore 16.15, abbandona la riunione.

Alle ore 16.20 interviene nella riunione, il sig. Corrado Mombelli della ditta **Applied Medical**, munito di regolare procura acquisita agli atti della Centrale, per rispondere ai chiarimenti/dubbi della Commissione Giudicatrice per il lotto 17. Il prodotto offerto da Applied Medical, non presentando i requisiti minimi richiesti (diametro 18 G), viene valutato non idoneo.

Terminato il dibattito con la Commissione, il sig.Mombelli alle ore 16.30 abbandona la riunione.

La commissione Giudicatrice infine prende atto della nota della ditta **Benefis**, acquisita agli atti della Centrale con prot n. 10592 del 01/12/2015 nella quale si dichiara che non potranno presenziare alla convocazione per impegni presi in precedenza.

- La nota esplicativa inviata viene considerata dalla Commissione Giudicatrice sufficiente e visto che il catetere non è provvisto di mandrino e la lunghezza è inferiore a quella richiesta anche con la tolleranza del +/- 10%, la ditta Benefis per il lotto 16 è esclusa.

La ditta Conmed, convocata per le caratteristiche mancanti nei lotti presentati n. 17 e n. 19 non si è presentata e non ha mandato alcuna comunicazione. La commissione conferma sia per il lotto 17 (diametro 18 G) sia per il lotto 19 (lunghezza inferiore a 400 mm), i prodotti offerti non possiedono i requisiti richiesti. Essi sono pertanto esclusi.

Per quanto riguarda il lotto n. 34, per il quale erano state richieste per le vie brevi alcune delucidazioni alla Commissione tecnica, la Commissione procede alla valutazione delle caratteristiche di minima come da scheda allegata.

Per quanto riguarda il lotto 45, la Commissione ritiene, anche a seguito di un confronto per le vie brevi avuto con un componente della Commissione tecnica, di ammettere tutte le ditte concorrenti (B.Braun, ESPO e Polimed) in quanto la caratteristica della lunghezza dell'introduttore poliuso non può essere rispettata (100 mm $\pm$ 10 %) in quanto è erroneamente la stessa misura della camicia monouso, mentre i prodotti offerti hanno tutti lunghezza dell'introduttore correttamente superiore.

La Commissione decide di riepilogare, alla luce di quanto evidenziato dalle ditte intervenute e per il lotto 49 anche per le campionature inviate, le idoneità o meno per quanto riguarda i lotti n. 8, 13, 16, 17, 19, 28, 29, 34, 45, 49 e 54 da tale analisi è emerso quanto segue:

Lotto/i	
8	Non idonee: B.Braun, Covidien, Scs – Idonea: Innovamedica
13	Idonee: Tutte le ditte che hanno presentato offerta
16	Non idonee: Coloplast, Benefis – Lotto deserto
17	Non idonee: Applied, Conmed – Idonea: Benefis
19	Non idonea: Conmed – Idonee: B. Braun, Covidien, Johnson & Johnson
28	Non idonea: Covidien – Idonee: B. Braun, Innovamedica, Multimed, New Hospital, Pirinoli, SCS
29	Non idonea: B.Braun – Idonea: New Hospital, Pirinoli
34	Idonee: tutte le ditte che hanno presentato offerta
45	Idonee: tutte le ditte che hanno presentato offerta
49	Idonee: Espo, Multimed, Johnson & Johnson - Siad: non idonea,
54	Idonee: B.Braun, New Hospital

Terminata la verifica delle offerte tecniche dei lotti sopra citati, relativamente alle caratteristiche indispensabili pena esclusione, le stesse vengono raccolte in un plico, consegnato alla Centrale per la custodia, insieme alle altre offerte non ancora analizzate, in armadio provvisto di serratura collocato in luogo chiuso.

La seduta è tolta alle ore 17.30 circa e aggiornata per la sesta seduta al 14/12 p.v. alle ore 15,00.

Il Direttore d'Area CRA ringrazia i presenti per la collaborazione offerta e rassegna il presente verbale, completo delle schede allegate, per complessive n. 15 pagine, agli atti della Centrale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente: Prof. Ferdinando Cafiero

Componente: Dott. Pietro Bisagni

Componente: Dott. Giovanni Dardano

Direttore d'Area CRA: Dott. Giorgio Sacco

Segretario: Dott.ssa Antonella Gessaga

LOTTO 8 Trocar 2/3 mm CND: – CIG: 6072769F7F						
Trocar 2/3 mm	**Presenza requisito richiesto**		**B.BRAUN**	**COVIDIEN**	**INNOVA MEDICA**	**SCS INTERNATIONAL**
Cannula con zigrinatura o filettatura incorporata	SI	NO	NO	NO	SI	NO
sistema a tenuta stagna	SI	NO	SI	SI	SI	SI
dispositivo per attacco insufflatore ad alta portata	SI	NO	SI	SI	SI	SI
diametro 2-3 mm	SI	NO	SI	SI	SI	SI
			NON AMMESSA	NON AMMESSA	AMMESSA	NON AMMESSA

LOTTO 13
Sacchetto per rimozione reperti chirurgici 350-1000 mm
CND: – CIG: 6072798770

Sacchetto per rimozione reperti chirurgici 350 - 1000 mm	Presenza requisito richiesto		APPLIED	B.BRAUN	CONMED	INNOVA MEDICA	NEW HOSPITAL	PIRINOLI	SCS INT.	SOFAR	TECNOGAMMA
Apertura automatica manovrabile dall'esterno	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
stelo compatibile con trocar mm. 10-12	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Volume compreso tra 350 e 1000 ml.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
			AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO

LOTTO 16 Cateteri colangiografia CND: – CIG: 6072829107				
Cateteri colangiografia	**Presenza requisito richiesto**		**BENEFIS**	**COLOPLAST**
Catetere per colangiografia laparoscopica in materiale radiopaco	SI	NO	NO	SI
rubinetto a 3 vie trasparente	SI	NO	SI	NO
mandrino in acciaio inossidabile	SI	NO	NO	SI
Lunghezza 50 cm ±10%.	SI	NO	NO	SI
			NON AMMESSO	NON AMMESSO

LOTTO 17 Cateteri colangiografia cannula a 45° CND: _____ – CIG: 607283779F					
Cateteri colangiografia cannula a 45°	**Presenza requisito richiesto**		**APPLIED**	**BENEFIS**	**CONMED**
Catetere per colangiografia laparoscopica rigido	SI	NO	SI	SI	SI
cannula piegata con un angolo di 45°	SI	NO	SI	SI	SI
diametro 18 G	SI	NO	NO	SI	NO
in acciaio inossidabile	SI	NO	SI	SI	SI
Rubinetto di chiusura collegato a un tubo flessibile in materiale trasparente privo di lattice	SI	NO	SI	SI	SI
Lunghezza 30 cm ±10	SI	NO	SI	SI	SI
			NON AMMESSA	AMMESSA	NON AMMESSA

LOTTO 19 Tampone dissettore CND: – CIG: 6072849188						
Tampone disettore	**Presenza requisito richiesto**		**B.BRAUN**	**CONMED**	**COVIDIEN**	**JOHNSON & J.**
Punta smussa/sferica	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Diametro stelo mm. 5	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Lunghezza almeno 400 mm	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Diametro punta mm. 5	SI	NO	SI	SI	SI	SI
			AMMESSA	NON AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

LOTTO 28
Pinza da presa atraumatica tipo Johanne con meccanismo di bloccaggio
CND: _ CIG: 60729672E8

Pinza da presa atraumatica tipo Johanne con meccanismo di bloccaggio	Presenza requisito richiesto		B. BRAUN	COVIDIEN	INNOVA MEDICA	MULTIMED	NEW HOSPITAL	PIRINOLI	SCS INTER.
Rotante a 360°	SI	NO	SI		SI	SI	SI	SI	SI
Con meccanismo di bloccaggio	SI	NO	SI		SI	SI	SI	SI	SI
isolato elettricamente fino allo snodo	SI	NO	SI		SI	SI	SI	SI	SI
impugnatura ergonomica	SI	NO	SI		SI	SI	SI	SI	SI
Diametro stelo 5 mm.	SI	NO	SI		SI	SI	SI	SI	SI
			AMMESSA	NON AMMESSA (*)	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

(*) La ditta Covidien ha offerto una pinza Grasper e non Johanne

LOTTO 29 Pinza da presa atraumatica tipo Johanne senza meccanismo di bloccaggio CND: – CIG: 60729672E8					
Pinza da presa atraumatica tipo Johanne senza meccanismo di bloccaggio	**Presenza requisito richiesto**		**B. BRAUN**	**NEW HOSPITAL**	**PIRINOLI**
Rotante a 360°	SI	NO	SI	SI	SI
Senza meccanismo di bloccaggio	SI	NO	NO	SI	SI
isolato elettricamente fino allo snodo	SI	NO	SI	SI	SI
impugnatura ergonomica	SI	NO	SI	SI	SI
Diametro stelo 5 mm.	SI	NO	SI	SI	SI
			NON AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

LOTTO 34
Forbice con microaffilatura
CND: _____ – CIG: 6073035B03

Forbice con microaffilatura	Presenza requisito richiesto		B. BRAUN	COVIDIEN	INNOVA MEDICA	JOHNSON & JOHNSON	MULTIMED	PIRINOLI	SOFAR
Forbice con microaffilatura lungo tutta la lunghezza delle lame	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rotante a 360°	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
dotato di connettore per elettrobisturi	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
isolato elettricamente fino alla lama,	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
impugnatura ergonomica che permetta di effettuare microtagli con la punta.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Stelo diametro mm. 5	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Lunghezza mm. 310 ±10%.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Rotante a 360°, dotato di connettore per elettrobisturi, isolato elettricamente fino alla lama, impugnatura ergonomica, che permetta di effettuare microtagli con la punta.	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
			AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

LOTTO 45 Trocar semi-disposable camicia e valvola monouso introduttore poliuso CND: – CIG: 6073114C34					
Trocar semi-disposable camicia e valvola monouso introduttore poliuso	**Presenza requisito richiesto**		**B. BRAUN**	**ESPO**	**POLIMED**
Sistema composto da camicia monouso nei diversi diametri (5-10/12) e diverse lunghezze (***circa 100 mm***), con filettatura di stabilità; un introduttore atraumatico poliuso **a punta smussa** compatibile con ogni tipologia di camicia e una valvola monouso anch'essa compatibile con la relativa camicia completa di luer- lock per la connessione alla CO2 e riduttore universale per strumenti di diametro variabile da 5 a 12 mm.	SI	NO	SI	SI	SI
Le camicie monouso dovranno essere presentate nelle seguenti misure: • diametro mm 5, lunghezza 100±10% mm • diametro mm 10/12, lunghezza 100±10% con riduttore mm 5-12	SI	NO	SI	SI	SI
Gli introduttori poliuso dovranno essere presentati nelle seguenti misure: • diametro mm 5, lunghezza 100±10% mm • diametro mm 10/12, lunghezza 100±10% con riduttore mm 5-12	SI	NO	SI (*)	SI (*)	SI (*)
			AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA

(*) Ammessa con lunghezza introduttore superiore a 100 ± 10 % mm, in quanto la richiesta della gara è un refuso

LOTTO 49 Caricatori clips in titanio monouso con applicatori poliuso CND: – CIG: 6073157FAF						
Caricatori clips in titanio monouso con applicatori poliuso	**Presenza requisito richiesto**		**ESPO**	**JOHNSON & JOHNSON**	**MULTIMED**	**SIAD H.**
Clip emostatiche in titanio con scanalature interne che garantiscano una perfetta tenuta del vaso, montate su caricatore monopaziente, sistema anti caduta, sterili, codice colore.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Ampia gamma di misure, in cui dovranno essere obbligatoriamente presenti le misure: MEDIUM MEDIUM/LARGE LARGE	SI	NO	SI	SI	SI	SI
Dichiarazione di compatibilità con la Risonanza Magnetica.	SI	NO	SI	SI	SI	SI
La Ditta dovrà fornire idonei applicatori poliuso in quantità necessaria ad assicurare l'attività delle SS.CC. utilizzatrici. Gli applicatori devono avere: stelo in acciaio anti riflesso, impugnatura ergonomica, scanalatura interna alle ganasce, predisposizione alloggiamento clip, sistema calibrazione massima chiusura, codice colore	SI	NO	SI	SI	SI	NO (*)
			AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA	NON AMMESSA

(*) Inviati campioni per Chirurgia Open e non per Videolaparoscopia

LOTTO 54 Strumentario semi-disposable impugnatura poliuso e stelo monouso CND: – CIG: 60736663BD				
Strumentario semi-disposable impugnatura poliuso e stelo monouso	**Presenza requisito richiesto**		**B. BRAUN**	**NEW HOSPITAL**
Strumentario dotato di impugnatura poliuso e stelo monouso.	SI	NO	SI	SI
Stelo rotante a 360°	SI	NO	SI	SI
monopolare con morso operativo monouso	SI	NO	SI	SI
diametro 5 mm,	SI	NO	SI	SI
lunghezza 310 mm ± 10%.	SI	NO	SI	SI
Disponibilità almeno dei seguenti morsi: • pinza da presa tipo Grasper da 5 mm • forbice da 5 mm • forbice tipo Metzembaum da 5 mm • forbice tipo mini- Metzembaum da 5 mm • dissettore tipo Maryland • pinza da presa fenestrata • babcock	SI	NO	SI	SI
			AMMESSA	AMMESSA