ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/5488536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it

Agenzia Sanitaria Regionale
della Liguria
REGISTRO UFFICIALE
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Protocollo n. 9140
del 12/08/2016 Entrata

OGGETTO:	**Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.82 D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di Presidi Medicali (barelle, carrozzine, carrelli etc.) occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria, per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - Numero gara 6207552.**
	Verbale di valutazione delle offerte tecniche. Seduta riservata. Lotto 23 Annullamento giudizio di idoneità relativo al sollevatore offerto dalla Società Hill-Rom

Seduta del 12/08/2016

Il giorno 12/08/2016, alle ore 8.30 circa presso la Sala Riunioni della Centrale Regionale di Acquisto, via D'Annunzio 64 – 2° piano si è riunita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione n.~~241~~ 60 del 16/~~10/2015~~ 9/3/2016 ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006.

Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice:

Cognome	Nome	Incarico e struttura	Presidente
Dott. Cremonesi	Paolo	Direttore S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e di Urgenza E.O Ospedali Galliera di Genova	in qualità di Presidente
Dott. Caocci	Fabio	Servizio Prevenzione e Protezione Asl3 Genovese	in qualità di Componente
Sig.ra Trucco	Daniela	Coordinatore Infermieristico - Day Hospital - IRCCS G. Gaslini	in qualità di Componente

E' presente il dott. Riccardo Zanella della Centrale, RUP della procedura.

La Commissione è stata riconvocata dal RUP con nota prot. n. 8684 del 28/07/2016 a seguito della comunicazione della Società Guldmann del 26/7/2016 acquisita agli atti con prot. n. 8541 (allegato 1).
La Società Guldmann, seconda classificata nel lotto n. 23 dedicato ai sollevatori, ha lamentato, per ciò che concerne il presidio aggiudicatario, il sollevatore Liko M230 offerto dalla Società Hill-Rom l'erroneità della valutazione tecnica su requisiti essenziali.
Il sollevatore offerto dalla Società Hill-Rom , secondo i rilievi formalizzati dalla Società Guldmann sarebbe sprovvisto del "pannello comandi" sul sollevatore (voce 4 della tabella requisiti). Più in dettaglio, precisa Guldmann, il "pannello comandi" sul sollevatore, non ha gli stessi comandi presenti sul comando a distanza, ma solo i comandi per le funzioni di emergenza.
Per questo Guldmann ha chiesto una rivalutazione tecnica del prodotto.
La Commissione è chiamata a verificare le osservazioni della Società Guldmann e ad assumere le conseguenti determinazioni.

Vengono attentamente riesaminate le schede tecniche dei prodotti offerti per il lotto 23 sia dalla Società Hill-Rom che dalla società Guldmann.

Per quanto riguarda il sollevatore Liko M230 offerto dalla Società Hill-Rom la Commissione in effetti verifica che il pannello comandi è completo nel comando a distanza tramite cavo spiralato, mentre sul corpo sollevatore sono presenti solo i comandi per emergenza.
Tanto è anche pacificamente riconosciuto anche dalla società Hill-Rom nella scheda di rispondenza alle caratteristiche obbligatorie allegata alla documentazione tecnica.
E' di tutta evidenza che, in mancanza di diversa specificazione nella lex specialis, il pannello comandi richiesto sul corpo macchina debba avere gli stessi comandi presenti sul comando a distanza (salita/discesa del braccio e apertura/chiusura della base). In mancanza sarebbe assente un requisito essenziale previsto pena esclusione.
La Commissione da' atto che il prodotto Liko M230, sul corpo del sollevatore, è sprovvisto dei comandi:

- salita/discesa del braccio e
- apertura/chiusura della base.

Trattasi di mancanza di requisito essenziale. La Commissione pertanto, relativamente al prodotto Liko M230, ritiene di dover annullare la propria determinazione di idoneità e dichiarare escluso il prodotto.

Per completezza di valutazione viene riesaminata anche la documentazione tecnica relativa al prodotto Guldmann "sollevatore mobile GL5" per il quale viene confermata la valutazione di idoneità.

Letto, confermato, sottoscritto,

La Commissione:

Presidente: Dott. Paolo Cremonesi

Componente: Dott. Fabio Caocci

Componente: Sig.ra Daniela Trucco

RUP Dott. Riccardo Zanella

arsl_ge.ARS.RU.I.0008541.26-07-2016

Guldmann srl
Via Fochetti, 7
I-43058 Sorbolo (PR)
Tel. +39 0521 650132
Fax +39 0521 691399
No. Verde 800 781 804
info@guldmann.com
www.guldmann.it
P. 01481870094

Guldmann™

Alla c.a.
Dirigente Responsabile, Dott. Riccardo Zanella
Funzionario Referente, Dott.ssa Antonella Gessaga

Sorbolo, 26.07.2016

OGGETTO: opposizione alla procedura per la fornitura di presidi medicali – Lotto n.23

Con riferimento all'iter procedurale per la valutazione ed affidamento della gara in oggetto, con particolare riferimento al Lotto n. 23 – CIG 64556212FA (sollevatore), e a seguito della seduta tenutasi in data 21.07.2016 dalla quale è emersa l'ipotesi di pre aggiudicazione alla ditta HillRom (avendo Essa fatto il prezzo più basso), ci troviamo nella condizione di doverVi comunicare quanto segue:

- Il modello di sollevatore offerto da HillRom ci risulta privo del pannello comandi sul sollevatore (voce 4 della Tabella Requisiti). È esplicito nella Vs documentazione che tale caratteristica è da intendersi quale requisito minimo a pena di esclusione.
  Il "pannello comandi" è evidente debba avere gli stessi comandi presenti sul comando a distanza. Entrambe le caratteristiche fanno tra l'altro parte della stessa voce di capitolato (n.4 per l'appunto).
  Altre eventuali funzioni di emergenza o sicurezza devono essere intese appunto per attività di emergenza e sicurezza.

Alla luce di questa considerazione siamo a chiederVi un preciso riscontro e, crediamo, nell'interesse di tutti una rivalutazione tecnica del prodotto e delle sue caratteristiche.

Siamo ovviamente a disposizione per eventuali approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti

Dott. Giacomo Marezzi
Direttore Commerciale
Guldmann srl

Guldmann
Guldmann srl
Via Fochetti, 7
I-43058 SORBOLO (PR)
Tel. +39 0521 650132 - Fax +39 0521 691399
R.I. e C.F. 01481870094



Sede Legale:
Guldmann srl
Loc. Scoffola, 129
I-16029 Torriglia (GE)

Stepless