

GARA REGIONALE PROTESI D'ANCA PROTESI PARZIALE D'ANCA

LOTTO 1 Protesi parziale d'anca				GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1	1,5	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1	1,5	1	1	1	1	2
Stelo cementato	12	Varietà taglie	18	19	4	16	12	7	
		<i>Punteggio</i>	11,37	12,00	2,53	10,11	7,58	4,42	
Testa unipolare	8	Varietà materiale	1	1	1	1	1	1	
		<i>Punteggio</i>	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
	8	Varietà lunghezze	3	1	1	1	5	4	
		<i>Punteggio</i>	4,80	1,60	1,60	1,60	8,00	6,40	
	8	Varietà diametri	8	12	9	11	22	17	
		<i>Punteggio</i>	2,91	4,36	3,27	4,00	8,00	6,18	
Follow-up clinico: anno di intr	4	Anno di introduzione	2000	1984	1996	1996	2000	1998	
		N° anni	10	26	14	14	10	12	
		<i>Punteggio</i>	1,54	4,00	2,15	2,15	1,54	1,85	
Follow-up clinico: numero imp	4	N° impianti	1404	3154	250	1014	1041	727	
		<i>Punteggio</i>	1,78	4,00	0,32	1,29	1,32	0,92	
Numero agenti operanti nel te	2	N° agenti	0	2	1	4	0	3	
		<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>	5	4,5	4	4	4,5	5	
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti	No	No	No	No	No	No	
		<i>Punteggio</i>	0	0	0	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica				41,40	45,46	27,87	37,15	44,94	40,77

**PROTESI D'ANCA
PROTESI PARZIALE D'ANCA**

LOTTO 2 Protesi parziale d'anca			CITIEFFE	GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MYRMEX	PERMEDICA	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1	1	1,5	1	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1	1	1,5	1	1	1	1	1	2
Stelo cementato	12	Varietà taglie	16	18	19	4	16	20	5	12	16
		Punteggio	9,60	10,80	11,40	2,40	9,60	12,00	3,00	7,20	9,60
Testa in metallo	4	Varietà materiale	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		Varietà lunghezze	3	4	3	5	5	3	5	4	3
	4	Punteggio	2,4	3,2	2,4	4	4	2,4	4	3,2	2,4
		Varietà diametri	2	1	2	2	1	1	1	4	3
		Punteggio	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00
Testa biarticolare	4	Varietà materiale	1	1	2	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	2	2	4	2	2	2	2	2	2
		Varietà lunghezze	24	24	20	22	9	22	21	20	27
	4	Punteggio	3,56	3,56	2,96	3,26	1,33	3,26	3,11	2,96	4,00
		Varietà diametri	2	2	2	1	1	1	1	2	2
		Punteggio	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00
Follow-up clinico: anno di int	4	Anno di introduzione	2001	2000	1984	1996	1996	1994	1998	2000	1977
		N° anni	9	10	26	14	14	16	12	10	33
		Punteggio	1,09	1,21	3,15	1,70	1,70	1,94	1,45	1,21	4,00
Follow-up clinico: numero im	4	N° impianti	1513	1404	3154	250	1014	3328	5341	1041	1029
		Punteggio	1,13	1,05	2,36	0,19	0,76	2,49	4,00	0,78	0,77
Numero agenti operanti nel t	2	N° agenti	1	0	2	1	4	4	1	0	3
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8	Punteggio	4	5	4,5	4	4	6	5,5	4,5	5
Navigazione computerizzata	2	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	No
		Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			37,78	39,82	45,78	29,54	34,39	41,09	34,07	37,85	44,77

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 3 Steli cementati				CORMED	GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MYRMEX	PERMEDICA	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido	Morbido	1	1	1,5	1	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità	Limitata facilità	1	1	1,5	1	1	1	1	1	2
Stelo cementato	12	Varietà taglie		8	18	19	4	16	20	5	12	16
		Punteggio		4,8	10,8	11,4	2,4	9,6	12	3	7,2	9,6
Testa in metallo	4	Varietà materiale		1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		Varietà lunghezze		4	4	3	5	5	6	5	5	4
		Punteggio		2,67	2,67	2,00	3,33	3,33	4,00	3,33	3,33	2,67
		Varietà diametri		1	1	2	2	2	3	1	4	4
		Punteggio		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	4,00	4,00
Testa in ceramica	4	Varietà materiale		1	1	1	2	1	1	1	1	1
		Punteggio		2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Varietà lunghezze		3	3	3	4	3	3	3	4	3
		Punteggio		3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00
		Varietà diametri		1	3	1	3	3	3	3	3	2
		Punteggio		1,33	4,00	1,33	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,67
Follow-up clinico: anno di intr	4	Anno di introduzione		1989	2000	1984	1996	1996	1996	1998	2000	1977
		N° anni		21	10	26	14	14	14	12	10	33
		Punteggio		2,55	1,21	3,15	1,70	1,70	1,70	1,45	1,21	4,00
Follow-up clinico: numero im	4	N° impianti		2625	1404	3154	250	1014	3541	5341	1041	1029
		Punteggio		1,97	1,05	2,36	0,19	0,76	2,65	4,00	0,78	0,77
Numero agenti operanti nel te	2	N° agenti		3	0	2	1	4	4	1	0	3
		Punteggio		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8			4,5	5	4,5	4	4	6	5,5	4,5	5
Navigazione computerizzata	2	Si		No	No	No	No	No	No	Si	No	No
		2 punti		0 punti		0	0	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				31,81	38,73	40,75	33,62	38,39	46,35	35,29	39,03	43,70

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 4

Steli cementati

**WRIGHT
MEDICAL**

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1
Stelo modulare, vari tipi e forme		12	Varietà taglie		10
			<i>Punteggio</i>		12
Testa in metallo		4	Varietà materiale		1
			<i>Punteggio</i>		4
		4	Varietà lunghezze		5
			<i>Punteggio</i>		4
		4	Varietà diametri		2
			<i>Punteggio</i>		4
Testa in ceramica		4	Varietà materiale		1
			<i>Punteggio</i>		4
		4	Varietà lunghezze		3
			<i>Punteggio</i>		4
		4	Varietà diametri		3
			<i>Punteggio</i>		4
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		2006
			N° anni		4
			<i>Punteggio</i>		4
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		800
			<i>Punteggio</i>		4
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		2
			<i>Punteggio</i>		2
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		4,5
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti		No
			<i>Punteggio</i>		0

Totale punti idoneità tecnica

52,50

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 5 Steli cementati				CORMED	GRUPPO BIOIMPIANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEK	NEUROMED	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER	MAJOR
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	2	
Possibilità di apertura della confezione		2	Messimo facile Limitata facilità	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	2	
Stelo retto lucido e/o con macrostrutture		12	Varietà taglie Punteggio	10 7,06	6 4,24	12 8,47	7 4,94	16 11,29	10 7,06	5 3,53	17 12,00	11 7,76	
Testa in metallo	4	4	Varietà materiale Punteggio	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	2 4	1 2	
			4	4	5	4	3	5	5	6	4		
	4	4	Varietà diametri Punteggio	1 0,80	3 2,40	4 3,20	2 1,60	2 1,60	3 2,40	1 0,80	5 4,00	4 3,20	
			4	4	Varietà materiale Punteggio	1 2	1 2	2 4	1 4	1 2	2 4	1 2	2 4
	4	4			Varietà lunghezza Punteggio	3 3,00	3 3,00	4 4,00	4 4,00	3 3,00	3 3,00	4 4,00	3 3,00
			4	4	Varietà diametri Punteggio	1 1,33	3 4,00	3 4,00	3 4,00	3 4	3 4	3 4	3 4
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione			1989	2009	1999	1997	2003	2005	1998	2001	1999
		N° anni Punteggio	21 4,00	3 0,19	11 2,10	13 2,48	7 1,33	5 0,95	12 2,29	9 1,71	12 2,10		
		N° impianti Punteggio	3021 2,26	402 0,30	2378 1,78	2393 1,79	644 0,48	630 0,47	5341 4,00	880 0,66	2369 1,77		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° agenti Punteggio	3 2,00	0 2,00	5 2,00	2 2,00	4 2,00	2 2,00	1 2,00	0 2,00	3 2,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5	4 4	2 8	1 5,5	0 4,5	3 5	
Strumentario		8	N° agenti Punteggio	3 4,5	0 5	5 6	2 4,5						

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 6 Steli cementati				LINK	STRYKER
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1	1,5
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità	1	1,5
Stelo anatomico		12	Varietà taglie	14	6
			<i>Punteggio</i>	12,00	5,14
Testa in metallo		4	Varietà materiale	1	1
			<i>Punteggio</i>	4,00	4,00
		4	Varietà lunghezze	5	5
			<i>Punteggio</i>	4,00	4,00
		4	Varietà diametri	2	4
			<i>Punteggio</i>	2,00	4,00
Testa in ceramica		4	Varietà materiale	2	1
			<i>Punteggio</i>	4,00	2,00
		4	Varietà lunghezze	4	3
			<i>Punteggio</i>	4,00	3,00
		4	Varietà diametri	3	2
			<i>Punteggio</i>	4,00	2,67
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione	1984	1987
			N° anni	26	23
			<i>Punteggio</i>	4,00	3,54
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti	5290	1505
			<i>Punteggio</i>	4,00	1,14
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti	1	4
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>	4	5
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti	No	Sì
			<i>Punteggio</i>	0	0
Totale punti idoneità tecnica				50,00	39,49

PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 7 Steli non cementati			B. BRAUN MILANO	BONETTI ITALIA	CITEFFE	CORMED	FINCERAMICA	GRUPPO BICOMPANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MIRAMEX	NEUROMED	PERIMEDICA	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Riparazione	2	1,5	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Manuale/Chiusura/Chiusura	2	1,5	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	2
Stelo non cementato	12	Verifica radiografica	23	20	10	11	11	20	24	7	5	26	20	26	8	17	14
		Autoclavo	10,62	9,23	4,65	5,08	5,08	9,23	11,08	3,23	4,15	12,00	9,23	12,00	3,89	7,65	6,46
Testa in metallo	4	Verifica radiografica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00
	4	Verifica radiografica	5	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	3	5	6	4
	4	Autoclavo	3,33	2,67	3,33	2,67	2,67	2,67	2,67	2,00	3,33	3,33	3,33	2,00	3,33	4,00	2,67
	4	Verifica radiografica	2	4	2	1	2	3	4	2	2	2	3	3	3	5	4
	4	Autoclavo	1,60	3,20	2,40	0,80	1,60	2,40	3,20	1,60	1,60	1,60	2,40	2,40	2,40	4,00	3,20
	4	Verifica radiografica	2	3	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
	4	Autoclavo	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Testa in ceramica	4	Verifica radiografica	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
	4	Verifica radiografica	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00
	4	Autoclavo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2
	4	Verifica radiografica	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
	4	Autoclavo	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,67
Fiducia p. (Info: anno di introduzione nel mercato internazionale)	4	Verifica radiografica	2010	1982	2006	1989	2007	2006	1999	2003	2005	1997	1998	1998	1996	2001	1993
	4	Autoclavo	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fiducia p. (Info: numero operatori in Italia)	4	Verifica radiografica	0,00	4,00	0,57	3,00	0,43	1,57	1,50	0,71	1,86	1,14	2,00	2,00	1,71	1,29	2,43
	4	Autoclavo	138	3071	177	3021	566	969	2376	304	1031	1954	850	3599	481	1474	306
Numero operatori nel territorio della Regione Liguria	2	Verifica radiografica	0,17	3,97	0,21	3,66	0,21	1,17	2,66	0,37	1,05	2,37	0,76	4,00	0,56	1,78	0,37
	2	Autoclavo	2	2	1	3	3	0	5	2	1	4	2	4	1	0	3
Numero operatori nel territorio della Regione Liguria	2	Verifica radiografica	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	2	Autoclavo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navigazione computerizzata	2	Verifica radiografica	Si	Si	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No	Si	No	No
	2	Autoclavo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			39,72	47,06	31,13	32,04	29,13	30,19	46,40	29,70	33,05	40,16	41,44	44,40	34,20	39,58	35,79

PROTESI TOTALE D'ANCA PROTESI D'ANCA

LOTTO 8 Steli non cementati				CORIMED	FINCERAMICA	LIMA	SAMO	SMITH NEPHEW	WRIGTH MEDICAL	ZIMMER
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1	1	1,5	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione		2	Messima facilità Limitata facilità	1	1	1,5	1	1	1	2
Stelo modulare		12	Varietà taglie	7	10	10	7	9	49	26
			Punteggio	1,71	2,45	2,45	1,71	2,20	12,00	6,37
Testa in metallo		4	Varietà materiale	2	1	1	2	1	1	1
			Punteggio	4,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00
		4	Varietà lunghezze	4	4	3	5	6	5	4
			Punteggio	2,67	2,67	2,00	3,33	4,00	3,33	2,67
		4	Varietà diametri	3	2	2	3	5	2	4
			Punteggio	2,40	1,60	1,60	2,40	4,00	1,60	3,20
Testa in ceramica		4	Varietà materiale	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
		4	Varietà lunghezze	3	4	3	3	4	3	3
			Punteggio	3,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	3,00
		4	Varietà diametri	2	2	3	3	3	3	2
			Punteggio	2,67	2,67	4,00	4,00	4,00	4,00	2,67
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione	1998	2007	2007	2004	2008	1999	2007
			N° anni	12	3	3	6	2	11	3
			Punteggio	4,00	1,00	1,00	2,00	0,67	3,67	1,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti	53	583	481	1085	122	16025	29
			Punteggio	0,01	0,15	0,12	0,27	0,03	4,00	0,01
			N° agenti	3	3	2	1	0	2	3
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2								
Strumentario		8	Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			Punteggio	4,5	4	4,5	5,5	4,5	4,5	4,5
Navigazione computerizzata		2	Si - 2 punti No - 0 punti	No	No	No	Si	No	No	Si ³⁰
			Punteggio	0	0	0	0	0	0	2
Totale punti idoneità tecnica				32,96	28,53	29,67	34,22	33,40	46,10	37,41

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 9 Cotili cementati				CORIMED	GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MAJOR	MYRIMEX	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1	1	1,5	1	0,5	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1	1	1,5	1	0,5	1	1	1	2
Cotile cementato in polietilene	13		Diversi tipi <i>Punteggio</i>	3 13,00	2 8,67	2 8,67	1 4,33	1 4,33	2 8,67	3 13,00	1 4,33	3 13,00
	13		Diversi diametri <i>Punteggio</i>	89 13,00	36 5,26	16 2,34	8 1,17	30 4,38	40 5,84	53 7,74	10 1,46	49 7,16
	10		Diversa composizione <i>Punteggio</i>	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00	1 10,00
	4		Anno di introduzione N° anni <i>Punteggio</i>	1990 20 2,29	2000 10 1,14	1977 33 3,77	1975 35 4,00	1991 19 2,17	1996 14 1,60	2005 5 0,57	1992 18 2,06	1996 14 1,60
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti <i>Punteggio</i>	2305 1,47	97 0,06	212 0,14	441 0,28	6267 4,00	219 0,14	630 0,40	63 0,04	201 0,13
Numero agenti operanti nel territorio della Regione	2		N° agenti <i>Punteggio</i>	3 2,00	0 2,00	2 2,00	1 2,00	3 2,00	4 2,00	1 2,00	0 2,00	3 2,00
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	4,5	5	4,5	4	2	4	5,5	4,5	5
Navigazione computerizzata	2		Si 2 punti No 0 punti <i>Punteggio</i>	No 0	No 0	No 0	No 0	No 0	No 0	Si 0	No 0	No 0
Totale punti idoneità tecnica				48,26	34,13	34,41	27,78	29,89	34,25	41,22	26,39	42,89

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 10 Cotili cementati			CORMED	GRUPPO BIOIMPIANTI	LINK	PERMEDICA	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	NEUROMED	SINTEA PLUSTEK	
Tipologia di confezionamento	2	Rigido deformabile Morbido,	1	1	1	1	2				Prodotto non conforme. Offerto "antilussante" e non "a ritenzione" Prodotto non conforme. Offerto "antilussante" e non "a ritenzione" Prodotto non conforme. Offerto "antilussante" e non "a ritenzione"
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1	1	1	1	2				
Cotile cementato in polietilene ritentivo	13	Diversi tipi	1	2	1	1	3				
		Punteggio	4,33	8,67	4,33	4,33	13,00				
	13	Diversi diametri	10	26	8	11	21				
		Punteggio	5,00	13,00	4,00	5,50	10,50				
	10	Diversa composizione	1	1	1	1	1				
		Punteggio	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato interno:	4	Anno di introduzione	1998	2007	1975	2005	1996				
		N° anni	12	3	35	5	14				
		Punteggio	1,37	0,34	4,00	0,57	1,60				
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	1545	97	200	472	201				
		Punteggio	4,00	0,25	0,52	1,22	0,52				
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	3	0	1	4	3				
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00				
Strumentario	8	Punteggio	8	5	4	6	5				
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti No 0 punti	No	No	No	No	No				
		Punteggio	0	0	0	0	0				
Totale punti idoneità tecnica			36,70	41,26	30,85	31,63	46,62				

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 11 Colli non cementati				ABC MEDICAL	ADLER OPTIMO	BONET ITALIA	CITIEFFE	CORNED	FINCERAMICA	LIMA	MEDIFIX	MYRIMEX	NEUROMED	PERMEDICA	SMITH NEPIEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER		
Tipologia di controrotamento	2		Ripetizione Modelli disponibili	1	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1,5	1	2
Posizione di apertura della confezione	2		Modelli disponibili Lunghezza fusto	1	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1,5	1	2
Colli a doppia articolazione	13		Costo unitario	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	13		Differenziale	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	10		Costo confezione	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
Fattore di rischio: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Numero	10,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	4		Anno di introduzione	2005	2007	2007	2005	2005	2004	2005	2010	2005	2005	2011	2005	2005	2005	1999	2005	2005
	4		N° anni	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fattore di rischio: numero impianti in Italia	4		Numero	268	141	1344	543	65	81	31	53	0	830	1665	1665	167	1000	37	133	
	4		Percentuale	0,67	0,35	3,10	1,35	0,16	0,20	0,08	0,13	0,00	2,07	4,00	4,00	0,42	3,45	0,09	0,33	
	4		N° ospedali	2	1	2	1	3	2	2	2	4	2	4	3	3	3	3	3	
Numero impianti operanti nel territorio della Regione Siciliana	2		Numero	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	8		Percentuale	6	4	7	4	5	4	4,5	1	4	6	6	5	5	4,5	4,0	4,0	
Navigazione computerizzata	2		Software	No	No	SI	NS	No	No	No	SI	No	No	No	No	SI	No	No		
	2		Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale punti idoneità tecnica				47,00	40,30	44,31	41,50	37,61	36,56	37,60	33,68	38,07	44,47	36,36	42,45	39,04	43,21	38,71		

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 12 Cotili non cementati				CORMED	MYRMEX	NEUROMED	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1	1	1	2
Cotile ad espansione	13		Diversi tipi	1	1	3	1
			Punteggio	4,33	4,33	13,00	4,33
	13		Diversi diametri	9	13	6	9
			Punteggio	9,00	13,00	6,00	9,00
	10		Diversa composizione	1	1	1	1
		Punteggio	10,00	10,00	10,00	10,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	1995	2001	1996	1986
			N° anni	15	9	14	24
			Punteggio	4,00	1,50	2,33	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	771	2249	450	1389
			Punteggio	1,37	4,00	0,80	2,47
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	3	4	2	3
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		Punteggio	4,5	4,0	6,0	5,0
Navigazione computerizzata	2		SI 2 punti No 0 punti	No	No	No	No
			Punteggio	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				37,20	40,83	42,13	40,80

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 13 Cotili non cementati				CITIEFFE	CORMED	JOHNSON & JOHNSON	LIMA
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1	1	1,5	1,5
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1	1	1,5	1,5
Cotile avvitato emisferico	13		Diversi tipi	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	13,00	13,00	13,00	13,00
	13		Diversi diametri	10	8	11	10
			<i>Punteggio</i>	11,82	9,45	13,00	11,82
	10		Diversa composizione	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	10,00	10,00	10,00	10,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	Non indicato	1995	2001	2006
			N° anni	0	15	9	4
			<i>Punteggio</i>	0,00	4,00	2,40	1,07
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	4	1074	12741	2516
			<i>Punteggio</i>	0,00	0,34	4,00	0,79
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	1	3	5	2
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	4	4,5	6	4,5
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	No	No	Sì	No
			<i>Punteggio</i>	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				42,82	45,29	53,40	46,17

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 14

Cotili non cementati

CORMED

**SMITH
NEPHEW**

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile		1		1
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità		1		1
Cotile avvitato (troncoconico)	13		Diversi tipi		1		2
		<i>Punteggio</i>		6,50		13,00	
	13		Diversi diametri		7		22
		<i>Punteggio</i>		4,14		13,00	
10		Diversa composizione		1		1	
	<i>Punteggio</i>		10,00		10,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione		1995		1993
			N° anni		15		17
		<i>Punteggio</i>		3,53		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti		1074		4280
		<i>Punteggio</i>		1,00		4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti		3		0
		<i>Punteggio</i>		2,00		2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>		4,5		4,5
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti		No		Sì 3
		<i>Punteggio</i>		0		2	
Totale punti idoneità tecnica					33,67		54,50

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 15 Colli non cementati		B. BRAUN MILANE	BIOMET ITALIA	CITRUS	CONMED	FINLEMMICA	GRUPPO MERIDIANI	JOHNSON JOHNSON	LIMA	LINK	WYBEX	NEUROMED	SANO	BIOMET ALUSTEK	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER
2	Protegi di sostituzione	1	1,5	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1	2
2	Protegi di sostituzione	1	1,5	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1	2
6	Protegi di sostituzione	1	1	1	2	1	2	6	6	1	1	1	1	1	1	2	1	2
6	Protegi di sostituzione	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	6,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00
6	Protegi di sostituzione	10	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	10	10	40
6	Protegi di sostituzione	1,20	2,40	1,20	2,40	1,20	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	2,40	1,20	1,20	4,80
6	Protegi di sostituzione	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1	2
6	Protegi di sostituzione	1,20	2,40	1,20	2,40	1,20	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	2,40	1,20	1,20	4,80
6	Protegi di sostituzione	2	4	2	4	2	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	8
6	Protegi di sostituzione	2,40	4,80	2,40	4,80	2,40	4,80	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	4,80	2,40	2,40	9,60
6	Protegi di sostituzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Protegi di sostituzione	1,20	2,40	1,20	2,40	1,20	2,40	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	2,40	1,20	1,20	4,80
4	Protegi di sostituzione	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00
4	Protegi di sostituzione	1,5	3	1,5	3	1,5	3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	3	1,5	1,5	6
4	Protegi di sostituzione	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	8,00
2	Protegi di sostituzione	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00
2	Protegi di sostituzione	2	4	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	8
2	Protegi di sostituzione	4	8	4	8	4	8	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	16
2	Protegi di sostituzione	8	16	8	16	8	16	8	8	8	8	8	8	8	16	8	8	32
2	Protegi di sostituzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale punti offerta tecnica		13,00	26,00	13,00	26,00	13,00	26,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	26,00	13,00	13,00	52,00

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 16 Cotili non cementati

BIOMET ITALIA

JOHNSON & JOHNSON

STRYKER

CORMED

LIMA

MYRMEX

SINTEA PLUSTEK

SMITH NEPHEW

ZIMMER

Tipologia di confezionamento		2	Rigido	Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,5	
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità	Limitata facilità	1,5	1,5	1,5	
Cotile con macrostruttura	6	Diversi tipi			1	6	2	
		<i>Punteggio</i>			1,00	6,00	2,00	
	6	Diversi diametri e spessori				9	15	12
		<i>Punteggio</i>				3,60	6,00	4,80
	6	Diversa forme				1	1	1
		<i>Punteggio</i>				6,00	6,00	6,00
Inserto in polietilene	6	Varietà di diametri interni			3	4	3	
		<i>Punteggio</i>			4,50	6,00	4,50	
	6	Varietà di tipi				2	2	1
		<i>Punteggio</i>				6,00	6,00	3,00
	6	Varietà di sistemi di fissaggio				1	1	1
		<i>Punteggio</i>				6,00	6,00	6,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione			2008	1990	2007	
		N° anni			2	20	3	
		<i>Punteggio</i>			0,40	4,00	0,60	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti			274	1864	165	
		<i>Punteggio</i>			0,59	4,00	0,35	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti			3	5	4	
		<i>Punteggio</i>			2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>			7	6	5	
		Si 2 punti No 0 punti			Si	Si	Si	
Navigazione computerizzata	2	<i>Punteggio</i>			0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica					40,09	55,00	37,25	

Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico
 Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico
 Prodotto non conforme. Offerto collie a press-fit e non a macrostruttura
 Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico
 Manca scheda tecnica
 Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 17 Componenti femorali da primo impianto non cementati			B. BRAUN MILANO	BONET ITALIA	CORNED	GRUPPO BIOMPIANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRNEK	PERMEDICA	SABO	SINTEA PLUS/TEK	SMITH NEPHEW	SITIKER	ZIMMER	
Tipologia di conferimento	2		Regia Molise Italia Lombardia	2	1,5	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Molise Italia Lombardia	2	1,5	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1,5	2
Stile retro a pressio mineralizzato	11		Verità Light Protegi	22	20	15	7	24	28	26	26	8	15	17	26	27
Tetto in metallo	2,5		Verità Light Protegi	8,84	7,86	5,88	2,75	9,43	11,08	10,21	10,21	3,14	5,88	6,98	10,21	10,61
	2,5		Verità Light Protegi	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	2,5		Verità Light Protegi	3	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	4	4
	2,5		Verità Light Protegi	2,08	1,67	1,67	1,67	1,67	1,25	2,08	2,50	2,08	2,50	2,08	1,67	4
Tetto in ceramica	2,5		Verità Light Protegi	1,25	2,50	1,25	1,88	2,50	1,25	1,25	1,88	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
	2,5		Verità Light Protegi	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	
	2,5		Verità Light Protegi	2,50	1,25	1,25	2,50	1,25	1,25	1,25	1,25	2,50	1,25	1,25	1,25	
	2,5		Verità Light Protegi	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	
Codici a barre	5		Verità Light Protegi	1,67	1,67	1,25	1,25	1,67	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,67	2,50	1,25
	5		Verità Light Protegi	1,88	1,88	1,25	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	2,50	1,88	1,88	1,25	
	5		Verità Light Protegi	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
	5		Verità Light Protegi	15	18	18	15	14	15	14	15	14	15	14	15	
Efficienza (anno di introduzione nel mercato nazionale)	4		Anno di introduzione IT case	2001	2008	2000	2001	1999	1997	1997	1999	1995	2010	2001	1999	
Efficienza (numero impianti in Italia)	4		IT case	9	9	11	11	10	14	15	14	15	9	11		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		IT case	2,48	2,13	2,48	2,48	2,48	2,47	2,47	2,47	4,00	0,00	2,40		
Commentato	8		IT case	1276	209	497	2578	12400	1954	2959	461	0	1471	2780		
Navigazione computerizzata	2		IT case	0,41	1,20	0,97	0,13	0,77	4,00	0,65	1,96	0,15	0,00	0,47		
			IT case	2	3	0	5	2	4	4	1	0	4	3		
			IT case	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
			IT case	4	4,5	5	6	4	4	4	4,5	5	5	5		
			IT case	Si	Si	No	No	Si	No	No	Si	No	No	Si		
			IT case	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale punti idoneità tecnica				35,39	35,19	28,90	27,64	43,07	39,74	34,58	38,66	29,52	25,63	38,26	38,98	41,97

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 18 Componenti femorali da primo impianto non cementati				B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	CITEFFE	CORRID	GRUPPO BICOMPANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MYRIMEX	NEUROMED	PERMEDICA	SANO	SINTEA FLUSTEK	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rezzo Mittaceo, clinetica		2	1,5	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Monostruttura Puntaggio		2	1,5	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1,5	2
Stelo rotto a pressa di metallizzazione	11	Valori Puntaggio		23 4,22	26 4,77	10 1,83	11 2,02	7 1,28	35 6,42	28 5,13	9 1,65	28 5,13	10 1,83	16 2,93	8 1,47	11 2,02	60 11,09	13 2,38	42 7,70
Testa in metallo	2,5	Valori di elasticità Puntaggio		1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50	1 2,50
	2,5	Valori di lunghezza Puntaggio		5 2,08	4 1,67	4 1,25	4 1,67	4 1,67	4 1,67	4 1,25	5 2,08	5 2,08	5 2,08	5 2,08	5 2,08	5 2,08	5 2,08	5 2,08	5 2,08
	2,5	Valori di elasticità Puntaggio		2 1,25	4 2,50	2 1,25	1 0,63	3 1,88	4 2,50	2 1,25	2 1,25	2 1,25	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	4 2,50	4 2,50	4 2,50
Testa in ceramica	2,5	Valori di elasticità Puntaggio		2 2,50	1 1,25	1 1,25	1 1,25	1 1,25	2 2,50	1 1,25	2 2,50	2 2,50	2 2,50	2 2,50	2 2,50	2 2,50	2 2,50	2 2,50	2 2,50
	2,5	Valori di lunghezza Puntaggio		4 1,67	4 1,67	4 1,25	4 1,67	4 1,67	4 1,67	4 1,25	4 1,67	4 1,25	4 1,25	4 1,25	4 1,25	4 1,25	4 1,67	4 1,67	4 1,67
	2,5	Valori di elasticità Puntaggio		3 1,88	3 1,88	3 1,25	1 0,63	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	3 1,88	4 2,50	3 1,88	3 1,88
Cubi a pressa	5	Dimensioni in mm Puntaggio		1 0,83	1 0,83	1 0,83	1 0,83	1 1,67	1 5,00	1 0,83	1 0,83	1 2,50	1 0,83	1 0,83	1 0,83	1 0,83	1 0,83	1 0,83	1 2,50
	5	Dimensioni in mm Puntaggio		1 1,25	1 1,31	1 0,82	1 0,82	1 0,33	1 1,23	1 1,23	1 1,23	1 0,57	1 1,15	1 1,07	1 0,86	1 1,07	1 0,86	1 0,86	1 0,86
	5	Anno di introduzione Puntaggio		2010 0	2007 3	2006 4	1992 9	2001 9	1986 24	1997 13	2005 5	1998 12	2000 10	2005 5	2010 0	1992 18	1993 17	1999 11	1979 31
Follow up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Dimensioni in mm Puntaggio		0 0,00	3 0,39	4 0,52	2 2,32	9 1,18	24 3,10	13 1,68	5 0,65	12 1,55	10 0,65	5 0,65	0 0,00	18 2,32	17 2,19	11 1,42	31 4,00
	4	Dimensioni in mm Puntaggio		0 0,03	3 0,86	4 0,69	2 0,69	9 2,33	24 2,85	13 1,58	5 0,24	12 0,37	10 0,05	5 0,05	0 0,00	18 0,94	17 4,00	11 0,73	31 1,47
	4	Dimensioni in mm Puntaggio		0 2,00	3 2,00	4 2,00	2 2,00	9 2,00	24 2,00	13 2,00	5 2,00	12 2,00	10 2,00	5 2,00	0 2,00	18 2,00	17 2,00	11 2,00	31 2,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
Strumentario	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
Navigazione computerizzata	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
	2	Dimensioni in mm Puntaggio		2 4	2 7	2 4	2 4,5	2 5	2 6	2 4,5	2 4	2 6	2 6	2 6	2 5,5	2 3	2 4,5	2 5	2 5
Totale punti idoneità tecnica				28,19	31,61	21,83	23,10	23,95	41,78	32,94	24,47	27,32	28,33	27,46	23,72	23,08	47,57	29,46	40,94

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 19 Componenti femorali da primo impianto non cementati			ABC MEDICAL	CORMED	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SINTEA PLUSTEK	STRYKER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,5
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,5
Stelo anatomico	11	Varietà taglio	18	7	17	7	19	70	9	8
		Punteggio	2,83	1,10	2,67	1,10	2,99	11,00	1,41	1,26
Testa in metallo	2,5	Varietà del materiale	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	2,5	Varietà di lunghezza	4	4	4	3	5	5	4	5
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	1,50	2,50	2,50	2,00	2,50
	2,5	Varietà di diametri	3	2	4	2	2	3	1	4
		Punteggio	1,88	1,25	2,50	1,25	1,25	1,88	0,63	2,50
Testa in ceramica	2,5	Varietà del materiale	1	1	2	1	2	1	1	1
		Punteggio	1,25	1,25	2,50	1,25	2,50	2,50	1,25	1,25
	2,5	Varietà di lunghezza	3	3	4	4	4	3	4	6
		Punteggio	1,25	1,25	1,67	1,67	1,67	1,25	1,67	2,50
	2,5	Varietà di diametri	3	2	3	3	3	3	4	3
		Punteggio	1,88	1,25	1,88	1,88	1,88	1,88	2,50	1,88
Cotte a press-fit	5	Diversi tipi e materiali	2	2	6	1	1	3	1	1
		Punteggio	1,67	1,67	5,00	0,83	0,83	2,50	0,83	0,83
	5	Diversi diametri	13	13	15	14	15	18	9	17
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Punteggio	3,61	5,00	4,17	3,89	4,17	5,00	2,50	4,72
		Anno di introduzione	2006	1998	2005	1999	1984	1996	1998	1995
		N° anni	4	12	5	11	26	14	12	15
		Punteggio	0,62	1,85	0,77	1,69	4,00	2,15	1,85	2,31
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	273	53	2023	351	1567	225	68	6109
		Punteggio	0,18	0,03	1,32	0,23	1,03	0,15	0,04	4,00
		N° agenti	2	3	5	2	1	2	1	4
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	Punteggio	6	4,5	6	4,5	4	6	3	5
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti	SI	No	SI	SI	SI	No	No	SI
		No 0 punti								
		Punteggio	0	0	0	2	2	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			29,65	27,65	37,97	29,29	35,30	43,30	24,18	36,25

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 20 Componenti femorali da primo impianto a preservazione

BIOMET ITALIA

ZIMMER

B. BRAUN MILANO

JOHNSON & JOHNSON

SMITH NEPHEW

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		2	
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		2	
Stelo non cementato		11	Varietà taglie		20		42	
			<i>Punteggio</i>		5,24		11,00	
Testa in metallo		2,5	Varietà del materiale		1		1	
			<i>Punteggio</i>		2,50		2,50	
		2,5	Varietà di lunghezze		4		4	
			<i>Punteggio</i>		2,50		2,50	
		2,5	Varietà di diametri		4		4	
			<i>Punteggio</i>		2,50		2,50	
Testa in ceramica		2,5	Varietà del materiale		1		1	
			<i>Punteggio</i>		2,50		2,50	
		2,5	Varietà di lunghezze		4		3	
			<i>Punteggio</i>		2,50		1,88	
		2,5	Varietà di diametri		3		2	
			<i>Punteggio</i>		2,50		1,67	
Cotile con macrostruttura		5	Diversi tipi e materiali		1		1	
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00	
		5	Diversi diametri		10		16	
			<i>Punteggio</i>		3,13		5,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		2007		2007	
			N° anni		3		3	
			<i>Punteggio</i>		4,00		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		1157		2730	
			<i>Punteggio</i>		1,70		4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		2		3	
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00	
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		7		8	
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti		Sì		Sì 10	
			<i>Punteggio</i>		0		2	
Totale punti idoneità tecnica					46,06		58,54	

Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 21 Componenti femorali da primo impianto a preservazione	Max punti	Parametri di valutazione	LINK	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura	Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità		
Stelo non cementato a risparmio totale di collo	11	Varietà taglie <i>Punteggio</i>		
Testa in metallo	2,5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di diametri <i>Punteggio</i>		
Testa in ceramica	2,5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di diametri <i>Punteggio</i>		
Cotile con macrostruttura	5	Diversi tipi e materiali <i>Punteggio</i>		
	5	Diversi diametri <i>Punteggio</i>		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione <i>Punteggio</i>		
		N° anni <i>Punteggio</i>		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti <i>Punteggio</i>		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti <i>Punteggio</i>		
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>		
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti		
		No 0 punti <i>Punteggio</i>		
Totale punti idoneità tecnica				

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 22 Componenti femorali da primo impianto per displasia				BIOMET ITALIA	PERMEDICA	MYRMEX	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2	rigido Morbido, deformabile		1,5			
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità		1,5			
Stelo retto non cementato a sezione conica	11	Varietà taglie		11			
		<i>Punteggio</i>		11,00			
Testa in metallo	2,5	Varietà del materiale		1			
		<i>Punteggio</i>		2,50			
	2,5	Varietà di lunghezze		4			
		<i>Punteggio</i>		2,50			
	2,5	Varietà di diametri		4			
		<i>Punteggio</i>		2,50			
Testa in ceramica	2,5	Varietà del materiale		1			
		<i>Punteggio</i>		2,50			
	2,5	Varietà di lunghezze		4			
		<i>Punteggio</i>		2,50			
	2,5	Varietà di diametri		3			
		<i>Punteggio</i>		2,50			
Cotile con macrostruttura	5	Diversi tipi e materiali		1			
		<i>Punteggio</i>		5,00			
	5	Diversi diametri		10			
		<i>Punteggio</i>		5,00			
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione		1984			
		N° anni		26			
		<i>Punteggio</i>		4,00			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti		970			
		<i>Punteggio</i>		4,00			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti		2			
		<i>Punteggio</i>		2,00			
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>		7			
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti		Si			
		<i>Punteggio</i>		0			
Totale punti idoneità tecnica				56,00			

Prodotto non conforme. Cotile non a macrostruttura

Prodotto non conforme. Trattasi di press-fit e non di macrostruttura

Prodotto non conforme. Trattasi di press-fit e non di macrostruttura

**PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA**

LOTTO 23 Sistema da primo impianto non cementato			B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	CORMED	FINCERAMICA	GRUPPO BIOCIMPIANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MYRMEY	NEUROMED	SAMO	SINTEA PLUSTEK	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Mollica sistemabile	2	1,5	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Maniglia facile Leggera facile	2	1,5	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1	1	1,5	2
Stelo retto a pressi metalanario	11		Valenti high	22	15	9	7	20	22	9	20	20	16	15	39	26	18
			Punteggio	6,21	5,64	4,23	1,47	5,64	6,21	2,64	5,64	5,64	4,81	4,23	11,70	7,33	5,08
	5		Valenti ed. standard	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	5,00	2,50	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Testa in ceramica	5		Valenti di base	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
			Punteggio	3,33	3,33	3,33	2,50	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
	5		Valenti di colonna	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	2	3	4
			Punteggio	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	5,00	3,75	3,75	3,75	5,00	5,00	2,50	3,75	5,00
	5		Dimensioni e standard	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
			Punteggio	0,83	0,83	1,67	0,83	1,67	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,67	0,83	1,67
Colli a press-It	5		Dimensioni colli	15	13	19	19	15	14	16	15	15	13	9	49	34	34
			Punteggio	1,88	1,63	2,25	2,25	1,88	1,75	2,00	1,88	1,88	1,63	1,13	5,00	2,13	4,25
	4		Anno di introduzione nel mercato internazionale	2001	2008	2002	1998	2001	2003	2005	2003	2007	2003	2010	2005	1999	2005
			N° usi	9	2	3	14	3	7	5	7	3	7	9	5	11	5
			Punteggio	2,57	0,57	4,00	2,57	2,57	2,00	1,43	2,00	0,86	2,00	0,00	1,43	3,14	1,43
	4		N° impianti	1276	3725	209	541	407	1999	2681	1031	711	249	8305	0	3118	2780
			Punteggio	0,61	0,79	0,26	0,20	0,63	1,29	0,50	0,34	0,12	4,00	0,00	1,59	1,34	0,01
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	3	3	0	0	2	1	4	2	1	1	4	3	
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentale	8		Si - 2 anni No - 3 anni	4	7	4	4	5	4	4	4	4	5,5	3	4,5	5	8
			Punteggio	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Navigazione computerizzata	2		Si - 2 anni No - 3 anni	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
			Punteggio	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica				34,18	32,05	26,62	27,22	26,41	38,00	34,41	24,88	26,28	28,07	33,30	24,02	37,43	36,02

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 24 Sistema da primo impianto non cementato				ABC MEDICAL	BIOMET ITALIA	CORMED	FINGERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEK	NEUROMED	SAMO	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER	MAJOR	
Tipologia di confezionamento	2	Rigido	1	1,5	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1,5	2			
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità	1	1,5	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1,5	2			
		Limitata facilità															
Stelo retto a press-fit meta-dialisario	11	Varietà taglie	36	26	11	35	28	10	6	18	13	42					
		Punteggio	9,43	6,81	2,88	2,88	9,17	7,33	7,33	2,62	1,57	4,71	3,40	11,00			
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	2,50	2,50	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
		Varietà di lunghezze	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	6	4			
		Punteggio	2,50	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	2,50	3,33	3,33	5,00	3,33	5,00	3,33	
5	Varietà di diametri	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	2	3	4	4		
	Punteggio	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	5,00	3,75	3,75	5,00	2,50	3,75	5,00	3,75	5,00	
	Diversi tipi e materiali	2	1	2	1	6	1	1	1	1	1	2	1	2	2		
Collare a press-fit	5	Punteggio	1,67	0,83	1,67	0,83	5,00	0,83	0,83	0,83	0,83	1,67	0,83	1,67	0,83	1,67	
		Diversi diametri	16	13	18	16	15	14	15	13	13	40	17	34			
Punteggio	2,00		1,63	2,25	2,00	1,88	1,75	1,88	1,88	1,88	1,63	5,00	2,13	4,25			
		Varietà di materiali	2009	2007	1992	2007	1986	1997	1998	2000	2007	1993	1999	1979			
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internaz.	4	N° anni	1	3	18	3	24	13	10	3	17	11	31				
		Punteggio	0,13	0,39	2,32	0,39	3,10	1,68	1,55	1,29	0,39	2,19	1,42	4,00			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	909	3795	3021	586	10126	12403	1588	225	2406	16794	3159	6399			
		Punteggio	0,22	0,90	0,72	0,14	2,41	2,95	0,38	0,05	0,57	4,00	0,75	1,52			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2	2	3	3	5	2	4	2	1	0	4	3			
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Strumentario	8	Punteggio	6	7	4,5	4	6	4,5	4	6	5,5	4,5	5	8			
		Si - 2 punti	Si	Si	No	No	Si	Si	No	No	Si	No	Si	No			
Navigazione computerizzata	2	No - 0 punti	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0			
		Punteggio															
Totale punti idoneità tecnica				32,19	32,14	27,92	23,82	44,63	36,88	29,55	25,42	25,32	34,41	29,78	47,27		

Dati esclusi. Non presentata comparazione

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 25 Sistema da primo impianto non cementato			BIOMET ITALIA	LIMA	STRYKER	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	MYRIMEX	SMITH & NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,5	2		
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1,5	2		
Stelo retto a press-fit metatarsio	11		Varietà taglie	20	22	26	39		
			<i>Punteggio</i>	5,64	6,21	7,33	11,00		
Testa in ceramica	5		Varietà del materiale	1	1	1	1		
			<i>Punteggio</i>	5,00	5,00	5,00	5,00		
	5		Varietà di lunghezze	4	4	6	4		
			<i>Punteggio</i>	3,33	3,33	5,00	3,33		
			Varietà di diametri	3	4	3	4		
	<i>Punteggio</i>	3,75	5,00	3,75	5,00				
Cotile con macrostruttura	5		Diversi tipi e materiali	1	1	2	2		
			<i>Punteggio</i>	2,50	2,50	5,00	5,00		
	5		Diversi diametri	13	11	11	40		
			<i>Punteggio</i>	1,63	1,38	1,38	5,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2008	2003	1999	1984		
			N° anni	2	7	11	26		
			<i>Punteggio</i>	0,31	1,08	1,69	4,00		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	3725	2681	2780	10312		
			<i>Punteggio</i>	1,44	1,04	1,08	4,00		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	2	4	3		
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00		
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	7	4,5	5	8		
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	Sì	Sì 40		
			<i>Punteggio</i>	0	0	0	2		
			Totale punti idoneità tecnica		35,60	35,03	40,23	58,33	

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 26 Sistema da primo impianto non cementato				BIOMET ITALIA	LIMA	PERMEDICA	STRYKER	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	MYRMEX	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1	1,5	2			
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1	1,5	2			
Stelo retto a press-fit meta-diafisario	11		Varietà taglie	26	28	16	13	42			
			Punteggio	6,81	7,33	4,19	3,40	11,00			
Testa in ceramica	5		Varietà del materiale	1	1	1	1	1			
			Punteggio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
	5		Varietà di lunghezze	4	4	4	6	4			
			Punteggio	3,33	3,33	3,33	5,00	3,33			
			Varietà di diametri	3	4	3	3	4			
	Punteggio	3,75	5,00	3,75	3,75	5,00					
Cotile con macrostruttura	5		Diversi tipi e materiali	1	1	1	2	2			
			Punteggio	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00			
		Diversi diametri	13	11	13	11	40				
	Punteggio	1,63	1,38	1,63	1,38	5,00					
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato intern	4		Anno di introduzione	2007	1997	2005	1999	1979			
			N° anni	3	13	5	11	31			
			Punteggio	0,39	1,68	0,65	1,42	4,00			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	3795	12403	1077	3159	6399			
			Punteggio	1,22	4,00	0,35	1,02	2,06			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	2	4	4	3			
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
Strumentario	8		Punteggio	7	4,5	6	5	8			
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	No	Sì	No			
			Punteggio	0	0	0	0	0			
Totale punti idoneità tecnica				36,63	39,72	31,39	35,97	54,40			

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 27 Sistema da primo impianto non cementato			ABC MEDICAL	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SINTEA PLUSTEK	STRYKER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile Massima facilità Limitata facilità	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,5
Possibilità di apertura della confezione	2		1	1	1,5	1,5	1	1	1	1,5
Stelo anatomico	11	Varietà taglio	18	7	17	7	19	70	9	8
		Punteggio	2,83	1,10	2,67	1,10	2,99	11,00	1,41	1,26
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale	1	1	2	1	1	2	1	1
		Punteggio	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50
		Varietà di lunghezze	3	4	4	4	4	3	4	6
		Punteggio	2,50	3,33	3,33	3,33	3,33	2,50	3,33	5,00
		Varietà di diametri	3	3	3	4	3	3	4	3
		Punteggio	3,75	3,75	3,75	5,00	3,75	3,75	5,00	3,75
Cotte a press-fit	5	Diversi tipi o materiali	2	1	6	1	1	1	1	1
		Punteggio	1,67	0,83	5,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
		Diversi diametri	16	16	15	14	16	15	5	17
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato intern	4	Punteggio	4,71	4,71	4,41	4,12	4,71	4,41	1,47	5,00
		Anno di introduzione	2006	1995	2005	2002	1984	1996	1996	1995
		N° anni	4	15	5	8	26	14	12	15
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	Punteggio	0,62	2,31	0,77	1,23	4,00	2,15	1,85	2,31
		N° impianti	273	137	2023	351	1567	225	68	6109
		Punteggio	0,18	0,09	1,32	0,23	1,03	0,15	0,04	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2	3	5	2	1	2	1	4
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		7	6,5	6	4,5	4	6	3	5
Navigazione computerizzata	2	Si No 0 punti	Si	No	Si	Si	No	No	No	Si
		Punteggio	0	0	0	2	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			29,75	29,12	37,26	29,84	31,13	39,80	23,44	34,65

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA

LOTTO 28

Sistema da primo impianto non cementato

LIMA

STRYKER

JOHNSON & JOHNSON

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		1,5
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		1,5
Stelo anatomico		11	Varietà taglie		7		8
			<i>Punteggio</i>		9,63		11,00
Testa in ceramica		5	Varietà del materiale		1		1
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00
		5	Varietà di lunghezze		4		6
			<i>Punteggio</i>		3,33		5,00
		5	Varietà di diametri		4		3
			<i>Punteggio</i>		5,00		3,75
Cotile con macrostruttura		5	Diversi tipi e materiali		1		1
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00
		5	Diversi diametri		11		11
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00
Follow-up clinico: anno di introduzione n		4	Anno di introduzione		1999		1995
			N° anni		11		15
			<i>Punteggio</i>		2,93		4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Ital		4	N° impianti		351		6109
			<i>Punteggio</i>		0,23		4,00
Numero agenti operanti nel territorio del		2	N° agenti		2		4
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		4,5		5
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti		No		Sì
			<i>Punteggio</i>		0,00		0,00
Totale punti idoneità tecnica					45,62		52,75

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 29 Sistema ibrido da primo impianto con stelo cementato			ABC MEDICAL	CORMED	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEX	NEUROMED	SAMO	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER	MAJOR	
Tipologia di confezionamento	2	Tipologia Morbido	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1,5	2		
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1,5	2		
Stelo retto lucido o con macrostrutture	11	Varietà taglie	9	8	9	21	7	16	10	5	10	6	7		
		Punteggio	4,71	4,19	4,71	11,00	3,67	8,38	5,24	2,62	5,24	3,14	3,67		
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1		
		Punteggio	2,50	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50		
	5	Varietà di lunghezze	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	6	4	
		Punteggio	2,50	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	2,50	3,33	3,33	5,00	3,33	4	
	5	Varietà di diametri	3	3	3	3	4	3	3	4	4	2	3	4	
		Punteggio	3,75	3,75	3,75	3,75	5,00	3,75	3,75	5,00	2,50	3,75	5,00	5,00	
Cotile a press-fit	5	Diversi tipi o materiali	2	2	1	6	1	1	1	1	2	1	2		
		Punteggio	1,67	1,67	0,83	5,00	0,83	0,83	0,83	0,83	1,67	0,83	1,67		
	5	Diversi diametri	16	18	16	15	14	15	15	13	40	17	40	34	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Punteggio	2,00	2,25	2,00	1,88	1,75	1,88	1,88	1,63	5,00	2,13	4,25		
		2009	2002	2003	2009	1997	2003	2005	1998	2000	1970	1991			
		N° anni	1	8	7	1	13	7	5	12	10	40	19		
		Punteggio	0,10	0,80	0,70	0,10	1,30	0,70	0,50	1,20	1,00	4,00	1,90		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	170	2	230	10126	2393	644	0	5341	1041	4037	335		
		Punteggio	0,07	0,00	0,09	4,00	0,95	0,25	0,00	2,11	0,41	1,59	0,13		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2	3	3	5	2	4	2	1	0	4	3		
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Strumentario	8	Punteggio	6	4,5	4	6	4,5	4	6	5,5	4,5	5	8		
Navigazione computerizzata	2	Si	2 punti	No	No	Si	No	No	No	Si	No	Si	No		
		Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica			27,30	26,99	25,92	45,06	28,83	29,63	29,70	28,72	30,15	32,95	36,45		

Ditta esclusa: CAMPIONATURA NON PRESENTATA

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 30 Sistema ibrido da primo impianto con stelo cementato				LIMA	PERMEDICA	STRYKER	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	MYRMEX	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile		1,5	1	1,5	2			
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità		1,5	1	1,5	2			
Stelo retto lucido o con macrostrutture	11	Varietà taglie		7	8	6	12			
		Punteggio		6,42	7,33	5,50	11,00			
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale		1	1	1	1			
		Punteggio		5,00	5,00	5,00	5,00			
	5	Varietà di lunghezze		4	4	6	4			
		Punteggio		3,33	3,33	5,00	3,33			
	5	Varietà di diametri		4	3	3	4			
		Punteggio		5,00	3,75	3,75	5,00			
Cotile con macrostruttura	5	Diversi tipi e materiali		1	1	2	2			
		Punteggio		2,50	2,50	5,00	5,00			
	5	Diversi diametri		11	13	11	40			
Follow-up clinico: anni di introduzione nel mercato internazionale	4	Punteggio		1,38	1,63	1,38	5,00			
		Anno di introduzione		1997	1999	1970	1993			
		N° anni		13	11	40	17			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	Punteggio		1,30	1,10	4,00	1,70			
		N° impianti		2393	1143	4037	2451			
		Punteggio		2,37	1,13	4,00	2,43			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti		2	4	4	3			
		Punteggio		2,00	2,00	2,00	2,00			
Strumentario	8	Punteggio		4,5	6	5	8			
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti		No	No	Si	No			
		Punteggio		0	0	0	0			
Totale punti idoneità tecnica				36,80	35,77	43,63	52,46			

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile senza macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile senza macrostruttura

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 31			Sistema		ABC MEDICAL		LINK		STRYKER	
ibrido da primo impianto con stelo cementato										
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile			1		1		1,5	
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità			1		1		1,5	
Stelo anatomico	11	Varietà taglie			8		14		6	
		Punteggio			6,29		11,00		4,71	
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale			1		2		1	
		Punteggio			2,50		5,00		2,50	
	5	Varietà di lunghezze			3		4		6	
		Punteggio			2,50		3,33		5,00	
	5	Varietà di diametri			3		3		3	
Punteggio				5,00		5,00		5,00		
Cotile a press-fit	5	Diversi tipi e materiali			2		1		1	
		Punteggio			5,00		2,50		2,50	
	5	Diversi diametri			16		16		17	
		Punteggio			4,71		4,71		5,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione			2006		1984		1997	
		N° anni			4		26		13	
		Punteggio			0,62		4,00		2,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti			10		5290		1505	
		Punteggio			0,01		4,00		1,14	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti			2		1		4	
		Punteggio			2,00		2,00		2,00	
Strumentario	8	Punteggio			7		4		5	
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti No 0 punti			Sì		No		Sì	
		Punteggio			0		0		0	
Totale punti idoneità tecnica					37,61		47,54		37,85	

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 32

ibrido da primo impianto con stelo cementato

Sistema

STRYKER

Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile			1,5
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità			1,5
Stelo anatomico	11	Varietà taglie			6
		<i>Punteggio</i>			11
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale			1
		<i>Punteggio</i>			5
	5	Varietà di lunghezze			6
		<i>Punteggio</i>			5
	5	Varietà di diametri			3
		<i>Punteggio</i>			5
Cotile con macrostruttura	5	Diversi tipi e materiali			1
		<i>Punteggio</i>			5
	5	Diversi diametri			11
		<i>Punteggio</i>			5
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione			1997
		N° anni			13
		<i>Punteggio</i>			4
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti			1505
		<i>Punteggio</i>			4
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti			4
		<i>Punteggio</i>			2
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>			5
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti No 0 punti			Sì
		<i>Punteggio</i>			0

Totale punti idoneità tecnica

54,00

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 33 Sistema da primo impianto a preservazione			B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	NEUROMED	SMITH NEPHEW	ZIMMER	
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	2	1,5	1,5	1,5	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	2	1,5	1,5	1,5	1	1	2
Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	11		Varietà taglie	16	26	26	9	10	10	42
			Punteggio	4,19	6,81	6,81	2,36	2,62	2,62	11,00
Testa in ceramica	5		Varietà del materiale	2	1	2	1	2	1	1
			Punteggio	5,00	2,50	5,00	2,50	5,00	2,50	2,50
	5		Varietà di lunghezze	4	4	4	4	3	4	4
			Punteggio	5,00	5,00	5,00	5,00	3,75	5,00	5,00
	5		Varietà di diametri	3	3	3	4	3	2	4
			Punteggio	3,75	3,75	3,75	5,00	3,75	2,50	5,00
Cotte a press-fit	5		Diversi tipi e materiali	1	1	6	1	1	2	2
			Punteggio	0,83	0,83	5,00	0,83	0,83	1,67	1,67
	5		Diversi diametri	15	13	15	14	15	40	34
			Punteggio	1,88	1,63	1,88	1,75	1,88	5,00	4,25
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2005	2010	2008	2008	2007	2004	2007
			N° anni	5	0	2	2	3	6	3
			Punteggio	3,33	0,00	1,33	1,33	2,00	4,00	2,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	1500	450	250	238	0	2235	2730
			Punteggio	2,20	0,66	0,37	0,35	0,00	3,27	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	2	5	2	2	0	3
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		Punteggio	4,00	7,00	6,00	6,00	6,00	4,50	8,00
Navigazione computerizzata	2		Si	2 punti	Si	Si	No	No	No	Si 10
			No	0 punti						
			Punteggio	0	0	0	0	0	0	2
Totale punti idoneità tecnica				36,18	33,18	40,13	30,12	29,83	35,06	51,42

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 34 Sistema da primo impianto a preservazione				BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER	SMITH NEPHEW	JOHNSON & JOHNSON
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		1,5		2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		1,5		2
Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	11	Varietà taglie		26		9		42
		<i>Punteggio</i>		6,81		2,36		11,00
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale		1		1		1
		<i>Punteggio</i>		5,00		5,00		5,00
	5	Varietà di lunghezze		4		4		4
		<i>Punteggio</i>		5,00		5,00		5,00
	5	Varietà di diametri		3		4		4
		<i>Punteggio</i>		3,75		5,00		5,00
Cotile con macrostruttura	5	Diversi tipi e materiali		1		1		2
		<i>Punteggio</i>		2,50		2,50		5,00
	5	Diversi diametri		13		11		40
		<i>Punteggio</i>		1,63		1,38		5,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione		2010		2008		2007
		<i>Punteggio</i>		0		2		3
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti		450		238		2730
		<i>Punteggio</i>		0,66		0,35		4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti		2		2		3
		<i>Punteggio</i>		2,00		2,00		2,00
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>		7,00		6,00		8,00
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti No 0 punti		Sì		No		Sì 10
		<i>Punteggio</i>		0		0		2
Totale punti idoneità tecnica				37,34		32,58		56,00

Prodotto non conforme. Offerto cotile senza macrostruttura

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostruttura

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 35				Sistema				LINK		PERMEDICA		ADLER ORTHO	LIMA	SMITH NEPHEW
da primo impianto a preservazione														
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1		1				Prodotto non idoneo. Stelo non a risparmio totale di collo Prodotto non idoneo. Stelo non a risparmio totale di collo Prodotto non idoneo. Stelo non a risparmio totale di collo			
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1		1							
Stelo non cementato a risparmio totale di collo		11	Varietà taglie		12		8							
			<i>Punteggio</i>		11,00		7,33							
Testa in ceramica		5	Varietà del materiale		1		1							
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00							
		5	Varietà di lunghezze		3		4							
			<i>Punteggio</i>		3,75		5,00							
		5	Varietà di diametri		3		3							
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00							
Cotile a press-fit		5	Diversi tipi e materiali		1		1							
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00							
		5	Diversi diametri		16		16							
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00							
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		1998		1999							
			<i>Punteggio</i>		12		11							
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		4426		1143							
			<i>Punteggio</i>		4,00		3,67							
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		1		4							
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00							
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		4		6							
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti		Si 80		No							
			<i>Punteggio</i>		2		0							
Totale punti idoneità tecnica					52,75		47,03							

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 36 Sistema da primo impianto a preservazione				ADLER ORTHO		LIMA		PERMEDICA	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		1,5	Prodotto non conforme. Non macrostruttura	Prodotto non conforme. Non macrostruttura
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		1,5		
Stelo non cementato a risparmio totale di collo		11	Varietà taglie		12		9		
			<i>Punteggio</i>		11		8,25		
Testa in ceramica		5	Varietà del materiale		1		1		
			<i>Punteggio</i>		5		5		
		5	Varietà di lunghezze		3		4		
			<i>Punteggio</i>		3,75		5		
		5	Varietà di diametri		4		4		
			<i>Punteggio</i>		5		5		
Cotile con macrostruttura		5	Diversi tipi e materiali		1		1		
			<i>Punteggio</i>		5		5		
		5	Diversi diametri		13		11		
			<i>Punteggio</i>		5		4,23		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		2009		2008		
			N° anni		1		2		
			<i>Punteggio</i>		2		4		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		251		238		
			<i>Punteggio</i>		4		3,79		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		1		2		
			<i>Punteggio</i>		2		2		
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		7		4,5		
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti		no		no		
			<i>Punteggio</i>		0		0		
Totale punti idoneità tecnica					52,75		49,77		

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 37 Sistema da primo impianto per displasia				ADLER ORTHO	BIOMET ITALIA	LIMA	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,5	1	1	2	
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1,5	1	1	2	
Stelo non cementato a sezione conica	11	Varietà taglie	12	15	14	24	24	24	
		Punteggio	5,50	6,88	6,42	11,00	11,00	11,00	
Testa in ceramica	5	Varietà del materiale	1	1	1	1	1	1	
		Punteggio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	5	Varietà di lunghezze	3	4	4	4	4	4	
		Punteggio	3,75	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	5	Varietà di diametri	4	3	4	3	2	4	
		Punteggio	5,00	3,75	5,00	3,75	2,50	5,00	
Cotile a press-fit	5	Diversi tipi e materiali	1	1	1	1	2	2	
		Punteggio	2,50	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00	
	5	Diversi diametri	13	13	14	15	40	34	
		Punteggio	1,63	1,63	1,75	1,88	5,00	4,25	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato interno	4	Anno di introduzione	2006	2005	2001	2009	2007	1992	
		N° anni	4	5	9	1	3	18	
		Punteggio	0,89	1,11	2,00	0,22	0,67	4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	682	389	1328	7	341	1772	
		Punteggio	1,54	0,88	3,00	0,02	0,77	4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	1	2	2	4	0	3	
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	Punteggio	7	7	4,5	4	4	8	
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti	No	Si	No	No	No	No	
		Punteggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale punti idoneità tecnica			37,80	38,74	40,16	37,36	42,94	57,25	

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 38 Sistema da primo impianto per displasia				BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER	MYRMEX	PERMEDICA	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	2			
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	2			
Stelo non cementato a sezione conica	11		Varietà taglie	15	14	24			
		<i>Punteggio</i>		6,88	6,42	11,00			
Testa in ceramica	5		Varietà del materiale	1	1	1			
		<i>Punteggio</i>		5,00	5,00	5,00			
	5		Varietà di lunghezze	4	4	4			
		<i>Punteggio</i>		5,00	5,00	5,00			
	5		Varietà di diametri	3	4	4			
		<i>Punteggio</i>		3,75	5,00	5,00			
Cotile con macrostruttura	5		Diversi tipi e materiali	1	1	1			
		<i>Punteggio</i>		5,00	5,00	5,00			
	5		Diversi diametri	13	11	40			
		<i>Punteggio</i>		1,63	1,38	5,00			
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2005	2001	1992			
			N° anni	5	9	18			
		<i>Punteggio</i>		1,11	2,00	4,00			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	389	1328	1772			
		<i>Punteggio</i>		0,88	3,00	4,00			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	2	3			
		<i>Punteggio</i>		2,00	2,00	2,00			
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	7	4,5	8			
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	No			
		<i>Punteggio</i>		0	0	0			
Totale punti idoneità tecnica				41,24	42,29	58,00			

Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 39 Sistema da primo impianto non cementati				BIOMET ITALIA	FINDERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEK	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1	1,5	1,5	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1	1,5	1,5	1	1	2
Stelo retto a press-fit metafisario e/o meta-diafisario	11		Varietà taglie	26	9	20	28	20	39	39
		<i>Punteggio</i>	7,33	2,54	5,64	7,90	5,64	11,00	11,00	
Testa metallo-metallo	5		Varietà del materiale	1	1	1	1	1	1	1
		<i>Punteggio</i>	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
	5		Varietà di lunghezze	5	5	6	4	5	4	5
		<i>Punteggio</i>	4,17	4,17	5,00	3,33	4,17	3,33	4,17	
	5		Varietà di diametri	1	5	4	1	3	11	4
		<i>Punteggio</i>	0,45	2,27	1,82	0,45	1,36	5,00	1,82	
Cotte a press-fit monoblocco o con inserto	5		Diversi tipi e materiali	1	1	6	1	1	1	2
		<i>Punteggio</i>	0,83	0,83	5,00	0,83	0,83	0,83	1,67	
	5		Diversi diametri	1	10	15	14	18	11	34
		<i>Punteggio</i>	0,15	1,47	2,21	2,06	2,65	1,62	5,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2007	1996	2001	1997	2003	2005	1984
			N° anni	3	14	9	13	7	5	26
		<i>Punteggio</i>	0,46	2,15	1,38	2,00	1,08	0,77	4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	3795	541	1299	12403	711	3118	10312
		<i>Punteggio</i>	1,22	0,17	0,42	4,00	0,23	1,01	3,33	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	3	5	2	4	0	3
		<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	7	4	6	4,5	4	4,5	8
Navigazione computerizzata	2		Si 2 punti No 0 punti	Si	No	Si	Si 5	No	No	Si 40
		<i>Punteggio</i>	0	0	0	2	0	0	2	
Totale punti idoneità tecnica				31,62	26,61	37,47	37,08	28,96	37,06	51,98

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 40
Sistema da primo impianto non cementati

BIOMET ITALIA

LIMA

MYRMEX

JOHNSON & JOHNSON

SMITH NEPHEW

ZIMMER

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile		1,5		1,5	Prodotto non conforme. Non macrostruttura
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità		1,5		1,5	
Stelo retto a press-fit metafisario e/o meta-diafisario	11		Varietà taglie		20		22	
			<i>Punteggio</i>		10,00		11,00	
Testa metallo-metallo	5		Varietà del materiale		1		1	
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00	
	5		Varietà di lunghezze		5		4	
			<i>Punteggio</i>		5,00		4,00	
	5		Varietà di diametri		3		1	
			<i>Punteggio</i>		5,00		1,67	
Cotile con macrostruttura monoblocco o con inserto	5		Diversi tipi e materiali		1		1	
			<i>Punteggio</i>		5,00		5,00	
	5		Diversi diametri		10		11	
			<i>Punteggio</i>		4,55		5,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione		2008		2003	
			N° anni		2		7	
			<i>Punteggio</i>		1,14		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti		3725		2681	
			<i>Punteggio</i>		4,00		2,88	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti		2		2	
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>		7		4,5	
Navigazione computerizzata	2		Si 2 punti No 0 punti		Si		No	
			<i>Punteggio</i>		0		0	
Totale punti idoneità tecnica					51,69		48,05	

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 41

Sistema da primo impianto non cementati

FINCERAMICA

JOHNSON & JOHNSON

LIMA

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1		1,5		1,5	
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1		1,5		1,5	
Stelo anatomico	11		Varietà taglie	14		17		7	
		<i>Punteggio</i>	9,06		11,00		4,53		
Testa metallo-metallo	5		Varietà del materiale	1		1		1	
		<i>Punteggio</i>	5,00		5,00		5,00		
	5		Varietà di lunghezze	5		6		4	
		<i>Punteggio</i>	4,17		5,00		3,33		
	5		Varietà di diametri	5		4		1	
<i>Punteggio</i>	5,00		4,00		1,00				
Cotile a press-fit monoblocco o con inserto	5		Diversi tipi e materiali	1		6		1	
		<i>Punteggio</i>	0,83		5,00		0,83		
	5		Diversi diametri	10		15		14	
		<i>Punteggio</i>	3,33		5,00		4,67		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	1995		2005		1999	
			N° anni	15		5		11	
		<i>Punteggio</i>	4,00		1,33		2,93		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	137		2023		351	
		<i>Punteggio</i>	0,27		4,00		0,69		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	3		5		2	
		<i>Punteggio</i>	2,00		2,00		2,00		
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	4		6		4,5	
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	No		Sì		Sì 5	
		<i>Punteggio</i>	0		0		2		
Totale punti idoneità tecnica				39,66		51,33		34,49	

PROTESI D'ANCA METALLO

LOTTO 42 Sistema da primo impianto non cementati

LIMA

JOHNSON & JOHNSON

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5	
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5	
Stelo anatomico		11	Varietà taglie <i>Punteggio</i>		7 11,00	
Testa metallo-metallo		5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>		1 5,00	
		5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>		4 5,00	
		5	Varietà di diametri <i>Punteggio</i>		1 5,00	
		5	Diversi tipi e materiali <i>Punteggio</i>		1 5,00	
		5	Diversi diametri <i>Punteggio</i>		11 5,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione N° anni <i>Punteggio</i>		1999 11 4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti <i>Punteggio</i>		576 4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti <i>Punteggio</i>		2 2,00	
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		4,5	
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti <i>Punteggio</i>		No 0	

Totale punti idoneità tecnica

53,50

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 43			Sistema		BIOMET ITALIA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		PERMEDICA		SMITH NEPHEW		ZIMMER	
da primo impianto a preservazione																
Tipologia di confezionamento		2	Rigido		1,5		1,5		1,5		1		1		2	
			Morbido, deformabile													
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità		1,5		1,5		1,5		1		1		2	
			Limitata facilità													
Stelo non cementato a risparmio totale e/o parziale di collo		11	Varietà taglie		26		26		9		5		10		42	
			Punteggio		6,81		6,81		2,36		1,31		2,62		11,00	
Testa metallo-metallo		5	Varietà del materiale		1		1		1		1		1		1	
			Punteggio		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	
		5	Varietà di lunghezze		5		6		4		6		4		5	
			Punteggio		4,17		5,00		3,33		5,00		3,33		4,17	
		5	Varietà di diametri		1		4		1		2		11		4	
			Punteggio		0,45		1,82		0,45		0,91		5,00		1,82	
Cotile a press-fil monoblocco o con inserto		5	Diversi tipi e materiali		1		6		1		1		2		2	
			Punteggio		0,83		5,00		0,83		0,83		1,67		1,67	
		5	Diversi diametri		1		15		14		16		33		34	
		Punteggio		0,15		2,21		2,06		2,35		4,85		5,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		2010		2008		2008		2004		2004		2007	
			N° anni		0		2		2		6		6		3	
			Punteggio		0,00		1,33		1,33		4,00		4,00		2,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		450		250		238		1869		2235		2730	
			Punteggio		0,66		0,37		0,35		2,74		3,27		4,00	
			N° agenti		2		5		2		4		0		3	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	Punteggio		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
			Punteggio		8		6		6		6		4		8	
Strumentario		8	SI 2 punti		8		6		6		6		4		8	
Navigazione computerizzata		2	No 0 punti		SI		SI		No		No		No		SI 10	
			Punteggio		0		0		0		0		0		2	
Totale punti idoneità tecnica					31,07		38,53		26,72		32,14		37,75		50,65	

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 44				Sistema da				BIOMET ITALIA	LIMA	PERMEDICA	JOHNSON & JOHNSON	SMITH NEPHEW	ZIMMER			
primo impianto a preservazione																
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		1,5		Prodotto non conforme. Non macrostruttura							
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		1,5									
Stelo non cementato a risparmio totale e/o parziale di collo		11	Varietà taglie <i>Punteggio</i>		26 11,00		9 3,81									
Testa metallo-metallo		5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>		1 5,00		1 5,00									
			5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>		5 5,00		4 4,00								
		5		Varietà di diametri <i>Punteggio</i>		3 5,00		1 1,67								
	Cotile con macrostruttura monoblocco o con inserto			5	Diversi tipi e materiali <i>Punteggio</i>		1 5,00	1 5,00								
			5		Diversi diametri <i>Punteggio</i>		10 4,55	11 5,00								
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4		Anno di introduzione		2010		2008								
			N° anni <i>Punteggio</i>		0 0,00		2 4,00									
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti <i>Punteggio</i>		450 4,00		238 2,12									
			2	N° agenti <i>Punteggio</i>		2 2,00		2 2,00								
Strumentario		8		<i>Punteggio</i>		7		6								
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti <i>Punteggio</i>		Sì 0		No 0									
Totale punti idoneità tecnica					51,55		41,59									

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 45 Sistema da primo impianto per displasia				BIOMET ITALIA	LIMA	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1	1	2
Stelo retto non cementato a sezione conica	11		Varietà taglie	15	14	24	24	24
			<i>Punteggio</i>	6,88	6,42	11,00	11,00	11,00
Testa metallo-metallo	5		Varietà del materiale	1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5		Varietà di lunghezze	5	4	5	4	5
			<i>Punteggio</i>	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00
	5		Varietà di diametri	1	1	3	11	4
			<i>Punteggio</i>	0,45	0,45	1,36	5,00	1,82
Cotile a press-fit monoblocco o con inserto	5		Diversi tipi e materiali	1	1	1	2	2
			<i>Punteggio</i>	2,50	2,50	2,50	5,00	5,00
	5		Diversi diametri	1	14	18	33	34
			<i>Punteggio</i>	0,15	2,06	2,65	4,85	5,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2005	2001	2009	2007	1992
			N° anni	5	9	1	3	18
			<i>Punteggio</i>	1,11	2,00	0,22	0,67	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	389	1328	7	381	1772
			<i>Punteggio</i>	0,88	3,00	0,02	0,86	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	2	4	0	3
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	7	4,5	4	4	8
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	No	No	No
			<i>Punteggio</i>	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				33,97	34,93	35,75	44,38	54,82

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 46 Sistema da primo impianto per displasia				BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER	MYRMEK	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	2		
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	2		
Stelo retto non cementato a sezione conica		11	Varietà taglie <i>Punteggio</i>	15 6,88	14 6,42	24 11,00		
Testa metallo-metallo		5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>	1 5,00	1 5,00	1 5,00		
		5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>	5 5,00	4 4,00	5 5,00		
		5	Varietà di diametri <i>Punteggio</i>	3 3,75	1 1,25	4 5,00		
		5	Diversi tipi e materiali <i>Punteggio</i>	1 5,00	1 5,00	1 5,00		
		5	Diversi diametri <i>Punteggio</i>	13 1,63	11 1,38	40 5,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione	2005	2001	1992		
			N° anni <i>Punteggio</i>	5 1,11	9 2,00	18 4,00		
			N° impianti <i>Punteggio</i>	389 0,88	1328 3,00	1772 4,00		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4						
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti	2	2	3		
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00		
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>	7	4,5	8		
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti	Si	No	No		
			<i>Punteggio</i>	0	0	0		
Totale punti idoneità tecnica				41,24	37,54	58,00		

Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 47 Protesi di superficie				BIOMET ITALIA	SMITH NEPHEW	WRIGTH MEDICAL	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1	1	2
Cotile grande diametro monoblocco metallo-metallo	8		Varietà del materiale	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	8,00	8,00	8,00	8,00
			Varietà di diametri	12	22	12	12
	8		<i>Punteggio</i>	4,36	8,00	4,36	4,36
Componente femorale di superficie	10		Diversi tipi	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	10,00	10,00	10,00	10,00
			Diversi diametri	12	11	11	12
	10		<i>Punteggio</i>	10,00	9,17	9,17	10,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2005	1997	1999	2009
			N° anni	5	13	11	1
			<i>Punteggio</i>	1,54	4,00	3,38	0,31
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	3006	986	3000	227
			<i>Punteggio</i>	4,00	1,31	3,99	0,30
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	0	2	3
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	7	4,5	4,5	8
Navigazione computerizzata	2		SI 2 punti No 0 punti	SI	No	No	No
			<i>Punteggio</i>	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				49,90	48,98	47,41	46,97

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA

LOTTO 48

Protesi di superficie

LIMA

SMITH NEPHEW

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		1	
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		1	
Cotile grande diametro monoblocco metallo-metallo		8	Varietà del materiale		1		1	
			<i>Punteggio</i>		8,00		8,00	
		8	Varietà di diametri		12		22	
			<i>Punteggio</i>		4,36		8,00	
Componente femorale emicefalica		10	Diversi tipi		1		1	
			<i>Punteggio</i>		10,00		10,00	
		10	Diversi diametri		6		11	
			<i>Punteggio</i>		5,45		10,00	
Follow-up clinico: anni presenza nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		2007		1997	
			N° anni		3		13	
			<i>Punteggio</i>		0,92		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		74		986	
			<i>Punteggio</i>		0,30		4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		2		0	
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00	
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		4,5		4,5	
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti		Si 3		No	
			<i>Punteggio</i>		2		0	
Totale punti idoneità tecnica					40,54		52,50	

PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 49 Componenti femorali da revisione			FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MYRMEX	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1	1,5	1,5	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1	1,5	1,5	1	1	1	1	2
Stelo cementato diverse lunghezze	16	Varietà delle taglie	11	35	3	12	10	4	3	11
		Punteggio	5,03	16,00	1,37	5,49	4,57	1,83	1,37	5,03
Testa in metallo diverse varietà e materiali	5	Varietà del materiale	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Varietà di lunghezza	4	4	3	5	5	5	6	5
		Punteggio	3,33	3,33	2,50	4,17	4,17	4,17	5,00	4,17
		Varietà di diametri	4	4	2	2	2	3	5	6
		Punteggio	3,33	3,33	1,67	1,67	1,67	2,50	4,17	5,00
	5	Varietà tipi	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Anno di introduzione	1999	1998	1998	1984	1996	1988	2000	1999
		N° anni	11	12	12	26	14	22	10	11
		Punteggio	1,69	1,85	1,85	4,00	2,15	3,38	1,54	1,69
		N° impianti	32	196	27	205	25	6946	51	90
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	Punteggio	0,02	0,11	0,02	0,12	0,01	4,00	0,03	0,05
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	3	5	2	1	4	1	0	3
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8	Punteggio	4	6	4,5	6	4	5,5	4,5	8
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti	No	Si	No	No	No	Si	No	No
		Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			31,42	45,74	26,92	35,56	30,59	39,38	30,64	39,99

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 50 Componenti femorali da revisione				BIOMET ITALIA	CITIEFFE	LIMA	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1	1,5	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1	1,5	1	1	1	2
Stelo non cementato a press-fit diafisario diverse lunghezze	16	Varietà delle taglie	9	13	8	12	22	12	
		Punteggio	6,55	9,45	5,82	8,73	16,00	8,73	
Testa in metallo diverse varietà e materiali	5	Varietà del materiale	2	1	1	1	1	1	
		Punteggio	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	5	Varietà di lunghezze	5	3	3	5	6	5	
		Punteggio	4,17	2,50	2,50	4,17	5,00	4,17	
	5	Varietà di diametri	4	1	2	2	5	6	
		Punteggio	3,33	0,83	1,67	1,67	4,17	5,00	
	5	Varietà tipi	2	1	1	1	1	1	
		Punteggio	5,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
	Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione	1989	2005	1997	2000	1993	1989
			N° anni	21	5	13	10	17	21
Punteggio			4,00	0,95	2,48	1,90	3,24	4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	44	31	12403	46	341	1640	
		Punteggio	0,01	0,01	4,00	0,01	0,11	0,53	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2	1	2	4	0	3	
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	Punteggio	7	7,5	4,5	4	4,5	8	
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti	Si	No	No	No	No	No	
		Punteggio	0	0	0	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica				40,07	30,26	34,96	29,50	42,12	41,95

PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

Tipologia di confezionamento		LOTTO 51		B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	CITEPPE	CORMED	FICERANICA	GRUPPO BICOMPLANT	LIMA	LINK	MYRHEX	SAMO	SMITH NEPHEW	STRYKER	WORTH MEDICAL	ZIMMER
		Componenti femorali da revisione															
2	2	2	2	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1,5	1	2
Possibilità di apertura della confezione		Mancata scelta	2	1,5	1	1	1	1	1	1,5	1	1	1	1	1,5	1	2
Stelo non cementato lungo a press-fit metalizzato diverso lunghezza modulare retro-curvo		Verità di sede	37	85	13	36	5	38	12	18	12	13	13	33	80	48	55
0	0	Verità di sede	3,82	0,00	1,20	3,32	0,48	2,95	1,11	1,86	1,11	1,20	3,05	0,54	4,25	0,00	
0	0	Verità di sede	1	2	4	3	10	1	2	4	2	1	1	1	1	1	
0	0	Verità di sede	0,35	0,71	1,41	1,06	3,53	0,31	0,71	1,41	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
0	0	Verità di sede	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
0	0	Verità di sede	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	3,00
0	0	Verità di sede	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	Verità di sede	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
0	0	Verità di sede	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	Verità di sede	2,50	2,50	1,50	2,00	2,00	2,00	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,00	2,50	2,50	2,50
0	0	Verità di sede	2	4	1	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0	0	Verità di sede	0,38	0,13	0,13	0,30	0,30	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
0	0	Verità di sede	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1
0	0	Verità di sede	2,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
0	0	Verità di sede	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0	0	Verità di sede	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0	0	Verità di sede	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	Verità di sede	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
0	0	Verità di sede	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
0	0	Verità di sede	10	1	5	18	0	7	14	17	1	9	13	6	11	6	6
0	0	Verità di sede	2,22	0,22	1,11	4,00	0,00	1,56	3,11	3,78	0,22	2,00	2,89	1,78	2,44	1,78	1,78
0	0	Verità di sede	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	0	Verità di sede	6,01	0,01	0,04	1,14	0,01	0,08	1,76	0,46	0,01	2,31	0,11	0,67	4,00	0,67	0,67
0	0	Verità di sede	2	2	1	3	1	3	1	4	1	4	1	4	1	1	1
0	0	Verità di sede	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
0	0	Verità di sede	4	7	7	4,5	4	5	8	4	4	3	4,5	3	4,50	4	4
0	0	Verità di sede	No	Si	No	No	No	No	No	No	Si	No	Si	No	Si	No	No
0	0	Verità di sede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			32,02	33,72	31,19	31,03	26,14	27,66	35,71	31,77	24,67	29,01	32,91	32,78	46,20	34,21	

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 52 Componenti acetabolari non cementati da revisione				BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	2
Cotile emisferico		16	Diversi tipi <i>Punteggio</i>	1 8,00	1 8,00	2 16,00
		20	Diversi diametri <i>Punteggio</i>	10 9,52	11 10,48	21 20,00
			Anno di introduzione N° anni <i>Punteggio</i>	2008 2 1,00	2002 8 4,00	2003 7 3,50
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti <i>Punteggio</i>	37 0,02	5090 2,60	7816 4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti <i>Punteggio</i>	2 2,00	2 2,00	3 2,00
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>	8	6	8
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	No
			<i>Punteggio</i>	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				31,54	36,08	57,50

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 53 Componenti acetabolari non cementati da revisione				CITIEFFE	LINK	ZIMMER
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità	1	1	2
Cotile con possibilità a presa iliaca (fittone/i)	20	Diversi tipi		1	1	1
		<i>Punteggio</i>		20,00	20,00	20,00
	16	Diversi diametri		6	9	1
		<i>Punteggio</i>		10,67	16,00	1,78
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione		Non indicato	1987	2000
		N° anni		0	23	10
		<i>Punteggio</i>		0,00	4,00	1,74
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti		75	293	27
		<i>Punteggio</i>		1,02	4,00	0,37
		N° agenti		1	1	3
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	<i>Punteggio</i>		2,00	2,00	2,00
		Strumentario		8	4	8
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti		No	No	No
		<i>Punteggio</i>		0	0	0
		Totale punti idoneità tecnica			39,69	52,00

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 54

Componenti acetabolari non cementati da revisione

JOHNSON & JOHNSON

SAMO

SMITH NEPHEW

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		1		1	
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		1		1	
Cotile a forma non emisferica		20	Diversi tipi		5		1		1	
			<i>Punteggio</i>		20,00		4,00		4,00	
		16	Diversi diametri		12		13		12	
			<i>Punteggio</i>		14,77		16,00		14,77	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		2001		2007		2000	
			N° anni		9		3		10	
			<i>Punteggio</i>		3,60		1,20		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		12741		2163		150	
			<i>Punteggio</i>		4,00		0,68		0,05	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		5		1		0	
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00		2,00	
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		6		5,5		6,5	
Navigazione computerizzata		2	Sì 2 punti No 0 punti		Sì		Sì 18		No	
			<i>Punteggio</i>		0,00		2,00		0,00	
Totale punti idoneità tecnica					53,37		33,38		33,32	

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 55 Componenti acetabolari non cementati da revisione				CORMED	JOHNSON & JOHNSON	SAMO	ZIMMER
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile	1	1,5	1	2
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità	1	1,5	1	2
Cotile a press-fit	12	Diversi tipi	1	5	1	1	
		Punteggio	2,40	12,00	2,40	2,40	
	12	Diversi diametri	11	12	13	16	
		Punteggio	8,25	9,00	9,75	12,00	
	12	Diversa composizione	2	1	1	1	
		Punteggio	12,00	6,00	6,00	6,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione	1998	2001	2007	2003	
		N° anni	12	9	3	7	
		Punteggio	4,00	3,00	1,00	2,33	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	317	12741	2163	7816	
		Punteggio	0,10	4,00	0,68	2,45	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	3	5	1	3	
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario		8	Punteggio	8	6	5,5	8
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti	No	Si	Si 18	No	
		Punteggio	0	0	2	0	
Totale punti idoneità tecnica				38,75	45,00	31,33	39,19

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 56 Anelli e griglie di sostegno				GRUPPO BIOIMPIANTI	MYRMEX	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1	1	1	1	2
Anello semplice di sostegno diversi diametri	13		Diversi tipi	1	1	1	1	1
		<i>Punteggio</i>	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
	13		Diversi diametri	8	9	11	9	12
		<i>Punteggio</i>	8,67	9,75	11,92	9,75	13,00	
10		Diversa composizione	1	1	1	1	1	
	<i>Punteggio</i>	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2006	2009	2003	1997	1978
			N° anni	4	1	7	13	32
		<i>Punteggio</i>	0,50	0,13	0,88	1,63	4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	14	37	196	133	198
		<i>Punteggio</i>	0,28	0,75	3,96	2,69	4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	0	4	1	0	3
		<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	5,0	4,0	5,5	4,5	8,0
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	No	No	Sì	No	No
		<i>Punteggio</i>	0	0	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica				41,45	41,62	49,25	45,56	58,00

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 57

Anelli e griglie di sostegno

SAMO

SMITH NEPHEW

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1		1	
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1		1	
Anello con varie possibilità di ancoraggio	13		Diversi tipi	1		1	
			<i>Punteggio</i>	13,00		13,00	
	13		Diversi diametri	11		3	
			<i>Punteggio</i>	13,00		3,55	
	10		Diversa composizione	1		1	
			<i>Punteggio</i>	10,00		10,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2003		1997	
			N° anni	7		13	
			<i>Punteggio</i>	2,15		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	202		133	
			<i>Punteggio</i>	4,00		2,63	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	1		0	
			<i>Punteggio</i>	2,00		2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	5,5		4,5	
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì		No	
			<i>Punteggio</i>	0,00		0,00	
Totale punti idoneità tecnica				51,65		41,68	

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 58

e griglie di sostegno

Anelli

LIMA

ZIMMER

Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile		1,5		2	
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità		1,5		2	
Griglia complessa		9	Diversi tipi		2		1	
			<i>Punteggio</i>		9,00		4,50	
		9	Diversi diametri		5		5	
			<i>Punteggio</i>		9,00		9,00	
		9	Diversa composizione		1		1	
<i>Punteggio</i>		9,00		9,00				
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione		1996		1996	
			N° anni		14		14	
			<i>Punteggio</i>		4,00		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti		169		468	
			<i>Punteggio</i>		1,44		4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti		2		3	
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00	
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>		4,5		8	
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti		No		No	
			<i>Punteggio</i>		0		0	
Totale punti idoneità tecnica					50,94		53,50	

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 59 Anelli e griglie di sostegno				CORMED	LINK	MYRMEX	SAMO	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1	1	1	1	2
Griglia semplice	9		Diversi tipi	1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	9		Diversi diametri	6	3	9	8	15
			<i>Punteggio</i>	3,60	1,80	5,40	4,80	9,00
	9		Diversa composizione	1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	9		Diversa profondità	1	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2005	1987	2009	2003	1987
			N° anni	5	23	1	7	23
			<i>Punteggio</i>	0,87	4,00	0,17	1,22	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	0	7	37	196	128
			<i>Punteggio</i>	0,00	0,14	0,76	4,00	2,61
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	3	1	4	1	3
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	4,5	4	4	5,5	8
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	No	No	No	Sì	No
			<i>Punteggio</i>	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica				39,97	40,94	41,33	46,52	56,61

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 60

Anelli e griglie di sostegno

LIMA

ZIMMER

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile		1,5		2	
Possibilità di apertura della caviglia	2		Massima facilità Limitata facilità		1,5		2	
Gabbia complessa	9		Diversi tipi		2		1	
			<i>Punteggio</i>		9,00		4,50	
	9		Diversi diametri		5		5	
			<i>Punteggio</i>		9,00		9,00	
	9		Diversa composizione		1		1	
			<i>Punteggio</i>		9,00		9,00	
9		Diversa profondità		1		1		
		<i>Punteggio</i>		9,00		9,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione	4		Anno di introduzione		1996		1976	
			N° anni		14		34	
			<i>Punteggio</i>		1,65		4,00	
Follow-up clinico: numero impianti	4		N° impianti		169		468	
			<i>Punteggio</i>		1,44		4,00	
Numero agenti operanti nel territorio	2		N° agenti		2		3	
			<i>Punteggio</i>		2,00		2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>		4,5		8	
Navigazione computerizzata	2		Si 2 punti No 0 punti		No		No	
			<i>Punteggio</i>		0		0	
Totale punti idoneità tecnica					48,59		53,50	

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE**

LOTTO 61 Protesi di ginocchio femoro-tibiale				ABC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	CITIEFFE	JOHNSON & JOHNSON	LINK	MYRAMEX	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1	2	1	1,5	1	1	1	1,5	1	2	
Possibilità di apertura della confezione	2	Messima lockia Lumiera lockia	1	2	1	1,5	1	1	1	1,5	1	2	
	7	Varietà delle taglie	5	10	4	12	4	5	6	12	10	8	
Componente femorale	3	Punteggio	2,92	5,83	2,33	7,00	2,33	2,92	3,50	7,00	5,83	4,67	
		Varietà delle tipologie di fissazione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Componente tibiale		Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	7	Varietà delle taglie	5	10	8	12	4	10	12	12	10	6	
		Punteggio	2,92	5,83	4,67	7,00	2,33	5,83	7,00	7,00	5,83	3,50	
	3	Varietà delle tipologie di fissazione	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	
Eventuale inserito fisso		Punteggio	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
	8	Diversi tipi (= spessori)	4	5	4	5	4	4	5	6	5	5	
		Punteggio	5,33	6,67	5,33	6,67	5,33	5,33	6,67	8,00	6,67	8,00	
	8	Diversi diametri (= taglie)	5	6	8	12	9	10	12	12	10	6	
Follow-up clinico: anno di introduz		Punteggio	3,33	4,00	5,33	8,00	6,00	6,67	8,00	8,00	6,67	8,00	
	4	Anno di introduzione	2001	2009	2004	2009	1981	2003	1993	2007	2009	1991	
		N° anni	9	1	6	1	29	7	17	3	1	19	
Follow-up clinico: numero impianti		Punteggio	1,24	0,14	0,83	0,14	4,00	0,97	2,34	0,41	0,14	2,62	
	4	N° impianti	1393	14	172	1370	147	1800	503	0	891	0	
		Punteggio	3,10	0,03	0,38	1,71	3,04	0,33	4,00	1,12	0,00	1,98	
Numero agenti operanti nel territorio		N° agenti	2	2	1	5	1	4	0	4	2	3	
	2	Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario		Punteggio	8	4	4	6	6,5	4,5	4,5	5	4,5	8	
	8	SI = 2 punti No = 0 punti	SI	SI	No	SI	No	No	No	SI	No	No	
Navigazione computerizzata		Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2												
Totale punti idoneità tecnica				35,34	37,00	32,88	46,02	38,04	35,04	44,51	46,03	38,14	47,27

PROTESI DI GINOCCHIO

PROTESI DI GINOCCHIO

LOTTO 62

Protesi di ginocchio femoro-tibiale

BIOMET ITALIA

MYRMEX

Tipologia di confezionamento		2		Rigido Morbido, deformabile	1,5		1	
Possibilità di apertura della confezione		2		Massima facilità Limitata facilità	1,5		1	
Componente femorale		7		Varietà delle taglie	5		5	
				<i>Punteggio</i>	7,00		7,00	
		3		Varietà della tipologia di fissazione	1		1	
				<i>Punteggio</i>	3,00		3,00	
Componente tibiale		7		Varietà delle taglie	12		10	
				<i>Punteggio</i>	7,00		5,83	
		3		Varietà della tipologia di fissazione	1		1	
				<i>Punteggio</i>	3,00		3,00	
Insero mobile		8		Diversi tipi (= spessori)	7		5	
				<i>Punteggio</i>	8,00		5,71	
		8		Diversi diametri (= taglie)	5		10	
				<i>Punteggio</i>	4,00		8,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione		4		Anno di introduzione	1998		2003	
				N° anni	12		7	
				<i>Punteggio</i>	4,00		2,33	
Follow-up clinico: numero impianti		4		N° impianti	4541		6	
				<i>Punteggio</i>	4,00		0,01	
Numero agenti operanti nel territorio		2		N° agenti	2		4	
				<i>Punteggio</i>	2,00		2,00	
Strumentario		8		<i>Punteggio</i>	8		4,5	
Navigazione computerizzata		2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì		No	
				<i>Punteggio</i>	0		0	
Totale punti idoneità tecnica					53,00		43,39	

PROTESI DI GINOCCHIO

PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE

LOTTO 63 Protesi di ginocchio femoro-rotulea

JOHNSON & JOHNSON

SMITH NEPHEW

STRYKER

WRIGTH MEDICAL

ZIMMER

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5		1		1,5		1		2	
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5		1		1,5		1		2	
Componente trocleale	9		Varietà delle taglie	5		4		3		4		5	
			<i>Punteggio</i>	9,00		7,20		5,40		7,20		9,00	
	9		Varietà della tipologia di fissazione	1		1		1		1		1	
			<i>Punteggio</i>	9,00		9,00		9,00		9,00		9,00	
Rotula	5		Varietà taglie	4		5		3		4		6	
			<i>Punteggio</i>	3,33		4,17		2,50		3,33		5,00	
	5		Varietà forme	1		2		2		1		1	
			<i>Punteggio</i>	2,50		5,00		5,00		2,50		2,50	
	4		Varietà spessori	4		4		2		1		6	
			<i>Punteggio</i>	2,67		2,67		1,33		0,67		4,00	
	4		Varietà ancoraggi	1		1		1		1		1	
		<i>Punteggio</i>	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		
Follow-up clinico: anno di introduzione	4		Anno di introduzione	2009		2005		2001		2005		2007	
			N° anni	1		5		9		5		3	
			<i>Punteggio</i>	0,44		2,22		4,00		2,22		1,33	
Follow-up clinico: numero impianti in	4		N° impianti	8		150		42		5		45	
			<i>Punteggio</i>	0,21		4,00		1,12		0,13		1,20	
Numero agenti operanti nel territorio	2		N° agenti	5		0		4		2		3	
			<i>Punteggio</i>	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	6		4,50		5		4,5		8	
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì		No		Sì		No		No	
			<i>Punteggio</i>	0		0		0		0		0	
Totale punti idoneità tecnica				42,16		46,76		42,35		37,56		50,03	

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 64 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC			ASC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	BONETTALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MYRNEK	NEURCAME	SANO	SINTEX PLUSTEK	SMITH NEPHEW	STRYKER	WINGTECH MEDICAL	ZIMMER
Tipologia di contrabbando	2	Figura Vagante delinquente	1	2	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1,5	1	2
Posibilità di apertura della confezione	2	Almeno 1000 Controfebbre	1	2	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Componente femorale cementato	6	Versione di base	12	14	20	18	12	14	10	12	10	12	16	18	18	16
	3	Versione di base Avanzata	3,00	4,20	6,00	4,80	3,60	4,80	3,00	3,60	3,00	3,00	4,20	3,60	4,20	3,00
	5	Versione di base Avanzata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente tibiale cementato	6	Versione di base Avanzata	8	9	6	10	6	8	6	6	6	6	8	8	12	10
	3	Versione di base Avanzata	2,25	3,38	3,00	3,75	2,25	3,75	1,88	2,25	1,88	2,25	6,00	2,25	4,00	3,75
	8	Versione di base Avanzata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Insero fisso	8	Elemento fisso in metallo	5	6	6	6	5	5	6	5	5	4	5	7	6	6
	8	Elemento fisso in metallo	5,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	4,00	5,00	7,00	6,00	6,00
	8	Elemento fisso in metallo	6	5	5	6	6	6	5	6	6	4	5	5	12	16
Rotule	1	Versione di base Avanzata	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	3,00	6,00	6,00
	1	Versione di base Avanzata	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	Versione di base Avanzata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Spinecci	6,5	Versione di base Avanzata	1	2	3	5	3	1	1	1	2	7	3	1	2	
	6,5	Versione di base Avanzata	0,07	0,14	0,21	0,38	0,21	0,07	0,07	0,07	0,21	0,14	0,50	0,21	0,07	
	6,5	Versione di base Avanzata	18	20	51	68	28	28	28	28	70	12	56	30	15	
Filare di base: tipo di introduzione nell'incavo articolare	4	Altra versione Avanzata	0,13	0,14	0,38	0,49	0,50	0,06	0,14	0,50	0,06	0,40	0,21	0,11	0,34	
	4	Altra versione Avanzata	2001	2003	2004	1956	2003	2002	2002	2003	1999	2002	1996	2002	1996	
	4	Altra versione Avanzata	3	6	7	14	7	8	11	8	11	8	13	8	15	
Filare di base: numero ingenti in file	4	Altra versione Avanzata	2,60	1,87	1,60	3,73	1,67	0,53	2,13	1,67	1,33	2,13	3,73	3,20	4,00	
	4	Altra versione Avanzata	55	1666	6507	1795	405	180	253	180	180	716	39	1804	5000	
	4	Altra versione Avanzata	0,02	0,07	0,22	0,14	0,22	0,06	0,10	0,20	0,06	0,06	0,06	0,22	0,14	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Altra versione Avanzata	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
	2	Altra versione Avanzata	0	4	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	2	Altra versione Avanzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Navigazione computerizzata	2	Altra versione Avanzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Altra versione Avanzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Altra versione Avanzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica			35,47	35,92	44,40	42,87	34,47	esclusa	31,33	esclusa	34,25	29,43	39,93	38,94	41,12	54,04

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 65 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC			ABC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	BICOMET ITALIA	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SAMO	SANTEA FLUSTEK	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di conservazione	2	Ripio Molteplici, ad innalzamento		2	1,5	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Non necessaria L'apertura è a 360°	1	2	1,5	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1	2
Componente femorale cementato	6	Verifica di taglio	20	14	18	90	16	12	14	12	10	12	16	16
		Porteggio	6,00	4,20	5,40	6,00	4,80	3,60	4,20	3,60	3,00	3,60	4,80	4,80
	3	Verifica di bloccaggio di tocco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente tibiale cementato	6	Verifica di taglio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Porteggio	8	16	2	8	14	8	10	8	6	16	16	16
	3	Verifica di bloccaggio di tocco	3,00	6,00	2,88	2,25	5,28	2,25	3,75	2,25	1,88	2,25	8,00	6,00
Inserito mobile	8	Verifica di bloccaggio di tocco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Porteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	6	Dimensioni Le dimensioni Le taglie	4	12	5	5	4	5	9	5	4	5	9	5
Rotula	1	Dimensioni Le taglie	2,67	8,00	3,33	3,33	2,67	3,33	5,33	3,33	2,67	3,33	5,33	3,33
		Porteggio	7	14	8	3	6	6	12	6	5	6	16	6
	0,5	Verifica di bloccaggio di tocco	3,50	7,00	4,00	1,50	3,00	3,00	6,00	3,00	2,50	3,00	8,00	3,00
Spessori	0,5	Verifica di bloccaggio di tocco	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Porteggio	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,5	Dimensioni Le taglie	3	6	3	Non necessari	3	3	Non necessari	Non necessari	3	2	7	2
FidBesp (disco: anno di introduzione nel mercato interno)	4	Porteggio	0,21	0,43	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,14	0,50	0,14	0,14
		Verifica di bloccaggio di tocco	18	80	51	Non necessari	51	28	Non necessari	Non necessari	70	24	56	48
	0,11	Porteggio	0,11	0,50	0,32	0,00	0,32	0,18	0,00	0,00	0,44	0,16	0,35	0,30
FidBesp (disco: numero impianti in Italia)	4	Anno di introduzione in Italia	2009	2003	2009	2006	1996	2003	1999	1999	2006	1996	1996	1996
		Porteggio	0,27	1,87	0,27	1,07	3,73	1,87	2,93	2,93	1,87	1,33	3,73	4,00
	4	Porteggio	49	464	370	1352	4386	628	4386	15	6613	39	9732	9
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Porteggio	0,02	0,19	0,15	0,56	2,53	0,34	1,81	0,01	2,74	0,02	0,00	4,00
		Porteggio	2	2	2	3	5	2	1	2	1	1	0	3
	2	Porteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Documentato	8	Porteggio	8	4	8	4	4	4	4	4	5,5	4	4,5	8
		Porteggio	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	2	Porteggio	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2
Navigatione computerizzata	2	Si / Si No / No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si
Totale punti idoneità tecnica			33,28	44,69	36,31	esclusa	40,12	32,28	esclusa	esclusa	33,30	28,33	45,72	48,08

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 66 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC			BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEK	SAMO	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,75	1	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1,75	1	1	1,5	2
Componente femorale cementato	6	Varietà delle taglie	20	16	12	10	10	12	16
		Punteggio	6,00	4,80	3,60	3,00	3,00	3,60	4,80
		Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	1	1
Componente tibiale cementato	3	Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Varietà delle taglie	8	10	12	5	5	8	10
		Punteggio	4,00	5,00	6,00	2,50	2,50	4,00	5,00
Inserto fisso di lunga durata	8	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
		Diversi tipi (= spessori)	5	6	10	6	6	5	5
Rotula	1	Punteggio	4,00	4,80	8,00	4,80	4,80	4,00	4,00
		Diversi diametri (= taglie)	4	7	12	5	5	8	7
		Punteggio	2,67	4,67	8,00	3,33	3,33	5,33	4,67
Spessori	0,5	Varietà della tipologia di ancoraggio	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Gamma	3	5	1	1	3	2	2
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato	4	Punteggio	0,30	0,50	0,10	0,10	0,30	0,20	0,20
		Varietà	51	68	12	20	70	48	48
		Punteggio	0,36	0,49	0,09	0,14	0,50	0,34	0,34
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	Anno di introduzione	2004	1996	2002	2002	2003	2003	1995
		N° anni	6	14	8	8	7	7	15
		Punteggio	1,60	3,73	2,13	2,13	1,87	1,87	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione	2	N° impianti	6597	170	137	253	716	5327	9702
		Punteggio	2,72	0,07	0,06	0,10	0,30	2,20	4,00
		N° agenti	2	5	2	4	1	4	3
Strumentario	8	Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
		Varietà	8	6	4	4,5	5,5	7,5	8
Navigazione computerizzata	2	Si = 2 punti No = 0 punti	Si	Si	No	No	Si 97	Si	Si 150
		Punteggio	0	0	0	0	2	0	2
Totale punti idoneità tecnica			41,65	42,06	44,48	31,61	35,10	41,04	50,01

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 67 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC				BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,5	1,5	2	
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1,5	1,5	2	
Componente femorale cementato	6	Varietà delle taglie	18	14	12	12	16	
		Punteggio	6,00	4,67	4,00	4,00	5,33	
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	
		Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Componente tibiale cementato	6	Varietà delle taglie	7	14	6	8	16	
		Punteggio	2,63	5,25	2,25	3,00	6,00	
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	
		Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Inserito mobile di lunga durata	8	Diversi tipi (= spessori)	6	6	5	6	5	
		Punteggio	8,00	8,00	6,67	8,00	6,67	
	8	Diversi diametri (= taglie)	9	6	6	6	7	
		Punteggio	8,00	5,33	5,33	5,33	6,22	
Rotula	1	Varietà della tipologia di ancoraggio	2	2	1	1	1	
		Punteggio	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	
Spessori	0,5	Gamma	3	3	3	2	2	
		Punteggio	0,50	0,50	0,50	0,33	0,33	
	0,5	Varietà	51	51	28	48	48	
		Punteggio	0,50	0,50	0,27	0,47	0,47	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato	4	Anno di introduzione	2009	1977	2003	2003	1995	
		N° anni	1	33	7	7	15	
		Punteggio	0,12	4,00	0,85	0,85	1,82	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	370	1525	828	5327	9702	
		Punteggio	0,15	0,63	0,34	2,20	4,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione	2	N° agenti	2	5	2	4	3	
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	Punteggio	8	6	4	7,5	8	
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti No 0 punti	Sì	Sì	Sì 57	Sì	Sì 150	
		Punteggio	0	0	2	0	2	
Totale punti idoneità tecnica				45,90	46,88	37,71	43,18	53,34

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 68 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC			B. BRAUN MILANO		BIOMET ITALIA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		LINK		MYRMEK		NEUROMED		SAMO		SMITH NEPHEW		STRYKER		WRIGHT MEDICAL		ZIMMER		
Tipologia di confezionamento	2		Regolo								1								1								
Tipologia di confezionamento	2		Modulo, decorato								1								1								
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità	2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1	1	1	2	
Componente femorale non cementato	6		Variazioni della height	14	20	12	12	12	12	12	14	10	12	10	12	10	16	12	12	12	12	12	12	12	16	16	
			Punteggio	4,20	6,00	3,60	3,60	3,60	3,60	4,20	3,00	3,60	3,00	3,60	3,00	4,80	3,00	4,80	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	4,80	4,80	
			Variazioni della tipologia di inserimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente tibiale cementato	3		Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
			Variazioni della height	9	8	10	6	10	6	10	6	10	5	6	5	16	5	16	8	12	8	12	8	12	10	10	
			Punteggio	3,39	3,00	3,75	2,25	3,75	2,25	1,98	2,25	1,98	1,98	2,25	1,98	6,00	3,00	4,50	3,00	4,50	3,00	4,50	3,00	4,50	3,75	3,75	
Inserimento flessibile	8		Variazioni della tipologia di inserimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
			Diversi tipi di inserimento	6	8	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	6	6	6	6	6
Ritorno al lavoro	6		Diversi diametri	6,00	8,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
			Le code	5	5	6	6	6	6	5	6	5	6	5	6	4	6	4	6	4	6	8	8	12	16	16	
			Punteggio	2,50	2,50	3,00	3,00	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	2,50	3,00	4,00	6,00	8,00	8,00	
Ritorno al lavoro	1		Variazioni della tipologia di inserimento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Gamma	1	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	2	1	2	2	2
Spessori	0,5		Punteggio	0,07	0,21	0,36	0,21	0,36	0,21	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,21	0,50	0,14	0,07	0,14	0,07	0,14	0,07	0,14	0,07	0,14		
			Variazioni	20	51	68	28	68	28	68	20	68	20	68	20	68	70	56	48	48	15	48	15	48	15	48	
			Punteggio	0,14	0,36	0,48	0,20	0,48	0,20	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,40	0,50	0,40	0,34	0,11	0,34	0,11	0,34	0,11	0,34	0,11	0,34	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2003	2004	1996	2003	2008	2002	1999	2002	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	2003	1999	
			N° anni	7	6	14	7	2	11	7	2	11	7	2	11	7	2	11	7	2	11	7	2	11	7	15	
			Punteggio	1,87	1,60	3,73	1,87	0,53	2,13	2,93	1,87	3,73	1,87	3,73	1,87	3,73	1,87	3,73	1,87	3,73	1,87	3,73	1,87	3,73	1,87	4,00	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	2000	295	40	799	10	253	15	716	0	1243	800	2031	800	2031	800	2031	800	2031	800	2031	800	2031		
			Punteggio	3,94	0,58	0,08	1,57	0,02	4,50	0,03	1,41	0,03	4,50	2,45	1,58	4,00	2,45	1,58	4,00	2,45	1,58	4,00	2,45	1,58	4,00		
			N° anni	2	2	5	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	3	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
			Strumentario	4	8	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	7,5	4,5	4,5	8	8
			Punteggio	4	8	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	7,5	4,5	4,5	8	8
Navigazione computerizzata	2		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	
			2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	2 punti	
			Punteggio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			39,09	42,26	39,00	35,70	esclusa	31,72	esclusa	35,37	43,93	40,90	40,55	54,04													

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 69 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC			B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SAMO	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Minimo, distorsibile	2	1,5	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	2	1,5	1	1,5	1,5	1	1	1	1	1,5	2
Componente femorale non cementato	6	Varietà di ibridi taglie	14	18	20	12	12	14	12	10	16	12	16
		Punteggio	4,20	5,40	6,00	3,60	3,60	4,20	3,60	3,00	4,80	3,60	4,80
	3	Varietà di ibridi spockga di fissazione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente tibiale cementato	6	Varietà di ibridi taglie	16	7	6	14	6	10	6	5	16	8	16
		Punteggio	6,00	2,63	2,25	5,25	2,25	3,75	2,25	1,88	6,00	3,00	6,00
	3	Varietà di ibridi spockga di fissazione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Insero mobile	6	Diversi tipi (in oppositori)	5	5	5	8	5	8	5	6	8	6	5
		Punteggio	5,00	5,00	5,00	8,00	5,00	8,00	5,00	6,00	8,00	6,00	5,00
	8	Diversi diametri (in taglie)	14	8	3	8	6	12	6	5	16	8	6
Rotula	1	Varietà di ibridi spockga di ancoraggio	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
		Punteggio	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	0,5	Clavetta	6	3	Non presenti	3	3	Non presenti	Non presenti	3	7	2	2
Spessori		Punteggio	0,43	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,21	0,50	0,14	0,14
	0,5	Varietà	80	51	Non presenti	51	28	Non presenti	Non presenti	70	56	48	48
		Punteggio	0,50	0,32	0,00	0,32	0,18	0,00	0,00	0,44	0,35	0,30	0,30
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione	2003	2009	2009	1996	2003	1999	1999	2003	1996	2003	1995
		N° anni	7	1	1	14	7	11	7	14	7	7	15
		Punteggio	1,87	0,27	0,27	3,73	1,87	2,93	1,87	3,73	1,87	1,87	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	464	10	53	232	799	200	15	6643	0	1243	2031
		Punteggio	0,28	0,01	0,03	0,14	0,48	0,12	0,01	4,00	0,00	0,75	1,22
		N° agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	2	3	5	2	1	2	1	0	4	3
Strumentario	8	Punteggio	4	8	4	6	4	4,5	6	5,5	4,5	7,5	8
	2	Si o para	Si	Si	Si	Si	Si 57	No	No	Si 661	Si 3	Si	Si 156
		No o para	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	2
Totale punti idoneità tecnica			41,77	37,83	esclusa	42,76	34,09	esclusa	esclusa	37,89	48,38	38,66	46,97

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 70 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC				BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEK	SAMO	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,75	1	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1,75	1	1	1,5	2
Componente femorale non cementato	6		Varietà delle taglie	20	12	12	10	10	12	16
			Punteggio	6,00	3,60	3,60	3,00	3,00	3,60	4,80
	3		Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Componente tibiale cementato	6		Varietà delle taglie	8	10	12	5	5	8	10
			Punteggio	4,00	5,00	6,00	2,50	2,50	4,00	5,00
	3		Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Insero fisso di lunga durata	8		Diversi Tipi (= spessori)	8	6	10	6	5	5	5
			Punteggio	6,40	4,80	8,00	4,80	4,00	4,00	4,00
	8		Diversi diametri (= taglie)	5	7	12	5	6	8	7
			Punteggio	3,33	4,67	8,00	3,33	4,00	5,33	4,67
Rotula	1		Varietà della tipologia di ancoraggio	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Spessori	0,5		Gamma	3	5	1	1	3	2	2
			Punteggio	0,30	0,50	0,10	0,10	0,30	0,20	0,20
	0,5		Varietà	51	68	12	20	70	48	48
			Punteggio	0,36	0,49	0,09	0,14	0,50	0,34	0,34
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato inte	4		Anno di introduzione	2004	1996	2002	2002	2003	2003	1995
			N° anni	6	14	8	8	7	7	15
			Punteggio	1,60	3,73	2,13	2,13	1,87	1,87	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	295	30	137	253	716	1243	2301
			Punteggio	0,51	0,05	0,24	0,44	1,24	2,16	4,00
			N° agenti	2	5	2	4	1	4	3
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Ligu	2		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			Punteggio	8	6	4	4,5	5,5	7,5	8
Strumentario	8		Punteggio	8	6	4	4,5	5,5	7,5	8
			SI 2 punti No 0 punti	SI	SI	No	No	SI 97	SI	SI 150
Navigazione computerizzata	2		Punteggio	0	0	0	0	2	0	2
			Totale punti idoneità tecnica	42,51	40,84	44,66	31,95	35,91	41,00	50,01

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 71 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC				BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1,5	1,5	2
Componente femorale non cementato	6		Varietà delle taglie	18	14	12	12	16
			Punteggio	6,00	4,67	4,00	4,00	5,33
	3		Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Componente tibiale cementato	6		Varietà delle taglie	7	14	6	8	16
			Punteggio	2,63	5,25	2,25	3,00	6,00
	3		Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Insero mobile di lunga durata	8		Diversi tipi (= spessori)	6	6	5	6	5
			Punteggio	8,00	8,00	6,67	8,00	6,67
	8		Diversi diametri (= taglie)	9	6	6	6	5
			Punteggio	8,00	5,33	5,33	5,33	4,44
Rotula	1		Varietà della tipologia di ancoraggio	2	2	1	1	1
			Punteggio	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50
Spessori	0,5		Gamma	3	3	3	2	2
			Punteggio	0,50	0,50	0,50	0,33	0,33
	0,5		Varietà	51	51	28	48	48
			Punteggio	0,50	0,50	0,27	0,47	0,47
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internaz.	4		Anno di introduzione	2009	1977	2003	2003	1995
			N° anni	1	33	7	7	15
			Punteggio	0,12	4,00	0,85	0,85	1,82
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	10	1891	799	1243	2301
			Punteggio	0,02	3,29	1,39	2,16	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	5	2	4	3
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		Punteggio	8	6	4	7,5	8
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì	Sì	Sì 57	Sì	Sì 150
			Punteggio	0	0	2	0	2
Totale punti idoneità tecnica				45,76	49,54	38,76	43,15	51,57

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 72 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC				BIOMET ITALIA	LIMA	LINK	NEUROMED	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbida, deformabile	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1	1	1	1,5	1	2
Componente femorale non cementato	6		Varietà delle taglie	20	12	14	12	14	12	12	16
			Punteggio	6,00	3,60	4,20	3,60	4,20	3,60	3,60	4,80
		3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Componente tibiale non cementato	6		Varietà delle taglie	7	6	10	6	14	6	11	8
			Punteggio	3,00	2,57	4,29	2,57	6,00	2,57	4,71	3,43
		3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Inserito fisso	8		Diversi tipi (= spessori)	8	5	5	5	9	5	6	Compresso nel componente tibiale
			Punteggio	7,11	4,44	4,44	4,44	8,00	4,44	5,33	0,00
		8	Diversi diametri (= taglie)	5	6	6	6	12	8	12	Compresso nel componente tibiale
			Punteggio	3,33	4,00	4,00	4,00	8,00	5,33	8,00	0,00
Rotula	1		Varietà della tipologia di ancoraggio	1	1	1	1	1	1	1	1
			Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Spessori	0,5		Gamma	3	3	Non presenti	Non presenti	5	2	1	2
			Punteggio	0,30	0,30	0,00	0,00	0,50	0,20	0,10	0,20
		0,5	Varietà	51	28	Non presenti	Non presenti	16	48	15	48
			Punteggio	0,50	0,27	0,00	0,00	0,16	0,47	0,15	0,47
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato inter	4		Anno di introduzione	2004	2003	2008	1999	1995	2003	1998	1995
			N° anni	6	7	2	11	15	7	12	15
			Punteggio	1,60	1,87	0,53	2,93	4,00	1,87	3,20	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	295	446	0	15	0	1243	200	2301
			Punteggio	0,51	0,78	0,00	0,03	0,00	2,16	0,35	4,00
		2	N° agenti	2	2	1	2	0	4	2	3
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8		Punteggio	8	4	4,5	6	4,5	7,5	4,5	8
Navigazione computerizzata	2		Si = 2 punti No = 0 punti	Si	Si 57	No	No	No	Si	Si	Si 150
			Punteggio	0	2	0	0	0	0	0	2
Totale punti idoneità tecnica				42,36	35,83	esclusa	esclusa	46,36	40,15	40,94	39,90

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 73 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC				BIOMET ITALIA	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1	1,5	1,5	1	1	1	1
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1	1,5	1,5	1	1	1	1
Componente femorale non cementato	6	Varietà delle taglie	18	20	12	14	6	7		
		Punteggio	5,40	6,00	3,60	4,20	1,80	2,10		
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	2	2	1	1		
		Punteggio	1,50	1,50	3,00	3,00	1,50	1,50		
Componente tibiale non cementato	6	Varietà delle taglie	7	6	14	6	10	6	7	
		Punteggio	3,00	2,57	6,00	2,57	4,29	2,57	3,00	
	3	Varietà della tipologia di fissazione	2	1	1	2	2	1	1	
		Punteggio	3,00	1,50	1,50	3,00	3,00	1,50	1,50	
Insero mobile	8	Diversi tipi (= spessori)	1	2	8	5	1	2	2	
		Punteggio	1,00	2,00	8,00	5,00	1,00	2,00	2,00	
	8	Diversi diametri (= taglie)	45	30	6	6	24	60	53	
		Punteggio	6,00	4,00	0,80	0,80	3,20	8,00	7,07	
Rotula	1	Varietà della tipologia di ancoraggio	2	1	1	1	1	1	1	
		Punteggio	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Spessori	0,5	Gamma	3	Non presenti	3	3	Non presenti	Non presenti	5	
		Punteggio	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,50	
	0,5	Varietà	51	Non presenti	51	28	Non presenti	Non presenti	16	
		Punteggio	0,50	0,00	0,50	0,27	0,00	0,00	0,16	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internaz.	4	Anno di introduzione	2009	2009	1977	2003	1999	1999	1995	
		N° anni	1	1	33	7	11	11	15	
		Punteggio	0,12	0,12	4,00	0,85	1,33	1,33	1,82	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	10	79	157	446	100	15	0	
		Punteggio	0,09	0,71	1,41	4,00	0,90	0,13	0,00	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2	3	5	2	1	2	0	
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Strumentario	8	Punteggio	8	4	6	4	4,5	6	4,5	
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti No 0 punti	Si	Si	Si	Si 57	Si	No	No	
		Punteggio	0	0	0	2	0	0	0	
Totale punti idoneità tecnica				34,91	esclusa	40,61	34,89	esclusa	esclusa	28,64

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 74 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC				BIOMET ITALIA	LIMA	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,75	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,75	1,5	2
Componente femorale non cementato	6		Varietà delle taglie	20	12	12	16
			<i>Punteggio</i>	6,00	3,60	3,60	4,80
	3		Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	3,00	3,00	3,00	3,00
Componente tibiale non cementato	6		Varietà delle taglie	7	12	8	10
			<i>Punteggio</i>	3,50	6,00	4,00	5,00
	3		Varietà della tipologia di fissazione	2	2	1	2
			<i>Punteggio</i>	3,00	3,00	1,50	3,00
Insero fisso di lunga durata	8		Diversi tipi (= spessori)	8	10	6	5
			<i>Punteggio</i>	6,40	8,00	4,80	4,00
	8		Diversi diametri (= taglie)	5	12	8	7
			<i>Punteggio</i>	3,33	8,00	5,33	4,67
Rotula	1		Varietà della tipologia di ancoraggio	1	1	1	1
			<i>Punteggio</i>	1,00	1,00	1,00	1,00
Spessori	0,5		Gamma	3	1	2	2
			<i>Punteggio</i>	0,50	0,17	0,33	0,33
	0,5		Varietà	51	12	48	48
			<i>Punteggio</i>	0,50	0,12	0,47	0,47
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2004	2002	2003	1995
			N° anni	6	8	7	15
			<i>Punteggio</i>	1,60	2,13	1,87	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti	295	137	1243	2301
			<i>Punteggio</i>	0,51	0,24	2,16	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	2	2	4	3
			<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>	8	4	7,5	8
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	Sì	Sì 150
			<i>Punteggio</i>	0	0	0	2
Totale punti idoneità tecnica				42,35	44,76	40,56	50,27

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 75

Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC

BIOMET ITALIA

JOHNSON & JOHNSON

LIMA

Tipologia di confezionamento	2		Rigido Morbido, deformabile		1,5		1,5		1,5	
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità Limitata facilità		1,5		1,5		1,5	
Componente femorale non cementato	6		Varietà delle taglie		18		14		12	
		<i>Punteggio</i>		6,00		4,67		4,00		
	3		Varietà della tipologia di fissazione		1		1		1	
			<i>Punteggio</i>		3,00		3,00		3,00	
Componente tibiale non cementato	6		Varietà delle taglie		7		14		6	
		<i>Punteggio</i>		3,00		6,00		2,57		
	3		Varietà della tipologia di fissazione		1		1		1	
			<i>Punteggio</i>		3,00		3,00		3,00	
Inserito mobile di lunga durata	8		Diversi tipi (= spessori)		6		6		5	
		<i>Punteggio</i>		8,00		8,00		6,67		
	8		Diversi diametri (= taglie)		6		6		6	
			<i>Punteggio</i>		8,00		8,00		8,00	
Rotula	1		Varietà della tipologia di ancoraggio		2		2		1	
		<i>Punteggio</i>		1,00		1,00		0,50		
Spessori	0,5		Gamma		3		3		3	
		<i>Punteggio</i>		0,50		0,50		0,50		
	0,5		Varietà		51		51		28	
			<i>Punteggio</i>		0,50		0,50		0,27	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione		2009		1977		2003	
			N° anni		1		33		7	
		<i>Punteggio</i>		0,12		4,00		0,85		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4		N° impianti		10		7562		446	
		<i>Punteggio</i>		0,01		4,00		0,24		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti		2		5		2	
		<i>Punteggio</i>		2,00		2,00		2,00		
Strumentario	8		<i>Punteggio</i>		8		6		4	
Navigazione computerizzata	2		Sì 2 punti No 0 punti		Sì		Sì		Sì 57	
		<i>Punteggio</i>		0		0		2		
Totale punti idoneità tecnica					46,13		53,67		40,60	

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 76 Protesi di ginocchio per allergici				B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MYRIMEX	PERMEDICA	SAIMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido		2	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Modello deformabile		2	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	2
		Massima facilità Limata facile		2	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	2
Componente femorale anallergico	6	Varietà di tipi		14	18	14	5	12	10	12	10	12	10
		Puntaggio		4,67	6,00	4,67	1,67	4,00	3,33	4,00	3,33	4,00	3,33
	3	Varietà della tipologia di fissazione		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
		Puntaggio		1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50
Componente tibiale anallergico	6	Varietà di tipi		9	6	6	10	5	7	5	16	10	10
		Puntaggio		3,33	2,25	3,00	2,25	3,75	1,88	2,63	1,88	5,00	3,75
	3	Varietà della tipologia di fissazione		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
		Puntaggio		1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50
Inserito tibiale polietilene	8	Diversi tipi (- spessori)		6	5	6	5	4	6	5	6	7	5
		Puntaggio		6,86	5,71	6,86	5,71	4,57	6,86	5,71	6,86	8,00	5,71
	8	Diversi diametri (- taglie)		5	4	6	6	12	5	6	5	4	7
		Puntaggio		3,33	2,67	4,00	4,00	8,00	3,33	4,00	3,33	2,67	4,67
Rotula polietilene	1	Varietà della tipologia di ancoraggio		1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
		Puntaggio		0,50	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Spessori	0,5	Gamma	Non presente	Non presente	3,00	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	2
		Puntaggio		0	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
	0,5	Varietà	Non presente	Non presente	51,00	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	Non presente	48
		Puntaggio		0	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato interno	4	Anno di introduzione		2005	2009	1977	2003	2007	2009	2007	2010	1996	2006
		N° anni		5	1	33	7	3	1	3	0	14	4
		Puntaggio		0,61	0,12	4,00	0,85	0,36	0,12	0,36	0,00	1,70	0,48
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti		374	141	399	113	27	20	1031	10	0	243
		Puntaggio		1,45	0,55	1,55	0,44	0,10	0,08	4,00	0,04	0,00	0,94
		N° operatori		2	2	5	2	1	4	4	1	0	3
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Puntaggio		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8	Gamma		4	8	6	4	4,5	6	6	5,5	4,5	8
		Puntaggio		4	8	6	4	4,5	6	6	5,5	4,5	8
Navigazione computerizzata	2	SI / 2 punti		SI	SI	SI	SI	SI	Non previsto	No	SI 3	SI 2	SI 150
		No / 0 punti		0	0	0	2	0	0	0	2	2	2
Totale punti idoneità tecnica				33,79	33,80	43,07	29,42	32,79	27,60	37,20	30,44	36,36	39,20

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE**

LOTTO 77		per semivincolata		Protesi di ginocchio		PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE													
						BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRIMEX	SAMO	SINTEA PLUSTEK	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER				
Tipologia di confezionamento	2	Risparmio	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1	1,5	1	2		
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità	1,5	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1	1,5	1	2		
Componente femorale	6	Ingobb	10	6	5	5	10	12	14	12	14	12	12	10	10	10	10		
		Valenza della taglie	4,29	2,57	2,14	2,14	4,29	5,14	6,00	5,14	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29		
		Punteggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Componente tibiale	3	Valenza della taglie di inserzione	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
		Punteggi	7	10	6	5	5	6	18	6	10	10	10	10	10	10	10		
		Valenza della taglie di fissazione	2,63	3,75	2,25	1,88	1,88	2,25	6,00	2,25	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75		
Inserito fuso	8	Valenza della taglie di fissazione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Punteggi	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
		Diversi tipi	5	8	5	7	6	7	8	7	7	7	7	7	7	7	7		
Rotula	1	Spessori	5,00	8,00	5,00	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,00		
		Diversi diametri	4	6	5	5	5	6	4	5	6	4	5	6	6	10	10		
		Punteggi	3,20	4,80	4,00	4,00	4,00	4,80	4,80	3,20	4,00	4,80	4,00	4,80	4,80	8,00	8,00		
Spessori	0,5	Valenza della taglie di ancoraggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Punteggi	3	6	3	3	5	2	6	3	4	6	4	6	6	6	6		
		Spessori	0,25	0,42	0,25	0,25	0,42	0,17	0,50	0,33	0,25	0,33	0,50	0,33	0,50	0,50	0,50		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Valenza	51	66	29	40	110	24	108	30	53	30	53	30	53	30	34		
		Punteggi	0,23	0,30	0,13	0,15	0,50	0,11	0,49	0,14	0,24	0,43	0,24	0,43	0,43	0,43			
		Anno di introduzione	1996	2003	2003	2019	2003	2005	2000	2000	2001	1995	2000	2001	1995	1995			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° anni	5	14	7	0	7	5	4	10	9	15	10	9	15	15	15		
		Punteggi	1,33	3,75	1,87	0,00	1,87	1,33	1,27	2,67	2,67	2,67	4,00	4,00	4,00	4,00			
		N° impianti	370	258	33	39	70	39	380	310	85	1034	85	1034	1034	1034			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Punteggi	1,43	0,91	0,13	0,00	0,27	0,15	1,47	1,20	0,33	4,00	0,33	4,00	4,00	4,00	4,00		
		N° agenti	2	5	2	4	1	4	0	4	2	3	4	2	3	3	3		
		Punteggi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
Strumentario	8	Punteggi	8	6	4	4,5	5,5	4	4,5	5	4,5	8	4,5	5	4,5	8	8		
		N° pezzi	8	6	4	4,5	5,5	4	4,5	5	4,5	8	4,5	5	4,5	8	8		
Navigazione computerizzata	2	Si	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	2	2		
		No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale punti idoneità tecnica						35,36	42,48	28,76	27,95	34,71	32,95	41,23	36,65	35,64	49,96				

PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 78			Protesi di ginocchio per semivincolata		B. BRAUN MILANO	JOHNSON & JOHNSON	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido / Morbido, deformabile			2	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità / Limitata facilità			2	1,5	2
Componente femorale	6	Varietà delle taglie			14	12	10
		Punteggio			6,00	5,14	4,29
	3	Varietà della tipologia di fissazione			2	2	1
		Punteggio			3,00	3,00	1,50
Componente tibiale	6	Varietà delle taglie			16	14	8
		Punteggio			6,00	5,25	3,00
	3	Varietà della tipologia di fissazione			2	2	1
		Punteggio			3,00	3,00	1,50
Inserito mobile	8	Diversi tipi (= spessori)			6	8	5
		Punteggio			6,00	8,00	5,00
	8	Diversi diametri (= taglie)			14	6	6
		Punteggio			8,00	3,43	3,43
Rotula	1	Varietà della tipologia di ancoraggio			1	1	1
Spessori	0,5	Gamma			5	5	6
		Punteggio			0,42	0,42	0,50
	0,5	Varietà			122	66	94
		Punteggio			0,50	0,27	0,39
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione			2003	1977	1995
		N° anni			7	33	15
		Punteggio			0,85	4,00	1,82
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti			205	235	1034
		Punteggio			0,79	0,91	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti			2	5	3
		Punteggio			2,00	2,00	2,00
Strumentario	8	Punteggio			4	6	8
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti / No 0 punti			Sì	Sì	Sì 150
		Punteggio			0	0	2
Totale punti idoneità tecnica					45,56	45,42	42,42

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE**

LOTTO 79			di ginocchio vincolata				Protesi		BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LINK	MYRMEK	SAMO	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	2	
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	2	
Componente femorale	6	Varietà delle taglie	4	12	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Punteggio	2,00	6,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Punteggio	1,50	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Componente tibiale	6	Varietà delle taglie	5	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	10	
		Punteggio	3,00	6,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,80	6,00	
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Punteggio	1,50	3,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Inserito fisso	8	Diversi tipi (= spessori)	5	8	6	6	6	6	6	6	6	6	3	7	6	
		Punteggio	5,00	8,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	7,00	6,00	
	8	Diversi diametri (= taglio)	2	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	
	Punteggio	2,00	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	
Rotula	1	Varietà della tipologia di ancoraggio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Punteggio	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Spessori	0,5	Gamma	2	5	2	3	5	4	2	2	2	2	2	2	6	
		Punteggio	0,17	0,42	0,17	0,25	0,42	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,50	
	0,5	Varietà	37	66	20	40	110	26	48	94	94	94	94	94	94	
	Punteggio	0,17	0,30	0,09	0,18	0,50	0,12	0,22	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione	1998	1996	1979	2010	2009	2000	2007	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
		N° anni	12	14	31	0	1	10	3	15	15	15	15	15	15	
		Punteggio	1,55	1,81	4,00	0,00	0,13	1,29	0,39	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti	62	236	2015	0	70	450	53	1034	1034	1034	1034	1034	1034	
		Punteggio	0,12	0,47	4,00	0,00	0,14	0,89	0,11	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05		
		N° agenti	2	5	1	4	1	4	3	3	3	3	3	3		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
		8	Punteggio	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Strumentario	2	SI	2 punti	SI	6	SI	6,5	SI	4,5	SI	5,5	SI	5,5	SI	7,5	
		No	0 punti	No	0	No	0	No	0	No	0	No	0	No	0	
Navigazione computerizzata	2	SI	2 punti	SI	8	SI	8	SI	8	SI	8	SI	8	SI	8	
		No	0 punti	No	0	No	0	No	0	No	0	No	0	No	0	
Totale punti idoneità tecnica			31,01	46,99	25,26	31,93	35,68	34,14	42,18	49,92						

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 80			Protesi di ginocchio vincolata		ABC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	JOHNSON & JOHNSON
Tipologia di confezionamento	2	Rigido	deformabile	Morbido,	2	2	1,5
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità	facilità	Limitata	2	2	1,5
Componente femorale	6	Varietà delle taglie			6	3	12
		Punteggio			3,00	1,50	6,00
	3	Varietà della tipologia di fissazione			1	1	1
		Punteggio			3,00	3,00	3,00
Componente tibiale	6	Varietà delle taglie			3	3	14
		Punteggio			1,29	1,29	6,00
	3	Varietà della tipologia di fissazione			1	1	1
		Punteggio			3,00	3,00	3,00
Inserto mobile	8	Diversi tipi (= spessori)			1	8	8
		Punteggio			1,00	8,00	8,00
	8	Diversi diametri (= taglie)			3	3	6
		Punteggio			4,00	4,00	8,00
Rotula	1	Varietà della tipologia di ancoraggio			1	1	1
		Punteggio			1,00	1,00	1,00
Spessori	0,5	Gamma			4	3	5
		Punteggio			0,40	0,30	0,50
	0,5	Varietà			31	57	66
		Punteggio			0,23	0,43	0,50
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione			2004	2010	1977
		N° anni			6	0	33
		Punteggio			0,73	0,00	4,00
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti			44	2	235
		Punteggio			0,75	0,03	4,00
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti			2	2	5
		Punteggio			2,00	2,00	2,00
Strumentario	8	Punteggio			8	4	6
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti		No 0	Sì	No	Sì
		Punteggio			0	0	0
Totale punti idoneità tecnica					32,40	32,55	55,00

PROTESI DI GINOCCHIO

PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 81				di ginocchio a cerniera		Protesi		LINK		STRYKER	
Tipologia di confezionamento		2	Rigido Morbido, deformabile			1			1,5		
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità Limitata facilità			1			1,5		
Componente femorale		6	Varietà delle taglie			8			10		
			<i>Punteggio</i>			4,80			6,00		
		3	Varietà della tipologia di fissazione			1			1		
			<i>Punteggio</i>			3,00			3,00		
Componente tibiale		6	Varietà delle taglie			4			4		
			<i>Punteggio</i>			6,00			6,00		
		3	Varietà della tipologia di fissazione			2			1		
			<i>Punteggio</i>			3,00			1,50		
Inserito fisso		8	Diversi tipi (= spessori)			Già ricompresi nel componente tibiale		3			
			<i>Punteggio</i>			0,00		8,00			
		8	Diversi diametri (= taglie)			Già ricompresi nel componente tibiale		2			
			<i>Punteggio</i>			0,00		8,00			
Rotula		1	Varietà della tipologia di ancoraggio			1			1		
			<i>Punteggio</i>			1,00		1,00			
Spessori		0,5	Gamma			2			2		
			<i>Punteggio</i>			0,50		0,50			
		0,5	Varietà			20			29		
			<i>Punteggio</i>			0,34		0,50			
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione			1992			2000		
			N° anni			18			10		
			<i>Punteggio</i>			4,00		2,22			
Follow-up clinico: numero impianti in Italia		4	N° impianti			260			162		
			<i>Punteggio</i>			4,00		2,49			
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti			1			4		
			<i>Punteggio</i>			2,00		2,00			
Strumentario		8	<i>Punteggio</i>			6,5			5		
Navigazione computerizzata		2	Si 2 punti No 0 punti			No			Si		
			<i>Punteggio</i>			0		0			
Totale punti idoneità tecnica						37,14		49,21			

PROTESI DI GINOCCHIO

PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 82 Protesi di ginocchio a cerniera			JOHNSON & JOHNSON	MYRMEX	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	1,5	1	1,5	2
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità	1,5	1	1,5	2
Componente femorale	6	Varietà delle taglie	6	6	10	10
		<i>Punteggio</i>	3,60	3,60	6,00	6,00
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1
		<i>Punteggio</i>	3,00	3,00	3,00	3,00
Componente tibiale	6	Varietà delle taglie	5	3	4	6
		<i>Punteggio</i>	5,00	3,00	4,00	6,00
	3	Varietà della tipologia di fissazione	1	1	1	1
		<i>Punteggio</i>	3,00	3,00	3,00	3,00
Insero mobile	8	Diversi tipi (= spessori)	5	1	3	6
		<i>Punteggio</i>	6,67	1,33	4,00	8,00
	8	Diversi diametri (= taglie)	3	3	2	5
		<i>Punteggio</i>	4,80	4,80	3,20	8,00
Rotula	1	Varietà della tipologia di ancoraggio	1	1	1	1
		<i>Punteggio</i>	1,00	1,00	1,00	1,00
Spessori	0,5	Gamma	2	3	2	6
		<i>Punteggio</i>	0,17	0,25	0,17	0,50
	0,5	Varietà	6	24	29	94
		<i>Punteggio</i>	0,03	0,13	0,15	0,50
Follow-up clinico: anno di introduzione	4	Anno di introduzione	1990	2005	2000	2002
		N° anni	20	5	10	8
		<i>Punteggio</i>	4,00	1,00	2,00	1,60
Follow-up clinico: numero impianti in	4	N° impianti	97	0	162	307
		<i>Punteggio</i>	1,26	0,00	2,11	4,00
Numero agenti operanti nel territorio	2	N° agenti	5	4	4	3
		<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>	6	6,5	5	8
Navigazione computerizzata	2	Sì 2 punti No 0 punti	Sì	No	Sì	No
		<i>Punteggio</i>	0	0	0	0
Totale punti idoneità tecnica			43,53	31,61	38,63	55,60

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE CEMENTO OSSEO

LOTTO 83 Cemento osseo a bassa viscosità				JANUA MEDICAL	JOHNSON & JOHNSON	STRYKER
Confezionamento		5	Confezioni	3	2	3,5
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità	1	1	2
			Limitata facilità			
Tempo di miscelazione		5	Minor tempo	135	221	140
			Punteggio	5,00	3,05	4,82
Tempo di polimerizzazione		8	Minor tempo	675	912	660
			Punteggio	7,82	5,79	8,00
Resistenza alla compressione		15	Massima/minore resistenza alla compressione	108	108,3	80
			Punteggio	14,96	15,00	11,08
Sistema di miscelazione ed applicazione		15	Possibilità per tecnica sottovuoto	10	5	10
			Punteggio	15,00	7,50	15,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione	2011	1995	1975
			N° anni	0	15	35
			Punteggio	0,00	1,71	4,00
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute		4	N° impianti	Non disponibile	1403	65775
			Punteggio	0		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti	2	5	4
			Punteggio	2,00	2,00	2,00
Totale punti idoneità tecnica				48,78	38,06	50,40

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

LOTTO 84 Cemento osseo a bassa viscosità						BIOMET ITALIA	HERAUS KULZER	JANUA MEDICAL	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MAJOR	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento		5	Confezioni	5	5	3	2	3,5	1,5	3,5	2,5		
Possibilità di apertura della confezione	2		Massima facilità	2	2	1	1	2	1	2	2	1	
			Limposta facilità										
Tempo di miscelazione	5		Minor tempo	135	220	135	221	105	150	120	75		
			Punteggio	2,78	1,70	2,78	1,70	3,57	2,50	3,13	5,00		
Tempo di polimerizzazione	8		Minor tempo	690	565	675	912	735	650	660	565		
			Punteggio	6,55	8,00	6,70	4,96	6,15	6,85	6,85	8,00		
Resistenza alla compressione	15		Massima/minore resistenza alla compressione	93,7	95	108	108,3	98,5	95	80	113		
			Punteggio	12,44	12,61	14,34	14,38	13,08	12,61	10,62	15,00		
Sistema di miscelazione ed applicazione	15		Possibilità per tecnica spillovato	14	10	3	5	6	5	10	7		
			Punteggio	15,00	10,71	3,21	5,36	6,43	5,36	10,71	7,50		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2005	1959	2011	1995	2003	2003	1975	2007		
			N° anni	5	51	0	15	7	35	3			
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute	4		Punteggio	0,39	4,00	0,00	1,18	0,55	0,55	2,75	0,24		
			N° impianti	2299	14950	Non disponibile	1403	1450	1837	65775	1288		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		Punteggio	0,14	0,91	0,00	0,09	0,09	0,11	4,00	0,08		
			N° agenti	2	1	2	5	2	4	3			
Totale punti idoneità tecnica				46,30	46,94	33,02	32,65	37,36	32,58	45,55	41,31		

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

LOTTO 85 Cemento osseo a alta viscosità			BIOMET ITALIA	HERAUS KULZER	JANUA MEDICAL	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MAJOR	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	5	Confezioni	5	5	3	2	3,5	1,5	3	3,5	2,5
Possibilità di apertura della confezione	2	Massimo taglio	2	2	1	1	2	1	1,5	2	1
		Limite totale	195	50	195	85	130	235	225	120	75
Tempo di miscelazione	5	Mixe tempo	2,38	5,00	2,38	2,94	1,92	1,08	1,11	2,05	3,33
		Punteggio	625	495	613	585	650	585	590	650	585
Tempo di polimerizzazione	8	Mixe tempo	6,34	8,00	6,44	5,75	6,00	6,77	6,71	6,00	7,01
		Punteggio	96,8	98	108	94,9	93,7	95	80	80	113
Resistenza alla compressione	15	Massima resistenza massima alla compressione	12,85	13,01	14,34	12,60	12,44	12,61	10,62	10,62	15,00
		Punteggio	14	19	3	5	6	5	7	10	7
Sistema di miscelazione ed applicazione	15	Possibilità per tecnico ortopedico	15,00	10,71	3,21	5,38	8,43	5,38	7,50	10,71	7,50
		Punteggio	2006	1959	2011	2006	2003	2003	2004	1975	2007
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione	5	51	0	4	7	7	6	35	3
		Punteggio	0,39	4,00	0,00	0,31	0,55	0,35	0,47	2,75	0,24
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute	4	N° impianti	9892	14950	Non disponibile	8758	9860	1837	3519	65775	1288
		Punteggio	0,59	0,91	0,00	0,53	0,60	0,11	0,21	4,00	0,08
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2	1	2	5	2	3	0	4	3
		Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale punti idoneità tecnica			46,55	50,63	32,37	32,50	35,44	30,96	33,13	43,66	38,66

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

LOTTO 86 Cemento osseo con antibiotici				BIOMET ITALIA	HERAUS KULZER	JOHNSON & JOHNSON	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento	5	Confezioni		5	5	2	3	3,5	2,5
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità	Limitata	2	2	1	1,5	2	1
Tempo di miscelazione	5	Minor tempo		135	130	61	225	120	75
		Punteggio		2,26	2,35	5,00	1,36	2,54	4,07
Tempo di polimerizzazione	8	Minor tempo		690	705	817	590	660	565
		Punteggio		6,55	6,41	5,53	7,66	6,85	8,00
Resistenza alla compressione	15	Massima/minore resistenza alla compressione		93,7	88,3	92,8	60	78	113
		Punteggio		12,44	11,72	12,32	7,96	10,35	15,00
Sistema di miscelazione ed applicazione	15	Possibilità per tecnica sottovuoto		14	10	7	7	10	7
		Punteggio		15,00	10,71	7,50	7,50	10,71	7,50
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione		2004	1959	2005	2004	1998	2007
		N° anni		6	51	5	6	12	3
		Punteggio		0,47	4,00	0,39	0,47	0,94	0,24
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute	4	N° impianti		170	9291	1760	4902	53431	651
		Punteggio		0,01	0,70	0,13	0,37	4,00	0,05
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti		2	1	5	0	4	3
		Punteggio		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale punti idoneità tecnica				45,73	44,89	35,87	31,82	42,90	40,35

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

LOTTO 87 Cemento osseo con antibiotici				BIOMET ITALIA	HERAUS KULZER	JOHNSON & JOHNSON	MAJOR	STRYKER	ZIMMER
Tipologia di confezionamento		5	Confezioni	5	5	2	1,5	3,5	2,5
Possibilità di apertura della confezione		2	Massima facilità facilità Limitata	2	2	1	1	2	1
Tempo di miscelazione		5	Minor tempo	135	50	61	235	120	75
			Punteggio	1,85	5,00	4,10	1,06	2,08	3,33
Tempo di polimerizzazione		8	Minor tempo	690	495	817	585	660	565
			Punteggio	5,74	8,00	4,85	6,77	6,00	7,01
Resistenza alla compressione		15	Massima/minore resistenza alla compressione	93,7	89,1	92,8	95	78	113
			Punteggio	12,44	11,83	12,32	12,61	10,35	15,00
Sistema di miscelazione ed applicazione		15	Possibilità per tecnica sottovuoto	14	10	7	5	10	7
			Punteggio	15,00	10,71	7,50	5,36	10,71	7,50
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4	Anno di introduzione	2004	1959	2005	2003	1998	2007
			N° anni	6	51	5	7	12	3
			Punteggio	0,47	4,00	0,39	0,55	0,94	0,24
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute		4	N° impianti	2588	9291	1760	1837	53431	651
			Punteggio	0,19	0,70	0,13	0,14	4,00	0,05
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2	N° agenti	2	1	5	3	4	3
			Punteggio	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale punti idoneità tecnica				44,69	49,24	34,29	30,99	41,59	38,63

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
SISTEMI DI CEMENTAZIONE**

LOTTO 88 Tappi femorali endomidollari			ABC MEDICAL	CORMED	GRUPPO BIODIPIANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MAJOR	SAMO	SMITH NEPHEW	STRYKER	ZIMMER	MYRIMEX	
															NON PRESENTATA CAMPIONATURA
Misure disponibili	10	N° misure disponibili	6	6	6	7	3	13	3	5	5	3	6		
		Punteggio	4,62	4,62	4,62	5,38	2,31	10,00	2,31	3,85	3,85	2,31	4,62		
Possibilità di apertura della confezione	2		1	1	1	1	2	1	1,5	1	1,5	2	1		
		Punteggio	17	10	10	2	15	10	20	10	2	2	2		
Elasticità	20	Buon assistenza nel canale midollare	17	10,00	10,00	2,00	15,00	10,00	20,00	10,00	2,00	2,00	2,00		
		Punteggio	8	6	10	2	2	5	8	4	-	2	6		
Strumento portacalibro e posizionamento tappo	8	Minor tempo per l'utilizzo	2,00	2,67	1,60	8,00	8,00	3,20	2,00	4,00	0,00	6,00	2,67		
		Punteggio	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Resistenza alla compressione	10	Massima/minima resistenza alla compressione	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
		Punteggio	1999	1999	2000	2003	1994	1999	1994	1996	1994	1994	1978		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione	12	11	10	7	11	15	14	15	15	15	32		
		N° anni	1,50	1,38	1,25	0,88	2,00	1,38	2,00	1,75	2,00	2,00	4,00		
		Punteggio	3625	4507	4042	989	4124	249	10000	3228	748	4453	751		
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute	4	N° impianti	1,45	1,80	1,62	0,40	1,65	0,10	4,00	1,29	0,30	1,78	0,30		
		Punteggio	2	3	0	5	2	1	3	1	0	4	3		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	N° agenti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
		Punteggio													
Totale punti idoneità tecnica			39,57	33,46	32,08	29,66	42,96	37,67	43,81	33,89	21,65	30,09	26,58		

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE SISTEMI DI CEMENTAZIONE

LOTTO 89 Tampone per la preparazione alla cementazione ossea di protesi articolari				CORMED	LIMA	STRYKER	ZIMMER
Possibilità di apertura della confezione	2		<i>Punteggio</i>	1,00	2,00	2,00	1,00
Capacità di assorbimento dei fluidi	15		Rapporto peso tampone/fluidi assorbibili	25	15	Infinito (non qualificabile)	15
		<i>Punteggio</i>	15,00	9,00	0,00	9,00	
Forma	15		Massimo adattamento anatomico del canale	15	15	12	15
		<i>Punteggio</i>	15,00	15,00	12,00	15,00	
Biocompatibilità e radio-opacità	18		Massima/minima	4,5	18	9	9
		<i>Punteggio</i>	4,50	18,00	9,00	9,00	
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4		Anno di introduzione	2002	2000	1999	1994
			N° anni	8	10	11	16
		<i>Punteggio</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute	4		N° impianti	212	246	Non disponibile	109
		<i>Punteggio</i>	3,45	4,00	0,00	1,77	
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2		N° agenti	3	2	4	3
		<i>Punteggio</i>	2,00	2,00	2,00	2,00	
Totale punti idoneità tecnica				40,95	50,00	25,00	37,77

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE SISTEMI DI CEMENTAZIONE

LOTTO 90 per la preparazione alla cementazione ossea di protesi articolari					Tampone	CORMED	STRYKER
Possibilità di apertura della confezione		2		<i>Punteggio</i>	1		NON CONFORME
Capacità di assorbimento dei fluidi		15		Rapporto peso tampone/fluidi assorbiti	25		
				<i>Punteggio</i>	15		
Forma		15		Massimo adattamento anatomico del canale	15		
				<i>Punteggio</i>	15		
Biocompatibilità e radio-opacità		18		Massima/minima	4,5		
				<i>Punteggio</i>	18		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale		4		Anno di introduzione	2002		
				N° anni	8		
				<i>Punteggio</i>	4		
Follow-up clinico: numero di confezioni vendute		4		N° impianti	212		
				<i>Punteggio</i>	4		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria		2		N° agenti	3		
				<i>Punteggio</i>	2		
Totale punti idoneità tecnica					59,00		

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE

SISTEMI DI CEMENTAZIONE

LOTTO 91

Spazzolino per la preparazione alla cementazione ossea di protesi articolari

STRYKER

ZIMMER

Possibilità di apertura della confezione		2		<i>Punteggio</i>	2		1
Misure e tipologie disponibili		18		N° misure disponibili	1		1
				<i>Punteggio</i>	18,00		18,00
Caratteristiche meccaniche		30		Masima/mina flessibilità alla resistenza	5		15
				<i>Punteggio</i>	10,00		30,00
Follow-up clinico: anno di introduzione nel m		4		Anno di introduzione	1999		1999
				N° anni	11		11
				<i>Punteggio</i>	4,00		4,00
Follow-up clinico: numero di confezioni vend		4		N° impianti	1600		1
				<i>Punteggio</i>	4,00		0,00
Numero agenti operanti nel territorio della Re		2		N° agenti	4		3
				<i>Punteggio</i>	2,00		2,00
Totale punti idoneità tecnica					40,00		55,00

GARA REGIONALE PROTESI D'ANCA PROTESI PARZIALE D'ANCA

LOTTO 1 Protesi parziale d'anca						GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER				
Totale punti idoneità tecnica						41,40	45,46	27,87	37,15	44,94	40,77				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Stelo cementato	1.080	200,00	216.000,00	427.600,00	190,00	343.200,00	199,00	425.600,00	190,00	403.000,00	200,00	400.000,00	180,00	332.400,00
b	Testa unipolare	920	230,00	211.600,00		150,00		229,00		215,00		200,00		150,00	
Totale punti offerta economica						38,74	31,24	Esclusa	32,99	33,24	40,00				
Totale Punteggio						80,14	76,70		70,14	78,18	80,77				

**PROTESI D'ANCA
PROTESI PARZIALE D'ANCA**

LOTTO 2 Protesi parziale d'anca					CITIEFFE	GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MYRIMEX	PERMEDICA	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER											
Totale punti idoneità tecnica					37,78	39,82	45,78	29,54	34,39	41,09	34,07	37,85	44,77											
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Stelo cementato	800	200,00	160.000,00	437.800,00	162,00		190,00		199,00		190,00		190,00		195,00		200,00		170,00				
B	Testa in metallo	940	120,00	112.800,00		118,00	398.920,00	80,00	390.000,00	119,00	434.960,00		115,00	419.600,00	120,00	418.800,00	70,00	381.300,00	100,00	419.000,00	100,00	373.000,00		
C	Testa biarticolare	1.100	150,00	165.000,00		144,00		148,00		149,00		145,00		140,00		145,00		150,00		130,00				
Totale punti offerta economica					37,40	38,26	34,30	Esclusa	35,56	35,63	39,13	35,61	40,00											
Totale Punteggio					75,18	78,08	80,08	Esclusa	69,95	76,72	73,19	73,46	84,77											

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 3 Steli cementati	CORMED	GRUPPO BIOIMPIANTI	LIMA	LINK	MYRMEX	PERMEDICA	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER
	Totale punti idoneità tecnica	31,81	38,73	40,75	33,62	38,39	46,35	35,29	39,03

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl																
A	Stelo cementato	688	200,00	137.600,00	248.960,00	200,00		190,00		199,00		189,00		190,00		190,00		195,00		200,00		170,00	
B	Testa in metallo	528	120,00	63.360,00		110,00	243.680,00	80,00	217.760,00	119,00	247.584,00	109,00	224.384,00	115,00	237.040,00	120,00	242.080,00	70,00	209.520,00	100,00	238.400,00	120,00	217.120,00
C	Testa in ceramica	160	300,00	48.000,00		300,00		280,00		299,00		230,00		285,00		300,00		240,00		300,00		230,00	
Totale punti offerta economica						34,39		38,49		33,85		37,35		35,36		34,62		40,00		35,15		38,60	
Totale Punteggio						66,20		77,22		74,60		70,97		73,75		80,97		75,29		74,18		82,30	

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 4 Steli cementati	WRIGHT MEDICAL
Totale punti idoneità tecnica	52,50

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitari o	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl
A	Stelo cementato	240	400,00	96.000,00	226.080,00	380,00	193.920,00
B	Testa in metallo	240	350,00	84.000,00		250,00	
C	Testa in ceramica	144	120,00	17.280,00		110,00	
D	Testa in ceramica vari tipi e diametri	96	300,00	28.800,00		280,00	

Totale punti offerta economica

40,00

Totale Punteggio

92,50

ANOMALA

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 5 Steli cementati						CORMED	GRUPPO BIOMPIANTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEX	NEUROMED	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER	MAJOR									
Totale punti idoneità tecnica						33,62	30,46	43,21	34,31	37,04	39,22	34,45	46,87	38,17										
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Stelo retto lucido e/o con macrostrutture	160	450,00	72.000,00	102.720,00	450,00		400,00		449,00		425,00		440,00		195,00		450,00		400,00				
B	Testa in metallo vari tipi, diametri e materiali	96	120,00	11.520,00		110,00	101.760,00		110,00	93.120,00	119,00	102.400,00	115,00	97.280,00	110,00	99.840,00	70,00	53.280,00	100,00	100.800,00	120,00	90.240,00		
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	64	300,00	19.200,00		300,00			290,00		299,00		285,00		295,00		240,00		300,00		230,00			
Totale punti offerta economica						20,94	Esclusa	22,89	20,81	21,91	21,35	40,00	21,14	23,62										
Totale Punteggio						54,56	Esclusa	66,10	55,12	58,95	60,56	74,45	68,02	61,78										

Non presentata campionatura

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 6 Steli cementati

LINK

STRYKER

Totale punti idoneità tecnica

50,00

39,49

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo anatomico	140,00	750,00	105.000,00	131.880,00	450,00	85.036,00	500,00	96.880,00
B	Testa in metallo vari tipi, diametri e materiali	84,00	120,00	10.080,00		109,00		120,00	
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	56,00	300,00	16.800,00		230,00		300,00	

Totale punti offerta economica

40,00

35,11

Totale Punteggio

90,00

74,60

ANOMALA

PROTESI TOTALE D'ANCA PROTESI D'ANCA

LOTTO 8 Steli non cementati						CORMED	FINGERAMICA	LIMA	SAMO	SMITH NEPHEW	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER					
Totale punti idoneità tecnica						32,96	28,53	29,67	34,22	33,40	46,10	37,41					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo modulare, vari tipi, forme, misure e rivestimenti	164	800,00	131.200,00	456.720,00	750,00	374.560,00			799,00	381.936,00	800,00	420.400,00	760,00	384.120,00	700,00	365.040,00
B	Colli mobili serie completa	568	350,00	198.800,00		250,00				250,00		300,00		250,00		250,00	
C	Testa in metallo vari tipi, diametri e materiali	396	120,00	47.520,00		110,00		0,00	0,00	115,00		100,00		110,00		120,00	
D	Testa in ceramica vari tipi e diametri	264	300,00	79.200,00		250,00				240,00		300,00		280,00		230,00	
Totale punti offerta economica						40,00	Esclusa	Esclusa	39,23	35,64	39,00	41,04					
Totale Punteggio						72,96	Esclusa	Esclusa	73,45	69,04	85,10	78,45					

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 9 Cotili cementati						CORMED		GRUPPO BIOIMPIANTI		LIMA		LINK		MAJOR		MYRMEX		SAMO		SMITH NEPHEW		ZIMMER	
						Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
Totale punti idoneità tecnica						48,26		34,13		34,41		27,78		29,89		34,25		41,22		26,39		42,89	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Cotile cementato in polietilene	384	85,00	32.640,00	32.640,00	85,00	32640	80,00	30720	84,00	32256					75,00	28800	78,00	29952			70,00	26880
Totale punti offerta economica						32,94		35,00		33,33		Esclusa		Esclusa		37,33		35,90		Esclusa		40,00	
Totale Punteggio						81,20		69,13		67,74		Esclusa		Esclusa		71,58		77,11		Esclusa		82,89	
ANOMALA																							

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 10 Cotili cementati						CORMED	GRUPPO BIOIMPIANTI	LINK	PERMEDICA	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	NEUROMED	SINTEA PLUSTEK		
Totale punti idoneità tecnica						36,70	41,26	30,85	31,63	46,62					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
a	Cotile cementato in polietilene ritentivo	508	250,00	127.000,00	127.000,00	380,00	193040	130,00	66040			230,00	116840	180,00	91440
Totale punti offerta economica								40,00	Esclusa	22,61	28,89				
Totale Punteggio						Supera base asta		81,26	Esclusa	54,24	75,51				

Prodotto non conforme. Offerto "antiflussante" e non "a ritenzione"
 Prodotto non conforme. Offerto "antiflussante" e non "a ritenzione"
 Prodotto non conforme. Offerto "antiflussante" e non "a ritenzione"

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 11 Colli non cementati					ABC MEDICAL		ADLER ORTHO		BIOMET ITALIA		CITIEFFE		CORMED		FINCERAMICA		LIMA		MEDFIX		MYRMEK		NEUROMED		FERMEDICA		SMITH NEPHEW		STRYKER		WRIGHT MEDICAL		ZIMMER	
Totale punti idoneità tecnica					47,00		40,30		44,31		41,50		37,61		36,56		37,60		33,68		38,07		44,47		36,36		42,45		39,04		43,21		38,71	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Comp	Tot Totto	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	Unitario	Comp	
a	Colle a doppia articolari	1.000	850,00	850.000,00	1.100.000,00	850,00	1.100.000,00	797,00	807,50	846,00	820,00	849,00	849,00	849,00	849,00	898,25	891.800,00	835,00	830,00	840,00	840,00	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	900.000,00	900.000,00	840,00	840,00	600,00	750.000,00	
b	Inserito in polietilene	1.000	250,00	250.000,00	1.100.000,00	250,00	1.100.000,00	240,00	242,50	245,00	150,00	249,00	249,00	249,00	249,00	135,55	891.800,00	235,00	240,00	240,00	240,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	900.000,00	900.000,00	190,00	1.030.000,00	150,00		
Totale punti offerta economica					27,27		28,93		28,57		27,42		30,93		27,32		27,32		33,64		28,04		28,04		27,52		33,33		33,33		29,13		40,00	
Totale Punteggio					74,27		69,23		72,89		68,92		68,54		63,88		64,92		67,32		66,11		72,51		63,88		75,79		72,37		72,33		78,71	

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 12 Cotili non cementati	CORMED	MYRMEX	NEUROMED	ZIMMER
Totale punti idoneità tecnica	37,20	40,83	42,13	40,80

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Cotile ad espansione	964	900,00	867600,00	1.031.480,00	850,00	983.280,00	895,00	1.024.732,00	800,00	915.800,00	800,00	915.800,00
b	Inserto in polietilene	964	170,00	163880,00		170,00		168,00		150,00		150,00	

Totale punti offerta economica

	37,25	35,75	40,00	40,00
--	-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio

	74,46	76,58	82,13	80,80
--	-------	-------	-------	-------

--	--	--	--	--

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 13 Cotili non cementati	CITIEFFE	CORMED	JOHNSON & JOHNSON	LIMA
Totale punti idoneità tecnica	42,82	45,29	53,40	46,17

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Cotile avvitato di diverse forme e tipi diversi (emisferico)	48,00	750,00	36.000,00	43.200,00	745,00	42.888,00	750,00	43.200,00	700,00	39.840,00	749,00	43.104,00
b	Inserto in polietilene	48,00	150,00	7.200,00		148,50		150,00		130,00		149,00	

Totale punti offerta economica

37,16	36,89	40,00	36,97
-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio

79,98	82,18	93,40	83,15
-------	-------	-------	-------

ANOMALA

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 14 Cotili non cementati	CORMED	SMITH NEPHEW
Totale punti idoneità tecnica	33,67	54,50

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitari o	Compl	Tot lotto	Unitari o	Compl	Unitari o	Compl
a	Cotile avvitato di diverse forme e tipi diversi (emisferico)	48,00	750,00	36.000,00	43.200,00	750,00	43.200,00	700,00	40.800,00
b	Inserto in polietilene	48,00	150,00	7.200,00		150,00		150,00	

Totale punti offerta economica

37,78	40,00
-------	-------

Totale Punteggio

71,45	94,50
-------	-------

ANOMALA

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 15 Cotti non cementati				B. BRAUN MILAM	BONET ITALIA	CITIEFFE	COMMED	INCELANICA	GRUPPO INSTRUMENTI	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LIMK	MINIEX	NEPOMOD	SAMO	SINTELA PLASTER	SMITH NEPHEW	STRYKER	WIRTSCH MEDICAL	ZIMMER										
Totale parti dirotta tecnica				22,24	10,19	28,94	28,72	31,29	35,24	46,59	32,12	34,88	24,82	32,61	30,99	27,31	34,18	32,13	29,41	41,13										
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	UNITARI A	Compl	UNITARI A	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Colla pressa	1.592	750,00	1.194.000,00	1.496.480,00	595,00	712,50	749,00	700,00	600,00	749,00	600,00	749,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00	
B	Inserio in polietilene	1.592	750,00	238.800,00	1.496.480,00	110,00	1.122.360,00	145,50	1.427.705,60	149,00	1.490.112,00	100,00	1.321.360,00	130,00	1.225.840,00	149,00	1.490.112,00	129,00	1.203.552,00	129,00	1.203.552,00	150,00	1.385.040,00	150,00	1.257.880,00	150,00	1.353.200,00	150,00	1.353.200,00	
C	Viti eventuale	3.184	20,00	63.680,00	1.496.480,00	5,00	13,60	19,00	15,00	20,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Totale parti offerta economica				40,00	81,45	Edizia	Edizia	80,03	89,96	86,62	80,13	77,96	Edizia	72,87	Edizia	79,17	Edizia	74,41	Edizia	75,70	Edizia	73,88	Edizia	73,88	Edizia	73,88	Edizia	73,88	Edizia	73,88
Totale Patteggio				72,24	70,64	Edizia	Edizia	81,35	89,22	81,22	82,21	72,18	Edizia	65,48	Edizia	76,16	Edizia	71,20	Edizia	67,87	Edizia	70,36	Edizia	70,36	Edizia	70,36	Edizia	70,36	Edizia	70,36

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 16
Cotili non cementati

BIOMET ITALIA

JOHNSON & JOHNSON

STRYKER

CORMED

LIMA

MYRMEX

SINTEA PLUSTEK

SMITH NEPHEW

ZIMMER

Totale punti idoneità tecnica

40,09

55,00

37,25

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile con macrostruttura	1.220	1000,00	1.220.000,00	1.451.800,00	950,00	1.383.846,00	820,00	1.207.800,00	900,00	1.329.800,00
B	Insero in polietilene	1.220	150,00	183.000,00		145,50		130,00		150,00	
C	Vite/i eventuale/i	2.440	20,00	48.800,00		19,40		20,00		20,00	

Totale punti offerta economica

34,91

40,00

36,33

Totale Punteggio

75,00

95,00

73,58

ANOMALA

Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico.
 Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico.
 Prodotto non conforme. Offerto colite a press-fit e non a macrostruttura.
 Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico.
 Manca scheda tecnica.
 Prodotto non conforme. Macrostruttura non rispondente alle caratteristiche richieste dal Capitolato tecnico.

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 17 Componenti femorali da primo impianto non cementati					EL BRALINI MILANO		BIORET ITALIA		CORMED		GRUPPO BOMPILANTI		JOHNSON & JOHNSON		LMA		MYRMEK		PERMEDICA		SALCO		SINTEA PLUSTEK		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER	
					Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitari o	Compl	Unitari o	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
Totale punti idoneità tecnica					35,39		35,19		28,90		27,84		43,07		39,74		34,58		38,66		29,52		25,63		38,26		38,98		41,97	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitari o	Compl	Unitari o	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Stelo retto a press-fit metalisano	1.596	1000,00	1.596.000,00		800,00	950,00							700,00	898,00			735,00	730,00					750,00	950,00			850,00		
B	Testa in metallo vari tip. diametri e materiali	956	120,00	114.720,00		120,00	116,40							110,00	119,00			115,00	120,00					100,00	120,00			120,00		
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	640	300,00	192.000,00	3.786.000,00	300,00	291,00							290,00	299,00			285,00	300,00					300,00	300,00			300,00		
D	Collie a press-fit	1.596	840,00	1.340.640,00		835,00	795,00							820,00	749,00			685,00	840,00					700,00	700,00			750,00		
E	Inserito in polietilene di lunga durata	1.596	300,00	478.800,00		110,00	231,00							250,00	239,00			235,00	300,00					190,00	120,00			220,00		
F	Vite eventuali	3.192	20,00	63.840,00		5,00	19,40							20,00	19,00			5,00	0,00					10,00	20,00			0,00		
Totale punti offerta economica					40,00		29,98		Esclusa		Esclusa		34,08		31,20		35,76		32,92		Esclusa		Esclusa		36,89		33,91		31,81	
Totale Punteggio					75,39		65,18		Esclusa		Esclusa		77,14		70,93		70,35		71,58		Esclusa		Esclusa		75,15		72,89		73,78	

**PROTESI D'ANCA
PROTESI TOTALE D'ANCA**

LOTTO 19 Componenti femorali da primo impianto non cementati	ABC MEDICAL	CORMED	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SINTEA PLUSTEK	STRYKER
	Totale punti idoneità tecnica	29,65	27,65	37,97	29,29	35,30	43,30	24,18

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl				
A	Stelo anatomico	120	1300,00	156.000,00	320.640,00	1100,00	289.440,00			1150,00	293.040,00	1299,00	309.120,00	1000,00	229.608,00	1000,00	278.640,00			900,00	222.240,00				
B	Testa in metallo vari tipi, diametri e materiali	72	120,00	8.640,00		120,00				110,00				119,00				109,00		110,00					120,00
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	48	300,00	14.400,00		300,00				290,00				299,00				230,00		295,00					300,00
D	Cotile a press-fit	120	840,00	100.800,00		840,00				820,00				749,00				600,00		800,00					600,00
E	Inserito in polietilene di lunga durata	120	300,00	36.000,00		280,00				250,00				299,00				120,00		300,00					120,00
F	Vite/i eventuale/i	240	20,00	4.800,00		0,00				20,00				19,00				18,00		19,00					20,00

Totale punti offerta economica	Esclusa	Esclusa	30,34	Esclusa	38,72	31,90	Esclusa	40,00
---------------------------------------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-------

Totale Punteggio	Esclusa	Esclusa	68,31	Esclusa	74,02	75,20	Esclusa	76,25
-------------------------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-------

4	3	2	1
---	---	---	---

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 20 Componenti femorali da primo impianto a preservazione						BIOMET ITALIA	ZIMMER	B. BRAUN MILANO	JOHNSON & JOHNSON	SMITH NEPHEW
Totale punti idoneità tecnica						46,06	58,54			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macros Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non
A	Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	508	1200,00	609.600,00	1.490.080,00	1140,00	1.420.993,60	1200,00	1.414.360,00	
B	Testa in metallo vari tipi e diametri	304	120,00	36.480,00		116,40		120,00		
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	204	300,00	61.200,00		291,00		230,00		
D	Cotile con macrostruttura	508	1200,00	609.600,00		1140,00		1150,00		
E	Inserto in polietilene di lunga durata	508	300,00	152.400,00		291,00		270,00		
F	Vite/i eventuale/i	1.040	20,00	20.800,00		19,40		0,00		
Totale punti offerta economica						39,81	40,00			
Totale Punteggio						85,87	98,54			
							ANOMALA			

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 21 Componenti femorali da primo impianto a preservazione	Max punti	Parametri di valutazione	LINK	SMITH NEPHEW
Tipologia di confezionamento	2	Rigido Morbido, deformabile	Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura	Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e non con macrostruttura
Possibilità di apertura della confezione	2	Massima facilità Limitata facilità		
Stelo non cementato a risparmio totale di collo	11	Varietà taglie <i>Punteggio</i>		
Testa in metallo	2,5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di diametri <i>Punteggio</i>		
Testa in ceramica	2,5	Varietà del materiale <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di lunghezze <i>Punteggio</i>		
	2,5	Varietà di diametri <i>Punteggio</i>		
Cotile con macrostruttura	5	Diversi tipi e materiali <i>Punteggio</i>		
	5	Diversi diametri <i>Punteggio</i>		
Follow-up clinico: anno di introduzione nel mercato internazionale	4	Anno di introduzione <i>Punteggio</i>		
		N° anni <i>Punteggio</i>		
Follow-up clinico: numero impianti in Italia	4	N° impianti <i>Punteggio</i>		
		N° agenti <i>Punteggio</i>		
Numero agenti operanti nel territorio della Regione Liguria	2	<i>Punteggio</i>		
Strumentario	8	<i>Punteggio</i>		
Navigazione computerizzata	2	Si 2 punti		
		No 0 punti <i>Punteggio</i>		
Totale punti idoneità tecnica				

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA

LOTTO 22 Componenti femorali da primo impianto per displasia						BIOMET ITALIA	PERMEDICA	MYRMEX	SMITH NEPHEW		
Totale punti idoneità tecnica						56,00					
	Totale punti offerta economica					40,00	Prodotto non conforma. Cotile non a macrostruttura Prodotto non conforma. Trattasi di press-fit e non di ma Prodotto non conforma. Trattasi di press-fit e non di ma				
	Totale Punteggio					96,00					
Totale Punteggio						ANOMALA					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario				Compl	
A	Stelo retto non cementato a sezione conica	196	1100,00	215.600,00	555.360,00	1045,00				529.683,20	
B	Testa in metallo vari tipi, diametri e materiali	116	120,00	13.920,00		116,40					
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	80	300,00	24.000,00		291,00					
D	Cotile con macrostruttura	196	1200,00	235.200,00		1140,00					
E	Inserto in polietilene di lunga durata	196	300,00	58.800,00		291,00					
F	Vite/i eventuale/i	392	20,00	7.840,00		19,40					

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 23 Sistema da primo impianto non cementato				B. BRAUN MILANO		BIOMET ITALIA		CORIMED		FINCERAMICA		GRUPPO BIOCIMPIANTI		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		LINK		MYRMEK		NEUROMED		SAMO		SINTEA PLUSTEK		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER	
				Totale punti idoneità tecnica		34,18		32,05		28,82		27,22		28,41		38,60		34,41		24,88		28,28		28,07		33,30		24,02		37,43		36,02	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
A	Stelo retto press fit metal	148	1200,00	215.800,00	555.360,00	800,00		950,00						1150,00		899,00								850,00				900,00		950,00		950,00	
B	testa ceramica	588	350,00	13.920,00			300,00		291,00						290,00		299,00								300,00			300,00		300,00		350,00	
C	cotile press fit	148	840,00	24.000,00			585,00	430.220,00	798,00	481.493,60					820,00	513.880,00	749,00	472.552,00							600,00	439.544,00		700,00	460.560,00	700,00	473.880,00	800,00	509.200,00
D	inserto ceramica	148	320,00	235.200,00			320,00		310,40						310,00		319,00								300,00			300,00		320,00		300,00	
E	vitri (eventi)	296	20,00	58.800,00			5,00		19,40						20,00		19,00								5,00			10,00		20,00		0,00	
Totale punti offerta economica					40,00		35,74		Esclusa	Esclusa	Esclusa		33,49		36,42		Esclusa	Esclusa	Esclusa		30,15		Esclusa		37,36		36,31		33,80				
Totale Punteggio					74,18		67,79		Esclusa	Esclusa	Esclusa		72,28		70,83		Esclusa	Esclusa	Esclusa		72,46		Esclusa		74,80		72,34		71,06				

**PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA**

LOTTO 24 Sistema da primo impianto non cementato				ABC MEDICAL		BIOMET ITALIA		CORMED		FINCERAMICA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		MYRMEK		NEUROMED		SAMO		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER		MAJOR	
Totale punti idoneità tecnica				32,19		32,14		27,92		23,82		44,63		36,88		29,55		25,42		25,32		34,41		29,78		47,27			
DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
Stelo retto a press-fit meta-diafisario	8	1200,00	9.600,00		1100,00		950,00						990,00		899,00						750,00						900,00		
Testa in ceramica	8	350,00	2.800,00		300,00		291,00						290,00		299,00						300,00						350,00		
Cottile a press-fit	8	840,00	6.720,00	22.000,00	840,00	20.160,00	798,00	19.105,60		Esclusa		Esclusa	820,00	19.600,00	749,00	18.432,00		Esclusa		Esclusa		Esclusa		700,00	16.560,00		Esclusa	800,00	18.800,00
Insero in ceramica	8	320,00	2.560,00		280,00		310,40						310,00		319,00						300,00						300,00		
Vite/i eventuale/i	16	20,00	320,00		0,00		19,40						20,00		19,00						10,00						0,00		
Totale punti offerta economica				32,86		34,67		Esclusa		Esclusa		33,80		35,94		Esclusa		Esclusa		Esclusa		40,00		Esclusa		35,23			
Totale Punteggio				65,05		66,81		Esclusa		Esclusa		78,43		72,82		Esclusa		Esclusa		Esclusa		74,41		Esclusa		82,51			
												2		4								3				1			

Dati esclusi. Non presentati campionatura

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 25 Sistema da primo impianto non cementato						BIOMET ITALIA	LIMA	STRYKER	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	MYRMEK	SMITH & NEPHEW	
Totale punti idoneità tecnica						35,60	35,03	40,23	58,33				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo retto a press-fit metafisario	1.768	1200,00	2.121.600,00	5.498.320,00	950,00	4.826.838,40	899,00	4.868.920,00	950,00	4.437.520,00	1150,00	5.215.600,00
B	Testa in ceramica	1.768	350,00	618.800,00		291,00		299,00		300,00		350,00	
C	Cotile con macrostruttura	1.768	1200,00	2.121.600,00		1140,00		1199,00		900,00		1150,00	
D	Inserto in ceramica	1.768	320,00	565.760,00		310,40		319,00		320,00		300,00	
E	Vite/i eventuale/i	3.528	20,00	70.560,00		19,40		19,00		20,00		0,00	
Totale punti offerta economica						36,77	36,46	40,00	34,03				
Totale Punteggio						72,38	71,49	80,23	92,37				
									ANOMALA				

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macr

Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit e n

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macr

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 26 Sistema da primo impianto non cementato					BIOMET ITALIA	LIMA	PERMEDICA	STRYKER	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	MYRMEX	SMITH NEPHEW			
Totale punti idoneità tecnica					36,63	39,72	31,39	35,97	54,40						
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
A	Stelo retto a press-fit meta-diafisario	268	1200,00	321.600,00	833.880,00	950,00		899,00		900,00		750,00			
B	Testa in ceramica	268	350,00	93.800,00		291,00		299,00		300,00		300,00			
C	Cotile con macrostruttura	268	1200,00	321.600,00		1140,00	732.081,60	1199,00	738.452,00	1100,00	696.800,00	900,00	619.480,00	1150,00	723.600,00
D	Inserto in ceramica	268	320,00	85.760,00		310,40		319,00		300,00		320,00		300,00	
E	Vite/i eventuale/i	556	20,00	11.120,00		19,40		19,00		0,00		20,00		0,00	
Totale punti offerta economica						33,85		33,56		35,56		40,00		34,24	
Totale Punteggio						70,48		73,27		66,95		75,97		88,64	
													ANOMALA		

Prodotto non conforme. Offerto colite non con ma
 Prodotto non conforme. Offerto colite non con ma
 Prodotto non conforme. Offerto colite non con ma

**PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA**

LOTTO 27 Sistema da primo impianto non cementato					ABC MEDICAL		FINCERAMICA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		LINK		NEUROMED		SINTEA PLUSTEK		STRYKER			
					Totale punti idoneità tecnica		29,75		29,12		37,26		29,84		31,13		39,80		23,44		34,65	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Stelo anatomico	20	1300,00	26.000,00	57.000,00	1100,00	Esclusa	1230,00	Esclusa	1150,00	52.200,00	1299,00	Esclusa	1000,00	42.800,00	1000,00	46.660,00		Esclusa	900,00	45.200,00	
B	Testa in ceramica	20	350,00	7.000,00		300,00		340,00		290,00		230,00		295,00		300,00						
C	Cotile a press-fit	20	840,00	16.800,00		840,00		830,00		820,00		749,00		600,00		700,00		700,00		700,00		700,00
D	Inserto in ceramica	20	320,00	6.400,00		280,00		310,00		310,00		319,00		310,00		300,00		320,00		320,00		
E	Vite/i eventuale/i	40	20,00	800,00		0,00		19,00		20,00		19,00		0,00		19,00		20,00				
Totale punti offerta economica										32,80				40,00		36,69				37,88		
Totale Punteggio										70,06				71,13		76,49				72,52		
										4				3		1				2		

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA

LOTTO 28

Sistema da primo impianto non cementato

LIMA

STRYKER

JOHNSON & JOHNSON

Totale punti idoneità tecnica

45,62

52,75

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo anatomico	20	1300,00	26.000,00	64.200,00	1299,00	63.080,00	900,00	49.200,00
B	Testa in ceramica	20	350,00	7.000,00		299,00		300,00	
C	Cotile con macrostruttura	20	1200,00	24.000,00		1199,00		900,00	
D	Inserto in ceramica	20	320,00	6.400,00		319,00		320,00	
E	Vite/i eventuale/i	40	20,00	800,00		19,00		20,00	

Totale punti offerta economica

31,20

40,00

Totale Punteggio

76,82

92,75

ANOMALA

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macro

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 29 Sistema ibrido da primo impianto con stelo cementato						ABC MEDICAL	CORMED		FINCERAMICA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		MYRMEX		NEUROMED		SAMO		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER		MAJOR		
Totale punti idoneità tecnica						27,30	26,99		25,92		45,06		28,83		29,63		29,70		28,72		30,15		32,95		36,45				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
A	Stelo anatomico	88	1300,00	156.000,00	320.640,00							500,00																	
B	Testa in metallo vari tipi, diametri e materiali	88	120,00	8.640,00									0,00																
C	Testa in ceramica vari tipi e diametri	88	350,00	14.400,00									290,00																
D	Cottile a press-fit	88	840,00	100.800,00									820,00																
E	Inserito in polietilene di lunga durata	88	320,00	36.000,00									310,00																
F	Vite/i eventuale/i	176	20,00	4.800,00									20,00																
Totale punti offerta economica						Esclusa	Esclusa		Esclusa		35,71		Esclusa		Esclusa		Esclusa		Esclusa		Esclusa		40,00		38,25				
Totale Punteggio						Esclusa	Esclusa		Esclusa		80,77		Esclusa		Esclusa		Esclusa		Esclusa		Esclusa		72,95		74,70				
						1												3						2					

Ditta esclusa: CAMPIONATURA NON PRESENTATA

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 30 Sistema ibrido da primo impianto con stelo cementato					LIMA	PERMEDICA	STRYKER	ZIMMER	JOHNSON & JOHNSON	MYRMEX	SMITH NEPHEW		
Totale punti idoneità tecnica					36,80	35,77	43,63	52,46					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo retto lucido o con macrostrutture	40	540,00	21.600,00	99.600,00	449,00	92.160,00	520,00	88.800,00	490,00	82.000,00	450,00	90.000,00
B	Centralizzatore (eventuale)	40	40,00	1.600,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
C	Testa in ceramica	40	350,00	14.000,00		299,00		300,00		300,00		300,00	
D	Cotile con macrostruttura	40	1200,00	48.000,00		1199,00		1100,00		900,00		900,00	
E	Inserto in ceramica	40	320,00	12.800,00		319,00		300,00		320,00		300,00	
F	Vite/i eventuale/i	80	20,00	1.600,00		19,00		0,00		20,00		0,00	
Totale punti offerta economica					35,59	36,94	40,00	36,44					
Totale Punteggio					72,39	72,71	83,63	88,91					
					ANOMALA								

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con macrostrutture

Prodotto non conforme. Offerto cotile senza macrostrutture

Prodotto non conforme. Offerto cotile senza macrostrutture

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 31					Sistema		ABC MEDICAL	LINK	STRYKER		
ibrido da primo impianto con stelo cementato											
Totale punti idoneità tecnica							37,61	47,54	37,85		
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo anatomico	48	1300,00	62.400,00	138.720,00	900,00	111.360,00	450,00	76.320,00	500,00	84.480,00
B	Centralizzatore (eventuale)	48	40,00	1.920,00		0,00		0,00			
C	Testa in ceramica	48	350,00	16.800,00		300,00		230,00			
D	Cotile a press-fit	48	840,00	40.320,00		840,00		600,00			
E	Inserto in ceramica	48	320,00	15.360,00		280,00		310,00			
F	Vite/i eventuale/i	96	20,00	1.920,00		0,00		0,00			
Totale punti offerta economica							27,41	40,00	36,14		
Totale Punteggio							65,03	87,54	73,99		

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 32

ibrido da primo impianto con stelo cementato

Sistema

STRYKER

Totale punti idoneità tecnica

54,00

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl
A	Stelo anatomico	48	1300,00	62.400,00	156.000,00	500,00	98.880,00
B	Centralizzatore (eventuale)	48	40,00	1.920,00		0,00	
C	Testa in ceramica	48	350,00	16.800,00		300,00	
D	Cotile con macrostruttura	48	1200,00	57.600,00		900,00	
E	Inserto in ceramica	48	320,00	15.360,00		320,00	
F	Vite/i eventuale/i	96	20,00	1.920,00		20,00	

Totale punti offerta economica

40,00

Totale Punteggio

94,00

ANOMALA

**PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA**

LOTTO 33 Sistema da primo impianto a preservazione					B. BRAUN MILANO		BIOMET ITALIA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		NEUROMED		SMITH NEPHEW		ZIMMER		
					Totale punti idoneità tecnica		36,18		33,18		40,13		30,12		29,83		35,06		51,42
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	376	1350,00	507.600,00	1.090.400,00	980,00	825.320,00	1248,75	1.010.293,20	1300,00	1.037.760,00		Esclusa		Esclusa	950,00	853.520,00	1200,00	996.400,00
B	Testa in ceramica	376	350,00	131.600,00		300,00		291,00		290,00		300,00		350,00					
C	Cotile a press-fit	376	840,00	315.840,00		585,00		798,00		820,00		700,00		800,00					
D	Inserito in ceramica	376	320,00	120.320,00		320,00		310,40		310,00		300,00		300,00					
E	Vite/i eventuale/i	752	20,00	15.040,00		5,00		19,40		20,00		10,00		0,00					
Totale punti offerta economica					40,00	32,68	31,81	Esclusa	Esclusa	38,68	33,13								
Totale Punteggio					76,18	65,85	71,95	Esclusa	Esclusa	73,74	84,55								
																			ANOMALA

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 34 Sistema da primo impianto a preservazione						BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER	SMITH NEPHEW	JOHNSON & JOHNSON	
Totale punti idoneità tecnica						37,34	32,58	56,00			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo non cementato a risparmio parziale di collo	760	1350,00	1.026.000,00	2.716.800,00	1248,75	2.529.226,00	1310,00	2.644.440,00	1200,00	2.510.000,00
B	Testa in ceramica	760	350,00	266.000,00		291,00		299,00		350,00	
C	Cotile con macrostruttura	960	1200,00	1.152.000,00		1140,00		1199,00		1150,00	
D	Inserto in ceramica	760	320,00	243.200,00		310,40		319,00		300,00	
E	Vite/i eventuale/i	1.480	20,00	29.600,00		19,40		19,00		0,00	
Totale punti offerta economica						39,70	37,97	40,00			
Totale Punteggio						77,04	70,55	96,00			
								ANOMALA			

Prodotto non conforme. Offerto cotile senza mac

Prodotto non conforme. Offerto cotile non con me

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 35					Sistema					
da primo impianto a preservazione					LINK	PERMEDICA	ADLER ORTHO	LIMA	SMITH NEPHEW	
Totale punti idoneità tecnica					52,75	47,03				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Prodotto non idoneo. Stelo non a risparmio totale
A	Stelo non cementato a risparmio totale di collo	196	1700,00	333.200,00	637.000,00	1190,00	456.680,00	1700,00	615.440,00	
B	Testa in ceramica	196	350,00	68.600,00		230,00		300,00		
C	Cotile a press-fit	196	840,00	164.640,00		600,00		840,00		
D	Inserto in ceramica	196	320,00	62.720,00		310,00		300,00		
E	Vite/i eventuale/i	392	20,00	7.840,00		0,00		0,00		
Totale punti offerta economica					40,00	29,68				Prodotto non idoneo. Stelo non a risparmio totale
Totale Punteggio					92,75	76,71				
					ANOMALA					

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 36 Sistema da primo impianto a preservazione					ADLER ORTHO	LIMA	PERMEDICA	SMITH NEPHEW	
Totale punti idoneità tecnica					52,75	49,77			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo non cementato a risparmio totale di collo	648	1700,00	1.101.600,00	2.339.280,00	1590,00	2.261.520,00	1310,00	2.050.920,00
B	Testa in ceramica	648	350,00	226.800,00		345,00		299,00	
C	Cotile con macrostruttura	648	1200,00	777.600,00		1200,00		1199,00	
D	Inserto in ceramica	648	320,00	207.360,00		315,00		319,00	
E	Vite/i eventuale/i	1.296	20,00	25.920,00		20,00		19,00	
Totale punti offerta economica					36,28	40,00			
Totale Punteggio					89,03	89,77			
					ANOMALA	ANOMALA			

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 37 Sistema da primo impianto per displasia	ADLER ORTHO	BIOMET ITALIA	LIMA	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Totale punti idoneità tecnica	37,80	38,74	40,16	37,36	42,94	57,25

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Stelo non cementato a sezione conica	124	1400,00	173.600,00	347.200,00	1400,00	345.520,00	1330,00	798,00	1399,00	330.836,00	1099,00	284.676,00	1100,00	700,00	1350,00	284.240,00	1350,00
B	Testa in ceramica	112	350,00	39.200,00		345,00		291,00		299,00		325,00		300,00		350,00		
C	Cotile a press-fit	112	840,00	94.080,00		835,00		798,00		749,00		685,00		700,00		800,00		
D	Inserto in ceramica	112	320,00	35.840,00		315,00		310,40		319,00		305,00		300,00		300,00		
E	Vite/i eventuale/i	224	20,00	4.480,00		20,00		19,40		19,00		5,00		10,00		0,00		

Totale punti offerta economica	32,91	34,88	34,37	39,94	40,00	34,47
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio	70,71	73,62	74,53	77,30	82,94	91,72
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio	70,71	73,62	74,53	77,30	82,94	ANOMALA
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA CERAMICA-CERAMICA

LOTTO 38 Sistema da primo impianto per displasia					BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER	MYRMEX	PERMEDICA	SMITH NEPHEW		
Totale punti idoneità tecnica					41,24	42,29	58,00					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Prodotto non conforme. Offerto cotile a press-fit Prodotto non conforme. Non macrostruttura Prodotto non conforme. Non macrostruttura
A	Stelo non cementato a sezione conica	100	1400,00	140.000,00	331.000,00	1330,00	311.020,00	1399,00	325.400,00	1350,00	315.000,00	
B	Testa in ceramica	100	350,00	35.000,00		291,00		299,00		350,00		
C	Cotile con macrostruttura	100	1200,00	120.000,00		1140,00		1199,00		1150,00		
D	Inserto in ceramica	100	320,00	32.000,00		310,40		319,00		300,00		
E	Vite/i eventuale/i	200	20,00	4.000,00		19,40		19,00		0,00		
Totale punti offerta economica					40,00	38,23	39,49					
Totale Punteggio					81,24	80,52	97,49					
							ANOMALA					

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 40 Sistema da primo impianto non cementati					BIOMET ITALIA	LIMA	MYRMEX	JOHNSON & JOHNSON	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Totale punti idoneità tecnica					51,69	48,05				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Prodotto non conforme. Non macrostruttura Prodotto non conforme. Non macrostruttura Prodotto non conforme. Non macrostruttura Prodotto non conforme. Non macrostruttura
A	Stelo retto a press-fit metafisario e/o meta-diafisario	400	1200,00	480.000,00	1.376.000,00	950,00	1.014.480,00	899,00	1.234.400,00	
B	Testa metallo-metallo	400	500,00	200.000,00		116,40		450,00		
C	Cotile con macrostruttura monoblocco o con inserto	400	1700,00	680.000,00		1431,00		1699,00		
D	Vite/i eventuale/i	800	20,00	16.000,00		19,40		19,00		
Totale punti offerta economica					40,00	32,87				
Totale Punteggio					91,69	80,92				
					ANOMALA	ANOMALA				

PROTESI D'ANCA

SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

<p>LOTTO 41 Sistema da primo impianto non cementati</p>	<p>FINCERAMICA</p>	<p>JOHNSON & JOHNSON</p>	<p>LIMA</p>
Totale punti idoneità tecnica	39,66	51,33	34,49

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo anatomico	56	1350,00	75.600,00	187.040,00	1230,00	176.960,00	1150,00	165.760,00	1299,00	170.016,00
B	Testa metallo-metallo	56	500,00	28.000,00		490,00		450,00		450,00	
C	Cotile a press-fit monoblocco o con inserto	56	1450,00	81.200,00		1440,00		1320,00		1249,00	
D	Vite/i eventuale/i	112	20,00	2.240,00		0,00		20,00		19,00	

Totale punti offerta economica

37,47	40,00	39,00
-------	-------	-------

Totale Punteggio

77,13	91,33	73,49
-------	-------	-------

ANOMALA

PROTESI D'ANCA METALLO

LOTTO 42

Sistema da primo impianto non cementati

LIMA

JOHNSON & JOHNSON

Totale punti idoneità tecnica

53,50

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl
A	Stelo anatomico	48	1350,00	64.800,00	172.320,00	1299,00	167.328,00
B	Testa metallo-metallo	48	500,00	24.000,00		450,00	
C	Cotile con macrostruttura monoblocco o con inserto	48	1700,00	81.600,00		1699,00	
D	Vite/i eventuale/i	96	20,00	1.920,00		19,00	

Totale punti offerta economica

40,00

Totale Punteggio

93,50

ANOMALA

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA
SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 43 da primo impianto a preservazione					Sistema				BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	PERMEDICA	SMITH NEPHEW	ZIMMER				
					Totale punti idoneità tecnica				31,07	38,53	26,72	32,14	37,75	50,65				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Stelo non cementato a risparmio totale e/o parziale di collo	12	1350,00	16.200,00	40.080,00	1248,75	37.671,00	1300,00	37.320,00	Esclusa	1100,00	34.440,00	950,00	32.880,00	1200,00	36.600,00	0,00	0,00
B	Testa metallo-metallo	12	500,00	6.000,00		475,00		450,00			430,00		450,00					
C	Cotile a press-fit monoblocco o con inserto	12	1450,00	17.400,00		1377,50		1320,00			1340,00		1300,00					
D	Vite/i eventuale/i	24	20,00	480,00		19,00		20,00			0,00		20,00					
Totale punti offerta economica						34,91	35,24	Esclusa	38,19	40,00	35,93							
Totale Punteggio						65,98	73,77	Esclusa	70,33	77,75	86,59							
															ANOMALA			

LOTTO 44

primo impianto a preservazione

Sistema da

BIOMET ITALIA

LIMA

PERMEDICA

JOHNSON & JOHNSON

SMITH NEPHEW

ZIMMER

Totale punti idoneità tecnica

51,55

41,59

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo non cementato a risparmio totale e/o parziale di collo	452	1350,00	610.200,00	1.621.400,00	1248,75	1.280.155,80	1310,00	1.579.428,00
B	Testa metallo-metallo	452	500,00	226.000,00		116,40		450,00	
C	Cotile con macrostruttura monoblocco o con inserto	452	1700,00	768.400,00		1431,00		1699,00	
D	Vite/i eventuale/i	840	20,00	16.800,00		19,40		19,00	

Totale punti offerta economica

40,00

32,42

Totale Punteggio

91,55

74,01

ANOMALA

Prodotto non conforme. Non macrostruttura

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 45 Sistema da primo impianto per displasia	BIOMET ITALIA	LIMA	MYRMEX	SMITH NEPHEW	ZIMMER
Totale punti idoneità tecnica	33,97	34,93	35,75	44,38	54,82

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl								
A	Stelo retto non cementato a sezione conica	12	1400,00	16.800,00	40.680,00	1330,00	38.646,00	1399,00	37.632,00	1099,00	33.948,00	1100,00	34.680,00	1350,00	38.400,00
B	Testa metallo-metallo	12	500,00	6.000,00		475,00		450,00		435,00		450,00			
C	Cotile a press-fit monoblocco o con inserto	12	1450,00	17.400,00		1377,50		1249,00		1285,00		1300,00			
D	Vite/i eventuale/i	24	20,00	480,00		19,00		19,00		5,00		20,00			
Totale punti offerta economica						35,14	36,08	40,00	39,16	35,36					
Totale Punteggio						69,10	71,01	75,75	83,54	90,18					
											ANOMALA				

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 46 Sistema da primo impianto per displasia						BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER	MYRMEK	SMITH NEPHEW	
Totale punti idoneità tecnica						41,24	37,54	58,00			
						Prodotto non conforme. Offerto colite a press-fit e non con r		Prodotto non conforme. Non macrostruttura			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Stelo retto non cementato a sezione conica	332	1400,00	464.800,00	1.258.280,00	1330,00	1.080.892,40	1399,00	1.190.552,00	1350,00	1.178.600,00
B	Testa metallo-metallo	332	500,00	166.000,00		116,40		450,00		450,00	
C	Cotile con macrostruttura monoblocco o con inserto	332	1200,00	398.400,00		1140,00		1199,00		1150,00	
D	Inserto metallo-metallo	332	650,00	215.800,00		630,50		500,00		600,00	
E	Vite/i eventuale/i	664	20,00	13.280,00		19,40		19,00		0,00	
Totale punti offerta economica						40,00	36,32	36,68			
Totale Punteggio						81,24	73,86	94,68			
								ANOMALA			

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA METALLO-METALLO

LOTTO 47 Protesi di superficie						BIOMET ITALIA	SMITH NEPHEW	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER				
Totale punti idoneità tecnica						49,90	48,98	47,41	46,97				
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile grande diametro monoblocco metallo-metallo	80	1530,00	122.400,00	234.400,00	1453,50	222.680,00	1300,00	176.000,00	1400,00	176.000,00	1500,00	224.000,00
B	Componente femorale di superficie	80	1400,00	112.000,00		1330,00		900,00		800,00		1300,00	
Totale punti offerta economica						31,61	40,00	40,00	31,43				
Totale Punteggio						81,52	88,98	87,41	78,40				
						ANOMALA							

PROTESI D'ANCA SISTEMA PROTESICO D'ANCA

LOTTO 48 Protesi di superficie

LIMA

SMITH NEPHEW

Totale punti idoneità tecnica

40,54

52,50

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile grande diametro monoblocco metallo-metallo	60	1530,00	91.800,00	199.800,00	1500,00	195.000,00	1300,00	168.000,00
B	Componente femorale emicefalica	60	1800,00	108.000,00		1750,00		1500,00	

Totale punti offerta economica

34,46

40,00

Totale Punteggio

75,00

92,50

ANOMALA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 52 Componenti acetabolari non cementati da revisione						BIOMET ITALIA	LIMA	ZIMMER			
Totale punti idoneità tecnica						31,54	36,08	57,50			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile emisferico	228	1300,00	296.400,00	498.240,00	1235,00	474.732,80	1199,00	464.932,00	1300,00	469.360,00
B	Inserto in polietilene	188	300,00	56.400,00		291,00		299,00		270,00	
C	Vite/i eventuale/i	692	20,00	13.840,00		19,40		19,00		0,00	
D	Spessori	188	700,00	131.600,00		665,00		650,00		650,00	
Totale punti offerta economica						39,17	40,00	39,62			
Totale Punteggio						70,72	76,08	97,12			
						ANOMALA					

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 53 Componenti acetabolari non cementati da revisione						CITIEFFE	LINK	ZIMMER			
Totale punti idoneità tecnica						39,69	52,00	37,89			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile con possibilità a presa iliaca (fittone/i)	52	2000,00	104.000,00	119.600,00	1705,00	104.104,00	1500,00	88.400,00	1900,00	112.840,00
B	Inserto in polietilene	52	300,00	15.600,00		297,00		200,00		270,00	
Totale punti offerta economica						33,97	40,00	31,34			
Totale Punteggio						73,66	92,00	69,22			
							ANOMALA				

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 54 Componenti acetabolari non cementati da revisione						JOHNSON & JOHNSON	SAMO	SMITH NEPHEW			
Totale punti idoneità tecnica						53,37	33,38	33,32			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile a forma non emisferica	56	2100,00	117.600,00	128.400,00	1150,00	73.400,00	600,00	37.560,00	1800,00	111.600,00
B	Inserto in polietilene	36	300,00	10.800,00		250,00		110,00		300,00	
Totale punti offerta economica						20,47	40,00	13,46			
Totale Punteggio						73,84	73,38	46,78			

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 55 Componenti acetabolari non cementati da revisione					CORMED	JOHNSON & JOHNSON	SAMO	ZIMMER					
Totale punti idoneità tecnica					38,75	45,00	31,33	39,19					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Cotile a press-fit	72	1200,00	86.400,00	112.080,00	1100,00	101.280,00	1150,00	104.880,00	600,00	52.140,00	1150,00	103.680,00
B	Inserto in polietilene a ritenzione diversi diametri	72	300,00	21.600,00		250,00		250,00		110,00		290,00	
C	Vite/i eventuale/i	204	20,00	4.080,00		20,00		20,00		5,00		0,00	
Totale punti offerta economica					20,59	19,89	40,00	20,12					
Totale Punteggio					59,34	64,89	71,33	59,30					

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 56 Anelli e griglie di sostegno						GRUPPO BIOIMPIANTI	MYRMEX		SAMO		SMITH NEPHEW		ZIMMER		
Totale punti idoneità tecnica						41,45	41,62		49,25		45,56		58,00		
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Anello semplice di sostegno diversi diametri	132	350,00	46.200,00	56.520,00	300,00	44.687,76	315,00	49.320,00	299,00	42.048,00	300,00	44.760,00	340,00	44.880,00
B	Vite/i eventuale/i	516	20,00	10.320,00		9,86	15,00	5,00	10,00	0,00					
Totale punti offerta economica						37,64	34,10		40,00		37,58		37,48		
Totale Punteggio						79,09	75,72		89,25		83,14		95,48		
								ANOMALA				ANOMALA			

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 57 Anelli e griglie di sostegno						SAMO	SMITH NEPHEW		
Totale punti idoneità tecnica						51,65	41,68		
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Anello con varie possibilità di ancoraggio	136	600,00	81.600,00	87.760,00	399,00	55.804,00	300,00	43.880,00
B	Vite/i eventuale/i	308	20,00	6.160,00		5,00		10,00	
Totale punti offerta economica						31,45	40,00		
Totale Punteggio						83,11	81,68		

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 58						Anelli		LIMA		ZIMMER	
e griglie di sostegno											
Totale punti idoneità tecnica						50,94		53,50			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
A	Griglia complessa	32	700,00	22.400,00	24.640,00	630,00	22.288,00	650,00	20.800,00		
B	Vite/i eventuale/i	112	20,00	2.240,00		19,00		0,00			
Totale punti offerta economica						37,33		40,00			
Totale Punteggio						88,27		93,50			
						ANOMALA		ANOMALA			

PROTESI D'ANCA PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 59 Anelli e griglie di sostegno						CORMED	LINK	MYRMEX	SAMO	ZIMMER					
Totale punti idoneità tecnica						39,97	40,94	41,33	46,52	56,61					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl								
A	Griglia semplice	52	520,00	27.040,00	31.280,00	400,00	20.800,00	429,00	26.124,00	315,00	19.560,00	299,00	16.608,00	480,00	24.960,00
B	Vite/i eventuale/i	212	20,00	4.240,00		0,00	18,00	15,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale punti offerta economica						31,94	25,43	33,96	40,00	26,62					
Totale Punteggio						71,91	66,37	75,29	86,52	83,23					

PROTESI D'ANCA

PROTESI TOTALE D'ANCA DA REVISIONE

LOTTO 60 Anelli e griglie di sostegno					LIMA		ZIMMER		
Totale punti idoneità tecnica					48,59	53,50			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Gabbia complessa	52	700,00	36.400,00	39.040,00	630,00	35.268,00	650,00	33.800,00
B	Vite/i eventuale/i	132	20,00	2.640,00		19,00		0,00	
Totale punti offerta economica					38,34		40,00		
Totale Punteggio					86,93		93,50		
					ANOMALA		ANOMALA		

LOTTO 61 Protesi di ginocchio femoro-tibiale	ABC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	CITIEFFE	JOHNSON & JOHNSON	LINK	MYRMEX	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER
	Totale punti idoneità tecnica	35,34	37,00	32,88	46,02	38,04	35,04	44,51	46,03	38,14

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl																			
A	Componente femorale	408	800,00	326.400,00	610.800,00	700,00		700,00		794,00		750,00		690,00		720,00		650,00		750,00		790,00		800,00		
B	Componente tibiale	408	600,00	244.800,00		500,00	489.600,00	600,00	570.000,00	564,00	592.872,00	550,00	566.040,00	450,00	465.120,00	581,00	570.012,00	350,00	447.600,00	550,00	570.000,00	460,00	549.600,00	600,00	571.200,00	
C	Eventuale inserto fisso	396	100,00	39.600,00		0,00		100,00		98,00		90,00		0,00		99,00		100,00		100,00		100,00		0,00		
Totale punti offerta economica						36,57		31,41		30,20		31,63		38,49		31,41		40,00		31,41		32,58		31,34		
Totale Punteggio						71,91		68,41		63,08		77,65		76,54		66,45		84,51		77,44		70,71		78,61		

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO

<h2 style="margin: 0;">LOTTO 62</h2> <p style="margin: 0;">Protesi di ginocchio femoro-tibiale</p>	BIOMET ITALIA	MYRMEX
Totale punti idoneità tecnica	53,00	43,39

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale	108	800,00	86.400,00	168.000,00	792,00	166.320,00	720,00	152.388,00
B	Componente tibiale	108	600,00	64.800,00		594,00		581,00	
C	Inserto mobile	120	140,00	16.800,00		138,60		99,00	

Totale punti offerta economica

36,65	40,00
-------	-------

Totale Punteggio

89,65	83,39
-------	-------

ANOMALA	
---------	--

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO MONOCOMPARTIMENTALE

LOTTO 63 Protesi di ginocchio femoro-rotulea	JOHNSON & JOHNSON	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGTH MEDICAL	ZIMMER
	Totale punti idoneità tecnica	42,16	46,76	42,35	37,56

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente trocleare	80	1720,00	137.600,00	149.600,00	800,00	67.200,00	1100,00	88.000,00	1400,00	124.000,00	1600,00	139.200,00	1600,00	128.000,00
B	Rotula	80	150,00	12.000,00		40,00	0,00	150,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale punti offerta economica

40,00	30,55	21,68	19,31	21,00
-------	-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio

82,16	77,30	64,03	56,87	71,03
-------	-------	-------	-------	-------

--	--	--	--	--

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 65 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC				ABC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SAMO	SINTEA PLUSTEK	SMITH NEPHEW	ZIMMER													
Totale punti idoneità tecnica				33,28	44,69	36,31	esclusa	40,12	32,28	esclusa	esclusa	33,30	28,33	45,72	48,08													
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
A	Componente femorale cementato	1.300	1200,00	1.560.000,00		1200,00		1000,00		1152,00		1190,00		956,00		930,50		1200,00		900,00		1100,00		1200,00		900,00		1200,00
B	Componente tibiale cementato	1.328	800,00	1.062.400,00		800,00		800,00		788,00		790,00		795,00		820,50		800,00		750,00		700,00		800,00		800,00		800,00
C	Insero mobile	1.328	300,00	398.400,00		300,00		200,00		288,00		290,00		198,00		155,20		300,00		180,00		300,00		250,00		300,00		250,00
D	Protute	128	150,00	19.200,00	3.053.800,00	0,00	3.034.600,00	150,00	2.389.640,00	142,50	2.929.608,00	100,00	2.989.160,00	100,00	2.686.832,00	0,00	2.249.082,00	150,00	3.052.000,00	20,00	2.417.440,00	0,00	2.760.800,00	0,00	2.961.600,00	0,00	2.961.600,00	
E	Fittone	48	250,00	12.000,00		250,00		130,00		237,50		50,00		200,00		193,80		250,00		180,00		50,00		150,00		150,00		150,00
F	Spessori	8	225,00	1.800,00		225,00		0,00		0,00		50,00		200,00		0,00		0,00		150,00		50,00		50,00		50,00		0,00
Totale punti offerta economica				29,65	37,65	30,71				30,10	34,78					37,21	Esclusa			32,59	30,38							
Totale Punteggio				62,93	82,33	67,02				70,21	67,06					70,51	Esclusa			78,30	78,45							
					1											1				1	1						1	1

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 66 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC					BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEK	SAMO	STRYKER	ZIMMER								
Totale punti idoneità tecnica					41,65	42,06	44,48	31,61	35,10	41,04	50,01								
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale cementato	820	1200,00	984.000,00	1.952.500,00	1152,00		1190,00		1016,00		1102,00		900,00		1180,00		1200,00	
B	Componente tibiale cementato	820	800,00	656.000,00		768,00		790,00		785,00		799,00		750,00		800,00		750,00	
C	Inserto fisso di lunga durata	760	300,00	228.000,00		384,00		290,00		299,00		199,00		180,00		300,00		300,00	
D	Rotula	128	150,00	19.200,00		142,50		40,00		100,00		50,00		20,00		10,00		0,00	
E	Fittone	128	250,00	32.000,00		237,50		50,00		249,00		245,00		180,00		250,00		150,00	
F	Spessori	148	225,00	33.300,00		0,00		50,00		224,00		220,00		150,00		225,00		0,00	
Totale punti offerta economica						33,01	34,52	34,55	40,00	32,06	33,31								
Totale Punteggio					Supera base asta	75,07	78,99	66,16	75,10	73,10	83,32								
					ANOMALA														

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 67 Protesi di ginocchio cementata a conservazione o sacrificio del LPC					BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	STRYKER	ZIMMER						
Totale punti idoneità tecnica					45,90	46,88	37,71	43,18	53,34						
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale cementato	240	1200,00	288.000,00	614.900,00	1152,00	585.880,00	1190,00	595.640,00	956,00	491.540,00	1180,00	530.060,00	1200,00	588.000,00
B	Componente tibiale cementato	240	800,00	192.000,00		768,00		790,00		795,00		800,00			
C	Insero mobile di lunga durata	300	400,00	120.000,00		384,00		390,00		199,00		150,00		350,00	
D	Rotula	36	150,00	5.400,00		142,50		40,00		100,00		10,00		0,00	
E	Fittone	20	250,00	5.000,00		237,50		50,00		200,00		250,00		150,00	
F	Spessori	20	225,00	4.500,00		0,00		50,00		200,00		225,00		0,00	
Totale punti offerta economica					33,56	33,01	40,00	37,09	33,44						
Totale Punteggio					79,46	79,89	77,71	80,28	86,78						
										ANOMALA					

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 68 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC					B. BRAUN MILANO		BIOMET ITALIA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		LINK		MYRMEK		NEUROMED		SAMO		SMITH NEPHEW		STRYKER		WRIGHT MEDICAL		ZIMMER		
					Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario
Totale punti idoneità tecnica					39,09		42,26		39,00		35,70		esclusa		31,72		esclusa		35,37		43,93		40,90		40,55		54,04		
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
A	Componente femorale non cementato	80	1400,00	112.000,00	207.500,00	1200,00		1330,00		1390,00		956,00		1185,60		1202,00		1400,00		970,00		1200,00		1300,00		1300,00		1300,00	
B	Componente tibiale cementato	80	900,00	72.000,00		600,00		768,00		790,00		795,00		620,50		799,00		800,00		750,00		700,00		800,00		750,00		750,00	
C	Inserito fisso	80	200,00	16.000,00		200,00	166.540,00	192,00	187.760,00	190,00	191.280,00	199,00	162.000,00	155,20	159.229,60	199,00	182.180,00	200,00	196.800,00	180,00	156.200,00	200,00	169.200,00	200,00	189.820,00	200,00	185.280,00	200,00	181.800,00
D	Rotula	12	150,00	1.800,00		150,00		142,50		40,00		100,00		0,00		50,00		150,00		20,00		0,00		10,00		0,00		0,00	
E	Fittone	12	250,00	3.000,00		170,00		237,50		50,00		200,00		193,80		245,00		250,00		180,00		50,00		250,00		240,00		150,00	
F	Spessori	12	225,00	2.700,00		225,00		0,00		50,00		200,00		0,00		220,00		0,00		150,00		50,00		225,00		200,00		0,00	
Totale punti offerta economica					37,52		33,28		32,66		38,57				34,30				40,00		36,93		32,92		33,72		34,37		
Totale Punteggio					76,61		75,54		71,67		74,27				66,02				75,37		80,86		73,82		74,28		88,40		
					3		4												2						ANOMALA		1		

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 69 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC					B. BRAUN MILANO		BIOMET ITALIA		FINGERAMICA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		LINK		NEUROMED		SAMO		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER			
Totale punti idoneità tecnica					41,77		37,83		esclusa		42,76		34,09		esclusa		esclusa		37,89		48,38		38,66		46,97			
DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
Componente femorale non cementato	48	1400,00	67.200,00	93.700,00	1000,00		1330,00				1390,00		956,00		1185,60		1400,00		970,00		1200,00		1300,00		1300,00			
Componente tibiale cementato	20	900,00	18.000,00		600,00		768,00				790,00		795,00		620,50		800,00		750,00		700,00		800,00		800,00		800,00	
Inserto mobile	20	300,00	6.000,00		200,00	66.020,00	288,00	86.480,00			290,00	88.880,00	199,00	67.768,00	155,20	73.198,00	300,00	90.800,00	180,00	66.560,00	300,00	78.000,00	150,00	83.340,00	250,00	84.000,00	250,00	
Rotula	4	150,00	600,00		150,00		142,50				40,00		100,00		0,00		150,00		20,00		0,00		10,00		0,00		0,00	
Fitone	4	250,00	1.000,00		130,00		237,50				50,00		200,00		193,80		250,00		180,00		50,00		250,00		150,00		150,00	
Spessori	4	225,00	900,00	225,00		0,00				50,00		200,00		0,00		0,00		150,00		50,00		225,00		0,00		0,00		
Totale punti offerta economica					40,00		30,54				29,71		38,97						39,68		33,86		31,69		31,44			
Totale Punteggio					81,77		68,37				72,47		73,06						77,57		82,24		70,35		78,40			
					2														4		ANOMALA				3			

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 70 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC						BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	MYRMEX	SAMO	STRYKER	ZIMMER							
Totale punti idoneità tecnica						42,51	40,84	44,66	31,95	35,91	41,00	50,01							
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale non cementato	48	1400,00	67.200,00	151.200,00	1330,00	129.348,00	1390,00	124.320,00	1016,00	125.904,00	1202,00	129.120,00	970,00	107.520,00	1300,00	138.240,00	1300,00	120.000,00
B	Componente tibiale cementato	48	900,00	43.200,00		768,00		790,00		785,00		799,00		750,00		800,00		750,00	
C	Inserto fisso di lunga durata	48	300,00	14.400,00		288,00		290,00		299,00		199,00		180,00		300,00		300,00	
D	Rotula	24	150,00	3.600,00		142,50		40,00		100,00		50,00		20,00		10,00		0,00	
E	Fittone	48	250,00	12.000,00		237,50		50,00		249,00		245,00		180,00		250,00		150,00	
F	Spessori	48	225,00	10.800,00		0,00		50,00		224,00		220,00		150,00		225,00		0,00	
Totale punti offerta economica						33,25	34,59	34,16	33,31	40,00	31,11	35,84							
Totale Punteggio						75,76	75,43	78,82	65,26	75,91	72,11	85,85							
												ANOMALA							

PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 71 Protesi di ginocchio ibrida conservazione o sacrificio del LPC	BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	STRYKER	ZIMMER
Totale punti idoneità tecnica	45,76	49,54	38,76	43,15	51,57

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl								
A	Componente femorale non cementato	48	1400,00	67.200,00	156.000,00	1330,00	133.956,00	1390,00	129.120,00	956,00	115.200,00	1300,00	131.040,00	1300,00	124.800,00
B	Componente tibiale cementato	48	900,00	43.200,00		768,00		790,00		795,00		800,00			
C	Inserto mobile di lunga durata	48	400,00	19.200,00		384,00		390,00		199,00		150,00		350,00	
D	Rotula	24	150,00	3.600,00		142,50		40,00		100,00		10,00		0,00	
E	Fittone	48	250,00	12.000,00		237,50		50,00		200,00		250,00		150,00	
F	Spessori	48	225,00	10.800,00		0,00		50,00		200,00		225,00		0,00	

Totale punti offerta economica

34,40	35,69	40,00	35,16	36,92
-------	-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio

80,16	85,22	78,76	78,31	88,49
-------	-------	-------	-------	-------

ANOMALA	ANOMALA	ANOMALA	ANOMALA	ANOMALA
---------	---------	---------	---------	---------

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 72 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC					BIOMET ITALIA	LIMA	LINK	NEUROMED	SMITH NEPHEW	STRYKER	WRIGHT MEDICAL	ZIMMER								
Totale punti idoneità tecnica					42,36	35,83	esclusa	esclusa	46,36	40,15	40,94	39,90								
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Unitario	
A	Componente femorale non cementato	200	1400,00	280.000,00	630.000,00	1330,00	556.150,00	956,00	480.000,00	1185,60	480.000,00	1400,00	585.000,00	1100,00	460.000,00	1300,00	576.000,00	1300,00	1300,00	
B	Componente tibiale non cementato	200	1000,00	200.000,00		950,00		795,00		848,60		1000,00		900,00		900,00		1000,00	900,00	1000,00
C	Insero fisso	200	200,00	40.000,00		192,00		199,00		155,20		200,00		200,00		200,00		200,00	200,00	200,00
D	Rotula	100	150,00	15.000,00		142,50		100,00		0,00		150,00		0,00		0,00		10,00	0,00	0,00
E	Fittone	200	250,00	50.000,00		237,50		200,00		210,60		250,00		50,00		250,00		240,00	150,00	
F	Spessori	200	225,00	45.000,00		0,00		200,00		0,00		0,00		50,00		225,00		200,00	0,00	
Totale punti offerta economica					33,08	38,33			40,00	31,94	32,39	34,72								
Totale Punteggio					75,44	74,17			86,36	72,09	73,34	74,62								
					2	4			1			3								

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 73 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC	BIOMET ITALIA	FINCERAMICA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	NEUROMED	SMITH NEPHEW
	Totale punti idoneità tecnica	34,91	esclusa	40,61	34,89	esclusa	esclusa

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale non cementato	48	1400,00	67.200,00	156.000,00	1330,00	138.084,00			1390,00	132.000,00	956,00	115.200,00						
B	Componente tibiale non cementato	48	1000,00	48.000,00		950,00		950,00	795,00										
C	Insero mobile	48	300,00	14.400,00		288,00		290,00	199,00										
D	Rotula	24	150,00	3.600,00		142,50		40,00	100,00										
E	Fittone	48	250,00	12.000,00		237,50		50,00	200,00										
F	Spessori	48	225,00	10.800,00		0,00		50,00	200,00										

Totale punti offerta economica	33,37		34,91	40,00		Esclusa
---------------------------------------	-------	--	-------	-------	--	---------

Totale Punteggio	68,28		75,52	74,89		Esclusa
-------------------------	-------	--	-------	-------	--	---------

3		1	2		
---	--	---	---	--	--

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

LOTTO 74 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC					BIOMET ITALIA	LIMA	STRYKER	ZIMMER					
Totale punti idoneità tecnica					42,35	44,76	40,56	50,27					
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale non cementato	48	1400,00	67.200,00	156.000,00	1330,00	138.084,00	1016,00	125.904,00	1300,00	143.040,00	1300,00	122.400,00
B	Componente tibiale non cementato	48	1000,00	48.000,00		950,00		785,00		900,00		800,00	
C	Inserto fisso di lunga durata	48	300,00	14.400,00		288,00		299,00		300,00		300,00	
D	Rotula	24	150,00	3.600,00		142,50		100,00		10,00		0,00	
E	Fittone	48	250,00	12.000,00		237,50		249,00		250,00		150,00	
F	Spessori	48	225,00	10.800,00		0,00		224,00		225,00		0,00	
Totale punti offerta economica					35,46	38,89	34,23	40,00					
Totale Punteggio					77,80	83,64	74,79	90,27					
								ANOMALA					

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE

<p>LOTTO 75 Protesi di ginocchio non cementata a conservazione o sacrificio del LPC</p>	BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA
Totale punti idoneità tecnica	46,13	53,67	40,60

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
A	Componente femorale non cementato	48	1400,00	67.200,00	160.800,00	1330,00	142.692,00	1390,00	136.800,00	956,00	115.200,00
B	Componente tibiale non cementato	48	1000,00	48.000,00		950,00		950,00		795,00	
C	Inserto mobile di lunga durata	48	400,00	19.200,00		384,00		390,00		199,00	
D	Rotula	24	150,00	3.600,00		142,50		40,00		100,00	
E	Fittone	48	250,00	12.000,00		237,50		50,00		200,00	
F	Spessori	48	225,00	10.800,00		0,00		50,00		200,00	

Totale punti offerta economica

32,29	33,68	40,00
-------	-------	-------

Totale Punteggio

78,42	87,35	80,60
-------	-------	-------

ANOMALA

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI DI GINOCCHIO TOTALE**

LOTTO 76 Protesi di ginocchio per allergici					B. BRAUN MILANO	BIOMET ITALIA	JOHNSON & JOHNSON	LIMA	LINK	MYRMEK	PERMEDICA	SAMO	SMITH NEPHEW	ZIMMER											
Totale punti idoneità tecnica					33,79	33,80	43,07	29,42	32,79	27,60	37,20	30,44	36,36	39,20											
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
A	Componente femorale anallergico	368	2900,00	1.067.200,00	1.487.320,00	1600,00	2610,00	1900,00	2899,00	1902,00	1500,00	2100,00	2800,00	900,00	873,00	900,00	795,00	662,00	900,00	700,00	200,00	1.034.400,00	300,00	1.340.000,00	
B	Componente tibiale anallergico	288	970,00	279.360,00		200,00	921.876,80	288,00	1.312.938,00	390,00	1.074.560,00	199,00	1.366.304,00	155,20	946.377,60	400,00	946.200,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1.340.000,00
C	Inserto tibiale polietilene	288	420,00	120.960,00		150,00	5.400,00	142,50	40,00	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
D	Rotula polietilene	36	150,00	5.400,00		226,60	270,00	50,00	200,00	231,00	231,00	300,00	50,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E	Fittone anallergico	48	300,00	14.400,00																					
Totale punti offerta economica					40,00	28,09	34,32	Esclusa	38,96	Esclusa	38,97	Esclusa	35,65	27,52											
Totale Punteggio					73,79	61,89	77,39	Esclusa	71,75	Esclusa	76,17	Esclusa	72,01	66,71											
					3		1				2		4												

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE**

LOTTO 77 per semivincolata Protesi di ginocchio				BIOMET ITALIA		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		MYRMEK		SAMO		SINTEA PLUSTEK		SMITH NEPHEW		STRYKER		WRIGHT MEDICAL		ZIMMER		
				Totale punti idoneità tecnica		35,36		42,48		28,76		27,95		34,71		32,95		41,23		36,65		35,64		49,96
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
a	Componente femorale	304	1800,00	547.200,00	1.104.000,00	1620,00	1700,00							1799,00	1750,00	1600,00	1700,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	
b	Componente tibiale	304	800,00	243.200,00		720,00	790,00								799,00	800,00	800,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
c	Inserito fisso	304	350,00	106.400,00		315,00	300,00								349,00	300,00	350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
d	Rotula	56	150,00	8.400,00		142,50	40,00								149,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Fittone femorale	304	250,00	76.000,00		237,50	50,00	891.200,00							249,00	250,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
f	Fittone tibiale	304	250,00	76.000,00		237,50	50,00								249,00	250,00	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
g	Spessore femorale	104	225,00	23.400,00		0,00	50,00								224,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
h	Spessore tibiale	104	225,00	23.400,00		0,00	50,00								224,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale punti offerta economica				37,15		40,00		Esclusa		Esclusa		32,34		33,76		35,66		36,45		37,60				
Totale Punteggio				72,51		82,48		Esclusa		Esclusa		65,29		74,99		72,30		72,09		87,57		ANOMALIA		

**PROTESI DI GINOCCHIO
PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE**

LOTTO 78	ginocchio per semivincolata	Protesi di	B. BRAUN MILANO	JOHNSON & JOHNSON	ZIMMER
			Totale punti idoneità tecnica	45,56	45,42

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Componente femorale	48	1800,00	86.400,00	195.600,00	1000,00	129.840,00	1700,00	149.280,00	1800,00	160.800,00
b	Componente tibiale	48	800,00	38.400,00		600,00		790,00		800,00	
c	Inserto mobile	48	450,00	21.600,00		200,00		400,00		250,00	
d	Rotula	24	150,00	3.600,00		150,00		40,00		0,00	
e	Fittone femorale	48	250,00	12.000,00		250,00		50,00		150,00	
f	Fittone tibiale	48	250,00	12.000,00		130,00		50,00		150,00	
g	Spessore femorale	48	225,00	10.800,00		225,00		50,00		200,00	
h	Spessore tibiale	48	225,00	10.800,00		225,00		50,00		0,00	

Totale punti offerta economica

40,00

34,79

32,30

Totale Punteggio

85,56

80,21

74,72

--	--	--

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 80 ginocchio vincolata	Protesi di	ABC MEDICAL	B. BRAUN MILANO	JOHNSON & JOHNSON
Totale punti idoneità tecnica		32,40	32,55	55,00

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Componente femorale	48	2200,00	105.600,00	213.600,00	2200,00	209.400,00	2000,00	204.000,00	1700,00	147.440,00
b	Componente tibiale	48	900,00	43.200,00		900,00		900,00		790,00	
c	Inserto mobile	48	500,00	24.000,00		500,00		500,00		400,00	
d	Rotula	28	150,00	4.200,00		0,00		150,00		40,00	
e	Fittone femorale	48	250,00	12.000,00		250,00		250,00		50,00	
f	Fittone tibiale	48	250,00	12.000,00		250,00		250,00		50,00	
g	Spessore femorale	28	225,00	6.300,00		225,00		225,00		50,00	
h	Spessore tibiale	28	225,00	6.300,00		225,00		225,00		50,00	

Totale punti offerta economica

28,16	28,91	40,00
-------	-------	-------

Totale Punteggio

60,56	61,46	95,00
-------	-------	-------

		ANOMALA
--	--	---------

PROTESI DI GINOCCHIO PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 81 di ginocchio a cerniera Protesi	LINK	STRYKER
Totale punti idoneità tecnica	37,14	49,21

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Componente femorale	56	2400,00	134.400,00	300.500,00	2060,00	253.680,00	2200,00	276.980,00
b	Componente tibiale	56	1300,00	72.800,00		1460,00		1300,00	
c	Inserto fisso	56	400,00	22.400,00		0,00		350,00	
d	Rotula	28	150,00	4.200,00		0,00		10,00	
e	Fittone femorale	56	250,00	14.000,00		215,00		200,00	
f	Fittone tibiale	56	250,00	14.000,00		215,00		200,00	
g	Spessore femorale	80	225,00	18.000,00		176,00		225,00	
h	Spessore tibiale	92	225,00	20.700,00		200,00		225,00	

Totale punti offerta economica

40,00	36,64
-------	-------

Totale Punteggio

77,14	85,85
-------	-------

	ANOMALA
--	---------

PROTESI DI GINOCCHIO

PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO DA REVISIONE

LOTTO 82 Protesi di ginocchio a cerniera	JOHNSON & JOHNSON	MYRMEX	STRYKER	ZIMMER
----------------------------------------------------	-------------------	--------	---------	--------

Totale punti idoneità tecnica	43,53	31,61	38,63	55,60
-------------------------------	-------	-------	-------	-------

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Componente femorale	8	2400,00	19.200,00	45.400,00	1900,00	35.360,00	2200,00	41.160,00	2200,00	41.240,00	2350,00	38.400,00
b	Componente tibiale	8	1300,00	10.400,00		1200,00		1150,00		1300,00			
c	Inserto mobile	8	500,00	4.000,00		400,00		400,00		350,00			
d	Rotula	4	150,00	600,00		40,00		50,00		10,00			
e	Fittone femorale	8	250,00	2.000,00		150,00		245,00		200,00			
f	Fittone tibiale	8	250,00	2.000,00		150,00		245,00		200,00			
g	Spessore femorale	16	225,00	3.600,00		150,00		220,00		225,00			
h	Spessore tibiale	16	225,00	3.600,00		150,00		220,00		225,00			

Totale punti offerta economica	40,00	34,36	34,30	36,83
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Totale Punteggio	83,53	65,97	72,93	92,43
------------------	-------	-------	-------	-------

ANOMALA

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE CEMENTO OSSEO

LOTTO 83 Cemento osseo a bassa viscosità						JANUA MEDICAL	JOHNSON & JOHNSON	STRYKER			
Totale punti idoneità tecnica						48,78	38,06	50,40			
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Confezione sterile monodose 20/25 grammi - Per uso e preparazione manuale	80	22,00	1.760,00	9.360,00	21,00	7.320,00	20,00	8.300,00		esclusa
b	Confezione sterile monodose 40/50 grammi - Per uso e preparazione manuale	180	35,00	6.300,00		27,00		30,00			
c	Coppette in materiale plastico sterili complete di spatole	260	5,00	1.300,00		3,00		5,00			
Totale punti offerta economica						40,00	35,28				
Totale Punteggio						88,78	73,34				

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

LOTTO 84 Cemento osseo a bassa viscosità					BIOMET ITALIA		HERAUS KULZER		JANUA MEDICAL		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		MAJOR		STRYKER		ZIMMER		
					Totale punti idoneità tecnica	46,30	46,94	33,02	32,65	37,36	32,58	45,55	41,31								
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Confezione sterile monodose, 40/50 grammi - Polvere, con sistema di preparazione a vuoto, con sistema di iniezione e a compressore prossimale	2.840	105,00	298.200,00	298.200,00	92,00	261.280,00	74,00	210.160,00	87,00	247.080,00	80,00	227.200,00	90,00	255.600,00	94,00	266.960,00	100,00	284.000,00	75,00	213.000,00
Totale punti offerta economica					32,17	40,00	34,02	37,00	32,89	31,49	29,60	39,47									
Totale Punteggio					78,47	86,94	67,04	69,65	70,25	64,07	75,15	80,78									
					3	1				4	2										

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

DESCRIZIONE				BIOMET ITALIA		HERAUS KULZER		JANUJA MEDICAL		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		MAJOR		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER					
				Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl		
LOTTO 85 Cemento osseo a alta viscosità				46,55		50,63		32,37		32,50		35,44		30,96		33,13		43,66		38,66					
Totale punti idoneità tecnica				46,55		50,63		32,37		32,50		35,44		30,96		33,13		43,66		38,66					
Confezione sterile monodose, 40/50 grammi - Polvere, con sistema di preparazione a vuoto, con sistema di iniezione e a compressore prossimale				3,976	105,00	417.480,00	417.480,00	92,00	365.792,00	74,00	294.224,00	87,00	345.912,00	80,00	318.080,00	90,00	357.840,00	94,00	373.744,00	55,00	218.680,00	100,00	397.600,00	75,00	298.200,00
Totale punti offerta economica				23,91		29,73		25,29		27,50		24,44		Esclusa		40,00		22,00		29,33					
Totale Punteggio				70,46		80,36		57,66		60,00		59,88		73,13		65,66		67,99							
				3		1								2				4							

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

<p align="center">LOTTO 86 Cemento osseo con antibiotici</p>					BIOMET ITALIA		HERAUS KULZER		JOHNSON & JOHNSON		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER			
					Totale punti idoneità tecnica		45,73		44,89		35,87		31,82		42,90		40,35	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
a	Confezione sterile monodose con antibiotico, 20/25 grammi - Polvere, con sistema di preparazione a vuoto, con sistema di iniezione e a compressore prossimale	200	120,00	24.000,00	24.000,00	105,00	21.000,00	74,00	14.800,00	90,00	18.000,00	75,00	15.000,00	90,00	18.000,00	90,00	18.000,00	
Totale punti offerta economica					28,19		40,00		32,89		39,47		32,89		32,89			
Totale Punteggio					73,92		84,89		68,76		71,29		75,79		73,24			
					3	1				2				4				

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
CEMENTO OSSEO**

LOTTO 87 Cemento osseo con antibiotici					BIOMET ITALIA	HERAUS KULZER	JOHNSON & JOHNSON	MAJOR	STRYKER	ZIMMER							
Totale punti idoneità tecnica					44,69	49,24	34,29	30,99	41,59	38,63							
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Confezione sterile monodose con antibiotico, 40/50 grammi - Polvere, con sistema di preparazione a vuoto, con sistema di iniezione e a compressore prossimale	3.920	145,00	568.400,00	568.400,00	127,00	497.840,00	99,00	388.080,00	90,00	352.800,00	118,00	462.560,00	140,00	548.800,00	95,00	372.400,00
Totale punti offerta economica					28,35	36,36	40,00	Esclusa	25,71	37,89							
Totale Punteggio					73,04	85,60	74,29		67,30	76,52							
					4	1	3			2							

**CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE
SISTEMI DI CEMENTAZIONE**

LOTTO 88 Tappi femorali endomidollari					ABC MEDICAL		CORMED		GRUPPO BIOMPIANTI		JOHNSON & JOHNSON		LIMA		LINK		IMAJOR		SAMO		SMITH NEPHEW		STRYKER		ZIMMER		MYRMEK		
					Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario
Totale punti idoneità tecnica					39,57		33,46		32,08		29,66		42,96		37,67		43,81		33,89		21,65		30,09		26,58				
DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	
Tappi femorali endomidollari	2.844	35,00	99.540,00	99.540,00	30,00	85.320,00	31,00	88.164,00	31,00	88.164,00			34,00	96.696,00	29,00	82.476,00	24,00	68.256,00	33,00	93.852,00									
Totale punti offerta economica					32,00		30,97		30,97		Esclusa		28,24		33,10		40,00		29,09		Esclusa		Esclusa		Esclusa				
Totale Punteggio					71,57		64,43		63,05				71,19		70,78		83,81		62,98										
					2								3		4		1												

NON PRESENTATA CAMPIONATURA

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE SISTEMI DI CEMENTAZIONE

LOTTO 89 Tamponi per la preparazione alla cementazione ossea di protesi articolari	CORMED	LIMA	STRYKER	ZIMMER
Totale punti idoneità tecnica	40,95	50,00	25,00	37,77

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Tampone femorale, sterile, monouso, materiale privo di fibre	2.920	15,00	43.800,00	43.800,00	15,00	43.800,00	14,00	40.880,00		12,00	35.040,00	

Totale punti offerta economica

32,00	34,29	Esclusa	40,00
-------	-------	---------	-------

Totale Punteggio

72,95	84,29		77,77
-------	-------	--	-------

	ANOMALA		
--	---------	--	--

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE SISTEMI DI CEMENTAZIONE

LOTTO 90 per la preparazione alla cementazione ossea di protesi articolari						Tampone CORMED	STRYKER	
Totale punti idoneità tecnica						59,00	NON CONFORME	
SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario		Compl
a	Tampone cotiloideo, sterile, monouso, materiale privo di fibre	320	15,00	4.800,00	4.800,00	15,00		4.800,00
Totale punti offerta economica						40,00		
Totale Punteggio						99,00		
						ANOMALA		

CEMENTO OSSEO E SISTEMI DI CEMENTAZIONE

SISTEMI DI CEMENTAZIONE

<p>LOTTO 91</p> <p>Spazzolino per la preparazione alla cementazione ossea di protesi articolari</p>	<p>STRYKER</p>	<p>ZIMMER</p>
Totale punti idoneità tecnica	40,00	55,00

SUB	DESCRIZIONE	Tot	Unitario	Compl	Tot lotto	Unitario	Compl	Unitario	Compl
a	Spazzolino, sterile, monouso	200	20,00	4.000,00	4.000,00	10,00	2.000,00	17,00	3.400,00

Totale punti offerta economica

40,00	23,53
-------	-------

Totale Punteggio

80,00	78,53
-------	-------

--	--