arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0003844.13-03-2017

A.Li.Sa.
AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
C.F. / P. IVA 02421770997

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA
Funzionario referente: Dott. Riccardo Capitani

Genova, data del protocollo

Oggetto: **gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di "Defibrillatori" per le Aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di mesi 60, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12. Lotti n. 5. Importo presunto di gara (IVA esclusa): € 2.373.200,00. Numero gara: 6572664.**
Chiarimento N. 3: risposte ai quesiti pervenuti entro il 07/03/2017.

In risposta ai sottoelencati quesiti, relativi alla gara in oggetto, si comunicano i rispettivi chiarimenti.

****

QUESITO N. 16

DOMANDA (rif. 3405/2017) :

Con riferimento al "disciplinare di gara":
Parte IV:
A: idoneità
B: Capacità economica e finanziaria (1a, 1b, 2°,2b,3)
Facciamo presente che la scrivente è una società di recente costituzione (14 Aprile 2016) e per tanto non
dispone ad oggi di un bilancio societario depositato e non è in possesso dei requisiti richiesti.
Si fa presente che ad oggi la scrivente lavora solo con una entità bancaria e per tanto è in grado di fornire
solamente n.1 referenza bancaria.
Si richiede se è possibile presentare come seconda referenza bancaria quella della casa madre o di una società socia.

Al fine di poter partecipare alla gara n. 6572664 si richiede a questa spett.le amministrazione se eventuali dichiarazioni/documenti sostitutivi (in tal caso indicare quali) possono essere presentati al fine di adempiere ai requisiti minimi richiesti.
Si chiede inoltre se la presentazione del fatturato della casa madre nonché produttore degli ultimi 3 anni
può essere considerato un documento sostitutivo a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

RISPOSTA:

Il Disciplinare di gara, al punto indicato dal richiedente, prevede espressamente la situazione oggetto del quesito:

"In mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, ai sensi dell'Allegato XVII parte I D.Lgs. n. 50/216, possono essere fornite due idonee dichiarazioni di Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà specificare i motivi nella dichiarazione a corredo dell'offerta.

In questo caso dovrà inoltre presentare l'ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.

A.Li.SA. – CRA si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per verificare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria."

****

QUESITO N. 17

DOMANDA (rif. 838/1121/3419/2017) :

II°INVIO: Richiesta chiarimenti procedurali gara defibrillatori
(N.B. GIÀ PERVENUTO IN 3 COPIE, PROTT. NN. 838,1121 E 3419)

Nel Disciplinare di Gara punto 7 Modalità di Svolgimento della gara viene riportato al punto 1la verifica della presentazione del PLICO B – Campionatura
E al punto 9 è indicato che viene affidata in custodia al Dirigente Responsabile tutta la documentazione amministrativa compresa la busta n. 4 Campionatura
La campionatura viene riportata anche nella fase II di verifica documentazione tecnica e nella fase III valutazione di qualità.
Si chiede conferma che la richiesta di presentazione di campionatura sia un errore di stesura del disciplinare stesso.

RISPOSTA:
Il quesito sopra riportato (già pervenuto in duplice copia ed acquisito con prot. 838 e 1121) è già stato riscontrato con la pubblicazione del Chiarimento n. 2, (prot. 3183/2017, sub Quesito n. 7), pubblicato sul Sito ufficiale della Centrale:

"Si conferma che il riferimento alla campionatura è un mero errore materiale, non essendo prevista, per la gara "Defibrillatori", alcuna campionatura.
Scusandoci per l'inconveniente, si invita pertanto a non voler prendere in considerazione qualsivoglia riferimento alla campionatura, che nella presente procedura non va presentata per alcun lotto.

Nella versione rettificata del Disciplinare di gara, in pubblicazione sul sito internet della Centrale, sono stati rimossi i riferimenti alla Campionatura".

Si comunica che la rettifica di cui alla precedente risposta è stata approvata con Determinazione n. 33/2017, reperibile sul Sito ufficiale della Centrale.

****

QUESITO N. 18

DOMANDA (rif. 1124/3420/2017) :
II°INVIO: Richiesta chiarimenti tecnici gara defibrillatori
(N.B. già pervenuto rif. Prot. 1124/2017)

LOTTO 2
In riferimento al lotto 2, nelle caratteristiche di qualità al punto 4 "cavo ECG a 3-5-12 derivazioni, con idoneo algoritmo interpretativo", si richiede la modifica del criterio di valutazione coefficiente Q5, che in caso di non presenza anche parziale di una delle caratteristiche indicate prevede punteggio pari a 0 (zero).
Visto che nelle caratteristiche dei requisiti di idoneità al punto 12 delle apparecchiature di media fascia viene richiesto il solo cavo a 3 derivazioni, e che le caratteristiche indicate nel criterio di valutazione sono riconducibili ai defibrillatori di alta fascia, a nostro parere sarebbe più opportuno modificare il coefficiente di valutazione per non penalizzare gli strumenti che non hanno tutte le caratteristiche valutative richieste (in particolare cavo ECG a 12 derivazioni)

LOTTO 3 e 4
In riferimento ai Lotti 3 e 4 – APPARECCHIATURE DI ALTA FASCIA, nei requisiti di idoneità al punto 7 di entrambi i lotti "modalità di funzionamento semiautomatico su pazienti adulti e pediatrici", si informa che ****** sul modello ****** di alta fascia, non prevede la funzione semiautomatica pediatrica perchè ritenuta non clinicamente utile visto l'utilizzo dello strumento da parte di personale altamente specializzato.
Al fine di evitare l'esclusione di ****** (azienda leader di mercato nella defibrillazione a livello mondiale) distribuita dalla scrivente *****, dalla gara Regionale di defibrillatori per un periodo di anni 7, si richiede l'eliminazione di tale richiesta dai requisiti minimi di idoneità, o in alternativa una valutazione tecnico/qualitativa. A nostro avviso tale richiesta consentirebbe oltre alla nostra partecipazione, di ampliare ulteriormente la partecipazione ad un numero maggiore di aziende altrettanto riconosciute e ritenute leader nel mercato della defibrillazione.

RISPOSTA:
Il quesito sopra riportato (già pervenuto ed acquisito con prot. 1124) è già stato riscontrato con la pubblicazione del Chiarimento n. 2, (prot. 3183/2017, sub Quesito n. 12), pubblicato sul Sito ufficiale della Centrale:

RISPOSTA [sub 1]:

L'attendibilità dell'algoritmo interpretativo è condizionata dal numero di derivazioni disponibili, pertanto il punteggio può essere giustificato in tal senso.

RISPOSTA [sub 2]:

Per quanto riguarda il punto 7 dei requisiti di idoneità dei Lotti 3 e 4, si intende come requisito la possibilità per l'apparecchiatura di effettuare in modo automatico la fase di analisi.

****

QUESITO N. 19

DOMANDA (rif. 3460/2017 – P.1) :

1) Si chiede di confermare che è necessario presentare la documentazione di gara (busta n. 1 - documentazione amministrativa, busta n. 2 documentazione economica, busta n. 3 - documentazione tecnica) distintamente per ciascun lotto cui si vuole partecipare, salvo che per i lotti 1 e 5 in riferimento ai quali è fatto obbligo alle ditte concorrenti di offrire il medesimo prodotto alle medesime condizioni tramite un'offerta congiunta.

RISPOSTA
Si conferma che è necessario presentare la documentazione di gara (busta n. 1 - documentazione amministrativa, busta n. 2 documentazione economica, busta n. 3 - documentazione tecnica) distintamente per ciascun lotto cui si vuole partecipare, salvo che per i lotti 1 e 5 in riferimento ai quali è fatto obbligo alle ditte concorrenti di offrire il medesimo prodotto alle medesime condizioni tramite un'offerta congiunta.

****

QUESITO N. 20

DOMANDA (rif. 3460/2017 – P.2) :

2) Posto che il Bando e il Disciplinare non indicano espressamente i requisiti di capacità tecnica e professionale che i concorrenti devono possedere, ovvero non indicano quali sono le "forniture principali del tipo specificato" che l'operatore economico deve aver consegnato "nel periodo di riferimento", si chiede di confermare che non deve essere compilata la parte IV, C, 1b del DGUE.

RISPOSTA

***NO. <u>La parte IV, C, 1b del DGUE deve essere compilata</u>**, come espressamente indicato nel Disciplinare di gara.*

****

QUESITO N. 21

DOMANDA (rif. 3460/2017 – P.3) :

3) Alla luce della risposta al quesito n. 6 (rif. 688/1060/2017), pubblicata in data 1.03.2017, si chiede di confermare che non deve essere compilata la parte IV, C 11) del DGUE.

RISPOSTA

Si conferma che la parte IV, C 11) del DGUE deve essere compilata, come indicato nel Disciplinare di gara, per quanto applicabile, e confermando comunque che resta esclusa la presentazione di campionatura nella presente procedura.

****

QUESITO N. 22

DOMANDA (rif. 3460/2017 – P.4) :

4) Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla busta n. 1 - documentazione amministrativa (cfr. pag. 5 del disciplinare rettificato), si chiede di confermare che il valore annuo presunto del lotto per il quale si intende presentare offerta deve essere calcolato, con riferimento al Lotto 2 (a titolo esemplificativo) dividendo Euro 685.000 (totale euro (72 mesi + 1/5 iva esclusa) a base d'asta) per 6 (corrispondente agli anni di durata dell'appalto a cui è stata rapportata la base d'asta). Ciò chiarito si chiede di confermare che il fatturato medio annuale globale di impresa deve essere pari ad almeno 1,5 volte il valore che risulta all'esito del calcolo sopra indicato.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza del criterio indicato. Si ricorda comunque che in mancanza e/o insufficienza dei requisiti di fatturato, possono essere fornite 2 idonee dichiarazioni di istituti bancari che attestino la stabilità economica e finanziaria della Ditta offerente, così come indicato a pag. 5 del Disciplinare.

****

QUESITO N. 23

DOMANDA (rif. 3459/2017) :

Con riferimento al LOTTO 4, siamo a richiedere conferma che l'apparecchiatura offerta debba poter effettuare la fase di analisi del ritmo pediatrico in modalità automatica.

RISPOSTA

In un defibrillatore semiautomatico, la possibilità di utilizzo di piastre pediatriche implica di per sé l'analisi semiautomatica del segnale elettrocardiografico, anche in pazienti pediatrici.

****

QUESITO N. 24

DOMANDA (rif. 3674/2017) :

Con riferimento al LOTTO 4, per particolari esigenze tecniche, siamo a richiedere conferma sulla possibilità di offrire il MONITOR DEFIBRILLATORE completo del MODULO EtCO2 per monitoraggio dell'onda capnografica.

RISPOSTA

Il modulo opzionale, in considerazione delle diverse soluzioni tecnologiche, può essere un componente hardware distinto da inserire dall'esterno oppure un elemento hardware da configurare in fase di produzione, oppure un componente hardware comunque presente in fase di produzione ed attivabile successivamente via software.

La soluzione prospettata è consentita, purché siano comunque rispettate le basi d'asta del Lotto, sia per l'apparecchio principale (defibrillatore) sia per il modulo opzionale, con quotazioni separate dei dispositivi offerti, e la somma delle relative offerte deve rispettare il totale a base d'asta del Lotto. Nel caso in cui nel defibrillatore siano integrate le funzionalità del modulo in questione come configurazione di base, può essere quotato il solo defibrillatore, purché sia rispettata la base d'asta del defibrillatore (€ 16.0000,00).

Dr. Stefano Domenicucci _____

Ing. Elio Geido _____

Dr. Roberto Sanna _____

13/03/2017