



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561
e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel", per l'affidamento della fornitura di tavoli di sala operatoria per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) – Lotto unico – CIG n. 7565477D1C Numero gara 7148037

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 28/08/2018.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

.....
Chiarimenti dalla domanda n. 1 alla domanda n. 18 pubblicati con prot.gen. 15386 del 03.08.2018

DOMANDA 1:

Nell'allegato A1 viene richiesto:

d) Chirurgia Vascolare


Per la sola chirurgia vascolare dovrà essere fornito un piano in fibra di carbonio radiotrasparente con possibilità di traslazione in 4 lati. I supporti laterali per la chirurgia vascolare del braccio dovranno avere le medesime caratteristiche, ovvero completamente radiotrasparenti.

Confermate quindi che ogni sala operatoria dedicata alla Chirurgia Vascolare dovrà essere dotata di solo n. 1 colonna, n. 1 carrello trasporta piano (con le caratteristiche richieste al punto a.8) e di n. 1 piano in fibra di carbonio, più i relativi accessori dedicati a questa chirurgia?

RISPOSTA

Si conferma.

DOMANDA 2



nell'allegato A1 viene richiesto:

f) Neurochirurgia

I tavoli dedicati alla specialità medica di Neurochirurgia dovranno essere composti ciascuno da n. 3 piani neurochirurgici ed uno universale.

Non è chiaro se ogni sala operatoria di Neurochirurgia deve quindi essere dotata di n. 1 colonna, n. 3 piani neurochirurgici ed n. 1 universale, e n. 4 carrelli trasporta piano (con le caratteristiche richieste al punto a.8), perché se così fosse l'importo base d'asta per questa chirurgia non è sufficiente.

Oppure la vostra richiesta è da intendersi che nelle 4 sale dedicate alla neurochirurgia, 3 sale devono essere dotate di piani neurochirurgici e quindi la configurazione per ognuna di queste 3 sale, verrà così suddivisa: 1 colonna, 2 piani operatori neurochirurgici e 2 carrelli, e una sala dotata di piano universale e quindi la configurazione di questa singola sala sarà 1 colonna, 2 piani universali e 2 carrelli trasporta piano. In quest'ultimo caso vi chiediamo di segnalarci in quali presidi ospedalieri andranno installati i piani prettamente neurochirurgici e in quale il piano universale.

RISPOSTA 2

Si rimanda all'art. 3, lett. f) del capitolato tecnico che è stato rettificato.

DOMANDA 3

Relativamente al modulo MODELLO M8

AmMESSO che l'importo totale base d'asta non venga superato, è possibile comporre un'offerta dove alcuni importi unitari dei tavoli operatori offerti siano più alti di quanto da Voi indicato nei prezzi parziali?

RISPOSTA 3

Gli importi a base d'asta unitari indicati nella colonna C (dalla cella C2 alla cella C12) non sono superabili, come prescritto al paragrafo n. 20 del disciplinare di gara.

DOMANDA 4

Si chiede di chiarire se solo la base d'asta complessiva sia non superabile oppure se anche i singoli prezzi unitari dei tavoli base con accessori dotazione base, riportati a pagina 46 del disciplinare di gara, siano singolarmente non superabili dai prezzi presentati.

RISPOSTA 4:

Si rimanda alla risposta del quesito n. 3

DOMANDA 5

Si chiede di chiarire se gli accessori richiesti nel capitolato, art.2, per il tavolo dell'ASL 1 di Ortopedia siano per la specialità medica della sola ortopedia o si intenda sia per ortopedia che per traumatologia.

RISPOSTA 5

Fatta salva l'indicazione della Asl 1 che dichiara, allo stato attuale, un fabbisogno relativo ad un tavolo operatorio dedicato alla sola ortopedia, l'offerta tecnica degli accessori dovrà essere comprensiva delle specialità indicate al punto D3 nella griglia di attribuzione della punteggi tecnici.

DOMANDA 6

Si chiede di confermare che gli accessori richiesti nel punto a10, art. 3 del capitolato siano da fornire per ogni tavolo operatorio e non per ogni piano operatorio. Si chiede questo nell'ottica di una migliore gestione della fornitura dato che questi accessori si applicano con il paziente già in sala operatoria.

RISPOSTA 6

Si rimanda ai punti a10 ed a11 del capitolato tecnico rettificati.

DOMANDA 7

Si chiede di chiarire se anche i n. 2 tavoli operatori dedicati alla Chirurgia Vascolare, punto d), art.3 del capitolato, siano da dotare di n. 2 piani vascolari in carbonio con traslazione dai 4 lati e dei relativi n. 2 carrelli per ogni colonna oppure si debbano fornire solo con un piano in fibra di carbonio (e n. 1 carrello) per ogni colonna.

RISPOSTA 7

Si rimanda alla risposta del quesito n. 1


DOMANDA 8

Si chiede di chiarire se negli accessori dedicati ai tavoli per neurochirurgia sia necessario offrire anche le tastiere tipo Mayfield. Si chiede questo perché questo tipo di accessori sono specialistici, prodotti da specifiche aziende presso le quali tutti i produttori di tavoli operatori si rivolgono per l'acquisto e la successiva rivendita. In fatti, non fanno parte della normale dotazione degli accessori di tavoli operatori.

RISPOSTA 8

Non sono richiesti accessori specifici a pena di esclusione. L'inserimento di tale accessorio sarà valutato in sede di offerta tecnica al punto D7 della griglia di attribuzione della punteggi tecnici.

DOMANDA 9



In merito alla Prova Pratica (punto 12.2.3 del disciplinare di gara) siamo a chiedere indicazioni sulla specialità/tipologia di intervento oggetto della prova stessa. Questo al fine di poter predisporre al meglio quanto necessario affinché la commissione giudicatrice possa trarre il massimo profitto dalla dimostrazione.

RISPOSTA 9

Ci si riserva di comunicare prima della effettuazione della prova pratica quali specialità/tipologia di intervento sarà effettuato.

DOMANDA 10

In merito alle Caratteristiche Tecniche di Riferimento per Ortopedia/Traumatologia (Art. 3, punto e) del Capitolato Tecnico) siamo a richiedere la possibilità di poter offrire un piano traumatologico in luogo del gruppo trazioni (l'offerta sarebbe quindi di due piani multidisciplinari più un piano traumatologico). Questo al fine di ottimizzare, velocizzandola, la gestione dei pazienti traumatologici, che eviterebbe, quindi, il montaggio/smontaggio di un gruppo trazioni.

RISPOSTA 10

Rimane ferma l'indicazione di cui all'art. 3, lett. e) del capitolato tecnico.

DOMANDA 11


In merito alle Caratteristiche Tecniche di Riferimento – “caratteristiche generali (valide per tutti i letti forniti) a pena di esclusione” (Art. 3, punto a) del Capitolato Tecnico) – siamo a chiedere conferma che tutti i carrelli forniti debbano essere della stessa tipologia (uguali tra loro), così come indicato per i piani al punto b) del medesimo articolo.

RISPOSTA 11

Si conferma.

DOMANDA 12

In merito alle Caratteristiche Tecniche di Riferimento – “accessori inclusi in offerta” (Art. 3, punto g) del Capitolato Tecnico) – siamo a chiedere di meglio specificare il significato dell'indicazione “l'offerta economica dovrà essere effettuata per ogni singola chirurgia specialistica nella sua globalità, ovvero tavolo base più accessoristica dedicata”. Si intende che tutti gli accessori offerti devono essere uguali per i diversi ospedali, a parità di specialità? Per es. l'accessoristica offerta per la chirurgia generale dell'ASL 1 dovrà essere uguale a quella offerta per la chirurgia generale dell'ASL 2. Se così fosse chiediamo indicazioni sulla gestione dell'accessoristica laddove le specialità differiscano parzialmente tra loro – per es. Ostetricia/Ginecologia ASL 1, Urologia/Ginecologia ASL 2 e Ginecologia Evangelico.



RISPOSTA 12

Tutti gli accessori offerti devono essere uguali per tutti gli Enti e corrispondere alle specialità medico chirurgiche indicate nella griglia di attribuzione dei punteggi tecnici.

DOMANDA 13

Si chiede di specificare se la valutazione tecnica di cui al par. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, della tabella attribuzione punteggi, riferita alla completezza della configurazione degli accessori, sarà attribuita secondo le singole esigenze delle specialità chirurgiche dei presidi ospedalieri indicati all'ART. 2 del capitolato tecnico.

RISPOSTA 13

Ci si riferisce alle specialità medico chirurgiche indicate nelle griglie di attribuzione dei punteggi tecnici.

DOMANDA 14

Si chiede di confermare se la dotazione degli accessori per la chirurgia dell'obeso è prevista esclusivamente per l'E.O. Ospedali Galliera

RISPOSTA 14

Tale fabbisogno rientra all'interno della categoria della Chirurgia Generale ed è uguale per tutti gli Enti (cfr. risposta al quesito n. 12).

DOMANDA 15

Si chiede di confermare se la dotazione degli accessori per la chirurgia vertebrale è prevista per tutte le ortopedie.

RISPOSTA 15

Trattasi di errore materiale: non sono previsti fabbisogni specifici alla chirurgia vertebrale.


DOMANDA 16

Si chiede di confermare che i piani in fibra di carbonio per la chirurgia vascolare saranno valutati al par. D 6 della tabella attribuzione punteggi "completezza della dotazione degli accessori- vascolare"

RISPOSTA 16

Si conferma.

DOMANDA 17



Si chiede di confermare se la dotazione degli accessori per l'endourologia è prevista esclusivamente per l'E.O. Ospedali Galliera.

RISPOSTA 17

Si rimanda alla risposta del quesito n. 12

DOMANDA 18

Si chiede di specificare se gli importi presenti nell'allegato Modello M8 – dettaglio prezzi unitari, relativi alle singole specialità, siano da considerarsi base d'asta non superabile, o se servano come cifra indicativa, e basti fare riferimento al base d'asta complessivo.

RISPOSTA 18

Si rimanda alla risposta del quesito n. 3

DOMANDA 19

EVENTUALE REFERENZE BANCARIE, si chiede cortesemente di confermare che le stesse sono da presentare, solo ed esclusivamente, qualora il concorrente non sia in grado di rilasciare dichiarazione relativa al fatturato globale e/o specifico, da Voi richiesti.

RISPOSTA 19


Si conferma.

DOMANDA 20

PUNTO L): MARCA DA BOLLO, si chiede cortesemente di precisare se il valore delle MARCHE DA BOLLO da riportare nel Modello F23, sia da calcolare sul n. delle pagine di un Modello relativo alla Busta Economica in particolare, o vada calcolato sulla somma di tutte le pagine, di tutti i modelli che dovranno essere presentati nella Busta Offerta Economica - STEP 3 (Modelli M6-7-8, etc.).

RISPOSTA 20

Dovrà essere presentata attestazione del pagamento di n. 1 marca da bollo di importo pari a 16 euro secondo le modalità indicate al punto L), paragrafo 12.2.1



DOMANDA 21

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA - Punto 6) del DISCIPLINARE DI GARA, dove si precisa che la Polizza dovrà RIPORTARE L'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE, si chiede cortesemente di confermare che la predetta richiesta si riferisce/deve essere effettuata solo nel caso in cui il concorrente scelga di produrre la Polizza nella seguente forma: "COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO (SCANSIONE DI DOCUMENTO CARTECEO) SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ART. 22, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 82/2005. LA CONFORMITA' DEL DOCUMENTO ALL'ORIGINALE DOVRA' ESSERE ATTESTATA DAL PUBBLICO UFFICIALE MEDIANTE APPOSIZIONE DI FIRMA DIGITALE, OVVERO DA APPOSITA DICHIARAZIONE DI AUTENTICITA' SOTTOSCRITTA CON FIRMA DIGITALE DAL NOTAIO O DAL PUBBLICO UFFICIALE"

RISPOSTA 21

Si conferma

DOMANDA 22

Nel modello M8 – Dettaglio prezzi unitari rettificato, nella riga dedicata ai tavoli di Neurochirurgia dell'Ospedale San Martino di Genova è stata inserita come quantità 1 il numero dei tavoli richiesti, mentre nel punto f) dell'art. 3 del capitolato tecnico si chiarisce che le due sale operatorie indicate dal San Martino dovranno essere dotate di n. 2 colonne; inoltre sia il "prezzo unitario tavolo base" sia la base d'asta come "importo complessivo" sono pari a €. 170.000. Si prega di confermare che trattasi di refuso e che i tavoli da proporre siano in quantità 2 base d'asta unitaria pari a €. 85.000 e base d'asta complessiva pari a €. 170.000,00.

RISPOSTA 22

La quantità n. 1 indicata dall'IRCCS Policlinico San Martino riassume la dotazione richiesta dallo stesso Ente, ovvero *"le due sale operatorie indicate dal San Martino dovranno essere dotate complessivamente di n .2 colonne, tre piani neurochirurgici ed un piano universale e n. 4 carrelli trasporta piano, oltre gli accessori dedicati"*.

IL DIRIGENTE RUP
(dott. Luigi Moreno Costa)

