



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiaco.righetti@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura di trapani elettrici ad alta velocità e materiale di consumo per neurochirurgia, chirurgia maxillo-facciale e otorinolaringoiatria e di un sistema completo di raccolta liquorale ermetica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due). Lotti n. 2 - Numero gara 7114842.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta da parte dell'esperto individuato per la definizione delle specifiche tecniche, si comunica quanto segue:


QUESITO N. 1

DOMANDA : ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 – Trapani elettrici e relativo materiale di consumo – requisiti minimi richiesti pena esclusione . Punto 3 richiedete sistema completo dei seguenti motori:

1. Craniotomo
2. Perforatore craniale a ridotto numero di giri
3. Motore per fresa retto per cranio
4. Motore per fresa angolato per cranio
5. Motore per fresa per colonna vertebrale
6. Motore per fresa per chirurgia transfenoidale
7. Motore per microseghe per taglio mandibolare e orbitale con movimento sagittale, reciprocante e oscillante
8. Microdebrider per chirurgia endoscopica nasale e per accessi trasfenoidali

Dal punto 1 al 6 fate sempre richiesta di un motore ma intendete l'accessorio/terminale oppure volete un motore comprensivo di terminale/accessorio per ogni punto indicato?

RISPOSTA: *Per motore si intende il manipolo impugnato su cui si innestano le frese e/o il perforatore, e/o le microseghe. Pertanto intendiamo un motore (manipolo) per ogni tipologia specificata.*



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 2

DOMANDA: ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 Punto 3 sotto punto 1) Craniotomo -

Fate richiesta di craniotomo, che tipologia di craniotomo richiedete (small, medium o large) fisso o rotante con o senza piede di protezione?

RISPOSTA: *Si intende come requisito minimo craniotomi small e medium, rotanti e con piede di protezione.*

QUESITO N. 3

DOMANDA: ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 Punto 3 sotto punto 5) Motore per fresa colonna vertebrale –

La VS richiesta è per un terminale molto lungo per andare in profondità oppure di misura standard ma con una buona coppia?


RISPOSTA: *Si intende un terminale sufficientemente lungo per andare in profondità.*

QUESITO N. 4

DOMANDA: ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 Punto 3 sotto punto 6) Motore per fresa per chirurgia trasfenoidale -

La richiesta è per un solo terminale retto o angolato? Corto o lungo? Oppure tutti e 4?

RISPOSTA: *La richiesta è per un terminale (manipolo) angolato per chirurgia trasfenoidale microscopica, e retto per chirurgia trasfenoidale endoscopica*



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 5

DOMANDA: ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 Punto 5) – Viene richiesto peso del motore estremamente contenuto non superiore ai 200 gr.

- La richiesta si intende per ciascun motore richiesto quindi (motore drill, motore per microsegne con movimento sagittale, reciprocante, oscillante e microdebrider)?

RISPOSTA La richiesta si intende solo per il motore grill.

QUESITO N. 6

DOMANDA: ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 Punto 5) – Viene richiesto peso del motore estremamente contenuto non superiore ai 200 gr.

Per tutti i motori richiesti il peso indicato è senza cavo?

RISPOSTA: Sì, senza cavo

QUESITO N. 7

DOMANDA: ALLEGATO F4 - Lotto nr. 1 Punto 5) – Viene richiesto peso del motore estremamente contenuto non superiore ai 200 gr.


Esiste per la richiesta peso 200 gr. L'eventuale solita tolleranza di circa +/-10% ?

RISPOSTA: Si esiste la tolleranza di circa +/-10%

QUESITO N. 8

DOMANDA: ELEMENTI TECNICI SOGGETTI A VALUTAZIONE E AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO LOTTO NR.1 - PUNTO 3) TEMPO DI START UP

Si parla di raggiungimento velocità di regime. Si intende regime massimo impostabile? Per quale manipolo, solo per il rotante da neurochirurgia?



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

RISPOSTA: *Si, si intende il regime massimo impostabile e solo per il rotante da neurochirurgia*

QUESITO N. 9

DOMANDA: ELEMENTI TECNICI SOGGETTI A VALUTAZIONE E AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO LOTTO NR.1 - PUNTO 5) SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE

In che modo verrà valutato il grado di surriscaldamento/temperatura del motore?

RISPOSTA: *Sarà soggetto a prova pratica e a discrezione della commissione giudicatrice con il supporto di una termo camera.*

QUESITO N. 10

DOMANDA: ELEMENTI TECNICI SOGGETTI A VALUTAZIONE E AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO LOTTO NR.1 - PUNTO 5) SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE

La valutazione sarà a seguito di prova pratica come da voi indicato su materiale osseo di animale bovino. Affinchè la valutazione sia uniforme per tutte le aziende potreste indicare quale tipologia di osso bovino dovrà essere procurata (es. testa, femore o tibia etc.)


RISPOSTA: *Tibia bovina.*

QUESITO N. 11

DOMANDA: ELEMENTI TECNICI SOGGETTI A VALUTAZIONE E AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO LOTTO NR.1 - PUNTO 7) ERGONOMIA

Quale criterio oggettivo verrà utilizzato per attribuire il punteggio?

RISPOSTA: *Si intende per ergonomia l'interazione tra gli elementi di un sistema e la funzione per cui vengono progettati, allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e l'insieme delle prestazioni del sistema. In tal caso l'utente è rappresentato dalla commissione giudicatrice. Prova pratica*



QUESITO N. 12

DOMANDA: ELEMENTI TECNICI SOGGETTI A VALUTAZIONE E AD ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO LOTTO NR.1 - PUNTO 13) POSSIBILITA' DI SISTEMA MOTORIZZATO PER CONTROLLO MANUALE PER MAXILLO FACCIALE

La richiesta è di possedere un eventuale controllo manuale per i manipoli già precedentemente richiesti o di avere un ulteriore sistema motorizzato con controllo manuale per maxillo-facciale. Se sì, un manipolo drill con eventuali terminali retti e/o angolati?

RISPOSTA: *La richiesta è di possedere un eventuale controllo manuale per i manipoli già precedentemente richiesti. Questo tanto per un manipolo drill che per i manipoli per seghe.*

QUESITO N. 13

DOMANDA: ALLEGATO A1 – FABBISOGNI ANNUALI E QUINQUENNALI E STIMATI -LOTTO NR. 1 – VENGONO INDICATI I FABBISOGNI ANNUALI/COMPLESSIVI E QUINQUENNALI PER OGNI ASL/ISTITUTO

Il dato non è chiaro. Chiediamo che vengano indicati esattamente il numero di:

Centraline - Pedali – Motori per Neurochirurgia – Craniotomi, quanti e quali – Perforatori Craniali – Motori per Fresa Retta per Cranio, quanti e quali - Motori per Fresa Angolata per Cranio, quanti e quali - Motori per Fresa per Colonna Vertebrale, quanti e quali - Motori per Fresa per Chirurgia Transfenoidale, quanti e quali – Microseghe Sagittali, quante - Microseghe Reciproche, quante - Microseghe Oscillanti, quante – Microdebider, quanti.

Senza questo dato analitico ci risulta impossibile un offerta idonea. Es. per asl 2 viene indicato quantità annuale 2. Senza il dettaglio sopra richiesto diventa impossibile effettuare un calcolo. Inoltre nr. all'anno per 5 anni risulta un fabbisogno totale di 10, non capiamo essendo il materiale richiesto attrezzatura pluriuso di lunga durata come interpretarla.

RISPOSTA: *In punto alla vostra richiesta di chiarimenti verranno sollecitati agli Enti Sanitari specifiche analitiche circa il quantitativo annuo (corrispondente al quinquennio) per il materiale non di consumo richiesto, ovvero:*

N. di CENTRALINE +PEDALI

N. di MOTORI (MANIPOLI) PER FRESE E PERFORATORI CRANICI

N. di MOTORI PER SEGHE

N. di MOTORI PER DEBRIDER

QUESITO N. 14

DOMANDA: ALLEGATO F2 – OFFERTA ECONOMICA – si precisa che la formula del corrispettivo quinquennale complessivo (L) moltiplica il prezzo base d’asta unitario (J) al prezzo offerto unitario (K)

Si chiede pertanto se il totale da indicare debba essere calcolato moltiplicando il prezzo offerto (k) per il quantitativo massimo (i) oppure per il quantitativo quinquennale (h)

RISPOSTA: *Il totale da indicare deve essere calcolato per il quantitativo massimo.*

QUESITO N. 15

DOMANDA: A pag. 3 del capitolato tecnico, relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi al lotto 1, vi chiediamo se sia corretta la dicitura “motori” oppure si deve intendere “manipoli” (porta frese)

RISPOSTA: *La dicitura motori/manipoli è da ritenersi equivalente.*

QUESITO N. 16

DOMANDA: A pag. 4 del capitolato tecnico, relativamente alla fornitura di materiale di consumo vi chiediamo se sia possibile partecipare anche con micro seghe reciproche e sagittali pluriuso non sterili equivalenti per misure.

RISPOSTA: *No.*



QUESITO N. 17

DOMANDA: A pag. 5 del disciplinare di gara, come prova della capacità finanziaria ed economica dell'azienda possono essere fornite "due idonee dichiarazioni di istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza della presentazione delle offerte". Si richiede di precisare se le dichiarazioni devono essere state sottoscritte entro 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte o se, invece, devono attestare la solidità economica dell'azienda nel periodo non anteriore a 180 gg dalla scadenza delle offerte.

RISPOSTA: *Le dichiarazioni devono essere sottoscritte entro 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte.*

QUESITO N. 18


DOMANDA: A pag. 14 del disciplinare di gara, per i rappresentanti delle ditte presenti alle sedute pubbliche della I°, II° e IV fase di gara, viene richiesta procura speciale notarile. Vi chiediamo se possa presenziare alla seduta anche una persona munita di apposita delega, rilasciata dal legale rappresentante della ditta.

RISPOSTA: *Può partecipare chiunque in quanto la seduta è pubblica mentre per intervenire e rilasciare dichiarazioni è necessaria la procura notarile.*

QUESITO N. 19

DOMANDA: nel documento SEZIONE A – CAPITOLATO TECNICO al punto n. 11 CAMPIONATURA relativamente alla campionatura del lotto 1 ed in particolare alla voce – *Punte per fori monouso n.1 (misura media)* - non riusciamo ad interpretare correttamente la dicitura "per foratura osso 4 mm attraverso cui far passare un punto di sutura 3.0". Chiediamo, se possibile, di fornire ulteriori informazioni in merito.

RISPOSTA: *La dicitura va così interpretata: osso dello spessore di 4 mm, la fresa deve essere di dimensioni tali da far passare attraverso il foro prodotto un filo di sutura 3.0.*



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 20

DOMANDA: nel documento SEZIONE A – CAPITOLATO TECNICO al punto n. 11 CAMPIONATURA relativamente alla campionatura del lotto 1 ed in particolare alla voce – *Debrider momouso n. 1* – chiediamo cortesemente di confermare la dicitura “Debrider” è da noi interpretata correttamente come “Lama Debrider”. Avendo la possibilità di inserire in offerta diverse tipologie (diametro, curvatura e forma tagliente) preghiamo di precisare se la tipologia da presentare in campionatura potrà essere indifferentemente una della gamma

RISPOSTA: *Si, potrà essere indifferentemente una della gamma.*

IL DIRIGENTE RUP
(dott. Luigi Moreno Costa)

