arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0017042.01-08-2019

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO
Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA - tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Sig.ra Caterina MERLO tel. 010/548 8562
e-mail: caterina.merlo@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche A.S.S.L. n° 1 Imperiese, A.S.S.L n° 2 Savonese, A.S.S.L. n° 3 Genovese, A.S.S.L. n° 4 Chiavarese, A.S.S.L n° 5 Spezzina, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, I.R.C.C.S. G. Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino-IST della Regione Liguria per una durata di quattro anni rinnovabile annualmente fino ad un massimo di ulteriori 4 anni- Lotti n. 3 Numero gara 7347853- ID SinTel: 109395292

Richieste di chiarimenti post-indizione

A) Chiarimento del 09/05/2019 – ID SinTel 110484455

Domanda n° 1: Considerato che i lotti sono indivisibili e che ciascuno di essi verrà aggiudicato da un solo operatore economico siamo a chiedere, relativamente alle apparecchiature elettromedicali per le quali l'attività di manutenzione può essere svolta solo e esclusivamente dalla fabbricante o da ditta autorizzata da quest'ultimo, come l'aggiudicatario potrà ricorrere a tali ditte senza che tale operazione possa essere considerata quale frazionamento del servizio o subappalto?

*Risposta n° 1: all'art. 9.3.7 consente la **facoltà** alla ditta di stipulare contratti di assistenza con i Produttori e/o con ditte autorizzate per l'attività di manutenzione su apparecchiature di particolare rilevanza clinica e/o tecnologica e/o economica. Detti contratti dovranno rientrare nella disciplina prevista per il subappalto di cui all'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. Inoltre l'attività di manutenzione dovrà essere svolta da un Operatore Economico che, dall'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza territoriale, risulti tra le attività prevalenti esercitata dell'impresa la manutenzione preventiva e correttiva etc. di apparecchiature elettromedicali e, potrà partecipare quale impresa individuale e/o in raggruppamento temporaneo di impresa e/o in altra forma come previsto dagli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i...*

Domanda n° 2: Lotto 2 - 4d
app. x sollevamento malati - OSPEDALI RIUNITI LEONARDI RIBOLI: NON di ab medica SpA
Lotto 3 (Gaslini - H)
Diversamente da quanto voi indicato, presso il P.O. GASLINI di Genova non risulta alcun sistema robotico Da Vinci. Tale sistema risulta ubicato presso il P.O. San Martino

Risposta n° 2: Lotto 2 - 4d, a seguito di verifica da parte degli uffici competenti dell'Azienda Committente, si precisa che marca è KSP Italia e per un mero errore è stata messa come AB Medica SPA

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Lotto 3 (Gaslini - H) a seguito di verifica presso gli uffici competenti dell'Azienda Committente si conferma che il sistema robotico Da Vinci non è più in dotazione.

B) Chiarimento del 09/05/2019 - ID SinTel 110485314

Domanda n° 3: Si chiede conferma che nel caso in cui l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, richiesto all'Art.13.2.1 Lettera E) del disciplinare di gara, fosse parte integrante della fideiussione (richiesta alla Lettera D), nel campo obbligatorio "impegno del fideiussore" sul portale Sintel, debba essere caricata nuovamente la Garanzia Fideiussoria.

Risposta n° 3: si conferma che è sufficiente inserire a sistema, nell'apposito campo nuovamente la Garanzia Fideiussoria, nel caso in cui la dichiarazione dell'impegno del fideiussore sia parte integrante della stessa

Domanda n° 4: Si chiede conferma che in caso di ricorso al subappalto, i subappaltatori indicati nella terna debbano presentare il proprio PASSOE richiesto all'art. 15 del Disciplinare di gara generato dagli stessi selezionando sul sito dell'ANAC allo step "Selezionare il ruolo in gara" la forma di partecipazione "Operatore Economico mono-soggettivo (art.34, comma 1, lettera a), del D.Lgs.163/2016)" Pertanto, in caso di indicazione di n. 3 società nella terna dei subappaltatori dovranno essere presentati n.3 distinti PASSOE ciascuno generato da ognuna delle società indicate nella terna

Risposta n° 4: si precisa dovrà essere presentato un solo PASSOE generato dal sito ANAC dall'Operatore Economico che partecipa selezionando allo step "Selezionare il ruolo in gara" la forma di partecipazione "Operatore Economico mono-soggettivo (art.34, comma 1, lettera a), del D.Lgs.163/2016)" in quanto l'eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dopo all'avvenuta aggiudicazione

Domanda n° 5: Si chiede conferma che nella parte IV del DGUE (da compilare per la dimostrazione dei "requisiti di Capacità Tecnica e Professionale") siano esclusivamente da compilare le sezioni 1B e 10 e non debbano essere compilate le sezioni 5 e 11 (indicate al punto 5.3 – pag.14 e all'art.15 – pag.41 del Disciplinare di gara) in quanto non pertinenti alla presente procedura di gara (avente ad oggetto l'affidamento di servizi e non di forniture).

Risposta n° 5: si precisa che l'Operatore Economico dovrà provvedere alla compilazione della IV del DGUE, per quanto attiene alla dimostrazione del requisiti di Capacità Tecnica e Professionale, le seguenti sezioni: sez. B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) punto 1b e 2b e sez. C- CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) punto 1b, 5, 10

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 6: Si chiede conferma che alle sedute pubbliche di gara (art.17 e 18 del Disciplinare di gara) possano partecipare ed intervenire rappresentanti del concorrente muniti di relativa delega rilasciata dal Legale Rappresentante della società partecipante stessa.

Risposta n° 6: si precisa che le sedute sono pubbliche ed aperte a qualunque interessato. I rappresentanti delle Ditte interessate dovranno essere muniti di procura speciale notarile, qualora volessero intervenire ed impegnare la ditta in ogni qualsivoglia forma.

Domanda n° 7: Si chiede conferma che la comprova del fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara" (richiesto al punto b dell'art.5.2 del Disciplinare di gara) possa essere soddisfatto mediante la presentazione di originali o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

Risposta n° 7: si conferma che la comprova del fatturato medio annuo specifico può essere soddisfatto mediante la presentazione di originali o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione di cui al punto B) art. 20 Disciplinare di gara.

C) Chiarimento del 09/05/2019 - ID SinTel 110485372

Domanda n° 8: Si chiede di pubblicare i seguenti Allegati al Capitolato Tecnico in quanto non presenti tra la documentazione resa disponibile sulla piattaforma Sintel/sito di Alisa: - Allegato 1 Elenco presidi - Allegato 2 Elenco classi CIVAB e suddivisione tipologia apparecchiature in base all'incidenza del costo di manutenzione e della criticità - Allegato 4 Elenco materiale di consumo escluso dal Servizio - Allegato 6 SW sistema informatico

Risposta n° 8: si precisa che sarà nostra cura provvedere alla pubblicazione della documentazione mancate

Domanda n° 9: All'interno dei documenti di gara sono state riscontrate innumerevoli discordanze sugli importi posti a base d'asta dovuti all'inclusione in alcuni casi e all'esclusione in altri casi degli oneri DUVRI, considerando sempre i medesimi importi posti a base d'asta. Come specificato all'Art. 5.2 del Capitolato Tecnico "La base d'asta complessiva, per ciascun lotto, è quantificata sulla base delle apparecchiature in possesso di ogni singola Azienda Sanitaria committente, e più precisamente calcolata sulla base della moltiplicazione dei seguenti fattori (capi a,b) sommati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso". Dove a) è il "valore di riacquisto di ogni singola apparecchiatura" e b) è il "valore percentuale massimo relativo al gruppo d'appartenenza d'incidenza del costo manutentivo di ogni singola apparecchiatura". Sulla base di quanto sopra affermato gli importi a base d'asta sono pari all'importo complessivo risultante dal modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" (canone * 8 anni iva esclusa) a cui devono essere sommati gli oneri DUVRI. Si chiede di confermare quanto sopra.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 9: si precisa che agli importi complessivi risultanti da ogni mod. M6 Dettaglio prezzo unitari offerto per ciascun lotto dovranno essere sommati gli oneri di sicurezza di cui ai DUVRI relativi a ciascun lotto.

Domanda n° 10: Con riferimento al quesito precedente si chiede di confermare che, a rettifica di quanto previsto all'Art. 13.2.3 del Disciplinare di gara, la pagina dell'offerta economica della piattaforma Sintel debba essere compilata nel seguente modo: - Nell'apposito campo "Offerta economica" deve essere indicato il valore complessivo offerto coincidente con l'importo complessivo risultante dal modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" (canone * 8 anni iva esclusa), al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza (oneri DUVRI). - Nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" devono essere indicati gli oneri DUVRI, ove la locuzione "di cui" è da intendersi un refuso, in quanto gli oneri DUVRI sono aggiuntivi all'importo indicato nel campo precedente "Offerta economica".

*Risposta n° 10: si conferma che il "di cui" si tratta di un mero refuso. Inoltre si precisa che si procederà alla modifica del mod. M6" "Dettaglio prezzi unitari offerti" (canone * 8 anni iva esclusa)" indicando gli oneri di sicurezza (DUVRI).*

Domanda n° 11: Come previsto dall'Art. 26 del Disciplinare di gara "Clausola sociale ed altre condizioni particolari di esecuzione" l'aggiudicatario è tenuto a riassorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

All'Art. 2 pag. 9 del Disciplinare di gara si afferma genericamente che la stazione appaltante ha stimato in circa il 50 % della base d'asta i costi della manodopera calcolati sulla base dei livelli retributivi attualmente in vigore per le varie professionalità coinvolte nell'esecuzione del servizio. Al fine di poter effettuare le opportune valutazioni sia dal punto di vista tecnico che economico e formulare un'offerta economicamente sostenibile e remunerativa a fronte della richiesta di riassorbire in via prioritaria il personale attualmente operativo, si chiede di indicare per ogni singolo lavoratore oggetto della "clausola sociale" i seguenti dati: - Azienda Sanitaria sede di lavoro - Monte ore settimanale dedicato allo specifico appalto - CCNL impiegato - Livello contrattuale - Costo annuo lordo - Mansione lavorativa, con specifico riferimento alle mansioni indicate all'Art. 4 del Capitolato Tecnico (Direttore Tecnico di Commessa, Ingegnere Responsabile di Commessa, Capo Tecnico Specialista, Tecnico Specialista, Personale amministrativo) - Titolo di studio - N. anni di esperienza lavorativa in servizi analoghi - Specializzazioni La mancanza di tali informazioni crea una situazione di lesione del principio di par condicio, in quanto gli attuali esecutori del servizio sono a conoscenza dei suddetti dati relativi al proprio personale attualmente operativo per l'esecuzione del servizio in questione.

Risposta n° 11: si è in attesa di risposta da parte delle Aziende del S. S. R. coinvolte nel servizio. Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto

Domanda n° 12: il Capitolato Tecnico prevede che in sede di gara siano inseriti i curricula del personale impiegato per il servizio, che dovranno essere corrispondenti ai reali dipendenti che saranno effettivamente impiegati in caso di aggiudicazione pena esclusione/mancata stipula del contratto. Nello

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

specifico si fa riferimento ai seguenti punti del Capitolato Tecnico: - Art. 4 pag. 20: "*prima di procedere alla stipula della convenzione la Ditta Aggiudicataria dovrà presentare alla Committenza: - pianta organica del personale che verrà impiegato - curricula professionali nominativi delle figure professionali impiegate per lo svolgimento dell'appalto La Committenza si riserva la facoltà di verificare la rispondenza dei curricula professionali a quanto previsto nel presente Capitolato ed in sede d'offerta. Qualora non vi fosse corrispondenza con quanto indicato in sede di offerta la Ditta/RTI potrà essere esclusa*" - Art. 5.1 pagg. 21 e 22: "*Per ogni soggetto dovrà essere inserito il curriculum vitae che potrà essere anonimo (al curriculum potranno essere allegate e quindi, soggette a valutazione, tutte le attestazioni atte a dimostrare quanto indicato, oltre ad eventuali attestazioni rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione del personale). La verifica della corrispondenza fra quelli presentati in sede di gara e i reali dipendenti verrà effettuata prima della firma del contratto (art. 9). Qualora si verificasse esito discordante non si procederà alla stipula del contratto*".
Dal momento che è prevista la clausola sociale (Art. 9 del Disciplinare di gara), ad eccezione dell'aggiudicatario uscente, i curricula presentati in sede di gara non potranno mai essere corrispondenti al personale che sarà effettivamente impiegato per il servizio. Si chiede di confermare che le suddette frasi sono da considerarsi un refuso in quanto non conciliabili con la clausola sociale.

Risposta n° 12: *si è in attesa di risposta da parte delle Aziende del S. S. R. coinvolte nel servizio. Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto*

Domanda n° 13: Si premette che: - L'Art. 26 del Disciplinare di gara "Clausola sociale ed altre condizioni particolari di esecuzione" prevede l'applicazione da parte dell'aggiudicatario della clausola sociale. - il Disciplinare di gara prevede che siano assegnati ben 5 punti su 70 al sub criterio "Curricula del personale". Verrà valutato il livello delle figure professionali previste in offerta per la gestione del servizio. Per effetto dell'applicazione della clausola sociale, all'atto dell'esecuzione del servizio, qualsiasi sia la ditta aggiudicataria, sarà impiegato il medesimo personale (personale attualmente operativo presso le Aziende Sanitarie). La valutazione dei curricula presentati in sede d'offerta è pertanto del tutto fittizia. I curricula inseriti in sede d'offerta possono essere considerati curricula esemplificativi di personale in organico all'Offerente. Tali curricula non corrisponderanno al reale personale che sarà impiegato per il servizio. Tutti i concorrenti impiegheranno il medesimo personale (personale riassorbito), pertanto il punteggio assegnato al subcriterio di valutazione "Curricula del personale" dovrebbe essere il medesimo. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di meglio esplicitare come sarà effettivamente assegnato il punteggio associato al sub criterio "Curricula del personale".

Risposta n° 13: *si è in attesa di risposta da parte delle Aziende del S. S. R. coinvolte nel servizio. Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto*

Domanda n° 14: Si chiede di confermare che per l'ASL 1 e l'EO Ospedali Galliera la figura del capotecnico specialista di cui all'Art. 4 del Capitolato Tecnico è già ricompresa all'interno del numero minimo di tecnici richiesto nei rispettivi Allegati 5.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 14: *si precisa che la figura del Capo Tecnico Specialista dovrà essere presente in ogni A.S.S.L. committente ed è ricompresa all'interno del numero indicato dall'ASL 1 e dall'E.O. Ospedali Galliera nei rispettivi Allegati 5.*

Domanda n° 15: Per le figure di "Capo Tecnico Specialista" e "Tecnici Specialisti" di cui all'Art. 4 del Capitolato Tecnico è necessario il titolo di "Diploma di perito Industriale od equipollente". Si chiede di confermare che il diploma professionale sia ritenuto un titolo valido per ricoprire tali ruoli

Risposta n° 15: *si precisa che il diploma rilasciato dagli Istituti Professionali al temine del quinquennio è riconosciuto equipollente al diploma di perito industriale, pertanto è ritenuto valido a ricoprire tali figure professionali.*

Domanda n° 16: All'interno del Modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" del Lotto 2 il canone annuale massimale (cella L80) è dato dalla somma dei canoni massimali relativi solamente alle apparecchiature elettromedicali (L63+L44+L25) pari ad € 2.796.439,00 (base d'asta annua Lotto 2), senza considerare i massimali relativi a strumentario chirurgico ed ausili. L'importo corretto del canone annuale massimale del Lotto 2, comprensivo sia della parte elettromedicale che della parte strumentario/ausili, è pari ad € 2.936.439,00 (L35+L54+L73). Si chiede pertanto di rivedere la base d'asta del Lotto 2, che dovrebbe essere pari ad € 2.936.439,00/anno e di aggiornare i documenti di gara.

Risposta n° 16: *da una verifica risulta che la formula corretta, relativa alla base d'asta totale è L73+L54+L35. Si precisa che inoltre che il modello M6 è stato aggiornato .*

Domanda n° 17: All'interno del Modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" del Lotto 3 per l'OEI è stata conteggiata all'interno della base d'asta una spesa storica annua per lo strumentario chirurgico pari ad € 10.000,00. Nell'Allegato 5 dell'OEI è indicata una spesa storica per lo strumentario pari ad € 30.000,00. Si chiede di modificare il modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" del Lotto 3 indicando per l'OEI l'importo corretto per lo strumentario e di rivedere di conseguenza la base d'asta del Lotto 3.

Risposta n° 17: *a seguito di verifica si prende atto della segnalazione e si procede alla correzione del mod. M6 "Dettaglio prezzi unitari offerti" del Lotto 3 per l'OEI*

Domanda n° 18: Il valore apparecchiature (V1A, V1B, V1C, V1D, V1E, V1F) utilizzato all'interno del foglio "Schema dettaglio prezzi" degli Allegati Modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" per definire la base d'asta deriva dalla sommatoria per ogni gruppo manutentivo delle valorizzazioni delle apparecchiature presenti nei fogli contenenti gli elenchi inventariali. Tale sommatoria è stata effettuata prendendo in considerazione, all'interno dei fogli contenenti gli elenchi inventariali, le colonne grigie dalla P alla U ("Gruppo A", "Gruppo B", "Gruppo C", "Gruppo D", "Gruppo E", "Gruppo F"). Effettuando il medesimo calcolo prendendo in considerazione, sempre all'interno degli stessi fogli contenenti gli elenchi inventariali, le colonne arancioni H ("Gruppo") ed I ("Valore riacquisto (IVA esclusa)", risultano delle valorizzazioni complessive

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

maggiori. All'interno dei fogli contenenti gli elenchi inventariali la sommatoria delle valorizzazioni considerando le colonne grigie dalla P alla U dovrebbe coincidere con la sommato delle valorizzazioni considerando le colonne arancioni H ed I. In tabella si riportano le differenze riscontrate, quelle più significative sono relative all'ASL 4, all'ASL 5 e all'IRCCS Gaslini.

Azienda	Valore complessivo parco macchine colonna da P a U (considerato per base d'asta)	Valore complessivo parco macchine colonne H ed I	Delta aggiuntivo da considerare per il calcolo base d'asta
ASL 1	17.469.643,72€	17.483.643,72€	€ 14.000,00
ASL 2	32.647.339,00€	32.663.039,00€	€ 15.700,00
ASL 4	11.940.207,44€	12.821.971,39€	€ 881.763,95
ASL 5	20.862.768,96€	22.220.875,23€	€ 1.358.106,27
IRCCS Gaslini	44.179.695,81€	44.587.077,45€	€ 407.381,64
OEI	7.037.972,73€	7.067.972,73€	€ 30.000,00

A fronte di quanto evidenziato si chiede di ridefinire le basi d'asta dei lotti coinvolti prendendo in considerazione tutte le apparecchiature da gestire presenti nei fogli contenenti gli elenchi inventariali e le relative valorizzazioni.

Risposta n° 18: da una verifica sul file è risultato che, in alcune righe relativa alle colonne grigie da P a U, non era presente la formula, pertanto si è provveduto all'inserimento della stessa e si procederà alla correzione.

Domanda n° 19: All'interno dell'elenco apparecchiature dell'ASL 3 sono presenti due mammografi con gruppo manutentivo "x". Si chiede di specificare se tali mammografi sono inclusi o esclusi dal servizio ed il relativo gruppo manutentivo.

Risposta n° 19: si precisa che i due mammografi sono inclusi nel servizio manutentivo nel gruppo B come da Elenco Classe CIVAB e GRUPPO

Domanda n° 20: All'interno degli elenchi apparecchiature forniti sono presenti n. 24 apparecchiature di proprietà (n. 1 ASL3, n. 17 ASL5, n. 4 Gaslini, n. 2 OEI) a cui non è stato associato un gruppo manutentivo. Si chiede di specificare se tali apparecchiature sono incluse o escluse dal servizio ed il relativo gruppo manutentivo.

Risposta n° 20: si precisa che, a seguito di verifica, si procederà alle correzioni indicando il rispettivo gruppo manutentivo

Domanda n° 21: All'interno degli elenchi apparecchiature forniti sono presenti n. 121 apparecchiature di proprietà (n. 3 ASL2, n. 2 ASL5, n. 5 Galliera, n. 4 Gaslini, n. 40 OEI, n. 67 S. Martino) a cui è stata associata una valorizzazione nulla. Tali apparecchiature comprendono ad esempio un portatile per radioscopia, un sistema di neuronavigazione, un ventilatore polmonare, ecc... e solo poche di esse si possono considerare come accessori/componenti di un sistema. Si chiede di specificare se tali apparecchiature sono incluse o escluse dal servizio, e qualora fossero incluse di fornire la relativa valorizzazione.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 21: *tutte le apparecchiature elencate sono da ritenersi incluse nel servizio. In alcuni casi si tratta di accessori e/o componenti di un "sistema" il cui cespite principale è stato opportunamente valorizzato e tale valorizzazione include gli accessori e/o componenti facenti parte del sistema stesso. Eventuali situazioni dubbie che dovessero permanere potranno essere valutate caso per caso durante la fase di avviamento del servizio*

Domanda n° 22: Al fine di poter correttamente stimare l'onere manutentivo per la gestione della seguente apparecchiatura dell'Azienda S. Martino:

CIVAB (classe)	CIVAB (produttore)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	N° inventario
&PF	*nn	Preparatore di farmaci	Non presente	Non presente	Nonrilevabile	00850010453

Si chiede di fornirne Costruttore e Modello.

Risposta n° 22: *si comunica quanto richiesto costruttore ZUMA s.r.l. – modello 150 A/4, si procederà a completare ed alla ripubblicazione*

Domanda n° 23: Al fine di poter correttamente stimare l'onere manutentivo per la gestione delle seguenti apparecchiature dell'Azienda S. Martino:

CIVAB (classe)	CIVAB (produttore)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	N° inventario
TPA	PHI	Tavolo per paziente per apparecchio radiologico	Philips Medical Systems	Non presente	00850002074
TPA	*NN	Tavolo per paziente per apparecchio radiologico	Non Presente		00850008221
TPA	*NN	Tavolo per paziente per apparecchio radiologico	Non presente	05160	00850010944
TPA	PHI	Tavolo per paziente per apparecchio radiologico	Philips Medical Systems		00850012363

Si chiede di fornirne Costruttore e/o Modello laddove non presente.

Risposta n° 23: *si precisa che trattasi di refuso. I tavoli di cui sopra sono finiti per errore nell'elenco relativo al Lotto 1. Si tratta di componenti relativi ad alcuni dei sistemi radiologici correttamente inseriti invece nel lotto 2.*

Domanda n° 24: All'Art. 13.2.2 del Disciplinare di gara al punto 2 è richiesto di allegare a sistema nell'apposito campo "scheda tecnica" le schede tecniche del/dei prodotti offerti. Trattandosi di una procedura di servizi e non di fornitura di prodotti e non essendo presente il campo "scheda tecnica" sulla piattaforma Sintel, si chiede di confermare che la suddetta richiesta è da considerarsi un refuso.

Risposta n° 24: *si precisa che la dicitura "scheda tecnica" deve essere intesa come "Progetto Tecnico" – si provvederà alla modifica della dicitura.*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 25: All'Art. 13.2.2 del Disciplinare di gara al punto 3 è richiesto di allegare a sistema nell'apposito campo "Certificato CE" copia conforme all'originale del certificato CE. Trattandosi di una procedura di servizi e non di fornitura di prodotti (che dispongono di un certificato CE), si chiede di confermare che in corrispondenza del campo "Certificato CE" presente sulla piattaforma Sintel debbano essere inserite le certificazioni possedute dalla Ditta Offerente (es. 9001, 14001, ecc...).

Risposta n° 25: si precisa che la dicitura "Certificato CE" deve essere intesa come "Certificazioni di Qualità"

Domanda n° 26: Nell'ambito del criterio di valutazione n. 3 dell'Offerta Tecnica (pag. 44 del disciplinare di gara) e nello specifico per i sub criteri "Piano di formazione", "Corsi accreditati per ingegneri clinici", "Corsi di formazione per operatori tecnici", "Corsi di formazione per operatori sanitari", vi è una discordanza tra il sub peso attribuito al sub criterio ed il punteggio massimo ottenibile secondo le modalità di attribuzione previste. Si chiede di confermare che per l'attribuzione del sub peso saranno adottate modalità analoghe a quanto descritto, ma con riferimento al sub peso corretto.

Risposta n° 26: si è provveduto alla loro correzione.

Domanda n° 27: Nell'ambito del criterio di valutazione n. 4 dell'Offerta Tecnica (pag. 45 del disciplinare di gara) e nello specifico per i sub criteri "software-gestione sistemi IT", "software-gestione impianti", "software-gestioni richieste di acquisizione", "software – gestione IPS", vi è una discordanza tra il sub peso attribuito al sub criterio ed il punteggio massimo ottenibile secondo le modalità di attribuzione previste . Si chiede di confermare che per l'attribuzione del sub peso saranno adottate modalità analoghe a quanto descritto, ma con riferimento al sub peso corretto.

Risposta n° 27: si è provveduto alla loro correzione

Domanda n° 28: Si chiede di confermare che eventuali allegati al Progetto Tecnico (es. curricula, protocolli di manutenzione, brochure, depliants, ecc..) siano da considerarsi esclusi dal limite massimo delle 400 facciate formato A4 previsto all'Art. 5.1 del Capitolato Tecnico.

Risposta n° 28: si conferma che il limite massimo delle 400 facciate formato A4 si riferisce al solo progetto tecnico e gli allegati sono esclusi.

Domanda n° 29: Si chiede di confermare che le "Prestazioni aggiuntive" indicate al punto 24 del Progetto Tecnico all'Art. 5.1 del Capitolato Tecnico non sono oggetto di valutazione, in quanto non comprese tra i criteri di valutazione indicati all'Art. 16.1 del Disciplinare di Gara.

Risposta n° 29: La documentazione tecnica: "prestazioni aggiuntive", come indicato al punto 24 dell'5.1 del Capitolato Tecnico, comprende i sub-criteri: "miglioramento gestione ed organizzazione attività manutentiva" e "miglioramento gestione ed organizzazione altre attività"

Domanda n° 30: Si chiede di confermare che il punto d) dell'Art. 5.1 del Capitolato Tecnico: "*d) eventuale progetto (planimetrie e computo metrico senza prezzi) relativo alla sistemazione dei locali messi a di-*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

sposizione delle singole committenti, secondo le indicazioni delle stesse contenute all'Allegato x-5-Z" non è oggetto di valutazione, in quanto non compreso nelle voci indicate all'Art. 16.1 del Disciplinare di Gara.

Risposta n° 30: si conferma

Domanda n° 31: All'Art. 5.1.1 del Capitolato Tecnico è richiesto l'inserimento in offerta di documentazione dimostrativa del software offerto. La documentazione dovrà essere autoinstallante o eseguibile direttamente, senza necessità di predisposizione di particolare software di ambiente e dovrà avere una durata compresa tra 15 e 45 minuti. Si chiede di confermare che per rispondere alla suddetta richiesta sia possibile inserire all'interno del Progetto Tecnico un link che consentirà di accedere direttamente tramite i comuni browser internet (explorer, chrome, firefox, ecc...) alla presentazione del software offerto.

Risposta n° 31: si conferma che non è ammessa la possibilità di utilizzare un link inserito nel progetto tecnico. La documentazione dimostrativa dell'applicativo dovrà essere fornita in powerpoint (slides) della durata compresa tra 15 e 45 minuti, e dovrà consentire una valutazione della soluzione in termini di funzionalità e della relativa interfaccia utente. Dovranno essere oggetto di demo (art. 5.1.2) solo i software compresi nell'offerta e dovrà essere inserito a sistema nel campo Progetto Tecnico.

Domanda n° 32: L'Art. 9.2 del Capitolato tecnico stabilisce tra l'altro che:

- *"Entro 30 giorni solari consecutivi dalla data dell'ordinativo di fornitura verrà stilato in contradditorio apposito Verbale di Consegna"*
- *"Dalla data del verbale di consegna, l'Aggiudicatario dovrà, per ciascun lotto, rendere massimamente operative presso ognuna delle singole Aziende committenti le attività legate al servizio indicate all'Art. 6, escluso quanto indicato al comma 6.10 (revisione dell'inventario)"*
- *"Il censimento (ausili compresi), l'inserimento all'interno del sistema informatico gestionale e la definizione della forma di presenza all'interno dell'Azienda si dovranno tassativamente concludere entro 90 gg solari dalla data del verbale di consegna della singola Azienda"*
- *"Al termine della fase di avvio, che dovrà concludersi per ogni Azienda entro 120 giorni solari consecutivi dalla data dell'ordinativo di fornitura della singola Azienda, le parti formalizzeranno il Verbale di Avvio del Servizio"*
- ***"Resta altresì inteso che nel periodo intercorrente tra la data di firma del Verbale di Consegna e la data di firma del Verbale di Avvio del servizio, le Aziende committenti riconosceranno un canone pari al 70 % del valore effettivo, calcolato sulla base degli esiti del censimento in contradditorio. Solo dalla data di firma del Verbale di Avvio del Servizio verrà percepito il canone al 100%".***

Preso atto delle superiori previsioni contenute nel disciplinare di gara, rileviamo che il riconoscimento all'appaltatore di un canone pari al 70% del suo valore effettivo nel periodo intercorrente tra la data di firma del verbale di consegna e quello dell'avvio del servizio non ha ragione d'essere. Dalla data di firma del Verbale di consegna alla data di firma del Verbale di avvio del

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

servizio potrebbero intercorrere 90 giorni (3 mesi). In questi 3 mesi è prevista l'esecuzione di tutte le attività tecniche del servizio a regime nessuna esclusa (es. attività programmate, interventi di manutenzione correttiva con sostituzione delle parti di ricambio, collaudi, ecc...). Nei primi tre mesi di contratto, infatti, l'appaltatore è chiamato ad eseguire integralmente il servizio e sostiene conseguentemente tutti i relativi oneri tra i quali la stipulazione dei contratti, l'acquisto e la fornitura dei ricambi, l'impiego di personale tecnico specializzato, ecc.... A fronte dei costi sostenuti dall'appaltatore e delle prestazioni rese il pagamento del 70% del canone è dunque del tutto ingiustificato ed eccessivamente gravoso per l'appaltatore. La previsione in esame, oltre che ingiustificata, risulta incoerente con l'impianto complessivo di gara che, nel determinare la base d'asta, prende in considerazione un canone annuo del medesimo importo per tutta la durata contrattuale, senza la prevista decurtazione. L'irragionevolezza della previsione in esame è vieppiù evidente se si considera che, avuto riguardo alla base d'asta, il canone annuo verrebbe decurtato per i tre mesi iniziali di servizio di ben € 668.087,00 per il Lotto 1, € 699.109,75 per il Lotto 2 ed € 1.981.781,50 per il Lotto 3. Nel ritenere illegittima in quanto ingiustificata e comunque eccessivamente onerosa siffatta previsione, ne contestiamo integralmente il contenuto invitandoVi a rettificare la normativa di gara in parte qua.
Fermo quanto sopra, in subordine, Vi invitiamo a voler precisare che la previsione in esame è evidentemente frutto di un refuso e che di essa non dovrà tenersi conto in sede di formulazione dell'offerta, con la conseguenza che il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore non potrà che essere l'importo oggetto di offerta senza riduzione alcuna, e salvi gli aggiornamenti previsti sulla base degli esiti del censimento del parco apparecchiature.

Risposta n° 32: si precisa che nel periodo che intercorre tra la data di firma del verbale di consegna e la data di firma del verbale di avvio del servizio (gg. 90 = 3 mesi), come prescritto dal Capitolato tecnico Prestazionale, dovranno essere svolte tutte le attività rientranti nel Servizio. In questo periodo l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà garantire il servizio ed adempiere, tra l'altro, al censimento inventariale, sulle cui risultanze verrà calcolato il valore effettivo del Servizio stesso. Si ritiene ragionevole ed opportuno, in detto periodo transitorio e prodromico alla completa esecuzione del contratto, riconoscere un canone ridotto.

Domanda n° 33: All'interno del Modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" devono essere indicate le incidenze % offerte per ciascun gruppo di apparecchiature. Si chiede di confermare che per ciascun gruppo possano essere inserite incidenze % con ribassi differenti rispetto alle incidenze % massime previste.

Risposta n° 33: si conferma che per ciascun gruppo di apparecchiature, in sede di offerta, potranno essere inserite percentuali di incidenza con ribassi differenti.

Domanda n° 34: Si chiede di confermare che all'interno del Modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" sia possibile inserire percentuali di sconto differenti per le singole Aziende da applicare alle rispettive spese storiche indicate per lo strumentario e gli ausili.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 34: si precisa che non è consentito inserite percentuali diverse per singolo Azienda in quanto la percentuale è per lotto e deve essere unica per tutte le Aziende Committenti facenti parte del lotto stesso.

Domanda n° 35: Si chiede di confermare che in sede di rideterminazione del canone iniziale a seguito del censimento e successivamente in sede di adeguamento di ogni valore contrattuale, saranno adottate le incidenze percentuali dei gruppi A,B,C,D,E, F indicate nel modello M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" alla riga "Incidenze % offerte".

Risposta n° 35: si precisa che in sede di rideterminazione del canone iniziale a seguito del censimento saranno e successivamente in sede di adeguamento contrattuale (art. 12 del Capitolato Tecnico) verranno applicate le incidenze percentuali indicate nel mod. M6 excel "Dettaglio prezzi unitari offerti" alla riga "Incidenze % offerte".

Domanda n° 36: Si chiede di confermare che nell'Allegato Modello M5 Questionario Tecnico non debba essere compilata l'ultima riga relativa al "Software – Integrazione con Sw di gestione del building information model (bim)", dal momento che tale elemento non costituisce né un parametro di valutazione secondo quanto previsto nei criteri di valutazione riportati all'Art. 16.1 del Disciplinare di Gara, né una funzionalità specifica richiesta dai documenti di gara.

Risposta n° 36: si precisa che, nell'Allegato mod. M5 Questionario tecnico, la riga relativa al "Software – Integrazione con SW di gestione del building information model (bim) dovrà essere compilata solo se l'elemento viene offerto. Si precisa la valutazione di tale elemento è compresa nel subcriterio Software – qualità complessiva di cui al criterio di valutazione Software

Domanda n° 37: Nell'Allegato 5 dell'ASL 1, nell'Allegato 5 dell'ASL 3, nell'Allegato 5 dell'ASL 4 e nell'Allegato 5 dell'IRCCS Gaslini si specifica che "*Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara*". Dal momento che il sopralluogo è facoltativo e che non è previsto dai documenti di gara l'inserimento dell'attestato all'interno della documentazione amministrativa si chiede di confermare che la suddetta frase è da considerarsi un refuso.

Risposta n° 37: si precisa che la frase si tratta di un mero refuso, in quanto il sopralluogo è facoltativo, pertanto si provvederà alla rettifica della documentazione

Domanda n° 38: Nell'Allegato 5 dell'ASL 2, nell'Allegato 5 dell'Ospedale Policlinico San Martino e nell'Allegato 5 dell'OEI all'Art. 3 si specifica "*Ribadendo quanto indicato all'Art. 2 comma 2.3 del Capitolato Tecnico, si prescrive alle ditte il sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla gara*" e successivamente "*Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta, a pena esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara*". Dal momento che il sopralluogo è facoltativo e che non è previsto dai documenti di gara l'inserimento dell'attestato all'interno della documentazione amministrativa si chiede di confermare che le suddette frasi sono da considerarsi dei refusi.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 38: si precisa che la frase si tratta di un mero refuso, in quanto il sopralluogo è facoltativo, pertanto si provvederà alla rettifica della documentazione

Domanda n° 39: Nell'Allegato 5 dell'E.O. Ospedali Galliera all'Art. 3 "*Sopralluogo obbligatorio facoltativo*" si specifica "*Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta, a pena esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara*". Dal momento che il sopralluogo è facoltativo e che non è previsto dai documenti di gara l'inserimento dell'attestato all'interno della documentazione amministrativa si chiede di confermare che il titolo dell'Art. 3 e la suddetta frase sono da considerarsi dei refusi.

Risposta n° 39: si precisa che la frase si tratta di un mero refuso, in quanto il sopralluogo è facoltativo, pertanto si provvederà alla rettifica della documentazione

Domanda n° 40: Come specificato all'Art. 7.2 del Capitolato tecnico sono esclusi dal servizio gli endoscopi e videoendoscopi rigidi e flessibili. Tuttavia nell'Allegato 5 dell'ASSL 1 sono richiesti i seguenti muletti permanentemente residenti: colonna videoendoscopica completa per laparoscopia (n.2), ottica laparoscopica 0° (n.2), ottica laparascopica 30° (n.2). Si chiede di confermare che la richiesta di tali muletti è da considerarsi un refuso.

Risposta n° 40: si conferma che i muletti devono essere solo ed esclusivamente relativi alle apparecchiature oggetto della procedura di gara

Domanda n° 41: Come specificato all'Art. 7.2 del Capitolato tecnico sono esclusi dal servizio gli endoscopi e videoendoscopi rigidi e flessibili. Tuttavia nell'Allegato 5 dell'E.O. Ospedali Galliera è richiesto un broncoscopio come muletto permanentemente residente. Si chiede di confermare che la richiesta di tale muletto è da considerarsi un refuso.

Risposta n° 41: si conferma che i muletti devono essere solo ed esclusivamente relativi alle apparecchiature oggetto della procedura di gara

Domanda n° 42: Nell'Allegato 5 dell'ASL 1 relativamente al PO di Bordighera si specifica:

- *"L'Azienda Socio Sanitaria Locale n°1 inserisce quale opzione l'estensione del servizio oggetto di questa procedura di gara ai beni presenti presso il P.O. di Bordighera..."*
- *"A titolo precauzionale, pertanto l'Azienda Socio Sanitaria Locale n°1 si riserva la facoltà di attivare l'estensione del servizio presso il PO di Bordighera nel caso in cui l'esternalizzazione non abbia esito positivo;*
- *"n. 1, qualifica tecnico specialista opzionale (necessario in caso di estensione del servizio al PO di Bordighera)"*
- *"PO Bordighera – Via Aurelia 122, Bordighera (locale che sarà messo a disposizione qualora attivata l'estensione opzionale)"*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Si chiede di chiarire se gli oneri economici per la gestione del PO di Bordighera debbano essere già ricompresi all'interno dell'Offerta economica da presentare in sede di gara o se saranno determinati successivamente solo in caso di estensione del servizio.

Risposta n° 42: si precisa che, fino a quando non sarà attivata la concessione per l'esternalizzazione della gestione del P.O. di Bordighera, gli oneri economici derivanti dalla gestione del P.O. dovranno essere ricompresi nell'offerta economica da presentare in sede di gara.

Domanda n° 43: Nell'Allegato 5 dell'ASL 1 all'Art. 6 sono elencate una serie di attività aggiuntive alle richieste da Capitolato Tecnico con oneri a carico dell'Aggiudicatario. Alcune di tali attività prevedono oneri e costi associati a ricambi ed interventi specialistici non trascurabili e non riconducibili alla sola parte di manodopera del personale della Ditta aggiudicataria. Si chiede di fornire i seguenti dati per poter stimare correttamente gli oneri economici aggiuntivi previsti:

- Elenco delle apparecchiature per le quali è prevista la sostituzione delle sorgenti laser
- Numero gabbie di Faraday per le quali è prevista la verifica e la manutenzione
- Numero e tipologia degli impianti di osmosi per i quali è prevista la verifica e la manutenzione
- Elenco degli UPS dedicati agli elettromedicali per i quali è prevista la sostituzione in caso di guasto od esaurimento
- La spesa storica annuale per la riparazione di impianti/infrastrutture per la comunicazione di dati dedicati ad elettromedicali (es. telemetrie cardiache, sottoreti lan per centrali di monitoraggio, altro)
- Dati del sistema PACS per il quale è previsto il mantenimento/ampliamento/modifica dei nodi per la trasmissione delle immagini DICOM

Si chiede inoltre di rivedere la base d'asta relativa all'ASL 1 al fine di contemplare i suddetti oneri economici, da sostenere solo ed esclusivamente per l'ASL 1, e non per le restanti Aziende.

Risposta n° 43: si intendono inclusi nell'appalto tutti e soli i sistemi previsti dal capitolato tecnico che ovviamente sono compresi nel canone

Domanda n° 44: Nell'Allegato 5 dell'ASL 1 all'Art. 6 è prevista a carico dell'Aggiudicatario l'attività di "mantenimento/ampliamento/modifica dei nodi PACS per la trasmissione delle immagini DICOM al PACS". Si chiede di confermare che l'attività richiesta è solo relativa alla parte di sistemistica e non prevede la fornitura di hardware e/o licenze software.

Risposta n° 44: si conferma che l'attività richiesta è solo relativa alla parte sistemistica e non prevede la fornitura di hardware e/o licenze software.

Domanda n° 45: Nell'Allegato 5 dell'EO Ospedali Galliera relativamente alla spesa storica per ausili/attrezzature si specifica: "*Stima spesa storica annuale per la gestione/manutenzione di ausili/attrezzature (tipo-*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

logie indicate nel Capitolato): circa € XX.000,00 + IVA non rilevabile perché già compresa nell'attuale canone del contratto di manutenzione, come migliorie quindi senza una specifica valorizzazione". Anche qualora la spesa storica per la gestione degli ausili/attrezzature non fosse scorporabile dall'attuale contratto di global service, è necessario che l'Ente effettui comunque una stima degli oneri manutentivi per la gestione degli ausili/attrezzature da considerare all'interno della base d'asta (in analogia a quanto effettuato da tutte le restanti Aziende Sanitarie della presente procedura). Allo stato attuale, pur essendo prevista la gestione degli ausili/attrezzature per l'EO Ospedali Galliera, gli oneri considerati all'interno della base d'asta sono pari ad € 0,00. Si chiede di fornire per l'EO Ospedali Galliera una stima degli oneri manutentivi associati alla gestione degli ausili/attrezzature e di aggiornare di conseguenza la base d'asta del Lotto 3.

Risposta n° 45: si precisa che, a seguito di verifica, l'E.O. Ospedali Galliera, ha provveduto alla nuovo formulazione dell'allegato 5 aggiornato dal quale risulta che la spesa storica annuale per ausili/attrezzature è quantificata in € 22.000,00+IVA .

Domanda n° 46: Nell'Allegato 5 dell'ASL 4 all'Art. 7 si riporta un elenco di apparecchiature, necessarie come muletti, che potranno essere condivise con le restanti Aziende Sanitarie committenti. Dal momento che all'Art. 8.2.1 del Capitolato Tecnico è già presente un elenco di muletti da condividere tra tutte le Aziende Committenti di ciascun lotto, si chiede di confermare che la richiesta dei muletti condivisi presente nell'Allegato 5 dell'ASL 4 sia da considerarsi un refuso.

Risposta n° 46: si precisa che per quanto attiene i muletti condivisi sono quelli indicati all'art. 8.2.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale per ciascun Lotto. La richiesta di muletti condivisi di cui all'allegato 5 dell'Asl n° 4 è da considerare un mero refuso.

Domanda n° 47: Nell'Allegato 5 dell'ASL 2 all'Art. 5 relativamente al laboratorio presso l'Ospedale di Savona si specifica che "*Parte del suddetto locale che sarà messa a disposizione dell'Aggiudicatario (indicativi 58 m2 utili, oltre ad una zona prossima all'accesso di circa 30 m2) necessita degli interventi di minimo adeguamento edile e dell'adeguamento impiantistico atto a renderli idonei all'uso.*" A fronte di quanto sopra specificato e con riferimento alla piantina pubblicata per il laboratorio di Savona si chiede di confermare che le aree dedicate al laboratorio di Global Service sono l'area nominata "Spazio Global Service 56,9 mq" e l'area attigua di 36,6 mq.

Risposta n° 47: si conferma quanto indicato nell'Allegato 5 e, precisamente, le aree dedicate al laboratorio di Global Service sono l'area nominata "Spazio Global Service 56,9 mq" e l'area attigua di 36,6 mq

Domanda n° 48: A fronte della scadenza della gara, della complessità della procedura, e degli innumerevoli documenti da analizzare, compresi gli inventari di gara forniti che contengono oltre 55.000 apparecchiature, si chiede di voler fornire una proroga alla scadenza prevista per i chiarimenti, che devono pervenire attraverso l'apposita sezione della piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 14:00 del 10/05/2019 (25 giorni prima della scadenza prevista per la procedura).

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 48: *si precisa che sarà cura della Stazione Appaltante concedere un congruo periodo di proroga con l'adozione della determinazione n° 286 del 01/08/2019 si è provveduto a fissare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 15:30 del giorno 22 ottobre 2019.*

D) Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110510132

Domanda n° 49: All'Art. 3 pag. 11 del Disciplinare di gara si afferma che è ammessa la "*partecipazione a uno o più lotti solo nella stessa forma singola o associata*". In caso di partecipazione a più Lotti si chiede pertanto conferma che, pur mantenendo la medesima composizione soggettiva, sia possibile variare le quote all'interno del RTI e sia inoltre possibile variare la quota di maggioranza all'interno del RTI (variare l'Impresa capogruppo tra i Lotti).

Risposta n° 49: *si conferma che l'Operatore Economico potrà partecipare a uno o più lotti nella stessa forma singola o associata. In caso di partecipazione a più lotti in RTI la composizione soggettiva dovrà essere invariata non è consentita la variazione delle quote all'interno del RTI.*

Domanda n° 50: All'art.18 (pag.52) del disciplinare di gara viene indicato tra l'altro che "*La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. La commissione procederà altresì alla riparametrazione dei punteggi*" Si chiede, a tal proposito, quale sia la "*soglia di sbarramento*" a cui si fa riferimento

Risposta n° 50: *non è prevista la soglia di sbarramento, pertanto gli Operatori Economici partecipanti, fatto salvo coloro che la Commissione Giudicatrice, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, ritenesse non ammissibili, potranno essere ammessi all'apertura delle offerte economiche.*

E) Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110520782

Domanda n° 51: L'Art. 6.16.1 del Capitolato tecnico stabilisce tra l'altro che: - *"qualora emergessero sulle apparecchiature oggetto di manutenzione o sui relativi software o nelle modalità di accesso agli stessi, carenze anche solo potenziali nella sicurezza del trattamento dei dati personali ...OMISSIS... la Ditta Aggiudicataria dovrà tempestivamente farsi carico delle attività correttive per garantire la sicurezza dei trattamenti per i quali siano state evidenziate inadeguatezze da parte del Committente ...OMISSIS... [ovvero] fossero individuate autonomamente dalla Ditta Aggiudicataria..."* - *"Tutti gli interventi e gli oneri emergenti per il mantenimento degli adeguati livelli di sicurezza sono a carico del servizio; tra tali oneri sono da considerarsi ad esempio: _ l'aggiornamento di hardware e software di apparati e dei pc forniti con l'apparato in manutenzione; _ quando il sistema operativi venisse messo fuori manutenzione dal produttore (es. aggiornamento di versione di Windows) sono inclusi gli: _ aggiornamenti delle licenze d'uso dei sistemi operativi, se acquistati con l'apparato oggetto di manutenzione; _ interventi per garantire il mantenimento della compatibilità del software applicativo dedicato al dialogo con*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

l'apparato in manutenzione in relazione al necessario upgrade del sistema operativo" Preso atto delle superiori previsioni contenute nel Capitolato Tecnico, rileviamo che l'inserimento di tali attività prettamente relative alla "gestione del dato" non ha ragione d'essere in un appalto di global service di manutenzione delle apparecchiature. Le attività richieste non sono attinenti al servizio e sono di tipo evolutivo. Inoltre i costi e gli oneri associati per l'adeguamento/mantenimento degli adeguati livelli di sicurezza dei dati trattati dalle apparecchiature oggetto di manutenzione sono indeterminati e non quantificabili a priori. Non è possibile attribuire a carico dell'aggiudicatario i costi di adeguamento delle apparecchiature alle politiche di sicurezza del dato a seguito di modifiche e/o introduzioni di provvedimenti legislativi successivi alla produzione delle apparecchiature stesse o di provvedimenti interni del Committente/Titolare, così come non è possibile attribuire all'aggiudicatario i costi di adeguamento in caso di aggiornamento dei sistemi operativi. Tali previsioni risultano del tutto ingiustificate, non quantificabili ed eccessivamente gravose per l'appaltatore. Le previsioni in esame, oltre che ingiustificate, non risultano coerenti con l'impianto della gara, in quanto gli oneri ad esse associati non sono stati presi in considerazione nel determinare la base d'asta.
Nel ritenere illegittime in quanto ingiustificate, eccessivamente onerose e non sostenibili nell'ambito dell'offerta siffatte previsioni, ne contestiamo integralmente il contenuto invitandoVi a rettificare la normativa di gara. Fermo quanto sopra, in subordine, Vi invitiamo a voler precisare che le previsioni in esame non potranno che essere considerate in analogia ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero interventi non riconducibili alle restanti attività del servizio e destinati ad operare una miglioria funzionale o di sicurezza delle apparecchiature tramite integrazioni e/o aggiunte alle configurazioni originarie delle stesse, con la conseguenza che il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore sarà fatturato separatamente dal canone.

Risposta n° 51: *Fermo il fatto che quanto oggetto del servizio deve rimanere idoneo all'utilizzo sia in ragione dello sviluppo tecnologico che di quello normativo per tutto il periodo contrattuale, preso atto delle osservazioni espresse, confermando la legittimità di quanto prescritto nell'articolo richiamato, considerata la necessità di porre un limite ai costi relativi agli adeguamenti manutentivi correlati alle necessità degli interventi individuati nell'art. 6.16.1, qualora gli stessi eccedano il 20% del valore del bene, il costo sarà ripartito al 50% fra affidatario e committente.*

F) Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110524187

Domanda n° 52: Con riferimento al modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo, si chiede se in caso di partecipazione a più Lotti può essere presentato un unico modello cumulativo oppure devono essere presentati distinti modelli per ciascun Lotto a cui si partecipa

Risposta n° 52: *si precisa che il modello F23, attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, dovranno essere presentati tanti modelli distinti per ciascun lotto a cui si partecipa e non potrà essere cumulativo.*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 53: Al punto 13.2.1 del Disciplinare "Documentazione amministrativa Fase A", sembra che i punti K) ed m) si riferiscano ai medesimi documenti. Si chiede pertanto conferma che il punto k) deve considerarsi refuso;

Risposta n° 53: *a seguito di verifica risulta che m) si tratta di un refuso mentre il punto k) è da leggersi: k) atti relativi al R.T.I. o Consorzio* ***firmati digitalmente***

Domanda n° 54: Si chiede conferma che il "Modello M1 - Istanza di partecipazione" corrisponda al modello denominato al suo interno 'Allegato F1';

Risposta n° 54: *si conferma che Modello M1 – Istanza di Partecipazione e corrisponde al modello denominato al suo interno "Allegato F1".*

Domanda n° 55: Con riferimento alla Garanzia Provvisoria, punto 10 del Disciplinare di Gara, si chiede quanto segue:

1. Conferma che le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia, di cui all'art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016, si applicano a partire dall'1% dell'importo presunto di ogni Lotto;
2. Conferma che, in caso di partecipazione in forma associata (posto che la riduzione del 50% si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della certificazione del sistema di qualità), le altre eventuali riduzioni previste dall'art. 93, c.7, D.Lgs. 50/2016 sono applicabili anche nel caso di possesso di specifica certificazione da parte di una sola associata, come specificato a pagina 19 del Disciplinare, anziché da parte di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, come invece indicato a pagina 31 del Disciplinare;

Risposta n° 55: *si conferma quanto segue:*

1. *le eventuali riduzioni dell'importo della garanzia si applicano sull'importo di ogni lotto, quantificato nella misura dell1%;*
2. *si precisa che in caso di partecipazione in forma associate la riduzione del 50% verrà applicata solo se tutte le imprese associate siano in possesso della prevista certificazione, nel caso di possesso di specifica certificazione le altre eventuali riduzioni verranno applicate sola all'impresa che ne è titolare. Si precisa che quanto indicato a pag. 31 del Disciplinare di gara si riferisce alla riduzione del 50%.*

Domanda n° 56: In caso di partecipazione in forma associata:

1. Si chiede se il "Modello M1 - Istanza di partecipazione" deve essere presentato autonomamente da ogni singola associata, come richiesto a pag. 26 del Disciplinare, oppure in forma congiunta (un unico modello per tutto il raggruppamento) come sembra evincersi dal contenuto del modello stesso, sezione 2, in cui si prevede la sottoscrizione congiunta ed è inoltre utilizzata la forma plurale;
2. Si chiede conferma che la prescrizione per cui "è ammessa la partecipazione a uno o più Lotti solo nella stessa forma associata", è riferita esclusivamente alla composizione del RTI, essendo pertanto consentito che la mandataria in un Lotto partecipi eventualmente come mandante in un altro Lotto;

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

3. A pagina 28 del Disciplinare, lettera b), si specifica che il DGUE dovrà contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016. Poiché il Modello DGUE non sembra contenere questo impegno, si chiede se il DGUE può essere integrato in tal senso, oppure se è sufficiente l'impegno contenuto e sottoscritto nel Modello M1;
4. Si chiede conferma che il requisito richiesto alle mandanti costituito da "almeno un contratto eseguito nel settore oggetto di gara negli ultimi tre anni", è correttamente soddisfatto presentando un contratto eseguito in toto o anche parzialmente all'interno degli ultimi tre anni, a prescindere dalla data di inizio o di fine del contratto stesso.

Risposta n° 56: *si precisa quanto segue:*

1. *in caso di partecipazione in forma associata RTI, sia costituito che costituendo, ciascuna singola impresa dovrà presentare, in forma autonoma, il modello M1 – Istanza di partecipazione debitamente sottoscritto dal legale rappresentate con firma digitale;*
2. *la prescrizione per cui "è ammessa la partecipazione a uno o più Lotti solo nella stessa forma associata", si riferisce alla composizione soggettiva che dovrà essere invariata e non è consentita la variazione delle quote all'interno del RTI;*
3. *che è sufficiente l'impegno contenuto nel Modello M1 in quanto il DGUE risulta essere quale allegato del modello stesso;*
4. *che è correttamente soddisfatto presentando un contratto eseguito in toto o anche parzialmente all'interno degli ultimi tre anni, a prescindere dalla data di inizio o di fine del contratto stesso*

Domanda n° 57: Poiché il sistema AVCPass del Portale ANAC non prevede la possibilità di generare il PassOE come 'impresa subappaltatrice', si chiede conferma che tali imprese possono generare il PassOE come 'operatore economico monosoggettivo'

Risposta n° 57: *si precisa che il PASSOE dovrà essere generato solo dall'Operatore Economico che intende partecipare, in quanto l'eventuale subappalto sarà autorizzato solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, mentre il PASSOE è generato in sede di partecipazione.*

G) Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110524402

Domanda n° 58: Secondo quanto riportato nella Tabella n.1 'Oggetto dell'appalto' presente a pag. 8 del Disciplinare si evince che la Base d'asta totale per 8 anni include gli oneri da DUVRI non soggetti a ribasso, essendo questi indicati con un 'di cui'. Contrariamente a quanto sopra riportato, nella pagina successiva viene riportato quanto segue:
"L'importo a base di gara f al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze."
Si chiede pertanto se gli importi totali posti a base d'asta per 8 anni e pari a:
lotto n° 1 € 21.378.805,70
lotto n° 2 € 22.371.512,00 1
lotto n° 3 € 63.417.007,96

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

comprendano o meno gli oneri da DUVRI non soggetti a ribasso pari a:
lotto n° 1 € 77.000,00
lotto n° 2 € 10,00
lotto n° 3 € 132.000,00

Risposta n° 58: a seguito di verifica si è provveduto alla correzione come di seguito riportato:
lotto n° 1 € 21.275278,21
lotto n° 2 € 24.422.598,11
lotto n° 3 € 63.442.953,43
oltre agli oneri da DUVRI non soggetti a ribasso pari a:
lotto n° 1 € 77.000,00
lotto n° 2 € 58.410,00
lotto n° 3 € 132.000,00

Domanda n° 59: Sempre in relazione alla corretta interpretazione e gestione degli oneri da DUVRI, si sottolinea che nel foglio "schema dettaglio prezzi" dei moduli M6 – "Dettaglio prezzi" riferiti ad ogni lotto, la cella indicante lo "Sconto %" esplicita uno sconto calcolato sulla base d'asta comprensiva degli oneri da DUVRI, i quali non sono soggetti a ribasso. Si chiede pertanto di fornire i modelli M6 – Dettaglio prezzi per ciascun lotto, riportanti la base d'asta al netto degli oneri da DUVRI.

Risposta n° 59: si precisa che gli importi di cui allo schema di dettaglio prezzi – Modello M6 sono al netto degli oneri da DUVRI – vedi modelli rettificati.

Domanda n° 60: Con riferimento a quanto riportato in tabella a pag. 13 del CTP, art. 1.2, si chiede conferma che l'"Importo per 8 anni" di cui alla colonna 4 della tabella stessa, per il lotto n.3, corrisponde ad € 63.285.007,96, in quanto al netto degli oneri di sicurezza pari a € 132.000,00, e non all'importo indicato.

Risposta n° 60: si conferma che gli importo corrispondente al lotto n° 3 € 63.442.953,43 oltre gli oneri da DUVRI 132.000,00.=

Domanda n° 61: Si chiede conferma che il sopralluogo preliminare sia facoltativo come indicato a pag. 20 del Disciplinare e che pertanto sia un refuso quanto indicato all'art.3 degli Allegati 5 relativi all'ASL 2, all'OEI e all'Osp. Policlinico S. Martino, *"...si prescrive alle Ditte il sopralluogo obbligatorio pena esclusione dalla gara"*

Risposta n° 61: si conferma che il sopralluogo è facoltativo e quanto indicati all'art. 3 degli Allegati 5 di ASSL 2, OEI e Ospedale Policlinico San Martino è da ritenersi un mero refuso.

Domanda n° 62: All'art. 16.1 del DISCIPLINARE a pag. 42 viene specificato quanto segue:
"Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali"... Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi".... Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari".

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Si segnala che nella tabella citata e riportata a pag. 43-44-45 del Disciplinare non vi è alcuna colonna che identifica i punteggi secondo le indicazioni precedenti. Si chiede pertanto di integrare la tabella citata.

Risposta n° 62: si è provveduto alla modifica

Domanda n° 63: Dalla Tabella n. 3 pag. 44 e dalla Tabella n. 4 pag. 45 del Disciplinare si evince quanto segue:

- Relativamente al Sub Criterio "Piano di Formazione" si assegna un sub peso di punti 2 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 1;
- Relativamente al Sub Criterio "Corsi Accreditati per Ingegneri Clinici" si assegna un sub peso di punti 1,5 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 1;
- Relativamente al Sub Criterio "Corsi di formazione per operatori tecnici" si assegna un sub peso di punti 1,5 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 0,5;
- Relativamente al Sub Criterio "Corsi di formazione per operatori sanitari" si assegna un sub peso di punti 2 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 1,5;
- Relativamente al Sub Criterio "SW-Gestione e sistemi IT" si assegna un sub peso di punti 1,5 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 0,5;
- Relativamente al Sub Criterio "SW-Gestione impianti" si assegna un sub peso di punti 1,5 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 0,5;
- Relativamente al Sub Criterio "SW-Gestione richieste di acquisizione" si assegna un sub peso di punti 2 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 1;
- Relativamente al Sub Criterio "SW-Gestione IPS" si assegna un sub peso di punti 2 mentre dalle "modalità di attribuzione del sub peso" risulta un'assegnazione massima di punti da 0 a 1;

Si chiede pertanto di specificare quale sia il punteggio corretto assegnato a ciascuna voce di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 sopra citata.

Risposta n° 63: si è provveduto alla modifica

Domanda n° 64: All'art. 16.2 pag. 46 del Disciplinare viene dettagliato secondo coefficienti Q1....Q5 il "Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica"; tuttavia non si evince nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 di cui all'art. 16.1 del DISCIPLINARE quali siano i coefficienti "Qn " che verranno applicati a ciascun sub criterio. Si chiede pertanto di integrare tale informazione nelle tabelle sopra citate

Risposta n° 64: si è provveduto alla modifica

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 65: Si segnala che tra la documentazione fornita dalla Stazione Appaltante sembrano mancare i seguenti allegati al CTP citati al comma 2 della Premessa a pag. 7 del CTP:

- Allegati x-1-Z Elenco Presidi
- Allegato 2 Classi CIVAB e suddivisione tipologia apparecchiature in base all'incidenza del costo di manutenzione e della criticità
- Allegato 4 Elenco materiali di consumo esclusi dal servizio
- Allegato 6 SW- Sistema informatico

Si chiede di fornirli con cortese urgenza al fine di garantire una corretta redazione dell'Offerta

Risposta n° 65: *si provvede alla pubblicazione degli allegati*

Domanda n° 66: All'art. 4 del CTP a pag. 19 si specifica che l'Ingegnere responsabile di commessa sarà "**una figura per ogni lotto**"; tuttavia da quasi tutti gli Allegati 5 relativi a ciascuna Azienda si evince la richiesta di 1 Ing. responsabile di commessa dedicato alla singola realtà. Si chiede di confermare che quanto indicato all'art. 4 si configuri come refuso e che di conseguenza si debbano tenere in considerazione le indicazioni le indicazioni riportate negli Allegati 5.

Risposta n° 66: *al fine di evitare confusione, il Capitolato Tecnico Prestazionale viene meglio puntualizzato con nuove definizioni delle figure professionali come di seguito riportato:*

1. *Direttore Tecnico di Commessa*
2. *Ingegnere Responsabile Tecnico una figura per ciascuna azienda committente*
3. *Capo Tecnico Specialista una figura per ciascuna azienda committente*
4. *Tecnici Specialisti vedi indicazioni riportate negli Allegati 5*

Domanda n° 67: Si chiede di confermare che dal conteggio delle 400 facciate previste per l'Offerta Tecnica indicate a pag. 21 del CTP siano esclusi eventuali allegati come ad esempio protocolli e CV.

Risposta n° 67: *si conferma che dal conteggio delle 400 facciate sono esclusi tutti gli eventuali allegati*

Domanda n° 68: A pag. 11 del CTP si specifica che "*il Sistema Informatico (SW) dovrà essere unico per tutte le Aziende sanitarie committenti per singolo Lotto*", mentre a pag. 45 il CTP riporta:
"Si ribadisce che detto SW dovrà essere unico ed identico nelle funzionalità per tutte le Aziende Sanitarie committenti ASSL 1 Imperiese, ASSL2 Savonese, ASSL3 Genovese, ASSL4 Chiavarese, ASSL5 Spezzino, E. O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, IRCCS G. Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino/ IST."
Dal momento che il CTP indica che le prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e prestazionali del software sono riportate negli Allegati x-6-Z, distinti Azienda per Azienda, ma gli stessi allegati non risultano ad ora disponibili nella documentazione di gara pubblicata dalla Stazione Appaltante, si chiede di confermare che il SW dovrà essere unico per singolo Lotto e non per tutti e 3 i Lotti.

Risposta n° 68: *si conferma che il sistema informatico dovrà essere unico per ogni lotto.*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 69: Dall'Allegato 3 di ciascuna Azienda si evince che per stessa tipologia di apparecchiatura viene assegnato un Gruppo Manutentivo non univoco. La tabella di seguito riportata mostra i casi specifici individuati:

LOTTO1	GRUPPO						
Tipologia	A	B	C	D	E	E	F
ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO			1		9		
LAVAPADELLE				22			61
LETTO ADULTI ARTICOLATO					3		40
LETTO ELETTROCOMANDATO					663		30
STIMOLATORE CARDIACO PER ELETTROFISIOLOGIA				1	1		

LOTTO 2	GRUPPO					
Tipologia	A	B	C	D	E	F
ANALISI DEL MOVIMENTO, SISTEMA INTEGRATO PER			1		1	
ANALISI SFORZO, SISTEMA PER					11	1
APPARECCHIO MOTORIZZATO, GENERATORE PER			8		3	
BIO-FEEDBACK, APPARECCHIATURA PER					2	3
BISTURI AD ULTRASUONI				7	1	
CAPPA ASPIRANTE				2		23
CARRELLO PER TAVOLO OPERATORIO				24		10
CATENA TV			1	1		
CENTRIFUGA REFRIGERATA					7	7
CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI					1	58
CONGELATORE DOMESTICO					7	1
DEFIBRILLATORE					347	3
DIAFANOSCOPIO	1					525
ECOTOMOGRAFO		1	159		2	
ECOTOMOGRAFO PORTATILE			25	18		
ELABORATORE PER BIOIMMAGINI			3		1	

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

FLUORANGIOGRAFO				3		1
FRIGORIFERO BIOLOGICO				3	521	1
FRONTIFOCOMETRO					1	65
ISOLATORE PER FARMACI			1			1
LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO					5	1
LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO					6	1
LAMPADA A FESSURA					1	82
LAMPADA SCIALITICA			1			196
LASER CHIRURGICO		2	17			
LAVAGGIO AD ULTRASUONI, APPARECCHIATURA PER				3		3
LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA O RIANIMAZIONE					79	1
LETTO PER RIANIMAZIONE					4	3
LETTO/POLTRONA ELETTRIFICATO DA PARTO					6	2
MICROMOTORE PER LABORATORIO DENTALE					3	2
MICROTOMO				13		5
MISURATORE AUTOMATICO NON INVASIVO DELLA PRESSIONE					1	33
MODULO ACQUISIZIONE IMMAGINI				4		5
MONITOR			3	486	6	1
MONITOR PER PERSONAL COMPUTER				1		166
MOTORE AUSILIARIO PER TAVOLO OPERATORIO				2		1
NOTEBOOK					1	1
OFTALMOSCOPIO				2		88
ORTOPANTOMOGRAFO	5		4			
OSSIDO NITRICO ESPIRATO, MISURATORE PER				2		3
OTOSCOPIO DIRETTO AMBULATORIALE					1	43
PACHIMETRO					2	1
PEDANA A NASTRO MOBILE					1	22
POLISONNIGRAFO			3	5		
POLTRONA ELETTRIFICATA					3	87

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

PORTATILE PER RADIOGRAFIA, APPARECCHIO		2	29			
PORTATILE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO	1	17				
PRESSIONE POSITIVA CONTINUA, APPARECCHIO PER				10		2
PULSOSSIMETRO				1	1	349
RIMOZIONE DELLE SECREZIONI, APPARECCHIO PER				2	2	
SISTEMA ELETTROMECCANICO PER TERAPIA FISICA					3	97
SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA				7	1	
SONDA ECOGRAFICA			1		1	
SONDA ECOGRAFICA		1	498		1	
STAMPANTE					1	1
STERILIZZATRICE AD ARIA SECCA					3	6
SVILUPPATRICE		1		1		
TAVOLO AUTOPTICO				1		1
TELECAMERA				7		6
TELEMETRIA ECG, UNITA' TRASMITTENTE PER				17		8
TELERADIOGRAFO				1	13	
UMIDIFICATORE			8			12
VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA, APPARECCHIO PER					6	7
VASCA DA PARTO		1			1	
VIDEODERMATOSCOPIO					1	2
VIDEOLARINGOSCOPIO					1	1

LOTTO 3	GRUPPO						
Tipologia	A	B	C	C	D	E	F
AMPLIFICATORE			1				10
ANALISI SFORZO, SISTEMA PER						3	1
ANALIZZATORE NEFELOMETRICO PER IMMUNOCHIMICA						3	1
APPARECCHIATURA PER TEST FOTOTERAPICI		1					1
ARMADIO STERILE PER ENDOSCOPI					1		3

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

ASPIRATORE POLVERI DERIVANTI DAL TAGLIO GESSO						1	7
CARRELLO PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI (ELETTRIFICATO)						10	69
CICLO PER USI FISIOTERAPICI E/O DIAGNOSTICI					11		10
CONTATORE CELLULARE			3				1
DIATERMOCOAGULATORE						2	9
DOSATORE						369	1
ECOTOMOGRAFO			168	1			
FOTOMETRIA, APPARECCHIO PER						1	1
LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO						3	1
LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO						321	174
MICROINIETTORE			6				1
MICROMANIPOLATORE			7			2	
MICROSCOPIO DIGITALE DA LABORATORIO						5	1
MICROSCOPIO OPERATORIO					45		1
MODULO MULTIPARAMETRICO PER MONITOR PAZIENTE MODULARE					157		1
PORTA MODULI					1		2
PROCTOSCOPIO	1	1					
REGISTRATORE HOLTER ECG						57	7
RISCALDATORE DI PROVETTE						6	19
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA			4			5	
STAZIONE DI TAGLIO PER CAMPIONI ISTOLOGICI					4		4
TAVOLO AUTOPTICO					1		1
TAVOLO PER AUTOPSIA					2		1
VASCA DA PARTO						1	1

Si chiede di chiarire quale sia il gruppo manutentivo corretto per ciascuna tipologia di apparecchiatura, dal momento che non risulta ad oggi disponibile l'allegato 2 citato nel CTP.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 69: si è provveduto al riesame dei gruppi di appartenenza manutentiva ed a ripubblicare gli allegati riveduto e corretti.

Domanda n° 70: Dal momento che i nomi dei file pubblicati dalla Stazione Appaltante non risultano coerenti con quanto descritto al comma 2 della "Premessa" riportata a pag. 7 del CTP, si chiede di rinominare tutti gli allegati secondo quanto ivi specificato, ovvero di fornire opportune indicazioni per la corretta individuazione dei documenti.

Risposta n° 70: si provveda a rinominare tutti gli allegati e alla ripubblicazione della versione aggiornata

Domanda n° 71: Negli allegati M6 "dettaglio prezzi" sono presenti ben n.588 casi di apparecchiature che nella colonna "Possesso" presentano valori afferenti a forme di presenza diverse dalla proprietà, e che nella colonna "Valore" presentano un importo diverso da zero, che concorre quindi alla determinazione del canone posto a Base d'Asta. Si chiede pertanto di confermare che le apparecchiature presenti in inventario di gara con titolo di possesso quale "Service", "Comodato", "Leasing", ecc. non concorrano alla costituzione della base d'asta e, conseguentemente, di correggere tali anomalie.
Nella seguente tabella si riportano i casi più significativi:

CIVAB (Classe)	CIVAB (produttore)	Tipo/Classe	Costruttore	Modello	Matricola	n° inventario	Gruppo	Valore riacquisto (IVA esclusa)	Scadenza garanzia	Ente/Struttura	Unità Operativa	Reparto/Stanza	Possesso
AME		Analizzatore Multiparametrico selettivo	Costruttore-non Rilevabile		948/G	7701	C	€56.378,33		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Laboratorio Analisi	1°P-Zona B-Stanza 127	S
AME		Analizzatore Multiparametrico selettivo	Arkray Inc	SPORC HEM EZ SP 4430	41004 109	8921	C	€56.378,33		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Laboratorio Analisi	Unità mobile	S
CFM		Citofluorimetro	Becton Dickinson & co	FACSCA NTO	V3389 62015 90	9975	C	€75.667,01		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Centro Trasfusionale	P12 C.Trasfusio n pt°P	S
CFM		Citofluorimetro Ro	Becton Dickinson & co	FACSCA NTO	V3389 62016 32	9976	C	€75.667,01		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Centro Trasfusionale	P12 C.Trasfusio n pt°P	S
CGD		Contaglobuli Automatico Differenziale	Bayer ag	ADVIA 2120	IR099 3 0614	7324	C	€40.933,09		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Laboratorio Analisi	2°P--Stanza 201	S
CGD		Contaglobuli Automatico Differenziale	Abbott Laboratories	CELL DYN SAPPHI RE	42086 AZ	7636	C	€40.933,09		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Centro Trasfusionale	P12 C.Trasfusio n pt°P	S
CGD		Contaglobuli Automatico Differenziale	Bayer ag	ADVIA 2120	IR533 0945	9796	C	€40.933,08		IRCCS GIANNI NA GASLINI	Laboratorio Analisi		S
ECT	PHI	Ecotomografo	Philips Medical Systems	AFFINIT I 70 SYSTEM	US315 F0989	6885	C	€83.000,00		E.O. Ospedali Galliera	S.C. CARDIOLOGI	AMBULATORIO	S

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

ECT		Ecotomografo	Esaote Spa	SCONO SCIUTO	8610	9538	C	€78.954,10	22/02 /2013	IRCCS GIANNI NA GASLINI	Day Hospi-tal 2°P		C
SGR	BBA	Sistema di navigazione chirurgica	Brainlab GMBH	Kick Navi-gation	52064 15001 18070	6900	B	€ 121.022,00		E.O. Ospedali Galliera	S.s.c blocco operatorio Centrale	Boc 1 - sala f neurochirurgia	S
SMA		Spettrometro di mas-sa	Thermo Elec-tron Corp	TSQ Quan-tum Ultra	TQUO 3123	9808	D	€ 19.763,08		RCCS Giannina Gaslini	Laboratorio Analisi	1° p- Zona A – Stanza 104	S

Risposta n° 71: si conferma che concorrono alla costituzione della base d'asta solo le apparecchiature il cui titolo di possesso sia PROPRIETA', mentre se l'apparecchiatura sia in Service, Comodato d'uso, Leasing nella colonna "Valore" dovrà essere indicato zero

Domanda n° 72: Nell'elenco delle apparecchiature dell'Ospedale San Martino sono presenti due camere iperbariche alle quali è assegnato il gruppo "D". Tale gruppo non sembra risultare coerente con il costo di manutenzione della suddetta tecnologia, la quale è solitamente classificata in fascia A. Si chiede pertanto di indicare la motivazione di tale scelta o alternativamente di aggiornare il gruppo tecnologico di appartenenza con conseguente variazione del canone a base d'asta.

Risposta n° 72: si precisa che le camera iperbariche sono state indicate per mero errore materiale conseguentemente si procederà alla cancellazione.

Domanda n° 73: In relazione a quanto riportato all'Art. 12 del CTP, e specificatamente in merito al seguente paragrafo: *"Resta inteso e prescritto che, in sede di adeguamento di ogni valore contrattuale, si applicherà alle percentuali indicate in tabella uno sconto pari al valore percentuale di ribasso d'asta proposto dall'Aggiudicatario."*
sussistendo la possibilità di applicare sconti differenziati ai differenti Gruppi di Incidenza del Costo Manutentivo, si chiede di confermare che, in sede di adeguamento contrattuale, le percentuali di incidenza del costo manutentivo applicate saranno quelle riportate nel modulo M6 "Dettaglio prezzi" per ogni lotto, e non quelle indicate in tabella a cui *"si applicherà [...] uno sconto pari al valore percentuale di ribasso d'asta proposto dall'Aggiudicatario".*

Risposta n° 73: si precisa che, in sede di adeguamento contrattuale, le percentuali di incidenza del costo manutentivo saranno quelle indicate per ciascun gruppo e per ciascun lotto in sede di offerta.

Domanda n° 74: Si chiede di confermare che nell'Allegato M5 "Questionario Tecnico", relativamente ad ogni lotto, non deve essere compilata l'ultima riga relativa al "SOFTWARE – INTEGRAZIONE CON SW DI GESTIONE DEL BUILDING INFORMATION MODEL (BIM)", dal momento che tale elemento non costituisce un parametro di valutazione secondo quanto previsto nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica riportati all'Art. 16.1 del Disciplinare.

Risposta n° 74: si precisa che, nell'Allegato mod. M5 Questionario tecnico, la riga relativa al "Soft-ware – Integrazione con SW di gestione del building information model (bim) dovrà essere compilata

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

solo se l'elemento viene offerto. Si precisa la valutazione di tale elemento è compresa nel sub-criterio Software – qualità complessiva di cui al criterio di valutazione Software

Domanda n° 75: Si fa notare che i Costi individuati per l'eliminazione dei rischi da interferenza, riportati all'Art. 15, comma c) del CTP, risultano in diversi casi discordi rispetto a quanto dichiarato nei documenti DUVRI delle singole Aziende, ed in particolare:

LOTTO	AZIENDA	ART. 15 CTP	DUVRI	INFORMAZIONE DUVRI
Lotto 1	ASSL1	€ 34.000,00	€ 34.000,00	
	ASSL2	€ 43.000,00	€ 0,00	*STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA* *Si ritiene che in base ai rischi da interferenza individuati, l'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto delle norme generali e specifiche elencati in tale documento comportino un costo nullo per la sicurezza.*
Lotto 2	ASSL3	€ 41.000,00	€ 41.000,00	
	ASSL4	€ 7.810,00	€ 7.810,00	
	ASSL5	€ 42.000,00	€ 0,00	*STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA* *Si ritiene che in base ai rischi da interferenza individuati, l'adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto delle norme generali e specifiche elencati in tale*
Lotto 3	E.O. Galliera	€ 30.000,00	€ 10.000,00	***ONERI DI SICUREZZA PRESUNTI*** *Il costo della sicurezza imputabile a rischi interferenziali, complessivo di tutto quanto occorrente è stimato in €. 10.000,oo/anno IVA esclusa e non soggetto a ribasso.*
	O. Evangelico Int.le	€ 29.000,00	€	***COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA*** *I costi relativi alla sicurezza, derivanti dalle interferenze, arrotondati per eccesso, ritenuti congrui rispetto alle caratteristiche dei servizi offerti, ammontano per tutta la durata del contratto dell'appalto a € 240*
	IRCCS Gaslini	€ 35.000,00	€ 6.000,00	***VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER L'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA*** *I costi per la sicurezza da interferenza sono quantificati in 6000 euro.*
	Osp. Policlinico San Martino/IST	€ 38.000,00	Dato non riportato	Nel documento non è riportata la "Parte 2", che all'Art. 4 indica i ***COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE***

Si chiede pertanto di indicare quali sono gli importi corretti dei costi individuati per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Risposta n° 75: *si è provveduto ad indicare gli importi corretti dei costi individuati per l'eliminazione dei rischi da interferenza ed all'acquisizione dei DUVRI aggiornati.*

Domanda n° 76: In relazione a quanto riportato all'Art. 13.2.2 del Disciplinare, si chiede di meglio specificare cosa si intenda per "Scheda tecnica" e per "Certificato CE", richiesti rispettivamente ai punti 2. e

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

3. dell'elenco della documentazione tecnica richiesta, anche alla luce del fatto che su Sintel è previsto uno specifico campo nel quale caricare tali certificati.

Risposta n° 76: si precisa che all'Art. 13.2.2 al punto 2, con la dicitura "Scheda tecnica" si intende il "Progetto Tecnico" e al punto 3. la dicitura "Certificato CE" deve essere intesa come "Certificazioni di Qualità", si provvede alla modifica e alla pubblicazione della documentazione aggiornata (vedi risposta n° 24)

Domanda n° 77: Con riferimento a quanto riportato al punto "24 – prestazioni aggiuntive" dell'Art. 5.1 del CTP, si chiede di voler indicare con quale dei sub-criteri di valutazione tecnica sarà valutato tale aspetto, tra quelli riportati nel Disciplinare all'Art. 16.1, in quanto non parrebbe sussistere correlazione tra l'elemento 24 del Progetto Tecnico, indicato nel CTP, ed i criteri di valutazione tecnica del Disciplinare.

Risposta n° 77: Le "prestazioni aggiuntive", come indicato al punto 24 dell'5.1 del Capitolato Tecnico, sono comprese nei sub-criteri: "miglioramento gestione ed organizzazione attività manutentiva" e "miglioramento gestione ed organizzazione altre attività"

Domanda n° 78: Si segnala che all'apertura del file excel "M6 – Dettaglio prezzi Lotto_1", il programma segnala la presenza di uno o più 'riferimenti circolari', come mostrato nella seguente immagine:



Si chiede pertanto di fornire gentilmente nuova versione del Modello privo di tale anomalia.

Risposta n° 78: a seguito di verifica si è provveduto a generare una nuova versione del Modello che verrà pubblicato nella versione aggiornata

Domanda n° 79: Richiesta Proroga della scadenza dei termini: Al fine di poter predisporre una offerta tecnico-economica il più possibile rispondente alle esigenze della presente Procedura e all'importanza del Servizio, considerata la specificità e la complessità dell'appalto, nonché le recenti festività che hanno inevitabilmente ridotto i giorni lavorativi, la Scrivente chiede di voler cortesemente concedere una proroga dei termini di presentazione delle offerte di un congruo periodo di tempo, compatibilmente con l'attività programmatoria di Codesta Stazione appaltante.

Risposta n° 79: si precisa che verrà accordata una proroga dei termini della scadenza per la presentazione dell'offerte a decorrere dalla data della determinazione con la quale si procederanno alle modifiche

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

H) Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110527445

Domanda n° 80: All'art. 13.2.2, punto 2, si chiede di *"Allegare a Sistema, nell'apposito campo "Scheda tecnica", pena l'esclusione della procedura di gara*, omissis, *le schede tecniche del/dei prodotti offerti,"*
Domanda: dato che si tratta di una gara di servizi, si chiede di chiarire cosa debba essere fornito all'interno di tale campo, peraltro a pena l'esclusione della procedura di gara

Risposta n° 80: *si precisa che all'Art. 13.2.2 al punto 2, con la dicitura "Scheda tecnica" si intende il "Progetto Tecnico" si provvede alla modifica e alla pubblicazione della documentazione aggiornata (vedi risposta n° 24)*

Domanda n° 81: All'art. 13.2.2, punto 3, si chiede di *"Allegare a Sistema, nell'apposito campo "Certificato CE" copia conforme all'originale del certificato CE,"*
Domanda: dato che la Certificazione CE si riferisce ai prodotti, si chiede di chiarire cosa debba essere fornito all'interno di tale campo.

Risposta n° 81: *si precisa che all'Art. 13.2.2 al punto 3. la dicitura "Certificato CE" deve essere intesa come "Certificazioni di Qualità", si provvede alla modifica e alla pubblicazione della documentazione aggiornata*

Domanda n° 82: All'art. 13.2.2, si legge "OFFERTA DEL PRODOTTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA - STEP 2," e sotto al primo capoverso si legge ancora "omissis .... *dovrà operare a Sistema formulando l'indicazione dei prodotti offerti e presentando la documentazione tecnica richiesta, cosi composta:"*
Domanda: dal momento che si tratta di una gara di servizi che non prevede la fornitura di prodotti, il termine "prodotto" utilizzato nel titolo e nella frase sopra riportate, è da intendersi un refuso?

Risposta n° 82: *si precisa che il termine "prodotto" è da ritenersi un mero refuso è da leggersi: ... l'indicazione dei servizi offerti ....omissis...*

Domanda n° 83: All'art. 21 del disciplinare di gara si diche che *"Saranno, altresì, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:* - omissis;

- *offerte che non possiedano i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato Tecnico, nella tabella prodotti allegata al presente disciplinare di gara,* e/o *nello Schema di Convenzione ... omissis"*
- *offerte che presentino due o più prodotti differenti per uno stesso lotto* - omissis;"

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda: si chiede di confermare che il riferimento alla "*tabella prodotti allegata al presente disciplinare*" è un refuso e si chiede di chiarire che cosa s'intende per *"offerte che presentino 2 o più prodotti differenti.*

Risposta n° 83: *si precisa che il riferimento alla "tabella prodotti allegata al presenta disciplinare" si tratta di un mero refuso e si procederà alla rettifica alla pubblicazione della versione aggiornata. Per "offerte che presentino 2 o più prodotti differenti" s'intende le offerte alternative.*

Domanda n° 84: L'Art. 3.3 è denominato "Sopralluogo preliminare facoltativo" e recita: "[...] Le modalità e le indicazioni particolari relative al sopralluogo da effettuarsi presso le singole Aziende Sanitarie committenti sono contenute in ciascun Allegato x - 5 - Z." L'espressione utilizzata "da effettuarsi" pare alludere ad un obbligo di sopralluogo che però sembra smentito dal titolo dell'articolo, dove invece si parla di "facoltà". Tale ambiguità non viene risolta all'Interno degli allegati x - 5 - Z citati, in quanto questi riportano, all'Art. 3, anch'esso denominato "Sopralluogo preliminare facoltativo", rispettivamente:

- Allegato 5_OEI: "Ribadendo quanto indicato all'Art. 2 comma 2.3 del Capitolato Tecnico, si prescrive alle Ditte **il sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla gara.** [...] Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta, **e pena esclusione,** nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara."
- Allegato 5_assl_4: "Si precisa che **sarà facoltà** della Ditta concorrente ad effettuare il sopralluogo preliminare come indicato all'art. 3 comma 3.3 del Capitolato Tecnico. [...] Copia del verbale di sopralluogo **dovrà essere insedia** dalla Ditta nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara."
- Allegato 5_assl_5: "Il sopralluogo ha carattere facoltativo e non riveste carattere di obbligatorietà. [...] Dette operazioni di sopralluogo saranno verbalizzate. L'originale del verbale sarà conservato agli atti da parte del Dipartimento Tecnologico dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 ed alla Ditta sarà rilasciata copia." (ovvero non è previsto obbligo di allegare il verbale ai documenti amministrativi).
- Allegato 5_ass_1: "Si precisa che **sarà facoltà** della Ditta concorrente ad effettuare il sopralluogo preliminare come indicato all'art. 3 comma 3.3 del Capitolato Tecnico. [...] Copia del verbale di sopralluogo **dovrà essere inserita** dalla Ditta nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara.
- Allegato 5_assl_3: "Ribadendo quanto indicato all'art. 2 comma 2.3 del Capitolato Tecnico, è possibile per le Ditte il sopralluogo **facoltativo.** [...] Copia del verbale di sopralluogo **dovrà essere inserita** dalla Ditta nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara".
- Allegato 5_San Martino: "Ribadendo quanto indicato all'Art. 2 comma 2.3 del Capitolato Tecnico, si prescrive alle Ditte **il sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla gara.** [...] Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta, **a pena esclusione,** nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara."

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

- Allegato 5_Asl 2: "Ribadendo quanto indicato all'Art. 2 comma 2.3 del Capitolato Tecnico, si prescrive alle Ditte il sopralluogo obbligatorio, pena esclusione dalla gara. [...] Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta, a pena esclusione, nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara."
- Allegato 5_Galliera: "Si precisa che sarà facoltà della Ditta concorrente ad effettuare il sopralluogo preliminare come indicato all'art. 3 comma 3.3 del Capitolato Tecnico. [...] Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara.".
- Allegato 5_Gaslini: "Si precisa che sarà facoltà della Ditta concorrente ad effettuare il sopralluogo preliminare come indicato all'art. 3 comma 3.3 del Capitolato Tecnico. [...] Copia del verbale di sopralluogo dovrà essere inserita dalla Ditta nella busta contenente la documentazione amministrativa, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di gara.

Data l'incertezza interpretativa delle prescrizioni relative al sopralluogo, si richiede di specificare, azienda per azienda, se e quali di queste prevedano il sopralluogo obbligatorio e se e quali verbali di sopralluogo debbano essere inseriti nella documentazione amministrativa.

Risposta n° 84: *si conferma che il sopralluogo è facoltativo. A tal fine si è provveduto alla rettifica di ciascun Allegato 5.*

Domanda n° 85: Al comma 2 della Premessa al Capitolato tecnico prestazionale sono elencati gli allegati allo stesso. Nella documentazione messa a disposizione dall'Ente risultano mancanti i seguenti allegati: o x-l-Z elenco presidi, o allegato 4 Elenco materiale di consumo escluso dal Servizio, o allegato 6: SW - sistema informatico.
Domande: si chiede di fornire tali allegati.

Risposta n° 85: *si precisa che sarà nostra cura provvedere alla pubblicazione della documentazione mancate (vedi risposta n° 8)*

Domanda n° 86: All'art. 5.2 "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA" del Disciplinare di gara si legge: "L'ammissione alla presente procedura di gara è condizionata, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, all'esistenza *nel triennio 20ìS/20ì6/20ì7,* rispetto al valore annuale presunto della somma dei lotti per i quali si intende presentare offerta: a) di un fatturato medio annuale globale di impresa pari a 1,5 volte; b) di un fatturato medio annuo specifico, nel settore "oggetto della gara", almeno pari.
Domanda: Si chiede, nel caso in cui fosse stato depositato il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018, se il *triennio* da prendere in considerazione sia quello riferito agli anni 2016-2017-2018 anziché il 2015-2016-201 7.

Risposta n° 86: *si conferma che per ultimo triennio da prendere in considerazione è quello riferito agli anni 2015-2016-2017*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 87: All'art. 5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara si legge: "Il concorrente deve fornire l'elenco dei principali servizi del settore oggetto di gara prestati *negli ultimi tre anni 2015/20Ì6/2017* con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice."
Domanda: Si chiede se *per ultimi tre anni* debbano intendersi gli anni 2 0 1 6 - 2 0 1 7 - 2018, invece degli anni 2015 - 2016 - 2017.

Risposta n° 87: *si conferma che per ultimi anni si intende 2015-2016-2017.*

Domanda n° 88: All'art. 10 GARANZIA PROVVISORIA del Disciplinare di gara si legge: "Alla garanzia dovranno essere allegate le certificazioni dei requisiti Si chiede di chiarire a quali requisiti si faccia riferimento.

Risposta n° 88: *si precisa che le certificazioni che dovranno essere allegato si devono riferire alla documentazione che attesta il diritto ad usufruire dei benefici delle riduzioni dell'importo della garanzia*

Domanda n° 89: All'art. 26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE del Disciplinare di gara si legge che "[...] l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente [...]". In tal proposito si formulano i seguenti quesiti:

- Per poter conciliare la prescrizione di requisiti minimi del personale prevista all'Art. 4 del Capitolato Tecnico e Prestazionale con la clausola sociale, si richiede, ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, la messa a disposizione dei Curricula del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente nonché l'attuale livello di inquadramento di tale personale che andrà ad incidere sulla formulazione dell'offerta economica,
- Poiché i Curricula del personale costituiscono uno dei criteri di valutazione di cui all'Art. 16.1 del Disciplinare di Gara (a tale criterio sono riservati 5 punti), si richiede la modalità di valutazione di tali Curricula in caso di impegno al riassorbimento del personale già impiegato dall'aggiudicatario uscente

Risposta n° 89: *si è in attesa di risposta da parte delle Aziende del S. S. R. coinvolte nel servizio. Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto*

Domanda n° 90: All'art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del Disciplinare di Gara si legge "Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in circa il 50% della base d'asta". Si richiede una stima maggiormente analitica della stima effettuata, poiché sulla base delle richieste di personale del Capitolato Tecnico e Prestazionale la valutazione risulta

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

decisamente sovrastimata e lascerebbe uno spazio molto limitato alle ulteriori voci di costo prevedibili per commesse di questo tipo. Ciò considerando che la stima è effettuata sulla base d'asta e non su un valore di aggiudicazione. Un valore più preciso risulta necessario in vista dell'obbligo di quantificare i costi della manodopera all'interno dell'offerta economica e dovendo produrre un valore coerente (ancorché non necessariamente corrispondente) con quello previsto dalla Stazione Appaltante. A titolo esemplificativo, se si considera il Lotto 1 (ma analoghe considerazioni possono essere svolte per gli altri lotti), si ha una richiesta di personale che, pur grossolanamente arrotondato per eccesso a 20 unità, vedrebbe un costo medio a persona pari a circa 67.000€. Tale valore risulta superiore di addirittura il 32% al valore che deriva dalle tabelle ministeriali impiegando tutti e soli "quadri" aziendali. Se addirittura si effettua una valutazione più realistica dei costi del personale, utilizzando profili con inquadramenti inferiori a quello di "quadro", il valore risulta sovrastimato ben oltre il 50%. Si richiede pertanto una valutazione analitica che tenga conto anche dell'organico attualmente impiegato, anche ai fini di una valutazione economica circa il rispetto della clausola sociale.

Risposta n° 90: nel disciplinare di gara al punto 2 pagina 9 viene fatto rimando all'articolo 23 del D.lgs. 50 che prevede che la base d'asta sia comprensiva del costo della manodopera. In particolare a tal fine si è stimato in "circa il 50% " tali costi e, di conseguenza si è ritenuto di applicare prudentemente quanto previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n° 50/2016. Tale scelta è dovuta al fatto che la stima della manodopera impiegata in questo servizio risulta sicuramente dipendente dall'organizzazione della singola società offerente. Inoltre la scelta di introdurre la clausola sociale è anche supportata dalle linee guida di anac n. 13 (approvate con delibera di ANAC n° 114 del 13/02/2019) che prevedono la possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di applicazione di tale clausola anche in appalti con percentuali di manodopera inferiori alla soglia del 50%. Si riporta di seguito quanto previsto dalle linee guida ANAC n° 13 punto 2 "Ambito di applicazione":

... omissis...

2. Ambito di applicazione

... omissis...

- *Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):*
  - *degli appalti di fornitura;*
  - *degli appalti di natura occasionale.*

  Laddove l'oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attività assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadenti nell'obbligo di previsione della clausola sociale.

  Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola socia-le alle attività non assoggettate all'obbligo, purché non escluse ai sensi dell'articolo 50 del Co-dice dei contratti pubblici. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste l'obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.
- *... omissis...*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Sempre seguendo dette linee guida sopracitate al punto 3 comma 3 viene riportato quanto segue: "Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento".
questa modalità non è applicabile o è difficilmente applicabile al presente procedura in quanto alcune aziende (asl 1 , asl 4 ed in parte asl 2) non hanno in essere un contratto di global ed i contratti attualmente in vigore sono comunque tutti affidati a società che nella fase di esecuzione dello stesso hanno subito delle modifiche societarie ed attualmente fanno tutte capo allo stesso soggetto, quindi hanno tutte la stessa organizzazione del lavoro. Ovviamente le società possono scegliere autonomamente la propria strategia. A conferma di questa situazione, nel precedente appalto per lo stesso servizio, (tra l'altro annullato dal consiglio di stato con sen-tenza n. 02257/2018 del 05/04/2018, per un vizio di illegittimità afferente la nomina della commissione giudicatrice), nella verifica di anomalia dell'offerta la percentuale di manodopera era effettivamente vicina al 50% . In quell'appalto si prevedeva un lotto unico con delle professionalità comuni a più aziende che a seguito della scelta di suddividere il lotto unico in tre dovranno essere moltiplicate.
La scelta di questa Stazione Appaltante di inserire la clausola sociale è rivolta anche alla tutela delle manodopera nell'ambito Regionale nonché nelle tutela del Piccole medie imprese che operano in questo settore.

Domanda n° 91: All'art. 4 - Requisiti tecnici del Capitolato tecnico e prestazionale si scrive che *"Non viene richiesto personale amministrativo da destinare alle singole Aziende ma, potrà essere comune* a *più Aziende. Per ogni lotto, la Ditta dovrà indicare in offerta tecnica il numero (non inferiore a 2 unità full time) di operatori amministrativi che metterà a disposizione per la gestione, a livello centralizzato, delle attività amministrative (cali center, ecc.j necessarie al funzionamento del Servizio."*
All'**art. 4 Personale dell'aggiudicatario impiegato nei servizio - dotazione minima** del file "Allegato_5_Galliera" "si prescrive, quale dotazione minima obbligatoria, la costante presenza presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di OMISSIS b) n° 1 amministrativo";
All'**art. 4 Personale dell'aggiudicatario impiegato nel servizio - dotazione minima** del file "allegato_5_asl 2," "si prescrive, quale dotazione minima obbligatoria, la costante presenza presso l 'ASL 2 di OMISSIS c) n° 1 amministrativo";
All'**art. 4 Personale dell'aggiudicatario impiegato nei servizio - dotazione minima** *del file* "Allegato 5_San Martino" "si prescrive, quale dotazione minima obbligatoria, la costante presenza presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di OMISSIS e) n° 1 amministrativo".
DOMANDA*:* si chiede se deve essere previsto operatori amministrativi (non inferiore a 2 unità full time) a disposizione a livello centralizzato delle attività amministrative (call center, ecc.) come indicato all'art. 4 del capitolato tecnico oppure prevedere amministrativi presso le singole Aziende come elencato agli artt. 4 dei file "allegato_5_asl 2, Allegato 5_San Martino e Allegato_5_Galliera*".*

Risposta n° 91 *si precisa che, come previsto dall'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale , non viene richiesto personale amministrativo da destinarsi alle singole Aziende, ma dovrà essere a dispo-*

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

sizione a livello centralizzato per ciascun lotto. La ditta dovrà indicare nell'offerta tecnico il numero di unità di personale amministrativo che impiegherà, che non dovrà essere inferiore a n° 2 unità full time.

Domanda n° 92: All'art. 4 - **Requisiti tecnici** del Capitolato tecnico e prestazionale si scrive che "/ *requisiti professionali minimi che il personale della Ditta impiegata nell'esecuzione del Servizio dovrà possedere sono i seguenti: OMISSIS* **Ingegnere Responsabile di Commessa (una figura per ogni lotto)** ".

All'art. 4 **Personale dell'aggiudicatario impiegato nel servizio - dotazione minima** del file "Allegato_5_Galliera" *"si prescrive, quale dotazione minima obbligatoria, la costante presenza presso l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di: a)* n° *I Ingegnere capo Commessa/project manager ingegnere biomedicale";* nell'allegato_5_asl 2, nell'allegato 5_assl_3, nell'allegato 5 _ assl_4, nell'Allegato 5_ assl_5, nell'Allegato 5_San Martino e nell'allegato_5_gaslini *"si prescrive, quale dotazione minima obbligatoria, la costante presenza presso OMISSIS di: a)* n° *1 Responsabile di commessa".*

DOMANDA: si chiede se deve essere previsto n° 1 **ingegnere Responsabile di Commessa (una figura per ogni Lotto)** come indicato all'art. 4 del capitolato tecnico oppure si deve prevedere un Ingegnere Responsabile di Commessa presso le singole Aziende come elencato agli artt. 4 dei succitati allegati.

Risposta n° 92: si precisa, come previsto dall'art. 4 del Capitolato Tecnico Prestazionale, che per ciascun lotto dovranno essere impiegate le seguenti figure professionali per l'esecuzione del servizio:

1. *Direttore Tecnico di Commessa*
2. *Ingegnere Responsabile Tecnico una figura per ciascuna azienda committente*
3. *Capo Tecnico Specialista una figura per ciascuna azienda committente*
4. *Tecnici Specialisti vedi indicazioni riportate negli Allegati 5*

Domanda n° 93: All'art. *4* ~ Requisiti tecnici del Capitolato tecnico e prestazionale si scrive che "/ *requisiti professionali minimi che il personale della Ditta impiegata nell'esecuzione del Servizio dovrà possedere sono i seguenti: OMISSIS* ***Capo Tecnico Specialista*** *(una figura per ogni singola Azienda Socio Sanitaria committente)*

All'art. 3 dell'allegato 5_asl_1 il Capo tecnico specialista non è richiesto,

all'art. 4 dell'allegato_5_asl 2 è richiesto 1 Capo tecnico specialista, all'art. 4 dell'allegato 5_assl_3 è richiesto 1 Capo tecnico specialista, all'art. 4 dell'allegato 5 _ assl_4 è richiesto 1 Capo tecnico specialista, all'art. 4 dell'Allegato 5_ assl_5 è richiesto 1 Capo tecnico specialista, all'art. 4 dell'Allegato_5_Galliera il Capo tecnico specialista non è richiesto, all'art. 4 dell'Allegato 5_ OEI è richiesto 1 Capo tecnico specialista, all'art. 4 dell'allegato_5_gaslini è richiesto 1 Capo tecnico specialista, all'art. 4 dell'Allegato 5_San Martino è richiesto 1 Capo tecnico specialista.

DOMANDA: si chiede se deve essere previsto n° 1 ***Capo Tecnico Specialista*** *(una figura per ogni singola Azienda Socio Sanitaria committente)* come indicato all'art. 4 del Capitolato Tecnico

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

oppure si deve prevedere tale figura solo dove espressamente indicato nell'allegato 5 specifico per ciascuna Azienda Committente.

Risposta n° 93: si precisa che presso ogni Azienda Sanitaria Committente dovrà essere presente 1 Capo Tecnico Specialista quale requisito minimo, anche se negli Allegato 5 non venga espressamente previsto.

I) Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110533772

Domanda n° 94: Relativamente al Progetto Tecnico (v. "Art. 5 – Documentazione d'offerta da presentare per ogni lotto" del Capitolato Tecnico, al Paragrafo "5.1. Documentazione Tecnica"), si chiede di specificare se gli allegati concorrano o meno al limite massimo di 400 facciate formato A4.

Risposta n° 94: il computo del limite massimo 400 facciate formate A4 si riferisce solo ed esclusivamente al progetto tecnico e sono esclusi tutti gli allegati.

Domanda n° 95: Si chiede altresì di specificare se le chiare indicazioni richieste relativamente a:

a) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
b) dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento
c) all'uso;
d) formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale
e) in materia di salute sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
f) eventuale progetto (planimetrie e computo metrico senza prezzi) relativo alla sistemazione dei locali messi a disposizione delle singole committenti, secondo le indicazioni delle stesse contenute all'Allegato x – 5 - Z

siano da considerarsi parte integrante del Progetto Tecnico nell'ambito dell'organizzazione proposta o debbano essere fornite in un documento tecnico separato dedicato.

Risposta n° 95: si precisa che sono parte integrante del Progetto Tecnico le indicazioni relative a:

a) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
b) dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento
c) all'uso;
d) formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale
e) in materia di salute sicurezza dello specifico lavoro appaltato.

Non devono fare parte integrante del Progetto Tecnico l'eventuale progetto di sistemazione dei locali messi a disposizione delle singole committenti, secondo le indicazioni delle stesse contenute all'Allegato x – 5 – Z, in quanto è previsto che il costo di detti lavori dovranno essere imputati solo all'Azienda interessata.

Domanda n° 96: In caso di risposta affermativa al quesito N. 95, si chiede di specificare se tali indicazioni concorrano al limite massimo di 400 facciate formato A

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 96: si precisa che, nel limite massimo di 400 facciate, del Progetto Tecnico devono essere incluse le seguenti indicazioni:

a) mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
b) dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento
c) all'uso;
d) formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale
e) in materia di salute sicurezza dello specifico lavoro appaltato.

Mentre è escluso il progetto di sistemazione dei locali messi a disposizione delle singole committenti, secondo le indicazioni delle stesse contenute all'Allegato x – 5 –Z.

Domanda n° 97: Con riferimento al paragrafo 9.3.3. Rapporti di Lavoro, conformemente all'art. 15 della legge 59/97 ed all'art. 2702 c.c. quanto ad efficacia probatoria, si chiede se è prevista la possibilità di emettere rapporti di lavoro elettronici con firma digitale, per ciascun'apparecchiatura, fermo l'obbligo di emissione di una bolla di lavoro cumulativa (ad esempio per Reparto) cartacea che dovrà essere firmata dal tecnico e controfirmata dal Responsabile della Unità Operativa/Reparto/Ufficio (o suo delegato).

Risposta n° 97: si precisa che , al termine dell'intervento, dovrà essere rilasciato al Reparti il rapporto di lavoro cartaceo, debitamente firmato, dal quale risulta che l'apparecchiatura è stata riparata e che può essere utilizzata in modo sicuro in ambito clinico.

Domanda n° 98: Con riferimento al paragrafo 7 dell'Allegato 5(A) relativo all'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 1, tra le apparecchiature sostitutive da allocare permanentemente presso la medesima Azienda sono state inserite n. 2 (due) "colonna videoendoscopica completa per Laparoscopia". Non essendo tali classi tecnologiche incluse nel relativo Allegato "M6-dettaglio prezzi lotto_1" e pertanto oggetto del servizio, si chiede di confermare che tale apparecchiatura sostitutiva è stata inserita erroneamente.

Risposta n° 98: si precisa che le apparecchiature sostitutive devono essere riferite alle classi tecnologiche oggetto della presente procedura di gara

Domanda n° 99: Con riferimento ai singoli Allegati 5 si segnala che per le aziende:

- Azienda Socio Sanitaria Locale n° 1 – "Allegato 5(A)
- Azienda Sanitaria Locale n° 2 –"Allegato 5(Z)"
- Azienda Sanitaria Locale n° 3 – "Allegato 5(C)"
- Azienda Sanitaria Locale n° 4 – "Allegato 5(D)"
- Ospedale Evangelico Internazionale – "Allegato 5(F)"
- IRCCS G. Gaslini – "Allegato 5(H)"
- Ospedale San Martino – "Allegato 5(I)"

Nella voce "Strumentario" viene riportata la cifra (costo storico) relativo alla spesa storica annuale per la gestione/manutenzione dello stesso incluse le ottiche rigide. Tenuto cono che

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

all'art. 7.2. Alte tecnologie del Capitolato Tecnico, nell'elenco puntato è espressamente indicato "Endoscopi e vidoendoscopi rigidi e flessibili" tra le classi di apparecchiature non ricomprese nel servizio oggetto dell'appalto, si chiede di chiarire come considerare tale costo stimato omnicomprensivo.

Risposta n° 99: si precisa che le apparecchiature sostitutive devono essere riferite alle classi tecnologiche oggetto della presente procedura di gara

Domanda n° 100: In riferimento agli allegati 5 per l'E.O. Galliera tale allegato è stato nominato Allegato 4(F) e nel frontespizio riporta indicazioni indeterminate per quanto concerne il numero di gara e il cig (entrambi indicati con XXXXXX). Si chiede di specificare se trattasi di un mero errore di nomina e/o refuso..

Risposta n° 100: si tratta refuso, a tal proposito si è provveduto ad aggiornare gli allegati 5 per ciascuna Azienda

Domanda n° 101: In riferimento all'Allegato 5(H) per l'IRCCS G. Gaslini, la numerazione relativa all'art.7 segue direttamente all'art.7.3 omettendo gli articoli/numerazioni intermedi. Si chiede di specificare se trattasi di un mero refuso della numerazione.

Risposta n° 101: si precisa che si è provveduto ad aggiornare l'Allegato 5(H), in quanto all'art. 7.3 si tratta di un mero refuso.

Domanda n° 102: Con riferimento all'Allegato 5 (in realtà Allegato 4(F)) relativo all'E.O. Galliera, all'"Art. 4. Personale dell'aggiudicatario impiegato nel servizio – dotazione minima" è stata riportata la nota "(***) indicare il numero di unità di personale e la qualifica di ciascuna figura professionale che necessita" si chiede di indicare in che parte della griglia dei CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (art. 16 del Capitolato Tecnico) verrà valutato.

Risposta n° 102: si è in attesa di risposta da parte delle Aziende del S. S. R. coinvolte nel servizio. Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto

Domanda n°103: Con riferimento all' Allegato 5(H) relativo all'IRCCS G. Gaslini, all'"Art. 4. Personale dell'aggiudicatario impiegato nel servizio – dotazione minima" è stata riportata la nota "(***) indicare il numero di unità di personale e la qualifica di ciascuna figura professionale che necessita" si chiede di indicare in che parte della griglia dei CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (art. 16 del Capitolato Tecnico) verrà valutato.

Risposta n° 103: si è in attesa di risposta da parte delle Aziende del S. S. R. coinvolte nel servizio. Sarà cura di questa Stazione Appaltante provvedere alla pubblicazione di quanto richiesto

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 104: Con riferimento al Art. 9 – Avvio e modalità d'esecuzione del Servizio per ogni lotto, al paragrafo 9.2 in merito al censimento inventariale, viene espressamente indicato che lo stesso dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario in contraddittorio con il personale del Dipartimento Tecnologico/Ingegneria Clinica. Si chiede di confermare che il contraddittorio è riferito alla discussione del dato presentato al termine dell'attività (a seguito del censimento inventariale stesso).

Risposta n° 104: si conferma che il contradditorio riguarderà le fasi di pianificazione ed organizzazione, esecuzione e conclusione e valutazioni , del censimento inventariale

Domanda n° 105: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 3 CRITERIO DI VALUTAZIONE FORMAZIONE E PERSONALE alla voce "Piano di formazione" è prevista l'attribuzione di massimo 2 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 1. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 105: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblica la versione aggiornata

Domanda n° 106: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 3 CRITERIO DI VALUTAZIONE FORMAZIONE E PERSONALE, alla voce "Corsi accreditati per ingegneri clinici Minimo= 15 CFP per ogni anno di contratto Massimo= 40 CFP per ogni anno di contratto" è prevista l'attribuzione di massimo 2 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 1. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 106: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata

Domanda n° 107: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 3 CRITERIO DI VALUTAZIONE FORMAZIONE E PERSONALE alla voce "Corsi di Formazione per Operatori Tecnici Minimo = 20 ore per ogni anno di contratto Massimo = 40 ore per ogni anno di contratto" è prevista l'attribuzione di massimo 2 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 1. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 107: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata

Domanda n° 108: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella se-

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

zione 3 CRITERIO DI VALUTAZIONE FORMAZIONE E PERSONALE alla voce "Corsi di Formazione per Operatori Sanitari Minimo = 10.000 ore/persona per ogni anno di contratto Massimo = 15.000 ore/persona per ogni anno di contratto" è prevista l'attribuzione di massimo 2 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 1. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso

Risposta n° 108: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata

Domanda n° 109: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 4 CRITERIO DI VALUTAZIONE SOFTWARE alla voce "Software – gestione sistemi IT" è prevista l'attribuzione di massimo 1,5 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 0,5. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 109: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata

Domanda n° 110: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 4 CRITERIO DI VALUTAZIONE SOFTWARE alla voce "Software – gestione impianti" è prevista l'attribuzione di massimo 1,5 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 0,5. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 110: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata

Domanda n° 111: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 4 CRITERIO DI VALUTAZIONE SOFTWARE alla voce "Software – gestione richieste di acquisizione" è prevista l'attribuzione di massimo 2 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 1. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 111: si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Domanda n° 112: In riferimento all'art. 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA nella sezione 4 CRITERIO DI VALUTAZIONE SOFTWARE alla voce "Software – gestione IPS" è prevista l'attribuzione di massimo 2 punti. Nelle modalità di attribuzione sub peso i punti indicati sono da 0 a 1. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso. In caso contrario si chiede di specificare il punteggio massimo previsto e/o la corretta attribuzione dello stesso.

Risposta n° 112: *si precisa che si è provveduto alla verifica ed alla conseguente modifica e che verrà pubblicata la versione aggiornata*

Domanda n° 113: In riferimento all'Allegato 5 di ciascuna Azienda, all'Art. 6 si riporta l'orario di servizio per le singole Aziende Sanitarie committenti.
Si richiede di confermare che tali orari riportati siano comprensivi della pausa pranzo (con interruzione del servizio di 60 minuti) con garanzia della continuità di servizio e presenza di un tecnico reperibile.

Risposta n° 113: *si precisa che l'orario di servizio e le modalità gestionali dovranno essere quelle indicate in ciascun Allegato 5, e dovranno essere preventivamente comunicate ed accettate dall'Azienda Committente, fermo restando, la garanzia della continuità di servizio anche nella pausa pranzo.*

Domanda n° 114: In riferimento all'allegato 5 per l'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 1 – "Allegato 5(A), all'Art. 5. Orario di servizio viene riportato un orario di lavoro che, tenuto conto della pausa pranzo (con interruzione del servizio di minimo 60 minuti), il quantitativo di ore giornaliere lavorate è inferiore a 8h/giornaliere. Si chiede di specificare se trattasi di un refuso e di confermare che quanto riportato sia effettivamente l'orario di lavoro richiesto.

Risposta n° 114: *si precisa che l'orario di servizio e le modalità gestionali dovranno essere quelle indicate in ciascun Allegato 5, e dovranno essere preventivamente comunicate ed accettate dall'Azienda Committente, fermo restando, la garanzia della continuità di servizio anche nella pausa pranzo.*

J) **Chiarimento del 10/05/2019 - ID SinTel 110535956**

Domanda n° 115: All'Art. 5.1.1 del Capitolato tecnico e prestazionale si legge 'La documentazione dovrà essere autoinstallante o eseguibile direttamente, senza necessità di predisposizione di particolare software di ambiente e dovrà avere una durata compresa tra 15 e 45 minuti, e consentire una valutazione della soluzione in termini di funzionalità e della relativa interfaccia utente. Dovranno essere oggetto di demo solo i software compresi nell'offerta' mentre all'Art. 5.1.2 è riportato 'Tale "demo", della durata di 1 (una) ora, costituirà supporto al materiale presentato nell'offerta tecnica'. Si chiede di chiarire se si tratta della stessa documentazione denominata 'demo' e se del caso quanto debba durare con esattezza. Si chiede altresì di specificare in quale campo della busta tecnica tra quelli abilitati (certificazioni CE, dichiarazione

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

di segretazione, Progetto tecnico, modello M5), vada allegata la demo, considerato che non c'è un campo specifico.

Risposta n° 115: *si precisa che all'art. 5.1.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale viene richiesta la documentazione dimostrativa dell'applicazione e (o delle applicazioni) in powerpoint da inserire, per ogni singolo lotto, allo step 2 "Progetto Tecnico".*
La documentazione dovrà essere accessibile e senza necessità di predisposizione di particolare software di ambiente. La documentazione, della durata compresa tra 15 e 45 minuti, dovrà consentire una valutazione della soluzione in termini di funzionalità e della relativa interfaccia utente.
Dovranno essere oggetto di demo solo i software compresi nell'offerta

Domanda n° 116: Con riferimento all'allegato M6 dettaglio prezzi unitari e in particolare alla voce di sconto relativa alla spesa storica degli ausili, si chiede di specificare laddove riportato valore zero, l'esatto importo economico da ribassare, in caso contrario la relativa prestazione si dovrebbe intendere come eseguita a titolo gratuito;

Risposta n° 116: *si precisa che nell'allegato M6 "dettaglio prezzo unitari" relativamente al campo "ausili", qualora nella riga "spesa storica" non vi sia indicato alcun valore o valore zero, si deve intendere che la prestazione non è richiesta.*

Domanda n° 117: Con riferimento al combinato disposto di cui ai punti 5.2 lett. b) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA e 13.2.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Lett I) REFERENZE BANCARIE del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il concorrente che abbia un fatturato specifico che gli consenta di partecipare ad un solo lotto, possa concorrere anche per gli altri due, integrando il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 5.2 lett. b), con la produzione di almeno 2 referenze bancarie;

Risposta n° 117: *si conferma che, qualora in mancanza e/o insufficienza dei requisito del fatturato per ciascun lotto a cui partecipa, l'Operatore Economico può fornire due idonee dichiarazioni di Istituto Bancari che ne attestino la solidità economica e finanziaria in data non anteriore a 180gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte*

Domanda n° 118: Con riferimento alla busta telematica della parte tecnica, si segnala che non è presente il campo SCHEDA TECNICA, sono presenti infatti soltanto quattro campi (certificazioni CE, dichiarazione di segretazione, Progetto tecnico, modello M5), si chiede pertanto di chiarire in quale campo vadano caricate le schede tecniche. Si chiede altresì di chiarire, considerato che il capitolato tecnico non lo specifica, per quale tipologia di apparecchiature vadano caricate le schede tecniche.

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it

Risposta n° 118: si precisa che la dicitura "SCHEDA TECNICA" si tratta di un mero refuso e, pertanto, non sono richieste schede tecniche di alcuna apparecchiatura.

Domanda n° 119: Con riferimento alla busta telematica della parte tecnica e al campo Certificato CE, si chiede di chiarire per quale tipologia di apparecchiature vadano caricati i certificati CE

Risposta n° 119: si precisa che il campo "Certificato CE" si riferisce alle certificazioni di qualità in possesso dell'Operatore Economico

IL RUP
Dott. Luigi Moreno COSTA

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale: Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162 PEC: protocollo@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8541 PEC: cra@pec.alisa.liguria.it