

Prot. 279 del 21/02/2011

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. E IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni cinque con opzione di rinnovo di anni due. Lotto unico – numero gara 930665

CHIARIMENTI

In riferimento alla gara di cui all'oggetto si rende noto che con nota del 17/02/2011 Prot. n. 257 sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti, che di seguito si riportano, unitamente alla risposte:

Q.1 In riferimento al punto 4 del Disciplinare di gara e in riferimento alla Busta 3B contenente CAMPIONATURA, si richiede la possibilità di inviare la Busta 3B come PLICO A PARTE e non all'interno del plico principale, in quanto la CAMPIONATURA risulta essere molto voluminosa e non rientrante di una singola Busta

R.1 Sarà ammessa anche la consegna della Busta 3B (o confezione idonea) come plico a parte purché tale plico sia sigillato e chiaramente contrassegnato all'esterno dagli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale), indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica, ove inviare eventuali comunicazioni inerenti la gara e dalla dicitura: *“Procedura negoziata per la fornitura in full service di sistemi di raccolta e frazionamento di sangue intero”* – Campionatura Dispositivi

Q.3 Nell'elenco di Centri in cui installare le apparecchiature sono ancora inclusi i sottoindicati Centri, i cui fabbisogni però non sono compresi nell'allegato A1 (fabbisogni), come dobbiamo considerarli?
Presidi Ospedalieri dell'ASL 2 Savonese
Presidi Ospedalieri dell'ASL 1 Imperiese
Avis e FIDAS della provincia di Savona e Imperia

R.3 Dal momento che la ASL1 Imperiese e la ASL2 Savonese hanno recentemente aggiudicato la fornitura di sistemi di raccolta sangue per i prossimi 5 anni, i centri trasfusionali di suddette ASL sono stati esclusi dal computo dei fabbisogni della presente gara.

Tuttavia è stata lasciata loro la facoltà di aderire alla fornitura aggiudicata in un secondo momento o nella fase dell'eventuale rinnovo, pertanto sono rimaste le indicazioni dei centri e delle loro ubicazioni.

- Q.4** In riferimento al punto 7 del Capitolato Tecnico: sistema di BC si richiede il volume della sacca del concentrato piastrinico da 1000 ml, la nostra Ditta ha la possibilità di offrire la sacca da 1300 ml che favorisce un miglior scambio gassoso e una migliore conservazione del concentrato piastrinico. Si richiede di ammettere un range tra 1000 ml e 1300 ml per questa caratteristica
- R.4** In merito al chiarimento richiesto la Centrale Regionale di Acquisto ha provveduto ad inviare il quesito alla Commissione tecnica, che con nota prot n.267 del 18/02/2011 si è espressa favorevolmente alla possibilità di ammettere in gara un range volumetrico compreso tra i 1000 ml e i 1300 ml.
- Q.5** Allegato A1
Ai fini di una corretta valutazione economica, siamo a richiedere la suddivisione delle bilance e degli scompositori per ogni P.O. delle ASL e dei Centri interessati, al fine di calcolare correttamente il numero di interfacciamenti necessari allo svolgimento delle operazioni di scomposizione e raccolta di emocomponenti.
- R.5** Si informa che ogni scompositore e ogni bilancia devono essere interfacciati con il sistema informatico della struttura, pertanto il numero di interfacciamenti necessari coinciderà con la somma di bilance e scompositori.

REGIONE LIGURIA
CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Simonetti

