Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott, Luigi Moreno Costa tel.010-5488561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel.010-5488543 e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Materiale per emodinamica per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 4 - Lotti n.73. Numero gara 6956650

Risposta ai quesiti pervenuti fino al 13/02/2018

QUESITO N.10

DOMANDA 10a):

Disciplinare di gara – art.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- Garanzia a corredo dell'offerta
 - In merito alla garanzia provvisoria, si chiede di confermare che la misura dell'1% dell'importo complessivo del lotto deve intendersi esclusivamente per i concorrenti che intendano usufruire del beneficio delle riduzioni dell'importo della garanzia di cui all'art 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.
- Documento di gara unico europeo (DGUE)
 - 2) Vogliate confermare, essendo l'appalto suddiviso in lotti con criteri di selezione diversi tra loro, che occorrerà compilare un DGUE per gruppo di lotti con identici criteri di selezione.

RISPOSTA 10a):

1) L'art. 93 comma 1 del D.Lgs.50/2016 recita: "L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento.....".

Quindi la garanzia da allegare è pari all'1% dell'importo del lotto cioè pari agli importi inseriti nel disciplinare di gara a pag. 7. Se il concorrente presenta le certificazioni di qualità ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016, riduce tale importo delle percentuali in esso indicate (ad esempio diventa lo 0,5% in caso di certificazione UNI CEI EN 45000)"

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

MAIL: direzione.alisa@regione.liquria.it PEC: cra@pec.alisa.liquria.it

Sede operativa: Via G. D'Annunzio nº 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563



2) Il DGUE da presentare nella busta n.1 "busta amministrativa" è uno solo, indipendentemente dal criterio di selezione.

DOMANDA 10b):

In riferimento a quanto in oggetto si chiede di chiarire quanto seque:

l'importo della cauzione a pagina 7 del disciplinare di gara indica di produrre una cauzione provvisoria quantificata nella misura dell'1% dell'importo presunto di ogni Lotto e che si può usufruire dei beneficio delle riduzioni dell'importo stesso, ma l'art. 93 del Digs. 50/2016 prevede che l'offerta sia corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% e che l'importo della garanzia possa essere ridotto del 50%, e che quindi sia pari all'1%, presentando la certificazione di qualità.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia l'importo preciso.

DOMANDA 10b):	
Vedi risposta 10a.	

	QUESITO N.1.1

Disciplinare di gara - art.4

DOMANDA 11):

Disciplinare di gara – art.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- Istanza di partecipazione alla gara
 - 1) In merito alla compilazione dell'Allegato F1, per le imprese che intendono partecipare come imprese singole, si chiede di confermare che è sufficiente allegare solo la "SEZIONE 1" dell'allegato.

RISPOSTA 11):

Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara a pagina 6 ("L'operatore economico dovrà compilare la Sezione I nel caso di imprese singole, raggruppamenti costituiti e consorzi, G.E.I.E. (Gruppo Europeo di interesse economico); la sezione Il nel caso di raggruppamenti e/o consorzi costituendi.")

QUESITO N.12

Disciplinare di gara – CAMPIONATURA

DOMANDA 12a):

In merito alla presentazione dei campioni, si chiede di poter presentare il campione e scatola relativi a lotti di produzione diversi.



RISPOSTA 12a):

Il disciplinare di gara a pagina 13 riporta: "le confezioni offerte in campionatura dovranno preferibilmente appartenere a lotti di produzione diversi".

DOMANDA 12b):

- 1) In merito alla presentazione dei campioni, si chiede di poter presentare il campione non sterile in confezione originale.
- 2) Tenuto conto dell'alto prezzo dei DM, ai fini della presentazione della campionatura, si ritiene se sia sufficiente la produzione anche di DEMO NON STERILI.
- 3) La scrivente società desidera richiedere, relativamente alla campionatura, se è possibile presentare campioni non sterili in confezione fedele all'originale
- 4) Siamo a chiedere se i campioni che vengono richiesti devono essere STERILI.
- 5) La presente per richiedere se la campionatura del Lotto 9 Kit procedurale customizzato può essere presentata in versione "non sterile".

RISPOSTA 12b):

Il materiale non sterile può essere sufficiente per dispositivi che si possano testare "al banco" (per esempio Lotto 9). E' invece necessario materiale sterile per i dispositivi di cui la commissione ritenga di dover eseguire la prova sul paziente.

QUESITO N.13

Disciplinare di gara – art. 4 DOCUMENTAZIONE TECNICA

DOMANDA 13):

- 1) Per la documentazione tecnica è indicato che "gli atti dovranno essere sottoscritti dalla ditta concorrente con tímbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 corredate da copia del documento d'identità del dichiarante".
 - Si chiede se è sufficiente timbrare e firmare ogni foglio allegando insieme alla documentazione tecnica copia del documento d'identità del dichiarante, oppure se deve essere compilato un unico elenco riepilogativo (per tutti i lotti) dei documenti allegati, emesso con le forme di cui al D.P.R. n.445/2000;
- 2) Si prega di voler confermare che la documentazione richiesta nei punti a e c (scheda tecnica e catalogo) deve essere solo sottoscritta dal legale rappresentante e non rilasciata con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

RISPOSTA 13):

- 1) E' sufficiente timbrare e firmare ogni foglio, allegando a tutta la documentazione tecnica una copia del documento di identità del dichiarante.
- 2) La scheda tecnica ed il catalogo, in quanto documenti originali del concorrente, vanno firmati dal legale rappresentante/procuratore allegando copia del documento di identità in corso di validità. I documenti prodotti in copia (es. copia certificazione CE), invece, vanno corredati da dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore, che ne attesti la conformità all'originale.



Lotto 7 - Kit accessori per PTCA con valvola automatica

DOMANDA 14a):

Lotto n. 7 "Kit accessori per PTCA con valvolca automatica"

La descrizione del lotto prevede che "La valvola emostatica deve garantire automaticamente la tenuta su dispositivi di diametro variabile da 0.2 mm a 2.5 mm senza bisogno di regolazione; deve essere presente un meccanismo per aprire la valvola al massimo diametro."

Sulla base delle nostre conoscenze il limite fissato per l'apertura della valvola al massimo diametro (2.5 mm) potrebbe precludere a molte aziende presenti sul mercato la partecipazione al lotto n.7. Al fine di evitare una possibile distorsione della par condicio dei soggetti che partecipano ad una pubblica gara. Vi chiediamo gentilmente di riformulare la descrizione del lotto consentendo la partecipazione anche ad imprese che possono offrire dispositivi con meccanismo di apertura valvola di diametro inferiore a 2.5 mm.

RISPOSTA 14a):

Si accoglie. La Commissione precisa che non è stato specificato nel capitolato il massimo diametro di apertura della valvola, ma il massimo diametro del dispositivo su cui la valvola deve mantenere l'emostasi. Comunque, la Commissione ritiene di modificare questo parametro indicando che "La valvola emostatica deve garantire automaticamente la tenuta su dispositivi di diametro variabile da 0.2 mm a 2.25 mm (anziché 2.5 mm) senza bisogno di regolazione".

DOMANDA 14b):

Vi chiediamo di poter proporre una valvola che risponda in toto alle caratteristiche da Voi individuate come essenziali ma tramite un meccanismo di funzionamento alternativo a quello descritto nel capitolato. Esistono infatti prodotti realizzati da aziende leader di mercato che ottemperano con sistemi di ultima generazione che sfruttando meccanismi innovativi permettono di ridurre al massimo la fuoriuscita di sangue sul campo operatorio e la separazione delle guide durante le procedure più complesse.

RISPOSTA 14b):

Si accoglie. Il capitolato richiede: "La valvola emostatica deve garantire automaticamente la tenuta su dispositivi di diametro variabile da 0.2 mm a 2.25 mm senza bisogno di regolazione". Per quanto riguarda questa caratteristica, non è descritto alcuno specifico meccanismo. Quindi viene richiesto: "deve essere presente un meccanismo per aprire la valvola al massimo diametro". Anche in questo caso non si richiede uno specifico meccanismo. Comunque, la frase in questione è stata così modificata: "deve essere presente un meccanismo per aprire la valvola al massimo diametro o comunque per consentire agevolmente l'inserzione dei vari dispositivi per interventistica endovascolare"



Lotto 9 - Kit procedurale

DOMANDA 15a):

in merito a quanto in oggetto, chiediamo di rispondere a quanto segue :

- 1. Chiediamo il range di misure delle cuffie
- 2. Chiediamo il range di capacità delle siringhe e se Luer Lock o Luer Slip
- 3. Chiediamo le dimensioni degli aghi
- 4. Chiediamo la misura della prolunga e se debba essere in PVC oppure in PUR

RISPOSTA 15a):

Visto che le esigenze degli utilizzatori possono variare, è necessario che le misure di alcuni dispositivi vengano concordate tra fornitore e utilizzatore. A titolo indicativo, i range delle misure potrebbero essere i seguenti:

- 1. 4 cuffie, di cui una circolare diametro 80 cm, altre tre quadrate o rettangolari 100 x 100 cm circa. Si ribadisce che non è possibile essere più precisi poiché le cuffie si usano per coprire oggetti prossimi al campo sterile (iniettore, comandi dell'angiografo, schermi anti X, etc) che sono di tipo, forma e dimensioni differenti nelle varie sale.
- 2. Quattro siringhe Luer Lock, una da 10 ml, una da 30 ml, due da 20 ml di cui una con colorazione tale da distinguerla chiaramente dalle altre.
- 3. normalissimi aghi di acciaio con cono di plastica, diametro 18-22 G
- 4. prolunga in poliuretano ad alta pressione (≥1000 PSI), lunghezza circa 100 cm

DOMANDA 15b):

Alcuni dei prodotti previsti nel protocollo (telo in TNT, cuffie in PE trasparenti, siringhe, aghi ipodermici e prolunga alta pressione) non indicano la tipologia e le misure richieste, demandando agli utilizzatori la definizione esatta delle suddette caratteristiche. Fermo restando la nostra disponibilità a garantire (in caso di aggiudicazione della fornitura) l'adeguamento dei prodotti accessori alle esigenze dei singoli utilizzatori, sarebbe opportuno definire uno standard di riferimento al quale attenerci in fase di presentazione della campionatura di Gara.

RISPOSTA 15b):

Per la definizione dello standard di riferimento, vedere la risposta 15a).

Lotto 10 – Kit per piccola chirurgia in ambiente cardiologico DOMANDA 16):

Chiediamo il range di misure delle cuffie

RISPOSTA 16):

Si richiede una singola cuffia sterile di polietilene trasparente, con elastico, per coprire la parte dell'arco radiologico che può venire a contatto con il paziente. Il capitolato recita testualmente: "Cuffia per apparecchio Rx diametro indicativo 80 cm da concordare con gli utilizzatori". Poiché gli apparecchi radiologici utilizzati sono vari e diversi, non è possibile essere più precisi; si può ipotizzare un range di diametri tra 50 e 100 cm.



Lotto 11 - Kit per pericardiocentesi

DOMANDA 17):

 In riferimento al lotto n. 11 – Kit per pericardiocentesi.
 Il cavo ECG richiesto collegato all'ago da pericardiocentesi ed al monitor costituisce una parte applicata destinata ad applicazione cardiaca diretta.
 Si chiede quindi conferma che il cavo ECG è richiesto con un attacco a coccodrillo ad entrambe le estremità.

Equipment

Chlorhexidine

Statile drape

10-mL

Syringe/
25-gauge
needle

Dilator

Ultrasound

18-gauge
Spinal needle

Dilator

S-way
Stopcock

ECG wire with alligator clips



QUÉSITO N.18

Lotto 13 - Cateteri per coronarografia e angiografia cardiovascolare

DOMANDA 18):

2) Lotto 13: a nostra conoscenza nelle procedure di angiopiastica coronarica il catetere diagnostico 4 fr non è mai utilizzato. L'assenza del predetto frenciaggio è da considerarsi pena esclusione dal lotto?

RISPOSTA 18):

Alcuni utilizzatori liguri usano il catetere angiografico 4 French e quindi la disponibilità di questo diametro è da considerarsi indispensabile.

QUESITO N.19

DOMANDA 19):

Lotti da nn.17 a nn.20 "Cateteri a palloncino per PTCA monorail"

Nelle caratteristiche comuni a tutti i palloncini coronarici monorail si richiede:
"Il corpo del catetere deve avere una lunghezza usabile di 145±10 cm e un diametro non superiore a 2.6 French (0.87 mm) per il palloncino con diametro 3.0 mm."
Si prega di chiarire cosa si intende per corpo del catetere: Shaft distale o prossimale?

RISPOSTA 19):

Per meglio descrivere il requisito richiesto, si riformula la frase "Il corpo (shaft) del catetere deve avere una lunghezza usabile di 145±10 cm e un diametro che in nessun punto superi i 2.7 French (0.91 mm) per il palloncino con diametro 3.0 mm".

QUESITO N.20

Lotto 21 – Cateteri a palloncino coronarici di piccolissimo diametro

DOMANDA 20):

Si chiede la possibilità di modificare i requisiti minimi dei palloni individuati nel lotto 21, nello specifico il diametro massimo da 1.20 a 1.25mm e il crossing profile da 0,025" a 0,026".

RISPOSTA 20):

l palloncini con diametro 1.25 mm e crossing profile 0,026" sono previsti nel lotto 17.



Lotto 31 - Cateteri a palloncino per dilatazione endoluminale di vasi a medio-alta pressione (pediatrico)

DOMANDA 21):

2) In riferimento al lotto n. 31 – Cateteri a palloncino per dilatazione.

La descrizione tecnica riporta la dicitura "palloni semi complianti e non complianti ad alta pressione", caratteristiche vicendevolmente esclusive.

Pertando richiediamo se dobbiamo rispondere con prodotti che offrano entrambe le caratteristiche, quindi alternativi oppure dobbiamo proporre una delle due tipologie? Vi segnaliamo inoltre che la base d'asta indicata (euro 150,00) risulta non congrua se rapportata ai prezzi medi di mercato ed in particolare a quelli in essere nella Regione Liguria.

Si richiede, pertanto, di voler riparametrare tale base d'asta allineandola ai valori di mercato.

Quanto sopra ai fini di garantire la più ampia partecipazione alla fornitura ed un corretto confronto qualitativo tra i vari prodotti offerti,

RISPOSTA 21):

Si accoglie. Si modifica il lotto 31 che viene suddiviso nei seguenti: lotto 31, lotto 74 e lotto 75,

QUESITO N.22

Lotto 35 - Microcateteri a doppio lume

DOMANDA 22):

Voce 6 si chiede di estendere il diametro esterno fino a 3,5 Fr. Una minima differenza simile esclude aziende primarie nella produzione di microcateteri.

RISPOSTA 22):

La commissione acconsente a sostituire la caratteristica richiesta "Diametro esterno non superiore a 3.2 French" con "Diametro esterno non superiore a 3.5 French"

QUESITO N.23

Lotto 36 - Microcateteri idrofilico con parete in spirale metallica e controllo di torsione tipo Corsair o equivalente DOMANDA 23):

Vi chiediamo di poter proporre microcateteri idrofilici che rispondano in toto alle caratteristiche da Voi descritte pur realizzati non necessariamente con i materiali descritti come essenziali (in via esemplificativa ma non esaustiva fili in tungsteno intrecciati in una miscela di resina di poliuretano e polvere di tungsteno). Tali descrizioni escludono dalla partecipazione aziende leader di mercato nella realizzazione di questa tipologia di microcateteri apprezzati a livello mondiale.



RISPOSTA 23):

Si confermano i requisiti di idoneità del lotto e si ribadisce l'applicazione dell'art. 68 "Specifiche tecniche" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Lotto 39 – sub a) Guide angiografiche in acciaio teflonate standard fino a 180±10 cm sub b) Guide angiografiche in acciaio teflonate standard fino a 280±30 cm

DOMANDA 24):

E possibile rispondere al lotto solo per il 39a o solo per il 39b?

L'aggiudicazione avverrà a lotto intero oppure potranno anche essere aggiudicati separatamente?

RISPOSTA 24):

L'aggiudicazione avverrà a lotto intero. Non è possibile rispondere al lotto solo per il 39a o solo per il 39b.

QUESITO N.25

Lotto 40 - Guide angiografiche in acciaio teflonate ad alto supporto differenti tipi (Amplatz, Lunderderquist, Meier, extra-stiff, super-stiff, ecc)

DOMANDA 25):

Con la presente siamo a chiedere se la base d'asta del lotto 40, "Guide angiografiche in acciaio teflonate ad alto supporto differenti tipi (Amplatz, Lunderderquist, Meier, extra-stiff, super-stiff ecc)", notevolmente inferiore rispetto ai prezzi medi di mercato, è frutto di un errore o codesta stazione appaltante conferma la stessa.

RISPOSTA 25):

Si modifica il Capitolato. Il tipo amplatz non è più richiesto perché aggiudicato in altra procedura di gara.

QUESITO N.26

Lotto 43 - Guide coronariche a elevata scorrevolezza con strato polimerico e coating idrofilico a punta morbida

DOMANDA 26a):

La descrizione del lotto prevede "La punta deve essere morbida (durezza non superiore a 1.1 g)". Anche in questo caso a nostro avviso la caratteristica richiesta è eccessivamente limitativa alla partecipazione al lotto di molte ditte presenti sul mercato, pertanto Vi chiediamo di aumentare tale valore in modo d'aprire la possibilità di partecipazione a tutti i competiros.

RISPOSTA 26a):



La morbidezza della punta è una caratteristica essenziale poiché è la maggior determinante della atraumaticità del filo guida. Pertanto, la commissione non ritiene di modificare questa caratteristica richiesta in questo lotto. Peraltro, analoghi fili guida polimerici con punta più rigida possono essere opportunamente offerti nel lotto 44. Tuttavia, per favorire l'offerta in questo lotto di un maggior numero di dispositivi alternativi, la commissione ritiene di riformulare le caratteristiche essenziali in modo meno vincolante:

"Guide coronariche di diametro 0,014" per tutta la lunghezza, disponibili almeno nella lunghezza 185±10 cm e 300±15 cm con anima interna (core) in acciao inox o nitinol con struttura core-to-tip o shaping ribbon, e spirale metallica distale. E' richiesta una copertura con uno strato polimerico (definito plastic o polymer sleeve) a sua volta trattato con coating idrofilico che renda la guida estremamente scivolosa. Per garantire una idonea scorrevolezza, questa copertura con strato polimerico deve estendersi come minimo dalla parte prossimale della spirale metallica fino a 5 cm circa dalla punta."

DOMANDA 26b):

La descrizione del lotto prevede:

"....con anima interna (core) in acciaio inox con struttura core-to-tip e spirale metallica distale. Almeno la spirale metallica deve essere ricoperta fino alla punta da uno strato polimerico..." Al fine di evitare una possibile distorsione della par condicio del soggetti che partecipano ad una pubblica gara, Vi chiediamo gentiimente di riformulare la descrizione del lotto includendo materiali diversi, tipologie diverse di punta ed almeno la spirale metallica deve essere ricoperta fino alla punta o a circa 5 cm dalla punta da uno strato polimerico

RISPOSTA 26b): Vedi risposta 26a.	

	QUESITO N.27

DOMANDA 27):

Lotto n.46"Guide per occlusioni coronariche croniche non rastremate con punta intermedia e rigida"

La descrizione del lotto prevede "Guide coronariche di diametro 0,014" per tutta la lunghezza o comunque con punta non più sottile di 0,012".

Si prega di chiarire se nella gamma di guide che eventualmente verranno offerte potranno essere presentante anche guide con punta più sottile di 0,012" e se queste verranno prese in considerazione per la valutazione tecnica

RISPOSTA 27):

La commissione ritiene di non accettare in questo lotto guide con punta più sottile di 0,012".

QUESITO N.28



Lotti:

- 48 Guide coronariche a punta rigida e rastremata tipo Conquest Pro / Conquest Pro 12/ Conquest Pro 8-20 o equivalente
- 49 Guide per occlusioni coronariche complete croniche con punta a doppia spirale tipo Gaia First / Gaia Second / Gaia Third o equivalente
- 51 Guide per esternalizzazione tipo RG3 o equivalente

DOMANDA 28):

Il prezzo base d'asta per i lotti n. 48 - 49 - 51 risulta inferiore ai prezzi medi di mercato per questa tipologia di dispositivi. Si chiede di modificare la base d'asta per un'offerta qualitativa più ampia. RISPOSTA 28):

Si accoglie per il lotto 49. Il prezzo base d'asta per i lotti 48 e 51 risultano in linea con i prezzi medi di mercato.

QUESITO N.29

Lotto 52 - Guide per la misurazione della pressione intracoronarica e della Fractional Flow Reserve (FFR)

DOMANDA 29):

Il prodotto che possiamo offrire per la misurazione dell'indice di flusso coronarico "Fractional Flow Reserve" (FFR) non è un filo guida ma un Microcatetere a fibra ottica di ultima generazione, compatibile con filo guida standard da 0.014". Vorremmo sapere se è possibile presentare offerta.

RISPOSTA 29):

La commissione ritiene di mantenere la richiesta di un filo guida 0,014" e non di un microcatere.

QUESITO N.30

Lotto 62 – Sistema per emostasi rapida femorale mediante sutura per accessi femorali maggiori di 8 French DOMANDA 30):

In particolare relativamente al Lotto 62 ed alla base d'asta definita, chiediamo la possibilità di rivedere la suddetta base d'asta.

A quanto ci risulta infatti, il lotto 62 richiede un sistema di emostasi utilizzabile su grossi accessi vascolari che ha pertanto caratteristiche tecniche e di performance differenti dal sistema di emostasi richiesto nel lotto 61, utilizzabile su piccoli accessi vascolari.

Sulla base di queste evidenze Vi chiederemmo la possibilità di rialzare la base d'asta ad un valore congruo per la tecnologia richiesta

RISPOSTA 30):

Si accoglie.



Lotto 69 - Protesi per occlusione percutanea del dotto arterioso di Botallo, grosse collaterali aortopolmonari o fistole (pediatrico)

DOMANDA 31a):

Nel lotto 69 sono richieste diverse tipologie di prodotto, con differenti destinazioni d'uso (dispositivi per occlusione del dotto arterioso di Botallo, grosse collaterali aortopolmonari o fistole). È possibile rispondere con un'unica tipologia di prodotto?

RISPOSTA 31a):

Si modifica il capitolato tecnico, dividendo il lotto a seconda delle dimensioni nei seguenti: lotto 69 (grosse), 76 (medie) e 77 (piccole), con conseguente modifica delle basi d'asta.

DOMANDA 31b):

<u>VS/LOTTO N. 69:</u> Protesi per occlusione percutanea del dotto arterioso di Botallo, grosse collaterali aortopolmonari o fistole (pediatrico)

In riferimento al lotto N. 69 la quotazione da Voi riportata nel modulo ALLEGATO 1 (fabbisogni e prezzi base d'asta) ci sembra non congruo con i prezzi medi di mercato per questo tipo di prodotti che si aggirano normalmente intorno agli € 800,00.= chiediamo pertanto che il prezzo venga riparametrato ai valori di mercato.

RISPOSTA 31b):

Vedi risposta 31a.

DOMANDA 31c):

Il base d'asta non risulta congruo con i prezzi di mercato.

RISPOSTA 31c):

Vedi risposta 31a.

Lotto 70 - Protesi e dispositivi per l'embolizzazione di collaterali sistemico-polmonari e fistole di medio-piccole dimensioni (pediatrico)

DOMANDA 32):

In riferimento al Lotto N. 70 la quotazione da Voi riportata nel modulo ALLEGATO 1 (fabbisogni e prezzi base d'asta) ci sembra non congruo con i prezzi medi di mercato per questo tipo di prodotti che si aggirano normalmente intorno agli € 800,00.= chiediamo che il prezzo venga riparametrato ai valori di mercato.

RISPOSTA 32):

Si conferma la base d'asta.

IL DIRIGENTE RUP Dott. Luigi Moreno Costa