AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO www.acquistiliguria.it

Dirigente responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa, tel. 010 548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Isabella Levreri, tel. 010 548 8549
e-mail: isabella.levreri@regione.liguria.it

PROT N.9085, data: 28/06/2017

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di contenitori secondari e terziari per il trasporto di materiale biologico e relativo sistema gestionale per le aziende sanitarie della regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori 1 + 1 anni) – CIG Lotto unico 70813166D2. Numero gara 6745418.
Risposte ai quesiti n. 25, 30, 35 rimasti in sospeso.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base dell'istruttoria compiuta da parte del RUP e dalla Commissione Tecnica, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 25

DOMANDA
Art. 9 del Capitolato tecnico "Fabbisogno": La distinzione per le n.9 installazioni di sistemi sw è in contraddizione con la richiesta "Web"BAsed" che prevede l'installazione in un unico punto, visto che tale sw deve poter essere fruito da tutti i punti di ingresso/uscita delle diverse Aziende.
Si chiedono chiarimenti sul numero di installazioni di sistemi sw.

RISPOSTA
La distinzione non è in contraddizione poiché possono essere proposte soluzioni applicative che, pur essendo web based, prevedono una installazione server per ogni azienda. Se invece l'offerente intende proporre una soluzione con servizi software in cloud

-come previsto dal CT - l'installazione per le 9 strutture non risulta più necessaria, fatte salve le garanzie dei livelli di servizio necessari alla continuità operativa.

QUESITO N. 30

DOMANDA

Art.6 del Capitolato tecnico, sempre con riguardo alla codifica, si chiede di confermare che la tracciabilità dei singoli campioni sia richiesta solo se i campioni stessi siano dotati di identificativo BarCode.

RISPOSTA

I campioni trasportati saranno tracciabili ove presente un codice univoco aziendale così come descritto nell'art. 6. Si prevede che le Aziende dotino i campioni di opportuna etichetta per l'identificazione univoca, riportante un barcode mono o bidimensionale. Il sistema software non dovrebbe escludere la possibilità di acquisire una eventuale codifica numerica digitata a mano dall'operatore ove il barcode risulti, ad esempio, illeggibile.
Il fornitore può proporre anche soluzioni in grado di leggere codici RFId presenti sui campioni o su sacche/emoderivati ove le aziende prevedano l'uso di tale tecnologia.

QUESITO N. 35

DOMANDA

Si chiede di specificare in modo dettagliato le caratteristiche che differenziano la piastra refrigerante dallo stabilizzatore di temperatura

RISPOSTA

Lo stabilizzatore di temperatura è una piastra di condizionamento (non solo di refrigerazione) che rilascia la temperatura per la quale è stata progettata in maniera costante e duratura. Utilizzato all'interno dei contenitori terziari deve garantire come minimo la conservazione della T° programmata entro i range previsti per 6 ore.

Il DIRIGENTE RUP
Dr. Riccardo Zanella