

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa, tel. 010 548 8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Isabella Levreri, tel. 010 548 8549

e-mail: isabella.levreri@regione.liguria.it

Prot. n. 17238 del 20/11/2017

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), lotti n. 18, n. gara 6882686

Si trasmettono le risultanze al 16/11/2017 della verifica effettuata da parte della Commissione Tecnica in merito alle osservazioni formulate dalle ditte interessate nell'ambito dell'indizione per la gara in oggetto: Biosigma Italia srl, Astraformed srl, Greiner Bio One Italia srl, Bio-Optica.



QUESITO N. 61

Voci 1.1, 1.2 e 1.3 : le anse sono richieste in confezione singola o multipla (eventuali pezzi per confezione)? Sono ritenute idonee anse in polipropilene?

RISPOSTA N. 61

Confezioni multiple.

Si accettano anse in polipropilene (vedi Q18)

QUESITO N. 62

Voci 1.4 : sono richieste in confezione singola o multipla (eventuali pezzi per confezione)

RISPOSTA N. 62

Si veda risposta al Q61

QUESITO N. 63

voce 1.5 - 1.6 - 1.7 - 1.8 - 1.9: è ritenuta idonea l'area di scrittura satinata al posto dell'etichetta?

RISPOSTA N. 63


Si accoglie.

QUESITO N. 64

LOTTO 1 - voce 1.20: le provette senza tappo in commercio sono un prodotto non sterile, è possibile che il prodotto richiesto sia non sterile?

RISPOSTA N. 64

Si veda risposta a Q14



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 65

voce 1.25: essendo una provetta centrifugabile confermate che il materiale richiesto è il polistirene e non il polipropilene più resistente alla centrifugazione? Il prodotto richiesto ha il tappo vincolato al corpo della provetta come nelle micro-provette tipo eppendorf?

RISPOSTA N. 65

Il prodotto viene richiesto in polistirolo e il tappo non è vincolato al corpo della provetta.

QUESITO N. 66

voce 1.28: sono richieste provette in confezione singola o confezione multipla?

RISPOSTA N. 66

Confezione multipla

QUESITO N. 67

voce 1.29: volume della vaschetta?

RISPOSTA N. 67

Si richiede un volume di 50 ml

QUESITO N. 68

voce 2.1: l'asta del tampone deve essere in plastica o metallo?

RISPOSTA N. 68

In plastica

QUESITO N. 69

voce 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.6: è ritenuta idonea l'area di scrittura satinata al posto dell'etichetta?

RISPOSTA N. 69

Si accoglie

QUESITO N. 70

voce 3.5: considerando che la maggior parte dei contenitori urine 24h in commercio sono in polietilene e senza etichetta, è ritenuto idoneo un prodotto con queste caratteristiche?

RISPOSTA N. 70

Si accoglie

QUESITO N. 71

voce 3.21: la provetta richiesta ha le dimensioni di una classica provetta Sorwall che di norma non è graduata, chiediamo conferma che sia necessaria la graduazione e se è ritenuta idonea in alternativa una provetta 12x75 mm/ 5ml non graduata

RISPOSTA N. 71

Si veda risposta a Q50

QUESITO N. 72

voce 3.29: è ritenuta idonea una provetta 12x75 mm/3,5 ml non graduata?

RISPOSTA N. 72

Si veda risposta a Q50



QUESITO N. 73

voci 7.2 – 7.3 – 7.4 – 7.5 : i prodotti richiesti sono indicati per batteriologia e quindi non richiedono di essere non citotossici, DNAsi/RNAsi/DNA/Pyrogen free e trattati per colture cellulari in adesione, dal momento che il loro utilizzo non prevede la crescita delle cellule sulla superficie della piastra ma su idoneo terreno di coltura depositato all'interno della piastra petri. Si chiede pertanto di confermare che l'unica certificazione richiesta per questi prodotti è quella relativa alla sterilità. Inoltre, è possibile per queste voci offrire piastre sterilizzate a raggi Beta? La sterilizzazione a raggi beta è conforme alla normativa vigente per i dispositivi medici diagnostici in vitro (Dir.98/79/CE s.m.i.; EN 556-1 ; EN ISO 11135), consentendo un livello di sterilizzazione SAL 10⁻⁶ .

RISPOSTA N. 73

Non si accoglie, restano i requisiti minimi richiesti.

QUESITO N. 74

voce 7.4: accettate una piastra diametro 90 mm?

RISPOSTA N. 74

Non si accoglie

QUESITO N. 75

voce 9.4: che tipo di bordo deve avere questa piastra ?

RISPOSTA N. 75

Si abroga il prodotto, e si rimanda all'offerta economica per il ricalcolo della base d'asta.

QUESITO N. 76

voce 10.7: il volume indicato di 1.2 ml è considerato il volume massimo o il volume di lavoro? E' ritenuto idoneo un criotubo con l'ultima tacca della graduazione a 1 ml?

RISPOSTA N. 76

È considerato il Volume di lavoro. Si accolgono offerte tecniche ex art 68 del Dlgs. N. 50/2016 e smi accompagnate da motivata relazione. Sarà cura della CG valutare l'equivalenza proposta.

QUESITO N. 77

voce 10.11: il fondo del criotubo deve essere con base d'appoggio o rotondo?

RISPOSTA N. 77

Con base di appoggio.

QUESITO N. 78

Voce 10.12: è ritenuto idoneo un microtubo resistente fino a temperature di -80°C o è richiesta una vial per criogenia idonea per lo stoccaggio alle temperature dei vapori di azoto?

RISPOSTA N. 78


Si accoglie.

QUESITO N. 79

voce 10.14 e 10.15: è richiesto un tappo a vite con filettatura interna o esterna? Cosa intendete per "ghiera"?

RISPOSTA N. 79

Si elimina la dicitura "con ghiera" ai punti 10.13, 10.14, 10.15.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 80

E' obbligatorio nell'offerta rispettare le singole basi d'asta unitarie o è sufficiente che il totale del lotto non superi la base d'asta complessiva?

RISPOSTA N. 80

Si deve rispettare la base d'asta del prezzo del prodotto unitario. Di conseguenza quella del totale del lotto.

QUESITO N. 81

Campionatura: art. 4 del Capitolato Tecnico in questo articolo non viene menzionato il lotto 18 – pungitubo. Preghiamo specificare se la campionatura è richiesta ed in tal caso la quantità necessaria (il confezionamento è singolo).

RISPOSTA N. 81

La campionatura del prodotto non è richiesta.

QUESITO N. 82

Si chiede di produrre la procura del firmatario della documentazione di gara sotto forma di dich. sostitutiva ai sensi dell'art.19-47 del DPR 445/2000.

RISPOSTA N. 82

Si conferma il Disciplinare i gara. Si accoglie.

QUESITO N. 83

In riferimento a quanto scritto all'art. 4 del documento capitolato tecnico: "per i prodotti ai punti da 12.11 a 12.19 l'imballaggio essere alle stesse condizioni di vendita [...] confezioni da max. 50 vetrini [...]"; si chiede di potere considerare altresì idonei dei confezionamenti lievemente superiori ai 50 vetrini, ad esempio n.72 vetrini a confezione, affinché si possa ottemperare alla ragionevole richiesta di fornire campionature con imballaggio identico alla confezione di vendita.

RISPOSTA N. 83

Si veda risposta a Q10

QUESITO N. 84

In riferimento a quanto scritto nella determinazione n. 392 del 7/11/2017 in merito alla rettifica del capitolato, relativamente al lotto 12 è richiesto "che il contenuto di ossido di ferro sia <0.03%" (N.d.R. inferiore a 0.03%). La scrivente chiede che il valore ammesso sia rettificato a ≤0.03% ovvero inferiore o uguale, comprendendo di fatto anche il valore 0.03%.


RISPOSTA N. 84

Si accoglie

QUESITO N. 85

Si chiede di esplicitare con maggiore dettaglio la prova tecnico-pratica relativa ai prodotti richiesti alle Posizioni N. 14.24 - 14.25 - 14.26 - 14.27. Le ragioni di tale richiesta sono le seguenti:

a. Una delle principali variabili sulla qualità della lama per microtomo è la durata. Di fatto una lama in grado di ottenere un numero limitato di sezioni di buona qualità potrebbe avere allo stesso tempo una durata limitata e rappresentare un consumo maggiore di quello previsto. Si pone l'attenzione sul **peso economico** che tale variabile potrebbe rappresentare in termini di spesa complessiva, da questa deriva una necessità di prendere in considerazione tale aspetto in fase di prova pratica.



b. Si chiede di prendere in considerazione ai fini di una corretta esecuzione della verifica pratica le variabili "angolo di taglio impostato sul microtomo" e "sgrossatura del blocchetto". La scrivente ritiene che questi due aspetti siano fondamentali per l'esecuzione corretta della prova. Nello specifico la scelta dell'ideale angolo di taglio per garantire una piena efficacia della lama specialmente in considerazione alla sua durata complessiva; l'esecuzione della sgrossatura antecedente alle sezioni di prova per garantire che possano essere idonee anche dopo tale fase, simulando quanto si verifica nell'operazione di routine.

RISPOSTA N. 85

- a. Si conferma che nella fase di valutazione dei requisiti tecnici, operata dalla Commissione tecnica/giudicatrice, viene preso in considerazione solo l'aspetto tecnico del prodotto offerto in relazione ai requisiti minimi posti nella documentazione di gara. Nessun elemento economico, in questa fase, può essere preso in considerazione.
- b. La descrizione dell'esecuzione della prova è esauriente e verrà effettuata da una Commissione di professionisti esperti nel settore. Le 10 sezioni vengono fatte e raccolte dopo la sgrossatura. Non è possibile imporre l'angolo di taglio agli esperti che effettueranno le prove.

QUESITO N. 86

Si chiede conferma che alla posizione N. 14.28 siano richieste specificatamente lame monouso in lega acciaio carbonio dedicate al taglio al criostato.

RISPOSTA N. 86

Si conferma il capitolato. Si accolgono offerte tecniche ex art 68 del Dlgs. N. 50/2016 e smi accompagnate da motivata relazione. Sarà cura della CG valutare l'equivalenza proposta.

QUESITO N. 87

Si chiede se i costi relativi alla sicurezza e i costi relativi alla monodopera devono essere indicati nel modello F2 Offerta Economica o se si deve fare una dichiarazione separata e inserita nella busta Offerta Economica

RISPOSTA N. 87

I costi relativi alla sicurezza e i costi relativi alla monodopera sono richiesti solo per il lotto 16 ed il lotto 17, nei quali si prevede il servizio di assistenza tecnica. Per il resto dei lotti vale l'art 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e smi.

QUESITO N. 88

Si chiede conferma che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso sull'importo della base d'asta totale del singolo lotto composto dalle singole voci

RISPOSTA N. 88

Si conferma che l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso.
Si veda risposta a Q80.

QUESITO N. 89

Voce 7.10 - "Pipetta Sierologica in polistirolo trasparente, confezione singola, 25ml graduata" - si chiede di verificare la base d'asta poichè a nostro avviso è presente un decimale in più. Si ritiene infatti, che il prezzo corretto sia € 0,230 e non 0,02300

RISPOSTA N. 89

Si accoglie. Verrà rettificato il prezzo a base d'asta del lotto 7



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO N. 90

Voci 7.11 e 7.13 e voci 7.12 e 7.14: si ritiene che i singoli prezzi siano stati invertiti. Riteniamo infatti sia impossibile che le fiasche con filtro costino meno di quelle senza filtro.

RISPOSTA N. 90

Si accoglie. Verrà rettificato il prezzo a base d'asta del lotto 7

QUESITO N. 91

Voci 8.1 e 8.3: è possibile in queste due voci offrire due codici distinti? Sono richieste microprovette e relativi tappi, pertanto è possibile offrire due codici (uno per le micro e uno per i tappi) per ogni voce?

RISPOSTA N. 91

Si accoglie. Si modifica il prezzo a base d'asta dei prodotti 8.1 e 8.2.



Il RUP
Dott. Luigi Moreno Costa