

Dirigente responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa, tel. 010 548 8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Isabella Levrieri, tel. 010 548 8549

e-mail: isabella.levrieri@regione.liguria.it

Prot. n. 17396 del 21/11/2017

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), lotti n. 18, n. gara 6882686

Si trasmettono le risultanze al 20/11/2017 della verifica effettuata da parte della Commissione Tecnica in merito alle osservazioni formulate dalle ditte interessate nell'ambito dell'indizione per la gara in oggetto: Euroclone spa, Astraformed srl, Bio-optica, VWR, Eppendorf, Greiner Bio One Italia, Clinilab.



QUESITO n. 92

Lotto 18: Allegato F4 – scheda informativa Rif. d) confezionamento primario: facciamo presente che il prodotto richiesto, essendo in plastica, non prevede le informazioni relative a: data scadenza, data produzione, tale richiesta è quindi da ritenersi non applicabile

RISPOSTA N. 92

Si accoglie

QUESITO n. 93

Lotto 18: Allegato F4. Rif. g) requisiti di sterilità: trattandosi di prodotto in plastica non ha scadenza, tale richiesta è quindi da ritenersi non applicabile

RISPOSTA N. 93

Si accoglie

QUESITO n. 94

Rif. 9.4 vi chiediamo maggiori dettagli tecnici relativamente al lotto richiesto

RISPOSTA N. 94


Si veda risposta a Q75

QUESITO n. 95

Rif 13.5 e 13.6. è possibile offrire filtri per siringa in PES anziché in acetato di cellulosa?

RISPOSTA N. 95

Non si accoglie.

**QUESITO n. 96**

Lotto 12 e 14. Si chiede di confermare che la campionatura obbligatoria, è estesa esclusivamente all'elenco dei prodotti (ed esclusivamente delle posizioni espressamente scritte) inseriti nelle tabelle di cui all'art. 4 del capitolato tecnico "Campionatura".

RISPOSTA N. 96

Si conferma

QUESITO n. 97

Si chiede di confermare che relativamente ai prodotti alle posizioni 14.29 e 14.21 indicati nella tabella di cui all'art. 4 "Campionatura" del capitolato tecnico, si debbano fornire anche i relativi porta-lama oltre alle lame stesse.

RISPOSTA N. 97

Si conferma

QUESITO n. 98

E' necessario rispettare le basi d'asta per ogni singola riga, oppure è sufficiente stare sotto la base d'asta dell'intero lotto.

RISPOSTA N. 98

Si veda risposta a Q80

QUESITO n. 99

Considerata la complessità della procedura di gara, la propedeuticità delle campionature ai fini della partecipazione alla stessa, che dipendono nella loro composizione dalle risposte alle richieste di chiarimenti effettuate, si chiede che la data di scadenza della procedura sia posticipata di almeno 15 giorni o un tempo da Voi ritenuto congruo.

RISPOSTA N. 99

Si accoglie, termine per la presentazione delle offerte: 11/12/2017, verifica della documentazione amministrativa: 13/11/2017.

QUESITO n. 100

Si chiede se la documentazione amministrativa da riportare su CD-ROM modelli F1 e F3 devono essere in formato Word o PDF e la documentazione relativa all'offerta economica da salvare su CD-ROM ALLEGATO F2 OFFERTA ECONOMICA deve essere in formato excel o formato PDF.

RISPOSTA N. 100

La documentazione deve essere salvata in formato editabile.

QUESITO n. 101

Nel capitolato tecnico è richiesto che tutti i documenti presentati come documentazione tecnica, siano redatti a sensi del DPR 445/2000 e corredati da carta di identità, si intende: solo le dichiarazioni devono essere rese in questo modo o anche tutta la documentazione tecnica (schede tecniche, dichiarazioni di conformità, ISO, etc).


RISPOSTA N. 101

Le dichiarazioni richieste nel capitolato tecnico e riportate nell'elenco della documentazione tecnica da presentare (busta n. 3) e tutta la documentazione tecnica (Busta n. 3 – DOCUMENTAZIONE TECNICA schede tecniche, dichiarazioni di conformità, ISO, etc) dovranno essere sottoscritte dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del dichiarante.

QUESITO n. 102

Lotto 16. Si chiede di specificare esattamente quali voci sono da campionare

RISPOSTA N. 102



Non è richiesta campionatura per il lotto 16

QUESITO n. 103

Si chiede a questo punto di posticipare la procedura di almeno una settimana per dare alla scivente ed agli altri OE il tempo di preparare la documentazione e di formulare al meglio la propria migliore offerta.

RISPOSTA N. 103

Si veda risposta a Q99.

QUESITO n. 104

In riferimento alla Risposta al quesito n.7 – conferma dei prezzi a base d'asta - ci permettiamo di sottolineare quanto segue:

- a) Rif.12.8 (24x40) € 0,03375, Rif.12.9 (24x50) € 0,0351, Rif.12.10 (24x60) € 0,0282 – all'aumentare della misura del vetrino dovrebbe aumentare anche il prezzo di riferimento.
- b) Rif.12.11 e 12.12 sono stati abbinati prezzi massimi non attribuibili a vetrini di alta qualità come richiesto dal capitolato tecnico. Aggiudicazioni recenti (ad esempio l'Istituto Tumori di Milano o l'A.O. Valtellina) lo hanno confermato a € 0,049.
- c) Rif.12.17 e 12.18 come il punto precedente. In base alle stesse aggiudicazioni viene acquistato ad € 0,18, lo scostamento è di oltre il 25%.
- d) Rif.12.15 e 12.16 prevedono un prezzo a base di gara adeguato per le caratteristiche richieste e risulta più alto di quello attribuito per i su citati Rif.12.11 e 12.12 che pur richiedono in più la banda smerigliata: Vetrino molato € 0,041, vetrino molato con banda smerigliata € 0,040.
- e) In riferimento alla Risposta al quesito n.10, segnaliamo che per quanto riguarda il vetrino Super Frost Plus Menzel con carica elettrostatica, da Voi citato ai punti 12.17 e 12.18, è prodotto in confezioni incellophanate da 72 pezzi, non è possibile pertanto campionare una confezione originale di massimo 50 pezzi. Vi chiediamo di riconsiderare la risposta al quesito.

RISPOSTA N. 104

- a) Si accoglie. Il prezzo a base d'asta di Rif.12.10 (24x60) sarà € 0,039. Si rimanda all'offerta economica F2.
- b) Non si accoglie.
- c) Si accoglie. Il prezzo a base d'asta di Rif.12.17 e di Rif. 12.18 sarà € 0.19, ognuno. Si rimanda all'offerta economica F2.
- d) Si accoglie. Il prezzo a base d'asta di Rif.12.15 sarà € 0.040 di Rif. 12.16 sarà € 0.041. Si rimanda all'offerta economica F2.
- e) Si accoglie. Soltanto per i vetrini punti 12.17 e 12.18 - Superfrost Plus Menzel si accetta il confezionamento di 72 pezzi.

QUESITO n. 105

In riferimento alla risposta a Q11, non risulta chiaro se si debba presentare la campionatura per tutte le posizioni del lotto 12, dalla 12.1 alla 12.19 oppure come citato all'art. 4 del capitolato, le posizioni 12.11, 12.13, 12.15, 12.17.

RISPOSTA N. 105

La campionatura richiesta per il lotto 12 sono i prodotti nelle posizioni: 12.11, 12.13, 12.15, 12.17.

Il RUP
Dott. Luigi Moreno Costa

