

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

www.acquistiliguria.it

Dirigente responsabile: Dottor Luigi Moreno Costa, tel. 010 548 8561

e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Referente: Dott.ssa Isabella Levrieri, tel. 010 548 8549

e-mail: isabella.levrieri@regione.liguria.it

Prot. n. 17705 del 24/11/2017

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di vetreria e materiale per laboratorio occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria per un periodo di mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi), lotti n. 18, n. gara 6882686

Si trasmettono le risultanze al 24/11/2017 della verifica effettuata da parte della Commissione Tecnica in merito alle osservazioni formulate dalle ditte interessate nell'ambito dell'indizione per la gara in oggetto: Gilson, Greiner Bio One Italia, Diapath



QUESITO n. 106

Si chiede di specificare se all'interno del medesimo lotto, i singoli importi a base d'asta di ciascun rigo possono essere superati, purché il totale si mantenga al di sotto della base d'asta annuale e biennale.

RISPOSTA N. 106

Si vedano le risposte ai quesiti n. 15, 80, 98.

QUESITO n. 107

Rif. Vs. risposta 47 sull'Istituto dell'Avvalimento: Ci riferiamo alla vostra cortese risposta di rifarci a quanto indicato all'art. 4 Parte IV-A: idoneità del D.G., presentando n. 2 referenze bancarie che attestino la solidità economica e finanziaria della scrivente, senza che la stessa si avvalga dell'Istituto dell'Avvalimento. Chiediamo però conferma che la presentazione delle referenze bancarie, oltre a soddisfare il criterio economico-finanziario del fatturato globale e specifico potrà soddisfare anche la capacità tecnico professionale richiesta nel documento DGUE alla parte IV lett. C - 1b.

RISPOSTA N. 107


Non avendo richieste specifiche relativamente ai requisiti tecnico-professionali per la gara in oggetto, ci si deve attenere a ciò che è scritto in merito nel Disciplinare di gara e nel DGUE.

QUESITO n. 108

Rif. Vs. risposte n. 11 e 81. Campionatura: non ci sono chiare le risposte ai chiarimenti succitati. Da quanto indicato all'art. 4 del Capitolato Tecnico, bisognerebbe presentare campionatura per ogni prodotto offerto. Da quanto si evince dalle risposte ai vostri chiarimenti, non sarebbe così, ma gli unici lotti soggetti a campionatura sono i seguenti: 8, 10, 12, 14, 17 nelle voci indicate nello specchietto sempre all'art. 4 del C.T. Si chiede conferma.

RISPOSTA N. 108

Si conferma che gli unici lotti soggetti a campionatura sono i seguenti: 8, 10, 12, 14, 17 nelle voci indicate nello specchietto sempre all'art. 4 del C.T.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

QUESITO n. 109

Lotto 17:

- 1) Nello schema d'offerta excel da compilare per la parte economica il fabbisogno di pipette indicato è riferito ai 4 anni di gara, mentre nella colonna "prezzo totale quadriennale" chiedete nuovamente di moltiplicare per 4. Si tratta di un errore? Possiamo indicare il prezzo totale riferito ai 4 anni derivante quindi solo dalla moltiplicazione del prezzo unitario per il numero di pipette richieste?
- 2) Le quantità di pipette nuove e già in uso presso i Vs. laboratori sulle quali viene richiesto il servizio di assistenza, sono da considerarsi riferite a singolo anno o ai 4 anni?

RISPOSTA N. 109

- 1) Trattasi di refuso. La ditta deve indicare il prezzo totale derivante quindi solo dalla moltiplicazione del prezzo unitario per il numero di pipette richieste (A*B).
- 2) Il calcolo dell'assistenza tecnica è riferito ai 4 anni. Nella NOTA 3 si toglie "annuale".

Il RUP
Dott. Luigi Moreno Costa

