



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Genova,
Prot. n.

06/12/2017
18622

**Oggetto: Fornitura di dispositivi medici per Endoscopia Digestiva e ERCP
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria.
Risposte ai quesiti pervenuti fino al 06/12/2017 di natura
amministrativa.**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

Quesito n. 1

In relazione alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti :

- 1) Si segnala che, a nostro avviso, le rettifiche pubblicate in merito al capitolato tecnico necessitano di opportune conseguenti modifiche ai modelli F4 e F4bis, anche in considerazione del fatto che la mancata soddisfazione dei requisiti richiesti nei modelli F4 ed F4bis risultano essere pena esclusione.
- 2) in relazione al lotto nr.16 , e anche a seguito del Vs. chiarimento al quesito Nr. 11, siamo a segnalare che, per quanto a nostra conoscenza, vi è una sola ditta che possa offrire il set richiesto e peraltro solo nella conformazione 10Fr. Al fine di consentire la massima partecipazione al lotto in oggetto con conseguente garanzia della concorrenzialità, siamo a richiedere di poter offrire anche i componenti separati.

Risposta:

- 1) Si procede a rettificare in conformità i modelli F4 e F4 bis.
- 2) Fermo restando che sarà ammissibile esclusivamente un'offerta relativa al set completo, nulla osta a che possano essere prezzati singolarmente i componenti del set.

Quesito n. 2

LOTTO N. 97

Il prezzo posto a base d'asta per il summenzionato Lotto non risulta remunerativo in funzione degli attuali prezzi ricorrenti nel mercato. Ciò riduce la partecipazione, e la qualità delle offerte, e considerato che è interesse della Stazione Appaltante garantire la più ampia partecipazione nella procedura di gara e, così, la più ampia concorrenza, nonché l'opportunità di ricevere le migliori offerte, Vi chiediamo di riformulare al rialzo la suddetta base d'asta.

MP



Risposta:

La base d'asta viene rettificata in € 275,00 al pezzo. Totale lotto annuale € 10.725,00.

Quesito n. 3

Potreste chiarire cosa si intende a pag.21, busta 3, in merito alla firma della documentazione tecnica?

"Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare..."

Vista la mole di documenti si potrebbe limitare la firma alle mere dichiarazioni 445/2000 e ai moduli F4/F4bis?

Risposta:


Per ogni documento richiesto è sufficiente una firma in calce purché gli atti presentati siano rilegati a libro. Trattasi in totale per la busta tecnica di max 10 firme.

Quesito n. 4

- All'interno della scheda di offerta ("Allegato F2- Offerta economica DEFINITIVO") viene chiesto di indicare i dati del Produttore. Siamo quindi a chiederVi, visto che i dati del Produttore sono già riportati in scheda tecnica e nella Certificazione CE se bisogna comunque inserirli nell'allegato excel "Allegato F2- Offerta economica DEFINITIVO"? Se sì, si chiede di specificare il campo in cui questi dati devono essere inseriti.
- Vi informiamo che la % inerente il deposito cauzionale del Lotto 9 è errata;
- Avendo già prodotto gran parte della documentazione economica Vi chiediamo se possibile allegare all' "Allegato F2- Offerta economica " una dichiarazione riportante la correzione della validità dell'offerta, inizialmente 270 gg dal 07/12/17, a partire dal 22/12/2017;
- Vi informiamo che nei lotti 8, 9 e 55 dell'" Allegato F2- Offerta economica DEFINITIVO" non sono presenti le basi d'asta.

Risposte:

- Nell'allegato excel F2 non sono chiesti i dati del produttore.
- I depositi cauzionali previsti per i lotti 8 e 9 vengono confermati. Il deposito cauzionale del lotto 9 pari all'1% è confermato in € 1.825,20. Parimenti confermato (ancorchè per refuso < 1%) è il deposito cauzionale previsto per il lotto 8.
- Per la validità dell'offerta viene stabilito, in rettifica, il minore periodo di 255 giorni.
- Per i lotti 8, 9 e 55 non è prevista una base d'asta unitaria ma una base d'asta complessiva per il lotto, fermo restando l'obbligo di prezzare i singoli componenti.



Quesito n. 5

Alla luce delle modifiche tecniche apportate al disciplinare ("Requisiti minimi richiesti" e elementi identificativi d.m.) si chiede se verranno pubblicati nuovi modelli F4 e F4 bis o se dobbiamo apportare le modifiche ai modelli inizialmente pubblicati.

chiediamo cortesemente se, relativamente alla Documentazione tecnica, verranno pubblicati gli allegati F4 e F4bis aggiornati sulla base delle modifiche apportate al Capitolato tecnico

Vedi risposta al quesito n. 1.

Quesito n. 6

- **LOTTO 78:** Sono state soppresse dal lotto le protesi biliari parzialmente coperte per le quali, però, non è stato fatto un nuovo lotto. Tale tipologia di protesi, dunque, risulta non più presente in gara.
- **LOTTO 80:** Protesi biliari, specificare, come negli altri lotti (78, 79 protesi biliari) diametro 8-10mm, lunghezza da 4 a 12cm dalla protesi

Risposte:

Lotto 78: Sì, non risulta più presente.

Lotto 80: Si conferma capitolato tecnico.

Quesito n. 7

- **LOTTO 84:** protesi esofagee TTS scoperte, il prezzo a base d'asta indicato non è congruo con il prodotto richiesto. Si chiede, pertanto, di rivedere la base d'asta del lotto 84 e di uniformarla a quella dei lotti 82 Esofagee TTS totalmente coperte e 83 Esofagee TTS Parzialmente coperte (euro 1300,00)
- Si chiede di inserire nei lotti esclusivi il seguente dispositivo:

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	BASE D'ASTA
Sistema di resezione endoscopica a tutto spessore (Overseco FTRD).	Sistema di resezione endoscopica a tutto spessore (Overseco FTRD). Sistema monouso per la resezione endoscopica a tutto spessore di lesioni nel colon, composto da: endoclip in titanio con denti appuntiti premontata su cappuccio applicatore, ansa monopolare integrata nella parte distale del cappuccio, manopola rotante per il rilascio, catetere retrattore filo ad uncino, guaina flessibile protettiva, catetere monopolare per la marcatura della lesione, pinza da presa per la retrazione del tessuto.	1900,00

Risposte:

Lotto 84: Si conferma capitolato tecnico.

Lotti esclusivo: non è possibile in questa fase prevedere ulteriori lotti.



Le correzioni sopra esposte saranno riportate sui documenti di gara rettificati nella giornata di domani 07/12/2017.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Luigi Moreno Costa)