



AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno Costa - tel. 010/548-8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Referente: Dott.ssa Antonella Gessaga - tel. 010/548-8542
e-mail: antonella.gessaga@regione.liguria.it

Genova, 07/12/2017

Prot. n. 18770

**Oggetto: Fornitura di dispositivi medici per Endoscopia Digestiva e ERCP
occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO e I.R.C.C.S della Regione Liguria.**

Risposte ai quesiti pervenuti fino al 06/12/2017.

(In questa sezione sono presenti i quesiti di natura tecnica mancanti nel file pubblicato il 06/12/17.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

Quesito n. 8

Lotto 12

Nel lotto in questione si richiede set con filo guida, attualmente sul mercato non vengono forniti set per drenaggio naso bilare con filo guida, in quanto quello contenuta nel set non verrebbe utilizzato. Il sondino naso bilare viene eventualmente montato alla fine di una procedura di ERCP, procedura che contempla già in partenza l'impiego di un filo guida utilizzabile durante tutta la procedura. Filo guida riconducibile ai lotti 57,58,59,60,61.

Si chiede pertanto di eliminare la richiesta "Kit composto da filo guida"

Lotto 69 - 70

la caratteristica "possibilità di taglio con parziale isolamento" riconduce ad una sola azienda OLYMPUS

Lotto 71 - 72 - 73 - 74 - 75

il punteggio legato alla possibilità di rotazione della punta è estremamente alto, 23 punti, e riconduce ad una sola azienda " BOSTON SCIENTIFIC"

Lotto 93

la descrizione attuale riconduce ad una sola azienda, "BOSTON SCIENTIFIC" che ha già la stessa tipologia di prodotto nei lotti esclusivi, vedasi lotto 98.


Risposta:

Lotto 12: si rettifica il Capitolato tecnico in "Kit composto da drenaggi e relativi raccordi".

Lotto 69-70: Si confermano i criteri di premialità e si modifica in riduzione il punteggio del lotto 70.

Lotti da 71 a 73: Si modificano punteggi riducendoli da 23 a 20. Si confermano i criteri di premialità.

Lotto 93: Si conferma Capitolato tecnico.



Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

Quesito n. 9

LOTTO N. 34: CESTELLO RECUPERO CORPI ESTRANEI (MONOUSO)

viene indicato apertura del dispositivo fino a 6 cm, intendete l'apertura o il diametro del loop? a cosa si riferisce 6 cm.

Risposta:

S'intende l'apertura.

Quesito n. 10

Salvo potreste chiarire, per il lotto 17, di quanti "accessori monouso per fissaggio del filo guida corto" avete bisogno? Ed indicarne la relativa base asta?

Risposta:

Gli accessori in questione devono essere in numero pari a quelli dei palloni e la quotazione degli stessi è da intendersi compresa in quella dei palloni.



Quesito n. 11

Buongiorno, con la present, siamo a comunicarVi che non è stata fornita alcuna risposta in merito all'estensione dei lotti FILI GUIDA in accordo quadro. Si ribadisce la necessità vieto che i lotti relativi ai papillotomi sono stati inseriti in accordo quadro

PER I LOTTI 1-2-34-5 la richiesta circa la maggior tolleranza o l'estensione al range era per misure inferiori ai 5 FR, quindi la risposta fornita non è coerente con la richiesta fatta che viene pertanto ripetuta.

Lotto 4 si chiede stessa tipologia filoguida 0.035 richiesta nei lotti 1 e 2

Lotti 41-67- 71-72-73-74-75 da varie ditte sono state richieste modifiche sia per la rotazione sia per il range di misura della punta : sostenendo che i lotti nella maniera in cui sono descritti rappresentano delle esclusive o limitano moltissimo la partecipazione. Non si comprende pertanto la motivazione di mantenere inalterato il capitolato. Si ripropone richiesta di modifica avendo in regione centri che utilizzano device con misure differenti non così assolute e il cui utilizzo non crea alcun problema. Si chiede pertanto di voler fornire spiegazioni in merito.

Lotto 79 : si chiede di considerare lotto differente con guida lunga e lotto con guida corta alla stessa stregua di come sono stati trattati gli altri device. Non si capisce perché in questo lotto non si dovrebbe tener conto della differenziazione che precluderebbe la partecipazione a diverse aziende

Risposta:

Per i fili guida si conferma capitolato.

Lotti 1-2-3-4-5: Si amplia il range dei diametri ammessi da 4 a 7 fr.

Lotto 4: Trattasi di refuso. Si rettifica il capitolato da 0.025" a 0.035".

Lotti da 71 a 73: Si modifica il capitolato (vedasi risposta al quesito n.8). Lotti da 74 a 75 si conferma capitolato. Non si comprende il quesito per la parte relativa agli altri lotti.

Lotto 79: Si conferma capitolato trattandosi di lotti in accordo quadro.

Quesito n. 12

- LOTTO 81: Protesi duodenali, il diametro da 10 a 12mm indicato nel capitolato non si riferisce certamente al corpo della protesi duodenale richiesta. Si chiede di rettificare indicando, come per gli altri lotti 86 e 89 in cui si richiedono protesi duodenali, con diametro da 18 a 22mm



Risposta:

Si rettifica il capitolato prevedendo <<diametro da 18 a 22 mm>>

Quesito n. 13

dal momento che dal lotto 78 è stata scorporata/eliminata la protesi biliare metallica parzialmente ricoperta, siamo a chiedere se sarà aggiunto un nuovo lotto per tale prodotto.

Risposta:

Vedi risposta quesito n. 6.

IL DIRIGENTE RUP
(Dott. Luigi Moreno Costa)

