Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo Zanella tel. 010/548 8536 e-mail: <u>riccardo.zanella.@regione.liguria.it</u> Sergio Righetti tel. 010/548 8545

Funzionario referente:

e-mail: serglogiacomo.righetti@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto:

Gara a procedura aperta per la fornitura di laser a diodi per chirurgia pneumologica, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due). Service triennale comprensivo dell'assistenza tecnica e del materiale di consumo - Lotto unico. - Numero gara 6865005.

Risposte ai quesiti pervenuti.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta da parte della Commissione tecnica, si comunica quanto segue:

QUESITI N. 1 - 5

DOMANDA 1: ALLEGATO F4 BIS - VOCE C (Protezionistica: richiesta e caratteristiche obbligatorie pena esclusione). Al punto primo viene richiesto la durata dei trattamenti previsti dal costruttore. Chiediamo che venga specificato se per durata intendete la vita del laser o altro

RISPOSTA:

VOCE C: in relazione alla dipendenza di EMP (esposizione massima permessa) e di DNRO (distanza nominale di rischio oculare) da diversi fattori tra cui il tempo di esposizione, con durata dei trattamenti prevista dal costruttore" si richiede di indicare per quanto tempo è erogabile il fascio laser durante una singola procedura

DOMANDA 2: Voce C2) DPI occhiali di protezione per gli operatori – caratteristiche specifiche obbligatorie pena esclusione) Chiedete che gli occhiali siano identificabili tramite numerazione progressiva: si chiede se per numerazione progressiva intendete il numero seriale o altro

RISPOSTA:

VOCE C2: con la dicitura "sono identificabili tramite numerazione progressiva", si richiede che su ogni occhiale sia posta, oltre alla marcatura indelebile prevista dalle norme EN, un codice identificativo finalizzato alla assegnazione univoca dell'occhiale all'operatore. Se il numero seriale consente di distinguere un occhiale da un altro a parità di caratteristiche protettive, può essere considerato adeguato.

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it





DOMANDA 3: Cosa intendete per "KIT NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI N. 1 KIT COMPOSTO DA" indicato nel paragrafo 9 FABBISOGNI del Capitolato Tecnico? Intendete le sole fibre laser necessarie per l'intervento o ulteriori dispositivi monouso?

RISPOSTA:

Trattasi di un refuso. Dovrà essere offerto e quotato nell'Allegato F2 oltre al canone di assistenza tecnica/manutenzione/noleggio il kit necessario per l'esecuzione di 1 intervento specificando i relativi componenti coi rispettivi codici RDM e codici commerciali

DOMANDA 4: La dicitura "Fornitura preferibilmente di fibre non a contatto con nottolino metallico a punta e canale di raffreddamento" indicate nel paragrafo 4 – DESCRIZIONE DEL LOTTO – PUNTO F) ACCESSORI IN DOTAZIONE E MATERIALE DI CONSUMO del Capitolato Tecnico: confermate che è da intendere come preferibile ma è possibile offrire fibre monouso "standard"?

E' preferibile ma è possibile anche offrire fibre monouso standard. RISPOSTA:

DOMANDA 5: Si richiede chiarimento in merito alla vs richiesta di gamma di manipoli indicata nell'ALLEGATO F4Bis per la quale verranno assegnati 8 punti. Tali manipoli vengono nominati all'interno dell'ALLEGATO F4Bis e nel capitolato tecnico alla pagina 6 punto F) dove viene richiesto il materiale necessario alla sterilizzazione dei manipoli e fibre ma non vengono mai menzionati ne nel materiale di consumo ne nella parte del sistema (es laser, occhiali, carrello) da offrire. Avremmo necessità di sapere all'interno del modello F2 (offerta economica) dove devono essere collocati.

RISPOSTA:

La disponibilità di manipoli è valutata come miglioria qualitativa intesa nella varietà di gamma. Essi debbono essere prezzati in foglio a parte, in allegato al modello F2, inclus**o** nella busta relativa all'offerta economica

> D'ordine della Commissione Tecnica IL DIRIGENTE RUP f.to (dott. Riccardo **X**anella)

A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria

C.F. / P. IVA 02421770997

Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 4162

Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) - Tel. 010 548 8562 - 8563

MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it

PEC: cra@pec.alisa.liguria.it