

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 0105488561  
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Sig. a Loredana Lotti tel. 010.5488546  
E-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it  
Sig. Roberto Boretti tel. 010.5488535  
E-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Genova, 18/12/2015

Prot. n. 11253

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di Materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) - Lotti n. 19. Numero gara 6090293.

**Risposta ai quesiti pervenuti al 18/12/2015.**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara, si rappresenta quanto segue:

#### **QUESITO N. 35**

##### **DOMANDA**

Nel "Capitolato Speciale-Sez. B" a pag. 3 viene richiesto:

"a) il noleggio di adeguata strumentazione nuova di fabbrica, rispondente alle specifiche minime indicate per ogni lotto di gara nella Sez. A – Capitolato tecnico. Relativamente alla strumentazione di back up le Ditte potranno offrire anche uno strumento ricondizionato purché identico a quello offerto di gara".

Nel "Capitolato Tecnico" per il lotto 16 al punto 9

"9. Forniture di sistema di back-up in loco completo di UHPLC e autocampionatore con spettrometro di massa a triplo quadrupolo (MS/MS). Le caratteristiche minime del back-up devono essere le seguenti: UHPLC in grado di operare a contropressioni superiori a 1000 bar, il volume di iniezione dell'autocampionatore fino a 25 µL, range di erogazione flussi da 10 µL/min a 2000 µL/min, spettrometro di massa con risoluzione dei quadrupoli almeno di 0,7 da FWHM."

Tale strumento non è quindi identico a quello che dovrà essere offerto in fase di gara.

Si richiede, quindi, se debba fare riferimento al punto A del capitolato speciale o al punto 9 di quello tecnico.

In attesa di cortese sollecito riscontro si richiede proroga di almeno 30 giorni sul termine di presentazione dell'offerta fissata per il giorno 8 Gennaio 2016.

##### **RISPOSTA**

**Le previsioni del punto a) del Capitolato speciale devono essere ovviamente armonizzate con quanto previsto al punto 9 del Capitolato Tecnico.**

**Nel caso del lotto 16 le caratteristiche dello strumento di back-up sono riportate chiaramente ai punti 11, 12, 13 e 17 del Capitolato tecnico (ovviamente lo strumento potrà essere ricondizionato come previsto dal capitolato speciale). Diversamente, dove non espressamente indicato dal Capitolato tecnico, lo strumento di back-up offerto potrà essere ricondizionato ma rispondente alle caratteristiche tecniche previste per quello principale.**

**Si conferma che il termine per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 08 Gennaio 2016 alle ore 12,00.**

