arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0021597.07-11-2018

Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO Genova, data del protocollo

Dirigente RUP: Dott. Luigi Moreno COSTA
Funzionario Referente: Dott. Riccardo Capitani

Oggetto: **Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la fornitura di "Dispositivi per laboratorio di Neurofisiopatologia" occorrenti alle AA.SS.LL., della Regione Liguria, Policlinico San Martino, IRCCS Gaslini, E.O. Galliera, per un periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 36. Numero gara: 7215896 .**

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA – (Rif. 21215/2018)

LOTTO 8: l'indicazione di misure così circoscritte preclude la massima partecipazione al lotto, si chiede quindi la possibilità di presentare elettrodi con diametro 50
LOTTO 9: è richiesta la sterilità dell'elettrodo è confermata? in tal caso potreste fornirci il modello del prodotto in uso?
LOTTO 10: chiediamo conferma che si tratti di un elettrodo sconnettibile con ago attivo (da posizione sotto cute) ad una estremità ed ago indifferente (da collegare al cavetto) all'altra estremità. Al fine di individuare correttamente il prodotto chiediamo il modello dell'elettrodo in uso per verificare la sovrapponibilità con il nostro.
LOTTO 16: sempre al fine di valutare la sovrapponibilità chiediamo che ci venga comunicato il modello del prodotto in uso.

RISPOSTA (Rif. 21481 – 21586 / 2018)

LOTTO 8: il Capitolato prevede la tolleranza del 10%, quindi 0.495 di diametro: si può accettare anche lo 0.50.
LOTTO 9: Sono ammessi anche gli elettrodi non sterili.
LOTTI 10 e 16: le caratteristiche dei prodotti sono ben specificate in scheda; la "sovrapponibilità" con prodotti eventualmente in uso presso una o più Aziende sanitarie utilizzatrici è irrilevante, in quanto il prodotto offerto deve comunque soddisfare i requisiti previsti dal Capitolato Tecnico di questa procedura di gara.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Luigi Moreno Costa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563