

Prot. 486 del 31/03/2011

**Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di stent coronarici occorrenti alle AA.SS.LL., AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre - Lotti n. 12**

**Numero gara 1196034**

### CHIARIMENTI

In riferimento alla gara in oggetto si rende noto che con nota prot.n. 478 del 30/03/2011 sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti, che si riportano unitamente alle risposte:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede il seguente chiarimento:

**Q.3** Nel lotto 11 “Stent coronarico non medicato disponibile in lunghezze elevate” si richiedono “almeno 2 lunghezze  $\geq 33$  mm”, mentre nella valutazione qualitativa (pag. 14 del capitolato tecnico) si attribuiscono punteggi diversi a:

- Gamma dei **diametri disponibili nelle lunghezze maggiori di 33 mm** (5 punti);
- Gamma delle **lunghezze maggiori di 33 mm** (5 punti).

E' corretto o si intendeva in entrambi i casi  $\geq 33$  mm?

**R.3** E' corretto. Le lunghezze maggiori o uguali di 33 mm sono richieste quali requisito essenziale per l'ammissione alla valutazione nel lotto n. 11; per contro, nelle caratteristiche soggette a valutazione ed attribuzione di punteggio, considerato il criterio di proporzionalità con cui verranno assegnati i punteggi, si terrà conto unicamente delle misure maggiori di 33 mm, non considerando le misure pari a 33 mm. Quanto sopra vale sia nel caso della “Gamma dei diametri disponibili nelle lunghezze maggiori di 33 mm”, sia nel caso della “Gamma delle lunghezze maggiori di 33 mm”.

CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO  
Il Dirigente  
Dott. Riccardo Zanella