arsl_ge.alisa.REGISTRO UFFICIALE.U.0000529.11-01-2018

Alisa

Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/548 8561
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Sergio Righetti tel. 010/548 8545
e-mail: sergiogiacomo.righetti@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

Oggetto: **Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in service della fornitura di laser ad olmio per litotrissia per le aziende sanitarie della Regione Liguria per un periodo di anni 3 (con opzione di rinnovo per ulteriori anni due) - Lotto unico - Numero gara 6903339.**
Risposte ai quesiti pervenuti.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, sulla base della istruttoria compiuta da parte della Commissione tecnica, si comunica quanto segue:

QUESITO N. 6

DOMANDA : In merito a quanto indicato all'art. 11 del capitolato tecnico sezione A - Criteri di attribuzione del punteggio qualitativo – considerando che i laser ad olmio che risultino presenti sul mercato sono esclusivamente di classe IV, vi chiediamo di precisare come mai la classe di rischio 3B venga valutata come migliorativa.

RISPOSTA: *Trattasi di un requisito di qualità e non di un requisito di ammissione. Nel caso venga proposto un apparecchiatura di classe di rischio b verrà premiata con il relativo punteggio.*

QUESITO N. 3

DOMANDA: Al punto 4 descrizione del lotto Lettera A – Caratteristiche tecniche generali del sistema obbligatorie pena esclusione indicate "durata dell'impulso da min. 200 ps a max. 600ps". Vi precisiamo che la durata dell'impulso viene indicata in "ns" (nanosecondi) e non di "ps" (picosecondi). Chiediamo se l'intervallo 150 – 500 ns è ritenuto comunque idoneo

RISPOSTA: *Si conferma il requisito richiesto nel capitolato tecnico con la relativa unità di misura indicata.*

QUESITO N. 4

DOMANDA : Al punto 4 descrizione del lotto Lettera A indicate " Frequenza di emissione compresa tra 1 e 30 Hz" chiediamo se l'intervallo da 1 – 20Hz è ritenuto comunque idoneo anche in linea con la richiesta di laser "con potenza non inferiore a 20 W, in quanto i laser con questa potenza non hanno una frequenza fino a 30Hz e quindi c'è contraddizione tra le due richieste.

RISPOSTA: *Si conferma quanto già evidenziato nelle risposte alla consultazione preliminare di mercato e cioè che l'intervallo 1-30 Hz comprende 1-20 Hz*

D'ordine della Commissione Tecnica
f.to IL DIRIGENTE RUP
(dott. Luigi Moreno Costa)

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
Sede operativa: Via G. D'Annunzio, n. 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: cra@pec.alisa.liguria.it