Prot. 1226 del 07/09/2011

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento della fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati da destinare all'assistenza integrativa esterna dei pazienti diabetici delle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) - n° gara 3029786.

CHIARIMENTI

In riferimento alla gara in oggetto si rende noto che con note acquisite agli atti con prot.n. 1216 del 05/09/2011 e prot.n. 1220 del 06/09/2011 sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti, che di seguito si riportano unitamente alla risposte:

Q.4 Confermate che per "la sola dimostrazione della capacità economico/finanziaria è ammessa la partecipazione alla procedura in avvalimento, con una società facente parte dello stesso gruppo e col medesimo Amministratore Unico" sia pure con oggetto sociale in settori economici distinti e diversi da quelli relativi alla procedura di gara ?

Q. 4 In mancanza di specifica limitazione nel bando di gara si può ricorrere ai fini della dimostrazione del possesso della capacità economica e finanziaria ai requisiti di una impresa ausiliaria, anche operante in settori diversi e distinti da quello di gara. Alla istanza di partecipazione andranno allegati tutti i documenti previsti ex art. 49 comma 2 lettere c, d, e, f, g del D. Lgs. n. 163/2006, puntualmente richiamati nel modello F1 allegato al disciplinare di gara.

Q.5 Lotto 2 Sistema per la misurazione della glicemia capilare su pazienti diabetici in terapia insulinica intensiva. Nell'allegato F4 per detto lotto si richiede un intervallo di misurazione di 10-500 mg/dl. Nel capitolato tecnico per tutti i lotti è riportato invece quale requisito minimo un intervallo 20-500 mg/dl. Può essere accettato l'intervallo 20-500 mg/dl ?

R. 5 Sì, è accettato. L'intervallo 20-500 mg/dl, è previsto come requisito minimo di ammissione per tutti i lotti nel capitolato tecnico e anche per il lotto 2 (cfr p. 2 e p. 4 del Capitolato tecnico – sezione A disciplinare di gara).
Si tratta di un refuso della scheda F 4 relativa al lotto 2.
La scheda F 4 relativa al lotto 2 contiene un ulteriore refuso "la possibilità di misurazione con ematocrito compreso tra 25% e 65%" che <u>non è previsto dal capitolato tecnico e non è in effetti un requisito richiesto obbligatoriamente</u>.
Si veda la deliberazione n. 62 del 7.9.2011 pubblicata nella documentazione di gara e la scheda F4 rettificata ivi allegata.

Q.6 Lotto 6 Sistema per la misurazione della glicemia capillare su pazienti diabetici in età pediatrica. Visto l'utilizzo specifico pediatrico può essere valutabile l'aggiunta di misurazione di corpi chetonici su sangue con il medesimo glucometro ?

R. 6 Non è valutabile. Elementi e sub elementi di valutazione, puteggi, procedure di valutazione sono già integralmente definiti nel bando e non sono emendabili né integrabili con altri criteri da parte della Commissione giudicatrice.

REGIONE LIGURIA
CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente
F.to Dott. Riccardo Zanella