ARS_LIGURIA.ARS.RU.U.0007149.28-08-2015

ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/5488543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, 28/08/2015

Prot. n.

Oggetto: **Procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di stent coronarici occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n.7. Numero gara 6109035.**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in ordine alla gara in oggetto fino al 27**/08/2015**, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 6

DOMANDA: Per tutti i lotti di gara nei REQUISITI MINIMI DI GARA RICHIESTI a pena di esclusione al requisito n. 7 è riportato:
"il profilo dello stent montato sul palloncino non deve essere superiore a 0.045" per lo stent di diametro 3.0 mm"
Tale specifica come sopra da noi evidenziato è uguale per tutte le tipologie di Stent richieste in gara, ovvero per tutti i lotti. Ciascun lotto si differenzia anche per quanto riguarda il materiale del quale è costituito lo stent (Stent Metallico, Stent Cromo-Cobalto,Stent Cromo-Platino, Stent Acido Polilattico). Il diverso materiale costituente lo stent può determinare un valore di profilo differente. In altri termini il valore di 0.045" può essere valido per uno stent costruito in metallo, ma può non esserlo per uno stent con base in acido polilattico. La differenza nei materiali costruttivi usati può determinare un profilo dello stent diverso.
Vi chiediamo pertanto alla luce della ns osservazione, di confermare se il valore di 0,045" sia effettivamente una caratteristica uguale per tutti i lotti e se si se debba considerarsi una specifica obbligatoria a pena di esclusione.

RISPOSTA: Come chiaramente indicato all'inizio dell' Art. 4 – Requisiti tecnici dei prodotti pena esclusione comuni a tutti i lotti, "Per stent si intende l'endoprotesi metallica con disegno a celle (che sia a rilascio di farmaco o "bare metal"), mentre per scaffold si intende l'endoprotesi in acido polilattico completamente bioriassorbibile." Pertanto, la frase "Il profilo dello stent montato sul palloncino non deve essere superiore a 0.045"..." si riferisce agli stent metallici e non agli scaffold bioriassorbibili.

QUESITO N.7

DOMANDA: Offrendo per due diversi lotti il 6 e il 7 lo stesso prodotto dobbiamo presentare la campionatura doppia oppure bastano 5 campioni per entrambi i lotti.

RISPOSTA: E' già previsto nel disciplinare di gara (p.7) che "qualora il campione valga per più lotti, dovrà essere chiaramente specificato sul documento di consegna e sul campione stesso". Possono essere presentati perciò campioni in un'unica quantità per più lotti.
La Commissione giudicatrice può comunque sempre chiedere successive eventuali integrazioni di campionatura qualora ritenuto necessario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo Zanella)