

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/8492214
e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Estensore del documento: Roberto BORETTI tel. 010/8492579
e-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it
Estensore del documento: Caterina MERLO tel. 010/84902336
e-mail: Caterina..merlo@regione.liguria.it

Genova, 22/11/2012

Prot. n. 2123

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/2006 per l'affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi occorrenti alle AA.SS.LL. n° 2 "Savonese", n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina", O.I. Evangelico, I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S. San Martino/IST e realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria per la durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo di ulteriore ventiquattro mesi" – Lotti 14. Numero gara 4298136

In risposta ai quesiti pervenuti a questa Centrale in ordine alla gara in oggetto, si rappresenta quanto segue:

QUESITO - 75-: *relativamente alla gara procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per laboratori analisi occorrenti alle AA.SS.LL. n° 2 "Savonese", n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina", O.I. Evangelico, I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S. San Martino/IST e realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del Dipartimento di Patologia Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria per la durata di 36 (trentasei) mesi, con opzione di rinnovo di ulteriore ventiquattro mesi" – Lotti 14. Numero gara 4298136*

Lotto di ns. interesse LOTTO 8 IMMUNOMETRIA e LOTTO 11 HB glicata e HB patologiche

Nella stesura dell'offerta economica, bisogna tener conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascun kit, inoltre le quantità da Voi indicate nel capitolato tecnico si intendono come esami refertati, non comprensivi dei consumi riferiti a calibrazioni e controlli e calcoli di strumenti aggiuntivi come i Back Up strumentali.

I test in più derivanti da tutti questi elementi aggiuntivi, devo calcolarlo nella tabella offerta economica come N. di confezioni di reagente necessario e quindi quotarlo?

RISPOSTA - 75-: i test in più derivanti da tutti gli elementi aggiuntivi citati nel quesito devono essere calcolati nella tabella offerta economica come numero di confezioni reagenti necessario e quindi quotarlo.

QUESITO - 76 -: *art. 5.5 del capitolato tecnico "Integrazione con i sistemi informativi in uso presso le Aziende" si richiede di effettuare l'integrazione del sistema fornito con i software dei sistemi informativi in uso presso ASL3*
Domanda: è corretto definire che, lato Aziende fornitrici, i costi di tali integrazioni siano a carico dell'ASL 3 e non della Ditta Aggiudicataria, oppure in caso contrario che l'onere di tale integrazione sia indicato in chiaro dalla Azienda Appaltante.

RISPOSTA - 76 -: i costi di tutte le integrazioni dovranno essere a carico della ditta aggiudicataria.

QUESITO - 77 -: *Art. 1 del capitolato tecnico: "Oggetto e importo massimo di fornitura": è richiesta l'attività di recupero dello storico dei dati strutturati e dei referti presenti nel sistema LIS a AP attualmente in uso on ASL 3*
Domanda: è corretto definire che i costi di tale attività, lato Aziende Fornitrici, sia a carico della ASL3 e non della ditta aggiudicataria, oppure in caso contrario che l'onere di tale integrazione sia indicato in chiaro dalla Azienda Appaltante

RISPOSTA - 77 -: i costi dell'attività di recupero dello storico dovranno essere a carico della ditta aggiudicataria.

QUESITO - 78 -: *Domanda: al fine di produrre un progetto il più aderente alla futura realtà aziendale, è corretto assumere di realizzare un unico centro di Anatomia Patologica presso Villa Scassi?*

RISPOSTA - 78 -: la situazione fotografata sarà quella attuale con opportune modifiche relative alla concentrazione di linee in una o nell'altra sede (citologia/istologia), l'Anatomia Patologica sarà una unica, con due sedi distinte che lavoreranno insieme come se fossero due stanze dello stesso laboratorio.

QUESITO - 79 -: *art. 5.3.17 del capitolato tecnico "Compatibilità con HL7 CDA release 2.0"*
Domanda: è corretto considerare tale requisito opzionale solo per la Soluzione LIS?

RISPOSTA - 79 -: tutti i requisiti richiesti per i referti dovranno essere applicabili sia al LIS che all'Anatomia Patologica.

QUESITO - 80 -: *art. 5.3.12 del capitolato tecnico "Gestione dei referti e firma digitale certificata"*
Domanda: è corretto considerare tale richiesta di gestione della firma digitale esclusivamente per la soluzione LIS?

RISPOSTA - 80 -: la richiesta di gestione della firma digitale dovrà essere applicabile sia al LIS che all'Anatomia Patologica

QUESITO - 81 -: *Domanda: l'order entry proposto dovrà prevedere anche la gestione delle richieste di prenotazione di Anatomia Patologica?*

RISPOSTA - 81 -: l'order entry dovrà prevedere anche le richieste dell'Anatomia Patologica

QUESITO - 82 -: *Domanda: si chiede cortesemente di definire il livello di integrazione richiesto tra il software di Anatomia Patologica e il software LIS. In particolare è corretto prevedere solo l'invio delle richieste accettate sul LIS o anche il ritorno dei risultati/referti?*

RISPOSTA - 82 -: qualora il LIS acquisisce delle richieste dall'Anatomia Patologica il del LIS referto dovrà contenere il risultato di Anatomia Patologica. In buona sostanza i due sistemi dovranno essere autosufficienti nell'accettare richieste provenienti sia dal LIS che dall'Anatomia Patologica ed emettere un referto completo con firme distinte per LIS e per Anatomia Patologica.

QUESITO - 83 -: *Domanda: è necessario indicare in offerta economica il canone da prevedere alla fine del service?*

RISPOSTA - 83 -: non è necessario indicare nell'offerta economica il canone da prevedere alla fine del service

QUESITO - 84 -: *Domanda: è necessario indicare le modalità di riscatto dell'hardware alla fine del service?*

RISPOSTA - 84 -: non è necessario indicare le modalità di riscatto dell'hardware alla fine del service in quanto non è previsto il riscatto.

QUESITO - 85 -: *Art. 6 pag. 7 del Capitolato speciale "al fine di una migliore valutazione dovrà essere allegata una dettagliata e completa relazione tecnica dalla quale risultino tutte le informazioni <....omissis.....> Tale relazione dovrà essere divisa in due capitoli :
Capitolo A (caratteristiche di minima)
Capitolo B (caratteristiche oggetto di valutazione)
Entrambi i capitoli dovranno essere impostati in paragrafi seguendo le numerazioni del capitolato tecnico."
*Domanda: si chiede gentile conferma che tale richiesta sia valida esclusivamente per i lotti 1-13 in quanto difficilmente applicabile al lotto 14?**

RISPOSTA - 85 -: si precisa che la relazione prevista all'art. 6 del Capitolato Speciale riguarda i lotti dal n° 1 al n° 13

QUESITO - 86 -: *Art. 8 pag.101 del Capitolato tecnico penultimo punto dell'elenco puntato, Art. 1.1 pag. 61 del capitolato tecnico, art. 9.1 pag. 102 del capitolato tecnico secondo paragrafo, art. 5.5.9 pag. 93 del capitolato tecnico"
*Domanda: si chiede gentilmente indicare cosa si intende per punto "0" ?**

RISPOSTA - 86 -: per un mero errore è stato , in alcuni punti del Capitolato tecnico, è apparsa l'indicazione "punto 0" in data 31 ottobre 2012 si è provveduto a pubblicare, sul sito aziendale www.acquistiliguria.it , il capitolato tecnico debitamente corretto

QUESITO - 87 -: *Art. 10.1 pag. 105 del capitolato tecnico: all'interno della scheda che indica i criteri di valutazione si indica spesso "Allegato P – confronto a coppie"*
Domanda: che si intende ?

RISPOSTA - 87 -: il confronto a coppie è uno dei metodi previsti dal regolamento del codice dei contratti pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n° 207) per la valutazione degli elementi di natura qualitativa.

QUESITO - 88 -: *Art. 5.2.2 "Housing Servizio Primario"*
Domanda: in relazione al servizio alternativo di "housing del sistema centrale" ed alla connettività dati necessaria al collegamento presso i locali attrezzati a tale servizio o è necessario prevedere ulteriori collegamenti per tutte le sedi oggetto del presente bando di gara?

RISPOSTA - 88 -: è necessario prevedere di collegare il Sito Primario a tutte le postazioni/siti con cui colloquia, compresi i server su cui risiedono altre applicazioni con cui deve interfacciarsi. In pratica il sito primario deve essere connesso al CED ASL 3, ovvero al centro stella di ASL 3. Ciò si traduce nel fatto che il sito primario deve essere messo in rete ASL 3

QUESITO - 89 -: *art. 5.8.1 "Formazione"*
Domanda: in riferimento alla tabella di pagina 96 del capitolato tecnico, si richiede di indicare il numero delle risorse da dedicare alle attività formative divise tra l'area del Laboratorio d'analisi e quella di Anatomia Patologica, in modo da strutturare in modo coerente il piano di formazione?

RISPOSTA - 89 -: il personale ad oggi di Anatomia Patologica è di 28 unità (tecnici, dirigenti medici e amministrativi) e per il Laboratorio di 98 unità.

QUESITO - 90 -: *art. 1 Capitolato tecnico "Oggetto e importo massimo della fornitura" nell'ambito della fornitura dei materiali di consumo si cita che la stessa dovrà essere opzionale. Invece all'interno dei paragrafi 5.2.4 e 5.2.5 tale oggetto è indicato come "ambito di fornitura"*
Domanda: si richiede gentilmente di confermare se tale fornitura è da considerarsi opzionale ?

RISPOSTA - 90 -: la fornitura di cui ai paragrafi 5.2.4 e 5.2.5 non è da considerarsi opzionale.

QUESITO - 91 -: *in riferimento alla richiesta di chiarimento "43" e alla relativa risposta pubblicata con le ultime "Risposte ai quesiti", siamo a sottoporvi quanto segue:*

La nostra tipologia di fornitura comprende nel prezzo del reattivo il materiale di consumo, pertanto i PRODOTTI OFFERTI SONO OMNICOMPRESIVI DEI REATTIVI NECESSARI PER EFFETTUARE IL DOSAGGIO ovvero calibratori, controlli, substrati, lavaggio etc...

E' possibile compilare l'offerta economica indicando nella parte "Elenco Materiale" € 0,00 come prezzo a confezione, evidenziando nell'offerta quanto sopra citato?

RISPOSTA - 91 -: **Non è possibile** compilare l'offerta economica indicando nella parte "Elenco Materiale" € 0,00 come prezzo a confezione.

QUESITO - 92 -: **Sezione A Capitolato Tecnico**

Lotto n. 3 (Chimica Clinica e Marcatori Cardiaci) – Sistemi analitici A B e C - Caratteristiche minime del sistema

- *Il punto n. 4 prevede, quale caratteristica minima del sistema, "Reagenti liquidi, pronti all'uso (minimo 95 %)". Si chiede di precisare se tale percentuale debba intendersi riferita al numero totale di determinazioni poste in gara (4.834.850);*

RISPOSTA - 92 -: Tale percentuale si intende riferito al numero totale delle determinazioni poste in gara.

QUESITO - 93 -: **Lotto n. 8 (immunometria)**

Si chiede di precisare quanto segue:

- *Se il dosaggio HCG sia da intendersi quale Beta HCG;*
- *Se la seguente caratteristica prevista al punto 4b della tabella "Caratteristiche oggetto di valutazione (max 70 punti) – Parametri Strumentazione, Reattivi, Gestione (b)":*

"Controllo dell'intero sistema (Area carico7scarico – Area analitica) da un'unica postazione e modalità di gestione dell'intero sistema in caso di malfunzionamento di una componente analitica del sistema o della piattaforma informatica (continuità operativa) (valutazione critica) debba intendersi quale sistema di controllo logico oppure fisico.

RISPOSTA - 93 -: - Il dosaggio HCG è da intendersi come Beta Hcg.
- Deve intendersi controllo di tipo logico/fisico, come già indicato alla risposta n. 38 pubblicata sul sito della Centrale Regionale

QUESITO - 94 -: **Si chiede, infine, di precisare quanto segue:**

- *se all'interno dell'allegato F2 di offerta economica, sia possibile riportare i calibratori, i controlli ed i materiali di consumo di seguito ai reagenti oppure se debba essere predisposto uno schema apposito;*
- *se, anche nei casi nei quali non espressamente previsto (come, ad esempio, nel caso della copia della documentazione di gara oppure dell'Allegato F3), tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica possa essere sottoscritta, anziché dal Legale Rappresentante, da un Procuratore Speciale autorizzato pre-*

via esibizione, all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, di copia conforme della procura rilasciata a suo favore.

- RISPOSTA - 94 -**: - è possibile inserire ulteriori colonne e righe nel modulo F2, senza alterare la predisposizione grafica. Per quanto riguarda l'inserimento delle colonne dovrà avvenire sul lato destro del foglio Excel mentre per l'inserimento delle righe dovrà essere fatto in fondo a ciascun riferimento A - B - C.
- tutta la documentazione amministrativa, economica e tecnica potrà essere sottoscritta da un Procuratore Speciale autorizzato, purché venga allegata copia conforme della procura rilasciata.

- QUESITO - 95 -**: *In riferimento al Capitolato tecnico del Lotto 7 pag. 34, viene riportato nelle caratteristiche oggetto di valutazione "stabilità on-board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore" sia al punto 1b che al punto 7b con punteggi differenti: si richiede di indicare se trattasi di refuso oppure di specificare come è da intendersi la duplice richiesta.*

- RISPOSTA - 95-**: Nelle caratteristiche oggetto di valutazione "stabilità on board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore" il punto 1b ed il punto 7b si attribuiscono punteggi (2 e 5) diversi alla stessa richiesta per un puro refuso. E' da intendersi un unico punto 1b con punteggio 7 come di seguito rappresentato nella rivisitazione della tabella Calibrazione e Reattivi:

	PARAMETRI	PUNTI	Criteri di valutazione
n. ord.	Calibrazioni e reattivi (b)	max 25 punti	
1b	Stabilità on-board dei reagenti dopo il caricamento sull'analizzatore (rapporto numerico)	2	Q3
2b	Stabilità delle calibrazioni per ogni singolo test (rapporto numerico)	2	Q3
3b	Percentuale di reagenti pronti all'uso (rapporto numerico)	2	Q3
4b	Modalità utilizzate per la verifica della validità dei reagenti e della reazione (valutazione critica)	7	Q2
5b	Numero di tests per confezione per tipologia d'esame (rapporto numerico)	2	Q3
6b	Numero di eventuali altre diagnostiche inseribili sul sistema in routine con particolare riferimento al Metabolismo osseo , Marcatori tumorali "rari" , diagnostiche a forte impatto in tema di prevenzione (rapporto numerico)	5	Q3

- QUESITO - 96 -**: *In riferimento al Capitolato tecnico del Lotto 9 pag. 41 viene riportato al punto 6° " Tempo di uscita del primo risultato per le eventuali urgenze". Si richiede di esplicitare se è da considerarsi con lo strumento in stand-by o con lo strumento in routine.*

RISPOSTA - 96 -: Al punto 6a, il tempo di uscita del primo risultato per eventuali urgenze, è da intendersi sia con lo strumento in stand-by che con lo strumento in routine. Il rapporto numerico oggetto di valutazione sarà ottenuto in seguito alla somma delle due tempistiche con punteggio preferenziale per il valore più basso.

QUESITO - 97 -: *In riferimento al Capitolato tecnico del Lotto 9 pag. 42 viene riportato al punto 2c "Implementazione sulla stessa piattaforma di nuovi test di possibile interesse trasfusionale" si richiede di esplicitare se eventuali test di possibile interesse e di imminente commercializzazione, entro i tempi di aggiudicazione di codesta procedura, possono diventare oggetto di valutazione.*

RISPOSTA - 97 -: I nuovi test di possibile interesse trasfusionale devono essere posseduti al momento della presentazione della offerta di partecipazione alla gara.

QUESITO - 98 -: *Facendo riferimento al procedimento di gara summenzionato con la presente, che vale quale nostra memoria scritta ai fini dell'art. 10 della Legge 241/1990 e s.m.i., la Scrivente chiede ricevere il seguente chiarimento.
In riferimento a quanto disposto dall' Art. 7 del Capitolato Speciale ("Compilazione offerta economica"), al fine di razionalizzare il numero di confezioni offerte, si chiede di precisare se sia possibile riportare nei punti B4 e B5 il numero di test anziché il numero di confezioni di reagente da offrire e , nel punto B6, il numero arrotondato per eccesso di confezioni di reagente necessarie per l'esecuzione della somma dei test di cui alle voci B4+B5, tenuto conto della durata delle confezioni on board.*

RISPOSTA - 98 -: Per quanto di competenza, al fine di razionalizzare il numero di confezioni è da considerarsi possibile riportare nei punti B4 e B5 il numero dei test e, nel punto B6 riportare il numero arrotondato per eccesso di confezioni di reagente necessarie per l'esecuzione della somma dei test di cui alle voci e B5 tenuto conto della durata delle confezioni on board

QUESITO - 99 -: *Rif. Disciplinare di gara Art. 5 – viene scritto " I coefficienti così ottenuti saranno trasformati in punteggi moltiplicando i valori ottenuti secondo la procedura sopra illustrata per i pesi attribuiti a ciascun parametro di valutazione". Si chiede di chiarire a quali coefficienti si fa riferimento e in che momento della procedura di calcolo interviene questa operazione, visto che i pesi (P) attribuiti a ciascun parametro di valutazione sono già utilizzati nei calcoli degli indici di concordanza (cij) e di discordanza (dij).*

RISPOSTA - 99 -: I coefficienti a cui si fa riferimento sono quelli ottenuti, per ogni singolo parametro di qualità, attraverso l'applicazione dei criteri di valutazione Q – Q5.
La trasformazione dei coefficienti in valori "PESATI", avviene in un momento precedente l'applicazione di Electre. Questo al solo scopo di rendere più trasparente l'attribuzione del punteggio. Si precisa, comunque, che il risultato della formula Electre non varia sia che vengano usati i coefficienti sia che vengano usati i valori pesati.

QUESITO - 100 -: *Rif. Disciplinare di gara Art. 5 – viene scritto “In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato, per eccesso o per difetto, a seconda che la quarta cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5”. Si chiede di chiarire se l’indicazione “quarta cifra decimale” sia da considerarsi un refuso e se quindi la versione corretta dell’arrotondamento su due decimali preveda l’osservazione della TERZA cifra decimale.*

RISPOSTA - 100 -: Si conferma che in tutte le operazioni di calcolo verranno utilizzate “**due cifre**”. Pertanto il valore dopo la virgola sarà arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che la “**terza**” cifra decimale risulti rispettivamente maggiore (o uguale) di 5 oppure minore di 5.

QUESITO - 101 -: *In riferimento al Lotto 4 della gara in oggetto, con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento:*

- L'INTERFACCIAMENTO è previsto SOLO per il GASLINI o anche per l'ASL 3? Il costo di EUR 7.000,00. = da Voi indicato a cosa si riferisce?

- Tale interfacciamento sarà previsto per tutti i sistemi richiesti in Capitolato?

RISPOSTA - 101 -:

- come si evince dal Capitolato speciale “art. 5 – IMPORTO PRESUNTO (su base annuale)”, l’interfacciamento è previsto solo per l’IRCCS Gaslini e il relativo costo presunto (Base d’asta) risulta essere di € 7000,00;
- l’interfacciamento è previsto dove espressamente indicato nella documentazione di gara.

QUESITO - 102 -: *Rif.to Sezione B – Capitolato Speciale – Lotti 5 Elettroforesi proteica e 11 Hb glicata e Hb patologiche.*

Si chiede di confermare se, come riportato a pagina 3 di 17 del Capitolato Speciale comma a), la strumentazione da offrire in noleggio debba essere necessariamente “nuova di fabbrica”.

RISPOSTA - 102 -: Si conferma.

QUESITO - 103 -: *Facendo riferimento al Lotto 14 in caso di costituendo RTI, la certificazione del sopralluogo è d’obbligo per tutti i partecipanti dell’RTI o la sola mandataria (Capogruppo)?*

RISPOSTA - 103 -: E’ consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito (Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’ AVCP).

QUESITO - 104 -: *Facendo riferimento alla sezione A – capitolato tecnico, ed in relazione al lotto I4, paragrafo 5.2.1 quarto capoverso, “i server posizionati in altri siti devono prevedere un proprio sistema di backup”, si richiede se presso la struttura Villa Scassi, dove sarà posizionato il sistema secondario, è pre-esistente un sistema di back-up utilizzabile; nel caso non fosse presente confermare o meno l’esigenza del back-up di tale sito.*

RISPOSTA – 104 -: *si conferma l’esigenza di un sistema di back-up presso la struttura di Villa Scassi.*

QUESITO - 105 -: *con riferimento alla procedura in oggetto e al vostro chiarimento n. 2 di risposta data al quesito n. 56 circa l’obbligo di sottoscrivere, datare e timbrare tutta la documentazione tecnica presentata nonché l’obbligo di produrla ai sensi del DPR 445/2000 facciamo presente la natura ridondante ed onerosa di tale adempimento confortati in tal senso dalla riportata Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 30/10/2012) “Bando-Tipo” Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti Pubblici che a tal proposito prevede: “quanto alla dibattuta questione della collocazione della sottoscrizione all’interno dell’offerta, è da escludersi la necessità di sottoscrizione su ogni pagina, in quanto detto adempimento sarebbe obiettivamente ridondante e oneroso. E’, pertanto, sufficiente l’apposizione della firma in calce, ovvero in chiusura del documento (e non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina del documento; in tal senso, Cons. St., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317), come volontà di adesione a quanto offerto e consapevole assunzione della relativa responsabilità. Qualora l’offerta, come spesso avviene per l’offerta tecnica nel caso di appalti di lavori, sia composta da una serie eterogenea di elaborati, l’offerta potrà dirsi validamente sottoscritta qualora il concorrente presenti un “documento di offerta” che elenca i documenti di cui la stessa si compone assumendo espressamente la responsabilità di quanto ivi dichiarato”.*

Per quanto concerne l’obbligo di presentare la documentazione tecnica secondo le modalità previste dal DPR 445/2000, se ne evidenzia l’assoluta non necessità in quanto da un lato, tale dichiarazione in questa specifica fattispecie non ha alcun valore giuridico di “autocertificazione”, dall’altro l’allegazione del relativo documento di identità a corredo della dichiarazione stessa già prescritta dal disciplinare di gara all’interno della busta contenente la documentazione amministrativa. Si richiama a tal proposito quanto espresso nei pareri AVCP del 9 febbraio 2011, n. 21 e del 20 ottobre 2011 n. 183 e della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 23 maggio 2012 n. 1397.

RISPOSTA - 105 -: *Si conferma quanto previsto nel Disciplinare di gara, precisato e ribadito alla risposta data al “Quesito n. 56”.*

QUESITO - 106 -: *Lotto n. 8 Immunometria – Capitolato Tecnico Sezione A pag. 38 di 110 – Parametri Strumentazione, reattivi Gestione 5b “cadenza analitica per unità analitica (rapporto numerico)” trattandosi di un criterio di valutazione Q3, per il quale viene previsto un valore a base gara, nell’ottica di utilizzare l’unico valore espresso in capitolato (caratteristiche di minima dei sistemi, n. ord. 2), si chiede se la scadenza analitica sia da intendersi non dell’unità ma del sistema offerto.*

RISPOSTA – 106 -: *La cadenza analitica è da intendersi non dell’unità analitica ma del sistema offerto.*

QUESITO - 107-: *Lotto n. 8 Immunometria – Capitolato Tecnico Sezione A pag. 37 di 110 “Parametri Sicurezza e qualità 1a “Tipologia CER e la quantità di reflui prodotti (a parità di CER rapporto numerico), si chiede se tale quantità sia da riferirsi al singolo test.*

RISPOSTA - 107-: La quantità di reflui prodotti deve ritenersi riferita ad una giornata di attività in rapporto al numero ed alla tipologia di test indicati.

QUESITO - 108 -: *Rif.to Sezione A – Capitolato Tecnico – Lotto 11 Hb glicata e Hb patologiche -
Punto 1a
Si chiede di specificare cosa si intende per metodiche in sviluppo.*

RISPOSTA - 108 -: Per metodiche in sviluppo si intendono quelle già indicate sulla documentazione ufficiale dell’Azienda e disponibili al momento della presentazione dell’offerta.

QUESITO - 109-: *Rif.to Sezione A – Capitolato Tecnico – Lotto 11 Hb glicata e Hb patologiche -
Punto 8a
Si chiede come si intenda esplicitare la modalità di valutazione ed assegnazione relativo punteggio.*

RISPOSTA - 109-: In rapporto al quesito di specie, si indica come il punto 8a viene modificato:

DA:

8a	Cadenza analitica oraria dichiarata per S-HbA1c e tempo di uscita del primo risultato (rapporto numerico)	4	Q4
----	---	---	----

A:

8a	Cadenza analitica oraria dichiarata per S-HbA1c (rapporto numerico)	2	Q3*
9a	tempo di uscita del primo risultato (rapporto numerico)	2	Q4*

QUESITO - 110 -: *Rif.to Sezione A – Capitolato Tecnico – Lotto 11 Hb glicata e Hb patologiche -
Punto 4a
Si chiede di specificare, per la Gestione delle procedure di manutenzione ordinaria, se i minuti necessari da indicare vanno intesi come minuti operatore o minuti macchina.*

RISPOSTA - 110 -: Devono essere intesi come **minuti operatore**.

QUESITO - 111 -: **LOTTO 11 HB glicata ed HB patologiche e LOTTO 8 Immunometria**
Nel caso di partecipazione a più lotti, la Busta n. 3 della documentazione tecnica potrà essere un Bustone con all’interno tante buste quanti sono i lotti di partecipazione, indicando i lotti di partecipazione?

RISPOSTA - 111 -: Nel caso di partecipazione a più lotti, la Ditta offerente potrà inserire all’interno della Busta n. 3, la documentazione tecnica, suddivisa in buste per quanti lotti intende presentare offerta

QUESITO - 112 -: *Capitolato Speciale, Art. 6 "OFFERTA TECNICA" B- PER I REAGENTI: nr. 2 caratteristiche indicate nell'"ALLEGATO A". si allega in questa parte, tutte le risposte dell'allegato A completo.*

RISPOSTA - 112 -: *Le caratteristiche, indicate nel Capitolato Speciale all' art. 6 "OFFERTA TECNICA" al punto " B", si riferiscono a quelle della Sezione A – Capitolato Tecnico che verranno valutate dalla Commissione all'uopo nominata dall'Amministrazione.*

QUESITO - 113 -: *I requisiti di capacità economica e tecnica previsti dal Disciplinare di gara, sono da considerarsi soddisfatti con la sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese associate, o ciascuna impresa deve dimostrare i propri requisiti in proporzione alla sua quota di partecipazione alla costituenda ATI?*

RISPOSTA - 113 -: *I requisiti di capacità economica e tecnica sono da considerarsi soddisfatti con la sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese associate.*

QUESITO - 114 -: *"Il fatturato specifico medio annuale del triennio deve essere almeno pari all'importo annuo a base di gara del lotto a cui si intende partecipare". Questa affermazione deve essere intesa nel senso che la sommatoria dei fatturati specifici del triennio 2009-10-11 diviso 3 deve essere almeno pari all'importo annuo a base di gara del lotto a cui si intende partecipare o se anche il fatturato specifico di ciascuna annualità deve comunque essere maggiore all'importo annuo a base di gara del lotto a cui si intende partecipare?*

RISPOSTA - 114 -: *L'affermazione deve essere intesa: come la sommatoria dei fatturati specifici del triennio 2009-10-11 diviso 3 e deve essere almeno pari all'importo annuo a base di gara del lotto a cui si intende partecipare.*

QUESITO - 115 -: **LOTTO 11 HB glicata ed HB patologiche e LOTTO 8 Immunometria**
*Per i lotti sopra segnalati, come da caratteristiche di minima è richiesto interfacciamento all' Host Computer.
Essendo lotti per la ASL 3, come meglio specificato nel capitolato speciale, si evince che il collegamento è a carico della Azienda fornitrice del sistema gestionale.
E' giusto intendere che nulla sarà a carico della Società Scrivente? Quindi la caratteristica di minima sarà comunque soddisfatta con un semplice SI di risposta?*

RISPOSTA - 115 -: *Il collegamento è a carico dell'Azienda fornitrice del Sistema Gestionale (lotto 14), pertanto nulla sarà a carico della Ditta aggiudicataria per i lotti 11 e 8 se le caratteristiche di minima offerte saranno rispettate.*

QUESITO - 116 -: *Facendo riferimento al procedimento di gara summenzionato con la presente, che vale quale nostra memoria scritta ai fini dell'art. 10 della Legge 241/1990 e s.m.i., la Scrivente chiede di precisare per quali analiti è prevista anche l'esecuzione del dosaggio su campioni urinari.*

RISPOSTA - 116 -: Gli analiti per cui è prevista l'esecuzione del dosaggio su campioni urinari sono:

- ❖ **Proteine**
- ❖ **Creatinina**
- ❖ **Magnesio**
- ❖ **Sodio**
- ❖ **Potassio**
- ❖ **Cloro**
- ❖ **Fosfati**
- ❖ **Azoto**
- ❖ **Acido Urico**
- ❖ **Amilasi**
- ❖ **Calcio**

QUESITO - 117 -: *Si coglie l'opportunità per segnalare che nella tabella di cui a pagina 15 del Capitolato Tecnico, riportante i carichi di lavoro relativi al lotto n. 3, il numero totale dei test riferiti per Azoto e Creatinina non corrisponde alla somma dei test previsti per singolo presidio.*

RISPOSTA - 117 -: per mero errore la somma del numero totale di test per l'"Azoto" e la "Creatinina" riportati nel Capitolato Tecnico è errata. Si riporta di seguito il totale corretto per le due tipologie di test:

AZOTO	115.000	110.000	30.000	255.000	2
CREATININA (Enzimatica)	180.000	125.000	45.000	350.000	2

QUESITO - 118 -: *Nell'allegato F2 nuovo non sono state riportate le colonne relative al n. di repertorio e al codice CND si chiede se possiamo aggiungere le colonne o non sono necessarie.*

RISPOSTA - 118 -: Si è provveduto a modificare e rettificare il mod. F2 "Offerta economica" che sarà pubblicato sul sito aziendale www.acquistiliguria.it.

QUESITO - 119 -: *Nell'allegato F2 non è stata riportata la colonna relativa ai dati del Produttore con denominazione e ragione sociale, nazionalità e partita IVA mentre nel Disciplinare di gara Busta 2 - Offerta economica è chiaramente richiesto pertanto chiediamo se possiamo aggiungere un'altra colonna.*

RISPOSTA - 119 -: Si è provveduto a modificare e rettificare il mod. F2 "Offerta economica" che sarà pubblicato sul sito aziendale www.acquistiliguria.it.

QUESITO - 120 -: *Nel Disciplinare di gara relativamente alla Documentazione tecnica busta n. 3 è riportato "dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e codici CND mentre all'art. 6 - Offerta tecnica del Capitolato Speciale sezione B non viene richiesto pertanto chiediamo se possiamo allegare una tabella con i prodotti offerti riportando il codice CND?*

RISPOSTA - 120 -: Si è provveduto a modificare e rettificare il mod. F2 "Offerta economica" che sarà pubblicato sul sito aziendale www.acquistiliguria.it.

QUESITO - 121 -: *In riferimento ai chiarimenti n. 2 Prof. n. 1913 del 31/10/2012 quesito n. 56 si chiede conferma che, per quanto non espressamente dichiarazione da rilasciare ai sensi della 445/2000 ossia manuali, schede tecniche dei reagenti, schede di sicurezza, certificazioni marchio CE dei prodotti offerti sia sufficiente allegare una copia del documento di identità del sottoscrittore e datare solo la prima pagina*

RISPOSTA - 121 -: Tutte le dichiarazioni richieste nella documentazione tecnica devono essere rilasciate in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.
E' possibile presentare in un unico documento più dichiarazioni prodotto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

QUESITO - 122 -: *Con riferimento al Vostro Chiarimento n. 2, relativamente alla risposta data al quesito n. 55. Si richiede la possibilità di indicare N.A. (non applicabile) nel caso in cui l'utilizzo di consumabili quali: diluenti, soluzioni di lavaggio, toner ed inchiostro per stampante, filtri, calibratori e controlli multiparimetrici ecc., non sia in alcun modo correlabile al numero di test eseguiti*

RISPOSTA - 122 -: Si precisa che per il materiale consumabile laddove non sia possibile specificare il numero di determinazioni effettivamente eseguibili si dovrà indicare almeno il numero di confezioni necessarie, su base annuale, tenuto conto della routine indicata.

QUESITO - 123 -: *Così come è stato indicato nel Capitolato tecnico, si richiede di precisare per ciascun presidio la frequenza di esecuzione settimanale ed il livello di back-strumentale.*

RISPOSTA - 123 -: Relativamente alle Proteine Ieriche, Urinarie e su Liquor eseguite presso ciascun Presidio si intende frequenza di **sette giorni su sette e back up strumentale livello 2**.

QUESITO - 124 -: *Si richiede di modificare l'allegato F2 (offerta economica) con i nuovi quantitativi aggiornati.*

RISPOSTA - 124 -: Si è provveduto a modificare e rettificare il mod. F2 "Offerta economica" che sarà pubblicato sul sito aziendale www.acquistiliguria.it.

QUESITO - 125 -: **In merito alla risposta al quesito 63, viene riportata la frase: "Nessun controllo interno dovrà essere fornito", Vi richiediamo di esplicitare:**

- Cosa s'intende per Controllo interno?
- Si vuole indicare che l'azienda non deve fornire i propri materiali di controllo, ma solo il reagente necessario alle determinazioni di controllo?

In questo caso esisterebbe un'incongruenza con quanto riportato a pag. 3 di 17 del Capitolato speciale Art.1 punto d), dove viene richiesta la fornitura di Controlli Normale e Patologici.

RISPOSTA - 125 -: Per controllo interno si intendono i controlli da utilizzare nel normale processo di CQI previsto dalle normative vigenti. Nello specifico questi controlli non dovranno essere forniti dalla Ditta fornitrice del Sistema Diagnostico, fatto salvo gli eventuali controlli di

qualità interni che l'Azienda ritenesse utili a fini validativi del processo di calibrazione. Nel qual caso l'Azienda dovrà necessariamente fornire i controlli stessi ed i reattivi necessari senza oneri aggiuntivi per il committente.

QUESITO - 126 -: Punto C6 Art. 7 Capitolato Speciale

Alla luce della risposta formulata al quesito n. 55 e alla nostra precedente richiesta di chiarimenti datata 5 u.s. (Allegato F2 punto 3), intendiamo ribadire che quanto richiesto non trova applicabilità concreta per la tipologia dei test oggetto di gara.

RISPOSTA - 126 -

: Si precisa che per il materiale consumabile laddove non sia possibile specificare il numero di determinazioni effettivamente eseguibili si dovrà indicare almeno il numero di confezioni necessarie, su base annuale, tenuto conto della routine indicata.

QUESITO - 127 -

*In merito a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico: **Velocità analitica complessiva del sistema non inferiore a 3.000 (2.000 per il presidio Ospedaliero Villa Scassi 800 per O.E.I Voltri) test/ora di test di Chimica Clinica (metodiche fotometriche) escluso ISE (Na, K, Cl)**, si chiede di confermare che i 3.000 test fotometrici/ora siano richiesti per il presidio di Sestri.*

RISPOSTA - 127 -

: Si confermano i 3.000 test fotometrici/ora per presidio di Sestri.

QUESITO - 128 -

*al fine di rendere più chiara l'offerta economica e fermo restando quanto da Voi già espresso nella risposta al **quesito 54**, Vi chiediamo se sia possibile l'inserimento nell'allegato F2 di una colonna che espliciti il totale della fornitura **annuale** valido per i primi 3 anni (reagenti + altro materiale + canone di noleggio + quota manutenzione) e una colonna con il totale della fornitura **annuale** riferito all'eventuale proroga di 24 mesi (reagenti + altro materiale + quota di manutenzione **esclusa la quota di noleggio**) di cui **all' art.9 "opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi"** del Capitolato Speciale.*

RISPOSTA - 128 -

: La colonna prezzo annuo e quinquennale sono già presenti nell'allegato F2 (offerta economica).

QUESITO - 129 -

Sezione B Capitolato Speciale

Art. 7 - Compilazione offerta tecnica

Vengono richiesti al punto B4:

il n. arrotondato per eccesso, di confezioni di reagente necessarie per coprire il fabbisogno presunto annuo per laboratorio e totale;

ed al punto B5:

il numero arrotondato per eccesso, di confezioni di reagente che, laboratorio per laboratorio, si ritiene siano necessarie per eseguire le calibrazioni e i controlli.

Segnaliamo che ciascuna confezione di reagente proposta è in grado di eseguire sia i test per i referti, sia i test per calibrazioni e controlli; è quindi necessario un unico arrotondamento per eccesso. Vi chiediamo, pertanto, di voler riconsiderare i punti B4 e B5.

RISPOSTA - 129 -

: Al fine di razionalizzare il numero di confezioni, è da considerarsi possibile riportare nei punti B4 e B5 il numero di test e nel punto B6, riportare, **per singolo Laboratorio**, il numero arrotondato per eccesso di confezioni di reagente necessarie per l'esecuzione della somma dei test di cui alle voci B4 e B5, tenuto conto della durata delle confezioni on board.

QUESITO - 130 - : Allegato F2 Offerta Economica Rettificata Lotto 3

1. Alla voce "Prezzo Totale offerto anno in cifre", si richiede di confermare che sia inteso il valore annuale di uno dei primi tre anni di contratto, durante i quali è previsto il canone di noleggio della strumentazione;
2. Relativamente ai fogli Excel dei singoli presidi, al riferimento A (Reagenti) viene richiesto di specificare l' "Unità di misura".
Si richiede di specificare cosa si intende per "Unità di misura": es. n. pezzi, n. ml, ecc.
3. Relativamente ai fogli excel dei singoli presidi, ai riferimenti B (altro materiale necessario) viene richiesto di specificare test per test il materiale necessario e il n° effettivo di determinazioni eseguibili con ogni confezione di prodotto ed il n° di confezioni di prodotto necessarie annuo:
si fa presente che nella quasi totalità dei casi, il materiale offerto è multiparimetrico e risulta quasi impossibile dichiarare il n° di determinazioni eseguibili per ciascuna confezione (in alcuni casi i materiali vengono utilizzati in quantità nota una volta al giorno indipendentemente dagli analiti richiesti) e per ciascun analita il n° di confezioni necessarie all'anno, che spesso risulterebbero frazioni di confezioni.
Pertanto, relativamente al riferimento B (altro materiale necessario), si richiede di poter offrire i materiali necessari, specificando quantità e prezzi ed indicando in offerta economica, come già richiesto nel Capitolato Speciale all' art. 7 "Compilazione offerta tecnica" pagina 9 di 17 punto C3, quali analiti richiedono l'utilizzo di ciascun materiale.

RISPOSTA - 130 - :

- 1) Si conferma inteso **"il primo anno di contratto"**;
- 2) Si è provveduto a modificare e rettificare il mod. F2 "Offerta economica" che sarà pubblicato sul sito aziendale www.acquistiliguria.it;
- 3) Relativamente ai riferimenti B (altro materiale...), l'allegato F2 è stato modificato nella colonna "Elenco Materiale" è stato specificato (riferito all'intero lotto) i singoli test sono indicati solo a titolo di collegamento con le altre schede e le righe possono essere integrate e/o ridotte.

QUESITO - 131 - : Sezione A Capitolato Tecnico

Lotto 8: Immunometria

Si richiede se, nel caso in cui gli strumenti non fossero allocabili negli spazi di destinazione, sia possibile l'abbattimento di una parete per avere gli spazi necessari per i sistemi analitici e di chi sia la pertinenza della spesa

RISPOSTA - 131 - :

La modifica degli spazi, coinvolgendo la globalità organizzativa del Laboratorio Analisi, richiede una programmazione di ampio respiro e comunque fatta precedentemente all'indizione di gara, comunque tutti i costi per l'installazione sarebbero ricaricati sulla Ditta aggiudicataria.

QUESITO - 132 - : Lotto 13 Pre-analitica con funzione di sorting ed aliquotazione

- Si richiede se, qualora l'azienda offerente abbia a disposizione uno strumento di pre-analitica in grado di assicurare per il presidio di Sestri una produttività in sorting pari o superiore a quella richiesta per 2 strumenti, sia possibile offrire un' unica stazione pre-analitica con il back up assicurato dal software offerto in parziale automazione delle fasi di sorting, aliquotazione, etichettatura e archiviazione.
- Si richiede inoltre di specificare il n. di campioni/anno da aliquotare divisi per presidio

RISPOSTA - 132 -: - L'organizzazione dell'importante routine giornaliera svolta presso il Presidio di Sestri Ponente non permette di poter derogare alla richiesta di due strumenti in linea in grado di svolgere anche la copertura di back up a vicenda.
- Il numero di campioni da aliquotare è di circa 500.000 campioni/anno per Sestri Ponente e di circa 300.000 campioni/anno per Villa Scassi.

QUESITO - 133 -: Se anche tutti i documenti tecnici inerenti il LIS (lotto 14) pubblicati, compreso l'integrazione all' All. 4, devono essere firmati su ogni pagina.

RISPOSTA - 133 -: Come previsto dalla documentazione di gara, anche i documenti tecnici inerenti il Lotto 14, compreso l'allegato 4, devono essere sottoscritti dal Legale Rappresentante o da un Procuratore Speciale autorizzato. Nel caso del Procuratore dovrà essere allegata copia conforme della procura rilasciata.

QUESITO - 134 -: *se le certificazioni CE richieste, possono essere presentate in lingua inglese.*

RISPOSTA - 134 -: le certificazioni CE possono essere presentate anche in lingua inglese

QUESITO - 135 -: *nell'Allegato "F2 Offerta Economica", con la variazione del 29-10-2012 è stata introdotta la "Nota 3: il prezzo offerto per i servizi n. 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 sono da considerarsi 1 volta sola per i 5 anni di fornitura"*
Pertanto se, nella colonna "Prezzo annuale", riportiamo il prezzo di tale servizio nella sua globalità, avremo un canone annuo del I anno di noleggio maggiore degli anni successivi ed eventualmente anche superiore al "Importo presunto annuale" riportato nel Disciplinare di gara per € 649.400,00.
Vi chiediamo pertanto indicazioni definitive circa la compilazione dell'allegato F2.

RISPOSTA - 135 -: L'importo presunto annuale è stato calcolato tenendo conto dell'interfacciamento (previsto una volta sola). Pertanto l'offerta presentata dovrà essere uguale o minore dell'importo riportato sul Disciplinare di gara.

QUESITO - 136 -: *Al fine di garantire pari opportunità per le aziende partecipanti a tale procedura, richiediamo alla stazione appaltante di esporre gli eventuali costi degli attuali fornitori software (di cui si dovrà far carico l'aggiudicataria) per:*

- *Le integrazioni previste al Capitolo 5.5 del Capitolato Tecnico (sia per il LIS che per l'Anatomia Patologica).*
- *Il recupero dei dati storici (sia per il LIS che per l'Anatomia Patologica).*

RISPOSTA - 136 -: Non è possibile in questa fase esporre eventuali costi degli attuali fornitori SW. A tal fine si ritiene opportunamente segnalare che l'art. 5.5 del Capitolato tecnico è stato integrato.

QUESITO - 137 -: **Art. 5.3.9 Capitolato Tecnico “notifica referto via SMS”.**

Domanda: in merito a tale requisito, si chiede cortesemente, di confermare che il costo telefonico dell'invio degli SMS è a carico dell'Ente Appaltante. Inoltre si richiede cortesemente di indicare l'attuale fornitore.

RISPOSTA - 137 -: Si conferma.

QUESITO - 138 -: **Art. 5.4 Capitolato Speciale “Anatomia Patologica” stampanti per blocchetti e vetri-
ni.**

Domanda: in merito a tali stampanti si chiede conferma che le caratteristiche richieste “getto d'inchiostro indelebile” e quindi “sistema di fissazione rapida dell'inchiostro” non sono da considerare requisiti obbligatori e quindi pena esclusione.

RISPOSTA - 138 -: **Il requisito è da considerarsi obbligatorio.**

QUESITO - 139 -: **Allegato F2 - Offerta economica rettificata_1011 “voce servizio 9”: installazione configurazione integrazione e attivazione delle componenti distribuite fornite o già presenti e distribuite presso le sedi ASL 3 e OEI.**

Domanda: si chiede cortesemente di esplicitare cosa si intende per componenti distribuite fornite o già presenti. Inoltre motivare la presenza del sito OEI non essendo oggetto di gara.

RISPOSTA - 139 -: Per componenti distribuite fornite o già presenti si intendono le postazioni di lavoro comprensive di quanto va a comporre la postazione (stampanti laser, etichette etc). La voce OEI, invece, è un errore, non va considerata. Si consiglia di consultare la documentazione rettificata e modificata, pubblicata sul sito www.acquistiliguria.it

QUESITO - 140 -: **Allegato F2 Offerta economica rettificata_1011 “voce servizio”: recupero dello storico dei dati strutturati e dei referti presenti nei sistemi LIS e AP attualmente n uso in ASL 3 e OEI e memorizzati in sistemi di archiviazione già presenti in azienda. Operazioni di messa a disposizione degli archivi ed estrazione dati alla fine fornitura.**

Domanda: essendo l'attuale ospedale di Voltri non più parte integrante dell'ASL 3 Genovese si chiede cortesemente di confermare l'obbligo di recupero dei dati storici e in caso affermativo, di indicarne il periodo richiesto.

RISPOSTA - 140 -: L'obbligo di recupero dei dati storici per l'Ospedale di Voltri è da intendersi solo fino al Maggio 2011, momento in cui è stato fatto il passaggio ad OEI.

QUESITO - 141 -: **Art. 1 Oggetto e importo massimo della fornitura: “l'appalto ha per oggetto la fornitura a noleggio, la manutenzione e la conduzione operativa per tre anni con l'opzione di rinnovo per ulteriori anni due<omissis>”.**

Domanda: essendo la forma contrattuale esplicitata “il noleggio” e non il “leasing o altro”, si chiede, al fine di regolamentare il passaggio, di indicare quale sarà la formula contrattuale che verrà utilizzata alla fine dei 3 anni di noleggio in caso di rinnovo per ulteriore periodo.

RISPOSTA - 141 -: In caso di rinnovo sarà considerato solo il costo della manutenzione come da offerta economica per cui rimane la formula del noleggio a corrispettivo ridotto.

QUESITO - 142 -: *Rif. Disciplinare di gara Art. 4 – in caso di partecipazione al solo lotto 14, la busta 3 deve essere ugualmente inserita nel plico?*

RISPOSTA - 142 -: la busta N. 3 da inserire nel plico solo se si intenda presentare offerta per i lotti dal n. 1 al n. 13. La busta N. 4 dovrà essere inserita nel plico, nel caso in cui s'intende presentare offerta per il lotto n. 14. Solo nel caso in cui si presenterà offerta per i lotti dal n.1 al n. 13 e per il lotto n. 14, la Ditta offerente dovrà inserire nel plico, oltre le buste N. 1 N. 2, anche le buste N. 3 e N. 4.

QUESITO - 143 -: *Rif. Disciplinare di gara Art. 4 – si chiede conferma che la frase “Nessun elemento di carattere economico dovrà essere inserito nelle Buste n. 1 e 3, che dovranno contenere rispettivamente ed esclusivamente la documentazione amministrativa e quella tecnica.” sia da intendersi riferito anche alla Busta n. 4 relativa al lotto 14.*

RISPOSTA - 143 -: Si conferma.

QUESITO - 144 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 1.1 – viene scritto “ Come si evince dall'elenco riportato all'art. 4, il totale delle postazioni attualmente in uso presso i Laboratori di Analisi, Anatomia Patologica e i Punti Prelievo è pari a 135 unità; tale valore costituisce quindi il numero minimo di postazioni di lavoro che dovranno essere incluse all'interno della presente fornitura”. Tuttavia conteggiando le postazioni di lavoro indicate all' Art. 4 per le quali viene richiesta la sostituzione risulta un totale di (63+59)=122. Si chiede chiarimenti in merito alla corretta numerosità delle pdl da fornire.*

RISPOSTA - 144 -: Per mero errore non sono stati riportati nel dettaglio le postazioni di Anatomia Patologica, che sommate al numero delle altre postazioni per i Laboratori analisi e i Punti Prelievo dà un totale di 135 unità. Nel controllo è stato notato che il numero Totale di postazioni per i Punti Prelievo è di 60 unità e non 59 unità come riportato nel Capitolato tecnico. S'integrerà il Capitolato tecnico con una tabella apposita.

QUESITO - 145 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 5.2.4 – viene scritto che “deve essere fornito il materiale di consumo (carta) per 6 mesi”. Ma all'Art. 1 questi materiali sono indicati da fornire “a fronte di richiesta dell'ASL”. Si chiede di specificare meglio le modalità di fornitura del materiale di consumo (carta).*

RISPOSTA - 145 -: Il materiale di consumo (carta) dovrà essere fornito anche nei primi 6 mesi a fronte di esplicita richiesta dell'ASL.

QUESITO - 146 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 5.2.5 – viene scritto che “deve essere fornito il materiale di consumo (toner e fusori) per 6 mesi”. Ma all' Art. 1 questi materiali sono indicati da fornire “a fronte di richiesta dell'ASL”. Si chiede di specificare meglio le modalità di fornitura del materiale di consumo (toner e fusori).*

RISPOSTA - 146 -: Il materiale di consumo (toner e fusori) dovrà essere fornito anche nei primi 6 mesi a fronte di esplicita richiesta dell'ASL.

QUESITO - 147 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 10.1 – nelle sezioni relative ai criteri di valutazione tecnica viene più volte citato un' allegato P che non compare nella documentazione di gara. Si chiedono chiarimenti in merito a tale allegato.*

RISPOSTA - 147 -: L'allegato P citato sul Capitolato tecnico (e l'allegato G sul Disciplinare di gara) è un metodo di calcolo e di attribuzione dei punteggi per le procedure di gara di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa), previsto dal D.P.R. 207/2010.

QUESITO - 148 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 8 – viene richiesta “Copia certificato di conformità a direttive e norme tecniche armonizzate per ogni componente e per ogni software offerto”. La richiesta appare applicabile alle componenti HW, ma non ai sistemi SW richiesti dalla gara. Si chiedono chiarimenti in merito alla fornitura di tale certificato.*

RISPOSTA - 148 -: S'intende: **Certificato di Conformità del SW IHE**, oltre che **autocertificazione della Ditta** relativamente alla **rispondenza del prodotto SW fornito alla normativa di sicurezza vigente e a i marchi di qualità**

QUESITO - 149 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 4.1.5 – viene scritto “L'offerente deve garantire nell'ambito della fornitura il recupero e l'integrazione dei dati storici e dei referti contenuti nei suddetti sistemi, secondo le regole e le modalità che verranno indicate dall'Azienda”. Il recupero dei dati storici e dei referti rappresenta quindi un'attività imprescindibile ai fini del collaudo del sistema. L'Azienda concorrente deve presentare offerta (art. 8) “Descrizione dettagliata delle tempistiche e delle fasi di realizzazione/attivazione del progetto, comprensive di cronoprogramma (Diagramma di Gantt), con l'indicazione della data di collaudo (che non potrà in nessun modo superare i 180 giorni dalla stipula del contratto)”. Ai fini della redazione del cronoprogramma, si chiede di avere indicazione della data entro la quale i dati da recuperare verranno messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte degli attuali fornitori (es. entro 2 settimane dall'aggiudicazione definitiva della gara)*

RISPOSTA - 149 -: I dati da recuperare verranno messi a disposizione dell'Aggiudicatario dal momento dell'avvio della fornitura

QUESITO - 150 -: *Rif. Sezione A Capitolato tecnico lotto 14 Art. 4.1.5 – viene scritto “L'offerente deve garantire nell'ambito della fornitura il recupero e l'integrazione dei dati storici e dei referti contenuti nei suddetti sistemi, secondo le regole e le modalità che verranno indicate dall' Azienda”. Si chiede, ai fini della par conditio nella redazione dell'offerta, di chiarire in capo a chi sono i costi di estrazione dei dati dai sistema Dedalus, Noemalife e Marp.*

RISPOSTA - 150 -: I costi di estrazione dei dati dai sistemi Dedalus, Noemalife e Marp saranno a carico dell'Aggiudicatario.

QUESITO - 151 -: *Rif. Risposta al Quesito 23 – Si chiede di confermare se anche per il lotto 14 verranno utilizzate, come criteri di valutazione all' interno della matrice del metodo Electre, le Sezioni di caratteristiche (e quindi le voci “Architettura proposta”, “Postazioni di lavoro”, “Funzionalità applicative”, “Integrazioni”, “Sicurezza”, “Servizi”) oppure se è prevista una diversa impostazione della valutazione.*

RISPOSTA - 151 -: Si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico.

QUESITO - 152 -: *Rif. Sezione B Capitolato speciale Art. 15 – Viene scritto “La Ditta aggiudicatario emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola A.S.L., A.O. e I.R.C.C.S. indica*

Centrale Regionale di Acquisto

gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura". Tali modalità di fatturazione sembrano applicabili ai lotti 1-13 ma non alla fornitura e gestione del sistema informatico del DIPAC (lotto 14). Si chiede pertanto di dettagliare le modalità di fatturazione relative al lotto 14.

RISPOSTA - 152 : La cadenza della fatturazione, a seguito di ordini, per il noleggio e i servizi sarà di norma con cadenza trimestrale.

QUESITO - 153 : - *di confermare che le ditte offerenti potranno, al Punto B (Altro materiale necessario), indicare i consumabili della strumentazione in fondo all'elenco degli analiti trattandosi di prodotti comuni a tutte le determinazioni richieste, senza dover necessariamente ripetere tutti i codici accanto a ciascun test;*

RISPOSTA - 153 : Le ditte dovranno indicare i codici ed i quantitativi necessari per l'espletamento della totalità degli esami senza ripetere più di una volta lo stesso codice.

QUESITO - 154 : - *di precisare se la prescrizione per cui "occorre indicare il prezzo a test risultante dalla sommatoria delle voci (a+b+c)" debba intendersi come un unico prezzo a test medio (importo complessivo di fornitura/n. complessivo di determinazioni annue) oppure se per ciascun analita debba calcolarsi il relativo prezzo a test. In quest'ultimo caso, mancando un modulo complessivo, si precisa che le Aziende coinvolte nel lotto 3 avranno ovviamente un prezzo a test diverso in funzione dei diversi volumi richiesti.*

RISPOSTA - 154 - : Se per modulo complessivo s'intende un'ulteriore colonna, questa potrà essere aggiunta o indicata a parte, all'interno dell'allegato F2, in quanto il costo medio a test è un dato non necessario ai fini dell'aggiudicazione definitiva ma un'informazione di tipo conoscitivo per singolo test.

Si ricorda che tutta la documentazione è disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)