ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/5488543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, 04/09/2015

Prot. n. 7331

Oggetto: **Procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di stent coronarici occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n.7. Numero gara 6109035.**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in ordine alla gara in oggetto fino al 4/**9/2015**, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 8

DOMANDA: Nell articolo 4 (Requisiti tecnici dei prodotti pena esclusione comuni a tutti i lotti) del Capitolato Tecnico è riportato che la superficie metallica dello stent può essere coperta da coating in carbonio, mentre in allegato F4 (Dichiarazione caratteristiche tecniche gara) per i lotti 1,2,3,4,6,7, è previsto come requisito minimo pena esclusione superficie metallica dello stent coperta da coating in carbonio . La presenza del coating in carbonio è un requisito minimo per i lotti sopra citati?

RISPOSTA: Si conferma la **non obbligatorietà** del requisito in questione. Nell'allegato F 4 infatti, sebbene il requisito sia riportato sotto la rubrica dei requisiti minimi, non è chiesta l'attestazione di presenza del medesimo (si/no), ma solo di **specificare l'eventuale presenza di superficie metallica coperta da coating in carbonio.**

QUESITO N.9

DOMANDA: In merito alla campionatura del lotto 5 "Stent coronarico medicato totalmente bioassorbibile" Vi chiediamo se la stessa deve essere spedita direttamente alla S.C.Cardiologia - S.S.Emodinamica dell'E.O.Ospedali Galliera oppure presso ARS Liguria - Area Regionale di Acquisto.

RISPOSTA: Anche la campionatura del lotto 5, in plico separato, va inviata ad ARS Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto via D'Annunzio 64.

QUESITO N. 10

DOMANDA: Per tutti i lotti di gara nei REQUISITI MINIMI DI GARA RICHIESTI a pena esclusione al requisito n.4 è riportato:
La lunghezza del palloncino può eccedere la lunghezza dello stent di non più di 0,5 mm per parte
I dati disponibili in letteratura scientifica non evidenziano alcuna correlazione tra tale caratteristica tecnica e le performance dello stent in termini di sicurezza ed efficacia. Questo determina il fatto che la documentazione tecnica di alcune piattaforme innovative in termini di design, facilità di impianto, con solide evidenze cliniche, è sprovvista del dato tecnico da voi richiesto.
A questo proposito chiediamo la possibilità di considerare il punto n. 4 La lunghezza del palloncino può eccedere la lunghezza dello stent di non più di 0,5 mm per parte come una caratteristica consigliabile, ma non mandatoria in modo da non escludere dall'offerta le tecnologie più innovative.

RISPOSTA: in attesa risposta dalla Commissione tecnica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo Zanella)