

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 0105488561
E-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Sig.a Loredana Lotti tel. 010.5488546
E-mail: loredana.lotti@regione.liguria.it
Sig. Roberto Boretti tel. 010.5488535
E-mail: roberto.boretti@regione.liguria.it

Genova, 25/11/2015

Prot. n. 10390

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per la fornitura di Materiale e attrezzature per laboratorio analisi occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di anni cinque (con opzione di rinnovo per ulteriori due anni) - Lotti n. 19. Numero gara 6090293
Risposta ai quesiti pervenuti al 05/11/2015.

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati a questa Centrale in ordine alla gara, si rappresenta quanto segue:

QUESITO N. 15

DOMANDA

In riferimento al lotto 11, si chiede di specificare il numero di estrazioni annue necessarie per l'Ente Ospedaliero Galliera e l'Ospedale di Savona.

RISPOSTA

Il numero di estrazioni corrisponde al numero di referti cui vanno sommate 3 controlli (o comunque il numero di controlli necessari) per ciascuna seduta analitica

QUESITO N. 16

DOMANDA

In riferimento al lotto 11, si chiede conferma che la compatibilità del sistema automatico in Real Time PCR con tutti i kit forniti, richiesta tra le caratteristiche di minima indispensabili previste nel Vs. Capitolato tecnico, debba intendersi come mera compatibilità non anche come validazione CE-IVD dell'intero sistema.

RISPOSTA

Si conferma che, indipendentemente dalla necessaria validazione CE-IVD dello strumento e dei singoli reagenti, deve essere documentata la compatibilità delle due componenti.

QUESITO N. 17

DOMANDA

Per il lotto 17 – HPLC:

- Descrivete gli strumenti per gli ospedali Gaslini e Galliera: si intendono 2 strumenti più back up per ciascun ospedale oppure Galliera-Gaslini sono una unica destinazione delle apparecchiature?

RISPOSTA

Si intende n. 1 strumento più back up per ciascun ospedale.

QUESITO N. 18

DOMANDA

Per il lotto 17 – HPLC:

- Nell'elenco test, che percentuale minima deve rispondere una ditta per non essere esclusa dal procedimento? Oppure deve offrire tutti i test richiesti?

RISPOSTA

L'articolazione del lotto è stata modificata. Dovranno essere offerti tutti i test obbligatori più il maggior numero degli opzionali.

Come meglio specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale – Sez. B, i test opzionali dovranno essere quotati singolarmente nell'apposita tabella D prevista a corredo dell'allegato F2. Il prezzo medio di tutti i reattivi opzionali comprensivi di altro materiale offerti non dovrà superare il costo medio dei test obbligatori offerti (così come risultante nella tabella "A – REAGENTI OBBLIGATORI")

QUESITO N. 19**DOMANDA**

Disciplinare di gara. Punto 3 Raggruppamento di Imprese:

Si richiede di confermare se sia possibile partecipare in ATI per un lotto e singolarmente per un altro lotto.

RISPOSTA

Si conferma la possibilità di partecipare in ATI per un lotto e singolarmente per un altro.

QUESITO N. 20**DOMANDA**

Tabella economica – Allegato F2 – è corretto interpretare che nella parte denominata b) Altro materiale necessario vadano inseriti i sieri di controllo, calibratori, diluenti ed eventuale materiale di consumo legato all'utilizzo del reagente sulla strumentazione?

RISPOSTA

E' corretto.

QUESITO N. 21**DOMANDA**

Tabella economica – Allegato F2: tabella relativa ai dati produttore: è possibile aggiungere delle righe dovendo indicare più di un produttore?

RISPOSTA

Si, è possibile aggiungere delle righe.

QUESITO N. 22**DOMANDA**

Tabella Economica – Allegato F2 – lotto 18: nella tabella riassuntiva avete lettera A (reattivi) – B (prezzo complessivo altro materiale) – C (canone di noleggio). In quest'ultima voce intendete anche includere la voce manutenzione, che peraltro viene dettagliata, come richiesto nelle tabelle successive? Confermate?

Invece la lettera D) Costo interfacciamento 2 sistemi solo per il primo anno è da intendersi quanto richiesto a pag. 5 del Capitolato Speciale in merito a quanto specificato alla lettera e) interfacciamento al LIS e ove necessario anche Middleware? Confermate?

RISPOSTA

Si conferma: nel riferimento C dell'offerta economica dovrà essere incluso anche il costo della voce manutenzione, richiesto in maniera dettagliata per ogni singola Azienda Sanitaria.

Si conferma: nella formulazione del prezzo per il riferimento D dell'offerta economica si dovrà tener conto di quanto previsto a pag. 5 nel Capitolato speciale alla lettera e).

QUESITO N. 23**DOMANDA**

I documenti qui di seguito vanno solo visionati in questa fase di presentazione della gara? Vogliate confermare che non vanno compilati e/o restituiti:

- Allegato R1 – rinnovo contratto;
- Sezione C – Convenzione fornitura;
- Sezione D – Ordinativo;
- DUVRI.

RISPOSTA

Si conferma: in questa fase di gara i documenti sopra riportati vanno solo visionati.

QUESITO N. 24**DOMANDA**

Disciplinare di gara – 4. Modalità di presentazione dell'offerta – Busta N. 3 Documentazione Tecnica pag.7.

Si chiede di confermare che la prescrizione secondo cui "gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del dichiarante", debba intendersi come obbligo di rilasciare con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 solo le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione, in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006;
- dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND;
- dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore

E che sia sufficiente datare e firmare solo la prima e l'ultima pagina di ciascun fascicolo tecnico (relazione tecnica, schede tecniche, schede di sicurezza, manuale utilizzatore, ecc.) allegando una copia del documento di identità.

RISPOSTA

Busta N. 3 Documentazione Tecnica pag.7:

Si intende, come obbligo di rilasciare con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, tutti gli atti elencati sul Disciplinare di gara (dalla lettera a alla lettera j) e dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente su tutte le pagine.

QUESITO N. 25**DOMANDA**

Disciplinare di gara – 4. Modalità di presentazione dell'offerta – Busta N. 3 Documentazione tecnica pag. 7 punto k). Si chiede se è sufficiente che il CD ROM contenga la copia in formato .pdf della documentazione cartacea, e se è possibile che la documentazione su CD possa non riportare la firma ad eccezione delle dichiarazioni richieste degli Allegati.

RISPOSTA

Il formato nel quale perverrà la documentazione dovrà essere in formato .pdf e comunque non modificabile.

QUESITO N. 26**DOMANDA**

Disciplinare di gara – 4. Modalità di presentazione dell'offerta – Busta N. 3 Documentazione Tecnica pag. 6 punto c); Capitolato Speciale art. 6 A) per strumentazione – punto 9.

Si chiede di confermare che la documentazione scientifica e i reports dei risultati di partecipazione a programmi VEQ possano essere presentati in lingua inglese essendo documentazione a carattere internazionale.

RISPOSTA

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana o se presentata in lingua inglese dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata ad eccezione della documentazione scientifica che potrà essere esibita in lingua inglese.

QUESITO N. 27**DOMANDA**

Riferimento Disciplinare – Punto 3. Raggruppamento di impresa RTI.

Si chiede conferma che la prescrizione "l'impresa che concorre in raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente" sia da intendersi riferita ai distinti lotti quindi della possibilità di partecipare, presentando offerte distinte, in RTI per un lotto e singolarmente per un altro.

RISPOSTA

Si conferma la possibilità di partecipare, presentando offerte distinte, in RTI per un lotto e singolarmente per un altro.

QUESITO N. 28**DOMANDA**

Disciplinare di gara – 4. Modalità di presentazione dell'offerta – Busta N. 3 Documentazione Tecnica.

Si chiede la possibilità di indicare i prezzi di calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo a zero o in sconto merce.

RISPOSTA

Non si acconsente. La Ditta all'atto della predisposizione dell'offerta dovrà indicare il prezzo di calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo.

QUESITO N. 29**DOMANDA**

Disciplinare di gara – 4. Modalità di presentazione dell'offerta – Busta N. 3 Documentazione Tecnica.

Al punto k) viene richiesto un CD ROM (non scrivibile) contenente tutta la documentazione richiesta salvata in formato editabile: si chiede cosa si intende per formato editabile.

RISPOSTA

Il formato nel quale perverrà la documentazione dovrà essere in formato .pdf e comunque non modificabile.

QUESITO N. 30**DOMANDA**

Riferimento Sezione A – Capitolato tecnico – lotto 10.

- Al fine di favorire la più ampia partecipazione, nello specifico per il lotto n. 10 si chiede che, in ottemperanza al requisito caratteristica di minima a pena esclusione "il sistema (analitico) deve prevedere la procedura di estrazione automatica in grado di caricare almeno 60 campioni", si tenga conto del principio di equivalenza e quindi si possa rispondere con un sistema che, con le proprie sue specifiche caratteristiche tecniche(caricamento continuo, accesso random, gestione delle urgenze, velocità analitica) porti ad una prestazione/risultato equivalente o superiore alla prescrizione.

- Inoltre, in riferimento ai carichi di lavoro lotto n. 10, si chiede conferma che per l'ASL 5 Spezzino l'esame HBV Quantitativo sia n. referti che n. sedute/anno è 104.

RISPOSTA

- **Si conferma la caratteristica indicata, valorizzando in questo caso la produttività oraria per un lavoro impostato in batch.**

- **Si tratta di un refuso. Si provvederà a correggere il dato.**

QUESITO N. 31**DOMANDA**

DISCIPLINARE DI GARA: PAG. 7/17 punto k) chiedete di allegare CD-ROM non riscrivibile contenente la documentazione tecnica richiesta al punto 4 "Modalità presentazione dell'offerta – busta 3 documentazione tecnica", salvata in formato editabile.

- A tal proposito siamo a chiederVi cosa si intende per tale formato, ovvero, confermate che la richiesta si riferisce esclusivamente agli allegati da compilare?
- Confermate quindi che le schede tecniche, di sicurezza, etc....possono essere allegate nei loro formati ".pdf" originali?

RISPOSTA

Il formato nel quale perverrà la documentazione dovrà essere in formato .pdf e comunque non modificabile.

QUESITO N. 32**DOMANDA**

Art. 7 del Capitolato speciale PAG. 9/17 – Compilazione offerta tecnica".

- A tal proposito siamo a chiederVi se avete predisposto un Allegato da compilare per poter rispondere a tutti i punti richiesti (PUNTI A – B – C).

RISPOSTA

No non è previsto.

QUESITO N. 33**DOMANDA**

Lotto 12: nel Vostro modello di offerta economica Allegato "F2" – punto B (ALTRO MATERIALE NECESSARIO) sono riportati gli stessi identici TEST richiesti nel punto A – REAGENTI.

- A tal proposito siamo a chiederVi conferma se tale distinzione fa riferimento alla marcatura CE-IVD richiesta nella Sezione A – Capitolato tecnico punto 4) e 5) (PAG 60/92).
- NELLO STESSO Allegato dovremmo inserire il materiale di consumo offerto (consumabili, calibratori, ...) come richiesto in Capitolato, ma non è predisposta una relativa tabella. E' quindi possibile inserire delle righe aggiuntive?

RISPOSTA

- Per "ALTRO MATERIALE NECESSARIO" si intende tutto il materiale, diverso dal reagente, "necessario" per l'esecuzione dei test (anche questo deve essere CE-IVD).
- Si è possibile

QUESITO N. 34**DOMANDA**

Lotto 6

Per il terreno (obbligatorio) richiesto " Terreno brodo Todd Hewitt, come consumo annuo della ASL 2 Savonese S. Corona di Pietra L., è indicato Liofilo 8 fl; si chiede di confermare che trattasi di terreno in polvere e specificare il taglio dei n. 8 flaconi richiesti (100 o 500 gr?)

RISPOSTA

Si conferma che trattasi di terreno in polvere. Sono richiesti flaconi da gr. 500

QUESITO N. 35**DOMANDA**

Lotto 6

Per il terreno (obbligatorio) richiesto "piastre Agar Bile" si chiede di specificare ulteriormente il tipo di terreno richiesto al fine di poter offrire il prodotto più consono alle esigenze dei laboratorio.

RISPOSTA

Si intende il terreno specifico bile esculina per Enterococchi

QUESITO N. 36**DOMANDA**

Lotto 6

Per il terreno (opzionale) richiesto "Piastre listeria agar" si chiede di specificare se trattasi di listeria Oxford o Palcam e terreno cromogenico.

RISPOSTA

Possono essere presentati indifferentemente

QUESITO N. 37**DOMANDA**

Lotto 6

Per il terreno (obbligatorio) richiesto " Piastre Stonenbrink" si pone attenzione che trattasi di terreno coagulato che nel processo di produzione va incubato a 90 gradi e che quindi può essere realizzato unicamente in provette di vetro a becco di clarino: si chiede di confermarne la richiesta in "Provette"

RISPOSTA

Si corregge la richiesta in "provette"

QUESITO N. 38**DOMANDA**

Tabella Economica e "offerta silente" – Allegato F2 – lotto n. 18 –GALLIERA: nella tabella B (altro materiale necessario) non è stata inserita la colonna denominata "PREZZO A CONFEZIONE OFFERTO IVA esclusa in cifre (euro)" che è presente nella tabella lotto 18. C. T. ASL 1 Imperia.

Si tratta di un refuso? Se si provvederete alla pubblicazione di un nuovo Allegato F2?

RISPOSTA

Si tratta di un refuso e si provvederà alla rettifica e alla pubblicazione di un nuovo allegato F2

QUESITO N. 39**DOMANDA**

Art. 1 – punto B del Capitolato Speciale, all'ultimo capoverso viene citato: "Il costo dei reagenti deve essere comprensivo anche dei necessari calibratori, controlli e consumabili", ma nella scheda offerta economica Allegato F2 viene chiesta quotazione di: "B altro materiale necessario", cosa si intende per altro materiale necessario? Considerando che tutto dovrà essere compreso nella quotazione dei reagenti? Se intendete calibratori, controlli e consumabili (cuvette di lettura, puntali, coppette, liquidi di lavaggio, toner, carta e cartucce per stampanti, ecc.) la quotazione dovrebbe essere a €. 0,00.

RISPOSTA

Per "Altro materiale necessario" si intende tutto il materiale, diverso dal reagente, indispensabile per l'esecuzione dei test

QUESITO N. 40**DOMANDA**

LOTTO 3: PAG. 22 A 92 del capitolato Tecnico viene citato che: "LE QUANTITA' DEI SINGOLI TEST INDICATE, RELATIVO AI SINGOLI ANALITI, SI INTENDONO COMPRESIVI DEI CONSUMI RIFERITI A CALIBRAZIONI E CONTROLLI CHE LA DITTA DEVE FORNIRE IN QUANTITA' ADEGUATE IN BASE AL SISTEMA OFFERTO" ma all'ART. 2 e ART. 7 PUNTO b.5 del Capitolato Speciale viene specificato rispettivamente:

art. 2 che le quantità dei singoli test indicate non sono comprensivi dei consumi riferiti a calibrazioni e controlli ma soprattutto all'Art 7 punto B.5 viene chiesto di indicare specificamente il nr. arrotondato per eccesso di confezioni di Reagente che si ritiene siano necessarie per eseguire le calibrazioni e i controlli. Si chiede di chiarire se i test indicati al Lotto 3 sono o non sono comprensivi dei test per effettuare calibrazioni e controlli.

RISPOSTA

Quanto indicato nel Capitolato Speciale è da intendersi valido in senso generale eccetto nel caso in cui sia diversamente specificato nel Capitolato Tecnico a livello del singolo lotto, come nel lotto 3 ove le quantità fornite devono includere calibratori e controlli

QUESITO N. 41**DOMANDA**

LOTTO 3: Chiediamo di chiarire inoltre per una più precisa stima quante volte al giorno viene eseguito il controllo di qualità su due livelli e quante sedute settimanali vengono eseguite per i test indicati (routine e urgenze).

RISPOSTA

Il controllo su due livelli deve essere eseguito almeno 2 volte al giorno; dosaggio eseguito in Routine, 300 giorni/anno Dosaggio eseguito in Urgenza, 365 giorni/anno. Ovviamente la classificazione strumentale (a seconda si parli di uno, due o più strumenti) determina il numero di sedute analitiche e di conseguenza il corretto quantitativo annuo di controlli.

Parimenti i test per calibrazione (quantificati per ogni test secondo la stabilità di calibrazione fornite dal costruttore) devono essere calcolati sul medesimo numero di sistemi per cui sono previsti i controlli in funzione della classificazione strumentale.

Inoltre per ogni analita la VEQ test/ anno 12 (6 invii per 2 livelli) moltiplicato numero strumenti in cui sono eseguiti.

Per poter rendere raffrontabili tutte queste variabili sui consumi di reagenti nelle varie realtà le quantità dei singoli test indicate, relative ai singoli analiti, si intendono comprensivi dei consumi riferiti a calibrazioni e controlli che la ditta deve fornire in quantità adeguate in base al sistema offerto.

QUESITO N. 42**DOMANDA**

Relativamente al Lotto 3, con la presente siamo a richiedere la possibilità di avere le planimetrie in formato DWG dei locali e degli spazi adiacenti gli stessi al fine di poter predisporre una relazione progettuale pienamente rispondente alle richieste.

RISPOSTA

Possono essere fornite esclusivamente planimetrie di massima in pdf, rimandando a rilevazioni più precise da effettuarsi a livello di sopralluogo ove necessario

QUESITO N. 43**DOMANDA**

All'interno del modulo R1 si cita in diversi punti l'allegato F8 che dovrà essere compilato. In caso di una pluralità di amministratori. Vogliate pertanto rendere disponibile detto modello. Oltretutto all'interno del plico amministrativo non si richiede la compilazione dell'Allegato R1: come devono comportarsi le ditte concorrenti?

RISPOSTA

Il modulo R1 in questa fase deve essere solo visionato. Parimenti non si richiede la compilazione del citato allegato F8 in quanto trattasi di refuso

QUESITO N. 44**DOMANDA**

Si chiede conferma che, per un'azienda neo costituita e divenuta di fatto operativa a seguito di acquisto di ramo d'azienda da altro operatore di settore, sia possibile, ai sensi dell'art. 41, comma 3, D. Lgs. 163/2006, soddisfare la richiesta di fatturato:

- Idonee referenze bancarie a comprova della propria capacità e solidità economico-finanziaria (come previsto dallo stesso art. 41, comma 1, lett. A), D. Lgs. 163/2006;
- Indicazione del fatturato globale e specifico maturato a far data dalla costituzione fatto salvo il rispetto dei volumi minimi richiesti per il fatturato medio annuo.

RISPOSTA

Si conferma.

QUESITO N. 45**DOMANDA**

Si chiede che sia possibile produrre, a comprova della capacità tecnica, documentazione ex art. 42 D. Lgs 163/60 relativa alle forniture eseguite dalla cedente il ramo d'azienda e riferibili ad attività pertinenti a tale ramo d'azienda comprensivo di beni, rapporti giuridici (inclusi quelli di lavoro), diritti di proprietà intellettuale e di tutti gli altri assets necessari all'esercizio del ramo d'azienda stesso e che sono confluiti nella società cessionaria neocostituita.

RISPOSTA

E' possibile.

QUESITO N. 46**DOMANDA**

Poiché all'art. 1 del Capitolato Speciale al punto b) si prevede che il costo dei reagenti deve essere comprensivo anche dei necessari calibratori, controlli e consumabili, deve intendersi che questi devono essere offerti in sconto merce?

RISPOSTA

No, la Ditta all'atto della predisposizione dell'offerta dovrà indicare il prezzo di calibratori, controlli di qualità e materiali di consumo.

QUESITO N. 47**DOMANDA**

Al punto C6 dell'art. 7 della sezione B del Capitolato Speciale si richiede di indicare il numero di test eseguibili con ciascuna confezione di consumabile. Detta prescrizione, a nostro avviso, non permette alle Aziende di esporre un dato comparabile dal momento che alcuni consumabili sono legati al numero di sedute eseguite o alle strumentazioni piuttosto che al volume di determinazioni effettuate. Si chiede pertanto di confermare che sia sufficiente indicare il confezionamento dei consumabili offerti sia nell'offerta economica che nella documentazione.

RISPOSTA

Trattasi di dato meramente conoscitivo. Si conferma, pertanto, quanto richiesto sul Capitolato Speciale indicando il numero di test eseguibili con ciascuna confezione di consumabile.

QUESITO N. 48**DOMANDA**

Laddove si precisa nel disciplinare che la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, si chiede conferma, laddove la stessa venga suddivisa in fascicoli, che la firma potrà essere apposta solo sulla prima e sull'ultima pagina di ciascun fascicolo.

RISPOSTA

No, la firma deve essere apposta su ogni pagina

QUESITO N. 49**DOMANDA**

Si chiede che la documentazione su supporto informatico non debba invece essere sottoscritta né con firma digitale, né mediante caricamento della scansione di quanto predisposto su carta, ma che possa essere caricata in formato .pdf

RISPOSTA

La documentazione su supporto informatico deve essere identica a quella cartacea e pertanto comprensiva di firma. Non è richiesta la firma digitale.

QUESITO N. 50**DOMANDA**

Di confermare che la prescrizione del Disciplinare secondo cui "gli atti della busta tecnica dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, corredate da copia del documento di identità del dichiarante" debba intendersi come obbligo di rilasciare con le forme di cui al DPR 445/2000 solo le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione, in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 163/200;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CEE di riferimento e Codici CND;
- Dichiarazione attestante la ragione sociale del produttore e dell'eventuale distributore;

RISPOSTA

Busta N. 3 Documentazione Tecnica pag.7:

Si intende, come obbligo di rilasciare con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, tutti gli atti elencati sul Disciplinare di gara (dalla lettera a alla lettera j) e dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente su tutte le pagine.

QUESITO N. 51**DOMANDA**

E' possibile fornire dichiarazioni di conformità, certificazioni ISO in lingua inglese dal momento che gli stessi sono rilasciati direttamente dal fabbricante o comunque da organismi internazionali? Analogamente vogliate confermare che anche la bibliografia potrà essere fornita in lingua non italiana visto il carattere internazionale che dette pubblicazioni rivestono.

RISPOSTA

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana o se presentata in lingua inglese dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata ad eccezione della documentazione scientifica che potrà essere esibita in lingua inglese.

QUESITO N. 52**DOMANDA**

Per il lotto 3, di confermare che le ditte offerenti potranno, al punto B (Altro materiale necessario) del modello economico, indicare i consumabili della strumentazione in fondo all'elenco degli analiti trattandosi di prodotti comuni a tutte le determinazioni richieste, senza dover necessariamente ripetere ciascun i codici accanto a tutti i test.

RISPOSTA

E' sufficiente.

QUESITO N. 53**DOMANDA**

E' possibile fornire le brochure in lingua inglese?

RISPOSTA

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana o se presentata in lingua inglese dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata ad eccezione della documentazione scientifica che potrà essere esibita in lingua inglese.

QUESITO N. 54**DOMANDA**

Relativamente al lotto 3 di precisare se le ditte offerenti dovranno offrire solo i controlli di calibrazione o anche i controlli di qualità

RISPOSTA

Devono essere forniti i controlli di calibrazione

QUESITO N. 55**DOMANDA**

Si chiede conferma del fatto che la "completa e dettagliata Relazione Tecnica" (prevista dall'art.6 de Capitolato Speciale- Sezione B) ed i relativi allegati, devono essere inseriti all'interno della busta n. 3 – Documentazione Tecnica; si fa presente che tale Relazione Tecnica non è presente nell'elenco della documentazione tecnica che deve essere inserita nella busta 3 (pagina 6 di 17 del Disciplinare di Gara)

RISPOSTA

Si conferma, si provvederà ad integrare il Disciplinare di gara

QUESITO N. 56**DOMANDA**

Si chiede conferma che quanto riportato a pag. 11 del Disciplinare di Gara "Alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punti assegnati ai vari criteri qualitativi in base alla tabella sopra esposta, verranno attribuiti punti 60 e proporzionalmente alle altre secondo la seguente formula..." Sia da considerarsi un refuso e che il punteggio massimo attribuibile alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio sia di punti 70.

RISPOSTA

Si tratta di refuso. Si provvederà a modifica il documento.

QUESITO N. 57**DOMANDA**

Lotto 3

Si chiede conferma che per i test: Anticorpi antiperossidasi e Anticorpi antitireoglobulina, il numero di Test/anno che deve essere offerto sia effettivamente quello riportato a pagina 21 di 92 del Capitolato Tecnico- Sezione A e nell'Allegato F2 ovvero:

	Prestazione	n. test/anno
31	Anticorpi antiperossidasi	500
32	Anticorpi antitireoglobulina	10000

Si fa presente che tali quantitativi non sono coerenti con quanto riportato in Allegato B pag. 28 di 92 del Capitolato Tecnico- Sezione A (Priorità + Emergenze >> test/annui richiesti)

Prestazione	PS	Rianimazione	utic	Priorità sale degenza	Totale emergenze anno
Anticorpi antiperossidasi			2635	5420	8055
Anticorpi antitireoglobulina			2283	5361	7644

RISPOSTA

Trattasi di refuso da intendersi a pag. 21 di 92 come di seguito indicato, contestualmente a pag. 28 di 92 le due righe saranno eliminate

	Prestazione	n. test/anno
31	Anticorpi antiperossidasi	10500
32	Anticorpi antitreoglobulina	10000

QUESITO N. 58**DOMANDA**

Punto a) della documentazione tecnica, siamo a richiedere se è possibile fascicolare tutte le schede tecniche/metodiche inserendo come prima pagina una copertina con indicazione del lotto, senza riportare su ogni scheda tale indicazione.

RISPOSTA

Si è consentito.

QUESITO N. 59**DOMANDA**

In riferimento alla richiesta di CD - Rom, punto k) della documentazione tecnica, con tutta la documentazione dei punti da a) a k) in formato editabile, precisando che non siamo in possesso dei formati editabili di molti dei documenti richiesti, a mero titolo di esempio, dépliant, schede tecniche, relazioni strumentazione, etc., e che gli stessi sono coperti da copyright, siamo a chiedere se il formato editabile sia richiesto solo per i documenti di cui ai punti b), g), i) e j).

RISPOSTA

Il formato nel quale perverrà la documentazione dovrà essere in formato .pdf e comunque non modificabile.

QUESITO N. 60**DOMANDA**

Si chiede conferma sulla possibilità di produrre le schede di sicurezza in fase di aggiudicazione ed in caso debbano essere fornite in fase di gara si richiede di confermare la possibilità di presentarle esclusivamente su supporto informatico.

RISPOSTA

Le schede di sicurezza devono essere fornite, in formato cartaceo e su supporto informatico, in sede di presentazione della documentazione tecnica.

QUESITO N. 61**DOMANDA**

In riferimento al modello Allegato F4, si chiede di chiarire come devono essere esposti gli "eventuali elementi migliorativi" visto nel suddetto allegato non è stato previsto alcuno spazio dedicato a tale scopo.

RISPOSTA

Trattandosi di un documento in formato Word, ciascun concorrente, se del caso, potrà aggiungere ulteriori righe/paragrafo

QUESITO N. 62**DOMANDA**

In riferimento al modello Allegato F2 offerta economica, relativamente ai riferimenti B (altro materiale necessario) viene richiesto di specificare test per test il materiale necessario e il n° effettivo di determinazioni eseguibili con ogni confezione di prodotto ed il n° di confezioni di prodotto necessario annuo.

Si fa presente che nella quasi totalità dei casi il materiale offerto è multiparimetrico e risulta quasi impossibile dichiarare il n° di determinazioni eseguibili per ciascuna confezione (in alcuni casi i materiali vengono utilizzati in quantità nota una volta al giorno indipendentemente dagli analiti richiesti) e per ciascun analita il n° di confezioni necessarie all'anno, che spesso risulterebbero frazioni di confezione.

Si richiede di confermare che i test elencati in tale sezione sono riportati solo a titolo di collegamento con le altre schede e pertanto non è necessario indicare il numero effettivo di determinazioni eseguibili con ogni confezione di prodotto, e quindi senza, di conseguenza alcun abbinamento ai test riportati nella colonna C.

RISPOSTA

Si precisa che per "ALTRO MATERIALE NECESSARIO" laddove non sia possibile specificare il numero di determinazioni effettivamente eseguibili si dovrà indicare almeno il numero di confezioni necessarie, su base annuale tenuto conto della routine indicata. Si ricorda come nel caso nei sei mesi di collaudo si evidenziasse il numero non corretto la ditta dovrà allo stesse condizioni economiche integrare i quantitativi offerti pena rescissione dal contratto.

QUESITO N. 63**DOMANDA**

Con riferimento alla sezione B Capitolato speciale

Art. 7 Compilazione offerta economica – con l'indicazione B per ogni reagente:

B5 il numero arrotondato per eccesso, di confezioni di reagente che, laboratorio per laboratorio, si ritiene siano necessarie per eseguire le calibrazioni e i controlli.

Ciascuna confezione di reagente permette di eseguire sia i test per i referti sia i test per calibrazioni e controlli. Ciò premesso, si chiede di precisare se è possibile considerare un unico arrotondamento per eccesso, riferito al numero totale di confezioni necessarie per referti, calibrazioni e controlli.

RISPOSTA

E' possibile purché il numero di confezioni offerte consenta l'esecuzione dei test comprensivi di referti calibrazioni e controlli considerata la stabilità delle confezioni e dei carichi di lavoro.

QUESITO N. 64**DOMANDA**

Con l'indicazione C per tutti i materiali di consumo necessari per l'esecuzione dei vari test: C8 il numero effettivo di determinazioni eseguibili con ogni confezione di prodotto.

Al pari di quanto richiesto per l'offerta economica si precisa che poiché il materiale offerto è multi-parametrico, risulta impossibile dichiarare il numero di determinazioni eseguibili per ciascuna confezione.

Si richiede la possibilità di indicare solamente il numero di confezioni annue necessarie, in riferimento ai carichi di lavoro indicati.

Inoltre si evidenzia che, in precedenti procedure di gara indette dal Vs. Spettabile Ente le sopracitate richieste sono state accolte.

RISPOSTA

Si precisa che per "ALTRO MATERIALE NECESSARIO" laddove non sia possibile specificare il numero di determinazioni effettivamente eseguibili si dovrà indicare almeno il numero di confezioni necessarie, su base annuale tenuto conto della routine indicata. Si ricorda come nel caso nei sei mesi di collaudo si evidenziasse il numero non corretto la ditta dovrà allo stesse condizioni economiche integrare i quantitativi offerti pena rescissione dal contratto.

QUESITO N. 65**DOMANDA**

Lotto 3 – Sistema analitico per immunometria e chimica clinica integrato con preanalitica in linea e preanalitica stand-alone

Con riferimento alla Sezione A capitolato tecnico

1) Fabbisogno annuale pag 20: si richiede per i seguenti test la possibilità di ricomprendere in un unico riferimento di offerta entrambe i parametri:

13) Albuminuria

16) Microalbuminuria

2) si richiede per i seguenti test la possibilità di ricomprendere in un unico riferimento di offerta entrambe i parametri:

16) Alfa-fetoproteina (AFP) siero

25) Alfa-fetoproteina (AFP) Liq Amniotico

RISPOSTA

Allo scopo di consentire una più ampia concorrenzialità, le ditte potranno anche offrire con un unico riferimento entrambi i parametri. In tal caso i punti 13 e 16 potranno essere sommati sotto la voce Albuminuria mentre i punti 16 e 25 sotto la voce Alfa-fetoproteina (AFP).

QUESITO N. 66**DOMANDA**

Lotto 10 – Esami in biologia molecolare con tecnologia PCR real time per HIV, HBV, HCV

Con riferimento alla Sezione A Capitolato tecnico:

Caratteristiche strumentali per l'estrattore oggetto di valutazione (a):

- 1) N° ord a.3 Monitoraggio della configurazione di carico dei reagenti si richiede di confermare che sia corretto interpretare la richiesta, come la presenza sul sistema offerto di un software in grado di monitorare in tempo reale la presenza a bordo di tutti i reagenti ed il loro utilizzo nel tempo, come ad esempio la data di primo utilizzo, la scadenza ed il n° di determinazioni residue.
- 2) N° ord. a.6 Modalità e specificità di estrazione "overnight" con permanenza a bordo di estratti refrigerati. Essendo l'elemento di valutazione, inerente la modalità di lavoro overnight, si richiede di specificare se il requisito risulta soddisfatto sia offrendo strumentazione con la possibilità di permanenza a bordo degli estratti refrigerati, sia offrendo strumentazione integrata in grado di eseguire sia l'estrazione che l'amplificazione/rilevazione (l'intero processo analitico) senza intervento dell'operatore, rendendo quindi inutile la presenza di un refrigeratore per gli estratti poiché già processati.

RISPOSTA

- 1) **Si conferma**
- 2) **No, ci si riferisce esclusivamente alla procedura di estrazione overnight che quindi necessita di sistema di refrigerazione**

QUESITO N. 67**DOMANDA**

Lotto 10 – Esami in biologia molecolare con tecnologia PCR real time per HIV, HBV, HCV

Caratteristiche oggetto di valutazione per Amplificazione e Rilevazione (b)

- 1) N° ord. b.4 Omogeneità del sistema nei suoi componenti: preferibile modularità

Essendo l'elemento oggetto di valutazione, riferito solamente al sistema di amplificazione, si richiede conferma che sia corretto interpretare il requisito come preferenzialità di una modularità (es. termociclatori multipli) all'interno di un unico (omogeneo) sistema di amplificazione.

RISPOSTA

Il parametro di valutazione è stato riformulato come segue: "Omogeneità del sistema nei suoi componenti: automazione del processo".

QUESITO N. 68**DOMANDA**

Lotto 19 – Sistema analitico per chimica clini e immunometria su plasma e altri materiali biologici in urgenza e routine

Con riferimento alla Sezione A Capitolato tecnico:

caratteristiche di minima indispensabili del sistema analitico pena esclusione

- 1) N. ord. 4 Presenza di una zona refrigerata per i reattivi, e liquidi, sugli strumenti. Si richiede se, oltre a zona refrigerata, può essere ricompreso zona a temperatura controllata.

Prestazioni

- 2) Pannello A (rif. 96) e Pannello B Opzionali (rif. 33), segnaliamo che il parametro Micofenolato (Map) compare in entrambi i pannelli. Chiediamo di precisare a quale pannello appartiene.
- 3) Pannello B Opzionali, si richiede conferma che i parametri relativi all'infettivologia siano parte integrante dei test opzionali (pannello B).
- 4) Pannello B Opzionali: Ig Catene K (rif. 25), Ig Catene L (rif. 26),. Si chiede di specificare se sono richieste del tipo libere o totali e su quale tipo di campione (siero/urina o entrambi)
- 5) Pannello B Opzionali: IgG sottoclassi delle (rif. 28). Si richiede di specificare di che tipo di prestazione si tratta

RISPOSTA

- 1) **Oltre a zona refrigerata, può essere ricompreso zona a temperatura controllata;**
- 2) **Il Micofenolato appartiene al Pannello A (Obbligatori);**
- 3) **Si conferma: i parametri relativi all'infettivologia sono parte integrante dei test opzionali (pannello B);**
- 4) **Sono richieste sia del tipo libere che totali, sia su siero che su urine. Si provvederà all'integrazione della documentazione di gara;**
- 5) **Le sottoclassi delle IgG sono le quattro sottoclassi delle Immunoglobuline IgG totali e cioè: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4.**

QUESITO N. 69**DOMANDA**

Nel disciplinare di gara nella busta n. 1 documentazione amministrativa punto G) viene richiesta copia del capitolato tecnico di fornitura e del capitolato speciale (Sezioni A, A1 e B).

Cosa si intende per la sezione A1?

RISPOSTA

Si intende l'allegato A1 – A2 "Fabbisogni e prezzi a base d'asta".

QUESITO N. 70**DOMANDA**

Si chiede di confermare che per il lotto n. 4 non è obbligatorio il sopralluogo così come previsto dall'art. 8 del capitolato speciale.

RISPOSTA

Si conferma la non obbligatorietà. Tuttavia, se ritenuto necessario al fine di una migliore formulazione dell'Offerta tecnica, le ditte partecipanti potranno avvalersi della facoltà di richiederlo.

QUESITO N. 71**DOMANDA**

Relativamente alla richiesta di fornitura per il Lotto 7, Sistema Diagnostico per la determinazione di HbA1c, La Scrivente, facendo riferimento alle indicazioni fornite nel capitolato tecnico. La totalità della strumentazione offerta dovrà essere nuova di fabbrica e garantire la routine anche nell'eventualità di fermo macchina, chiede se sia possibile proporre come strumentazione di back-up un sistema non necessariamente nuovo di fabbrica ma ricondizionato e garantito dall'azienda Scrivente.

RISPOSTA

Si accetta come strumento di back up anche uno strumento ricondizionato purché identico a quello offerto in gara

QUESITO N. 72**DOMANDA**

Relativamente alla richiesta di fornitura per il Lotto 7, Sistema Diagnostico per la determinazione di HbA1c, La scrivente, facendo riferimento alle indicazioni fornite nel capitolato tecnico La totalità della strumentazione offerta dovrà essere nuova di fabbrica e garantire la routine anche nell'eventualità di fermo macchina, chiede se sia possibile effettuare la valutazione tecnica solo sulla base della strumentazione principale offerta. La scrivente chiede inoltre se sia possibile proporre come strumentazione di back-up un sistema che risponda alle caratteristiche di minima indispensabili ma non necessariamente identico a quello principale, essendo la strumentazione di back-up da usare solo in caso di fermo macchina. L'offerta si intende comprensiva di tutti i reattivi necessari per utilizzare lo strumento di back-up in caso di fermo macchina e con un costo a test identico a quello proposto per il sistema principale.

RISPOSTA

L'offerta viene valutata nella sua interezza.

Relativamente alla strumentazione di back up si accetta anche uno strumento ricondizionato purché identico a quello offerto in gara.

QUESITO N. 73**DOMANDA**

Relativamente alla richiesta di fornitura per il Lotto 17, HPLC, La scrivente, facendo riferimento alla lista di analiti elencata nella tabella di pag. 78 e 79 del capitolato tecnico e nell'allegato A1-A2, chiede se sia possibile proporre un'offerta sufficiente a coprire la maggioranza del numero di analisi da effettuare, poiché a nostra conoscenza non vi è un'azienda in grado di fornire la totalità degli analiti richiesti. Inoltre la scrivente sottolinea che alcuni degli analiti richiesti non sono disponibili con metodica HPLC (Acido deltaminolevulinico, Porfobilinogeno, 6-metilmercaptapurina, 6-tioguanina, aloperidolo) e per questi, quindi, si chiede l'eliminazione dall'elenco dei tests richiesti.

RISPOSTA

L'articolazione del lotto è stata modificata. Dovranno essere offerti tutti i test obbligatori più il maggior numero degli opzionali.

Come meglio specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale – Sez. B i test opzionali dovranno essere quotati singolarmente nell'apposita tabella D prevista a corredo dell'allegato F2. Il prezzo medio di tutti i reattivi opzionali comprensivi di altro materiale offerti non dovrà superare il costo medio dei test obbligatori offerti (così come risultante nella tabella "A – REAGENTI OBBLIGATORI")

QUESITO N. 74**DOMANDA**

Relativamente alla richiesta di fornitura per il Lotto 17, HPLC, La scrivente, facendo riferimento alla lista di analiti elencata nella tabella di pag. 78-79 del Capitolato Tecnico e alle caratteristiche della fornitura elencate a pag. 80 del Capitolato Tecnico, chiede se la totalità delle metodiche oggetto della fornitura debba necessariamente essere stata validata sullo stesso sistema HPLC offerto. La Scrivente chiede inoltre se sia sufficiente proporre un pannello di metodiche la maggior parte delle quali validate sullo stesso sistema HPLC offerto ma non necessariamente la totalità poiché, a nostra conoscenza, non vi è un'azienda in grado di rispondere totalmente a questo requisito.

RISPOSTA

L'articolazione del lotto è stata modificata. Dovranno essere offerti tutti i test obbligatori più il maggior numero degli opzionali.

Come meglio specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale – Sez. B i test opzionali dovranno essere quotati singolarmente nell'apposita tabella D prevista a corredo dell'allegato F2. Il prezzo medio di tutti i reattivi opzionali comprensivi di altro materiale offerti non dovrà superare il costo medio dei test obbligatori offerti (così come risultante nella tabella "A – REAGENTI OBBLIGATORI")

QUESITO N. 75**DOMANDA**

Articolo 8 Sopralluogo:

Per l'IRCCS San Martino, è previsto sopralluogo per il lotto 6 Fornitura di terreni di coltura pronti in piastra); si chiede di confermare o meno totale necessità

RISPOSTA

Si conferma la non obbligatorietà. Tuttavia, se ritenuto necessario al fine di una migliore formulazione dell'Offerta tecnica, le ditte partecipanti potranno avvalersi della facoltà di richiederlo.

QUESITO N. 76**DOMANDA**

LOTTO 6:

- 1) Per la voce richiesta (Brodo Todd Hewitt, il presidio ASL 2 Pietra Ligure richiede come quantitativo: Liofilo Bflc). Si richiede la conferma o la correzione di tale quantitativo.
- 2) Per la voce richiesta (Stonebrink) si richiede di confermare se sono previste Piastre pronte come richiesto o la fornitura prevede Tubi

RISPOSTA

1) Si conferma che trattasi di terreno in polvere. Sono richiesti flaconi da gr. 500

2) Si corregge la richiesta in "provette"

QUESITO N. 77**DOMANDA**

Lotto 14:

Si richiede di specificare/dettagliare la Caratteristica oggetto di valutazione della gestione del campione e del dato, al punto b.1

RISPOSTA

È un rapporto numerico, quindi il criterio si riferisce al maggior numero di test offerti

QUESITO N° 78**DOMANDA****LOTTO 15**

- 1) Nelle caratteristiche oggetto di valutazione strumentale (a) i punti a.1 (Lettura visiva del flacone positivo anche in assenza di lettore) e a.8 (modalità di rilevazione della crescita batterica con tecnologia o fluorimetrica; massimo punteggio per fluorimetrica) sono in contraddizione tra loro in quanto assegnano il massimo punteggio a due tecnologie di rilevazione diverse, non compatibili tra loro (colorimetrica e fluorimetrica).
- 2) Nelle caratteristiche oggetto di valutazione per flaconi (b) si attribuiscono 18 punti su 33 a tre voci (b.1, b.2 e b.4) relative a prodotti non inseriti nella tabella "previsione consumi annuali", non pertinenti all'oggetto del lotto; pertanto, dal momento che il lotto 15 è relativo ad una fornitura di flaconi per emocoltura, si richiede, vista l'importanza da voi attribuita a tali voci, di scorporare le stesse in lotto dedicato.

RISPOSTA

- 1) Al punto a.1 si intende: possibilità di valutazione visiva della torbidità del flacone indicato come positivo, pertanto tale punto non è in contraddizione con il punto a.8
- 2) Si conferma l'impostazione del lotto 15 in quanto gli elementi indicati in b.1 b.2 e b.4 sono appunto di qualità e non di requisito minimo e rappresentano sicuramente per il committente un vantaggio organizzativo e qualitativo.

QUESITO N° 79**DOMANDA**

Considerati l'articolo 37 comma 7 D. Lgs 163/2006, nonché l'articolo 3 del disciplinare di gara, con la presente siamo a chiedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del disciplinare di gara richiamato, se la partecipazione della scrivente società come concorrente in ATI in un determinato Lotto rappresenta condizione ostativa per la partecipazione della stessa come concorrente singola a uno o più Lotti completamente differenti.

Pertanto è possibile partecipare ad un Lotto come impresa singola ad un altro Lotto differente come ATI?

RISPOSTA

Si conferma che è possibile partecipare ad un Lotto come impresa singola ad un altro Lotto differente come ATI

QUESITO N° 80**DOMANDA**

In riferimento al Capitolato Speciale – Art. 1, si segnala che alle ultime due righe del punto b) pag.3 viene riportato: il costo dei reagenti deve essere comprensivo anche dei necessari calibratori, controlli e consumabili. Tale richiesta è in apparente contraddizione con l'Allegato F2 Offerta Economica la cui compilazione prevede la suddivisione della parte dedicata ai Reagenti (sezione A) dalla parte dedicata al Altro materiale necessario (selezione B).

Si chiede di confermare che i prodotti di cui alla sezione B (consumabili, calibratori e controlli) debbano essere quotati, come previsto nell'Allegato F2

RISPOSTA

Si conferma. Si provvederà a modificare il capitolato speciale eliminando "il costo dei reagenti deve essere comprensivo anche dei necessari calibratori, controlli e consumabili".

QUESITO N° 81**DOMANDA**

In riferimento al Capitolato Tecnico – Lotto 19, "Analiti Opzionali" a pag 86 viene riportato: il prezzo del singolo non potrà comunque essere superiore alla media degli altri test obbligatori offerti.

Si chiede conferma che tale media possa essere riferita ai test obbligatori per linee analitiche omogenee (chimica clinica, farmaci, proteine specifiche e immunologia).

RISPOSTA

Come meglio specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale – Sez. B i test opzionali dovranno essere quotati singolarmente nell'apposita tabella D prevista a corredo dell'allegato F2. Il prezzo medio di tutti i reattivi opzionali comprensivi di altro materiale offerti non dovrà superare il costo medio dei test obbligatori offerti (così come risultante nella tabella "A – REAGENTI OBBLIGATORI")

QUESITO N. 82**DOMANDA**

Documentazione amministrativa - L'Allegato F1, punto 2) menziona D.Lgs 159/2011.

Si chiede di confermare che le autodichiarazioni rilasciate dai singoli soggetti previsti dal sopracitato decreto, siano da produrre in caso di aggiudicazione.

RISPOSTA

Si conferma. In sede di presentazione dell'offerta è sufficiente presentare l'allegato F1 compilato.

QUESITO N. 83**DOMANDA**

Al punto k) del Disciplinare della gara in oggetto si richiede:

"CD-ROM (non Riscrivibile) contenente tutta la documentazione tecnica, salvata in FORMATO EDITABILE dall'offerente...".

Si richiede la possibilità di salvare detta documentazione tecnica in formato .pdf vista anche la presenza di certificazioni e documentazione rilasciata da enti terzi (es. certificazione di Qualità, metodiche, schede di sicurezza, ecc.).

RISPOSTA

Il formato nel quale perverrà la documentazione dovrà essere in formato .pdf e comunque non modificabile.

QUESITO N. 84**DOMANDA**

Allegato R1 va restituito compilato e firmato nella documentazione amministrativa anche se non richiesto nel Disciplinare di gara

RISPOSTA

Il modulo R1 in questa fase deve essere solo visionato.

QUESITO N. 85**DOMANDA**

DUVRI vanno presentati compilati e firmati in sede di gara o allegati successivamente all'aggiudicazione ed eventualmente allegati in quale busta (amministrativa o tecnica)

RISPOSTA

I DUVRI in questa fase devono essere solo visionati

QUESITO N. 86**DOMANDA**

La documentazione tecnica è sufficiente firmarla sulla prima e ultima pagina di ogni plico o deve essere firmata su tutte le pagine.

RISPOSTA

Tutta la documentazione tecnica deve essere firmata in ogni pagina.

QUESITO N. 87**DOMANDA**

E' sufficiente presentare una busta tecnica ed economica anche per più lotti o dobbiamo presentare una busta per ogni lotto offerto

RISPOSTA

Non è possibile. A seguito di rettifica del Disciplinare di gara si dovrà presentare relativamente alle buste n. 2 e n. 3 (offerta tecnica e offerta economica) una busta per lotto

QUESITO N. 88**DOMANDA**

Si richiede conferma che le schede di collaudo saranno compilate solo in fase di aggiudicazione e non allegate in gara.

RISPOSTA

Si conferma

QUESITO N. 89**DOMANDA**

In riferimento alle caratteristiche di minima previste per il sistema analitico oggetto del lotto n. 3, si chiede di riformulare il requisito della "capacità di carico superiore a 300 tubi primari con caricamento continuo" prevedendo un numero di tubi primari caricabili pari a 160.

Si chiede inoltre di prevedere la possibilità di fornire soluzione di centrifugazione esterna al sistema di preanalitica.

RISPOSTA

Non si accoglie e si confermano le caratteristiche di minima.

QUESITO N. 90**DOMANDA**

Lotto 17

Nell'elenco strumentazione da destinare all'Istituto Gaslini e Ospedale Galliera non riusciamo a capire se devono essere 2 strumenti e back up per ogni ospedale oppure 1 strumento e back up per ospedale. Vi preghiamo di chiarire meglio.

RISPOSTA

Si intende n. 1 strumento più back up per ciascun ospedale.

QUESITO N. 91**DOMANDA**

Lotto 17

Per il pannello degli analiti richiesti, in che percentuale minima un concorrente deve rispondere se non avesse tutti gli analiti richiesti?

RISPOSTA

L'articolazione del lotto è stata modificata Dovranno essere offerti tutti i test obbligatori più il maggior numero degli opzionali.

Come meglio specificato all'art. 9 del Capitolato Speciale – Sez. B i test opzionali dovranno essere quotati singolarmente nell'apposita tabella D prevista a corredo dell'allegato F2. Il prezzo medio di tutti i reattivi opzionali comprensivi di altro materiale offerti non dovrà superare il costo medio dei test obbligatori offerti (così come risultante nella tabella "A – REAGENTI OBBLIGATORI"

QUESITO N. 92**DOMANDA**

Lotto 17

In caso di analisi di più analiti (Vit A/E, B1/B6, Antiepilettici, catecolammine, metanefrine, ecc.) il numero di analisi va basato sulla somma di ogni singolo analita?

RISPOSTA

Il numero di analisi è indicato per ogni singolo analita.

QUESITO N. 93**DOMANDA**

Nella parte descrittiva della documentazione da inserire nella busta tecnica, richiedete le schede tecniche in italiano. Laddove non siano presenti, è possibile allegare le schede tecniche in inglese?

RISPOSTA

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere presentata in lingua italiana o se presentata in lingua inglese dovrà essere accompagnata da traduzione asseverata ad eccezione della documentazione scientifica che potrà essere esibita in lingua inglese.

QUESITO N. 94**DOMANDA**

Nell'elenco della documentazione da inserire nella busta tecnica elencate una serie di dichiarazioni. A parte quella del modello F4 è possibile fare una unica dichiarazione contenente tutte quelle richieste?

RISPOSTA

Si conferma precisando che è prevista la compilazione dei modelli F4- Scheda informativa prodotto e E1 (Sezione E - Dichiarazione aggiornamento tecnologico). Le altre dichiarazioni possono essere rese in unica soluzione

QUESITO N. 95**DOMANDA**

Lotto 5 - Esame chimico fisico e del sedimento urinario

Si chiede di confermare che l'oggetto della fornitura destinata ai Laboratori analisi dell'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova e della Struttura Complessa di Laboratorio analisi dell'ASL 1 Imperiese (composto dagli Ospedali di Imperia, Sanremo e Bordighera) sia 1 (uno) sistema nuovo di fabbrica per l'esame chimico fisico e del sedimento urinario con un unico campionatore per un totale di tre (3) sistemi completi.

RISPOSTA

Si conferma 1 (uno) sistema nuovo di fabbrica per l'esame chimico fisico e del sedimento urinario comprensivo di un unico campionatore per ogni Laboratorio per un totale di tre (3) sistemi completi

Si invitano gli operatori economici a visionare costantemente tutta la documentazione relativa alla presente gara sul nostro www.acquistiliguria.it.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Luigi Moreno COSTA)