ARS LIGURIA
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
REGIONE LIGURIA

Dirigente Responsabile: Dott. Riccardo ZANELLA tel. 010/548 8536
e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott.ssa Francesca De Martini tel. 010/5488543
e-mail: francesca.demartini@regione.liguria.it

Genova, 10/09/2015

Prot. n. 7427

**Oggetto:** **Procedura aperta, ai sensi dell'art. 59 D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 287 comma 1 D.P.R. n. 207/2010, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di stent coronarici occorrenti per le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lotti n.7. Numero gara 6109035.**

QUESITO N. 10

**DOMANDA:** Per tutti i lotti di gara nei REQUISITI MINIMI DI GARA RICHIESTI a pena esclusione al requisito n.4 è riportato:
La lunghezza del palloncino può eccedere la lunghezza dello stent di non più di 0,5 mm per parte
I dati disponibili in letteratura scientifica non evidenziano alcuna correlazione tra tale caratteristica tecnica e le performance dello stent in termini di sicurezza ed efficacia. Questo determina il fatto che la documentazione tecnica di alcune piattaforme innovative in termini di design, facilità di impianto, con solide evidenze cliniche, è sprovvista del dato tecnico da voi richiesto.
A questo proposito chiediamo la possibilità di considerare il punto n. 4 La lunghezza del palloncino può eccedere la lunghezza dello stent di non più di 0,5 mm per parte come una caratteristica consigliabile, ma non mandatoria in modo da non escludere dall'offerta le tecnologie più innovative.

**RISPOSTA:** Con provvedimento n. 211 del 10/09/2015, il limite di 0,5 mm viene ampliato a 0,7 mm, misura compatibile con le caratteristiche di tutti gli stent oggi disponibili.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Riccardo Zanella)